

INFORME JUSTIFICATIU D'ESMENA DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

En relació amb la contractació del subministrament de dos ecògrafs per al Servei d'Urgències i per a la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, amb número d'expedient CS/AH03/1101468344/26/PO, s'emet el present informe als efectes de justificar la modificació de determinades característiques tècniques establertes inicialment.

Lot 1 – Ecògraf Urgències

La fitxa tècnica inicial preveia, entre d'altres, els següents requeriments:

- **Punt 4:** Pantalla de visualització mínim 15”, en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica.
- **Punt 15:** Imatge panoràmica i trapezoidal.
- **Punt 29:** Programari de mesures cardiològiques amb sincronisme d'ECG. Caldrà que aquest programari permeti el seguiment i mesures automàtiques del diàmetre de la Vena Cava Inferior i l'índex de variació al llarg del temps per avaluar l'evolució del pacient.

S'ha constatat que aquests requeriments excedeixen el que és estrictament necessari per a l'ús assistencial previst i poden limitar de manera injustificada la concurrència.

Per aquest motiu, es proposa:

- **Modificar el punt 4:** Pantalla de visualització mínim 13”, en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica.
- **Eliminar els punts 15 i 29** com a requisits obligatoris.

Lot 2 – Ecògraf Unitat del Dolor

La fitxa tècnica inicial establia el següent requeriment:

- **Punt 4:** Pantalla de visualització mínim 20”, en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica.

L'anàlisi funcional evidencia que una lleugera reducció de la mida mínima de la pantalla no afecta la correcta visualització ni l'activitat assistencial de la Unitat del Dolor. Per altra banda, el mercat d'ecografia presenta una concentració significativa en pantalles amb mides compreses entre les 19 i les 22 polzades, essent especialment habitual la configuració de monitors de 19 o 21,5 polzades.

S'accepta que l'admissió d'equips de 19” pot ampliar la concurrència amb la possibilitat d'admetre ofertes d'equips que satisfacin les necessitats.

Per tant, es proposa:

- **Modificar el punt 4:** Pantalla de visualització mínim 19”, en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica.

Les modificacions proposades tenen com a finalitat adequar els requeriments tècnics a les necessitats reals del servei, afavorir la lliure concurrència i la igualtat de tracte entre licitadors, i garantir una utilització eficient dels fons públics, d'acord amb els principis de la contractació pública.

Per tot l'exposat, es proposa modificar les fitxes tècniques dels Lots 1 i 2 en els termes descrits anteriorment.

Eduard Urbano Hernando
Cap Unitat d'Enginyeria Biomèdica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Badalona, a la data de la signatura electrònica