

## **RESOLUCIÓ – Modificació dels requeriments tècnics**

---

**Núm. d'expedient:** CS/AH03/1101468344/26/PO

**Òrgan de contractació:** Gerent de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

**Objecte:** : Subministrament de dos ecògrafs per al Servei d'Urgències i per a la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

**Tipus:** Subministraments

**Procediment d'adjudicació:** Obert

---

### **Antecedents**

En data 10 d'abril de 2026 es va incoar i aprovar l'expedient CS/AH03/1101468344/26/PO corresponent a la contractació del subministrament de dos ecògrafs per al Servei d'Urgències i per a la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

En data 13 d'abril de 2026 es va publicar l'expedient de contractació al Perfil de contractant.

En data 29 d'abril de 2026 finalitza el termini de presentació de propostes.

Atès que els serveis que assessoren a l'òrgan de contractació proposen modificar determinats requeriments de la fitxa tècnica per adaptar-los a les necessitats reals dels serveis assistencials, evitant exigències no essencials, millorant l'eficiència clínica i operativa i afavorint la lliure concurrència i l'ús eficient dels fons públics, d'acord amb l'informe tècnic adjunt.

### **Fonaments de dret**

D'acord amb l'article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic.

Segons l'article 124 de la LCSP, s'ha procedit a la retroacció de les actuacions al moment d'aprovació dels plecs.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

La modificació del plec tècnic s'ajusta als principis de llibertat d'accés, igualtat de tracte i lliure concurrència recollits a l'article 1 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, evitant requisits tècnics desproporcionats que podrien limitar la competència. Així, es garanteix una contractació més oberta, eficient i ajustada a les necessitats reals.

## RESOLC

**Primer.** Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, aprovant-los de nou amb les modificacions que s'assenyalen en aquesta resolució.

**Segon.** Modificar els punts 4, 15, i 29 de la fitxa tècnica del **Lot 1 - Ecògraf Urgències**, concretament:

On diu:

- *Pantalla de visualització mínim 15"*
- *Imatge panoràmica i trapezoidal*
- *Programari de mesures cardiològiques amb sincronisme d'ECG ... /...*

Ha de dir:

- *Pantalla de visualització mínim 13"*
- *S'anul·la aquest requisit.*
- *S'anul·la aquest requisit.*

**Tercer.** Modificar el punt 4 de la fitxa tècnica del **Lot 2 - Ecògraf Unitat del Dolor**, concretament:

On diu:

- *Pantalla de visualització mínim 20", en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica*

Ha de dir:

- *Pantalla de visualització mínim 19", en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica.*

**Quart.** Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de l'ICS ubicat a Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Josep M. Mòdol Deltell  
Gerent i Òrgan de Contractació  
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Badalona, en data de la signatura digital