

**SUBMINISTRAMENT DE DOS ECÒGRAFS PER AL SERVEI
D'URGÈNCIES I PER A LA UNITAT DEL DOLOR DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1	PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L'EQUIPAMENT	3
1.1	OBJECTE	3
1.2	NORMATIVA I LEGISLACIÓ	3
1.3	CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques BÀSIQUES	3
1.4	CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT	3
1.5	CONDICIONS DE LA POSADA EN MARXA	4
1.6	REQUERIMENTS ADDICIONALS OBLIGATORIS. PREVENCIÓ DE RISCOS	4
1.7	DOCUMENTACIÓ TÈCNica COMPLEMENTÀRIA	5
1.8	GARANTIA I REPOSICIÓ DE PECES	5
1.9	MANTENIMENT INTEGRAL	6
1.9.1	<i>Manteniment Preventiu</i>	7
1.9.2	<i>Manteniment Correctiu</i>	8
1.9.3	<i>Manteniment tècnic-legal</i>	8
1.9.4	<i>Protocol d'actuació</i>	8
1.9.5	<i>Qualitat del servei</i>	9
1.9.6	<i>Codis de seguretat</i>	9
1.10	FORMACIÓ	10

ANNEX: FITXES DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT

1.1 OBJECTE

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de:

- Lot 1: ecògraf multiespecialitat pel servei d'Urgències
- Lot 2: ecògraf per a la Unitat del Dolor.

No s'admetran equips de segona mà o amb peces reutilitzades.

1.2 NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Al tractar-se d'un producte sanitari, l'empresa licitadora haurà de presentar la documentació acreditativa de compliment de la legislació vigent i de que els productes disposen del marcat de conformitat CE.

1.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES BÀSIQUES

Les característiques bàsiques que haurà de complir l'equip, així com altres dades que ha de subministrar cada licitador i els criteris valorats es mostren a la fitxa indicada com Annex.

1.4 CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

El termini màxim de lliurament de l'equipament objecte del present contracte serà de **vuit setmanes** (56 dies naturals), comptades a partir de l'endemà de la data d'emissió de la comanda per part de l'Hospital.

En el cas que el lliurament del material s'hagi d'efectuar en palets, hauran de complir les condicions i característiques d'embalatge següents: Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 170 cm. (paleta inclosa)

En el cas que en una mateixa paleta s'ubiquin diferents articles, hauran d'anar degudament ordenats i identificats externament.

Albarans a l'exterior de l'embalatge, per duplicat i haurà d'identificar les següents dades:

- Numero de Comanda, facilitada en l' adjudicació definitiva
- NIF del proveïdor
- Nom del proveïdor
- La descripció del producte i referència
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total

La referència que es faci constar en l'albarà haurà de coincidir amb l' adjudicada en el concurs i indicada en el camp Referència del document d'Oferta econòmica.

1.5 CONDICIONS DE LA POSADA EN MARXA

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equipament en el lloc de destí final, i que ha d'incloure:

- Instal·lació elèctrica d'acord amb la legislació vigent i altres normatives aplicables (BT025, etc.).
- Interconnexió de tots els elements que formen els equips.
- Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l'equip.
- Retirada dels residus generats durant la instal·lació (embalatges, ...)

Totes les operacions van a càrrec de l'adjudicatari de l'equip.

La instal·lació de l'equipament i la seva posada en funcionament es farà de manera consensuada amb l'Hospital.

Es considerarà la data de posada en marxa a tots els efectes (facturació i inici del període de garantia) quan es donin totes les següents condicions:

- El proveïdor ha lliurat tota la documentació tècnica
- El proveïdor ha realitzat la formació
- S'ha realitzat la posada en marxa de l'equip

1.6 REQUERIMENTS ADDICIONALS OBLIGATORIS. PREVENCIÓ DE RISCOS

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (F.D.S) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

1.7 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català, i /o castellà:

1 Manual d'instruccions de funcionament que ha de contenir els següents punts:

- Possibles utilitzacions de les diferents parts
- Regulació de l'equip
- Muntatge d'accessoris
- Accionament i funcionament
- Precaucions
- Mesures en cas d'avaries

1 Fitxa simplificada d'instruccions de funcionament, orientada a què el servei disposi d'una guia resumida amb les operacions més habituals i que servirà com a base per a la formació. Aquesta fitxa disposarà d'imatges reals de l'equip, amb indicadors de les diferents parts i instruccions, de forma que sigui molt intuïtiva i constitueixi un document de base per a la formació que s'impartirà. Aquesta fitxa ha de tenir una extensió d'entre 1 i 4 fulls DIN-A4, L'Hospital es reserva el dret de demanar totes les revisions i modificacions que consideri oportunes fins que el document s'adapti a les necessitats del centre.

1 manual d'instrucció de manteniment que ha de contenir els següents punts:

- Característiques tècniques (model, nº sèrie, any fabricació,...)
- Instruccions de manteniment preventiu detallat.
- Plànols i esquemes, amb dimensions.
- Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència.
- Descripció tècnica, que expliqui el muntatge dels accessoris i recanvis.
- Instruccions de manteniment correctiu, que ha d'incloure una relació d'avaries més usuals i llur solució.

Cadascun d'aquests manuals es subministraran en una còpia en paper i una còpia en suport digital. La còpia en format digital estarà muntada sobre un únic arxiu en format PDF.

1.8 GARANTIA I REPOSICIÓ DE PECES

El termini de garantia de l'equipament s'estableix en 24 mesos i comptarà a partir de la data de posada en funcionament, prèvia acceptació per part de l'Hospital.

Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) què inclou el manteniment integral de l'equip amb les condicions que s'indiquen a l'apartat corresponent.

El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys a partir del moment de l'adjudicació. Cada licitador haurà de presentar una declaració de la data prevista de finalització de fabricació de l'equip (les ofertes que no indiquin aquest aspecte o que indiquin un temps il·limitat podran ser excloses).

1.9 MANTENIMENT INTEGRAL

El manteniment integral de tot l'equip, components i software estarà inclòs durant tot el període de garantia.

La finalitat del contracte integral és garantir que l'equip objecte de la present licitació estigui en tot moment en perfecte estat de funcionament mitjançant l'execució de diferents operacions i tasques, entenent en tot cas que els requeriments exigits en aquest plec tenen la consideració de mínims o bàsics i que els objectius del servei de manteniment son els següents:

- Aconseguir el millor estat de conservació de les parts i elements components de l'equip.
- Assegurar el funcionament continu i eficaç de les instal·lacions i els equips minimitzant les possibles aturades com a conseqüència d'avaries.
- La seguretat integral referida als aspectes tècnics d'aquests equips i instal·lacions.
- El compliment de la normativa referent a les instal·lacions i equips objecte del contracte.
- La prestació d'un eficient i eficaç servei de manteniment de les instal·lacions.

El manteniment integral inclou:

- Manteniment preventiu
- Manteniment correctiu
- Manteniment tècnic-legal

L'empresa adjudicatària, com a responsable del Manteniment Integral dels equips i sistemes, serà la titular del Llibres Oficials de Manteniment i en conseqüència de la seva complementació d'acord amb la normativa vigent i actualització.

La cobertura de l'assistència serà total sense restriccions i inclourà material, mà d'obra i desplaçament en totes i cadascuna de les operacions de qualsevol índole realitzades sobre l'equip o qualsevol dels seus components i accessoris objecte del contracte.

D'acord amb l'objectiu de garantir la màxima disponibilitat dels equips, el contractista haurà d'organitzar les tasques de manteniment fora de l'horari de funcionament del sistema o en els moments en què menys s'interfereixi en l'activitat assistencial, sempre que això sigui possible.

El manteniment integral a tot risc de l'equipament posat a disposició implica que l'adjudicatari assumeix totes les tasques de manteniment inherents al sistema, substitució de peces i recanvis, llevat del mal ús.

El contractista haurà de posar de manifest qualsevol defecte dels equips que disminueixi la seva funcionalitat o rendiment, augmenti la despesa energètica o de consumibles, o pugui ser motiu de futures avaries o anomalies, per la qual cosa haurà de lliurar els informes tècnics-econòmics necessaris per a realitzar les intervencions o prendre les decisions que escaiguin.

El contractista prestarà també els serveis de manteniment, suport, actualització i informació del programari (software) instal·lat en l'equip, en els termes i condicions que es relacionen als paràgrafs següents.

El contractista es fa responsable del funcionament correcte dels programes (software) de l'equipament objecte de licitació i ha de posar de manifest qualsevol defecte del programari subministrat, o de la seva actualització, o de la informació que fa referència, que disminuïsi la seva funcionalitat o rendiment o pogués ser motiu de futures disfuncions o anomalies, raó per la qual haurà de lliurar la informació necessària per a realitzar les intervencions o prendre les decisions que escaiguin.

1.9.1 *Manteniment Preventiu*

És el conjunt de les operacions sistemàtiques i programades realitzades en l'equip per mantenir-ho en les millors condicions de treball amb el fi de què no es produeixin interrupcions d'ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus paràmetres de funcionament i/o resultats, motivats per obstruccions, acumulacions de pols, etc. amb la finalitat de garantir i prolongar al màxim la seva vida útil i rendiment a nivells similars als de disseny.

S'inclouran totes les activitats de neteja, amidaments, comprovacions, regulacions, ajustos, reglatges, greixatges, etc, i totes aquelles accions que tendeixin a garantir un estat òptim dels equips i sistemes des del punt de vista funcional, de seguretat, de rendiment energètic i inclús de protecció de medi ambient.

L'adjudicatari realitzarà totes les actuacions preventives que consideri adients i que s'indiquin al manual de manteniment de l'equip i seran com a mínim les que s'indiquin per part de les guies de manteniment de l'ECRI Institute.

1.9.2 *Manteniment Correctiu*

El manteniment correctiu inclou les intervencions no sistemàtiques originades per la detecció d'avaries o anomalies i destinades a la seva resolució. S'entendrà com avaria o anomalia:

- La interrupció de l'ús de l'equip per defecte, desgast, deteriorament d'una part o component, per causes fortuïtes o per envelliment.
- El funcionament fora dels paràmetres normals definits pel fabricant.
- El funcionament en condicions que puguin generar danys pel propi equip o perjudici de qualsevol tipus.

S'exclou el mal ús.

Inclourà les operacions correctives necessàries per a la reparació d'avaries i defectes, incloses totes les peces de recanvi, i serà realitzat sobre la totalitat de les instal·lacions, equips i sistemes de l'equip adjudicat i dels seus components, realitzant-se sobre els mateixos tot tipus d'actuacions per a la seva reparació i posada en servei en els terminis més curts possibles i amb tots els esforços per limitar el temps d'aturada a 48 hores.

1.9.3 *Manteniment tècnic-legal*

El manteniment tècnic-legal és el conjunt d'operacions que es realitzaran en aquells equips d'acord amb les especificacions dels reglaments industrials o sanitaris, tant de caràcter general, comunitari, nacional o autonòmic.

1.9.4 *Protocol d'actuació*

Qualsevol tipus de treball o manteniment que realitzi l'adjudicatari, s'haurà de comunicar al departament d'Electromedicina per e-mail mitjançant un part de treball detallat amb les feines realitzades, durant la setmana següent a la intervenció. En cas de no realitzar-se així, la direcció de l'Hospital podrà interpretar que la intervenció no s'ha realitzat, a tots els efectes.

El part de treball haurà de contenir:

- Nom i número de sèrie de l'aparell
- Matrícula de l'aparell (referència interna GMAO)
- Tipus de manteniment efectuat
- Tipus d'averia, peces utilitzades, instal·lades ó eliminades
- Temps utilitzat en la reparació
- Nom i cognoms treballador que ha realitzat la reparació
- Signatura de la persona que dona conformitat als treballs

L'HUGTiP no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present Plec de Condicions tècniques o de les normes complementàries que s'estableixin, o que no compti amb la seva prèvia conformitat, encara que hagi estat demanada per qualsevol persona relacionada amb ell, a qualsevol nivell de responsabilitat.

L'HUGTiP no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar –si escaigués– compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n.

L'HUGTiP exercirà en tot moment les funcions de seguiment, inspecció i control de la prestació del servei de manteniment, prenent les mesures que consideri oportunes per al correcte compliment de les obligacions a que s'haurà sotmès el contractista com a conseqüència del present Plec de condicions tècniques, així com del contracte que se'n deriva.

1.9.5 Qualitat del servei

La qualitat del servei serà vigent durant tota la durada del contracte, el seu abast seran tot l'equipament objecte d'aquest contracte i de tots els seus components i accessoris des del dia següent a la data de signatura de l'acta de recepció i s'ajustarà als següents temps de resolució

- Temps de resposta física: és el temps transcorregut entre la comunicació d'una incidència o avaria fins que un determinat número d'especialistes està en disposició física per a procedir a la seva solució. No podrà ser superior a 48 hores naturals.
- Temps de rectificació de l'avaría o incidència: és el temps transcorregut entre que el professional pertinent ha acudit al centre i el moment en què la incidència ha sigut resolta per complet. En aquest punt, és necessari distingir entre:
 - Reparació ordinària: haurà de ser resolta en un termini no superior a 72 hores naturals des de l'avís d'avaría
 - Reparació de mitjà o alt abast: si per la índole de l'avaría la reparació requereix un termini superior, l'adjudicatari haurà de justificar-ho raonadament a la Direcció de l'HGTIP, la qual es reserva la facultat de comprovació i autorització al respecte.

1.9.6 Codis de seguretat

En cas que l'equip disposi de codis de seguretat per a l'accés a menús de manteniment, l'adjudicatari haurà de subministrar els codis a l'hospital per tal de permetre'n l'accés i poder fer el manteniment rutinari de l'equip, quan aquest es trobi fora de garantia.

1.10 FORMACIÓ

- L'adjudicatari realitzarà la formació necessària al personal usuari per optimitzar al màxim el funcionament de l'equip i l'aprofitament de les seves opcions.
- Es realitzarà també formació a personal d'Electromedicina sobre manteniment.
- S'haurà d'aportar pla de formació detallat convenientment.
- Les despeses corresponents aniran a càrrec de l'adjudicatari. La formació es realitzarà a les mateixes instal·lacions de l'HUGTIP i en horaris acordats amb el servei.

Badalona, a la data de la signatura electrònica

Cap Unitat Enginyeria Biomèdica
Direcció de Serveis Generals

ANNEX
FITXES DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

EMPRESA

NIF

Correu electrònic

Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.

Definició	Índex documental
Definició Equip d'exploració per ultrasons multiespecialitat per la unitat d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol Cal adjuntar Product Data	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima		Índex documental
	Subjectiu	Automàtic	
1.1 Especificacions tècniques de l'equip Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses 1 Plataforma ecogràfica digital 2 El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències 3 Interfície d'usuari de pantalla tàctil 4 Pantalla de visualització mínim 13", en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica 5 Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i sistema de frenat 6 Sistema autònom amb bateries d'un mínim de durada de 1h de funcionament 7 Mínim de 3 ports actius per a connectar sondes de manera simultània 8 Pantalla amb possibilitat de rotació 9 Ajustament d'alçada de l'equip 9 Nivell de soroll de l'equip inferior a 40 dB 10 Ample de banda del sistema d'aproximadament entre 0 MHz i 15 MHz 11 Rang dinàmic igual o superior a 100 dB 12 Optimització automàtica de la imatge 13 Possibilitat de disposar de configuracions prèvies per a cada transductor i òrgan Modes de treball: - Mode B - Mode B amb imatge harmònica - Mode M 14 - Doppler color - Doppler continu i polsat - Doppler Tissular - Doppler per a detecció vasos baixa velocitat 15 Mesures automàtiques en mode B i Doppler, en imatge real i congelada 16 Emmagatzematge en SSD d'almenys 128GB 17 Extracció d'imatges a través de USB i sortida de vídeo digital (HDMI, DVI o DP) 18 Connectivitat amb la xarxa de l'hospital a través de cable (LAN) i Wi-Fi (WLAN) Característiques a valorar 19 Emmagatzematge en SSD superior a 256GB 20 Es valorarà que l'equip no disposi de trackball (bola de control) per a una millor neteja 21 L'equip permet el canvi de profunditat per part de l'usuari en condicions d'esterilitat, és a dir, sense tocar la pantalla o botons de la consola			
1.2. Configuració de sondes Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses 22 Les sondes hauran de ser amb tecnologia multifreqüència. Cal indicar profunditat de camp i rang de freqüència per a cada sonda. S'inclouran: 23 Cada equip anirà equipat amb les següents sondes: 24 Una sonda lineal amb un rang de freqüències d'aproximadament d'entre 3 i 12 MHz 25 Una sonda convex amb un rang de freqüències d'aproximadament d'entre 1 i 5 MHz 26 Una sonda sectorial amb un rang de freqüències d'aproximadament d'entre 1 i 5 MHz 1.3. Programari Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. 27 S'inclou els serveis professionals per connectar l'equip amb el PACS del centre en col·laboració amb el Departament de Sistemes de l'Hospital 28 Programari específic per a la realització d'estudis neurològics, per l'avaluació adequada tant en pacients estables com en pacients crítics 29 Programari per a estudis abdominals, pneumològics, vasculars, de parts toves, nefrostomies, drenatge i intervencionisme 30 Programari de reconeixement d'agulla per realitzar puncions ecoguiades 31 Permet mesures i càlculs 32 Disposar de configuracions multiusuari 33 Sistema que permeti la protecció i anonimització de dades del pacient 34 Doppler d'alta sensibilitat per a la detecció de fluxes vasculars d'alta i baixa velocitat Característiques a valorar 35 Incorporació d'eines d'automatització avançada per a anàlisi cardíac, valoració hemodinàmica i suport a procediments intervencionistes. Es valorarà l'abast i possibilitats de les funcionalitats aportades 36 Incorporació d'altres paquets de software que permetin augmentar la productivitat i eficiència de les exploracions 37 Disposar d'eines que facilitin la docència i la formació			
1.4. Valoració de mostres 38 Cada licitador haurà d'entregar un equip igual que l'ofertat per a la valoració per part del servei. En cas de que la puntuació individual d'algun dels apartats no superi el 50% de la puntuació màxima, l'oferta quedarà exclosa. Característiques a valorar 39 Qualitat de la imatge i les sondes 40 Idoneïtat de les sondes ofertes (disseny, mida, pes, robustesa, etc) 41 Facilitat d'ús i interfície d'usuari			

42 Ergonomia, facilitat de transport i neteja	7		
1.5. Servei tècnic			
43 L'adjudicatari realitzarà el manteniment preventiu, correctiu i normatiu durant un període de 2 anys, sense cost (exceptuant mal ús)			
44 La garantia de l'equip contra defectes de fabricació serà de 2 anys			
Característiques a valorar			
45 Extensió de la garantia		3	
Altres consideracions no tècniques			
Característiques a valorar			
46 Mesures en matèria d'igualtat	1		
47 Gestió mediambiental	1		
48 Preu		33	
49 Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda lineal de reposició		2	
50 Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda convex de reposició		2	
51 Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda sectorial de reposició		2	
TOTAL SUMATORI PUNTUACIÓ CRITERIS ADJUDICACIÓ	49	51	

LOT 2 - Ecògraf Unitat del Dolor

EMPRESA

NIF

Correu electrònic

Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.

Definició	Índex documental
Definició Equip d'exploració per ultrasons per procediments intervencionistes de la Unitat del Dolor de l'Hospital Germans Trias i Pujol Cal adjuntar Product Data	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima criteris adjudicació		Índex documental
	Subjectiu	Automàtic	
1.1 Especificacions tècniques de l'equip Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses 1 Plataforma ecogràfica digital 2 El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències 3 Interfície d'usuari de pantalla tàctil, sense teclat 4 Pantalla de visualització mínim 19", en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica 5 Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i sistema de frenat 6 Sistema autònom amb bateries d'un mínim de durada de 1h de funcionament 7 Mínim de 3 ports actius per a connectar sondes de manera simultània 8 Pantalla amb possibilitat de rotació 9 Ajustament d'alçada de l'equip 9 Nivell de soroll de l'equip inferior a 40 dB 10 Ample de banda del sistema d'aproximadament entre 0 MHz i 16 MHz 11 Rang dinàmic igual o superior a 100 dB 12 Optimització automàtica de la imatge 13 Possibilitat de disposar de configuracions prèvies per a cada transductor i òrgan Modes de treball: - Mode B - Mode B amb imatge harmònica - Mode M 14 - Doppler color - Doppler continu i polsat - Doppler Tissular - Doppler per a detecció vasos baixa velocitat 15 Imatge panoràmica i trapezoidal 16 Mesures automàtiques en mode B i Doppler, en imatge real i congelada 17 Emmagatzematge en SSD d'almenys 128GB 18 Extracció d'imatges a través de USB i sortida de vídeo digital (HDMI, DVI o DP) 19 Connectivitat amb la xarxa de l'hospital a través de cable (LAN) i Wi-Fi (WLAN) Característiques a valorar 20 L'equip permet el canvi de profunditat per part de l'usuari en condicions d'esterilitat, és a dir, sense tocar la pantalla o botons de la consola		3	
1.2. Configuració de sondes Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses 21 Les sondes hauran de ser amb tecnologia multifreqüència. Cal indicar profunditat de camp i rang de freqüència per a cada sonda. S'inclouran: 22 Cada equip anirà equipat amb les següents 3 sondes: 23 Una sonda lineal amb un rang de freqüències d'aproximadament d'entre 3 i 12 MHz, per a la visualització de nervis perifèrics, plexe braquial, tendons, epidural caudal i infiltracions articulars. 24 Una sonda convex amb un rang de freqüències d'aproximadament d'entre 2 i 6 MHz, per a bloquejos espinals i infiltracions profundes i abdominals. 25 Una sonda tipus hockey stick amb un rang de freqüències d'aproximadament d'entre 6 i 16 MHz, per a nervis craniofacials, vascular superficial, infiltracions mà-peu, procediments intervencionistes guiats per agulla, etc. 1.3. Programari Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. S'inclou els serveis professionals i tot el material i equipament necessari per connectar l'equip amb el PACS del centre en col·laboració amb el Departament de Sistemes de l'Hospital, per integració de la llista de treball i les imatges 27 Programari específic musculoesquelètic 28 Programari de reconeixement d'agulla per realitzar puncions ecoguiades 29 Permet mesures i càlculs 30 Disposa de configuracions multiusuari 31 Sistema que permeti la protecció i anonimització de dades del pacient 1.4. Valoració de mostres 32 Cada licitador haurà d'entregar un equip igual que l'ofertat per a la valoració per part del servei. En cas de que la puntuació individual d'algun dels apartats no superi el 50% de la puntuació màxima, l'oferta quedarà exclosa. Característiques a valorar 33 Qualitat de la imatge i de les sondes per a la identificació d'estructures i parts d'interés 34 Visualització d'agulla ecoguiada	15	9	

35	Facilitat d'ús, interfície d'usuari i programari	12		
36	Ergonomia (d'equip i de sondes), facilitat de transport i neteja	11		
1.5. Servei tècnic				
37	L'adjudicatari realitzarà el manteniment preventiu, correctiu i normatiu durant un període de 2 anys, sense cost (exceptuant mal ús)			
38	La garantia de l'equip contra defectes de fabricació serà de 2 anys			
Característiques a valorar				
39	Extensió de la garantia		3	
Altres consideracions no tècniques				
Característiques a valorar				
40	Mesures en matèria d'igualtat	1		
41	Gestió mediambiental	1		
42	Preu		39	
43	Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda lineal de reposició		2	
44	Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda convex de reposició		2	
45	Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda hockey stick de reposició		2	
TOTAL SUMATORI PUNTUACIÓ CRITERIS ADJUDICACIÓ		49	51	