

ANNEX 5 - Condicions Específiques (cessions, accessoris, complements, mostres, demostracions, etc)

5.1 Cessió d'equips

5.1.1 Condicions de la cessió

Els productes oferts hauran de ser compatibles amb els equips actuals dels centres.

Cas que en el procés d'adjudicació, aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent dels actuals equips instal·lats i fungible associat, l'empresa haurà de cedir l'equipament necessari per la utilització d'aquest material en els nostres centres, fent-se càrrec tant del manteniment preventiu com correctiu durant la vigència del contracte, i els substituiran quan s'esgoti la vida útil de l'aparell, en cas d'averia o mal funcionament i davant d'una innovació tecnològica.

A més, en cas d'averia que no pugui ser solucionada en un termini de 24 hores haurà de substituir-se l'equip per un altre de les mateixes característiques tècniques requerides.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

La reposició, el suport informàtic, així com les despeses de qualsevol naturalesa derivades de les instal·lacions, seran per compte de l'adjudicatari, sense que cap cost econòmic reverteixi als centres ICS.

Actualment l'adjudicatari del fungible del Lot 16 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica, BSP, (PUR) sistema antirotatori, ecoguiat cedeix, sense cap cost per als Centres, segons consum estimat de cadascun dels hospitals per cada 1.000 unitats 1 ecògraf, si el consum estimat és de 5.000 unitats, la cessió serà de 2 ecògrafs.

Característiques bàsiques de l'ecògraf MINDRAY Z50 o equivalent, a cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari del lot 016:

- Modes d'imatge múltiples: doppler color, 3D/4D
- Imatge panoràmica en temps real
- Modes d'examen: B, Color, PW, Power, M
- Varietat de transductors: Convex, Lineal, Microconvex, 4D volumètrics
- 3 connectors transductors universals mínim
- Configuració en especialitat clínica vascular
- Mesura automàtica del gruix de la íntima mitjana
- Disc dur mínim de 500 GB
- Simplicitat d'ús. Interfície intuïtiva i opcions de configuració
- Optimització automàtica
- Pantalla completa instantània, mínim 15 polzades
- Monitor ajustable amb inclinació mínima de 60 graus
- Estació de treball per a revisió i anàlisi de la base de dades de pacients
- Transferència directa de dades al PC. Duració mínim 1,5 hores a/bateria recarregable
- Carro/suport amb rodes per al trasllat i Bossa de mà per transportar i guardar-lo
- Disseny integrat amb adaptador de corrent altern intern

5.1.2 Material en dipòsit

No hi ha material en dipòsit
