

## **Plec de prescripcions tècniques del contracte de manteniment integral de l'equip d'hipertèrmia profunda HY-Deep 600 WM de l'Institut Català d'Oncologia – Hospitalet**

### **Objecte del contracte:**

El present plec té per objecte, pel que fa al contracte de manteniment integral de l'equip de hipertèrmia profunda HY-Deep 600 WM cedit a l'ICO-L'Hospitalet.

El contracte ha d'incloure el manteniment preventiu, correctiu i tècnic-legal de l'equip en sí, així com els seus perifèrics comprenent el període de dos anys, més un any prorrogable, a comptar des de la data en que es signi el contracte.

### **Descripció del servei:**

L'adjudicatari haurà de prestar els següents serveis:

- Manteniment ordinari: cada 600 hores de funcionament
- Assistència remota: 24h via VPN
- Actualitzacions: software signat digitalment, inclòs en el preu
- Recanvis i intervencions: només per personal tècnic autoritzat d'Andromedic
- Substitució d'antenes: inclosa
- Temps de resposta màxim: 24 hores laborables
- Cobertura: dilluns a divendres, 8h a 18h
- Disponibilitat mínima garantida: 95% de temps útil anual

### **Règim de penalitats**

En cas que l'empresa adjudicatària de la present licitació, incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l'Institut Català d'Oncologia podrà optar per la imposició de les penalitats que tot seguit es descriuen:

- Superar el temps de resposta, pel que fa a contacte d'un enginyer de suport, a més de 24 h, que és el temps màxim de resposta exigit com a requeriment: 15% de l'import mensual del contracte.

Les penalitzacions s'aplicaran previ informe del Servei d'Oncologia Radioteràpica, el qual avaluarà les causes i raonarà l'aplicació d'aquest règim de penalitats, i seran descomptades de la primera factura mensual immediata lliurada per l'execució del contracte. Això sense perjudici del dret d'oposició que, de manera raonada, l'adjudicatari podrà presentar davant el Director de Física Mèdica i Protecció Radiològica de l'ICO.

Incompliments reiterats o que afectin a l'activitat assistencial de l'Hospital podran constituir causa de resolució anticipada del contracte.



Carles Muñoz Montplet

Director de Tecnologia Sanitària, Física Mèdica i Protecció Radiològica

Institut Català d'Oncologia

