

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT PREVENTIU DE
L'EQUIPAMENT PLASMAJET DE L'ÀREA QUIRÚRGICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques. CONDICIONS GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la contractació
2. Abast i requisits tècnics
3. Requeriments contractuals obligatoris
4. Import de licitació i forma de pagament
5. Durada del contracte

1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte de la contractació és el manteniment preventiu de l'equipament PLASMAJET utilitzat a l'àrea quirúrgica de l'Hospital Josep Trueta de Girona.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'abast de la contractació escau a l'equipament descrit en aquest punt, així com les seves especificacions tècniques i cobertures descrites.

- Visita de servei per a la realització del protocol de manteniment de calibració V3+
- Manteniment preventiu en conformitat amb els protocols establerts per fàbrica de tots els elements.
- El personal que realitzi els manteniments ha d'estar qualificat i amb formació acreditada pel fabricant original.
- Mà d'obra i desplaçament de la visita de manteniment preventiu han d'estar inclosos.
- Les actualitzacions de software de fàbrica necessàries per a mantenir l'equip en condicions de seguretat i qualitat.
- Manteniment tècnic legal.
- Calibratge de l'equip.
- Comprovacions funcionals de tot el sistema complet.
- Comprovacions de seguretat elèctrica de tot el sistema complet.
- Drenatge i neteja dels sistemes de refrigeració, capçal de la bomba interna, barres del refredador intern i sensors del circuit.

3. REQUERIMENTS CONTRACTUALS OBLIGATORIS

3.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de

tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

3.2. Actualització dels programaris dels equips

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, en cas que l'equip suporti un programari, mantenir-lo actualitzat durant el període del contracte.


4. IMPORT DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

El preu màxim de licitació és de 4.425,00 € sense IVA, i 5.354,25 € amb IVA inclòs.

5. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte està prevista des de la data de formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2026.

Girona, a maig de 2026

<p>Jaume Fernández Baró CAP UNITAT MANTENIMENT</p>	<p>Marc Rulló Besora RESPONSABLE SERVEI ELECTROMEDICINA</p> 
---	--