

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

ANNEX Valoració tècnica

Lot 1 - GBA164 - Lent intraocular monofocal esfèrica de tres peces. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi de rangs diòptrics de -10,0 D a +30,0 D		SI	
		NO	
Que disposi d'hàptics en forma C modificat de polietilmetacrilato (PMMA) de nucli blau		SI	
		NO	
Que sigui apta per a fixació escleral amb tècnica de Yamane		SI	
		NO	
Que diposi d'un disseny de vora posterior quadrada i vora anterior rodona		SI	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre de l'òptica de 6,0mm		SI	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre total de 13,0mm		SI	
		NO	
Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava		SI	
		NO	
Que sigui plegable		SI	
		NO	
Que estigui fabricat amb material acrílic hidròfob		SI	
		NO	
Que el disseny de l'òptica sigui biconvexa		SI	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 2 - GBA080 - Lent intraocular monofocal biconvexa asfèrica monobloc plegable precarregada. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi de rangs diòptrics de: -10,00D a +7,00D (amb increments d'1,00D) +8,00D a +30,00 D (amb increments d'0,50D) +31,00 D a +32,00 D ((amb increments d'1,00D)		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre total de 12,50mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un index de refracció d'1,51		SÍ	
		NO	
Que disposi d'una aberració esfèrica neutra		SÍ	
		NO	
Que sigui injectable mitjançant una incisió ≤ 2,20mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'hàptics en forma C-loop sense angulació i fenestrats per a una millor estabilitat dins el sac capsular		SÍ	
		NO	
Que disposi de vores quadrades de 360°		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre de l'òptica de 6,00mm		SÍ	
		NO	
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob		SÍ	
		NO	
Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 3 - GBA004 - Lent Intraocular tornejada asfèrica precarregada. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi d'un tractament superficial amb oxigen actiu a la cara posterior de la lent per a evitar la PCO		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un índex de refracció d'1,548		SÍ	
		NO	
Que disposi d'hàptics en forma C-loop modificada de superfície rugosa i una angulació de 0°		SÍ	
		NO	
Que disposi la punta de l'injector d'un diàmetre exterior frontal de màxim 1,70mm.		SÍ	
		NO	
Que disposi d'una aberració negativa de -0,18 µm		SÍ	
		NO	
Que disposi de rangs diòptrics de +6,00D a +30,0D		SÍ	
		NO	
Que sigui indicat per a tècnica MICS		SÍ	
		NO	
Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava		SÍ	
		NO	
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob		SÍ	
		NO	
Que la fixació sigui monobloc		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre total de 13,00mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre de l'òptica de 6,00mm		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 4 - GBA063 - Lent intraocular monofocal refractiva amb profunditat de focus precarregada. Estèril. Unitari

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix SÍ/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	-------------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi de rangs diòptrics +5,00D a +34,00D en increments de 0,5D		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un índex de refracció d'1,47		SÍ	
		NO	
Que disposi de la vora quadrada posterior esmerilada contínua de 360°		SÍ	
		NO	
Que disposi d'hàptics oberts desplaçats de la òptica en forma C-loop		SÍ	
		NO	
Que disposi de superfície anterior asfèrica d'ordre superior i que el disseny de la òptica sigui biconvexa		SÍ	
		NO	
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob		SÍ	
		NO	
Que sigui injectable mitjançant una incisió de entre 2,20mm a 2,40mm		SÍ	
		NO	
Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre de l'òptica de 6,00mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre total de 13,00mm		SÍ	
		NO	
Que la fixació sigui monobloc.		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 5 - GBA018 - Lent intraocular de cambra posterior monofocal asfèrica precarregada. Estèril. Unitari

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix SÍ/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que el disseny de l'òptica sigui biconvexa i recoberta d'heparina		SÍ	
		NO	
Que disposi de rangs diòptrics +0,00D a +34,00D en increments de 0,5D a tot el rang diòptric		SÍ	
		NO	
Que disposi de correcció d'aberració i sigui variable del centre a la perifèria de la lent		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un índex de refracció d'1,49		SÍ	
		NO	
Que disposi de filtre UV i filtre de llum blava		SÍ	
		NO	
Que disposi de disseny d'hàptics en C-loop amb vores quadrades i angulació 0º		SÍ	
		NO	
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob		SÍ	
		NO	
Que la fixació sigui monobloc		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre de l'òptica de 6,00mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre total de 13,00mm		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 6 - GBA065 - Lent intraocular tornejada de cambra posterior monofocal biconvexa asfèrica. Precarregada. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix SÍ/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi d'un diàmetre total de: 11.00mm en rang diòptric de 0D a +24.5D i de 10.75mm en rang diòptric de +25D a +30D		SÍ	
		NO	
Que disposi de diàmetre de l'òptica de: 6.00mm en rang diòptric de 0D a +24.5D i de 5.75mm en rang diòptric de 25D a 30D		SÍ	
		NO	
Que disposi d'una aberració negativa de -0.11µm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un índex de refracció d'1,53		SÍ	
		NO	
Que disposi de 4 hàptics tancats amb possibilitat de plegar-se		SÍ	
		NO	
Que disposi de vores quadrades en els 360° de la lent		SÍ	
		NO	
Que la fixació sigui monobloc.		SÍ	
		NO	
Que sigui injectable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm		SÍ	
		NO	
Que disposi de filtre UV i filtre de llum blava		SÍ	
		NO	
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 7 - GBA154 - Lent intraocular de superfície tòrica cònica transicional. Estèril. Precarregada. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi de rangs diòptrics +1,0D a +34,0D. Cilindre de 1 a 10D.		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un índex de refracció d'1,46		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre total de 12,5mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'una aberració esfèrica neutra		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre de l'òptica de 6,0mm		SÍ	
		NO	
Que disposi de vores quadrades en els 360° de la lent		SÍ	
		NO	
Que estigui fabricada amb material de monòmers acrílics híbrids: hidròfobs i hidròfils .		SÍ	
		NO	
Que sigui injectable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'hàptics amb angulació 0° en forma C-loop		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 8 - GBA012 - Lent intraocular multifocal amb rang complet de visió. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix SÍ/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi d'òptica multifocal refractiva amb disseny en espiral per aconseguir el menor percentatge de pèrdua de llum transmesa		SÍ	
		NO	
Que disposi de rangs diòptrics de +5D a +30D en increments de 0,5D		SÍ	
		NO	
Que disposi de tecnologia de correcció d'aberracions		SÍ	
		NO	
Que disposi de tecnologia de doble vora quadrada per evitar l'opacificació de la lent		SÍ	
		NO	
Que sigui injectable mitjançant una incisió de ≥ 2.2 mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un índex de refracció d'1,46		SÍ	
		NO	
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfil.		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre total de 12,5 mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre de l'òptica de 6 mm		SÍ	
		NO	
Que disposi de filtre UV		SÍ	
		NO	
Que disposi de 2 hàptics tancats en forma C-loop		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 9 - GBA081 - Lent intraocular monobloc acrílica ,hidròfoba, òptica biconvexa esfèrica de profunditat de focus estesa. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi d'un índex de refracció d'1,55		SÍ	
		NO	
Que disposi de rangs diòptrics de: +6,00D a +30,00 D (amb increments d'0,50D) +31,00 D a +34,00 D (amb increments d'1,00D)		SÍ	
		NO	
Que disposi d'una asfericitat de -0,20µm		SÍ	
		NO	
Que el disseny de l'òptica sigui per front d'onda per tal d'aconseguir una profunditat de focus constant, mantenint de manera consistent un perfil d'alteracions visuals similar al d'una lent monofocal		SÍ	
		NO	
Que disposi de la vora quadrada i polida, posterior de 360°		SÍ	
		NO	
Que disposi de 2 hàptics amb disseny de L modificada		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre de l'òptica de 6,0mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre total de 13mm		SÍ	
		NO	
Que sigui implantable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm		SÍ	
		NO	
Que disposi de filtre UV i filtre per llum blava		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPÓSIT I LA CESSIÓ DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIÓ AMB DESTÍ AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 10 - GBA030 - Anell de tensió capsular. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que l'injector de l'anell disposi d'una rosca dentada per a un millor control de la tècnica d'alliberament de l'anell.		SÍ	
		NO	
Que l'anell sigui de secció rodona i que hi hagi la disponibilitat d'anells amb secció quadrada		SÍ	
		NO	
Que l'injector de l'anell tingui la punta biselada quadrangular per a facilitar l'entrada en la incisió.		SÍ	
		NO	
La possibilitat de disposar de diferents anells amb diametres en obert de 10mm fins a 14mm amb increments d'1mm.		SÍ	
		NO	
Que l'anell estigui fabricat amb material de PMMA (polimetilmetacrilat) de grau mèdic		SÍ	
		NO	
Que disposi d'orificis de posicionament		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 11 - GBA072 - Lent intraocular hidròfoba acrílica monofocal de cambra posterior de rang molt ampli. Precarregada. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi de rangs diòptrics -5,00D a +40,00D (en increments de 1,00D) i per a +10,00D a +30,00D (en increments de +0,50D).		SÍ	
		NO	
Que disposi de hàptics amb angulació 0° en forma C-loop ranurats en tota la seva extensió per a una millor subjecció de la lent		SÍ	
		NO	
Que disposi de filtre UV i filtre de llum blava		SÍ	
		NO	
Que la fixació sigui monobloc.		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre de l'òptica de 6,0mm		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un diàmetre total de 13mm		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 12 - Implants no reabsorbibles per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i esteril

Codi	Descripció	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
GBA029	Implant de doble plat no reabsorbible per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i esteril			

ES VALORARÀ:

Que es potencii dues vies de drenatge: Trabecular (intraescleral i supraciliar) i uveoescleral. I que plegat incrementi el flux en aquestes vies.	SÍ	
	NO	
Que disposi de les mides 5,50mmX1,30mmX2,20mm	SÍ	
	NO	
Que estigui fabricat amb material d'hidroxietil Metacrilat (HEMA)	SÍ	
	NO	
Que disposi de osques laterals que permetin la seva fixació a la butxaca supracoroïdal sense necessitat de sutura	SÍ	
	NO	
Que disposi de 3 orificis de drenatge	SÍ	
	NO	

Codi	Descripció	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
GBA076	Implant d'un únic plat no reabsorbible per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i esteril			

ES VALORARÀ:

Que tingui forma trapezoïdal amb solcs sobre la seva superfície per facilitar el drenatge de l'humor aquós	SÍ	
	NO	
Que disposi de les mides 3,00mmX1,40mmX2,85mm	SÍ	
	NO	
Que estigui fabricat amb material d'hidroxietil Metacrilat (HEMA)	SÍ	
	NO	
Que disposi de 2 orificis un més petit de localització més anterior per poder-lo suturar i un altre més allargat i de localització més posterior per afavorir el manteniment del nou espai creat	SÍ	
	NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPÓSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTÍ AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 13 - GBA003 - Vàlvula glaucoma plat flexible. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix SÍ/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi de 3 orificis de drenatge i 2 orificis de fixació		SÍ	
		NO	
Que disposi de les següents dimensions el plat valvular, llargada:16mm, amplada:13mm i gruix:2,1mm		SÍ	
		NO	
Que el sistema valvular sigui no obstructiu per a prevenir l'excés de drenatge		SÍ	
		NO	
Que la dimensió de l'area total de la vàlvula sigui de 184,00mm ² per a una fàcil inserció		SÍ	
		NO	
Que el cos del plat de la vàlvula, tub drenatge i la vàlvula estiguin fabricats amb material de silicona de grau mèdic.		SÍ	
		NO	
Que el disseny de la vàlvula faci que el proces per a implantar-la sigui en un sol pas en el colapse de la càmera		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 14 - GBA068 - Dispositiu/Tub de microderivació per al drenatge de glaucoma. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix SÍ/NO	Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:			
Que estigui fabricat amb un material inert biocompatible anomenat SIBS (<i>polystyrene-block-isobutylene-block-styrene</i>)		SÍ	
		NO	
Que el dispositiu/tub disposi d'aletes triangulars que impedeixin la migració del tub a la cambra anterior.		SÍ	
		NO	
Que el diàmetre del lumen del dispositiu/tub estigui dissenyat per permetre el pas de les cèl·lules endotelials despreses, evitant així el risc de bloqueig i hipotonia,		SÍ	
		NO	
Que el dispositiu/tub medeixi 8,5 mm de llargada, amb 0,35 mm de diàmetre exterior i amb un lumen de 70 µm. Dispositiu de filtració transescleral ab-extern		SÍ	
		NO	
Que es disposi d'un sistema de microderivació compost per: <ul style="list-style-type: none"> • 1 dispositiu de microderivació / tub • 1 marcador escleral 3-20mm • 1 Agulla 25G • 1 Llapis de marcatge • 1 Cànula 23G • 1 Ganivet quirúrgic angulat 1mm 		SÍ	
		NO	
Que el dispositiu/tub permeti el flux aquós des de la cambra anterior fins a l'espai subconjuntival/Tenon		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 15 - Dispositiu/Tub de gel per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril.

Codi	Descripció	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
GBA048	Dispositiu/Tub de gel diàmetre intern 45µm per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril.			

ES VALORARÀ:

Que estigui fabricat amb material compost per una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tub, i després reticulada amb glutaraldehyd.		SÍ	
		NO	
Que el dispositiu/tub mideixi 6 mm de llargada, amb 150 µm de diàmetre extern.		SÍ	
		NO	
Que el dispositiu/tub permeti implantar-se individualment per al procediment de drenatge del galucoma o conjuntament amb cirurgia de cataractes		SÍ	
		NO	
Que permeti reduir la pressió intraocular en pacients amb glaucoma primari d'angle obert		SÍ	
		NO	
Que l'injector on va el dispositiu/tub precarregat incorpori una agulla retractil de 27G		SÍ	
		NO	

Codi	Descripció	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
GBA071	Dispositiu/Tub de gel diàmetre intern 63µm per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril.			

ES VALORARÀ:

Que estigui fabricat amb material compost per una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tub, i després reticulada amb glutaraldehyd.		SÍ	
		NO	
Que el dispositiu/tub mideixi 6 mm de llargada, amb 150 µm de diàmetre extern.		SÍ	
		NO	
Que el dispositiu/tub permeti implantar-se individualment per al procediment de drenatge del galucoma o conjuntament amb cirurgia de cataractes		SÍ	
		NO	
Que permeti reduir la pressió intraocular en pacients amb glaucoma primari d'angle obert		SÍ	
		NO	
Que l'injector on va el dispositiu/tub precarregat incorpori una agulla retractil de 27G		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 16 - GBA070 - Dispositiu de micro-bypass per al tractament del glaucoma. Precarregat. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix SÍ/NO	Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:			
Que el dispositiu estigui compost de 2 stents precarregats en peça de ma.		SÍ	
		NO	
Que els stents estiguin fabricats amb material de titani de grau mèdic i amb revestiment d'heparina		SÍ	
		NO	
Que el stent disposi de 4 sortides de fluid laterals i una sortida central		SÍ	
		NO	
Que la mida del diàmetre lumen intern del tub sigui de 80 µm.		SÍ	
		NO	
Que el dispositiu permeti implantar tots 2 stents en un sol pas mitjançant una única incisió		SÍ	
		NO	
Que permeti reduir la pressió intraocular en pacients a qui s'ha diagnosticat glaucoma primari d'angle obert, glaucoma pseudoexfoliatiu o glaucoma pigmentari.		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIO CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIO DEL SEU DIPOSIT I LA CESSIO DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIO AMB DESTI AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lot 17 - GBA078 - Implant de drenatge de flux lliure (sense vàlvula) microtub. Estèril. Unitari.

CRITERIS	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	Compleix SÍ/NO	Marcar amb una "X"
----------	--	----------------	--------------------

ES VALORARÀ:

Que disposi de microtub amb un diàmetre intern de 127 µm i diàmetre extern de 467 µm.		SÍ	
		NO	
Que l'implant tingui una longitud de 44,9mm i una amplada de 23mm		SÍ	
		NO	
Que la mida de calibre intern petit generi una resistència d'alt fluxe i eviti la hipotonia temprana		SÍ	
		NO	
Que l'implant estigui totalment fabricat amb material de silicó de grau mèdic		SÍ	
		NO	
Que la superfície de placa extraocular sigui de 342,1mm ²		SÍ	
		NO	
Que disposi d'un disseny d'endoplat optimitzat que permeti més àrea disponible per a la filtració aquosa.		SÍ	
		NO	

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIÓ CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIÓ DEL SEU DIPÒSIT I LA CESSIÓ DE L'INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIÓ AMB DESTÍ AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

ANNEX Criteris mediambientals del producte

Descripció	Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2	SÍ/NO	Marcar amb una "X"
*Que sigui un producte Eco dissenyat (sota la Norma ISO 14006 anteriorment UNE 150301).		SÍ	
		NO	
**Que compleixi amb els criteris d'alguna de les etiquetes ecològiques o declaracions ambientals (sota les normes actualment incloses en la sèrie ISO 14020) que es detallen a continuació: Etiquetatge Tipus I: Ecoetiquetes segons especificacions ISO 14024 (Com Nòrdic Swan, Etiqueta Ecològica de la Unió Europea o equivalent). sistemes voluntaris de qualificació ambiental que certifiquen de forma oficial que els productes tenen un menor efecte negatiu sobre l'ambient. Etiquetatge Tipus II: Auto declaracions segons especificacions ISO 14021. Mitjançant aquestes ecoetiquetes, es fa saber al possible comprador que el producte o servei és amigable amb el medi ambient. Així, aquestes ecoetiquetes, proporcionen al consumidor la informació necessària sobre possibles efectes ambientals deguts al consum o l'ús d'aquest producte Etiquetatge Tipus III: Declaracions ambientals de producte segons especificacions ISO 14025 i la ISO 14040. Són quantificacions mediambientals sobre l'anàlisi del cicle de vida dels productes.		SÍ	
		NO	

**El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una declaració responsable indicant els criteris ambientals del producte i l'envasat.*

***El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de la corresponent eco etiqueta, certificació o document acreditatiu.*