

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

ANEXO Valoración técnica

Lote 1 - GBA164 - Lente intraocular monofocal esférica de tres piezas. Estéril. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de rangos dióptricos de -10,0 D a +30,0 D		SÍ	
		NO	
Que disponga de hápticos en forma C modificado de polietilmetacrilato (PMMA) de núcleo azul		SÍ	
		NO	
Que sea apta para fijación escleral con técnica de Yamane		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diseño de borde posterior cuadrado y borde anterior redonda		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,0mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro total de 13,0mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de filtro UV y sin filtro de luz azul		SÍ	
		NO	
Que sea plegable		SÍ	
		NO	
Que esté fabricado con material acrílico hidrófobo		SÍ	
		NO	
Que el diseño de la óptica sea biconvexa		SÍ	
		NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 2 - GBA080 - Lente intraocular monofocal biconvexa esférica monobloque plegable precargada. Estéril. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de rangos dióptricos de : -10,00D a +7,00D (con incrementos de 1,00D) +8,00D a +30,00 D (con incrementos de 0,50D) +31,00 D a +32,00 D (con incrementos de 1,00D)	SÍ	
	NO	
Que disponga de un diámetro total de 12,50mm	SÍ	
	NO	
Que disponga de un índice de refracción de 1,51	SÍ	
	NO	
Que disponga de una aberración esférica neutra	SÍ	
	NO	
Que sea inyectable mediante una incisión \leq 2,20mm	SÍ	
	NO	
Que disponga de hápticos en forma C-loop sin angulación y fenestrados para una mejor estabilidad dentro del saco capsular	SÍ	
	NO	
Que disponga de bordes cuadrados de 360º	SÍ	
	NO	
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,00mm	SÍ	
	NO	
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo	SÍ	
	NO	
Que disponga de filtro UV y sin filtro de luz azul	SÍ	
	NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 3 - GBA004 - Lente Intraocular torneada esférica precargada. Estéril. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple Sí/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	--------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de un tratamiento superficial con oxígeno activo en la cara posterior de la lente para evitar la PCO		Sí	
		NO	
Que disponga de un índice de refracción de 1,548		Sí	
		NO	
Que disponga de hápticos en forma C-loop modificada de superficie rugosa y una angulación de 0º		Sí	
		NO	
Que disponga la punta del inyector de un diámetro exterior frontal de máximo 1,70mm.		Sí	
		NO	
Que disponga de una aberración negativa de - 0,18 µm		Sí	
		NO	
Que disponga de rangos dióptricos de + 6,00D a +30,0D		Sí	
		NO	
Que sea indicado para técnica MICS		Sí	
		NO	
Que disponga de filtro UV y sin filtro de luz azul		Sí	
		NO	
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo		Sí	
		NO	
Que la fijación sea monobloque		Sí	
		NO	
Que disponga de un diámetro total de 13,00mm		Sí	
		NO	
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,00mm		Sí	
		NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 4 - GBA063 - Lente intraocular monofocal refractiva con profundidad de foco precargada. Estéril. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de rangos dióptricos +5,00D a +34,00D en incrementos de 0,5D		SÍ	
		NO	
Que disponga de un índice de refracción de 1,47		SÍ	
		NO	
Que disponga del borde cuadrado posterior esmerilado continuo de 360°		SÍ	
		NO	
Que disponga de hápticos abiertos desplazados de la óptica en forma C-loop		SÍ	
		NO	
Que disponga de superficie anterior esférica de orden superior y que el diseño de la óptica sea biconvexa		SÍ	
		NO	
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo		SÍ	
		NO	
Que sea inyectable mediante una incisión de entre 2,20mm a 2,40mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de filtro UV y sin filtro de luz azul		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,00mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro total de 13,00mm		SÍ	
		NO	
Que la fijación sea monobloque-		SÍ	
		NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 5 - GBA018 - Lente intraocular de cámara trasera monofocal asférica precargada. Estéril. Unitario

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple Sí/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	--------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que el diseño de la óptica sea biconvexa y recubierta de heparina		SÍ	
		NO	
Que disponga de rangos dióptricos +0,00D a +34,00D en incrementos de 0,5D en todo el rango dióptrico		SÍ	
		NO	
Que disponga de corrección de aberración y sea variable del centro a la periferia de la lente		SÍ	
		NO	
Que disponga de un índice de refracción de 1,49		SÍ	
		NO	
Que disponga de filtro UV y filtro de luz azul		SÍ	
		NO	
Que disponga de diseño de hápticos en C-loop con bordes cuadrados y angulación 0º		SÍ	
		NO	
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo		SÍ	
		NO	
Que la fijación sea monobloque		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,00mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro total de 13,00mm		SÍ	
		NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 6 - GBA065 - Lente intraocular torneada de cámara trasera monofocal esférica precargada. Estéril. Unitario

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:			
Que disponga de un diámetro total de 11.00mm en rango dióptrico de 0D a +24.5D y de 10.75mm en rango dióptrico de +25D a +30D		SÍ NO	
Que disponga de diámetro de la óptica de: 6.00mm en rango dióptrico de 0D a +24.5D y de 5.75mm en rango dióptrico de 25D a 30D		SÍ NO	
Que disponga de una aberración negativa de -0.11µm		SÍ NO	
Que disponga de un índice de refracción de 1,53		SÍ NO	
Que disponga de 4 hápticos cerrados con posibilidad de plegarse		SÍ NO	
Que disponga de bordes cuadrados en los 360º de la lente		SÍ NO	
Que la fijación sea monobloque.		SÍ NO	
Que sea inyectable mediante una incisión de ≥2.2 mm		SÍ NO	
Que disponga de filtro UV y filtro de luz azul		SÍ NO	
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo		SÍ NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 7 - GBA154 - Lente intraocular de superficie tórica cónica transicional. Estéril. Precargada. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de rangos dióptricos + 1,0D a +34,0D. Cilindro de 1 a 10D.		SÍ	
		NO	
Que disponga de un índice de refracción de 1,46		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro total de 12,5mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de una aberración esférica neutra		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,0mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de bordes cuadrados en los 360º de la lente		SÍ	
		NO	
Que esté fabricada con material de monómeros acrílicos híbridos: hidrófobos e hidrófilos		SÍ	
		NO	
Que sea inyectable mediante una incisión de ≥ 2.2 mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de hápticos con angulación 0º en forma C-loop		SÍ	
		NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 8 - GBA012 -Lente intraocular multifocal con rango completo de visión. Estéril. Unitario

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de óptica multifocal refractiva con diseño en espiral para conseguir el menor porcentaje de pérdida de luz transmitida	SÍ	
	NO	
Que disponga de rangos dióptricos de +5D a +30D en incrementos de 0,5D	SÍ	
	NO	
Que disponga de tecnología de corrección de aberraciones	SÍ	
	NO	
Que disponga de tecnología de doble borde cuadrado para evitar la opacificación de la lente	SÍ	
	NO	
Que sea inyectable mediante una incisión de ≥ 2.2 mm	SÍ	
	NO	
Que disponga de un índice de refracción de 1,46	SÍ	
	NO	
Que esté fabricada con material acrílico hidrófilo.	SÍ	
	NO	
Que disponga de un diámetro total de 12,5 mm	SÍ	
	NO	
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6 mm	SÍ	
	NO	
Que disponga de filtro UV	SÍ	
	NO	
Que disponga de 2 hápticos cerrados en forma C-loop	SÍ	
	NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 9 - GBA081 - Lente intraocular monobloque acrílica, hidrófoba, óptica biconvexa esférica de profundidad de foco extendida. Estéril. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de un índice de refracción de 1,55		SÍ	
		NO	
Que disponga de rangos dióptricos de: +6,00D a +30,00D (con incrementos de 0,50D) +31,00 D a +34,00 D (con incrementos de 1,00 D)		SÍ	
		NO	
Que disponga de una asfericidad de -0,20µm		SÍ	
		NO	
Que el diseño de la óptica sea por frente de onda para conseguir una profundidad de foco constante, manteniendo de forma consistente un perfil de alteraciones visuales similar al de una lente monofocal		SÍ	
		NO	
Que disponga del borde cuadrado y pulido, posterior de 360°		SÍ	
		NO	
Que disponga de 2 hápticos con diseño de L modificada		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,0mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro total de 13mm		SÍ	
		NO	
Que sea inyectable mediante una incisión de ≥2.2		SÍ	
		NO	
Que disponga de filtro UV y filtro por luz azul		SÍ	
		NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 10 - GBA030 - Anillo de tensión capsular precargado. Estéril. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que el inyector del anillo disponga de una rosca dentada para un mejor control de la técnica de liberación del anillo.		SÍ	
		NO	
Que el anillo sea de sección redonda y que exista la disponibilidad de anillos con sección cuadrada		SÍ	
		NO	
Que el inyector del anillo tenga la punta biselada cuadrangular para facilitar la entrada en la incisión.		SÍ	
		NO	
La posibilidad de disponer de diferentes anillos con diámetros en abierto de 10mm hasta 14mm con incrementos de 1mm.		SÍ	
		NO	
Que el anillo esté fabricado con material de PMMA (polietilmetacrilato) de grado médico		SÍ	
		NO	
Que disponga de orificios de posicionamiento		SÍ	
		NO	

SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA, LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lote 11 - GBA072 - Lente intraocular hidrófoba acrílica monofocal de cámara trasera de rango muy amplio. Precargada. Estéril. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de rangos dióptricos - 5,00D a + 40,00D (en incrementos de 1,00D) y para +10,00D a +30,00D (en incrementos de +0,50D).		SÍ	
		NO	
Que disponga de hápticos con angulación 0º en forma C-loop ranurados en toda su extensión para una mejor sujeción de la lente		SÍ	
		NO	
Que disponga de filtro UV y filtro de luz azul		SÍ	
		NO	
Que la fijación sea monobloque-		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,0mm		SÍ	
		NO	
Que disponga de un diámetro total de 13mm		SÍ	
		NO	

SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA, LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lote 12 - Implantes no reabsorbibles para procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP). Vial individual y estéril.

Codigo	Descripción	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Compleix SÍ/NO	Marcar amb una "X"
GBA029	Implante de doble plato no reabsorbible para procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP). Vial individual y estéril.			

SE VALORARÁ:

Que se potencie dos vías de drenaje: Trabecular (intraescleral y supraciliar) y uveoescleral. Y que plegado incremente el flujo en estas vías.		SÍ	
		NO	
Que disponga de las medidas 5,50mmX1,30mmX2,20mm		SÍ	
		NO	
Que esté fabricado con material de hidroxietil Metacrilato (HEMA)		SÍ	
		NO	
Que disponga de muescas laterales que permitan su fijación al bolsillo supracoroidal sin necesidad de sutura		SÍ	
		NO	
Que disponga de 3 orificios de drenaje		SÍ	
		NO	

Codigo	Descripción	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
GBA076	Implante de un único plato no reabsorbible para procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP). Vial individual y estéril.			

SE VALORARÁ:

Que tenga forma trapezoidal con surcos sobre su superficie para facilitar el drenaje del humor acuoso		SÍ	
		NO	
Que disponga de las medidas 3,00mmX1,40mmX2,85mm		SÍ	
		NO	
Que esté fabricado con material de hidroxietil Metacrilato (HEMA)		SÍ	
		NO	
Que disponga de 2 orificios uno más pequeño de localización más anterior para poder suturarlo y otro más alargado y de localización más posterior para favorecer el mantenimiento del nuevo espacio creado		SÍ	
		NO	

SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA, LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lote 13 - GBA003 - Válvula glaucoma plato flexible. Estéril. Unitario. Un solo uso.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de 3 orificios de drenaje y 2 orificios de fijación		SÍ	
		NO	
Que disponga de las siguientes dimensiones el plato valvular, longitud: 16mm, anchura: 13mm y grosor: 2,1mm		SÍ	
		NO	
Que el sistema valvular sea no obstructivo para prevenir el exceso de drenaje		SÍ	
		NO	
Que la dimensión del área total de la válvula sea de 184,00mm ² para una fácil inserción		SÍ	
		NO	
Que el cuerpo del plato de la válvula, tubo drenaje y la válvula estén fabricados con material de silicona de grado médico.		SÍ	
		NO	
Que el diseño de la válvula haga que el proceso para implantarla sea en un solo paso en el colapso de la cámara.		SÍ	
		NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 14 - GBA068 - Dispositivo/Tubo de microderivación para el drenaje de glaucoma. Estéril. Unitario

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
Que esté fabricado con un material inerte biocompatible llamado SIBS (<i>polystyrene-block-isobutylene-block-styrene</i>)		SÍ	
		NO	
Que el dispositivo/tubo disponga de aletas triangulares que impidan la migración del tubo a la cámara anterior-		SÍ	
		NO	
Que el diámetro del lumen del dispositivo/tubo esté diseñado para permitir el paso de las células endoteliales desprendidas, evitando así el riesgo de bloqueo e hipotonía		SÍ	
		NO	
Que el dispositivo/tubo mida 8,5 mm de longitud, con 0,35 mm de diámetro exterior y con un lumen de 70 µm. Dispositivo de filtración transescleral ab-externo		SÍ	
		NO	
Que se disponga de un sistema de microderivación compuesto por: • 1 dispositivo de microderivación / tubo • 1 marcador escleral 3-20mm • 1 Aguja 25G • 1 Lápiz de marcaje • 1 Cánula 23G • 1 Cuchillo quirúrgico angulado 1mm		SÍ	
		NO	
Que el dispositivo/tubo permita el flujo acuoso desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival/Tenon		SÍ	
		NO	

SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA, LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Lote 15 - Dispositivo/Tubo de gel para el drenaje de glaucoma. Precargado. Unitario. Estéril.

Código	Descripción	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Compleix Sí/NO	Marcar amb una "X"
GBA048	Dispositivo/Tubo de gel diámetro interno 45µm para el drenaje de glaucoma. Precargado. Unitario. Estéril.			

SE VALORARÁ:

Que esté fabricado con material compuesto por una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tubo, y luego reticulada con glutaraldehído.		SÍ	
		NO	
Que el dispositivo/tubo mida 6 mm de longitud, con 150 µm de diámetro externo.		SÍ	
		NO	
Que el dispositivo/tubo permita implantarse individualmente para el procedimiento de drenaje del glaucoma o conjuntamente con cirugía de cataratas		SÍ	
		NO	
Que permita reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto		SÍ	
		NO	
Que el inyector donde va el dispositivo/tubo precargado incorpore una aguja retráctil de 27G		SÍ	
		NO	

Código	Descripción	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple Sí/NO	Marcar con una "X"
GBA071	Dispositivo/Tubo de gel diámetro interno 63µm para el drenaje de glaucoma. Precargado. Unitario. Estéril.			

SE VALORARÁ:

Que esté fabricado con material compuesto por una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tubo, y luego reticulada con glutaraldehído.		SÍ	
		NO	
Que el dispositivo/tubo mida 6 mm de longitud, con 170 µm de diámetro externo.		SÍ	
		NO	
Que el dispositivo/tubo permita implantarse individualmente para el procedimiento de drenaje del glaucoma o conjuntamente con cirugía de cataratas		SÍ	
		NO	
Que permita reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto		SÍ	
		NO	
Que el inyector donde va el dispositivo/tubo precargado incorpore una aguja retráctil de 27G		SÍ	
		NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 16 - GBA070 - Dispositivo de micro-bypass para el tratamiento del glaucoma. Precargado. Estéril. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple SÍ/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	-----------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que el dispositivo esté compuesto de 2 stents precargados en pieza de mano.		SÍ	
		NO	
Que los stents estén fabricados con material de titanio de grado médico y con revestimiento de heparina		SÍ	
		NO	
Que el stent disponga de 4 salidas de fluido laterales y una salida central		SÍ	
		NO	
Que el tamaño del diámetro lumen interno del tubo sea de 80 µm.		SÍ	
		NO	
Que el dispositivo permita implantar los 2 stents en un solo paso mediante una única incisión		SÍ	
		NO	
Que permita reducir la presión intraocular en pacientes a los que se ha diagnosticado glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma pseudoexfoliativo o glaucoma pigmentario.		SÍ	
		NO	

**SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA,
LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

Lote 17 - GBA078 - Implante de drenaje de flujo libre (sin válvula) microtubo. Estéril. Unitario.

CRITERIOS	Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2	Cumple Sí/NO	Marcar con una "X"
-----------	---	--------------	--------------------

SE VALORARÁ:

Que disponga de microtubo con un diámetro interno de 127 µm y diámetro externo de 467 µm.		Sí	
		NO	
Que el implante tenga una longitud de 44,9mm y una anchura de 23mm		Sí	
		NO	
Que el tamaño de calibre interno pequeño genere una resistencia de alto flujo y evite la hipotonía temprana		Sí	
		NO	
Que el implante esté totalmente fabricado con material de silicona de grado médico		Sí	
		NO	
Que la superficie de placa extraocular sea de 342,1mm²		Sí	
		NO	
Que disponga de un diseño de endoplato optimizado que permita más área disponible para la filtración acuosa.		Sí	
		NO	