



INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE O MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Núm. expedient: CS/AH02/1101472498/26/PO
Òrgan gestor: Hospital Universitari de Bellvitge
Objecte del contracte: *Subministrament d'un telecomandament digital per la nova sala de diagnòstic per la imatge de l'Hospital Universitari de Bellvitge.*
Tipus: Subministrament
Procediment d'adjudicació: Obert

1. Introducció i justificació de la necessitat

L'Institut Català de la Salut (ICS) és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb gairebé 40.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el territori. L'ICS gestiona 283 equips d'atenció primària (EAP). L'Institut també gestiona hospitals (Vall d'Hebron, Bellvitge i Germans Trias, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa i Viladecans).

Com a entitat de referència del sistema sanitari públic de Catalunya, l'ICS té l'objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, a través de la promoció dels hàbits saludables, de la prevenció dels problemes de salut i del tractament de les malalties, des de les més banals fins a les requereixen un abordatge més complex.

A més, juntament amb l'activitat assistencial, l'ICS du a terme una intensa tasca investigadora, a través dels set instituts de recerca integrats als seus centres hospitalaris i d'atenció primària. La investigació que duen a terme els professionals de l'ICS s'orienta a donar resposta a preguntes sorgides de la pràctica clínica, de manera que els resultats científics tenen la voluntat de revertir en la millora de la salut de les persones. El mateix passa amb la docència. L'ICS és capdavanter en la formació dels professionals de demà a Catalunya. En els seus centres es formen 2.300 professionals de 51 especialitats diferents en ciències de la salut i 4.500 alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres disciplines. A més, l'Institut també desenvolupa programes de formació continuada adreçada a tots els col·lectius professionals. Tot plegat, per seguir fent de l'ICS una empresa líder, al servei dels ciutadans.

L'Hospital Universitari de Bellvitge es defineix com hospital en xarxa i té com a prioritats estratègiques la millora de l'experiència de l'usuari, el desenvolupament dels professionals, el treball en xarxa, la innovació, la recerca i la docència i la difusió dels resultats.

La present licitació respon a la necessitat de garantir la disponibilitat d'un telecomandament digital adequat per cobrir les necessitats diagnòstiques i intervencionistes del servei, assegurant una assistència segura, contínua i d'acord amb els estàndards clínics vigents. Així mateix, la renovació d'aquest equipament permetrà adequar la dotació tecnològica de la unitat a les exigències assistencials actuals i a l'evolució de l'activitat clínica.

Actualment, l'equip en qüestió es troba oficialment en estat "End of Life" segons informe del fabricant Philips Healthcare. Aquesta situació implica la fi del subministrament de recanvis i de



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
14/05/2026,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 15/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF

Data creació còpia:
15/05/2026 12:08:54

Pàgina 1 de 11



suport tècnic. En concret, no hi ha existència dels components essencials (servo i potenciòmetre), la qual cosa impossibilita la seva reparació i limita greument la seva funcionalitat, especialment en el moviment del “tilt”, amb avaria intermitent actualment, imprescindible per a la correcta realització de múltiples procediments radiogràfics. El fabricant recomana explícitament la substitució de l’equip per un model actual amb recanvis disponibles i suport garantit.

Tot i que l’equip encara no ha estat formalment donat de baixa, la seva situació actual és de supervivència tècnica, mantenint-se amb funcionalitats limitades i un risc elevat de fallida definitiva. Aquesta circumstància genera una dependència crítica i una vulnerabilitat inacceptable en un hospital de tercer nivell, on la disponibilitat i la fiabilitat dels equipaments diagnòstics és un requisit essencial per a l’atenció als pacients.

Aquest és l’únic equipament d’aquestes característiques al nostre hospital, i és fonamental per a la realització de diverses exploracions diagnòstiques: proves digestives (trànsit intestinal, enema de còlon, estudis de deglució), urològiques (urografia intravenosa, cistografia, fistulografia) i ginecològiques (colecistografia, histerosalpingografia), entre d’altres. La seva inoperativitat deixaria sense cobertura diagnòstica aquestes àrees, afectant de forma directa la qualitat assistencial i la capacitat resolutiva del centre. La substitució de l’equip és, per tant, una actuació necessària per garantir la continuïtat de l’activitat, la seguretat dels pacients i el correcte funcionament del servei.

En el marc del Programa de suport a la renovació tecnològica (PERT) es rep subvenció per a la renovació d’equipament divers del centre que, en cada cas, compleix amb els límits d’edat definits. Es proposa la renovació de l’equipament descrit per substituir els equips obsolets que hi ha actualment i complir amb els requeriments assistencials actuals

Per tot l’anterior, és del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins institucionals de l’Institut Català de la Salut, l’adquisició d’un *telecomandament digital per la nova sala de diagnòstic per la imatge de l’Hospital Universitari de Bellvitge*.

2. Naturalesa i extensió del contracte

L’objecte del contracte consisteix en el *subministrament d’un telecomandament digital per la nova sala de diagnòstic per la imatge de l’Hospital Universitari de Bellvitge* com consta a l’Annex I.

D’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) no s’ha fraccionat el contracte per tal d’evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació.

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d’un contracte de subministraments, d’acord amb l’article 16 de la LCSP.



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
14/05/2026,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 15/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF

Data creació còpia:
15/05/2026 12:08:54

Pàgina 2 de 11



3. Divisió en lots

L'objecte de la contractació es refereix al subministrament d'un article específic, fet que impossibilita la determinació de lots en la contractació.

4. Procediment d'adjudicació

El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació d'acord amb l'article 122 de la LCSP, ha estat aprovat pel director gerent del ICS.

El procediment de licitació serà l'obert, d'acord amb el que disposa l'article 156 en relació amb l'article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. L'elecció d'aquest procediment ha estat fruit de la voluntat de l'òrgan de contractació de promoure al màxim la concurrència a la licitació tenint en compte la naturalesa de l'objecte del contracte.

5. Durada

D'acord amb l'article 29 de la LCSP, i amb les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre'n la realització periòdicament a concurrència, així com les peculiaritats i característiques del sector d'activitat de l'HUB, el termini d'execució s'ha establert en un màxim de 4 mesos des de la signatura del contracte, i de 3 setmanes d'instal·lació, una vegada lliurat l'equipament

Cal tenir en compte que l'execució de les tasques resta condicionada als terminis d'execució de l'obra, de manera que l'hospital podrà sol·licitar l'ajornament de l'inici de les tasques d'instal·lació i lliurament en funció de l'evolució del projecte.

6. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuais.

El pressupost base de licitació s'ha determinat en 315.000,00 euros sense IVA (381.150,00 € euros amb IVA) i un valor estimat de contracte de 315.000,00 euros IVA exclòs, i el contracte resta condicionat a la corresponent disponibilitat de crèdit per part de l'entitat subvencionadora.



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
14/05/2026,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 15/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF

Data creació còpia:
15/05/2026 12:08:54

Pàgina 3 de 11



L'import total es desglossa de la següent manera:

Concepte	Import sense IVA	Import amb IVA
Telecomandament Digital	315.000,00€	381.150,00€
TOTAL	315.000,00€	381.150,00 €

7. Criteris de selecció del contractista

a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

La solvència econòmica i financera que s'exigeix per a aquest contracte consisteix en:

Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit d'activitat corresponent a l'objecte del contracte, referit als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari.

L'acreditació del compliment d'aquest criteri es farà amb l'aportació d'una declaració de l'empresari del volum de negocis dels tres últims exercicis o mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.

Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra global de negocis per un import mitjà igual o superior al del pressupost total de licitació dels lots i/o articles als que licitin.

La solvència tècnica i professional que s'exigeix per a aquest contracte és la següent:

Tenint en compte que l'objecte del contracte és *el subministrament d'un telecomandament digital per la nova sala de diagnòstic per la imatge de l'Hospital Universitari de Bellvitge*, s'exigeix la següent:

Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims exercicis, indicant-ne l'import, les dates i el destinatari públic o privat d'aquests.

Només es tindran en compte per acreditar la solvència tècnica els subministraments efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte, i que estiguin acreditats mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest últim certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
14/05/2026,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 15/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF

Data creació còpia:
15/05/2026 12:08:54

Pàgina 4 de 11



Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que acreditin ser subministradores durant els tres últims exercicis, per un import mitjà que correspongui com a mínim a la meitat del pressupost total dels lots i/o articles als que licitin, en l'àmbit de l'activitat corresponent a l'objecte del contracte.

Per determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte es tindran en compte els tres primers dígit dels codis respectius de la CPV.

b. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució requerides a la licitació, el contingut els quals estan desenvolupats a l'annex 7, són les següents:

1. Garantia de subministrament.
2. Condicions socials i el compliment del Pla d'igualtat
3. Condicions d'ètica en la contractació

Les condicions especials d'execució anteriors responen a la necessitat de garantir al màxim el compliment del contracte i que s'executi d'acord amb els requeriments establerts en els plecs donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la gestió assistencial sanitària repercutint directament en perjudici de la societat. Per aquest motiu, es qualifiquen com a obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si existeix incompliment, les penalitats que s'inclouen al Plec de clàusules administratives.

c. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris d'adjudicació proposats es troben recollits com annex I el present informe i la seva configuració respon a la voluntat d'aconseguir la millor relació qualitat preu en l'adjudicació del contracte, a través de criteris econòmics i qualitatius.

Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

8. Responsable del contracte

El responsable del contracte serà *Germán Romero Avilés, Director d'Infraestructures i Serveis Generals* de l'Hospital Universitari de Bellvitge.



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
14/05/2026,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 15/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF

Data creació còpia:
15/05/2026 12:08:54

Pàgina 5 de 11



L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

Germán Romero Avilés
Director d'Infraestructures i Serveis Generals
Hospital Universitari de Bellvitge

Cristina Capdevila Aguilera
Gerent
Hospital Universitari de Bellvitge- Hospital de
Viladecans



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
14/05/2026,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 15/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF

Data creació còpia:
15/05/2026 12:08:54

Pàgina 6 de 11



ANNEX I – PLA DE NECESSITATS

DESCRIPCIÓ	UNITATS	IMPORT MÀXIM UNITARI S/IVA	IMPORT MÀXIM LICITACIÓ S/IVA	IMPORT MÀXIM LICITACIÓ A/IVA
Telecomandament Digital	1	315.000,00€	315.000,00€	381.150,00€

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
14/05/2026,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 15/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF

Data creació còpia:
15/05/2026 12:08:54

Pàgina 7 de 11

ANNEX II

Criteris adjudicació

Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s'han fixat en base al que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

A. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (MÀXIM 100 PUNTS):

SOBRE 3		PUNTUACIÓ
A. CRITERIS RELACIONATS AMB ELS COSTOS		
A.1	Preu de l'oferta	Fins a 70 punts
TOTAL PUNTS CRITERIS A		70 PUNTS
SOBRE 2		PUNTUACIÓ
B CRITERIS TÈCNICS VALORABLES AUTOMATICAMENT		
B.1	Mida del detector superior a 35X40 cm	Fins a 5 punts
B.2	Cono de compressió motoritzat integrat en el equip	Fins a 5 punts
B.3	Altura mínima para el accés del pacient inferior a 53 cm.	Fins a 5 punts
B.4	Monitor de 55" a color en la sala d'exploració amb suport movil rail al sostre (no dos petits).	Fins a 2 punts
B.5	Mida del pixel sigui inferior a 150 Micres.	Fins a 5 punts
B.6	Consola de la taula sigui desmuntable i que inclogui les funcions del control dels moviments (taula tub), i que guardi les autoposicions i ajustes del col.limador i filtres.	Fins a 3 punts
B.7	Incloure accessori de suport de cadira per estudis de defecografia.	Fins a 5 punts
TOTAL PUNTS CRITERIS B		30 PUNTS
PUNTUACIÓ TOTAL		100 PUNTS





CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (SOBRE 3)

A. Criteris relacionats amb els Costos

A.1. Preu de l'oferta

Caldrà que els licitadors presentin la seva millor proposició econòmica atenent al contingut del plec de prescripcions tècniques.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{I_L} \right) x \left(\frac{1}{V_p} \right) \right] x P$
<p>On: P_v = Puntuació de l'oferta a valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar. I_L = Import de licitació. V_P = Valor de Ponderació. En aquest cas VP Ordinari=1</p>

B. Criteris tècnics de valoració automàtica (sobre 2)

	SOBRE 2	PUNTUACIÓ
B CRITERIS TÈCNICS VALORABLES AUTOMATICAMENT		
B.1	<p>Mida del detector superior a 35X40 cm.</p> <p>Justificació: Obtenir un camp de visió més ampli en cada adquisició, de manera que es pot cobrir més anatomia sense haver de fer tantes preses ni reposicionar tant el pacient, reduint el temps d'exploració, minimitzant errors per desalineació i disminuint la dosi acumulada. També aporta més versatilitat clínica, perquè facilita estudiar pacients grans o zones anatòmiques extenses amb més comoditat i amb menys necessitat de fer muntatges complexos, fent que millori la fluïdesa de treball i permeti una exploració més homogènia i previsible.</p>	<p>SI: 5 punts No: 0 punts</p>
B.2	<p>Cono de compressió motoritzat integrat en el equip.</p> <p>Justificació: Permet aplicar la compressió de manera més precisa, estable i repetible sense necessitat d'ajust manual constant, millorant la qualitat de la imatge, reduint</p>	<p>SI: 5 punts No: 0 punts</p>

	Doc. original signat per: Germán Romero Avilés 14/05/2026, CRISTINA CAPDEVILA AGUILERA 15/05/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032	Data creació còpia: 15/05/2026 12:08:54
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ		
		09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF	

	<p>moviments i repeticions, i ajudant a obtenir exploracions més homogènies amb menys variabilitat entre operadors. Al tenir la integració dins de l'equip aporta més agilitat de treball i menys manipulació per part del personal, cosa que facilita el flux assistencial i redueix el temps de preparació de cada estudi. També és un avantatge en termes d'ergonomia i seguretat, perquè l'operador té més control sobre el procediment i el pacient rep una compressió més controlada i adaptada.</p>	
B.3	<p>Altura mínima para el accés del pacient inferior a 53 cm.</p> <p>Justificació: Facilitar que pacients amb mobilitat reduïda, persones grans o amb dolor puguin pujar i baixar amb més seguretat i menys esforç; reduir el risc de caigudes i millorar l'accessibilitat universal de l'equip i agilitzar la col·locació del pacient per part de l'assistencial, especialment en serveis amb molt volum o amb pacients fràgils, perquè cal menys ajuda per posicionar-los. Així es fa el procediment més còmode, més ràpid i més segur tant per al pacient com per al personal.</p>	<p>SI: 5 punts No: 0 punts</p>
B.4	<p>Monitor de 55" a color en la sala d'exploració amb suport mòbil rail al sostre (no dos petits).</p> <p>Justificació: Permet veure les imatges amb més detall i amb una lectura més còmoda per a l'equip clínic, especialment quan cal valorar estructures fines o comparar diverses projeccions alhora. En lloc de dividir la informació en dos monitors petits, la visualització en una sola pantalla gran facilita una millor interpretació i redueix la fatiga visual. El suport mòbil amb rail al sostre dona més flexibilitat dins la sala, podent posicionar fàcilment el monitor segons la necessitat de l'exploració o de l'equip. Es millora l'ergonomia del treball, s'evita ocupar espai al terra i ajuda a mantenir una sala més ordenada i funcional, amb una millor fluïdesa del procediment.</p>	<p>SI: 2 punts No: 0 punts</p>
B.5	<p>Mida del pixel sigui inferior a 150 Micres.</p> <p>Justificació: Resolució espacial més alta (permet distingir millor detalls petits i contorns fins en la imatge), rellevant quan cal detectar lesions subtils, microcalcificacions o diferències molt petites entre teixits, on la nitidesa pot marcar la diferència diagnòstica. També ajuda a obtenir una imatge més precisa amb menys pèrdua de detall quan es fa zoom o quan es revisen àrees concretes. En la pràctica, millor qualitat</p>	<p>SI: 5 punts No: 0 punts</p>



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
14/05/2026,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 15/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF

Data creació còpia:
15/05/2026 12:08:54

Pàgina 10 de 11

	diagnòstica i interpretació de resultats.	
B.6	<p>Consola de la taula sigui desmuntable i que inclogui les funcions del control dels moviments (taula tub), i que guardi les autoposicions i ajustes del col.limador i filtres.</p> <p>Justificació: Guany en flexibilitat (es pot utilitzar només quan cal i alliberar espai quan no és necessària, millorant l'ergonomia i l'organització de la sala). A més, si integra el control dels moviments de la taula i del tub, el maneig és més ràpid i centralitzat, amb menys passos manuals i menys risc d'errors de posicionament. S'estandarditzen els procediments i estalvia temps en cada exploració al desar les autoposicions i els ajustos del col.limador i dels filtres; reduint la dependència de configuracions manuals repetitives, es millora la reproductibilitat dels estudis i es facilita el treball en equips amb diferents professionals.</p>	<p>SI: 3 punts No: 0 punts</p>
B.7	<p>Incloure accessori de suport de cadira per estudis de defecografia.</p> <p>Justificació: Permet fer estudis de decúbit o posicions especials amb el pacient assegut o en una cadira adaptada, cosa que amplia molt les possibilitats d'exploració. Això és especialment útil en pacients amb mobilitat reduïda, dolor, obesitat o dificultat per fer determinades posicions en llitera. Millora la seguretat i l'estabilitat del pacient durant l'estudi, redueix el risc de caigudes o moviments involuntaris i facilita que la imatge es faci en la posició correcta. Aporta més versatilitat clínica i evita haver de derivar o repetir exploracions per limitacions de postura.</p>	<p>SI: 5 punts No: 0 punts</p>



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
14/05/2026,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 15/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/05/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09IDW0W2POME84VI0PJG322W5Q918KEF

Data creació còpia:
15/05/2026 12:08:54

Pàgina 11 de 11