

Núm. Expedient: : 26SM0166Q

SUBMINISTRAMENT CONTINUAT DE REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER REALITZAR ELS ESTUDIS DE CITOMETRIA DE FLUXE DEL SERVEI DE LABORATORIS CLÍNIC DEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR- SOBRE B

VALORACIÓ TÈCNICA - QUALITAT

En primer lloc es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri (Criteris A, B i C o 1,2,3...). Posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun dels criteris: La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTm}$$

Pop= Puntuació de l'oferta a puntuar

P= Puntuació del criteri

VTop= Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VTm= Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

Condicció per a la puntuació de les valoracions:

S'estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d'aplicació de la fórmula.

- 1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les valoracions finals han de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.



- 2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de superar el llindar de qualitat establert en cada lot per poder passa a la valoració del sobre C.

Lot CT01

màxim 20 PUNTS

1. Estandarització en els processos per obtenir resultats òptims, reproduïbles i comparables segons les recomanacions del grup internacional Euroflow.

Es valorarà: llistat d'anticossos monoclonals de referència del document del panel de marcadors d'Euroflow, els protocols de preparació de les mostres, la configuració i la compensació del citòmetre segons recomanacions d'Euroflow

S'haurà d'aportat les especificacions dels equips, llistat d'anticossos, etc junt amb la bibliografia o documents d'Euroflow. (fins a 10 punts)

2. Presentació d'un projecte per facilitar l'anàlisi i revisió de mostres en ordinadors independents, connectats en xarxa al citòmetre.

Es valorarà en la proposta la facilitat de l'anàlisi des de diferents ordinadors, l'experiència en la connexió dels software d'anàlisi al sistema informàtic Smartlis així com la virtualització dels servidors. (fins a 10 punts)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima 11 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima 12 punts**



CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

SOBRE C

Lot CT01

màxim 80 PUNTS

VALORACIÓ TÈCNICA

(fins a 30 punts)

1. Agitació de cada tub, prèviament a la seva adquisició (5 punts)

- Si el sistema realitza una agitació de cada tub abans de l'adquisició **5 punts**
- Si el sistema no realitza una agitació de cada tub abans de l'adquisició **0 punts**

2. Possibilitat de canviar de modalitat d'anàlisi manual (tub en tub) a automàtic (carrusel) i viceversa en d'adquisició. (5 punts)

- Si el sistema permet canviar de modalitat d'anàlisi manual (tub en tub) a automàtic (carrusel) i viceversa en d'adquisició. **5 punts**
- Si el sistema permet **no** canviar de modalitat d'anàlisi manual (tub en tub) a automàtic (carrusel) i viceversa en d'adquisició. **0 punts**

3. Màxim numero de posicions per a tubs en el mòdul carrusel (5 punts)

- Si té un numero de posicions igual o superior a 35 **5 punts**
- Si té un numero de posicions inferior a 35 **0 punts**

4. Rentat de la sonda després de cada adquisició per evitar arrastra (5 punts)

- Si el citòmetre té un sistema de rentat de la sonda després de adquisició **5 punts**
- Si el citòmetre no té un sistema de rentat de la sonda després de adquisició **0 punts**

5. Estudi de subpoblacions limfocitaries (limfòcits T, B i cèl.lules NK) amb un únic tub amb el màxim de monoclonals (5 punts)

- Si presenta un únic tub amb un mínim de 6 anticossos monoclonals per l'estudi de subpoblacions (limfòcits T, B i cèl.lules NK) **5 punts**
- Si no presenta un únic tub amb menys 6 anticossos monoclonals per l'estudi de subpoblacions (limfòcits T, B i cèl.lules NK) **0 punts**

6. Accés individualitzat a qualsevol tub seleccionat del carrusel/safata. (5 punts)

- Si el citòmetre permet l'accés individualitzat a qualsevol tub seleccionat del carrusel/safata. **5 punts**
- Si el citòmetre no permet l'accés individualitzat a qualsevol tub seleccionat del carrusel/safata. **0 punts**



VALORACIÓ ECONÒMICA

(fins a 48 PUNTS)

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \chi \frac{1}{M} \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de licitació

M = 2

CRITERI MEDIAMBIENTAL

(màxim 2 punts)

- El proveïdor servirà les comandes en embalatges de transport adients al volum del contingut de la comanda, i, en cas de necessitat, amb el material just de protecció:
 - No hi ha d'haver un excés d'embalatge, ni de plàstic, ni de cartó, ni de cap tipus.
 - Les caixes han d'estar proporcionades a la mida del contingut.
 - Si el material no es trenca, dins les caixes ni hi ha d'haver farciment (com boletes de porexpan, coixinets d'aire de plàstic, escumes o similars, ni cartó).
 - No fer un ús excessiu de la cinta adhesiva ni d'etiquetes innecessàries

SÍ – 2 punts

NO – 0 punts

Per a poder ser valorat és necessari que el proveïdor aporti una declaració responsable de compliment.

Durant la vigència del concurs es tindrà en compte que les entregues arribin en les condicions d'aquest criteri, en el supòsit que el proveïdor adjudicatari hagi obtingut els punts en aquest apartat i l'incompleixi podrà ser penalitzat segons s'indica en el PPT