

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FUNGIBLES I ALTRES CONSUMIBLES NECESSARIS PER A L'AUTOMATITZACIÓ DEL DIAGNÒSTIC BACTERIOLÒGIC PEL SERVEI DE MICROBIOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Criteris d'adjudicació

CS/AH01/1101471537/26/AMUP

CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS

A- VALORACIÓ ECONÒMICA (SOBRE 3):

La puntuació econòmica màxima serà de 70 punts.

La puntuació màxima d'aquest criteri de **70 punts** els rebrà l'oferta més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques. Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$$

Sent:

P: Punts criteri econòmic

IL: Import de licitació

Ov: Import de l'oferta econòmica a valorar

Om: Import de la millor oferta presentada

Pv: Punts atorgats a l'oferta

OAB: Preu per sota del qual l'oferta es considera anormalment baixa.

Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l'article 149.4 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d'adjudicació que no són preu, estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana aritmètica (*) de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%:

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d'adjudicació que no són preu.
2. La desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores, respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris d'adjudicació que no són preu.
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys, en els criteris d'adjudicació que no són preu.

(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta econòmica (preu) que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana.

De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FUNGIBLES I ALTRES CONSUMIBLES NECESSARIS PER A L'AUTOMATITZACIÓ DEL DIAGNÒSTIC BACTERIOLÒGIC PEL SERVEI DE MICROBIOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Criteris d'adjudicació

CS/AH01/1101471537/26/AMUP

nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

Un cop s'hagi identificat algun dels anteriors supòsits, s'instruirà el corresponent procediment contradictori, d'acord amb la clàusula 23 del PCAP.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes, l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

| | |
|--|-----------------------------------|
| EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FUNGIBLES I ALTRES CONSUMIBLES NECESSARIS PER A L'AUTOMATITZACIÓ DEL DIAGNÒSTIC BACTERIOLÒGIC PEL SERVEI DE MICROBIOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | Criteris d'adjudicació |
| | CS/AH01/1101471537/26/AMUP |

B- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA (SOBRE 2):

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà de **30 punts**. Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

| CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA | | | |
|---|---|---|------------------|
| ID | CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA | VALORS | PUNTUACIÓ |
| T.1 | Medi de cultiu cromogènic que compleix amb la Norma de Certificació CLSI-M22-A3 per a medis de cultiu microbiològics preparats comercialment. | SI = 10 punts NO = 0 punts | 10 |
| T.2 | Medi de cultiu cromogènic que compleix amb la Norma de Certificació CLSI-M22-A3, es capaç de detectar l'activitat enzimàtica de β -glucuronidase, β -Glucosidase i β -galactosidase derivades del creixement bacterià, que permeten el aïllament i el recompte, així com la identificació directa d' <i>E. coli</i> , amb identificació presumptiva d' <i>Enterococcus</i> , del grup KESC (<i>Klebsiella/Enterobacter/Serratia/Citrobacter</i>) i de Proteeae/PMP (<i>Proteus/Morganella/Providencia</i>) a les 16 hores d'incubació. Aquestes característiques han de estar reflectides específicament a l'insert del medi. | SI = 15 punts NO = 0 punts | 15 |
| T.3 | Termini en hores hàbils de lliurament comandes | < 48 hores: 4 punts >=48 hores > i < 72 hores: 1 punt >=72 hores: 0 punts | 4 |
| SUBTOTAL PUNTUACIÓ T | | | 29 |
| CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA D'ÀMBIT DE SOSTENIBILITAT, EMPREMTA DE CARBONI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA | | | |
| ID | CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA | VALORS | PUNTUACIÓ |
| RSC1 | Lliurar un càlcul de la petjada de carboni causat per l'objecte de la contractació. S'haurà d'acreditar el càlcul mitjançant l'eina ScopeCO2 que és la reconeguda pel Ministeri de Sanitat per als centres sanitaris | Si = 0,50 punts No = 0 punts | 0,50 |

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FUNGIBLES I ALTRES CONSUMIBLES NECESSARIS PER A L'AUTOMATITZACIÓ DEL DIAGNÒSTIC BACTERIOLÒGIC PEL SERVEI DE MICROBIOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Criteris d'adjudicació

CS/AH01/1101471537/26/AMUP

| | <p>espanyols. Càlcul i compensació de la petjada de carboni:</p> <p>Aquests criteris estan vinculats amb les fases de fabricació, distribució i entrega del subministrament. Atès que el procés de disseny i producció genera emissions de CO₂, és pertinent valorar el càlcul d'aquest impacte mitjançant una eina reconeguda pel Ministeri de Sanitat (ScopeCO2), així com les mesures proposades per compensar-lo.</p> | | |
|--|--|---|------------------|
| CRITERIS DE VALORACIÓ TECNICA D'ÀMBIT SOCIAL (IGUALTAT I EQUITAT) | | | |
| ID | CRITERIS DE VALORACIÓ TECNICA AUTOMÀTICA | VALORS | PUNTUACIÓ |
| RSC2 | Aquest criteri incideix en la fase d'execució del contracte, tot promovent l'estabilitat laboral de la plantilla que durà a terme les prestacions. Aquesta condició s'emmarca dins del que disposa l'article 1.3 de la LCSP, que identifica com a finalitat de la contractació pública la promoció de polítiques laborals responsables i sostenibles. | <p>Si = 0,50 punts No = 0 punts</p> | 0,50 |
| SUBTOTAL PUNTUACIÓ RSC | | | 1 |
| TOTAL PUNTUACIÓ | | | 30 |

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ

D'acord amb el que es recull a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquests criteris tècnics i la seva ponderació han estat escollits pels professionals designats pel responsable del contracte, per tal d'assegurar la millor relació qualitat-preu vinculada a l'objecte del contracte i basats en un plantejament que atén a la millor relació cost-eficàcia.

Dins d'aquests aspectes s'han tingut en compte la qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l'accessibilitat, el disseny universal o disseny per a totes les persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i innovadores, la comercialització i les seves condicions així com l'organització, la qualificació i experiència del personal tenint en compte el servei postvenda, l'assistència tècnica i les condicions de lliurament, d'acord al tipus d'expedient.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FUNGIBLES I ALTRES CONSUMIBLES NECESSARIS PER A L'AUTOMATITZACIÓ DEL DIAGNÒSTIC BACTERIOLÒGIC PEL SERVEI DE MICROBIOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Criteris d'adjudicació

CS/AH01/1101471537/26/AMUP

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS RSC

1. Àmbit sostenibilitat

RSC1 (Càlcul i compensació de la petjada de carboni):

Aquests criteris estan vinculats amb les fases de fabricació, distribució i entrega del subministrament. Atès que el procés de disseny i producció genera emissions de CO₂, és pertinent valorar el càlcul d'aquest impacte **mitjançant una eina reconeguda pel Ministeri de Sanitat (ScopeCO2)**, així com les mesures proposades per compensar-lo.

2. Àmbit social (Igualtat i Equitat)

RSC2 (Contractació estable del personal):

Aquest criteri incideix en la fase d'execució del contracte, tot promovent l'estabilitat laboral de la plantilla que durà a terme les prestacions. Aquesta condició s'emmarca dins del que disposa l'article 1.3 de la LCSP, que identifica com a finalitat de la contractació pública la promoció de polítiques laborals responsables i sostenibles.

Dra. Roser Ferrer Costa
Directora de Laboratoris Clínics
Hospital Universitari de la Vall d'Hebron