

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), EL HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA Y EL HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).

Expediente n.º CS/AH06/1101471225/26/AMUP

ÍNDICE

1. Condiciones generales	4
1.1. Objeto de la contratación	4
1.2. Características de la contratación	4
1.3. Técnicos	6
2. Requerimientos obligatorios	6
2.1 Normativa aplicable	6
2.2 Especificaciones técnicas generales	6
2.3 Requisitos obligatorios adicionales	7
3. Presentación de muestras obligatorias	13
4. Condiciones de la asistencia logística y postventa. Programa para la gestión de la cobertura quirúrgica y los sistemas para el suministro, almacenamiento, control de existencias y de material. 16	
4.1 Suministro	17
4.1.1 Sistema de almacenamiento	17
4.1.2 Gestión automatizada del control de stocks del almacén	18
4.1.3 Programa de gestión para el análisis de consumo	19
4.1.4 Disponibilidad de los productos	19
4.1.5 Gestión logística del suministro	20
4.2 Formación y mejora continuada	23
4.3 Embalaje y etiquetado de los productos ofrecidos	23
4.4 Implementación del sistema logístico	24
4.5 Mantenimiento, averías, plazos y resoluciones	24
4.6 Mejoras del proyecto técnico de asistencia logística y postventa. Identificación por etiquetas de colores.	25
5. Presentación oferta técnica	25
5.1. Presentación de la oferta técnica (Sobre 2 bis y sobre 2)	26
5.1.1. Cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos establecidos en este pliego (Sobre 2 bis)	26
5.1.2. Oferta técnica de los criterios sometidos a juicio de valor (Sobre 2 bis)	28
5.1.3. Oferta técnica de los criterios sometidos a valoración automática (Sobre 2)	28
5.2 Documentación confidencial	28
6. Otras condiciones obligatorias para la empresa contratista	29
6.1 Horario de entrega de los packs/equipos	29
6.1 Prevención de riesgos laborales	29
- 6.2 Manual de usuario	29
7. Facturación	30

7.3Recepción del material	31
7.4Motivos por los que se rechazará el material.....	31
ANEXOS	32
Anexo A.- Descripción técnica de materiales del expediente (ARN y GSS).....	32
Anexo B.- Stock mínimo que deberán disponer los centros en los sistemas de almacenamiento. 32	
Anexo C.- Planos de cada uno de los centros con la ubicación de los espacios habilitados para la instalación de los sistemas de almacenamiento por parte del contratista en los centros.	32
Anexo D.- Resum_Fitxes: Lista-resumen de las fichas técnicas presentadas a la licitación. (Sobre 2 bis)	32
Anexo E.- Resum_requeriments: Ficha técnica resumen requerimientos obligatorios (Sobre 2 bis) 32	
Anexo F.- Fichas técnicas criterios sometidos a valoración automática (Sobre 2)	32
Anexo G.- Certificado entrega de muestras (Sobre 1).....	32
Anexo C.- Planos de cada uno de los centros con la ubicación de los espacios habilitados para la instalación de los sistemas de almacenamiento por parte del contratista en los centros.	38
Anexo D.- Resum_Fitxes: Lista-resumen de las fichas técnicas presentadas a la licitación.	39
Anexo E.- Resum_requeriments: Fichas técnicas resumen requerimientos obligatorios.....	40
Anexo F.- Fitxa_criteris_objectius: Ficha técnica criterios objetivos.....	41
Anexo G.- Certificado acreditativo entrega de muestras	42

1. Condiciones generales

1.1. Objeto de la contratación

El objeto de esta licitación es la contratación conjunta del suministro de material de cobertura quirúrgica, para el Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) (gestionado por el Institut Català de la Salut), el Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) y el Hospital Comarcal del Pallars (HCP) (gestionado por la empresa pública GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).

También será objeto de este contrato, la asistencia logística y postventa, que incluirá todos los aspectos relativos a la gestión, frecuencia de reposición y garantía del suministro del material de cobertura quirúrgica y de los medios e infraestructuras que se pondrán a disposición de los hospitales.

1.2. Características de la contratación

De acuerdo con el objeto del contrato, se suministrarán equipos ("*packs*") y elementos sueltos para los siguientes centros hospitalarios, de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

EQUIPOS (*PACKS*) TIPO ARN: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para el HUAV (ARN).

EQUIPOS (*PACKS*) TIPO GSS: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que incluye el Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) y el Hospital Comarcal del Pallars (HCP).

A continuación, se hacen constar las direcciones de los centros destinatarios:

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA
(INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT)

Av. Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida

HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA (HUSM)
(GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS)

Av. Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida

HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (HCP)
(GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS)

Calle de Pau Casals, 5, 25620 Tremp, Lleida

Todos los equipos (packs) de los centros HUAV, HUSM y HCP se adjudicarán a un único contratista.

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta a la hora de configurar su oferta que una misma referencia no se puede presentar en dos artículos diferentes. Una de ellas será excluida a criterio del órgano de contratación.

A continuación, se hace constar el **número actual de quirófanos y de intervenciones anuales estimadas**, para cada uno de los centros:

CENTRO	Número quirófanos actuales	Número de intervenciones anuales estimadas
HUAV	14	12.125
HUSM	5	7.280
HCP	2	1.067

Asimismo, en el desglose del presupuesto base de la licitación, **apartado 37º del cuadro de características del PCAP**, se especifica el consumo estimado por *equipo/pack* en términos anuales, si bien, dada la naturaleza del contrato, al tratarse de un suministro de tracto sucesivo sometido a las necesidades reales de los centros destinatarios y, de acuerdo con su forma de adjudicación, el contratista queda obligado a las variaciones de las cantidades estimadas que se indiquen en cada contrato y que podrán ser rectificadas al alza o a la baja, sin que esta variación implique, en ningún caso, aumento de los precios unitarios adjudicados.

Se hace constar expresamente, que actualmente el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida se encuentra en fase de ejecución de las obras de ampliación y reforma del bloque quirúrgico, y en consecuencia, en relación al consumo estimado informado por el equipo/pack, con código de material 30007969, "ARN-Equipo universal", durante el ejercicio 2026 y 2027, sus consumos se pueden ver disminuidos dado que la actividad asistencial del centro se derivará a un centro hospitalario externo de la Xarxa Hospitalària Lleida-Pirineu.

1.3. Técnicos

Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, las empresas interesadas no podrán contactar con el personal técnico designado en el expediente.

2. Requerimientos obligatorios

2.1 Normativa aplicable

Los productos ofrecidos deberán cumplir la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado que sea de aplicación al objeto del contrato.

Será imprescindible que cuando se trate de productos sanitarios, en el **sobre 2** la empresa licitadora presente la acreditación de que los productos disponen del marcado de conformidad CE y cualquier otra normativa de aplicación específica que se detallará en los apartados siguientes.

2.2 Especificaciones técnicas generales

Cada uno de los equipos (*packs*) estará integrado por una serie de componentes y grupos de componentes que se detallan en cada equipo de forma personalizada, de acuerdo con las características técnicas de los artículos que constan en el listado del **l'Annex A - Descripció tècnica de materials de l'expedient**, de acuerdo con el siguiente desglose:

EQUIPOS (*PACKS*) TIPO ARN: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para el HUAV (ARN) y asistencia logística y postventa.

EQUIPOS (*PACKS*) TIPO GSS: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura per a Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que incluye el Hospital Universitari de Santa María (HUSM) y el Hospital Comarcal del Pallars (HCP) y asistencia logística y postventa.

COMPONENTES:

- Componente tipo 1: Batas quirúrgicas
- Componente tipo 2: Tallas quirúrgicas
- Componente tipo 3: Sábanas quirúrgicas
- Componente tipo 4: Cobertores quirúrgicos
- Componente tipo 5: Campos quirúrgicos
- Componente tipo 6: Campos de incisión adhesivos

GRUPOS DE COMPONENTES:

- GRUPO 1 (bolsa de instrumental, bolsa quirúrgica, bolsa recolectora de fluidos corporales, campo quirúrgico adhesivo, cobertor, sábana, tallas, fundas mayo, fundas de amplificador, apósito, bena, stokinette, compresa, gasa, toalla secamanos y toalla seca campos).
- GRUPO 2 (cánula de aspiración, catéter, conector, introductor, tubo de aspiración, tubo de drenaje, equipo de drenaje, equipo de infusión, equipo de irrigación, línea de inyección, cinta adhesiva, cinta de velcro, vaseloops y terminal de electrodo).
- GRUPO 3 (filtro, hoja de bisturí y jeringa).
- GRUPO 4 (batea, capsula, cazoleta, cubilete y bandeja).

2.3 Requisitos obligatorios adicionales

Todos los requisitos técnicos adicionales que se especifiquen en este apartado serán de obligado cumplimiento y deberán informarse mediante la presentación del anexo E – Ficha resumen requisitos obligado cumplimiento.

No presentar los requerimientos técnicos de los componentes que se detallan en este apartado supondrá la exclusión de la oferta presentada.

La normativa requerida será la siguiente y deberá acreditarse mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma vigente por laboratorio acreditado, y será de aplicación al material que enumera e incluye:

- UNE-EN 13795-1:2025
Se aceptará certificados o informes de ensayos emitidos de conformidad con la norma UNE-EN 13795-1:2020, siempre que el fabricante presente una declaración responsable que confirme que el producto cumple con los requisitos equivalentes establecidos en la nueva norma UNE-EN 13795-1:2025.
- UNE-EN ISO 11810:2015
- UNE-EN ISO 9073-1:2023

También se requiere que la empresa esté en posesión del siguiente sistema de gestión ambiental certificado (que deberá acreditarse mediante certificado vigente por organismo notificador acreditado):

- UNE-EN LSO 14001:2015 o equivalentes.

Todos los certificados e informes que acrediten las normas requeridas deberán presentarse en catalán o castellano.

EQUIPOS (PACKS) ARN: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para el HUAV (ARN) y asistencia logística y postventa.

EQUIPOS (PACKS) GSS: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que incluye el Hospital Universitari de Santa María (HUSM) y el Hospital Comarcal del Pallars (HCP) y asistencia logística y postventa.

COMPONENTE TIPO 1: BATAS QUIRÚRGICAS

En relación a las batas quirúrgicas deberán acreditarse mediante declaración responsable, certificado vigente emitido por organismo notificado acreditado y/o informe de ensayos emitidos por laboratorio externo e interno acreditado.

- Para batas quirúrgicas de protección estándar:
 - Gramaje mínimo será de 35 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
 - Costuras selladas sin coser uniformemente, como mínimo, en la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.
 - Tarjeta de transferencia en la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
 - Prestación estándar según la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 *con declaración responsable*), acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente actualizado y vigente (pag. 13, tabla 1, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).
 - Las medidas deberán situarse dentro de los márgenes siguientes (acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data):

(Se ha establecido un rango de medidas por talla. El rango de tamaños debe cumplirse de acuerdo con el siguiente recuadro. En caso de que, la correspondencia de talla y rango de tamaño establecido sea diferente a lo especificado, habrá que indicar a qué talla corresponde el rango de tamaño que ofrece el licitador).

Talla	Llargària (cm)	Anchura de pecho (cm)	Perímetro (cm)
S	110 - 115	51 - 63	129 - 134
M	115 - 120	51 - 69	148 - 150
L, L-L	119 - 134	55 - 74	150 - 157
XL, XL-L	129 - 150	60 - 74	165 - 170
XXL, XXL-L	155 - 160	61 - 77	163 - 184

○ **Para batas quirúrgicas de alta protección:**

- Gramaje mínimo será de 60 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
- Parte del refuerzo frontal y manga sellada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
- Costuras selladas sin coser uniformemente, como mínimo, en la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.
- Tarjeta de transferencia en la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
- Prestación alta según la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 con declaración responsable), acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente (pág. 13, tabla 1, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).
- Las medidas deberán situarse dentro de los márgenes siguientes (acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data):

(Se ha establecido un rango de medidas por talla. El rango de tamaños debe cumplirse de acuerdo con el siguiente recuadro. En el caso de que, la correspondencia de talla y rango de tamaño establecido sea diferente a lo especificado, habrá que indicar a qué talla corresponde el rango de tamaño que ofrece el licitador).

Talla	Llargària (cm)	Anchura de pecho (cm)	Perímetro (cm)
M	115 - 135	62 - 71	129 - 158
L, L-L	130 - 147	69 - 74	150 - 173
XL, XL-L	130 - 155	69 - 77	150 - 180
XXL, XXL-L	153 - 177	69 - 77	150 - 185

o Para batas quirúrgicas de alta protección reforzada:

- o Gramaje mínimo será de 35 gramos/m² y de 75 gramos/m² en la parte reforzada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
- o Parte del refuerzo frontal y manga sellada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
- o Costuras selladas sin coser uniformemente, como mínimo, en la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.
- o Tarjeta de transferencia en la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
- o Prestación alta según la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 con declaración responsable), acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente (pág. 13, tabla 1, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).
- o Las medidas deberán situarse dentro de los márgenes siguientes (acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data):

(Se ha establecido un rango de medidas por talla. El rango de tamaños debe cumplirse de acuerdo con el siguiente recuadro. En el caso de que, la correspondencia de talla y rango de tamaño establecido sea diferente a lo especificado, habrá que indicar a qué talla corresponde el rango de tamaño que ofrece el licitador).

Talla	Llargària (cm)	Anchura de pecho (cm)	Perímetre (cm)
S	115 - 120	45 - 63	129 - 144
M	115 - 122	46 - 69	145 - 148
L, L-L	119 - 140	55 - 76	150 - 158
XL, XL-L	129 - 150	60 - 82	160 - 170
XXL, XXL-L	130 - 170	61 - 82	163 - 184

COMPONENTE TIPO 2: TALLAS QUIRÚRGICAS

- Gramaje mínimo será de 40 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
- Prestación estándar según la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 *con declaración responsable*), acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

COMPONENTE TIPO 3: SÁBANAS QUIRÚRGICAS

- Gramaje mínimo será de 40 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
- Zona del campo quirúrgico reforzada en sábana bi-laminado o equivalente, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data.
- Prestació alta según la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 *con declaración responsable*), acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

COMPONENTE TIPO 4: COBERTORES QUIRÚRGICOS

- Prestación estándar según la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 *con declaración responsable*), acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

COMPONENTE TIPO 5: CAMPOS QUIRÚRGICOS

- Prestación alta según la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 *con declaración responsable*), acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).
- La superficie total de los rebordes del campo de incisión deberá estar cubierta de adhesivo. El elemento adhesivo deberá ser resistente a líquidos, hipo alergénico y deberá estar protegido con papel de medidas superiores a su totalidad para facilitar su extracción, acreditado todo mediante la ficha propia de producto Product Data.

COMPONENTE TIPO 6: CAMPOS DE INCISIÓN ADHESIVOS

- La superficie total de los rebordes del campo de incisión deberá estar cubierta de adhesivo. El elemento adhesivo deberá ser resistente a líquidos, hipo alergénico y deberá estar protegido con papel de tamaños superiores a su totalidad para facilitar su extracción, acreditado todo mediante la ficha propia de producto Product Data.

GRUPOS DE COMPONENTES:

GRUPO 1 (bolsa de instrumental, bolsa quirúrgica, bolsa recolectora de fluidos corporales, campo quirúrgico adhesivo, cobertor, sábana, tallas, fundas mayo, fundas de amplificador, apósito, bena, stokinette, compresa, gasa, toalla secamanos y toalla seca campos), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data:

- Se permitirá una variación de hasta un +/- 10% en cada una de las dimensiones individualmente consideradas, que se indica en la descripción del equipo (Anexo A), como mínimas requeridas, teniendo en cuenta que las medidas deben ser adecuadas por cada procedimiento quirúrgico descrito.
- Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, Anexo A, mínima requerida.

GRUPO 2 (cánula de aspiración, catéter, conector, introductor, tubo de aspiración, tubo de drenaje, equipo de drenaje, equipo de infusión, equipo de irrigación, línea de inyección, cinta adhesiva, cinta de velcro, vaseloops y terminal de electrodo), se deberá cumplir con los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data:

- Se permitirá una variación de hasta un +/- 10% en cada una de las dimensiones individualmente consideradas, que se indica en la descripción del equipo (Anexo A), como mínimas requeridas, teniendo en cuenta que las medidas deben ser adecuadas por cada procedimiento quirúrgico descrito.
- Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, Anexo A, mínima requerida.

Quedan fuera de este grupo la aguja, el bisturí y el bisturí eléctrico, que deberán ser de las medidas descritas en el Anexo A, sin márgenes permitidos que las modifiquen.

GRUPO 3 (filtro, hoja de bisturí y jeringa), se deberá cumplir con los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data:

- Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, Anexo A, mínima requerida.

GRUPO 4 (batea, capsula, cazoleta, cubilete y bandeja), se deberá cumplir con los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data:

- Se permitirá una variación de hasta un +/- 10% en cada una de las dimensiones individualmente consideradas, que se indica en la descripción del equipo (Anexo A), como mínimas requeridas, teniendo en cuenta que las medidas deben ser adecuadas por cada procedimiento quirúrgico descrito.
- Serán desestimadas los componentes que requieran escala de medida graduada y no esté impresa en su superficie.
- Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, Anexo A, mínima requerida.

3. Presentación de muestras obligatorias

Los licitadores deberán presentar muestras estériles de todos los elementos tipos que componen los equipos (packs) que se detallan a continuación y que se encuentran desglosados en el Anexo A de este pliego.

TODAS las muestras presentadas deben ajustarse a la descripción exacta de los componentes de los equipos (packs) definidos en este pliego, con la única excepción de los márgenes permitidos expresamente. En caso contrario, no se valorará ninguna de las muestras presentadas y serán motivo de exclusión.

El licitador deberá entregarlas en el lugar y persona de contacto que se indicará en el cuadro de características, dentro del plazo de presentación de ofertas. Una vez entregadas se entregará un justificante acreditativo de su entrega, de acuerdo con el modelo que se anexa en este PPT (Anexo G) y deberá incluirse en el Sobre 1, siendo motivo de exclusión su omisión.

Cada muestra deberá ir etiquetada con los siguientes datos:

- Núm. expediente CS/AH06/1101471225/26/AMUP
- NIF y nombre de la empresa
- Código de material

Equipos/Packs objeto de muestras (se deben presentar todos los elementos tipos que los integran, de acuerdo con la descripción del Anexo A de este pliego):

EQUIPOS (PACKS) TIPO ARN:

Las siguientes muestras deberán presentarse en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (en el lugar y persona de contacto que se indicará en el cuadro de características):

1. MATERIAL: 30007914
ARN-Equipo laparoscopia abdomino-perineal de tejido sin tejer, libre látex, estéril, solo uso. Compuesto por 16 elementos.
2. MATERIAL: 30007922
ARN-Equipo resección transuretral (RTU) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 11 elementos.
3. MATERIAL: 30007925
ARN-Equipo craneotomía de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 30 elementos.
4. MATERIAL: 30007958
ARN 162080 - Equipo de hemodinámica, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, un solo uso, envuelto con papel crepe. Compuesto por 73 elementos.

5. MATERIAL: 30007964

ARN 162087 - by pass femoro-poplíteo y femoro- tibial, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 41 elementos.

6. MATERIAL: 30008065

ARN-Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 20 elementos.

7. MATERIAL: 30008068

ARN-Equipo cesárea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 15 elementos.

EQUIPOS (*PACKS*) TIPO GSS:

Las siguientes muestras deberán presentarse en el Hospital Universitari de Santa María y en el Hospital Comarcal del Pallars (en el lugar y persona de contacto que se indicará en el cuadro de características):

HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA

1. MATERIAL: 30007915

GSS-Equipo laparoscopia decúbito supino, libre de látex, estéril, de un solo uso. Compuesto por 36 elementos.

2. MATERIAL: 30007917

GSS-Equipo resección transuretral (RTU) de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, de un solo uso. Compuesto por 24 elementos.

3. MATERIAL: 30007926

GSS-Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 41 elementos.

4. MATERIAL: 30007938

GSS-Equipo cirugía abierta cadera de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 65 elementos.

HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

1. MATERIAL: 30007911

GSS-Equipo de anestesia regional (infiltración epidural) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 22 elementos.

2. MATERIAL: 30007926

GSS-Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 41 elementos.

3. MATERIAL: 30007938

GSS-Equipo cirugía abierta cadera de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 65 elementos.

Con las muestras presentadas, el órgano de contratación se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito al órgano de contratación en el momento de la entrega.

Todos los gastos que se puedan producir para la entrega y recogida de muestras irán a cargo del licitador.

4. **Condiciones de la asistencia logística y postventa.** Programa para la gestión de la cobertura quirúrgica y los sistemas para el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición de material.

El plazo de implantación y puesta en marcha del *programa para la gestión de la cobertura quirúrgica y los sistemas para el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material*, **no podrá ser superior a tres meses**, a partir de la fecha de formalización del contrato.

Los licitadores deberán presentar en su oferta un PROYECTO TÉCNICO DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y POSTVENTA separadamente para los tres (3) centros destinatarios: HUAV (ARN), HUSM y HCP (GSS), donde se recogerán todos los aspectos relativos a la gestión, frecuencia de reposición y garantía del suministro del material de cobertura quirúrgica y de los medios e infraestructuras que se pondrán a disposición del Hospital, y que se valorarán por medio de criterios de adjudicación de acuerdo con "el Anexo 4 - Desglose Criterios de valoración".

En todo caso, este proyecto deberá contemplar:

4.1 Suministro

El suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material se efectuará íntegramente a cargo del contratista con la frecuencia necesaria para asegurar la disponibilidad de stock en el hospital, utilizando un sistema de reposición automatizado que no necesite participación de recursos humanos por parte del hospital.

La colocación del material en el sistema de almacenamiento se llevará a cabo exclusivamente por la empresa contratista.

El personal del centro hospitalario únicamente deberá encargarse de retirar el producto, y automáticamente, el sistema deberá descontar el stock. En todo momento, el hospital deberá disponer de la información referente a consumos y stock, en el servidor informático del proveedor, así como del registro de consumos que permitirá hacer el seguimiento del gasto para automatizar la facturación.

El sistema de reposición automatizado deberá dotar al centro hospitalario de las siguientes prestaciones y componentes, como mínimo:

4.1.1 Sistema de almacenamiento

Sistema inteligente de almacenamiento adaptado a espacios reducidos, capaz de medir la cantidad de stock que hay en cada ubicación en tiempo real, tanto para los equipos (packs) como para los elementos sueltos.

Los licitadores deberán detallar la propuesta de sistema de almacenamiento ofrecido, con elementos ilustrativos, como imágenes o enlaces en el mismo documento de oferta que permitan visualizar el sistema ofrecido, ya sea en formato vídeo o imagen.

El etiquetado de identificación de los productos en el sistema de almacenamiento correrá a cargo de la empresa contratista.

Las dimensiones del sistema de almacenamiento irán en función del espacio disponible en cada centro.

La empresa contratista deberá instalar el sistema de almacenamiento en las ubicaciones que cada hospital indique, tanto en almacenes de esterilización como dentro del bloque quirúrgico, si fuera necesario.

Se valorará positivamente, por medio de los criterios de adjudicación, que los sistemas de almacenamiento ofrecidos sean con estanterías abiertas, tipo rejilla y de acero inoxidable, para evitar concentración de polvo y condensación de humedad. Asimismo, que este sistema se pueda desplazar con ruedas, para que se puedan retirar de las paredes y facilitar su limpieza.

La limpieza e higiene de los sistemas de almacenamiento deberán ir a cargo exclusivo de la empresa contratista, para que se encuentren en perfectas condiciones de higiene para las áreas a las que deben ir destinados.

El espacio y el lugar de almacenamiento podrá ser modificado en función de las necesidades de las áreas quirúrgicas.

La empresa contratista deberá garantizar el suministro a las diferentes áreas quirúrgicas con el fin de asegurar la disponibilidad de los productos necesarios para cada tipología de intervención, y evitar su sobre almacenamiento.

La empresa contratista deberá poner a disposición del centro hospitalario la modalidad del suministro y los mecanismos de control de stock.

En el **Anexo B** de este pliego, se hace constar **el stock mínimo que deberán disponer los centros en los sistemas de almacenamiento (tanto de equipos/packs, como material suelto)**. Será la empresa contratista quien se encargará de aprovisionar automáticamente el material, con una frecuencia de entrega que garantice la disponibilidad continua de producto.

En todo caso, durante la ejecución del contrato, de acuerdo con las necesidades de los servicios, se adecuarán los stocks mínimos para garantizar la disponibilidad continua del producto.

Asimismo, en el **Anexo C** de este pliego, se facilitan los **planos de cada uno de los centros con la ubicación de los espacios habilitados para la instalación de los sistemas de almacenamiento** por parte del contratista en los centros.

4.1.2 Gestión automatizada del control de stocks del almacén

Sistema de gestión de los stocks y la trazabilidad de los equipos personalizados que convivirá conjuntamente con el sistema de almacenamiento.

La empresa contratista deberá tener en cuenta que este sistema de gestión deberá ser compatible con el programa informático del hospital para garantizar la trazabilidad a paciente.

El sistema deberá permitir, además:

- Gestionar el almacén de cobertura y caducidades
- Gestionar trazabilidad completa
- Consultar información del producto en tránsito
- Posibilidad de integración con el sistema del hospital

La empresa contratista se hará cargo de todos los gastos que origine la conexión, el software y los equipos necesarios para el funcionamiento.

4.1.3 Programa de gestión para el análisis de consumo

El licitador deberá presentar un programa informático para la gestión y visualización de los stocks.

El hospital deberá estar en condiciones de obtener información detallada y análisis de calidad sobre el consumo, listado de las existencias y listados mensuales que registren, por productos, el nombre de veces que se ha bajado del stock mínimo definido y las roturas de stocks. La empresa contratista se hará cargo de todos los gastos que origine la conexión, el programa y los equipos necesarios para su funcionamiento.

Para valorar este apartado por medio de los criterios de adjudicación, los licitadores deberán realizar una descripción detallada, con elementos explicativos e ilustrativos (imágenes).

4.1.4 Disponibilidad de los productos

La empresa contratista deberá garantizar y asegurar la disponibilidad de suministro de los materiales necesarios para cada tipología de intervención, en las diferentes áreas quirúrgicas y evitar el sobre almacenamiento.

La empresa contratista deberá describir la modalidad del suministro y los mecanismos de control de stock que deberá poner a disposición del Hospital, teniendo en cuenta los stocks mínimos de producto establecidos por el centro hospitalario).

La empresa contratista deberá encargarse de hacer el aprovisionamiento automático con la frecuencia de entrega necesaria para garantizar que siempre haya producto disponible.

La empresa contratista deberá garantizar el suministro con continuidad absoluta durante toda la vigencia del contrato, incluidos los períodos de vacaciones.

Etiqueta RFID:

Por medio de los criterios de adjudicación, se valorará positivamente que los equipos/packs licitados integren en su etiquetado un chip unívoco de tecnología RFID o equivalente, para la gestión automatizada del inventario en tiempo real, para la gestión de la trazabilidad del paciente, compatible con dispositivos de lectura estándar y con el sistema informático del centro hospitalario (acreditado mediante la ficha propia del producto ProductData).

Actualmente, este sistema de etiqueta RFID será aplicable al Hospital Universitari Arnau de Vilanova, aunque, en un futuro próximo se prevé que se pueda implementar en el Hospital Universitari de Santa María y el Hospital Comarcal del Pallars. A partir del momento en que

se pueda aplicar en estos dos centros, también se identificarán los equipos/packs por medio del mencionado etiquetado RFID, sin que suponga ningún coste adicional.

4.1.5 Gestión logística del suministro

Durante el periodo de vigencia del contrato, el hospital podrá solicitar la adaptación de todos los equipos de procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura quirúrgica que considere que ya no se ajustan al uso clínico y asistencial para el que fueron adjudicados, actualizando el número de componentes, forma de presentación, características técnicas de los componentes. La actualización técnica del equipo, o por motivo de innovación tecnológica, correrá a cargo de la empresa contratista.

Dichas adaptaciones/actualizaciones deberán implementarse en un periodo **no superior a tres meses**, a partir de la fecha de solicitud por los centros.

Se deberán elaborar unos stocks máximos y mínimos de seguridad para cada uno de los códigos de material adjudicados que asegurarán el suministro necesario para la actividad quirúrgica ordinaria y extraordinaria del centro.

La empresa contratista efectuará el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material, de forma íntegra, y asumirá la responsabilidad total de la organización, la gestión y el control de los depósitos de los materiales.

La reposición del material se hará directamente en los espacios asignados por el centro. La empresa contratista deberá encargarse del desembalaje, la colocación del material y la retirada del cartón de embalaje, respetando las medidas de asepsia correspondientes (bata, gorra, calzas e higiene de manos) y circulación del material.

Asimismo, la empresa contratista será responsable de la correcta colocación del material suministrado, y deberá revisar de forma periódica las caducidades de los equipos almacenados en el hospital. Será indispensable que la empresa contratista indique las acciones que se llevarán a cabo para que el material no caduque.

La empresa contratista será responsable del mantenimiento de los stocks acordados con el centro hospitalario, para cada código de material, mediante las reposiciones necesarias y en función del consumo en tiempo real que será reportado a través del equipamiento/programa/soporte informático instalado con esta finalidad.

En ningún momento se deberá producir una rotura de stock, que afectaría a las intervenciones programadas y las urgentes. La reposición deberá realizarse en el horario establecido por el centro hospitalario con el fin de asegurar el abastecimiento y la calidad asistencial y alterar mínimamente la actividad asistencial de los profesionales del centro.

En caso de rotura de stock, la empresa contratista de forma automática e inmediata deberá proporcionar un nuevo material de características técnicas similares para que no se interrumpa la actividad quirúrgica. Esta sustitución de producto no supondrá ningún coste económico para el centro hospitalario.

Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, la empresa contratista quedará obligada a informar y proponer sustituciones de los materiales adjudicados por otros que incorporen ventajas o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones asistenciales o características técnicas inicialmente adjudicadas.

El centro deberá poder disponer de los **elementos sueltos** que configuran los equipos personalizados y codificados con un código de material, que se relacionan a continuación, diferenciado por centros contratantes:

EQUIPOS (PACKS) ARN: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para el HUAV (ARN) y asistencia logística y postventa.

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FUERA DE LOS EQUIPOS PERSONALIZADOS	CONSUMO ANUAL PREVIST (+/-5%)
Bata quirúrgica estándar talla L	100
Batas quirúrgicas estándar talla XL	6200
Batas quirúrgicas estándar talla XXL	980
Bata quirúrgica reforzada talla L	4200
Batas quirúrgicas reforzada talla XL	40
Batas quirúrgicas reforzada talla XXL	20
Cobertor de tabla 100x150cm abs.75 x 150 cm.	50
Cobertor de tabla de 150 x 190 cm.abs,75x190	50
Cobertor de tabla75x90cm reforzado	100
Funda mesa de Mayo 80X145CM abs.65x85	100
Sábana con adhesivo de 240x 150 cm reforzado	100
Sábana con adhesivo de 150 x 175 cm reforzado	100
Sábana con adhesivo de 175 x 175 cm reforzado	100
Talla adhesiva de 75 x 90 cm.	100
Talla adhesiva de 75 x 75 cm.	100
Cobertor fenestrado Adh.75cm x 90cm.	50
Cobertor fenestrado Adh.150x120	50
Leggings de 75 x 140 cm. 1 pieza	75
Toallas seca campo 33 x 30 cm.	100
Cinta velcro adhesiva 2x23cm.	100
Cinta adhesiva de 10 x 50 cm.	100
Bolsa de instrumentos con adhesivo y dos compartimentos 46x40	100
Punto jersey de 32x120cm.	50
Stokinette 25 x 80 cm	80

EQUIPOS (*PACKS*) TIPO GSS: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que incluye el Hospital Universitari de Santa María (HUSM) y el Hospital Comarcal del Pallars (HCP) y asistencia logística y postventa.

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FORA DELS EQUIPS PERSONALITZATS	HUSM	HCPL	Consum anual previst (+/-5%)
BATA QUIRURGICA ESTANDAR T/L	933	510	1443
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/M	1785	0	1785
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/XL	2215	0	2215
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/XXL	91	250	341
Bata quirúrgica reforçada T-L	2	0	2
Bata quirúrgica reforçada T-XL	2	0	2
BATA QUIRURGICA REFORÇADA T/XXL	20	0	20
DRAP QURURGIC SENSE ADHESIU 75*90	6.243	0	6243
DRAP QUIRURGIC SENSE ADHESIU 100*150	116	0	116
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 75*75	2.175	867	3042
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 75*90	550	0	550
COBERTOR TAULA MAYO 75*150	1049	510	1559
PERNERES PLAS. 75*115 SOBRES DE 2 UNI.	54	150	204
BOSSA INSTRUMENTAL 40*50 CM	521	0	521
BOSSA INSTRUMENTAL ADHE 25X46CM	0	50	50
Stockinette 32x120	2	0	2
Stockinette 25x80	2	0	2
CINTA ADHESIVA 9X51	785	200	985
COBERTOR TAULA INDIVIDUAL 150*200	0	500	500
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 175*175	208	510	718
DRAP FENESTRAT ADHE. 50X60 ESTERIL	250	250	500
DRAP QUIRURGIC EN U 220*260	278	0	278
DRAP QUIRURGIC FENESTRAT 50*60	350	0	350
TALLA TST IMPERMEABLE FENESTADA 200X280	20	0	20
BOSSA TALLA NATGES	0	250	250

Las cantidades previstas en ambas tablas irán a cargo de la empresa contratista, que asumirá un margen de maniobra máximo del 5% de la cantidad especificada. El centro hospitalario asumirá el gasto que sobrepase esta margen.

En caso de necesidad de algún otro elemento suelto no descrito en las tablas, el centro hospitalario deberá acordar con la empresa contratista la cantidad anual que deberá ir a su cargo, atendiendo a la previsión de cantidad anual de consumo del equipo personalizado.

4.2 Formación y mejora continuada

La empresa contratista aportará un plan de formación, teniendo en cuenta los aspectos que se detallan a continuación:

- La empresa contratista será la responsable de la formación del personal del Hospital en todo lo relativo a la utilización del material de cobertura quirúrgica, así como al funcionamiento del sistema de gestión ofrecido por el proveedor.
- Durante la fase de implantación del sistema de gestión logística ofrecido por el proveedor, la empresa contratista deberá garantizar la presencia física en el área quirúrgica de personal propio, con amplia experiencia y formación acreditada, para la asistencia y la formación del personal del bloque quirúrgico del hospital, en la utilización correcta de los sistemas logísticos implementados. Se deberá garantizar esta asistencia técnica durante todo el tiempo que sea necesario.

La empresa contratista deberá aportar un plan formativo del proyecto técnico.

Por medio de los criterios de adjudicación, se valorará aquellas empresas licitadoras que ofrezcan un seguimiento y revisión periódica de la composición de los equipos/packs, así como la metodología utilizada para realizar propuestas de mejora para su optimización de acuerdo con la realidad clínica de los centros, durante toda la vigencia del contrato.

4.3 Embalaje y etiquetado de los productos ofrecidos

El centro hospitalario deberá estar informado y deberá autorizar cualquier modificación que se haga respecto del embalaje del material.

Los códigos de material estériles adjudicados en esta licitación deberán tener una tipología de embalaje que garantice una barrera eficaz contra el polvo y la humedad.

Se define como "triple nivel de embalaje" lo que consiste en una caja de cartón externa para el transporte, un segundo embalaje mediante bolsa de polietileno o caja dispensadora para su almacenamiento en el quirófano y un envase unitario estéril, de fácil apertura y que garantice la no contaminación.

El etiquetado deberá ser perfectamente legible en español o mediante uso de simbología internacional armonizada.

Cada equipo quirúrgico deberá disponer de un sistema de plegado que garantice la utilización correcta según las normas de asepsia.

Cada envase unitario de producto deberá contener obligatoriamente las informaciones expresadas en castellano o catalán (o que lo incluya si el envase es multilingüe):

- EAN (código del producto). Embalaje primario con etiqueta autoadhesiva removible con código de barras de trazabilidad donde se especifique referencia, lote y fecha de caducidad.
- Denominación del artículo o equipo, talla y medidas, si procede.
- Relación de todos sus componentes, medidas y unidades, en texto o en pictogramas.
- Marcado CE.
- Referencia y lote.
- Indicación de producto de un solo uso.
- Indicación de esterilidad y método de esterilización utilizado.
- Fecha de caducidad.
- Nombre del fabricante y distribuidor.
- Embalaje primario con etiqueta autoadhesiva re-movible con código de barras o QR de trazabilidad donde se especifique referencia lote y fecha de caducidad.
- Los equipos estarán etiquetados según normativa GTIN 128

4.4 Implementación del sistema logístico

Será requerimiento obligatorio para los licitadores que el programa para la gestión de la cobertura quirúrgica y los sistemas para el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material esté implementado y preparado para utilizarlo, en el centro hospitalario, en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de formalización del contrato.

4.5 Mantenimiento, averías, plazos y resoluciones

Las empresas licitadoras deberán presentar un plan de contingencia tanto de mantenimiento como de reparación del sistema de almacenamiento y sistemas informáticos. **(Se deberá aportar en el Sobre 3)**

Por medio de los criterios de adjudicación, se valorará el tiempo de respuesta y tiempo de resolución que garantice el suministro de material y la continuidad de la actividad asistencial en los centros hospitalarios. **(Se deberá aportar en el Sobre 3)**

4.6 Mejoras del proyecto técnico de asistencia logística y postventa. Identificación por etiquetas de colores.

(Se deberá aportar en el Sobre 3)

Se considerarán mejoras técnicas valorables adicionalmente de los proyectos técnicos de gestión del suministro de la cobertura quirúrgica y asistencia post-venta que presenten las empresas licitadoras:

Identificación por etiquetas de colores

Identificación de los equipos por etiquetas de colores y la nomenclatura del equipo abreviada, teniendo el equipo de cada especialidad un color diferente. Este sistema de etiquetado por colores según la especialidad deberá disponer de una paleta de más de 10 colores disponibles para diferenciar sin problemas los equipos de las diferentes especialidades. Esta identificación debe ir en uno de los laterales del equipo, para identificarlas durante su almacenamiento y con el tamaño adecuado para la visualización correcta con la denominación del equipo.

5. Presentación oferta técnica

El/los modelo/s de oferta técnica que a continuación se describen deberán presentarse, obligatoriamente, en los formatos que se adjuntan en este pliego de prescripciones técnicas.

No se debe presentar documentación bibliográfica propia de la empresa, ni ningún catálogo ni ninguna documentación no solicitada. En su caso, el órgano de contratación la requerirá.

La aportación de documentación complementaria deberá estar debidamente codificada e identificada como tal. Sólo se aceptará aquella documentación complementaria que sirva para acreditar algún requerimiento solicitado y que no aparece en la Product Data.

La documentación debe estar traducida oficialmente al catalán o castellano. Serán desestimadas las ofertas que no cumplan este requisito o que presenten la documentación en otro idioma.

5.1. Presentación de la oferta técnica (Sobre 2 bis y sobre 2)

5.1.1. Cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos establecidos en este pliego (Sobre 2 bis)

Antes de proceder a la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, se comprobará que las ofertas presentadas se ajusten a los requerimientos técnicos mínimos y obligatorios exigidos en este pliego. En caso de incumplimiento por parte de alguna/es de las empresas licitadoras, será motivo de exclusión y no se valorará su oferta.

Se incluirá la siguiente documentación:

- **Requerimientos obligatorios para productos sanitarios:**
 1. La acreditación de que los productos disponen del marcado de conformidad CE.
(Se deberá que aportar en un fichero zip. el marcado de conformidad CE de los artículos licitados)
 2. Declaración que todos los productos licitados cumplen con la regulación del RD (EU) 2017/745, de 5 de abril, por el que se regulan los productos sanitarios, con el etiquetado y la documentación que lo acredite (en referencia a los datos proporcionados por el fabricante).

- **Ficha técnica propia del producto/empresa licitadora o *Product Data* (No hay modelo).**

La documentación técnica propia del producto/empresa licitadora (product data), debe presentarse en una sola carpeta ZIP que contenga todas fichas que se presentan.

Dentro de esta carpeta ".ZIP" estarán todas las fichas técnicas propias de los códigos materiales que se liciten. Se deberá seguir el mismo orden establecido en el Anexo A (Descripción material ARN_GSS).

La documentación debe estar traducida al catalán o castellano. La presentación de la *Product Data* en otro idioma será motivo de exclusión de la oferta.

Esta carpeta debe llamarse: "*Sobre 2bis ProductData*"

El fichero de cada una de las fichas técnicas propias presentadas, deberá llamarse de esta forma:

PD_ARN el GSS_Codi material.

Ejemplo: PD_ARN_30007910

Las ofertas que no presenten la ficha propia del producto Product Data de forma individual por cada artículo, será motivo de exclusión de la licitación.

Para su trazabilidad cada ficha deberá ir etiquetada/enumerada/identificada con los siguientes datos:

- Núm. expediente CS/AH06/1101471225/26/AMUP
- NIF y nombre de la empresa
- Código de material

La presentación de la *Product Data* indebidamente etiquetada/enumerada/identificada con los datos anteriormente enumerados podrá ser motivo de exclusión.

En el caso de que la *Product Data* no refleje los requisitos solicitados la empresa deberá presentar el certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de estos requisitos.

Este certificado deberá estar traducido al catalán o castellano y presentado como "*Documentación complementaria a Product Data*", indicándose en el product data el archivo y página exacta donde se encuentra referenciada esta documentación complementaria. La no presentación de este certificado podrá ser motivo de exclusión.

- **Anexo D: Lista-Resumen de las fichas presentadas a la licitación.**

El fichero que contiene la lista-resumen de las fichas técnicas presentadas a la licitación, deberá denominarse de la forma siguiente:

"ANEXO D_Llistat-resum_fitxes_tecniques"

Este modelo se encuentra disponible en el apartado de documentación y en el sobre digital del anuncio de licitación.

- **Anexo E: Ficha técnica resumen requerimientos obligatorios, detallados en el apartado 2 del PPT.**

Este fichero deberá llamarse:

"ANEXO E-Llistat_resum_requeriments_obligatoris"

Este modelo se encuentra disponible en el apartado de documentación y en el sobre digital del anuncio de licitación.

5.1.2. Oferta técnica de los criterios sometidos a juicio de valor (Sobre 2 bis)

- Proyecto de asistencia logística y postventa (apartado 4º de este pliego y apartado 1.2 de los criterios de adjudicación):

No hay modelo de oferta, si bien, los licitadores deberán presentar una memoria de acuerdo con los requerimientos del apartado 3º de este pliego y el apartado 1.2 de los criterios de adjudicación. Se deberá seguir el mismo orden de los apartados establecidos en este pliego y los criterios de adjudicación.

Este fichero de la oferta deberá llamarse:

"Sobre_2BIS_oferta_projecte_logistica".

Es OBLIGATORIO presentar la documentación que acredita los criterios descritos.

IMPORTANTE.- En este documento de la oferta habrá que omitir toda información relacionada con los criterios sometidos a valoración automática (apartado 4.5 de este pliego "Mantenimiento, averías, plazos y resoluciones" y apartado 4.6 de este pliego "Sistema de reconocimiento por medio de etiquetado en colores". En caso contrario, será motivo de exclusión.

5.1.3. Oferta técnica de los criterios sometidos a valoración automática (Sobre 2)

- Anexo F: Ficha técnica criterios de adjudicación objetivos, detallados en el documento "Anexo 4- Desglose criterios de valoración", del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Este fichero deberá llamarse: *"ANEXO F-Fitxa_criteris_objectius"*

Este modelo se encuentra disponible en el apartado de documentación y en el sobre digital del anuncio de licitación.

Será requisito obligatorio presentar los documentos con los modelos facilitados, en caso de que no se presenten por parte de las empresas licitadoras será motivo de exclusión.

5.2 Documentación confidencial

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre 2 y 2bis pueden considerarse de carácter confidencial, si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o bien cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otra información con un contenido que se pueda utilizar para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

No tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC. Asimismo, tampoco tendrá carácter confidencial ningún ANEXO o MODELO solicitado por el órgano de contratación.

La determinación de documentación como confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.

En todo caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre el acceso o la vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o las empresas licitadoras afectadas.

La designación de la documentación como confidencial conlleva la obligación de presentarla en fichero independiente del resto de documentación, en el espacio habilitado a tal efecto en la herramienta del Sobre Digital. No se admitirá ningún documento mezclado con documentación no confidencial.

6. Otras condiciones obligatorias para la empresa contratista

6.1 Horario de entrega de los packs/equipos

De acuerdo con las necesidades de los servicios, las entregas de material deberán realizarse en la franja horaria definida por cada uno de los centros destinatarios.

6.1 Prevención de riesgos laborales

La empresa contratista deberá cumplir con la normativa específica de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se aportará obligatoriamente la documentación necesaria (Fichas de Seguridad) de todos aquellos productos que puedan suponer algún riesgo para la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente.

6.2 Manual de usuario

La empresa contratista deberá entregar, si procede, un manual de usuario, documento de instrucciones o protocolo de utilización del material adjudicado cuando se les requiera, preferiblemente en catalán, y si no es posible, en castellano.

7. Facturación

La facturación de los materiales suministrados se realizará según la ubicación de entrega asignada por cada uno de los centros.

Entrega de los albaranes:

7.1 Se hará entrega de los albaranes según el consumo generado por cantidad de material entregado. El adjudicatario deberá entregar una copia sellada de los albaranes de entrega a la persona designada por cada punto de recepción.

Asimismo, los albaranes de entrega deberán poder visualizarse en el programa de gestión ofrecido por el adjudicatario, a efectos de su control por el Hospital.

La gestión automática de los pedidos será según el proyecto presentado por el adjudicatario.

El albarán deberá contener la siguiente información:

- Albarán en soporte papel por duplicado
- Este albarán tendrá que detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:
 - NIF del proveedor
 - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 - El código de artículo SAP
 - La referencia y el código EAN (GTIN).
 - La descripción del producto
 - El número de lote y la caducidad
 - La cantidad por referencia
 - El precio unitario
 - Importe total

7.2 Adicionalmente, se entregará a la finalización de cada mes, un albarán resumido con todas las entregas, agrupadas por código material, para que la unidad de gestión económica pueda formalizar un único pedido mensual al SAP. Una vez se informe el número de pedido al contratista, éste podrá emitir la correspondiente factura, a través de los sistemas de facturación electrónica regulados en los pliegos. Es imprescindible que conste el número de pedido generado por el SAP en la factura.

Todo el material que se entregue al inicio del expediente se facturará una vez validado y recibido.

7.3 Recepción del material

De acuerdo con el apartado 4.1.3 de este pliego (Programa de gestión para el análisis de consumo), la cantidad entregada que consta en el albarán deberá ser la misma que consta en el citado programa de gestión.

Cualquier incidencia o error en el envío del albarán o entrega del material deberá notificarse a la persona designada por cada punto de recepción.

7.4 Motivos por los que se rechazará el material

- Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible.
- Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.

En estos casos, el proveedor retirará el material rechazado del punto de recepción en la siguiente entrega.

ANEXOS

Anexo A.- Descripción técnica de materiales del expediente (ARN y GSS).

Anexo B.- Stock mínimo que deberán disponer los centros en los sistemas de almacenamiento.

Anexo C.- Planos de cada uno de los centros con la ubicación de los espacios habilitados para la instalación de los sistemas de almacenamiento por parte del contratista en los centros.

Anexo D.- Resum_Fitxes: Lista-resumen de las fichas técnicas presentadas a la licitación. (Sobre 2 bis)

Anexo E.- Resum_requeriments: Ficha técnica resumen requerimientos obligatorios (Sobre 2 bis)

Anexo F.- Fichas técnicas criterios sometidos a valoración automática (Sobre 2)

Anexo G.- Certificado entrega de muestras (Sobre 1)

Anexo A.- Descripción técnica de materiales del expediente (ARN y GSS)

- EQUIPOS (*PACKS*) TIPO ARN: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para el HUAV (ARN).
- EQUIPOS (*PACKS*) TIPO GSS: Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que incluye el Hospital Universitari de Santa María (HUSM) y el Hospital Comarcal del Pallars (HCP).

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30007910**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 16 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 16 elements:
2 Tovallolletes per eixugarmans. # 3 talles de 75x90cm a/adh,
1 llençol amb adhesiu de 170 x 175 cm, # 1 Bata estàndard L amb eixugamans.
1 Cobertor de taula 100x150cm. # 1 Contenidor d'agulles.
1 xeringa Luer-lock 5 ml, # 1 xeringa 10 ml Luer-lock,
1 paquet de 5 compreses TNT 10x10cm. # 1 apòsit adhesiu 7,2X5cm,
1 agulla 19G*1/2, # 1 agulla 25G 5/8,
1 agulla 21G 1/2.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30007914**Descripció llarga:**

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-perineal de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 16 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-perineal de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 16 elements:
1 llençol de laparoscopia abdomio-perineal reforçat 280/250x295cm amb làmina d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passa tubs i camals. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de Mayo 80 x 145 cm.
1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. # 2 Camps adhesius de 90 x 75 cm.
4 Tovallolletes eixuga camp. # 1 Cinta adhesiva de 10x 50 cm.
1 Contenidor d'agulles. # 1 Bisturí electric.
1 Bisturí fred 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30007919**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 15 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 15 elements:
##1 Camp adhesiu 150 x 175 cm. ##3 Camp adhesiu 75 x 90 cm.
##1 Cintes adhesives 10 x 50 cm. ##1 Cobertor de taula 150 x 100 cm
##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm. ##2 Tovallolletes eixuga camp.
##3 Bates estàndard L amb eixugamans ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Cubilet 120 ml. ##1 Goma aspiració 3m

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30007920**Descripció llarga:**

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir, lliure làtex estèril, sol ús. Comp ost per 15 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir, lliure làtex estèril, sol ús, compost per 15 elements: # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans.
1 Cobertor de taula de 150 x 190cm. # 1 Llençol per a cap 150x175 cm.
1 Llençol amb adhesiu de 200x200. # 1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm.
4 Tovalloles eixuga camps. # 1 Contenedor d'agulles.
1 Goma aspiració 3m, # 1 canula Yankauer 18fr.
1 xeringa 10 ml, # 1 bisturí del num 15 amb mànec.
.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30007922**Descripció llarga:**

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 11 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:
##1 Llençol urologia (RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva 200x280x185 i didal de nitril, fenestració plàstica.
##1 Bata quirúrgica reforçada talla XL amb eixugamans. ##1 Cobertor de taula de 150 x 190.
##4 Tovalloles eixuga camp. ##1 cinta adhesiva 10x50cm # 1
talla aproximació 75x90 #1 Goma d'aspiració 3m
##1 equip irrigació doble.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30007925**Descripció llarga:**

ARN-Equip craniotomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip craniotomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 30 elements:
##1 Llençol Craniotomia reforçat 245x320cm amb bossa. ##4 Camps reforçats a/adhesiu 75x 90cm.
##2 Camps quirúrgic 75x 90cm. ##1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175 x 170cm.
##2 Bosses d'instruments amb adhesiu de dos compartiments 46x40cm. ##1 Funda taula de Mayo 80 x 145cm.
##1 Cobertor de taula reforçat 150x190cm. ##2 Cintes velcro adhesiva de 2cm x 23 cm.
##1 Cinta adhesiva 50x10cm. ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Bata estàndard L amb eixugamans ##2 Bates reforçades XL amb eixugamans.
##1 Contenedor d'agulles. ##2 Cubilet 250 ml.
##1 Bisturí elèctric. ##1 goma aspiració 3m,
##1 canula Yankauer 18fr, ##1 Bisturí del 22 amb mànec,
##1 Bisturí del 11 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30007927**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 13 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 13 elements:
##1 Llençol per peu 245x320 cm. ##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.
##2 Camps estàndard 75x90. ##1 Cobertor de taula estàndard 150x190.
##1 Cinta velcro adhesiva 2x23cm. ##1 Bata estàndard L amb eixugamans
##2 Bata estàndard XL amb eixugamans ##2 Tovallolletes per eixugar camp
##1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. ##1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30007928**Descripció llarga:**

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir, liure làtex estèril, sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir, liure làtex estèril, sol ús, compost per 20 elements::
##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
##1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. ##1 Talla adhesiva 75 x 90 cm.
##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. ##1 llençol 200x260 cm amb U de 10x60 cm.
##1 llençol de 240x150 amb adhesiu . ##1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
##4 Tovalloles eixuga camps. ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Funda taula de Mayo 80x145 reforçada. ##1 Bisturí elèctric.
##1 goma aspiració 3m. ##1 canula Yankauer.
##1 Bisturí del 22 amb mànec. ##1 bisturí del 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30007929**Descripció llarga:**

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, Lliure làtex,estèril, sol ús. Compost per 16 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, Lliure làtex,estèril, sol ús, compost per 16 elements:
##1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x 320 cm. ##1 Funda Taula Mayo 80x 145 cm.
##2 Bates reforçades XL amb eixugamans ##1 Bata estàndard L amb eixugamans
##1 Cobertor de taula estàndard 150 x 190 cm. ##1 stokinette de 35 x 120 cm.
##2 cintes adhesives de 10 cm x 50 cm. ##2 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Mànec de bisturí del num 11, ##2 gomes d'aspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30007931**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tibia, peroné de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 17 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tibia, peroné de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements: ##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
##2 Bata quirúrgica XL reforçada amb eixugamans. ##1 Llençols quirúrgics sense adhesiu 100X150.

##2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. ##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm.
##1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320 x 245 cm. ##4 Tovalloles eixuga camps.
##2 Cintes adhesives de 10 x 50 cm. ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Goma aspiració 3m. ##1 bisturí elèctric.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30007932

Descripció llarga:

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 14 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 14 elements:

##1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x250x300cm ##1 Bossa recol·lectora de fluids i camals.

##1 Cobertor de taula 150x190cm. ##2 Bates reforçades XL amb eixugamans

##1 bata estandard L amb eixugamans ##4 Tovallolletes per eixugar camp.

##1 Contenidor d'agulles. ##1 Goma aspiració 3m,

##1 lubricant urològic . ##1 Xeringa 10 ml.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30007934

Descripció llarga:

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural), lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural), lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements:

##1 Camp impermeable 75 x 90 cm. ##2 Tovallolletes absorbents.

##1 Envàs rígid 230 x 140 mm / 2 compartiments. ##1 Camp impermeable 75 x 90 cm a/adh.

##1 Xeringa 10 ml Luer Lock. ##1 Xeringa 5 ml Luer Lock.

##1 Pintor d'esponja. ##1 Agulla 19G 1 1/2.

##1 Agulla 25G 5/8. ##1 Agulla 21G 1 1/2.

##5 Compreses de TNT 10x10cm cm. ##1 Apòsit adhesiu 7,2 x 5 cm.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30007943

Descripció llarga:

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost de 43 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost de 43 elements:

##1 Equip d'extremitats reforçat de 245 x320cm . ##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.

##2 Cobertor de taula reforçat 150x190cm. ##2 Camp adhesiu reforçat 75x90.

##2 Bates XL reforçades amb eixugamans ##1 Bata estandard L. amb eixugamans

##4 Tovallolletes per eixugar camp. ##2 Cintes adhesives 10 x 50 cm.

##1 Stokinette de 32 X120 cm. ##1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 x 23cm.

##1 Bossa auxiliar dos compartiments. ##10 Gases TNT 10x20cm.

##10 Gases TNT 10x10cm ##1 Contenidor d'agulles.

##1 Goma aspiració 3m. ##1 canula Yankauer 18fr,

##1 bisturí del num 22 amb mànec, ##1 bisturí del num 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30007946**Descripció llarga:**

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir, lliure de là tex, estèril, un sol ús. Compost de 20 components.

Descripció tècnica:

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost de 20 components: ##1 Llençol fenestrat de 200x175cm amb obertura de 8x12cm.
##1 Cobretaula de 150x190cm. ##2 Camals de 75x140cm.
##1 Talla 75x90 ##2 tovalloles eixuga camp.
##2 bates estàndard L amb eixugamans ##5 Gases TNT 10x20cm
##5 Gases TNT 10x10cm ##1 goma àspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30007952**Descripció llarga:**

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir, Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 12 elements:
##1 Cobertor de taula amb reforç 150x190. ##1 Camp 75x75.
##1 Llençol sota natges de 75x125cm amb bossa col#lectora. ##1 Manta per bebè 87x90cm
##2 Camals 75x140 cm. ##1 Camp adhesiu 75x90.
##2 Tovallolletes per eixugar camp. ##1 Bata reforçada L amb eixugamans ##1 cinta
adhesiva 10x50cm ##1 Contenedor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30007953**Descripció llarga:**

ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
##4 Tovallolletes per eixugar camp. ##1 Llençol adhesiu de 200x200cm.
##1 Llençol adhesiu de 150x240cm. ##3 Talles adhesives de 90x75cm.
##1 Talla de 90x75cm, ##1 Cobretaula de 150x190cm.
##1 Cinta adhesiva de 10x50cm. ##1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm
##1 Bata estàndard talla L amb eixugamans ##2 bates estàndard XL amb eixugamans
##1 Contenedor d'agulles. ##1 Bisturí elèctric,
##1 bisturí del num 22 amb mànec, ##1 bisturí del num 11 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30007958

Descripció llarga:

ARN 162080 - Equip d'hemodinàmica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, embolcallat a mb paper crepè. Compost per 71 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162080 - Equip per a cirurgia hemodinàmica de teixit sense teixir, impermeable, resistent, embolcall amb paper crepè, lliure de làtex, un sol ús, compost per 71 elements:

- 1 Llençol d'angiografia radial-femoral reforçat amb 4 fenestracions i panells laterals transparents(excepte zona radial), 240x400cm. Fenestracions radials de Ø15cm i obertura 9cm. Fenestracions femorals de 9x12cm, obertura de 6x4cm.
- 2 Bates quirúrgiques estàndard Talla XL - 10 Tovallolletes eixugamans
- 1 Cobertor de taula reforçat 150x190cm - 1 Funda amplificador rodona 152x71cm
- 2 Fundes amplificador 102x97cm rectangular - 30 Gases TNT 10x10cm
- 4 Gases 10x20cm - 1 Safata per a guies amb vorell de seguretat, de 44 x31x6.5cm
- 1 Batea de 2500ml graduada - 2 Batea 500ml graduada
- 1 Batea 250ml graduada - 1 Batea per residus fluids de 500cc
- 1 Bisturí amb mànec nº 11 - 1 Xeringa de 20ml L/L
- 2 xeringues de 10ml L/L transparent - 1 Xeringa de 10ml L/L color blau o amb distintiu de color blau
- 1 Xeringa de 5ml L/L color verd o amb distintiu color verd - 1 Xeringa de 3ml L/L color vermell o amb distintiu de color vermell - 4 Xeringues de 10ml L/S
- 1 Agulla hipodèrmica 25G, 1.6cm - 1 Agulla hipodèrmica 21G, 3.8cm
- 1 Clau de 3 vies, 1200 PSI

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30007963

Descripció llarga:

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 45 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 45 elements:

- ##4 Tovallolletes eixuga camp. ##1 Llençol adhesiu de 200x200cm.reforçat
- ##1 Llençol adhesiu de 150x240cm. reforçat ##4 Talles adhesives de 90x75cm. reforçat
- ##1 Cobretaula de 150x190cm. ##2 Cinta adhesives de 10x50cm.
- ##2 Bosses d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 35x35. ##1 Funda taula de Mayo 80x145cm.
- ##1 Bata estàndard L. amb eixugamans ##2 Bates reforçades talla XL. amb eixugamans
- ##2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm, ##1 Goma aspiració 3m,
- ##1 bisturí elèctric, ##1 contenidor agulles,
- ##1 canula Yankauer 12FR, ##1 canula Yankauer 18FR,
- ##1 bisturí del 11 amb mànec. ##2 xeringues del 20 ml luer-lock,
- ##2 catèter intravenos perifèric de 18 G, ##1 Xeringa de 3 ml luer-lock,
- ##1 agulla de 18Gx40mm, ##1 agulla subcutanea 25Gx16mm,
- ##1 allargadera llarga de 150 cm, ##1 Compresa abdominal
- ##4 Vaseloops vermells ##4 Vaseloops blaus
- ##1 bisturí amb mànec nº 22.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30007964

Descripció llarga:

ARN 162087 - Equip By pass femoro-poplíteo i femoro- tibial, de teixit senseteixir,lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 41 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162087 - Equip By pass femoro-poplíteo i femoro- tibial, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 41 elements: ##1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X 280 cm.
##1 Camp adhesiu reforçat de 300 x 170cm. ##1 Camp reforçat de 150x 190cm.
##1 Funda Taula Mayo 80x145 cm ##1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm .
##1 Camp estàndard 75x90adhesiu . ##1 Stokinette de 35x120 cm .
##3 Cintes adhesives 10x50 cm. ##2 Bates estàndard XL .amb eixugamans
##1 Bata estàndard L. amb eixugamans ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##2 bosses instrumental. ##1 Contenidor d'agulles
##2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm ##1 Goma aspiració 3m,
##1 bisturí elèctric ##1 contenidor agulles
##1 canula Yankauer fina ##1 canula Yankauer gran
##1 bisturí del 11 amb mànec ##2 xeringues del 20 ml,
##2 catèter intravenos perifèric de 18 G. ##1 Compresa abdominal
##4 VESSELLOP 2,5*1,0mm vermells ##4 VESSELLOP 1,3*09mm blau

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30007966

Descripció llarga:

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 36 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 36 elements:
##2 Cobertor de taula reforçat 190 x 150cm ##1 Talla Adhesiva 75 x 75cm.
##1 Llençol reforçat d'angiografia de 240 x 340 cm amb 4 fenestracions 2 de 8 x 16 cm i 2 de 7x12 cm amb laterals transparents.
##1 Bata reforçada L amb eixuga mans ##2 Bates reforçades XL amb eixuga mans
##6 Tovallolletes eixuga camp ##1 Talla superabsorbent 45 x 45 cm .
##1 Cinta adhesiva 10 x 50 cm. ##3 Cubilet de 250 ml.
##1 Cubilet de 500 ml. ##1 Cubilet de 1000 ml.
##1 Bisturi amb protector n 11. ##1 Cubilet de 38cm x 28cm.
##1 Pintor ##1 Cobertor RX 95 x 130cm,
##2 cobertor RX 90 x 75cm. ##1 cobertor RX 152x76 rodó.
##2 Xeringa de 10 ml Luer-Lock 3 parts. ##1 Xeringa de 5 ml Luer-Lock 3 parts.
##2 Xeringa de 20 ml Luer-Lock 3 parts. ##1 Agulla de 21G 50mm.
##1 Agulla de 18G 40mm ##1 contenidor d'agulles
##1 funda ecograf

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30007967

Descripció llarga:

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir.Lliure delàtex, estèril, 1 sol ús. Compost per 11 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:
##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm, ##2 llençols adhesius de 150x175cm.
##2 bates estàndar XL amb eixugamans ##1 bata estàndard L amb eixugamans
##1 goma aspiració 3m, # 1 Cinta adhesiva 10x50cm
##1 batea 45x31x6 cm ##1 bisturí n° 22 amb mànec.
##1 bisturí n° 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30007968**Descripció llarga:**

ARN 162092 - Equip d'histerectomia abdominal/procediments perineals obert de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ú s. Compost per 27 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162092 - Equip d'histerectomia abdominal/procediments abdomino-perineals obert de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús, compost per 27 elements: ##4 Tovallolletes eixuga camp.
##1 Llençol reforç adhesiu de 200x200cm. ##1 Llençol reforç.adhesiu de 150x240cm.
##2 Talles adhesives reforç.de 90x75cm. ##1 Cobretaula de 150x190cm.
##2 Cintes adhesives de 10x50cm. ##1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm
##2 Camals de 75x140cm ##2 Talles adhesives de 75x75cm.
##2 Talles de 75x90cm. ##4 Bates estàndard L, amb eixugamans
##1 Bisturí elèctric. ##1 goma aspiració 3m,
##1 canula Yankauer, ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Mànec de bisturí del num 22.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30007969**Descripció llarga:**

ARN-Equip universal de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip universal de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
##2 Camps quirúrgics reforçats amb adhesiu 75x90cm ##1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175 x 200cm.
##1 Llençol amb adhesiu reforçat de 240 x 150cm. ##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.
##1 Cobertor de taula amb reforç 150x190. ##1 Bossa d'instruments amb adhesiu i 2 compartiments 35x35cm.
##1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm. ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Bata estàndard L amb eixugamans. ##2 Bates estàndard XL amb eixugamans.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Bisturí elèctric.
##1 goma aspiració 3m, ##1 canula Yankauer,
##1 Mànec de bisturí del num 22.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30007972**Descripció llarga:**

ARN 162098 - Equip d'urologia/ginecologia de teixit sense teixir, lliure de latex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162098 - Equip d'urologia/ginecologia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 14 elements:
##1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x280x230cm. ##1 Bossa recol·lectora de fluids i camals.
##1 Cobertor de taula 150x190cm. ##1 Bata estàndard XL amb eixugamans # 2
perneres 75x140cm ##4 Tovallololeta per eixugar camp.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Cinta adhesiva 10x50cm
##1 talla aproximació 75x90cm ##1 goma aspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30007974**Descripció llarga:**

ARN 162100 - Equip de cirurgia de mà, De teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162100 - Equip de cirurgia de mà, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 12 elements:
##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
##1 Cobertor de taula d'instruments de 190 x 150 cm. ##1 Talla 75 x 90 cm.
##1 Cobertor de taula de 100 x 150 cm. ##1 Cobertor taula mayo 80x145cm.
##1 Camp de mà reforç. de 200/270x 320 cm amb fenestració de 3cm. ##1 Cinta velcro 2x23cm.
##2 Tovalloles eixuga camps. ##1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30007975**Descripció llarga:**

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 11 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:
##1 Cobertor de taula 75x90cm. ##1 Camp adhesiu 75x75cm.
##1 Cobertor fenestrat 75cm x 90cm. ##3 Tovallololetes per eixugar camp
##1 Contenidor d'agulles. ##10 Gases TNT 8 capes amb contrast 10x20cm.
##1 Xeringa 10ml ##1 agulla 25G ##1 agulla
19G

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30007977**Descripció llarga:**

ARN 162107 - Equip traqueotomiad e teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 16 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162107 - Equip traqueotomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements:
##4 Tovallololetes per eixugar camp. ##1 Llençol adhesiu reforç de 200x200cm.
##1 Llençol adhesiu refoç de 150x240cm. ##2 Talles adhesives reforç de 90x75cm.
##1 Cobretaula de 150x190cm. ##1 Cinta adhesiva de 10x50cm.
##2 Bates estàndard talla L amb eixugamans, ##1 bisturí elèctric,
##1 goma aspiració 3m, ##1 canula Yankauer 18 fr.
##1 bisturí del num 22 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30007980**Descripció llarga:**

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 14 elements:
##1 Equip aïllament vertical 330x234cm. ##1 Cobertor taula de Mayo 80x145cm.
##1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm. ##2 Camp 75x90cm
##1 Camp adhesiu reforçat 75x90cm ##1 Bata XL reforçada amb eixugamans
##1 Bata estàndard L amb eixugamans ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 bisturí del num 22 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30008062**Descripció llarga:**

ARN-Equip maluc fèmur dde teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip maluc fèmur dde teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 24 elements:
##1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X 280 cm. ##1 Camp adhesiu reforçat de 300 x 170cm.
##1 Camp reforçat de 150x 190cm. ##2 Funda Taula Mayo 80x 145 cm
##1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm . ##1 Camp estàndard 75x90cm adhesiu .
##1 Stokinette de 35x120 cm . ##3 Cintes adhesives 10x50 cm.
##2 Bates XL reforçades amb eixugamans ##1 Bata estàndard L amb eixugamans
##4 Tovallolletes per eixugar camp. ##1 bossa instrumental 43x38cm 2 compartiments.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 bisturí del num 22 amb mànec,
##1 goma aspiració 3m, ##1 cânula Yankauer,
##1 bisturí elèctric.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30008065**Descripció llarga:**

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans .
##1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. ##2 Talla adhesiva de 90 x 75 cm.
##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. ##1 Llençol d'artroscòpia U d'espatlla de 250x 170cm amb bossa.
##1 Llençol quirúrgic amb U 200 x 290cm reforç ##2 Cintes adhesives de 10 x 50 cm.
##1 Funda taula de Mayo 80 x 145cm. ##4 Tovalloles eixuga camps.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Bisturí del num 11 amb mànec.
##2 gomes d'aspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30008068**Descripció llarga:**

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements:
##1 Llençol de cesària 260x320cm amb bossa col·lectora i làmina d'incisió integrada.
##1 Cobertor de taula 150x190cm. ##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
##2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans. ##1 Talla bebè 90x 100 cm.
##4 Tovallolletes per eixugar camp. ##1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
##1 Barret per bebè. ##1 Contenedor d'agulles.
##1 Cubilet 250 ml. ##1 Màneg amb esponja per pintar.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30008073**Descripció llarga:**

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
##1 Cobertor de taula 150x90cm. ##2 Camps adhesiu 75x90cm.
##1 llençol adhesiu 175 x 150cm. ##3 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 cinta adhesiva 10x50cm. ##1 cinta de Velcro
##2 Goma aspiració 3m. ##2 Bata L estàndar amb eixugamans ##1
canula yankauer estreta ##1 bossa instrumental 2 compartiments 43x38cm
##5 gasses TNT amb RX

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30008729**Descripció llarga:**

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisional de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 37 elements.

Descripció tècnica:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisional de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 37 elements:
##1 bata estàndard L amb eixugamans, ##1 tovallola absorbent 45x45cm,
##1 cobertor monitor rodó de 100x50cm, ##1 talla adhesiva 50x50cm,
##1 llençol angio-femoral de 220x340cm amb 2 fenestrac 8x16cm ##1 àpòsit de 10x8cm,
##2 tovalloles per eixugar camp, ##1 cobretaula de 150x190cm,
##1 contenidor agulles amb doble iman, ##2 càpsules graduades blaves 250ml,
##1 pinça de dissecció Adson s/dents, ##15 compreses de gasa de 10x10cm RX 17H8P,
##2 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P, ##1 porta agulles 14cm,
##1 aplicador preparació del camp , ##1 agulla hipodèrmica 21Gx37,5mm,
##1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm, ##1 bisturí amb màneg del n° 11.
##1 xeringa de 10ml 2P L/S ##1 Xeringa de 5ml 2P L/S.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30008730**Descripció llarga:**

ARN - Equip per a implantació de marcapassos definitiu, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 59 elements.

Descripció tècnica:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos definitiu, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 59 elements:
##2 bates estàndards L amb eixugamans, ##1 cobertor de monitor 95X85cm rectangular,
##1 talla reforçada adhesiva 75x75cm, ##1 llençol fenestrat de 200x300cm,
##1 apòsit film transparent 40x34cm., ##4 tovalloles per eixugar camp,
##1 cobretaula de 150x190cm, ##1 contenidor d'objectes punxants amb doble imant,
##3 càpsules graduades blaves 250ml, ##8 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P,
##1 agulla hipodèrmica 21Gx37,5mm, ##1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm,
##1 bisturí amb mànec del n° 22, ##1 xeringa de 10ml 3P L-L.
##1 xeringa de 20ml 3P L/L. ##30 compreses RX 10x10cm 8P
##1 bastonet amb esponja per pintar

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30013549**Descripció llarga:**

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements:
##2 talles reforçades i adhesives de 90x75cm ##1 Llençol adhesiu de 240x150cm.
##1 Llençol adhesiu de 175x150cm ##1 Cobertor de taula 150x190cm.
##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm. ##2 Bata reforçada L amb eixugamans
##1 Bata estàndard L amb eixugamans ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Cinta adhesivas 10x50cm. ##1 Contenidor d'agulles.
##1 bisturí elèctric.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30017452**Descripció llarga:**

ARN - Equip vies bacterièmia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 32 elements.

Descripció tècnica:

ARN - Equip vies bacterièmia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 32 elements:
##1 cobertor reforçat de 100x150cm, ##1 porta-agulles de plàstic 14cm,
##1 agulla de 20G, ##1 bisturí n° 11 amb protecció,
##1 agulla de 21G, ##2 xeringues de plàstic de 10ml,
##1 pintor, ##1 llençol fenestrat adhesiu de 170x250cm amb fenestració de 10cm
##1 bata estandard L amb eixugamans, ##2 tovallolletes per eixugar camp,
##20 gasses de cotó de 10x10cm.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30072269

Descripció llarga:

ARN- Equip cirurgia de maluc per abordatge via anterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús.
Compostper 41 elements

Descripció tècnica:

ARN- Equip cirurgia de maluc per abordatge via anterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Compost per 41 elements: 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.

3 Bates quirúrgica XL reforçada amb eixugamans. 1 Llençol de maluc, amb dos camalls, amb dos finestres d'incisió amb làmina d'incisió integrada, de 400x240cm. 1 Funda Taula Mayo 80x 145 cm.

1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. 2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm.

1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. 1 Talla adhesiva de 75 x 90 cm.

1 Bisturí elèctric. 1 Màneg bisturí n°15.

1 Màneg bisturí n22. 1 Goma aspiració 3m.

1 Cànula Yankauer ch-18. 1 Contenedor d'agulles.

4 Tovalloles eixuga camps. 20 Gases TNT 10x10 a/contrast

POSICIÓ: 10

MATERIAL: 30007911

Descripció llarga:

GSS-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 22 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 22 elements:
##1 talla de 75x90cm, que embolica. ##2 Tovallolletes eixugar mans
##1 talla 75x75cm amb adhesiu. ##1 xeringa de 3 cossos 10ml .
##1 xeringa de 3 cossos 5ml. ##1 agulla 19G 1 1/2.
##1 Agulla 25G 5/8. ##10 compreses de teixit sense teixir de 10x10cm
##1 apòsit adhesiu amb compresa central de 7x 5cm. ##1 contenidor d'agulles .
##1 Agulla 21G 1/2. ##1 Cubilet

POSICIÓ: 20

MATERIAL: 30007912

Descripció llarga:

GSS-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 22 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 22 elements:
o#1 Cobertor de taula 75x90cm o#1 Camp adhesiu 75x75cm
o#1 Cobertor fenestrat 75cm x 90cm o#3 Tovallolletes per eixugar mans.
o#10 Gasses TNT 10x10 a/contrast. o#1 Bisturí n15.
o#1 Contenidor d'agulles. o#1 Cubilet 250 ml.
o 1 Xeringa 10ml o 1 Agulla 25G 5/8
o 1 Agulla 19G 1 1/2

POSICIÓ: 30

MATERIAL: 30007913

Descripció llarga:

GSS-Equip universal altres de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 34 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip universal altres de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 34 elements:
o#2 Cinta adhesiva de 9x 50 cm. o#1 Llençol adhesiu reforçat de 240 x 150 cm
o#1 Llençol adhesiu reforçat de 175 x 170 cm o#2 Talles adhesives reforçades de 90 x 75 cm
o#1 Cobertor de taula 150x200cm o#1 Bata estàndard L amb eixugamans.
o#2 Bates estàndard XL amb eixugamans. o#4 Tovallolletes per eixugar mans.
o#1 Bossa instrumental 46 x 40 cm o#1 Bisturí elèctric.
o#1 Màneg bisturí n°22. o#1 Contenidor d'agulles
o 1 Cobertor funda de Mayo 80x145cm o 10 Gasses TNT 10x10cm a/contrast .
o 5 Gasses TNT 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 40

MATERIAL: 30007915

Descripció llarga:

GSS-Equip laparoscòpia decúbit supí, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 36 elements

Descripció tècnica:

GSS-Equip per laparoscòpia en decúbit supí, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 36 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans
1 Bossa intrumental 40x50cm # 1 Cobertor taula de 150x200cm
1 llençol adhesiu de 250x150cm. # 1 Llençol adhesiu de 175x175 cm
2 draps adhesius de 90x75 cm # 4 tovalloles eixuga camp
2 Cintes adhesives 9x50 cm # 1 Cobertor de funda Mayo 80x145cm
1 Contenedor d'agulles # 1 Manec bisturi n°15
1 Bisturi electric # 1 Cubilet
1 Funda Camera # 10 Gases TNT 10x10cm a/contrast
5 Gases TNT 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 50

MATERIAL: 30007916

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 27 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 27 elements:
##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
##1 Cobertor de taula 150 x 190 cm. ##1 Parell de camals de 75 x 120 cm.
##2 Camp adhesiu 75x90cm. ##1 Camp adhesiu 120x150cm.
##1 Bisturi elèctric. ##1 Contenedor d'agulles.
##1 Bossa instrumental 46x40cm ##1 Lubricant urològic
##10 Gases TNT 10x10cm a/contrast ##5 Gases TNT 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 60

MATERIAL: 30007917

Descripció llarga:

GSS-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 24 elements:
##1 Llençol urologia (RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva 260x200x185cm i didal de nitril, fenestració plàstica.
##2 Bates quirúrgica estàndard talla XL amb eixugamans. ##1 Cobertor de taula de 150 x 200cm
##4 Tovalloles eixuga camp. ##1 Allargadera aspiració 3m.
##1 Funda càmera. ##10 Gasses TNT 10x10cm a/contrast
##1 Lubricant urològic ##1 Xeringa 20ml
##1 Equip irrigació 2 vies ##1 Cubilet.

POSICIÓ: 70

MATERIAL: 30007918

Descripció llarga:

GSS-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 22 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 22 elements:
##2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans. ##1 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
##1 Llençol fenestrat adhesiu de 120 x 150cm amb una obertura de 7cm. ##1 Llençol adhesiu 175 x 150 cm.
##1 Cobertor de taula de 150 x 200cm. ##1 Tub aspiració 3m.
##1 Cinta velcro. ##1 Bossa instrumental 2 compartiments.
##10 Gasses TNT 10x10cm a/contrast. ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Cubilet ##1 Xeringa 5ml
##1 Bisturi n°15
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

POSICIÓ: 80

MATERIAL: 30007921

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia ORL (otorinolaringologia): nas i boca de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 28 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia ORL (otorinolaringologia) : nas i boca de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 28 elements:
##2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans. ##1 Bata quirúrgica estàndard talla XL amb eixugamans.
##1 Cobertor de taula de 150 x 190cm ##1 Llençol en U adhesiu de 220 x 260cm
##1 Talla per cap amb turbant de 100x 65cm ##1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm
##4 Tovalloles eixuga camps. ##1 Mànc de bisturí n15.
##1 bossa d' instrumental. ##1 Tub aspiració 3m
##1 Contenidor d'agulles. ##10 Gasses TNT 10x10cm a/contrast.
##1 Cubilet ##1 Cinta Velcro
##1 Xeringa 10ml

POSICIÓ: 90

MATERIAL: 30007923

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia major maxil#lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 28 elements,

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia major maxil#lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 28 elements: ##2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans.
##1 Bata quirúrgica estàndard talla XL amb eixugamans. ##1 Llençol en U adhesiu de 220 x 260 cm.
##4 Tovallolletes eixugamans 33 X 34 cm, ##1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm.
##1 Cinta adhesiva. ##10 Gasses TNT 10x10 a/contrast.
##1 mànc de bisturí n°15. ##1 Tub aspiració 3m.
##1 Xeringa 3 cossos 20ml. ##1 Catéter venós 14G.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Cubilet
##1 Bossa instrumental ##1 Canula Yankauer 18Fr gran

POSICIÓ: 100

MATERIAL: 30007924

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MMSS) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 31 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MMSS) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 31 elements:

##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques estàndard tallaX L amb eixugamans.

##1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. ##1 Talla adhesiva 75 x 90 cm reforç

##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. ##1 Camp de mà de 200/290x 360 cm amb fenestració de 3cm.reforç

##1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. ##4 Tovalloles eixuga camps.

##10 Gases de TNT 10x10 a/contrast. ##1 Xeringa 2 cossos de 10 ml.

##1 Màneg de bisturí n°15. ##1 Contenidor d'agulles.

##1 Cubilet ##5 Gases de 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 110

MATERIAL: 30007926

Descripció llarga:

GSS-quip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 41 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 41 elements:

##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans .

##1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. ##2 Talles adhesiva de 90 x 75 cm.

##1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. ##1 Funda taula de Mayo 80x145cm.

##2 Llençol a/adh 240x150cm. ##1 Bossa instrumental 40x50.

##1 Llençol d'artroscòpia d'espalla de 250x 170 amb bossa. ##1 Llençol quirúrgic amb U 200 x 290cm.

##1 Màneg bisturí n° 11. ##2 Tubs d' aspiració 3m.

##1 Catèter vascular perifèric 14G. ##1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm.

##4 Tovalloles eixuga camps. ##10 Gases TNT 10x10cm a/constrast.

##5 Gases 10x20cm a/constrast. ##1 Contenidor d'agulles.

##1 Cinta de Velcro. ##1 Cubilet

##1 Funda de camera 18x250cm

POSICIÓ: 120

MATERIAL: 30007930

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 40 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 40 elements:

##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques XL estandard amb eixugamans.

##1 Llençol quirúrgic sense adhesiu 100X150. ##2 Talles adhesives de 75 x 90 cm.

##1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. ##1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320 x 245 cm.

##4 Tovalloles eixuga camps. ##20 Gases TNT 10x10 a/contrast.

##1 Màneg bisturí n°15. ##1 Màneg bisturí n°22.

##1 Bisturí elèctric. ##1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm.

##1 Contenidor d'agulles. ##1 Cubilet

##1 Xeringa de 10ml. ##1 Cinta de Velcro.

POSICIÓ: 130

MATERIAL: 30007935

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 61 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 61 elements:
##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans
##1 Cobertor de taula de 150 x200 cm. ##2 Cobertors de taula de 100X150 s/adhesiu.
##1 Bossa d'instrumental de 43x38 cm ##1 Llençol en U de 220 x 260cm amb la U adhesiva de 7 x 70cm. reforç
##4 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç ##1 Llençol adhesiu de 175 x 175 cm.reforç
##1 Llençol adhesiu de 240 x 150 cm. reforç ##1 Cobertor de taula de Mayo de 85x 145 cm.
##1 Llençol d'extremitats fenestrat de 245 x 320 cm. reforç ##1 Stockinette 22cmx75cm llargaria
##2 Cintes adhesives de 9x50. ##4 Tovalloles eixuga camps
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Bisturí elèctric.
##1 Tub aspiració 3m. ##1 Cànula yankauer ch-18.
##10 Gases TNT 10x10 a/contrast. ##10 Gases TNT 10x20 a/contrast.
##2 Mànecs bisturí n°22. ##2 Mànecs bisturí n°15.
##2 Cubilets ##1 Cateter vascular perifèric 14G
##2 Cateter vascular perifèric 16G ##1 Cateter vascular perifèric 18G
##1 Xeringa de 20ml ##1 Agulla de 19G 1/2
##1 Agulla de 21G 1/2

POSICIÓ: 140

MATERIAL: 30007936

Descripció llarga:

GSS-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 30 elements:
o#1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x 320 cm. reforç o#2 Bates estàndard XL reforçades amb eixugamans
o#1 Bata estàndard L amb eixugamans. o#1 Cobertor de taula estàndard 150 x 190 cm.
o#1 Stokinette de 22cmx75cm llargaria o#1 Cinta adhesiva de 10 cm x 50 cm.
o#4 Tovalloles per eixugar camps. o#1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm.
o#2 Talles adhesives 75x90. o#1 Mànec bisturí n°11.
o#1 Tub aspiració 3m. o#1 Catèter vascular perifèric 14G.
o#10 Gases TNT 10x10cm a/contrast. o#1 Contenidor d'agulles.
o#1 Sistema d'irrigació de 2 vies o#1 Funda de càmera 18x250cm

POSICIÓ: 150

MATERIAL: 30007937

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 44 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 44 elements: o#1 Bata estàndard quirúrgica talla L amb eixugamans
o#2 Bates reforçades talla XXL amb eixugamans. o#1 Cobertor de taula de 100 x 150 cm.
o#1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. o#1 Funda de taula de Mayo de 80 x 145 cm.
o#1 Llençol sense adhesiu de 150X200. reforç o#1 Llençol d'artroscòpia fenestrat amb bossa de recollida de fluids i 2 sortides de líquids 320x245cm. reforç o#2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm.
o#1 Stokinette de 22cmx75cm llargària o#2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç
o#4 Tovalloles eixuga camps. o#5 gasses TNT 10x20cm a/contrast.
o#10 gasses TNT 10x10cm a/contrast. o#1 mànec bisturí n11.
o#1 mànec bisturí n15. o#1 mànec bisturí n22.
o#2 tubs d'aspiració 3m. o#1 Catèter vascular perifèric 14G.
o#1 Retolador estèril. o#1 Contenidor d'agulles.
o 1 Funda de càmera 18x250cm o 1 Bisturí elèctric
o 1 Cubilet o 1 Sistema d'irrigació de vies

POSICIÓ: 160

MATERIAL: 30007938

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 65 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 65 elements:
o#1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. o#3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans.
o#3 Cobertors de taula de 100 x 150 cm. o#2 Cobertors de taula de 150 x 200,
o#1 Bossa d'instrumental de 45x38cm. o#2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç
o#1 Cobertor de taula de Mayo de 80x 145 cm. o#2 Llençols adhesius de 175x 170. reforç
o#1 Llençol adhesiu de 240x150 cm. reforç o#1 Llençol adhesiu en U de 245 x 280 cm. reforç
o#1 Stockinette de 22cmx75cm llargària o#4 Cintes adhesives de 10 x 50 cm.
o#4 Tovalloles eixuga camps. o#20 Gases TNT 10x10cm a/contrast.
o#10 Gases TNT 10x20cm a/contrats o#1 Tub aspiració 3m.
o#1 Cànulla Yankauer ch18. o#1 Bisturí elèctric.
o#1 Elèctrode llarg de bisturí elèctric. o#2 Mànecs bisturí n°22.
o#1 Contenidor d'agulles. o 2 Cubilets

POSICIÓ: 170

MATERIAL: 30007940

Descripció llarga:

GSS-Equip laparoscòpia amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 34 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip laparoscòpia amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 34 elements:
o 1 llençol de laparoscòpia abdomino-perineal 280/250x295cm amb làmina
d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passa tubs i camals reforç
o 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans o 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
o 1 Cobertor de taula de Mayo 80 x 145 cm. o 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm.
o 2 Camp adhesiu de 90 x 75 cm. o 4 Tovalloles eixuga camp 33 x 34 cm.
o 1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm. o 1 Cinta velcro 2x23cm.

- o 1 Contenidor d'agulles. o 1 Funda de càmera 18x250cm
- o 1 Bisturí elèctric o 1 Bisturí n° 15
- o 1 Cubilet o 10 Gases TNT 10x10cm a/contrast
- o 5 Gases TNT 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 180

MATERIAL: 30007941

Descripció llarga:

GSS-Equip cesàrea de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cesàrea de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements:
1 Llençol de cesària 260x320 amb bossa col·lectora i làmina d'incisió integrada.
1 Cobertor de taula 150x190cm. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans. # 1 Talla bebè 90x 87cm.
4 Tovallolletes per a eixugar camp. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
1 Barret per a bebè. # 1 Contenidor d'agulles.
1 Cubilet 250 ml. # 1 Mànec amb esponja per pintar.

POSICIÓ: 190

MATERIAL: 30072270

Descripció llarga:

GSS-Equip de cirurgia per a fractura de fèmur de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. C ompost per 6 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip de cirurgia per a fractura de fèmur de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 6 elements: 1 Llençol d'aïllament vertical amb bossa, de 317 x 254cm, amb camp d'incisió complet de 86x28cm 1 Bossa d e recollida de fluids amb filtre i port de sortida
2 Bosses d'instrumental de 17x 29cm amb dos compartiments 2 Cintes organització de cables

POSICIÓ: 200

MATERIAL: 30072271

Descripció llarga:

GSS- Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

GSS - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
4 Tovallolletes per eixugar camp. 1 Llençol adhesiu de 200x200cm.
1 Llençol adhesiu de 150x240cm. 3 Talles adhesives de 90x75cm.
1 Talla de 90x75cm. 1 Cobretaula de 150x190cm.
1 Cinta adhesiva de 10x50cm. 1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm.
1 Bata estàndard talla L amb eixugamans. 2 Bates estàndard talla XL amb eixugamans.
1 Contenidor d'agulles. 1 Bisturí elèctric.
1 Bisturí del n°22 amb mànec. 1 Bisturí del n°11 amb mànec.

Annex B.- Estoc mínim que hauran de disposar els centres en el sistema d'emmagatzematge.

ESTOC MÍNIM REQUERIT		
EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (ARN)		
Codi Material Equip (pack)	Descripció	Estoc mínim prestatgeria (setmanal)
30007910	ARN-EQUIP PROCEDIMENT EN CATÈTER	50
30007914	ARN-EQUIP LAPAROSCÒPIA ABDOMINO-PERINEAL	30
30007919	ARN-EQUIP CIRURGIA PROCEDIMENTS OÍDA	6
30007920	ARN-EQ CIRURGIA MAXILOFACIAL/ORL	15
30007922	ARN-EQUIP RESECCIÓ TRANSURETRAL (RTU)	25
30007925	ARN-EQUIP CRANIOTOMIA	10
30007927	ARN-EQUIP CIRURGIA DE PEU	5
30007928	ARN-EQUIP ESPATLLA	3
30007929	ARN-EQUIP ARTROSCÒPIA GENOLL	6
30007931	ARN-EQUIP IMPLANTS EXTREMITAT INFERIOR	15
30007932	ARN-EQUIP GINECOLOGIA/PROCTOLOGIA	15
30007934	ARN-EQUIP ANESTESIA REGION (EPIDURAL)	80
30007943	ARN-EQUIP D'HÚMER	10
30007946	ARN-EQUIP LEGRAT INTERVENCIONS MENOR	5
30007952	ARN-EQUIP DE PARTS	35
30007953	ARN-EQUIP DE VARIUS	3
30007958	ARN-EQUIP HEMODINÀMICA	25
30007963	ARN- EQUIP CARÒTIDA BYPASS ANEURISMA	3
30007964	ARN-EQUIP BY PASS FE-POPLÍ/ FE-TIB	2
30007966	ARN-EQUIP CIRURGIA ENDOVASCULAR	5
30007967	ARN-EQUIP AMPUTACIÓ DITS	5
30007968	ARN-EQUIP HISTERECTOMIA ABDOMINAL / PROCEDIMENTS ABDOMINO-PERINEALS OBERT	5
30007969	ARN-EQUIP UNIVERSAL	60
30007972	ARN-EQUIP URO/GINE	10
30007974	ARN-EQUIP DE TRAUMA	4
30007975	ARN-EQUIP CIRURGIA MENOR	5
30007977	ARN-EQUIP TRAQUEOTOMIA	4
30007980	ARN-EQUIP D'OSTEOSÍNTESI PROXIMAL FÈMUR	10
30008062	ARN-EQUIP MALUC FÈMUR	10
30008065	ARN-EQUIP D'ARTROSCÒPIA ESPATLLA	2
30008068	ARN-EQUIP CESÀRIA	15
30008073	ARN-EQUIP MICROCIRURG LARÍNGIA	6
30008729	ARN-EQUIP IMPLANT MARCAPAS PROVISIONAL	3
30008730	ARN-EQUIP MARCAPASSOS DEFINITIU	9
30013549	ARN-EQUIP CIRURGIA PEDRIÀTRICA UNIVERSAL	8
30017452	ARN-EQUIP VIES BACTERIÈMIA	60
30072269	ARN-EQUIP CIRURGIA MALUC VIA ANTERIOR	4

ESTOC MÍNIM REQUERIT MATERIAL SOLT HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (HUAV)	
Descripció	Estoc mínim prestatgeria (setmanal)
Bata quirúrgica estàndard talla L	50
Bates quirúrgiques estàndard talla XL	150
Bates quirúrgiques estàndard talla XXL	30
Bata quirúrgica reforçada talla L	30
Bates quirúrgiques reforçada talla XL	30
Bates quirúrgiques reforçada talla XXL	10
Cobertor de taula 100x150cm abs.75 x 150 cm.	30
Cobertor de taula de 150 x 190 cm.abs,75x190	30
Cobertor de taula75x90cm reforçat	30
Funda mesa de Mayo 80X145CM abs.65x85	30
Llençol amb adhesiu de 240x 150 cm reforçat	30
Llençol amb adhesiu de 150 x 175 cm reforçat	30
Llençol amb adhesiu de 175 x 175 cm reforçat	30
Talla adhesiva de 75 x 90 cm.	100
Talla adhesiva de 75 x 75 cm.	40
Cobertor fenestrat Adh.75cm x 90cm.	10
Cobertor fenestrat Adh.150x120	20
Leggings de 75 x 140 cm. 1pcs	30
Tovallols eixuga camp 33 x 30 cm.	50
Cinta velcro adhesiva 2x23cm.	30
Cinta adhesiva de 10 x 50 cm.	50
Bossa d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 46x40	50
Stockinette de 32x120cm.	30
Stokinette de 25 x 80 cm	30

ESTOC MÍNIM REQUERIT

EQUIPS (PACKS) TIPUS GSS: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que inclou l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP).

Codi material Equip (pack)	Descripció	Estoc mínim prestatgeria (setmanal) HUSM	Estoc mínim prestatgeria (setmanal) HCP
30007911	GSS_EQUIP PER ANESTESIA RAQUI-EPIDURAL	80	20
30007912	GSS_EQUIP PER CIRURGIA MENOR	30	0
30007913	GSS_EQUIP UNIVERSAL	25	16
30007915	GSS_EQUIP LAPAROS DECUBIT SUPI	10	0
30007916	GSS_EQUIP PER CIRURGIA RECTAL	15	0
30007917	GSS_EQUIP PER CIRURGIA TRANS-URETRAL	25	0
30007918	GSS_EQUIP PER OIDA	10	0
30007921	GSS_EQUIP PER CIRURGIA MAJOR NAS I BOCA	25	0
30007923	GSS_EQUIP PER CIRURGIA MAJOR MAXILOFACIAL	10	0
30007924	GSS_EQUIP PER CIRURGIA OBERTA EXTREMITAT SUPERIOR	25	0
30007926	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA ESPATLLA	8	2
30007930	GSS_EQUIP PER CIRURGIA D'EXTREMITATS INFERIORS	10	0
30007935	GSS_EQUIP PER CIRURGIA DE GENOLL OBERTA	10	2
30007936	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA DE GENOLL	8	3
30007937	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA DE LIGAMENTS CREUATS	10	0
30007938	GSS_EQUIP PER CIRURGIA OBERTA DE MALUC	8	2
30007940	GSS_EQUIP LAPAROSCOPIA CAMALS	8	2
30007941	GSS_EQUIP PER CESARIA	0	3
30072270	GSS_EQUIP FRACTURA FEMUR	2	4
30072271	GSS_EQUIP DE VARIUS	3	0

ESTOC MÍNIM REQUERIT MATERIAL SOLT GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA (HUSM) HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (HCP)		
Descripció	Estoc mínim prestatgeria (setmanal) HUSM	Estoc mínim prestatgeria (setmanal) HCP
BATA QUIRURGICA ESTANDAR T/L	18	10
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/M	35	0
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/XL	43	0
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/XXL	2	5
Bata quirúrgica reforçada T-L	0	0
Bata quirúrgica reforçada T-XL	0	0
BATA QUIRURGICA REFORÇADA T/XXL	1	0
DRAP QURURGIC SENSE ADHESIU 75*90	121	0
DRAP QUIRURGIC SENSE ADHESIU 100*150	3	0
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 75*75	42	17
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 75*90	11	0
COBERTOR TAULA MAYO 75*150	21	10
PERNERES PLAS. 75*115 SOBRES DE 2 UNI.	2	5
BOSSA INSTRUMENTAL 40*50 CM	11	0
BOSSA INSTRUMENTAL ADHE 25X46CM	0	5
Stockinette 32x120	0	0
Stockinette 25x80	0	0
CINTA ADHESIVA 9X51	16	15
COBERTOR TAULA INDIVIDUAL 150*200	0	15
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 175*175	4	10
DRAP FENESTRAT ADHE. 50X60 ESTERIL	5	5
DRAP QUIRURGIC EN U 220*260	6	0
DRAP QUIRURGIC FENESTRAT 50*60	7	0
TALLA TST IMPERMEABLE FENESTADA 200X280	1	0
BOSSA TALLA NATGES	0	5

Annex C.- Plànols de cadascun dels centres amb la ubicació dels espais habilitats per a la instal·lació dels sistemes d'emmagatzematge per part del contractista als centres.

Es troben disponibles en l'apartat de documentació de l'anunci de licitació de l'expedient de contractació.

Annex D.- Resum_Fitxes: Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació.

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació.

ANNEX D.- RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/AH06/1101471225/26/AMUP

Descripció expedient

Contractació conjunta del subministrament de material de cobertura quirúrgica per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la Salut), l'Hospital Universitari de Santa Maria i l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris).

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

CAL PRESENTAR OFERTA A TOTS ELS PACKS. EN CAS CONTRARI, SERÀ MOTIU D'EXCLUSIÓ.

PACK	Codi SAP Material	Descripció SAP material	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
							Marcatge conf CE (SI/NO)	Compliment RD (UE) 2017/745 (SI/NO)	Altres normatives
ARN	30007910	ARN-EQUIP PROCEDIMENT EN CATÈTER							
ARN	30007914	ARN-EQUIP LAPAROSCÒPIA ABDOMINO-PERINEAL							
ARN	30007919	ARN-EQUIP CIRURGIA PROCEDIMENTS OÏDA							
ARN	30007920	ARN-EQ CIRURGIA MAXILOFACIAL/ORL							
ARN	30007922	ARN-EQUIP RESECCIÓ TRANSURETRAL (RTU)							
ARN	30007925	ARN-EQUIP CRANIOTOMIA							
ARN	30007927	ARN-EQUIP CIRURGIA DE PEU							
ARN	30007928	ARN-EQUIP ESPATLLA							
ARN	30007929	ARN-EQUIP ARTROSCÒPIA GENOLL							
ARN	30007931	ARN-EQUIP IMPLANTS EXTREMITAT INFERIOR							
ARN	30007932	ARN-EQUIP GINECOLOGIA/PROCTOLOGIA							
ARN	30007934	ARN-EQUIP ANESTESIA REGIONAL (EPIDURAL)							
ARN	30007943	ARN-EQUIP D'HÚMER							
ARN	30007946	ARN-EQUIP LEGRAT INTERVENCIIONS MENORS							
ARN	30007952	ARN-EQUIP DE PARTS							
ARN	30007953	ARN-EQUIP DE VARIUS							
ARN	30007958	ARN-EQUIP HEMODINÀMICA							
ARN	30007963	ARN-EQUIP CARÒTIDA BYPASS ANEURISMA							
ARN	30007964	ARN-EQUIP BY PASS FE-POPLÍ/ FE-TIB							
ARN	30007966	ARN-EQUIP CIRURGIA ENDOVASCULAR							
ARN	30007967	ARN-EQUIP AMPUTACIÓ DITS							
ARN	30007968	ARN-EQUIP HISTERECTOMIA ABDOMINAL / PROCEDIMENTS ABDOMINO-PERINEALS OBERT							
ARN	30007969	ARN-EQUIP UNIVERSAL							
ARN	30007972	ARN-EQUIP URO/GINE							
ARN	30007974	ARN-EQUIP DE TRAUMA							
ARN	30007975	ARN-EQUIP CIRURGIA MENOR							
ARN	30007977	ARN-EQUIP TRAQUEOTOMIA							
ARN	30007980	ARN-EQUIP D'OSTEOSÍNTESI PROXIMAL FÈMUR							
ARN	30008062	ARN-EQUIP MALUC FÈMUR							
ARN	30008065	ARN-EQUIP D'ARTROSCÒPIA ESPATLLA							
ARN	30008068	ARN-EQUIP CESÀRIA							
ARN	30008073	ARN-EQUIP MICROCIRURG LARÍNGIA							
ARN	30008729	ARN-EQUIP IMPLANT MARCAPAS PROVISIONAL							
ARN	30008730	ARN-EQUIP MARCAPASSOS DEFINITIU							
ARN	30013549	ARN-EQUIP CIRURGIA PEDIÀTRICA UNIVERSAL							
ARN	30017452	ARN-EQUIP VIES BACTERIÈMIA							
ARN	30072269	ARN-EQUIP CIRURGIA MALUC VIA ANTERIOR							
GSS	30007911	GSS EQUIP PER ANESTESIA RAQUI-EPIDURAL							
GSS	30007912	GSS EQUIP PER CIRURGIA MENOR							
GSS	30007913	GSS EQUIP UNIVERSAL							
GSS	30007915	GSS EQUIP LAPAROS DECUBIT SUP							
GSS	30007916	GSS EQUIP PER CIRURGIA RECTAL							
GSS	30007917	GSS EQUIP PER CIRURGIA TRANS-URETRAL							
GSS	30007918	GSS EQUIP PER OÏDA							
GSS	30007921	GSS EQUIP PER CIRURGIA MAJOR NAS I BOCA							
GSS	30007923	GSS EQUIP PER CIRURGIA MAJOR MAXILOFACIAL							
GSS	30007924	GSS EQUIP PER CIRURGIA OBERTA EXTREMITAT SUPERIOR							
GSS	30007926	GSS EQUIP PER ARTROSCÒPIA ESPATLLA							
GSS	30007930	GSS EQUIP PER CIRURGIA D'EXTREMITATS INFERIORS							
GSS	30007935	GSS EQUIP PER CIRURGIA DE GENOLL OBERTA							
GSS	30007936	GSS EQUIP PER ARTROSCÒPIA DE GENOLL							
GSS	30007937	GSS EQUIP PER ARTROSCÒPIA DE LIGAMENTS CREUATS							
GSS	30007938	GSS EQUIP PER CIRURGIA OBERTA DE MALUC							
GSS	30007940	GSS EQUIP LAPAROSCOP CAMALS							
GSS	30007941	GSS EQUIP PER CESARIA							
GSS	30072270	GSS EQUIP FRACTURA FÈMUR							
GSS	30072271	GSS EQUIP DE VARIUS							

Annex E.- Resum_requeriments: Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris

Annex F.- Fitxa_criteris_objectius: Fitxa tècnica criteris objectius

Contractació conjunta del subministrament de material de cobertura quirúrgica per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la Salut), l'Hospital Universitari de Santa Maria i l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris).

Expedient número CS/AH06/1101471225/26/AMUP

Criteris tècnics sotmesos a valoració automàtica

(Apartat 2.1 dels Criteris d'Adjudicació)

PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSTVENDA (apartat 2.1 criteris adjudicació): Fins a 6 punts.

Manteniment, averies, terminis i resolucions (apartat 2.1.1 criteris adjudicació) <i>Es valorarà el pla de contingència que ofereixi el menor temps possible de resposta en la resolució d'averies i reparació dels sistemes d'emmagatzematge i sistemes informàtics.</i>	Puntuació:	Marcar amb una "X" l'opció oferta	Referències a documentació annexa	Pàgina
Temps de resposta resolució d'averies i reparació dels sistemes d'emmagatzematge i sistemes informàtics es igual o inferior a 12 hores:	4			
Temps de resposta resolució d'averies i reparació dels sistemes d'emmagatzematge i sistemes informàtics es igual o inferior a 24 hores:	2			
Temps de resposta resolució d'averies i reparació dels sistemes d'emmagatzematge i sistemes informàtics es superior a 24 hores:	0			
Millores del projecte tècnic d'assistència logística i postvenda: Etiquetatge en colors (apartat 2.1.2 criteris adjudicació) <i>Es valorarà que els equips/packs disposin d'un sistema de reconeixement per mitjà d'etiquetatge en colors per especialitats i nomenclatura abreujada.</i>	Puntuació:	Marcar amb una "X" l'opció oferta	Referències a documentació annexa S'ha d'acreditar mitjançant la fitxa pròpia del producte ProductData.	Pàgina
El PROJECTE inclou la identificació per colors dels equips/packs especificada i la descripció de l'equip de forma abreujada (nomenclatura):	2			
El PROJECTE no inclou la identificació per colors dels equips especificada i la descripció de l'equip de forma abreujada (nomenclatura):	0			

Licitador	
NIF	
Nom i cognoms Representant 1	
DNI Representant 1	
Nom i cognoms Representant 2	

Annex G.- Certificat acreditatiu entrega de mostres



ANNEX G
CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ D'ENTREGA DE MOSTRES
EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN
HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA

Descripció de l'objecte del contracte	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA I L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).
Número d'expedient	CS/AH06/1101471225/26/AMUP
Nom de l'empresa que ha entregat les mostres	
Centre / Lloc on s'ha realitzat l'entrega de mostres	

Packs/equipos entregats: (marcar amb X)

30007914	ARN-EQUIP LAPAROSCÒPIA ABDOMINO-PERINEAL	
30007922	ARN-EQUIP RESECCIÓ TRANSURETRAL (RTU)	
30007925	ARN-EQUIP CRANIOTOMIA	
30007958	ARN-EQUIP HEMODINÀMICA	
30007964	ARN-EQUIP BY PASS FE-POPLÍ/ FE-TIB	
30008065	ARN-EQUIP D'ARTROSCÒPIA ESPATLLA	
30008068	ARN-EQUIP CESÀRIA	

PERSONAL DE L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS QUE CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT L'ENTREGA DE MOSTRES	
Nom i cognoms	
Categoria professional / Càrrec (si procedeix)	
Lloc i data	
Signatura	

ANNEX G
CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ D'ENTREGA DE MOSTRES
EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN
HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA (HUSM)

Descripció de l'objecte del contracte	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA I L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).
Número d'expedient	CS/AH06/1101471225/26/AMUP
Nom de l'empresa que ha entregat les mostres	
Centre / Lloc on s'ha realitzat l'entrega de mostres	

Packs/equipos entregats: (marcar amb X)

30007915	GSS_EQUIP LAPAROS DECUBIT SUPI	
30007917	GSS_EQUIP PER CIRURGIA TRANS-URETRAL	
30007926	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA ESPATLLA	
30007938	GSS_EQUIP PER CIRURGIA OBERTA DE MALUC	

PERSONAL DE L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS QUE CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT L'ENTREGA DE MOSTRES	
Nom i cognoms	
Categoria professional / Càrrec (si procedeix)	
Lloc i data	
Signatura	

ANNEX G
CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ D'ENTREGA DE MOSTRES
EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN
HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

Descripció de l'objecte del contracte	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA I L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).
Número d'expedient	CS/AH06/1101471225/26/AMUP
Nom de l'empresa que ha entregat les mostres	
Centre / Lloc on s'ha realitzat l'entrega de mostres	

Packs/equipos entregats: (marcar amb X)

30007911	GSS_EQUIP PER ANESTESIA RAQUI-EPIDURAL	
30007926	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA ESPATLLA	
30007938	GSS_EQUIP PER CIRURGIA OBERTA DE MALUC	

PERSONAL DE L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS QUE CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT L'ENTREGA DE MOSTRES	
Nom i cognoms	
Categoria professional / Càrrec (si procedeix)	
Lloc i data	
Signatura	