

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA I L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).

Expedient nº CS/AH06/1101471225/26/AMUP

ÍNDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	6
2. Requeriments obligatoris	6
2.1 Normativa aplicable	6
2.2 Especificacions tècniques generals	6
2.3 Requisits obligatoris addicionals	7
3. Presentació de mostres obligatòries	13
4. Condicions de l'assistència logística i postvenda. Programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i de material. 16	
4.1 Subministrament	17
4.1.1 Sistema d'emmagatzematge	17
4.1.2 Gestió automatitzada del control d'estocs del magatzem	18
4.1.3 Programa de gestió per a l'anàlisi de consum	19
4.1.4 Disponibilitat dels productes	19
4.1.5 Gestió logística del subministrament	20
4.2 Formació i millora continuada	23
4.3 Embalatge i etiquetat dels productes oferts	23
4.4 Implementació del sistema logístic	24
4.5 Manteniment, averies, terminis i resolucions	24
4.6 Millores del projecte tècnic d'assistència logística i postvenda. Identificació per etiquetes de colors	25
5. Presentació oferta tècnica	25
5.1. Presentació de l'oferta tècnica (Sobre 2 bis i sobre 2)	25
5.1.1. Compliment dels requeriments tècnics mínims establerts en aquest plec (Sobre 2 bis) 25	
5.1.2. Oferta tècnica dels criteris sotmesos a judici de valor (Sobre 2 bis)	27
5.1.3. Oferta tècnica dels criteris sotmesos a valoració automàtica (Sobre 2)	28
5.2 Documentació confidencial	28
6. Altres condicions obligatòries per a l'empresa contractista	29
6.1 Horari d'entrega dels packs/equips	29
6.1 Prevenió de riscos laborals	29
6.2 Manual d'usuari	29

7. Facturació	29
7.3Recepció del material	30
7.4Motius pels quals es rebutjarà el material	30
ANNEXOS.....	31
Annex A.- Descripció tècnica de materials de l'expedient (ARN i GSS).	31
Annex B.- Estoc mínim que hauran de disposar els centres en el sistema d'emmagatzematge.31	
Annex C.- Plànols de cadascun dels centres amb la ubicació dels espais habilitats per a la instal·lació dels sistemes d'emmagatzematge per part del contractista als centres.....	31
Annex D.- Resum_Fitxes: Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació. (Sobre 2 bis)	31
Annex E.- Resum_requeriments: Fitxa tècnica resum requeriments obligatoris (Sobre 2 bis)	31
Annex F.- Fitxes tècniques criteris sotmesos a valoració automàtica (Sobre 2).....	31
Annex G.- Certificat entrega de mostres (Sobre 1)	31
Annex C.- Plànols de cadascun dels centres amb la ubicació dels espais habilitats per a la instal·lació dels sistemes d'emmagatzematge per part del contractista als centres.....	37
Annex D.- Resum_Fitxes: Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació.	38
Annex E.- Resum_requeriments: Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris.....	39
Annex F.- Fitxa_criteris_objectius: Fitxa tècnica criteris objectius	40
Annex G.- Certificat acreditatiu entrega de mostres	41

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació conjunta del subministrament de material de cobertura quirúrgica, per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) (gestionat per l'Institut Català de la Salut), l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP) (gestionat per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris).

També serà objecte d'aquest contracte, l'assistència logística i postvenda, que inclourà tots els aspectes relatius a la gestió, freqüència de reposició i garantia del subministrament del material de cobertura quirúrgica i dels mitjans e infraestructures que es posaran a disposició dels hospitals.

1.2. Característiques de la contractació

D'acord amb l'objecte del contracte, es subministraran equips ("packs") i elements solts per als següents centres hospitalaris, d'acord amb la següent nomenclatura:

EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a l'HUAV (ARN).

EQUIPS (PACKS) TIPUS GSS: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que inclou l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP).

A continuació es fan constar les adreces dels centres destinataris:

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA
(INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT)

Av. Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida

HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA (HUSM)
(GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS)

Av. Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida

HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (HCP)
(GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS)

Carrer de Pau Casals, 5, 25620 Tremp, Lleida

Tots els equips (packs) dels centres HUAV, HUSM i HCP s'adjudicaran a un únic contractista.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de l'òrgan de contractació.

A continuació es fa constar el **nombre actual de quiròfans i d'intervencions anuals estimades**, per a cadascun dels centres:

CENTRE	Nombre quiròfans actuals	Nombre d'intervencions anuals estimades
HUAV	14	12.125
HUSM	5	7.280
HCP	2	1.067

Així mateix, en el desglossament del pressupost base de la licitació, **apartat 37è del quadre de característiques del PCAP**, s'especifica el consum estimat per *equip/pack* en termes anuals, si bé, atesa la naturalesa del contracte, en tractar-se d'un subministrament de tracte successiu sotmès a les necessitats reals dels centres destinataris i, d'acord amb la seva forma d'adjudicació, el contractista resta obligat a les variacions de les quantitats estimades que s'indiquin a cada contracte i que podran ser rectificades a l'alça o a la baixa, sense que aquesta variació impliqui, en cap cas, augment dels preus unitaris adjudicats.

Es fa constar expressament, que actualment l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida es troba en fase d'execució de les obres d'ampliació i reforma del bloc quirúrgic, fet que en relació al consum estimat informat per l'equip/pack, amb codi de material 30007969, "ARN-Equip universal", durant els exercici 2026 i 2027, els seus consums es poden veure disminuïts donat que l'activitat assistencial del centre es derivarà a un centre hospitalari extern de la Xarxa Hospitalària Lleida-Pirineu.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1 Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el **sobre 2 bis** l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2 Especificacions tècniques generals

Cadascun dels equips (*packs*) estarà integrat per una sèrie de components i grups de components que es detallen en cada equip de forma personalitzada, d'acord amb les característiques tècniques dels articles que consten en el llistat de l'**Annex A - Descripció tècnica de materials de l'expedient**, d'acord amb el següent desglossament:

EQUIPS (*PACKS*) TIPUS ARN: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a l'HUAV (ARN) i assistència logística i postvenda.

EQUIPS (*PACKS*) TIPUS GSS: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que inclou l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP) i assistència logística i postvenda.

COMPONENTS:

- Component tipus 1: Bates quirúrgiques
- Component tipus 2: Talles quirúrgiques
- Component tipus 3: Llençols quirúrgics
- Component tipus 4: Cobertors quirúrgics
- Component tipus 5: Camps quirúrgics
- Component tipus 6: Camps d'incisió adhesius

GRUPS DE COMPONENTS:

- GRUP 1 (bossa d'instrumental, bossa quirúrgica, bossa recol·lectora de fluids corporals, camp quirúrgic adhesiu, cobertor, llençol, talles, fundes mayo, fundes d'amplificador, apòsit, bena, stokinette, compresa, gasa, tovallola eixugamans i tovallola eixuga camps).
- GRUP 2 (cànula d'aspiració, catèter, connector, introductor, tub d'aspiració, tub de drenatge, equip de drenatge, equip d'infusió, equip d'irrigació, línia d'injecció, cinta adhesiva, cinta de velcro, vaseloops i terminal d'elèctrode).
- GRUP 3 (filtre, full de bisturí i xeringa).
- GRUP 4 (batea, capsula, cassoleta, cubilet i safata).

2.3 Requisits obligatoris addicionals

Tots els requisits tècnics addicionals que s'especifiquin en aquest apartat seran d'obligat compliment i s'hauran d'informar mitjançant la presentació de l'annex E – Fitxa resum requisits obligat compliment.

No presentar els requeriments tècnics dels components que es detallen en aquest apartat suposarà l'exclusió de l'oferta presentada.

La normativa requerida serà la següent i haurà d'acreditar-se mitjançant certificat emes per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma vigent per laboratori acreditat, i serà d'aplicació al material que enumera i inclou:

- UNE-EN 13795-1:2025

S'acceptarà certificats o informes d'assajos emesos de conformitat amb la norma UNE-EN 13795-1:2020, sempre que el fabricant presenti una declaració responsable que confirmi que el producte compleix amb els requisits equivalents establerts en la nova norma UNE-EN 13795-1:2025.

- UNE-EN ISO 11810:2015
- UNE-EN ISO 9073-1:2023

També es requereix que l'empresa estigui en possessió del següent sistema de gestió ambiental certificat (que haurà d'acreditar-se mitjançant certificat vigent per organisme notificador acreditat):

- UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalents.

Tots els certificats i informes que acreditin les normes requerides s'hauran de presentar en català o castellà.

EQUIPS (PACKS) ARN: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a l'HUAV (ARN) i assistència logística i postvenda.

EQUIPS (PACKS) GSS: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que inclou l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP) i assistència logística i postvenda.

COMPONENT TIPUS 1: BATES QUIRÚRGIQUES

En relació a les bates quirúrgiques s'hauran d'acreditat mitjançant declaració responsable, certificat vigent emes per organisme notificat acreditat i/o informe d'assajos emes per laboratori extern i intern acreditat.

- Per a bates quirúrgiques de protecció estàndard:
 - Gramatge mínim serà de 35 grams/m², acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
 - Costures segellades sense cosir uniformement, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
 - Targeta de transferència a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
 - Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 amb declaració responsable), acreditat mitjançant certificat emes per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent actualitzat i vigent (pag. 13, taula 1, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques, de la mateixa norma).
 - Les mides hauran de situar-se dins dels marges següents (acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data):

(S'ha establert un rang de mides per talla. El rang de mides s'ha de complir d'acord amb el següent requadre. En cas que, la correspondència de talla i rang de mida establert sigui diferent a l'especificat, caldrà indicar a quina talla correspon el rang de mida que ofereix el licitador).

Talla	Llargaria (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	110 - 115	51 - 63	129 - 134
M	115 - 120	51 - 69	148 - 150
L, L-L	119 - 134	55 - 74	150 - 157
XL, XL-L	129 - 150	60 - 74	165 - 170
XXL, XXL-L	155 - 160	61 - 77	163 - 184

○ **Per a bates quirúrgiques d'alta protecció:**

- Gramatge mínim serà de 60 grams/m², acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
- Part del reforç frontal i màniga segellada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
- Costures segellades sense cosir uniformement, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
- Targeta de transferència a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
- Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 amb declaració responsable), acreditat mitjançant certificat emes per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pag. 13, taula 1, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques, de la mateixa norma).
- Les mides hauran de situar-se dins dels marges següents (acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data):

(S'ha establert un rang de mides per talla. El rang de mides s'ha de complir d'acord amb el següent requadre. En el cas que, la correspondència de talla i rang de mida establert sigui diferent a l'especificat, caldrà indicar a quina talla correspon el rang de mida que ofereix el licitador).

Talla	Llargaria (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
M	115 - 135	62 - 71	129 - 158
L, L-L	130 - 147	69 - 74	150 - 173
XL, XL-L	130 - 155	69 - 77	150 - 180
XXL, XXL-L	153 - 177	69 - 77	150 - 185

o Per a bates quirúrgiques d'alta protecció reforçada:

- o Gramatge mínim serà de 35 grams/m² i de 75 grams/m² a la part reforçada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
- o Part del reforç frontal i màniga segellada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
- o Costures segellades sense cosir uniformement, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
- o Targeta de transferència a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
- o Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 amb declaració responsable), acreditat mitjançant certificat emes per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pag. 13, taula 1, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques, de la mateixa norma).
- o Les mides hauran de situar-se dins dels marges següents (acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data):

(S'ha establert un rang de mides per talla. El rang de mides s'ha de complir d'acord amb el següent requadre. En el cas que, la correspondència de talla i rang de mida establert sigui diferent a l'especificat, caldrà indicar a quina talla correspon el rang de mida que ofereix el licitador).

Talla	Llargaria (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	115 - 120	45 - 63	129 - 144
M	115 - 122	46 - 69	145 - 148
L, L-L	119 - 140	55 - 76	150 - 158
XL, XL-L	129 - 150	60 - 82	160 - 170
XXL, XXL-L	130 - 170	61 - 82	163 - 184

COMPONENT TIPUS 2: TALLES QUIRÚRGIQUES

- Gramatge mínim serà de 40 grams/m², acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
- Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 amb declaració responsable), acreditat mitjançant certificat emes per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pag. 14, taula 2, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, de la mateixa norma).

COMPONENT TIPUS 3: LLENÇOLS QUIRÚRGICS

- Gramatge mínim serà de 40 grams/m², acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
- Zona del camp quirúrgic reforçada a llençol bi-laminat o equivalent, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.
- Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 amb declaració responsable), acreditat mitjançant certificat emes per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pag. 14, taula 2, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, de la mateixa norma).

COMPONENT TIPUS 4: COBERTORS QUIRÚRGICS

- Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 amb declaració responsable), acreditat mitjançant certificat emes per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pag. 14, taula 2, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, de la mateixa norma).

COMPONENT TIPUS 5: CAMPS QUIRÚRGICS

- Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2025 (o UNE-EN 13795-1:2020 amb declaració responsable), acreditat mitjançant certificat emes per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pag. 14, taula 2, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, de la mateixa norma).
- Superfície total dels vorells del camp d'incisió hauran d'estar coberts d'adhesiu. L'element adhesiu haurà de ser resistent a líquids, hipoal·lergènic i deurà estar protegit amb paper de mides superiors a la seva totalitat per facilitar-ne la seva extracció, acreditat tot mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.

COMPONENT TIPUS 6: CAMPS D'INCISIÓ ADHESIUS

- Superfície total dels vorells del camp d'incisió hauran d'estar coberts d'adhesiu. L'element adhesiu haurà de ser resistent a líquids, hipoal·lergènic i deurà estar protegit amb paper de mides superiors a la seva totalitat per facilitar-ne la seva extracció, acreditat tot mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data.

GRUPS DE COMPONENTS:

GRUP 1 (bossa d'instrumental, bossa quirúrgica, bossa recol·lectora de fluids corporals, camp quirúrgic adhesiu, cobertor, llençol, talles, fundes mayo, fundes d'amplificador, apòsit, bena, stokinette, compresa, gasa, tovallola eixugamans i tovallola eixuga camps), acompliment dels següents condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data:

- Es permetrà una variació de fins a un +/- 10% en cadascuna de les dimensions individualment considerades, que s'indica a la descripció de l'equip (Annex A), com a mínimes requerides, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit.
- Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, Annex A, mínima requerida.

GRUP 2 (cànula d'aspiració, catèter, connector, introductor, tub d'aspiració, tub de drenatge, equip de drenatge, equip d'infusió, equip d'irrigació, línia d'injecció, cinta adhesiva, cinta de velcro, vaseloops i terminal d'elèctrode) acompliment dels següents condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data:

- Es permetrà una variació de fins a un +/- 10% en cadascuna de les dimensions individualment considerades, que s'indica a la descripció de l'equip (Annex A), com a mínimes requerides, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit.
- Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, Annex A, mínima requerida.

Resten fora d'aquest grup l'agulla, el bisturí i el bisturí elèctric, que hauran de ser de les mides descrites a l'Annex A, sense marges permesos que les modifiquin.

GRUP 3 (filtre, full de bisturí i xeringa), acompliment dels següents condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data:

- Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, Annex A, mínima requerida.

GRUP 4 (batea, capsula, cassoleta, cubilet i safata), acompliment dels següents condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data:

- Es permetrà una variació de fins a un +/- 10% en cadascuna de les dimensions individualment considerades, que s'indica a la descripció de l'equip (Annex A), com a mínimes requerides, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit.
- Seran desestimades els components que requereixin escala de mesura graduada i no estigui impresa a la seva superfície.
- Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s'indica a la descripció de l'equip, Annex A, mínima requerida.

3. Presentació de mostres obligatòries

Els licitadors hauran de presentar **mostres estèrils** de tots els elements tipus que componen els equips (packs) que es detallen a continuació i que es troben desglossats en l'Annex A d'aquest plec.

TOTES les mostres presentades s'han d'ajustar a la descripció exacta dels components dels equips (packs) definits en aquest plec, amb l'única excepció dels marges permesos expressament. En cas contrari, no es valorarà cap de les mostres presentades i seran motiu d'exclusió.

El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indicarà en el quadre de característiques, dins del termini de presentació d'ofertes. Un cop lliurades s'entregarà un justificant acreditatiu de la seva entrega, d'acord amb el model que s'annexa en aquest PPT (Annex G) i s'haurà d'incloure en el Sobre 1, sent motiu d'exclusió la seva omissió.

Cada mostra haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Núm. expedient CS/AH06/1101471225/26/AMUP
- NIF i nom de l'empresa
- Codi de material

Equips/Packs objecte de mostres (s'han de presentar tots els elements tipus que els integren, d'acord amb la descripció de l'Annex A d'aquest plec):

EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN:

Les següents mostres s'hauran de presentar a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (al lloc i persona de contacte que s'indicarà en el quadre de característiques):

1. MATERIAL: 30007914
ARN-Equip laparoscòpia abdomino-perineal de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 16 elements.
2. MATERIAL: 30007922
ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 11 elements.
3. MATERIAL: 30007925
ARN-Equip craniotomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements.
4. MATERIAL: 30007958
ARN 162080 - Equip d'hemodinàmica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, embolcallat amb paper crepe. Compost per 73 elements.

5. MATERIAL: 30007964
ARN 162087 - by pass femoro-poplíteo i femoro- tibial, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 41 elements.
6. MATERIAL: 30008065
ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.
7. MATERIAL: 30008068
ARN-Equip cesària de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

EQUIPS (PACKS) TIPUS GSS:

Les següents mostres s'hauran de presentar a l'Hospital Universitari de Santa Maria i a l'Hospital Comarcal del Pallars (al lloc i persona de contacte que s'indicarà en el quadre de característiques):

HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA

1. MATERIAL: 30007915
GSS-Equip laparoscòpia decúbit supí, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 36 elements.
2. MATERIAL: 30007917
GSS-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements.
3. MATERIAL: 30007926
GSS-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 41 elements.
4. MATERIAL: 30007938
GSS-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 65 elements.

HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

1. MATERIAL: 30007911
GSS-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 22 elements.
2. MATERIAL: 30007926
GSS-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 41 elements.
3. MATERIAL: 30007938
GSS-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 65 elements.

Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a l'òrgan de contractació en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.

4. **Condicions de l'assistència logística i postvenda.** Programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició de material.

El termini d'implantació i posada en marxa del *programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material*, **no podrà ser superior a tres mesos**, a partir de la data de formalització del contracte.

Els licitadors hauran de presentar en la seva oferta un PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSTVENDA separatament pels tres (3) centres destinataris: HUAV (ARN), HUSM i HCP (GSS), on es recolliran tots els aspectes relatius a la gestió, freqüència de reposició i garantia del subministrament del material de cobertura quirúrgica i dels mitjans e infraestructures que es posaran a disposició de l'Hospital, i que es valoraran per mitja de criteris d'adjudicació d'acord amb "l'Annex 4 - Desglossament Criteris de valoració".

En tot cas, aquest projecte haurà de contemplar:

4.1 Subministrament

El subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material s'efectuarà íntegrament a càrrec del contractista amb la freqüència necessària per assegurar la disponibilitat d'estoc a l'hospital, utilitzant un sistema de reposició automatitzat que no necessiti participació de recursos humans per part de l'hospital.

La col·locació del material al sistema d'emmagatzematge es durà a terme exclusivament per l'empresa contractista.

El personal del centre hospitalari únicament s'haurà d'encarregar de retirar el producte, i automàticament, el sistema haurà de descomptar l'estoc. En tot moment, l'hospital haurà de disposar de la informació referent a consums i estoc, al servidor informàtic del proveïdor, tant com del registre de consums que permetrà fer el seguiment de la despesa per automatitzar la facturació.

El sistema de reposició automatitzat haurà de dotar al centre hospitalari de les següents prestacions i components, com a mínim:

4.1.1 Sistema d'emmagatzematge

Sistema intel·ligent d'emmagatzematge adaptat a espais reduïts, capaç de mesurar la quantitat d'estoc que hi ha a cada ubicació en temps real, tant per als equips (packs) com per als elements solts.

Els licitadors hauran de detallar la proposta de sistema d'emmagatzematge ofert, amb elements il·lustratius, com ara imatges o enllaços en el mateix document d'oferta que permetin visualitzar el sistema ofert, ja sigui en format vídeo o imatge.

L'etiquetatge d'identificació dels productes al sistema d'emmagatzematge anirà a càrrec de l'empresa contractista.

Les dimensions del sistema d'emmagatzematge anirà en funció de l'espai disponible a cada centre.

L'empresa contractista haurà d'instal·lar el sistema d'emmagatzematge en les ubicacions que cada hospital indiqui, tant en magatzems d'esterilització com dins del bloc quirúrgic, si fos necessari.

Es valorarà positivament, per mitjà dels criteris d'adjudicació, que els sistemes d'emmagatzematge oferts siguin amb prestatgeries obertes, tipus reixeta i d'acer inoxidable, per evitar concentració de pols i condensació d'humitat. Així mateix, que aquest sistema es pugui desplaçar amb rodes, per a què es puguin retirar de les parets i facilitar la seva neteja.

La neteja i higiene dels sistemes d'emmagatzematge hauran d'anar a càrrec exclusiu de l'empresa contractista, per tal que es trobin en perfectes condicions d'higiene per a les àrees a les que han d'anar destinats.

L'espai i el lloc d'emmagatzematge podrà ser modificat en funció de les necessitats de les àrees quirúrgiques.

L'empresa contractista haurà de garantir el subministrament a les diferents àrees quirúrgiques per tal d'assegurar la disponibilitat dels productes necessaris per a cada tipologia d'intervenció, i evitar-ne el sobre emmagatzematge.

L'empresa contractista haurà de posar a disposició del centre hospitalari la modalitat del subministrament i els mecanismes de control d'estoc.

En l'**Annex B** d'aquest plec, es fa constar **l'estoc mínim que hauran de disposar els centres en el sistema d'emmagatzematge (tant d'equips/packs, com material solt)**. Serà l'empresa contractista qui s'encarregarà d'aprovisionar automàticament el material, amb una freqüència d'entrega que garanteixi la disponibilitat contínua de producte.

En tot cas, durant l'execució del contracte, d'acord amb les necessitats del servei, s'adequaran els estocs mínims per tal de garantir la disponibilitat contínua del producte.

Així mateix en l'**Annex C** d'aquest plec, es faciliten els **plànols de cadascun dels centres amb la ubicació dels espais habilitats per a la instal·lació dels sistemes d'emmagatzematge** per part del contractista als centres.

4.1.2 Gestió automatitzada del control d'estocs del magatzem

Sistema de gestió dels estocs i la traçabilitat dels equips personalitzats que conviurà conjuntament amb el sistema d'emmagatzematge.

L'empresa contractista haurà de tenir en compte que aquest sistema de gestió haurà de ser compatible amb el programa informàtic de l'hospital per garantir la traçabilitat a pacient.

El sistema haurà de permetre, a més:

- Gestionar el magatzem de cobertura i caducitats
- Gestionar traçabilitat completa
- Consultar informació del producte en transit
- Possibilitat d'integració amb el sistema de l'hospital

L'empresa contractista es farà càrrec de totes les despeses que origini la connexió, el programari i els equips necessaris per al funcionament.

4.1.3 Programa de gestió per a l'anàlisi de consum

El licitador haurà de presentar un programa informàtic per a la gestió i visualització dels estocs.

L'hospital haurà de poder obtenir informació acurada i anàlisi de qualitat sobre el consum, llistat de les existències i llistats mensuals que enregistren, per productes, les vegades que es baixa de l'estoc mínim definit i els trencaments d'estocs. L'empresa contractista es farà càrrec de totes les despeses que originen la connexió, el programa i els equips necessaris per al seu funcionament.

Per tal valorar aquest apartat per mitjà dels criteris d'adjudicació, els licitadors hauran de realitzar una descripció detallada, amb elements explicatius i il·lustratius (imatges).

4.1.4 Disponibilitat dels productes

L'empresa contractista haurà de garantir i assegurar la disponibilitat de subministrament dels materials necessaris per a cada tipologia d'intervenció, a les diferents àrees quirúrgiques i evitar el sobre emmagatzematge.

L'empresa contractista haurà de descriure la modalitat del subministrament i els mecanismes de control d'estoc que haurà de posar a disposició de l'Hospital, tenint en compte els estocs mínims de producte establerts pel centre hospitalari).

L'empresa contractista s'haurà d'encarregar de fer l'aprovisionament automàtic amb la freqüència d'entrega necessària per tal de garantir que sempre hi hagi producte disponible.

L'empresa contractista haurà de garantir el subministrament amb continuïtat absoluta durant tota la vigència del contracte, inclosos els períodes de vacances.

Etiqueta RFID:

Per mitjà dels criteris d'adjudicació, es valorarà positivament que els equips/packs licitats integrin al seu etiquetatge un xip unívoc de tecnologia RFID o equivalent, per a la gestió automatitzada de l'inventari en temps real, per a la gestió de la traçabilitat del pacient, compatible amb dispositius de lectura estàndard i amb el sistema informàtic del centre hospitalari (acreditat mitjançant la fitxa pròpia del producte ProductData).

Actualment, aquest sistema d'etiqueta RFID serà aplicable a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, si bé, en un futur proper es preveu que es pugui implementar en l'Hospital Universitari de Santa Maria i l'Hospital Comarcal del Pallars. A partir del moment en què es pugui aplicar en aquests dos centres, també s'identificaran els equips/packs per mitjà de l'esmentat etiquetatge RFID, sense que suposi cap cost addicional.

4.1.5 Gestió logística del subministrament

Durant el període de vigència del contracte, l'hospital podrà sol·licitar l'adaptació de tots els equips de procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura quirúrgica que consideri que ja no s'ajustaran a l'ús clínic i assistencial per al qual van ser adjudicats, actualitzant el nombre de components, forma de presentació, característiques tècniques dels components. L'actualització tècnica de l'equip, o per motiu d'innovació tecnològica, anirà a càrrec del l'empresa contractista.

Les esmentades adaptacions/actualitzacions s'hauran d'implementar en un període **no superior a tres mesos**, a partir de la data de sol·licitud pels centres.

S'hauran d'elaborar uns estocs màxims i mínims de seguretat per a cadascun dels codis de material adjudicats que asseguraran el subministrament necessari per a l'activitat quirúrgica ordinària i extraordinària del centre.

L'empresa contractista efectuarà el subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material, de forma íntegra, i assumirà la responsabilitat total de l'organització, la gestió i el control dels dipòsits dels materials.

La reposició del material es farà directament als espais assignats pel centre. L'empresa contractista haurà d'encarregar-se del desembalatge, la col·locació del material i la retirada del cartró d'embalatge, tot respectant les mesures d'asèpsia corresponents (bata, gorra, calces i higiene de mans) i circulació del material.

Així mateix, l'empresa contractista serà responsable de la correcta col·locació del material subministrat, i haurà de revisar de forma periòdica les caducitats dels equips emmagatzemats a l'hospital. Serà indispensable que l'empresa contractista indiqui les accions que es duren a terme perquè el material no caduqui.

L'empresa contractista serà responsable del manteniment dels estocs acordats amb el centre hospitalari, per a cada codi de material, mitjançant les reposicions necessàries i en funció del consum en temps real que serà reportat a través de l'equipament/programa/suport informàtic instal·lat amb aquesta finalitat.

En cap moment s'haurà de produir un trencament d'estoc, que afectaria a les intervencions programades i les urgents. La reposició s'haurà de realitzar en l'horari establert pel centre hospitalari per tal d'assegurar el proveïment i la qualitat assistencial i alterar mínimament l'activitat assistencial dels professionals del centre.

En cas de trencament d'estoc, l'empresa contractista de forma automàtica i immediata haurà de proporcionar un nou material de característiques tècniques similars per tal que no s'interrompi l'activitat quirúrgica. Aquesta substitució de producte no suposarà cap cost econòmic pel centre hospitalari.

Durant tot el temps d'execució del contracte, l'empresa contractista restarà obligada a informar i proposar substitucions dels materials adjudicats per altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions assistencials o característiques tècniques inicialment adjudicades.

El centre haurà de poder disposar dels **elements solts** que configuren els equips personalitzats i codificats amb un codi de material, que es relacionen a continuació, diferenciat per centres contractants:

EQUIPS (PACKS) ARN: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a l'HUAV (ARN) i assistència logística i postvenda.

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FORA DELS EQUIPS PERSONALITZATS	CONSUM ANUAL PREVIST (+/-5%)
Bata quirúrgica estàndard talla L	100
Bates quirúrgiques estàndard talla XL	6200
Bates quirúrgiques estàndard talla XXL	980
Bata quirúrgica reforçada talla L	4200
Bates quirúrgiques reforçada talla XL	40
Bates quirúrgiques reforçada talla XXL	20
Cobertor de taula 100x150cm abs.75 x 150 cm.	50
Cobertor de taula de 150 x 190 cm.abs,75x190	50
Cobertor de taula75x90cm reforçat	100
Funda mesa de Mayo 80X145CM abs.65x85	100
Llençol amb adhesiu de 240x 150 cm reforçat	100
Llençol amb adhesiu de 150 x 175 cm reforçat	100
Llençol amb adhesiu de 175 x 175 cm reforçat	100
Talla adhesiva de 75 x 90 cm.	100
Talla adhesiva de 75 x 75 cm.	100
Cobertor fenestrat Adh.75cm x 90cm.	50
Cobertor fenestrat Adh.150x120	50
Leggings de 75 x 140 cm. 1pcs	75
Tovalloles eixuga camp 33 x 30 cm.	100
Cinta velcro adhesiva 2x23cm.	100
Cinta adhesiva de 10 x 50 cm.	100
Bossa d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 46x40	100
Stockinette de 32x120cm.	50
Stokinette de 25 x 80 cm	80

EQUIPS (PACKS) TIPUS GSS: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que inclou l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP) i assistència logística i postvenda.

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FORA DELS EQUIPS PERSONALITZATS	HUSM	HCPL	Consum anual previst (+/-5%)
BATA QUIRURGICA ESTANDAR T/L	933	510	1443
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/M	1785	0	1785
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/XL	2215	0	2215
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/XXL	91	250	341
Bata quirúrgica reforçada T-L	2	0	2
Bata quirúrgica reforçada T-XL	2	0	2
BATA QUIRURGICA REFORÇADA T/XXL	20	0	20
DRAP QURURGIC SENSE ADHESIU 75*90	6.243	0	6243
DRAP QUIRURGIC SENSE ADHESIU 100*150	116	0	116
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 75*75	2.175	867	3042
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 75*90	550	0	550
COBERTOR TAULA MAYO 75*150	1049	510	1559
PERNERES PLAS. 75*115 SOBRES DE 2 UNI.	54	150	204
BOSSA INSTRUMENTAL 40*50 CM	521	0	521
BOSSA INSTRUMENTAL ADHE 25X46CM	0	50	50
Stockinette 32x120	2	0	2
Stockinette 25x80	2	0	2
CINTA ADHESIVA 9X51	785	200	985
COBERTOR TAULA INDIVIDUAL 150*200	0	500	500
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 175*175	208	510	718
DRAP FENESTRAT ADHE. 50X60 ESTERIL	250	250	500
DRAP QUIRURGIC EN U 220*260	278	0	278
DRAP QUIRURGIC FENESTRAT 50*60	350	0	350
TALLA TST IMPERMEABLE FENESTADA 200X280	20	0	20
BOSSA TALLA NATGES	0	250	250

Les quantitats previstes a ambdues taules aniran a càrrec de l'empresa contractista, que assumirà un marge de maniobra màxim del 5% de la quantitat especificada. El centre hospitalari assumirà la despesa que sobrepassi aquesta marge.

En cas de necessitat d'algun altre element solt no descrit en la taula, el centre hospitalari haurà d'acordar amb l'empresa contractista la quantitat anual que haurà d'anar al seu càrrec, atenent la previsió de quantitat anual de consum de l'equip personalitzat.

4.2 Formació i millora continuada

L'empresa contractista aportarà un pla de formació, tenint en compte els aspectes que es detallen a continuació:

- L'empresa contractista serà la responsable de la formació del personal de l'Hospital en tot allò relatiu a la utilització del material de cobertura quirúrgica, així com al funcionament del sistema de gestió ofert pel proveïdor.
- Durant la fase d'implantació del sistema de gestió logística ofert pel proveïdor, l'empresa contractista haurà de garantir la presència física a l'àrea quirúrgica de personal propi, amb amplia experiència i formació acreditada, per a l'assistència i la formació del personal del bloc quirúrgic de l'hospital, en la utilització correcta dels sistemes logístics implementats. S'haurà de garantir aquesta assistència tècnica durant tot el temps que sigui necessari.

L'empresa contractista haurà d'aportar un pla formatiu del projecte tècnic.

Per mitjà dels criteris d'adjudicació, es valorarà aquelles empreses licitadores que ofereixin un seguiment i revisió periòdica de la composició dels equips/packs, així com la metodologia emprada per a realitzar propostes de millora per a la seva optimització d'acord amb la realitat clínica dels centres, durant tota la vigència del contracte.

4.3 Embalatge i etiquetat dels productes oferts

El centre hospitalari haurà d'estar informat i haurà d'autoritzar qualsevol modificació que es faci respecte de l'embalatge del material.

Els codis de material estèrils adjudicats en aquesta licitació hauran de tenir una tipologia d'embalatge que garanteixi una barrera eficaç contra la pols i la humitat.

Es defineix com a "triple nivell d'embalatge" el que consisteix en una caixa de cartró externa per al transport, un segon embalatge mitjançant bossa de polietilè o caixa dispensadora per al seu emmagatzematge al quiròfan i un envàs unitari estèril, de fàcil obertura i que garanteixi la no contaminació.

L'etiquetatge haurà de ser perfectament llegible en espanyol o mitjançant ús de simbologia internacional harmonitzada.

Cada equip quirúrgic haurà de disposar d'un sistema de plegat que garanteixi la utilització correcta segons les normes d'asèpsia.

Cada envàs unitari de producte haurà de contenir obligatòriament les informacions expressades en castellà o català (o que l'inclogui si l'envàs és multilingüe):

- EAN (codi del producte). Embalatge primari amb etiqueta autoadhesiva removable amb codi de barres de traçabilitat on s'especifiqui referència, lot i data de caducitat.
- Denominació de l'article o equip, talla i mesures, si escau.
- Relació de tots els seus components, mides i unitats, en text o en pictogrames.
- Marcat CE.
- Referència i lot.
- Indicació de producte d'un sol ús.
- Indicació d'esterilitat i mètode d'esterilització utilitzat.
- Data de caducitat.
- Nom del fabricant i distribuïdor.
- Embalatge primari amb etiqueta autoadhesiva re-movable amb codi de barres o QR de traçabilitat on s'especifiqui referència lot i data de caducitat.
- Els equips estaran etiquetats segons normativa GTIN 128

4.4 Implementació del sistema logístic

Serà requeriment obligatori per als licitadors que el programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material estigui implementat i preparat per utilitzar-lo, al centre hospitalari, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de formalització del contracte.

4.5 Manteniment, averies, terminis i resolucions

Les empreses licitadores hauran de presentar un pla de contingència tant de manteniment com de reparació del sistema d'emmagatzematge i sistemes informàtics. **(S'haurà d'aportar al Sobre 3)**

Per mitjà dels criteris d'adjudicació, es valorarà el temps de resposta i temps de resolució que garanteixi el subministrament de material i la continuïtat de l'activitat assistencial als centres hospitalaris. **(S'haurà d'aportar al Sobre 3)**

4.6 Millores del projecte tècnic d'assistència logística i postvenda. Identificació per etiquetes de colors.

(S'haurà d'aportar al Sobre 3)

Es consideraran millores tècniques valorables addicionalment dels projectes tècnics de gestió del subministrament de la cobertura quirúrgica i assistència post-venda que presentin les empreses licitadores:

Identificació per etiquetes de colors

Identificació dels equips per etiquetes de colors i la nomenclatura de l'equip abreujada, tenint l'equip de cada especialitat un color diferent. Aquest sistema d'etiquetatge per colors segons l'especialitat haurà de disposar d'una paleta de més de 10 colors disponibles per diferenciar sense problemes els equips de les diferents especialitats. Aquesta identificació ha d'anar en un dels laterals de l'equip, per identificar-les durant el seu emmagatzematge i amb la mida adequada per a la visualització correcta amb la denominació de l'equip.

5. Presentació oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementaria que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

5.1. Presentació de l'oferta tècnica (Sobre 2 bis i sobre 2)

5.1.1. Compliment dels requeriments tècnics mínims establerts en aquest plec (Sobre 2 bis)

Abans de procedir a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, es comprovarà que les ofertes presentades s'ajustin als requeriments tècnics mínims i obligatoris exigits en aquest plec. En cas d'incompliment per part d'alguna/es de les empreses licitadores, serà motiu d'exclusió i no es valorarà la seva oferta.

S'inclourà la següent documentació:

- **Requeriments obligatoris per a productes sanitaris:**
 1. L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE.
(Cal aportar en un fitxer zip. el marcat de conformitat CE dels articles licitats)
 2. Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst al RD (EU) 2017/745, de 5 d'abril, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant).

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o *Product Data* (No hi ha model).**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

Dins d'aquesta carpeta ".ZIP" hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies dels codis materials que es liciten. S'haurà de seguir el mateix ordre establerts en l'Annex A (Descripció material ARN_GSS).

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la *Product Data* en un altre idioma serà motiu d'exclusió de l'oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: "*Sobre 2bis ProductData*"

El fitxer de cadascuna de les fitxes tècniques pròpies presentades, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma:

PD_ARN o GSS_Codi Material.

Exemple: PD_ARN_30007910

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, serà motiu d'exclusió de la licitació.

Per a la seva traçabilitat cada fitxa haurà d'anar etiquetada/enumerada/identificada amb les dades següents:

- Núm. expedient CS/AH06/1101471225/26/AMUP
- NIF i nom de l'empresa
- Codi de material

La presentació de la *Product Data* indegudament etiquetada/enumerada/identificada amb les dades anteriorment enumerades podrà ser motiu d'exclusió.

En el cas que la *Product Data* no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits.

Aquest certificat haurà d'estar traduït al català o castellà i presentat com a "*Documentació complementària a Product Data*", indicant-se en el product data arxiu i pàgina exacta on es troba referenciada aquesta documentació complementària. La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

- **Annex D: Llista-Resum de les fitxes presentades a la licitació.**

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, haurà d'anomenar-se de la forma següent:

"ANNEX D_Llistat-resum_fitxes_tecniques"

Aquest model es troba disponible en l'apartat de documentació i al sobre digital de l'anunci de licitació.

- **Annex E: Fitxa tècnica resum requeriments obligatoris, detallats en l'apartat 2 del PPT.**

Aquest fitxer haurà d'anomenar-se:

"ANNEX E-Llistat_resum_requeriments_obligatoris"

Aquest model es troba disponible en l'apartat de documentació i al sobre digital de l'anunci de licitació.

5.1.2. Oferta tècnica dels criteris sotmesos a judici de valor (Sobre 2 bis)

- Projecte d'assistència logística i postvenda (apartat 4rt d'aquest plec i apartat 1.2 dels criteris d'adjudicació):

No hi ha model d'oferta, si bé, els licitadors hauran de presentar una memòria d'acord amb els requeriments de l'apartat 4rt d'aquest plec i l'apartat 1.2 dels criteris d'adjudicació. S'haurà de seguir el mateix ordre dels apartats establerts en aquest plec i els criteris d'adjudicació.

Aquest fitxer de l'oferta haurà d'anomenar-se:

"Sobre_2BIS_oferta_projecte_logistica".

És OBLIGATORI presentar la documentació que acredita els criteris descrits.

IMPORTANT.- En aquest document de l'oferta caldrà ometre tota informació relacionada amb els criteris sotmesos a valoració automàtica (apartat 4.5 d'aquest plec "Manteniment, averies, terminis i resolucions" i apartat 4.6 d'aquest plec "Sistema de reconeixement per mitjà d'etiquetatge en colors". En cas contrari, serà motiu d'exclusió.

5.1.3. Oferta tècnica dels criteris sotmesos a valoració automàtica (Sobre 2)

- Annex F: Fitxa tècnica criteris d'adjudicació objectius, detallats al document "Annex 4- Desglossament criteris de valoració", del plec de clàusules administratives particulars.

Aquest fitxer haurà d'anomenar-se: *"ANNEX F-Fitxa_criteris_objectius"*

Aquest model es troba disponible en l'apartat de documentació i al sobre digital de l'anunci de licitació.

Serà requisit obligatori presentar els documents amb els models facilitats, en cas que no es presentin per part de les empreses licitadores serà motiu d'exclusió.

5.2 Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial, si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'òrgan de contractació.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentarla en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

6. Altres condicions obligatòries per a l'empresa contractista

6.1 Horari d'entrega dels packs/equips

D'acord amb les necessitats dels serveis, les entregues de material s'hauran de realitzar en la franja horària definida per cadascun dels centres destinataris.

6.1 Previsió de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

6.2 Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

7. Facturació

La facturació dels materials subministrats es realitzarà segons la ubicació d'entrega assignada per cadascun dels centres.

Lliurament dels albarans:

7.1 Es farà entrega dels albarans segons el consum generat per quantitat de material entregat. L'adjudicatari haurà de lliurar una còpia segellada dels albarans d'entrega a la persona designada per cada punt de recepció.

Així mateix, els albarans d'entrega s'hauran de poder visualitzar al programa de gestió ofert per l'adjudicatari, a efectes del seu control per l'Hospital.

La gestió automàtica de les comandes serà segons el projecte presentat per l'adjudicatari.

L'albarà haurà de contenir la següent informació:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total

7.2 Addicionalment, s'entregarà a la finalització de cada mes, un albarà resum de tots els lliuraments, agrupats per codi material, per tal que la unitat de gestió econòmica pugui formalitzar una única comanda mensual al SAP. Un cop informada el número de comanda al contractista, aquest podrà emetre la corresponent factura, a través dels sistemes de facturació electrònica regulats als plecs. És imprescindible que consti el número de comanda generat pel SAP a la factura.

Tot el material que s'entregui a l'inici de l'expedient es facturarà un cop validat i recepcionat.

7.3 Recepció del material

D'acord amb l'apartat 4.1.3 d'aquest plec (Programa de gestió per a l'anàlisi de consum), la quantitat lliurada que consta a l'albarà haurà de ser la mateixa que consta en l'esmentat programa de gestió.

Qualsevol incidència o error en la tramesa de l'albarà o entrega del material s'haurà de notificar a la persona designada per cada punt de recepció.

7.4 Motius pels quals es rebutjarà el material

- Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.
- Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'emalatge exigides.

En aquests supòsits, el proveïdor retirarà el material rebutjat del punt de recepció en la següent entrega.

ANNEXOS

Annex A.- Descripció tècnica de materials de l'expedient (ARN i GSS).

Annex B.- Estoc mínim que hauran de disposar els centres en el sistema d'emmagatzematge.

Annex C.- Plànols de cadascun dels centres amb la ubicació dels espais habilitats per a la instal·lació dels sistemes d'emmagatzematge per part del contractista als centres.

Annex D.- Resum_Fitxes: Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació. (Sobre 2 bis)

Annex E.- Resum_requeriments: Fitxa tècnica resum requeriments obligatoris (Sobre 2 bis)

Annex F.- Fitxes tècniques criteris sotmesos a valoració automàtica (Sobre 2)

Annex G.- Certificat entrega de mostres (Sobre 1)

Annex A.- Descripció tècnica de materials de l'expedient (ARN i GSS)

- EQUIPS (*PACKS*) TIPUS ARN: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a l'HUAV (ARN).
- EQUIPS (*PACKS*) TIPUS GSS: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que inclou l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP).

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30007910**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 16 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 16 elements:
2 Tovallolletes per eixugarmans. # 3 talles de 75x90cm a/adh,
1 llençol amb adhesiu de 170 x 175 cm, # 1 Bata estàndard L amb eixugamans.
1 Cobertor de taula 100x150cm. # 1 Contenedor d'agulles.
1 xeringa Luer-lock 5 ml, # 1 xeringa 10 ml Luer-lock,
1 paquet de 5 compreses TNT 10x10cm. # 1 apòsit adhesiu 7,2X5cm,
1 agulla 19G*1/2, # 1 agulla 25G 5/8,
1 agulla 21G 1/2.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30007914**Descripció llarga:**

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-perineal de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 16 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-perineal de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 16 elements:
1 llençol de laparoscopia abdomio-perineal reforçat 280/250x295cm amb làmina d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passa tubs i camals. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans. # 1 Cobertor de taula de Mayo 80 x 145 cm.
1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. # 2 Camps adhesius de 90 x 75 cm.
4 Tovallolletes eixuga camp. # 1 Cinta adhesiva de 10x 50 cm.
1 Contenedor d'agulles. # 1 Bisturí electric.
1 Bisturí fred 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30007919**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 15 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 15 elements:
##1 Camp adhesiu 150 x 175 cm. ##3 Camp adhesiu 75 x 90 cm.
##1 Cintes adhesives 10 x 50 cm. ##1 Cobertor de taula 150 x 100 cm
##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm. ##2 Tovallolletes eixuga camp.
##3 Bates estàndard L amb eixugamans ##1 Contenedor d'agulles.
##1 Cubilet 120 ml. ##1 Goma aspiració 3m

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30007920**Descripció llarga:**

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir, lliure làtex estèril, sol ús. Comp ost per 15 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir, lliure làtex estèril, sol ús, compost per 15 elements: # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans.
1 Cobertor de taula de 150 x 190cm. # 1 Llençol per a cap 150x175 cm.
1 Llençol amb adhesiu de 200x200. # 1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm.
4 Tovalloles eixuga camps. # 1 Contenedor d'agulles.
1 Goma aspiració 3m, # 1 canula Yankauer 18fr.
1 xeringa 10 ml, # 1 bisturí del num 15 amb mànec.
.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30007922**Descripció llarga:**

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 11 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:
##1 Llençol urologia (RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva 200x280x185 i didal de nitril, fenestració plàstica.
##1 Bata quirúrgica reforçada talla XL amb eixugamans. ##1 Cobertor de taula de 150 x 190.
##4 Tovalloles eixuga camp. ##1 cinta adhesiva 10x50cm # 1
talla aproximació 75x90 #1 Goma d'aspiració 3m
##1 equip irrigació doble.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30007925**Descripció llarga:**

ARN-Equip craniotomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip craniotomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 30 elements:
##1 Llençol Craniotomia reforçat 245x320cm amb bossa. ##4 Camps reforçats a/adhesiu 75x 90cm.
##2 Camps quirúrgic 75x 90cm. ##1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175 x 170cm.
##2 Bosses d'instruments amb adhesiu de dos compartiments 46x40cm. ##1 Funda taula de Mayo 80 x 145cm.
##1 Cobertor de taula reforçat 150x190cm. ##2 Cintes velcro adhesiva de 2cm x 23 cm.
##1 Cinta adhesiva 50x10cm. ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Bata estàndard L amb eixugamans ##2 Bates reforçades XL amb eixugamans.
##1 Contenedor d'agulles. ##2 Cubilet 250 ml.
##1 Bisturí elèctric. ##1 goma aspiració 3m,
##1 canula Yankauer 18fr, ##1 Bisturí del 22 amb mànec,
##1 Bisturí del 11 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30007927**Descripció llarga:**

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 13 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 13 elements:

- ##1 Llençol per peu 245x320 cm. ##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.
- ##2 Camps estàndard 75x90. ##1 Cobertor de taula estàndard 150x190.
- ##1 Cinta velcro adhesiva 2x23cm. ##1 Bata estàndard L amb eixugamans
- ##2 Bata estàndard XL amb eixugamans ##2 Tovallolletes per eixugar camp
- ##1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. ##1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30007928

Descripció llarga:

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir, liure làtex estèril, sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir, liure làtex estèril, sol ús, compost per 20 elements::

- ##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
- ##1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. ##1 Talla adhesiva 75 x 90 cm.
- ##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. ##1 llençol 200x260 cm amb U de 10x60 cm.
- ##1 llençol de 240x150 amb adhesiu . ##1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
- ##4 Tovalloles eixuga camps. ##1 Contenidor d'agulles.
- ##1 Funda taula de Mayo 80x145 reforçada. ##1 Bisturí elèctric.
- ##1 goma aspiració 3m. ##1 canula Yankauer.
- ##1 Bisturí del 22 amb mànec. ##1 bisturí del 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30007929

Descripció llarga:

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, Lliure làtex,estèril, sol ús. Compost per 16 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, Lliure làtex,estèril, sol ús, compost per 16 elements:

- ##1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x 320 cm. ##1 Funda Taula Mayo 80x 145 cm.
- ##2 Bates reforçades XL amb eixugamans ##1 Bata estàndard L amb eixugamans
- ##1 Cobertor de taula estàndard 150 x 190 cm. ##1 stokinette de 35 x 120 cm.
- ##2 cintes adhesives de 10 cm x 50 cm. ##2 Tovallolletes per eixugar camp.
- ##1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. ##1 Contenidor d'agulles.
- ##1 Mànec de bisturí del num 11, ##2 gomes d'aspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30007931

Descripció llarga:

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tibia, peroné de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 17 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tibia, peroné de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per

- 17 elements: ##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
- ##2 Bata quirúrgica XL reforçada amb eixugamans. ##1 Llençols quirúrgics sense adhesiu 100X150.

##2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. ##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm.
##1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320 x 245 cm. ##4 Tovalloles eixuga camps.
##2 Cintes adhesives de 10 x 50 cm. ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Goma aspiració 3m. ##1 bisturí elèctric.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30007932

Descripció llarga:

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús. Compost per 14 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir, lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 14 elements:
##1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x250x300cm ##1 Bossa recol·lectora de fluids i camals.
##1 Cobertor de taula 150x190cm. ##2 Bates reforçades XL amb eixugamans
##1 bata estandard L amb eixugamans ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Goma aspiració 3m,
##1 lubricant urològic . ##1 Xeringa 10 ml.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30007934

Descripció llarga:

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural), lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural), lliure làtex, estèril, sol ús, compost per 17 elements:
##1 Camp impermeable 75 x 90 cm. ##2 Tovallolletes absorbents.
##1 Envàs rígid 230 x 140 mm / 2 compartiments. ##1 Camp impermeable 75 x 90 cm a/adh.
##1 Xeringa 10 ml Luer Lock. ##1 Xeringa 5 ml Luer Lock.
##1 Pintor d'esponja. ##1 Agulla 19G 1 1/2.
##1 Agulla 25G 5/8. ##1 Agulla 21G 1 1/2.
##5 Compreses de TNT 10x10cm cm. ##1 Apòsit adhesiu 7,2 x 5 cm.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30007943

Descripció llarga:

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost de 43 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost de 43 elements:
##1 Equip d'extremitats reforçat de 245 x320cm . ##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.
##2 Cobertor de taula reforçat 150x190cm. ##2 Camp adhesiu reforçat 75x90.
##2 Bates XL reforçades amb eixugamans ##1 Bata estandard L. amb eixugamans
##4 Tovallolletes per eixugar camp. ##2 Cintes adhesives 10 x 50 cm.
##1 Stokinette de 32 X120 cm. ##1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 x 23cm.
##1 Bossa auxiliar dos compartiments. ##10 Gases TNT 10x20cm.
##10 Gases TNT 10x10cm ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Goma aspiració 3m. ##1 canula Yankauer 18fr,
##1 bisturí del num 22 amb mànec, ##1 bisturí del num 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30007946**Descripció llarga:**

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir, lliure de là tex, estèril, un sol ús. Compost de 20 components.

Descripció tècnica:

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost de 20 components: ##1 Llençol fenestrat de 200x175cm amb obertura de 8x12cm.
##1 Cobretaula de 150x190cm. ##2 Camals de 75x140cm.
##1 Talla 75x90 ##2 tovalloles eixuga camp.
##2 bates estàndard L amb eixugamans ##5 Gases TNT 10x20cm
##5 Gases TNT 10x10cm ##1 goma àspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30007952**Descripció llarga:**

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir, Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 12 elements:
##1 Cobertor de taula amb reforç 150x190. ##1 Camp 75x75.
##1 Llençol sota natges de 75x125cm amb bossa col#lectora. ##1 Manta per bebè 87x90cm
##2 Camals 75x140 cm. ##1 Camp adhesiu 75x90.
##2 Tovallolletes per eixugar camp. ##1 Bata reforçada L amb eixugamans ##1 cinta
adhesiva 10x50cm ##1 Contenedor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30007953**Descripció llarga:**

ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
##4 Tovallolletes per eixugar camp. ##1 Llençol adhesiu de 200x200cm.
##1 Llençol adhesiu de 150x240cm. ##3 Talles adhesives de 90x75cm.
##1 Talla de 90x75cm, ##1 Cobretaula de 150x190cm.
##1 Cinta adhesiva de 10x50cm. ##1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm
##1 Bata estàndard talla L amb eixugamans ##2 bates estàndard XL amb eixugamans
##1 Contenedor d'agulles. ##1 Bisturí elèctric,
##1 bisturí del num 22 amb mànec, ##1 bisturí del num 11 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30007958

Descripció llarga:

ARN 162080 - Equip d'hemodinàmica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, embolcallat a mb paper crepè. Compost per 71 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162080 - Equip per a cirurgia hemodinàmica de teixit sense teixir, impermeable, resistent, embolcall amb paper crepè, lliure de làtex, un sol ús, compost per 71 elements:

- 1 Llençol d'angiografia radial-femoral reforçat amb 4 fenestracions i panells laterals transparents(excepte zona radial), 240x400cm. Fenestracions radials de Ø15cm i obertura 9cm. Fenestracions femorals de 9x12cm, obertura de 6x4cm.
- 2 Bates quirúrgiques estàndard Talla XL - 10 Tovallolletes eixugamans
- 1 Cobertor de taula reforçat 150x190cm - 1 Funda amplificador rodona 152x71cm
- 2 Fundes amplificador 102x97cm rectangular - 30 Gases TNT 10x10cm
- 4 Gases 10x20cm - 1 Safata per a guies amb vorell de seguretat, de 44 x31x6.5cm
- 1 Batea de 2500ml graduada - 2 Batea 500ml graduada
- 1 Batea 250ml graduada - 1 Batea per residus fluids de 500cc
- 1 Bisturí amb mànec nº 11 - 1 Xeringa de 20ml L/L
- 2 xeringues de 10ml L/L transparent - 1 Xeringa de 10ml L/L color blau o amb distintiu de color blau
- 1 Xeringa de 5ml L/L color verd o amb distintiu color verd - 1 Xeringa de 3ml L/L color vermell o amb distintiu de color vermell - 4 Xeringues de 10ml L/S
- 1 Agulla hipodèrmica 25G, 1.6cm - 1 Agulla hipodèrmica 21G, 3.8cm
- 1 Clau de 3 vies, 1200 PSI

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30007963

Descripció llarga:

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 45 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 45 elements:

- ##4 Tovallolletes eixuga camp. ##1 Llençol adhesiu de 200x200cm.reforçat
- ##1 Llençol adhesiu de 150x240cm. reforçat ##4 Talles adhesives de 90x75cm. reforçat
- ##1 Cobretaula de 150x190cm. ##2 Cinta adhesives de 10x50cm.
- ##2 Bosses d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 35x35. ##1 Funda taula de Mayo 80x145cm.
- ##1 Bata estàndard L. amb eixugamans ##2 Bates reforçades talla XL. amb eixugamans
- ##2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm, ##1 Goma aspiració 3m,
- ##1 bisturí elèctric, ##1 contenidor agulles,
- ##1 canula Yankauer 12FR, ##1 canula Yankauer 18FR,
- ##1 bisturí del 11 amb mànec. ##2 xeringues del 20 ml luer-lock,
- ##2 catèter intravenos perifèric de 18 G, ##1 Xeringa de 3 ml luer-lock,
- ##1 agulla de 18Gx40mm, ##1 agulla subcutanea 25Gx16mm,
- ##1 allargadera llarga de 150 cm, ##1 Compresa abdominal
- ##4 Vaseloops vermells ##4 Vaseloops blaus
- ##1 bisturí amb mànec nº 22.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30007964

Descripció llarga:

ARN 162087 - Equip By pass femoro-poplíteo i femoro- tibial, de teixit senseteixir,lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 41 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162087 - Equip By pass femoro-poplíteo i femoro- tibial, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 41 elements: ##1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X 280 cm.
##1 Camp adhesiu reforçat de 300 x 170cm. ##1 Camp reforçat de 150x 190cm.
##1 Funda Taula Mayo 80x145 cm ##1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm .
##1 Camp estàndard 75x90adhesiu . ##1 Stokinette de 35x120 cm .
##3 Cintes adhesives 10x50 cm. ##2 Bates estàndard XL .amb eixugamans
##1 Bata estàndard L. amb eixugamans ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##2 bosses instrumental. ##1 Contenidor d'agulles
##2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm ##1 Goma aspiració 3m,
##1 bisturí elèctric ##1 contenidor agulles
##1 canula Yankauer fina ##1 canula Yankauer gran
##1 bisturí del 11 amb mànec ##2 xeringues del 20 ml,
##2 catèter intravenos perifèric de 18 G. ##1 Compresa abdominal
##4 VESSELLOP 2,5*1,0mm vermells ##4 VESSELLOP 1,3*09mm blau

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30007966

Descripció llarga:

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 36 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 36 elements:
##2 Cobertor de taula reforçat 190 x 150cm ##1 Talla Adhesiva 75 x 75cm.
##1 Llençol reforçat d'angiografia de 240 x 340 cm amb 4 fenestracions 2 de 8 x 16 cm i 2 de 7x12 cm amb laterals transparents.
##1 Bata reforçada L amb eixuga mans ##2 Bates reforçades XL amb eixuga mans
##6 Tovallolletes eixuga camp ##1 Talla superabsorbent 45 x 45 cm .
##1 Cinta adhesiva 10 x 50 cm. ##3 Cubilet de 250 ml.
##1 Cubilet de 500 ml. ##1 Cubilet de 1000 ml.
##1 Bisturi amb protector n 11. ##1 Cubilet de 38cm x 28cm.
##1 Pintor ##1 Cobertor RX 95 x 130cm,
##2 cobertor RX 90 x 75cm. ##1 cobertor RX 152x76 rodó.
##2 Xeringa de 10 ml Luer-Lock 3 parts. ##1 Xeringa de 5 ml Luer-Lock 3 parts.
##2 Xeringa de 20 ml Luer-Lock 3 parts. ##1 Agulla de 21G 50mm.
##1 Agulla de 18G 40mm ##1 contenidor d'agulles
##1 funda ecograf

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30007967

Descripció llarga:

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir.Lliure delàtex, estèril, 1 sol ús. Compost per 11 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir, lliure de látex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:
##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm, ##2 llençols adhesius de 150x175cm.
##2 bates estàndar XL amb eixugamans ##1 bata estàndard L amb eixugamans
##1 goma aspiració 3m, # 1 Cinta adhesiva 10x50cm
##1 batea 45x31x6 cm ##1 bisturí n° 22 amb mànec.
##1 bisturí n° 15 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30007968**Descripció llarga:**

ARN 162092 - Equip d'histerectomia abdominal/procediments perineals obert de teixit sense teixir, lliure de látex, estèril, un sol ú s. Compost per 27 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162092 - Equip d'histerectomia abdominal/procediments abdomino-perineals obert de teixit sense teixir, lliure de látex, estèril, un sol ús, compost per 27 elements: ##4 Tovallolletes eixuga camp.
##1 Llençol reforç adhesiu de 200x200cm. ##1 Llençol reforç.adhesiu de 150x240cm.
##2 Talles adhesives reforç.de 90x75cm. ##1 Cobretaula de 150x190cm.
##2 Cintes adhesives de 10x50cm. ##1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm
##2 Camals de 75x140cm ##2 Talles adhesives de 75x75cm.
##2 Talles de 75x90cm. ##4 Bates estàndard L, amb eixugamans
##1 Bisturí elèctric. ##1 goma aspiració 3m,
##1 canula Yankauer, ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Mànec de bisturí del num 22.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30007969**Descripció llarga:**

ARN-Equip universal de teixit sense teixir, lliure de látex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip universal de teixit sense teixir, lliure de látex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
##2 Camps quirúrgics reforçats amb adhesiu 75x90cm ##1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175 x 200cm.
##1 Llençol amb adhesiu reforçat de 240 x 150cm. ##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm.
##1 Cobertor de taula amb reforç 150x190. ##1 Bossa d'instruments amb adhesiu i 2 compartiments 35x35cm.
##1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm. ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Bata estàndard L amb eixugamans. ##2 Bates estàndard XL amb eixugamans.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Bisturí elèctric.
##1 goma aspiració 3m, ##1 canula Yankauer,
##1 Mànec de bisturí del num 22.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30007972**Descripció llarga:**

ARN 162098 - Equip d'urologia/ginecologia de teixit sense teixir, lliure de látex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162098 - Equip d'urologia/ginecologia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 14 elements:
##1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x280x230cm. ##1 Bossa recol·lectora de fluids i camals.
##1 Cobertor de taula 150x190cm. ##1 Bata estàndard XL amb eixugamans # 2
perneres 75x140cm ##4 Tovallololeta per eixugar camp.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Cinta adhesiva 10x50cm
##1 talla aproximació 75x90cm ##1 goma aspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30007974**Descripció llarga:**

ARN 162100 - Equip de cirurgia de mà, De teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 12 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162100 - Equip de cirurgia de mà, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 12 elements:
##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
##1 Cobertor de taula d'instruments de 190 x 150 cm. ##1 Talla 75 x 90 cm.
##1 Cobertor de taula de 100 x 150 cm. ##1 Cobertor taula mayo 80x145cm.
##1 Camp de mà reforç. de 200/270x 320 cm amb fenestració de 3cm. ##1 Cinta velcro 2x23cm.
##2 Tovalloles eixuga camps. ##1 Contenidor d'agulles.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30007975**Descripció llarga:**

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 11 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements:
##1 Cobertor de taula 75x90cm. ##1 Camp adhesiu 75x75cm.
##1 Cobertor fenestrat 75cm x 90cm. ##3 Tovallololetes per eixugar camp
##1 Contenidor d'agulles. ##10 Gases TNT 8 capes amb contrast 10x20cm.
##1 Xeringa 10ml ##1 agulla 25G ##1 agulla
19G

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30007977**Descripció llarga:**

ARN 162107 - Equip traqueotomiad e teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 16 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162107 - Equip traqueotomia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements:
##4 Tovallololetes per eixugar camp. ##1 Llençol adhesiu reforç de 200x200cm.
##1 Llençol adhesiu refoç de 150x240cm. ##2 Talles adhesives reforç de 90x75cm.
##1 Cobretaula de 150x190cm. ##1 Cinta adhesiva de 10x50cm.
##2 Bates estàndard talla L amb eixugamans, ##1 bisturí elèctric,
##1 goma aspiració 3m, ##1 canula Yankauer 18 fr.
##1 bisturí del num 22 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30007980

Descripció llarga:

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 14 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 14 elements:
##1 Equip aïllament vertical 330x234cm. ##1 Cobertor taula de Mayo 80x145cm.
##1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm. ##2 Camp 75x90cm
##1 Camp adhesiu reforçat 75x90cm ##1 Bata XL reforçada amb eixugamans
##1 Bata estàndard L amb eixugamans ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 bisturí del num 22 amb mànec.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30008062

Descripció llarga:

ARN-Equip maluc fèmur dde teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip maluc fèmur dde teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 24 elements:
##1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X 280 cm. ##1 Camp adhesiu reforçat de 300 x 170cm.
##1 Camp reforçat de 150x 190cm. ##2 Funda Taula Mayo 80x 145 cm
##1 Cobertor de taula reforçat 150x190 cm . ##1 Camp estàndard 75x90cm adhesiu .
##1 Stokinette de 35x120 cm . ##3 Cintes adhesives 10x50 cm.
##2 Bates XL reforçades amb eixugamans ##1 Bata estàndard L amb eixugamans
##4 Tovallolletes per eixugar camp. ##1 bossa instrumental 43x38cm 2 compartiments.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 bisturí del num 22 amb mànec,
##1 goma aspiració 3m, ##1 cânula Yankauer,
##1 bisturí elèctric.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30008065

Descripció llarga:

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans .
##1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. ##2 Talla adhesiva de 90 x 75 cm.
##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. ##1 Llençol d'artroscòpia U d'espatlla de 250x 170cm amb bossa.
##1 Llençol quirúrgic amb U 200 x 290cm reforç ##2 Cintes adhesives de 10 x 50 cm.
##1 Funda taula de Mayo 80 x 145cm. ##4 Tovalloles eixuga camps.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Bisturí del num 11 amb mànec.
##2 gomes d'aspiració 3m.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30008068**Descripció llarga:**

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

Descripció tècnica:

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements:
##1 Llençol de cesària 260x320cm amb bossa col·lectora i làmina d'incisió integrada.
##1 Cobertor de taula 150x190cm. ##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
##2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans. ##1 Talla bebè 90x 100 cm.
##4 Tovallolletes per eixugar camp. ##1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
##1 Barret per bebè. ##1 Contenedor d'agulles.
##1 Cubilet 250 ml. ##1 Màneg amb esponja per pintar.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30008073**Descripció llarga:**

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
##1 Cobertor de taula 150x90cm. ##2 Camps adhesiu 75x90cm.
##1 llençol adhesiu 175 x 150cm. ##3 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 cinta adhesiva 10x50cm. ##1 cinta de Velcro
##2 Goma aspiració 3m. ##2 Bata L estàndar amb eixugamans ##1
canula yankauer estreta ##1 bossa instrumental 2 compartiments 43x38cm
##5 gasses TNT amb RX

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30008729**Descripció llarga:**

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisional de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 37 elements.

Descripció tècnica:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisional de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 37 elements:
##1 bata estàndard L amb eixugamans, ##1 tovallola absorbent 45x45cm,
##1 cobertor monitor rodó de 100x50cm, ##1 talla adhesiva 50x50cm,
##1 llençol angio-femoral de 220x340cm amb 2 fenestrac 8x16cm ##1 àpòsit de 10x8cm,
##2 tovalloles per eixugar camp, ##1 cobretaula de 150x190cm,
##1 contenidor agulles amb doble iman, ##2 càpsules graduades blaves 250ml,
##1 pinça de dissecció Adson s/dents, ##15 compreses de gasa de 10x10cm RX 17H8P,
##2 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P, ##1 porta agulles 14cm,
##1 aplicador preparació del camp , ##1 agulla hipodèrmica 21Gx37,5mm,
##1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm, ##1 bisturí amb màneg del n° 11.
##1 xeringa de 10ml 2P L/S ##1 Xeringa de 5ml 2P L/S.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30008730**Descripció llarga:**

ARN - Equip per a implantació de marcapassos definitiu, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 59 elements.

Descripció tècnica:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos definitiu, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 59 elements:
##2 bates estàndards L amb eixugamans, ##1 cobertor de monitor 95X85cm rectangular,
##1 talla reforçada adhesiva 75x75cm, ##1 llençol fenestrat de 200x300cm,
##1 apòsit film transparent 40x34cm., ##4 tovalloles per eixugar camp,
##1 cobretaula de 150x190cm, ##1 contenidor d'objectes punxants amb doble imant,
##3 càpsules graduades blaves 250ml, ##8 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P,
##1 agulla hipodèrmica 21Gx37,5mm, ##1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm,
##1 bisturí amb mànec del n° 22, ##1 xeringa de 10ml 3P L-L.
##1 xeringa de 20ml 3P L/L. ##30 compreses RX 10x10cm 8P
##1 bastonet amb esponja per pintar

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30013549**Descripció llarga:**

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 16 elements:
##2 talles reforçades i adhesives de 90x75cm ##1 Llençol adhesiu de 240x150cm.
##1 Llençol adhesiu de 175x150cm ##1 Cobertor de taula 150x190cm.
##1 Cobertor taula de Mayo 80 x 145cm. ##2 Bata reforçada L amb eixugamans
##1 Bata estàndard L amb eixugamans ##4 Tovallolletes per eixugar camp.
##1 Cinta adhesivas 10x50cm. ##1 Contenidor d'agulles.
##1 bisturí elèctric.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30017452**Descripció llarga:**

ARN - Equip vies bacterièmia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 32 elements.

Descripció tècnica:

ARN - Equip vies bacterièmia de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 32 elements:
##1 cobertor reforçat de 100x150cm, ##1 porta-agulles de plàstic 14cm,
##1 agulla de 20G, ##1 bisturí n° 11 amb protecció,
##1 agulla de 21G, ##2 xeringues de plàstic de 10ml,
##1 pintor, ##1 llençol fenestrat adhesiu de 170x250cm amb fenestració de 10cm
##1 bata estandard L amb eixugamans, ##2 tovallolletes per eixugar camp,
##20 gasses de cotó de 10x10cm.

SOL.COMANDA: 1101471225 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30072269

Descripció llarga:

ARN- Equip cirurgia de maluc per abordatge via anterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús.
Compostper 41 elements

Descripció tècnica:

ARN- Equip cirurgia de maluc per abordatge via anterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Compost per 41 elements: 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.

3 Bates quirúrgica XL reforçada amb eixugamans. 1 Llençol de maluc, amb dos camalls, amb dos finestres d'incisió amb làmina d'incisió integrada, de 400x240cm. 1 Funda Taula Mayo 80x 145 cm.

1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. 2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm.

1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. 1 Talla adhesiva de 75 x 90 cm.

1 Bisturí elèctric. 1 Màneg bisturí n°15.

1 Màneg bisturí n22. 1 Goma aspiració 3m.

1 Cànula Yankauer ch-18. 1 Contenedor d'agulles.

4 Tovalloles eixuga camps. 20 Gases TNT 10x10 a/contrast

POSICIÓ: 10

MATERIAL: 30007911

Descripció llarga:

GSS-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 22 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 22 elements:
##1 talla de 75x90cm, que embolica. ##2 Tovallolletes eixugar mans
##1 talla 75x75cm amb adhesiu. ##1 xeringa de 3 cossos 10ml .
##1 xeringa de 3 cossos 5ml. ##1 agulla 19G 1 1/2.
##1 Agulla 25G 5/8. ##10 compreses de teixit sense teixir de 10x10cm
##1 apòsit adhesiu amb compresa central de 7x 5cm. ##1 contenidor d'agulles .
##1 Agulla 21G 1/2. ##1 Cubilet

POSICIÓ: 20

MATERIAL: 30007912

Descripció llarga:

GSS-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 22 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 22 elements:
o#1 Cobertor de taula 75x90cm o#1 Camp adhesiu 75x75cm
o#1 Cobertor fenestrat 75cm x 90cm o#3 Tovallolletes per eixugar mans.
o#10 Gasses TNT 10x10 a/contrast. o#1 Bisturí n15.
o#1 Contenidor d'agulles. o#1 Cubilet 250 ml.
o 1 Xeringa 10ml o 1 Agulla 25G 5/8
o 1 Agulla 19G 1 1/2

POSICIÓ: 30

MATERIAL: 30007913

Descripció llarga:

GSS-Equip universal altres de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 34 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip universal altres de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 34 elements:
o#2 Cinta adhesiva de 9x 50 cm. o#1 Llençol adhesiu reforçat de 240 x 150 cm
o#1 Llençol adhesiu reforçat de 175 x 170 cm o#2 Talles adhesives reforçades de 90 x 75 cm
o#1 Cobertor de taula 150x200cm o#1 Bata estàndard L amb eixugamans.
o#2 Bates estàndard XL amb eixugamans. o#4 Tovallolletes per eixugar mans.
o#1 Bossa instrumental 46 x 40 cm o#1 Bisturí elèctric.
o#1 Màneg bisturí n°22. o#1 Contenidor d'agulles
o 1 Cobertor funda de Mayo 80x145cm o 10 Gasses TNT 10x10cm a/contrast .
o 5 Gasses TNT 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 40

MATERIAL: 30007915

Descripció llarga:

GSS-Equip laparoscòpia decúbit supí, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 36 elements

Descripció tècnica:

GSS-Equip per laparoscòpia en decúbit supí, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 36 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans
1 Bossa intrumental 40x50cm # 1 Cobertor taula de 150x200cm
1 llençol adhesiu de 250x150cm. # 1 Llençol adhesiu de 175x175 cm
2 draps adhesius de 90x75 cm # 4 tovalloles eixuga camp
2 Cintes adhesives 9x50 cm # 1 Cobertor de funda Mayo 80x145cm
1 Contenedor d'agulles # 1 Manec bisturi n°15
1 Bisturi electric # 1 Cubilet
1 Funda Camera # 10 Gases TNT 10x10cm a/contrast
5 Gases TNT 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 50

MATERIAL: 30007916

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 27 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 27 elements:
##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
##1 Cobertor de taula 150 x 190 cm. ##1 Parell de camals de 75 x 120 cm.
##2 Camp adhesiu 75x90cm. ##1 Camp adhesiu 120x150cm.
##1 Bisturi elèctric. ##1 Contenedor d'agulles.
##1 Bossa instrumental 46x40cm ##1 Lubricant urològic
##10 Gases TNT 10x10cm a/contrast ##5 Gases TNT 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 60

MATERIAL: 30007917

Descripció llarga:

GSS-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 24 elements:
##1 Llençol urologia (RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva 260x200x185cm i didal de nitril, fenestració plàstica.
##2 Bates quirúrgica estàndard talla XL amb eixugamans. ##1 Cobertor de taula de 150 x 200cm
##4 Tovalloles eixuga camp. ##1 Allargadera aspiració 3m.
##1 Funda càmera. ##10 Gasses TNT 10x10cm a/contrast
##1 Lubricant urològic ##1 Xeringa 20ml
##1 Equip irrigació 2 vies ##1 Cubilet.

POSICIÓ: 70

MATERIAL: 30007918

Descripció llarga:

GSS-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 23 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 23 elements:
##2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans. ##1 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
##1 Llençol fenestrat adhesiu de 120 x 150cm amb una obertura de 7cm. ##1 Llençol adhesiu 175 x 150 cm.
##1 Cobertor de taula de 150 x 200cm. ##1 Tub aspiració 3m.
##1 Cinta velcro. ##1 Bossa instrumental 2 compartiments.
##10 Gasses TNT 10x10cm a/contrast. ##1 Contenidor d'agulles.
##1 Cubilet ##1 Xeringa 5ml
##1 Bisturi n°15
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

POSICIÓ: 80

MATERIAL: 30007921

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia ORL (otorinolaringologia): nas i boca de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 28 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia ORL (otorinolaringologia) : nas i boca de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 28 elements:
##2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans. ##1 Bata quirúrgica estàndard talla XL amb eixugamans.
##1 Cobertor de taula de 150 x 190cm ##1 Llençol en U adhesiu de 220 x 260cm
##1 Talla per cap amb turbant de 100x 65cm ##1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm
##4 Tovalloles eixuga camps. ##1 Mànc de bisturí n15.
##1 bossa d' instrumental. ##1 Tub aspiració 3m
##1 Contenidor d'agulles. ##10 Gasses TNT 10x10cm a/contrast.
##1 Cubilet ##1 Cinta Velcro
##1 Xeringa 10ml

POSICIÓ: 90

MATERIAL: 30007923

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia major maxil#lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 28 elements,

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia major maxil#lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 28 elements: ##2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans.
##1 Bata quirúrgica estàndard talla XL amb eixugamans. ##1 Llençol en U adhesiu de 220 x 260 cm.
##4 Tovallolletes eixugamans 33 X 34 cm, ##1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm.
##1 Cinta adhesiva. ##10 Gasses TNT 10x10 a/contrast.
##1 mànc de bisturí n°15. ##1 Tub aspiració 3m.
##1 Xeringa 3 cossos 20ml. ##1 Catéter venós 14G.
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Cubilet
##1 Bossa instrumental ##1 Canula Yankauer 18Fr gran

POSICIÓ: 100

MATERIAL: 30007924

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MMSS) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 31 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MMSS) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 31 elements:

##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques estàndard tallaX L amb eixugamans.

##1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. ##1 Talla adhesiva 75 x 90 cm reforç

##1 Cobertor de taula de 150 x 190 cm. ##1 Camp de mà de 200/290x 360 cm amb fenestració de 3cm.reforç

##1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. ##4 Tovalloles eixuga camps.

##10 Gases de TNT 10x10 a/contrast. ##1 Xeringa 2 cossos de 10 ml.

##1 Màneg de bisturí n°15. ##1 Contenidor d'agulles.

##1 Cubilet ##5 Gases de 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 110

MATERIAL: 30007926

Descripció llarga:

GSS-quip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 41 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 41 elements:

##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans .

##1 Cobertor de taula d'instruments de 100 x 150 cm. ##2 Talles adhesiva de 90 x 75 cm.

##1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. ##1 Funda taula de Mayo 80x145cm.

##2 Llençol a/adh 240x150cm. ##1 Bossa instrumental 40x50.

##1 Llençol d'artroscòpia d'espalla de 250x 170 amb bossa. ##1 Llençol quirúrgic amb U 200 x 290cm.

##1 Màneg bisturí n° 11. ##2 Tubs d' aspiració 3m.

##1 Catèter vascular perifèric 14G. ##1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm.

##4 Tovalloles eixuga camps. ##10 Gases TNT 10x10cm a/constrast.

##5 Gases 10x20cm a/constrast. ##1 Contenidor d'agulles.

##1 Cinta de Velcro. ##1 Cubilet

##1 Funda de camera 18x250cm

POSICIÓ: 120

MATERIAL: 30007930

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 40 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 40 elements:

##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##2 Bates quirúrgiques XL estandard amb eixugamans.

##1 Llençol quirúrgic sense adhesiu 100X150. ##2 Talles adhesives de 75 x 90 cm.

##1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. ##1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320 x 245 cm.

##4 Tovalloles eixuga camps. ##20 Gases TNT 10x10 a/contrast.

##1 Màneg bisturí n°15. ##1 Màneg bisturí n°22.

##1 Bisturí elèctric. ##1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm.

##1 Contenidor d'agulles. ##1 Cubilet

##1 Xeringa de 10ml. ##1 Cinta de Velcro.

POSICIÓ: 130

MATERIAL: 30007935

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 61 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 61 elements:
##1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. ##3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans
##1 Cobertor de taula de 150 x200 cm. ##2 Cobertors de taula de 100X150 s/adhesiu.
##1 Bossa d'instrumental de 43x38 cm ##1 Llençol en U de 220 x 260cm amb la U adhesiva de 7 x 70cm. reforç
##4 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç ##1 Llençol adhesiu de 175 x 175 cm.reforç
##1 Llençol adhesiu de 240 x 150 cm. reforç ##1 Cobertor de taula de Mayo de 85x 145 cm.
##1 Llençol d'extremitats fenestrat de 245 x 320 cm. reforç ##1 Stockinette 22cmx75cm llargaria
##2 Cintes adhesives de 9x50. ##4 Tovalloles eixuga camps
##1 Contenidor d'agulles. ##1 Bisturí elèctric.
##1 Tub aspiració 3m. ##1 Cànula yankauer ch-18.
##10 Gases TNT 10x10 a/contrast. ##10 Gases TNT 10x20 a/contrast.
##2 Mànecs bisturí n°22. ##2 Mànecs bisturí n°15.
##2 Cubilets ##1 Cateter vascular perifèric 14G
##2 Cateter vascular perifèric 16G ##1 Cateter vascular perifèric 18G
##1 Xeringa de 20ml ##1 Agulla de 19G 1/2
##1 Agulla de 21G 1/2

POSICIÓ: 140

MATERIAL: 30007936

Descripció llarga:

GSS-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 30 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 30 elements:
o#1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x 320 cm. reforç o#2 Bates estàndard XL reforçades amb eixugamans
o#1 Bata estàndard L amb eixugamans. o#1 Cobertor de taula estàndard 150 x 190 cm.
o#1 Stokinette de 22cmx75cm llargaria o#1 Cinta adhesiva de 10 cm x 50 cm.
o#4 Tovalloles per eixugar camps. o#1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm.
o#2 Talles adhesives 75x90. o#1 Mànc bisturí n°11.
o#1 Tub aspiració 3m. o#1 Catèter vascular perifèric 14G.
o#10 Gases TNT 10x10cm a/contrast. o#1 Contenidor d'agulles.
o#1 Sistema d'irrigació de 2 vies o#1 Funda de càmera 18x250cm

POSICIÓ: 150

MATERIAL: 30007937

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 44 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 44 elements: o#1 Bata estàndard quirúrgica talla L amb eixugamans
o#2 Bates reforçades talla XXL amb eixugamans. o#1 Cobertor de taula de 100 x 150 cm.
o#1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm. o#1 Funda de taula de Mayo de 80 x 145 cm.
o#1 Llençol sense adhesiu de 150X200. reforç o#1 Llençol d'artroscòpia fenestrat amb bossa de recollida de fluids i 2 sortides de líquids 320x245cm. reforç o#2 Cintes adhesives de 9 x 50 cm.
o#1 Stokinette de 22cmx75cm llargària o#2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç
o#4 Tovalloles eixuga camps. o#5 gasses TNT 10x20cm a/contrast.
o#10 gasses TNT 10x10cm a/contrast. o#1 mànec bisturí n11.
o#1 mànec bisturí n15. o#1 mànec bisturí n22.
o#2 tubs d'aspiració 3m. o#1 Catèter vascular perifèric 14G.
o#1 Retolador estèril. o#1 Contenidor d'agulles.
o 1 Funda de càmera 18x250cm o 1 Bisturí elèctric
o 1 Cubilet o 1 Sistema d'irrigació de vies

POSICIÓ: 160

MATERIAL: 30007938

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 65 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 65 elements:
o#1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans. o#3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans.
o#3 Cobertors de taula de 100 x 150 cm. o#2 Cobertors de taula de 150 x 200,
o#1 Bossa d'instrumental de 45x38cm. o#2 Talles adhesives de 75 x 90 cm. reforç
o#1 Cobertor de taula de Mayo de 80x 145 cm. o#2 Llençols adhesius de 175x 170. reforç
o#1 Llençol adhesiu de 240x150 cm. reforç o#1 Llençol adhesiu en U de 245 x 280 cm. reforç
o#1 Stockinette de 22cmx75cm llargària o#4 Cintes adhesives de 10 x 50 cm.
o#4 Tovalloles eixuga camps. o#20 Gases TNT 10x10cm a/contrast.
o#10 Gases TNT 10x20cm a/contrats o#1 Tub aspiració 3m.
o#1 Cànula Yankauer ch18. o#1 Bisturí elèctric.
o#1 Elèctrode llarg de bisturí elèctric. o#2 Mànecs bisturí n°22.
o#1 Contenidor d'agulles. o 2 Cubilets

POSICIÓ: 170

MATERIAL: 30007940

Descripció llarga:

GSS-Equip laparoscòpia amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 34 elements.

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip laparoscòpia amb camals de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 34 elements:
o 1 llençol de laparoscòpia abdomino-perineal 280/250x295cm amb làmina
d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passa tubs i camals reforç
o 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans o 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans.
o 1 Cobertor de taula de Mayo 80 x 145 cm. o 1 Cobertor de taula de 150 x 200 cm.
o 2 Camp adhesiu de 90 x 75 cm. o 4 Tovalloles eixuga camp 33 x 34 cm.
o 1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm. o 1 Cinta velcro 2x23cm.

- o 1 Contenidor d'agulles. o 1 Funda de càmera 18x250cm
- o 1 Bisturí elèctric o 1 Bisturí n° 15
- o 1 Cubilet o 10 Gases TNT 10x10cm a/contrast
- o 5 Gases TNT 10x20cm a/contrast

POSICIÓ: 180

MATERIAL: 30007941

Descripció llarga:

GSS-Equip cesàrea de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip cesàrea de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 15 elements:
1 Llençol de cesària 260x320 amb bossa col·lectora i làmina d'incisió integrada.
1 Cobertor de taula 150x190cm. # 1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans.
2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans. # 1 Talla bebè 90x 87cm.
4 Tovallolletes per a eixugar camp. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
1 Barret per a bebè. # 1 Contenidor d'agulles.
1 Cubilet 250 ml. # 1 Mànec amb esponja per pintar.

POSICIÓ: 190

MATERIAL: 30072270

Descripció llarga:

GSS-Equip de cirurgia per a fractura de fèmur de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. C ompost per 6 elements.

Descripció tècnica:

GSS-Equip de cirurgia per a fractura de fèmur de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 6 elements: 1 Llençol d'aïllament vertical amb bossa, de 317 x 254cm, amb camp d'incisió complet de 86x28cm 1 Bossa d e recollida de fluids amb filtre i port de sortida
2 Bosses d'instrumental de 17x 29cm amb dos compartiments 2 Cintes organització de cables

POSICIÓ: 200

MATERIAL: 30072271

Descripció llarga:

GSS- Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 20 elements.

Descripció tècnica:

GSS - Equip de varius de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements:
4 Tovallolletes per eixugar camp. 1 Llençol adhesiu de 200x200cm.
1 Llençol adhesiu de 150x240cm. 3 Talles adhesives de 90x75cm.
1 Talla de 90x75cm. 1 Cobretaula de 150x190cm.
1 Cinta adhesiva de 10x50cm. 1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145cm.
1 Bata estàndard talla L amb eixugamans. 2 Bates estàndard talla XL amb eixugamans.
1 Contenidor d'agulles. 1 Bisturí elèctric.
1 Bisturí del n°22 amb mànec. 1 Bisturí del n°11 amb mànec.

Annex B.- Estoc mínim que hauran de disposar els centres en el sistema d'emmagatzematge.

ESTOC MÍNIM REQUERIT		
EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (ARN)		
Codi Material Equip (pack)	Descripció	Estoc mínim prestatgeria (setmanal)
30007910	ARN-EQUIP PROCEDIMENT EN CATÈTER	50
30007914	ARN-EQUIP LAPAROSCÒPIA ABDOMINO-PERINEAL	30
30007919	ARN-EQUIP CIRURGIA PROCEDIMENTS OÍDA	6
30007920	ARN-EQ CIRURGIA MAXILOFACIAL/ORL	15
30007922	ARN-EQUIP RESECCIÓ TRANSURETRAL (RTU)	25
30007925	ARN-EQUIP CRANIOTOMIA	10
30007927	ARN-EQUIP CIRURGIA DE PEU	5
30007928	ARN-EQUIP ESPATLLA	3
30007929	ARN-EQUIP ARTROSCÒPIA GENOLL	6
30007931	ARN-EQUIP IMPLANTS EXTREMITAT INFERIOR	15
30007932	ARN-EQUIP GINECOLOGIA/PROCTOLOGIA	15
30007934	ARN-EQUIP ANESTESIA REGION (EPIDURAL)	80
30007943	ARN-EQUIP D'HÚMER	10
30007946	ARN-EQUIP LEGRAT INTERVENCIONS MENOR	5
30007952	ARN-EQUIP DE PARTS	35
30007953	ARN-EQUIP DE VARIUS	3
30007958	ARN-EQUIP HEMODINÀMICA	25
30007963	ARN- EQUIP CARÒTIDA BYPASS ANEURISMA	3
30007964	ARN-EQUIP BY PASS FE-POPLÍ/ FE-TIB	2
30007966	ARN-EQUIP CIRURGIA ENDOVASCULAR	5
30007967	ARN-EQUIP AMPUTACIÓ DITS	5
30007968	ARN-EQUIP HISTERECTOMIA ABDOMINAL / PROCEDIMENTS ABDOMINO-PERINEALS OBERT	5
30007969	ARN-EQUIP UNIVERSAL	60
30007972	ARN-EQUIP URO/GINE	10
30007974	ARN-EQUIP DE TRAUMA	4
30007975	ARN-EQUIP CIRURGIA MENOR	5
30007977	ARN-EQUIP TRAQUEOTOMIA	4
30007980	ARN-EQUIP D'OSTEOSÍNTESI PROXIMAL FÈMUR	10
30008062	ARN-EQUIP MALUC FÈMUR	10
30008065	ARN-EQUIP D'ARTROSCÒPIA ESPATLLA	2
30008068	ARN-EQUIP CESÀRIA	15
30008073	ARN-EQUIP MICROCIRURG LARÍNGIA	6
30008729	ARN-EQUIP IMPLANT MARCAPAS PROVISIONAL	3
30008730	ARN-EQUIP MARCAPASSOS DEFINITIU	9
30013549	ARN-EQUIP CIRURGIA PEDRIÀTRICA UNIVERSAL	8
30017452	ARN-EQUIP VIES BACTERIÈMIA	60
30072269	ARN-EQUIP CIRURGIA MALUC VIA ANTERIOR	4

ESTOC MÍNIM REQUERIT MATERIAL SOLT HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (HUAV)	
Descripció	Estoc mínim prestatgeria (setmanal)
Bata quirúrgica estàndard talla L	50
Bates quirúrgiques estàndard talla XL	150
Bates quirúrgiques estàndard talla XXL	30
Bata quirúrgica reforçada talla L	30
Bates quirúrgiques reforçada talla XL	30
Bates quirúrgiques reforçada talla XXL	10
Cobertor de taula 100x150cm abs.75 x 150 cm.	30
Cobertor de taula de 150 x 190 cm.abs,75x190	30
Cobertor de taula75x90cm reforçat	30
Funda mesa de Mayo 80X145CM abs.65x85	30
Llençol amb adhesiu de 240x 150 cm reforçat	30
Llençol amb adhesiu de 150 x 175 cm reforçat	30
Llençol amb adhesiu de 175 x 175 cm reforçat	30
Talla adhesiva de 75 x 90 cm.	100
Talla adhesiva de 75 x 75 cm.	40
Cobertor fenestrat Adh.75cm x 90cm.	10
Cobertor fenestrat Adh.150x120	20
Leggings de 75 x 140 cm. 1pcs	30
Tovallols eixuga camp 33 x 30 cm.	50
Cinta velcro adhesiva 2x23cm.	30
Cinta adhesiva de 10 x 50 cm.	50
Bossa d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 46x40	50
Stockinette de 32x120cm.	30
Stokinette de 25 x 80 cm	30

ESTOC MÍNIM REQUERIT

EQUIPS (PACKS) TIPUS GSS: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura per a Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que inclou l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP).

Codi material Equip (pack)	Descripció	Estoc mínim prestatgeria (setmanal) HUSM	Estoc mínim prestatgeria (setmanal) HCP
30007911	GSS_EQUIP PER ANESTESIA RAQUI-EPIDURAL	80	20
30007912	GSS_EQUIP PER CIRURGIA MENOR	30	0
30007913	GSS_EQUIP UNIVERSAL	25	16
30007915	GSS_EQUIP LAPAROS DECUBIT SUPI	10	0
30007916	GSS_EQUIP PER CIRURGIA RECTAL	15	0
30007917	GSS_EQUIP PER CIRURGIA TRANS-URETRAL	25	0
30007918	GSS_EQUIP PER OIDA	10	0
30007921	GSS_EQUIP PER CIRURGIA MAJOR NAS I BOCA	25	0
30007923	GSS_EQUIP PER CIRURGIA MAJOR MAXILOFACIAL	10	0
30007924	GSS_EQUIP PER CIRURGIA OBERTA EXTREMITAT SUPERIOR	25	0
30007926	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA ESPATLLA	8	2
30007930	GSS_EQUIP PER CIRURGIA D'EXTREMITATS INFERIORS	10	0
30007935	GSS_EQUIP PER CIRURGIA DE GENOLL OBERTA	10	2
30007936	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA DE GENOLL	8	3
30007937	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA DE LIGAMENTS CREUATS	10	0
30007938	GSS_EQUIP PER CIRURGIA OBERTA DE MALUC	8	2
30007940	GSS_EQUIP LAPAROSCOPIA CAMALS	8	2
30007941	GSS_EQUIP PER CESARIA	0	3
30072270	GSS_EQUIP FRACTURA FEMUR	2	4
30072271	GSS_EQUIP DE VARIUS	3	0

ESTOC MÍNIM REQUERIT MATERIAL SOLT GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA (HUSM) HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (HCP)		
Descripció	Estoc mínim prestatgeria (setmanal) HUSM	Estoc mínim prestatgeria (setmanal) HCP
BATA QUIRURGICA ESTANDAR T/L	18	10
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/M	35	0
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/XL	43	0
BATA QUIRURGICA SMS ESTANDAR T/XXL	2	5
Bata quirúrgica reforçada T-L	0	0
Bata quirúrgica reforçada T-XL	0	0
BATA QUIRURGICA REFORÇADA T/XXL	1	0
DRAP QURURGIC SENSE ADHESIU 75*90	121	0
DRAP QUIRURGIC SENSE ADHESIU 100*150	3	0
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 75*75	42	17
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 75*90	11	0
COBERTOR TAULA MAYO 75*150	21	10
PERNERES PLAS. 75*115 SOBRES DE 2 UNI.	2	5
BOSSA INSTRUMENTAL 40*50 CM	11	0
BOSSA INSTRUMENTAL ADHE 25X46CM	0	5
Stockinette 32x120	0	0
Stockinette 25x80	0	0
CINTA ADHESIVA 9X51	16	15
COBERTOR TAULA INDIVIDUAL 150*200	0	15
DRAP QUIRURGIC ADHESIU 175*175	4	10
DRAP FENESTRAT ADHE. 50X60 ESTERIL	5	5
DRAP QUIRURGIC EN U 220*260	6	0
DRAP QUIRURGIC FENESTRAT 50*60	7	0
TALLA TST IMPERMEABLE FENESTADA 200X280	1	0
BOSSA TALLA NATGES	0	5

Annex C.- Plànols de cadascun dels centres amb la ubicació dels espais habilitats per a la instal·lació dels sistemes d'emmagatzematge per part del contractista als centres.

Es troben disponibles en l'apartat de documentació de l'anunci de licitació de l'expedient de contractació.

Annex D.- Resum_Fitxes: Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació.

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació.

ANNEX D.- RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/AH06/1101471225/26/AMUP

Descripció expedient

Contractació conjunta del subministrament de material de cobertura quirúrgica per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la Salut), l'Hospital Universitari de Santa Maria i l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris).

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

CAL PRESENTAR OFERTA A TOTS ELS PACKS. EN CAS CONTRARI, SERÀ MOTIU D'EXCLUSIÓ.

PACK	Codi SAP Material	Descripció SAP material	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
							Marcatge conf CE (SI/NO)	Compliment RD (UE) 2017/745 (SI/NO)	Altres normatives
ARN	30007910	ARN-EQUIP PROCEDIMENT EN CATÈTER							
ARN	30007914	ARN-EQUIP LAPAROSCÒPIA ABDOMINO-PERINEAL							
ARN	30007919	ARN-EQUIP CIRURGIA PROCEDIMENTS OÏDA							
ARN	30007920	ARN-EQ CIRURGIA MAXILOFACIAL/ORL							
ARN	30007922	ARN-EQUIP RESECCIÓ TRANSURETRAL (RTU)							
ARN	30007925	ARN-EQUIP CRANIOTOMIA							
ARN	30007927	ARN-EQUIP CIRURGIA DE PEU							
ARN	30007928	ARN-EQUIP ESPATLLA							
ARN	30007929	ARN-EQUIP ARTROSCÒPIA GENOLL							
ARN	30007931	ARN-EQUIP IMPLANTS EXTREMITAT INFERIOR							
ARN	30007932	ARN-EQUIP GINECOLOGIA/PROCTOLOGIA							
ARN	30007934	ARN-EQUIP ANESTESIA REGIONAL (EPIDURAL)							
ARN	30007943	ARN-EQUIP D'HÚMER							
ARN	30007946	ARN-EQUIP LEGRAT INTERVENCIIONS MENORS							
ARN	30007952	ARN-EQUIP DE PARTS							
ARN	30007953	ARN-EQUIP DE VARIUS							
ARN	30007958	ARN-EQUIP HEMODINÀMICA							
ARN	30007963	ARN-EQUIP CARÒTIDA BYPASS ANEURISMA							
ARN	30007964	ARN-EQUIP BY PASS FE-POPLÍ/ FE-TIB							
ARN	30007966	ARN-EQUIP CIRURGIA ENDOVASCULAR							
ARN	30007967	ARN-EQUIP AMPUTACIÓ DITS							
ARN	30007968	ARN-EQUIP HISTERECTOMIA ABDOMINAL / PROCEDIMENTS ABDOMINO-PERINEALS OBERT							
ARN	30007969	ARN-EQUIP UNIVERSAL							
ARN	30007972	ARN-EQUIP URO/GINE							
ARN	30007974	ARN-EQUIP DE TRAUMA							
ARN	30007975	ARN-EQUIP CIRURGIA MENOR							
ARN	30007977	ARN-EQUIP TRAQUEOTOMIA							
ARN	30007980	ARN-EQUIP D'OSTEOSÍNTESI PROXIMAL FÈMUR							
ARN	30008062	ARN-EQUIP MALUC FÈMUR							
ARN	30008065	ARN-EQUIP D'ARTROSCÒPIA ESPATLLA							
ARN	30008068	ARN-EQUIP CESÀRIA							
ARN	30008073	ARN-EQUIP MICROCIRURG LARÍNGIA							
ARN	30008729	ARN-EQUIP IMPLANT MARCAPAS PROVISIONAL							
ARN	30008730	ARN-EQUIP MARCAPASSOS DEFINITIU							
ARN	30013549	ARN-EQUIP CIRURGIA PEDIÀTRICA UNIVERSAL							
ARN	30017452	ARN-EQUIP VIES BACTERIÈMIA							
ARN	30072269	ARN-EQUIP CIRURGIA MALUC VIA ANTERIOR							
GSS	30007911	GSS EQUIP PER ANESTESIA RAQUI-EPIDURAL							
GSS	30007912	GSS EQUIP PER CIRURGIA MENOR							
GSS	30007913	GSS EQUIP UNIVERSAL							
GSS	30007915	GSS EQUIP LAPAROS DECUBIT SUP							
GSS	30007916	GSS EQUIP PER CIRURGIA RECTAL							
GSS	30007917	GSS EQUIP PER CIRURGIA TRANS-URETRAL							
GSS	30007918	GSS EQUIP PER OÏDA							
GSS	30007921	GSS EQUIP PER CIRURGIA MAJOR NAS I BOCA							
GSS	30007923	GSS EQUIP PER CIRURGIA MAJOR MAXILOFACIAL							
GSS	30007924	GSS EQUIP PER CIRURGIA OBERTA EXTREMITAT SUPERIOR							
GSS	30007926	GSS EQUIP PER ARTROSCÒPIA ESPATLLA							
GSS	30007930	GSS EQUIP PER CIRURGIA D'EXTREMITATS INFERIORS							
GSS	30007935	GSS EQUIP PER CIRURGIA DE GENOLL OBERTA							
GSS	30007936	GSS EQUIP PER ARTROSCÒPIA DE GENOLL							
GSS	30007937	GSS EQUIP PER ARTROSCÒPIA DE LLIGAMENTS CREUATS							
GSS	30007938	GSS EQUIP PER CIRURGIA OBERTA DE MALUC							
GSS	30007940	GSS EQUIP LAPAROSCOP CAMALS							
GSS	30007941	GSS EQUIP PER CESARIA							
GSS	30072270	GSS EQUIP FRACTURA FÈMUR							
GSS	30072271	GSS EQUIP DE VARIUS							

Annex E.- Resum_requeriments: Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris

Annex F.- Fitxa_criteris_objectius: Fitxa tècnica criteris objectius

Contractació conjunta del subministrament de material de cobertura quirúrgica per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la Salut), l'Hospital Universitari de Santa Maria i l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris).

Expedient número CS/AH06/1101471225/26/AMUP

Criteris tècnics sotmesos a valoració automàtica

(Apartat 2.1 dels Criteris d'Adjudicació)

PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSTVENDA (apartat 2.1 criteris adjudicació): Fins a 6 punts.

Manteniment, averies, terminis i resolucions (apartat 2.1.1 criteris adjudicació) <i>Es valorarà el pla de contingència que ofereixi el menor temps possible de resposta en la resolució d'averies i reparació dels sistemes d'emmagatzematge i sistemes informàtics.</i>	Puntuació:	Marcar amb una "X" l'opció oferta	Referències a documentació annexa	Pàgina
Temps de resposta resolució d'averies i reparació dels sistemes d'emmagatzematge i sistemes informàtics es igual o inferior a 12 hores:	4			
Temps de resposta resolució d'averies i reparació dels sistemes d'emmagatzematge i sistemes informàtics es igual o inferior a 24 hores:	2			
Temps de resposta resolució d'averies i reparació dels sistemes d'emmagatzematge i sistemes informàtics es superior a 24 hores:	0			
Millores del projecte tècnic d'assistència logística i postvenda: Etiquetatge en colors (apartat 2.1.2 criteris adjudicació) <i>Es valorarà que els equips/packs disposin d'un sistema de reconeixement per mitjà d'etiquetatge en colors per especialitats i nomenclatura abreujada.</i>	Puntuació:	Marcar amb una "X" l'opció oferta	Referències a documentació annexa S'ha d'acreditar mitjançant la fitxa pròpia del producte ProductData.	Pàgina
El PROJECTE inclou la identificació per colors dels equips/packs especificada i la descripció de l'equip de forma abreujada (nomenclatura):	2			
El PROJECTE no inclou la identificació per colors dels equips especificada i la descripció de l'equip de forma abreujada (nomenclatura):	0			

Llicitador	
NIF	
Nom i cognoms Representant 1	
DNI Representant 1	
Nom i cognoms Representant 2	

Annex G.- Certificat acreditatiu entrega de mostres



ANNEX G
CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ D'ENTREGA DE MOSTRES
EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN
HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA

Descripció de l'objecte del contracte	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA I L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).
Número d'expedient	CS/AH06/1101471225/26/AMUP
Nom de l'empresa que ha entregat les mostres	
Centre / Lloc on s'ha realitzat l'entrega de mostres	

Packs/equipos entregats: (marcar amb X)

30007914	ARN-EQUIP LAPAROSCÒPIA ABDOMINO-PERINEAL	
30007922	ARN-EQUIP RESECCIÓ TRANSURETRAL (RTU)	
30007925	ARN-EQUIP CRANIOTOMIA	
30007958	ARN-EQUIP HEMODINÀMICA	
30007964	ARN-EQUIP BY PASS FE-POPLÍ/ FE-TIB	
30008065	ARN-EQUIP D'ARTROSCÒPIA ESPATLLA	
30008068	ARN-EQUIP CESÀRIA	

PERSONAL DE L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS QUE CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT L'ENTREGA DE MOSTRES	
Nom i cognoms	
Categoria professional / Càrrec (si procedeix)	
Lloc i data	
Signatura	

ANNEX G
CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ D'ENTREGA DE MOSTRES
EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN
HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA (HUSM)

Descripció de l'objecte del contracte	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA I L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).
Número d'expedient	CS/AH06/1101471225/26/AMUP
Nom de l'empresa que ha entregat les mostres	
Centre / Lloc on s'ha realitzat l'entrega de mostres	

Packs/equipos entregats: (marcar amb X)

30007915	GSS_EQUIP LAPAROS DECUBIT SUPI	
30007917	GSS_EQUIP PER CIRURGIA TRANS-URETRAL	
30007926	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA ESPATLLA	
30007938	GSS_EQUIP PER CIRURGIA OBERTA DE MALUC	

PERSONAL DE L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS QUE CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT L'ENTREGA DE MOSTRES	
Nom i cognoms	
Categoria professional / Càrrec (si procedeix)	
Lloc i data	
Signatura	

ANNEX G
CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ D'ENTREGA DE MOSTRES
EQUIPS (PACKS) TIPUS ARN
HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

Descripció de l'objecte del contracte	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA I L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).
Número d'expedient	CS/AH06/1101471225/26/AMUP
Nom de l'empresa que ha entregat les mostres	
Centre / Lloc on s'ha realitzat l'entrega de mostres	

Packs/equips entregats: (marcar amb X)

30007911	GSS_EQUIP PER ANESTESIA RAQUI-EPIDURAL	
30007926	GSS_EQUIP PER ARTROSCOPIA ESPATLLA	
30007938	GSS_EQUIP PER CIRURGIA OBERTA DE MALUC	

PERSONAL DE L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS QUE CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT L'ENTREGA DE MOSTRES	
Nom i cognoms	
Categoria professional / Càrrec (si procedeix)	
Lloc i data	
Signatura	