

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN MOTOR PER A
ESTERNOTOMIA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE
VILANOVA DE LLEIDA

Expedient nº CS/AH06/1101473462/26/PNSP

Motor per a esternotomia

	Motor per a esternotomia
Empresa	
NIF	
Correu electrònic	

a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris

Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.

Definició
Motor destinat a procediments d'esternotomia, incloent peça de mà, accessoris, bateries i sistema de càrrega. Cal incloure marcatge CE amb la certificació corresponent Cal incloure el Product Datasheet

És causa d'exclusió	Índex	Prestacions tècniques i funcionals	Característiques de l'equip ofertat, descripció curta.	Índex documental de la descripció.
Característiques i prestacions de l'equipament				
		Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
Sí	1	Motor destinat a procediments d'esternotomia, incloent peça de mà, accessoris, bateries i sistema de càrrega.		
Sí	2	El sistema ofert haurà de garantir la compatibilitat amb els accessoris actualment disponibles al Servei, amb l'objectiu d'assegurar la continuïtat assistencial i la interoperabilitat dels equips existents.		
Sí	3	Els components reutilitzables hauran de ser esterilitzables.		
Sí	4	L'equip haurà de requerir un manteniment rutinari mínim, així com necessitats reduïdes de lubricació de les peces.		
Sí	5	El sistema motor d'esternotomia haurà d'incloure, com a mínim, els elements següents:		
Sí	6	<u>Peça de mà d'esternotomia</u>		
Sí	7	Una peça de mà de tall lineal.		
Sí	8	La serra d'esternotomia haurà de disposar de, com a mínim, tres modes de funcionament: Mode estàndard: velocitat mínima de 11.000 rpm Mode ràpid: velocitat mínima de 14.000 rpm Mode seguretat		
Sí	9	Protector de la serra.		
Sí	10	<u>Bateries i carcasses:</u> com a mínim ha d'incloure 4 bateries.		
Sí	11	<u>Carregador de bateries:</u> que permeti la càrrega de com a mínim 5 bateries de manera simultània.		

2. Formació				
		Aspectes d'obligat compliment		
Sí	12	Cal incloure a l'oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d'aquest, detallat pels diferents perfils de professionals a que va adreçat l'equipament.		
Sí	13	Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L'horari de formació el proposarà el Centre.		

3. Garantia				
		Aspectes d'obligat compliment		
Sí	14	La garantia del procediment, equip i instal·lacions contra possible mal funcionament serà d'un període d' UN ANY, que es comptarà a partir de l'entrega i posada en condicions de funcionament del sistema. La garantia de l'equip, inclou durant la seva vigència el servei de manteniment en la modalitat de "tot inclòs amb garantia total" i manteniment tècnic-legal sense cost addicional per l'Hospital.		

4. Servei tècnic i manteniment postventa				
		Aspectes d'obligat compliment		
Sí	15	Proposta detallada de les actuacions i els procediments d'actuació davant qualsevol incidència tècnica que es produeixi durant el contracte, incloent terminis de resposta i actuació.		
Sí	16	Descripció detallada relativa a les tasques de verificació i cal·libracció periòdica durant la vigència del contracte, amb planificació de les intervencions programades i comprovacions de funcionament. Caldrà considerar l'adaptació horària per maximitzar la disponibilitat de l'equipament.		
Sí	17	Cost anual del manteniment a tot risc, sense exclusions, a partir de l'extinció de la garantia i fins als 10 anys de la vida útil estimada (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge).		