

Expedient CSI-2026-83 Subministrament d'equips de ventilació mecànica no invasiva pel Consorci Sanitari Integral

Annex 1 criteris d'adjudicació

CRITERIS OBJECTIUS	Puntuació Màxima	Punts100
<p>La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà d'acord amb l'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació, i s'ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la institució. Els criteris d'adjudicació han estat seleccionats d'acord amb els requisits assenyalats a l'article 145.5 LCSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Estan vinculats a l'objecte del contracte b) S'han formulat de manera objectiva i respectant els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació aportada pels licitadors. <p>Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.</p> <p>La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:</p> <p>CRITERIS OBJECTIUS</p> <p>PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 65 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:</p> $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar</p> <p>P = Punts criteri econòmic</p> <p>O_m = Oferta Millor</p> <p>O_v = Oferta a Valorar</p> <p>IL = Import de Licitació</p> <p>VP = Valor de ponderació</p> </div>	100 punts	

Valor de ponderació:2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

CRITERIS DE VALORACIÓ QUALITATIUS/TÈCNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (35 punts)

	CRITERI OBJECTIU	PUNTUACIÓ	Justificació
RESPIRADORS PER A TERÀPIA VENTILATÒRIA NO INVASIVA I TERÀPIA D'ALT FLUX	Inclou mecanisme detector i compensador de fuites amb manòmetre en temps real i visualització a la pantalla de l'equip	SI: 5 punts NO: 0 punts	Contribueix a mantenir l'efectivitat del suport ventilatori i a millorar la sincronització entre pacient i ventilador. I facilita el control immediat dels valors de pressió administrats i permet al professional detectar incidències o desviacions de manera precoç.
	Compatible amb accessoris de la monitorització existent (SpO2)	SI: 5 punts NO: 0 punts	Evita la necessitat d'introduir nous consumibles o accessoris específics, simplifica la implantació, afavoreix la continuïtat operativa i redueix possibles incidències derivades de la coexistència de sistemes diferents.
	Monitorització de la PEEPi (PEEP intrínseca) en temps real i sense accessoris	SI: 5 punts NO: 0 punts	Permet obtenir informació clínica de gran utilitat per ajustar millor els paràmetres ventilatoris, optimitzar l'assistència i reduir el risc de desadaptació pacient-ventilador o d'hiperinsuflació dinàmica.
	Disposar de Mode Alt Flux amb oxigenoteràpia: visionat a la pantalla del ventilador de l'índex ROX, SpO2 i fspn/min (freqüència espontània per minut) durant el tractament amb ajustament dels límits de ROX per personalitzar-lo per pacient	SI: 5 punts NO: 0 punts	Amplia la versatilitat clínica de l'equip, permetent no només la ventilació no invasiva convencional sinó també el tractament en mode d'alt flux i aporta informació rellevant per al seguiment del pacient i per avaluar la resposta al tractament.
	Mode S/T amb possibilitat mode d'ajust independent del mode S i T	SI: 5 punts NO: 0 punts	Aquesta flexibilitat pot afavorir una millor sincronització pacient-ventilador, una major comoditat, una millor tolerància al tractament i una configuració més precisa dels paràmetres respiratoris.

	Capacitat de connectar-se a la central existent a la UCI de forma directa (sense cap mena de passarel·la ni a través dels monitors). És compatible amb la central de monitorització vigent a l'Hospital (MINDRAY BENEVISION CMSII)	SI: 10 punts NO: 0 punts	La connexió directa dels equips a la central de monitorització existent a la UCI, sense necessitat de passarel·les intermèdies ni integracions addicionals a través de tercers dispositius, afavoreix una implantació més simple, robusta i segura.	
--	--	-----------------------------	---	--

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.