



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: **CTN2600242**

Procediment: **Serveis Obert simplificat abreujat**

Assumpte: **Plec precipcions tècniques Lot 1**

Document: **8656891**



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CALIBRACIÓ DELS
EQUIPS DE MESURA I CONTROL DE METROLOGIA DEL LABORATORI DE
L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA LOT 1**



**Generalitat
de Catalunya**

1. Antecedents

El laboratori de l'Agència Catalana de l'Aigua està acreditat segons la norma UNE EN ISO17025. Aquesta norma és d'obligat compliment per a tot el laboratori per tal de mantenir el seu abast d'acreditació i si escau, poder ampliar-lo a d'altres paràmetres que també s'analitzen. Actualment tenim dos acreditacions ENAC sota la norma UNE EN ISO 17025, la n°: 940/LE1689 per al laboratori d'aigües continentals i residuals i la n° 940/LE2081 per al laboratori d'aigües de consum.

La norma UNE EN ISO17025 requereix un manteniment i calibració de tots els equips que prenen part en la realització de les anàlisis, tant equips de mesura com aquells que prenen part en la realització de les activitats del laboratori i poden influir en els resultats analítics. Per realitzar el servei de calibració extern es requereix que l'Empresa adjudicatària estigui acreditada per ENAC com a laboratori de calibració sota la norma UNE EN ISO 17025 per àrees com temperatura, volum, massa

2. Objecte del contracte

Calibratge de 7 equips incubadors (estufes)	Cada equip es calibrarà a una temperatura a escollir dins del rang de 22 a 46°C La calibració ha de fer-se in situ. S'ha d'incloure el desplaçament i material necessari . L'Empresa adjudicatària ha d'estar acreditada per ENAC amb una incertesa inferior o igual a 0.5°C. El Certificat de calibració ha de contenir la marca ENAC. La freqüència de calibració és cada 2 anys.
---	--

3. Justificació

Ens interessa mantenir la calibració vigent cada 2 anys perquè són equips que intervenen en els mètodes de microbiologia acreditats per ENAC dins l'abast de l'Acreditació n° 940/LE2081 segons norma UNE EN ISO17025 del laboratori d'aigües de consum.

4. Treballs a executar, metodologia de treball i presentació certificats

El servei es realitzarà als laboratoris de l'Agència Catalana de l'Aigua ubicats a Abrera (carretera de Martorell a Olesa km 4,6. 08630-Abrera.

Els certificats de calibració s'entregaran preferiblement en format digital amb la marca ENAC i preferentment en català, si no és possible en castellà o anglès.

Els equips a calibrar, rang i volums són els inclosos a la taula 1, i estan ubicats al laboratori de l'ACA a Abrera.

Taula 1: Els requeriments interns per a la calibració de les estufes de incubació són:

Nombre d'aparells	Tipologia d'aparell	Codis	Marca	Rang de mesura/escala	Resolució	Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible)	Punts a calibrar
7	ESTUFA INCUBADORA	APL0329	SELECTA /BINDER	Tª ambient +5 °C - 100 °C	0,1°C	0,5°C	una temperatura entre 22 i 46 °C
		APL0421 APL0422 APL0495 APL0502 APL0503 APL0517		Tª ambient +5 °C - 60 °C/65°C			

La Taula 1 inclou els equips en servei a data febrer-2026, si per avaria o obsolescència són reemplaçats, ho seran per equips de característiques compatibles i per tant quedaran coberts per aquest contracte.

5. Equip tècnic

L'adjudicatari haurà de facilitar un telèfon i correu electrònic permanent de contacte amb la finalitat que el Responsable del contracte pugui posar-se en contacte amb el Director tècnic de l'adjudicatari, aquest telèfon serà comunicat a l'inici del contracte.

El contractista garantirà la dotació de personal necessari per la realització dels treballs i acomplirà la legislació laboral vigent. El personal que realitzarà les tasques de calibració dels instruments haurà d'estar capacitat.

Serà d'obligació la formalització de la documentació referent a la coordinació d'activitats empresarials (CAE) per a l'acceptació del contracte i tècnics que hagin d'accedir a les nostres instal·lacions.

6. Termini d'execució

Cada equip es calibrarà un cop cada 24 mesos dins dels 4 anys de termini, a partir de la formalització del contracte, anys 2027 i 2029.

7. Pressupost

S'estima un import de licitació de 1.960,00€ sense IVA pel total del lot durant els 4 anys, El pressupost ha d'incloure totes les despeses (desplaçaments, materials, etc) que generi el servei, per a cada equip, es a dir el preu per equip i el preu final o global d'aquest lot pels 4 anys, segons el model per a la presentació de les ofertes.

8. Facturació

L'import del servei s'abonarà mitjançant factura, un cop rebuts els certificats, i serà certificada i aprovada per l'Agència.



El número de certificació s'haurà d'assenyalar a les factures emeses a l'Agència Catalana de l'Aigua, juntament amb el número d'expedient de contractació. Les factures hauran de ser electròniques, d'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic