

Expedient: 0835/25

Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: servei

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: Servei de suport a l'enucleació prostàtica per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L'ENUCLACIÓ PROSTÀTICA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec és la contractació del servei de suport tècnic a l'enucleació prostàtica mitjançant làser d'holmi ubicat a l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

1.2. OBJECTIUS DEL SERVEI

L'objectiu general del servei aportar tot el necessari: suport tècnic, equipament i fungibles a l'equip de cirurgians especialistes en urologia per tal que puguin fer una intervenció d'enucleació prostàtica mitjançant un làser d'holmi.

Transport dels equips i material, i ús del mateix durant la sessió quirúrgica.

2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

L'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus disposa dels professionals mèdics i d'infermeria degudament capacitats per realitzar enucleacions prostàtiques mitjançant un làser d'holmi i les instal·lacions necessàries al seu bloc quirúrgic.

Així mateix, l'Hospital necessita del suport d'un tècnic d'aplicacions, l'equipament (làser d'holmi i equip de morcel·lació) i els fungibles corresponents per poder dur a terme l'esmentat acte assistencial.

3. COMPONENTS DEL SERVEI

3.1. CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES

3.1.1. PROFESSIONALS

Assistència d'un tècnic d'aplicacions per a suport tècnic especialitzat durant els procediments

3.1.2. EQUIP LÀSER D'HOLMIUM YAG D'ALTA POTÈNCIA PER A ENUCLEACIÓ PROSTÀTICA

- Potència mínima: 100 W
- Longitud d'ona: 2100 nm
- Freqüència 80Hz
- Energia màxima 5J
- Durada del pols 50us a 1100us
- Pedal doble

- L'equip ha de ser compatible amb el sistema d'endolls de quiròfans i/o disposar d'adaptadors o allargadors per al seu us i disposició adequada a quiròfan
- El làser ha d'incorporar software amb un mínim de 5 modes d'emissió específics tipus: fragmentació, dusting alta freqüència, dusting vapor tunnel, popcorning, virtual basket, bubble blast, Standard, o similars.
- El làser ha d'incorporar software per a variar la durada del pols del làser tipus Master Pulse

3.1.3.EQUIP MORCEL·LACIÓ COMPLERT PER A ENUCLEACIÓ PROSTÀTICA

3.1.4.MATERIAL FUNGIBLE PER A ENUCLEACIÓ PROSTÀTICA AMB MORCELACIÓ

- Fibra làser 550 micres
- Tub de morcel·lació
- Ganivetes de morcel·lació

3.1.5.INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC D'ENDOSCÒPIA PER A ENUCLEACIÓ PROSTÀTICA

- Element de treball de Kuntz
- Nefroscopi
- Adaptador del nefroscopi
- Pinça trident

3.2. OPERATIVA DEL SERVEI

L'adjudicatari/ària del servei rebrà les peticions, com a norma general, amb una planificació periòdica. Caldrà que en l'oferta tècnica s'indiqui els dies mínims que ha de rebre la petició per tal de poder realitzar el servei.

En l'oferta tècnica caldrà indicar com es procedirà en la resolució d'incidències, en especial disponibilitat d'equipament substituït en cas d'avaría prèvia a l'inici de la sessió i durant el curs de la mateixa.

L'import del servei inclou el desplaçament del professional així com el transport de tot l'equipament, instrumental i material necessari per la prestació del servei.

3.3. CANAL DE COMUNICACIÓ AMB L'ADJUDICATARI

La comunicació amb l'adjudicatari/a es realitzarà pels canals establerts per l'Hospital. El canal de comunicació per defecte, serà el correu electrònic.

3.4. FACTURACIÓ

L'adjudicatari/a emetrà una factura mensual, amb el detall dels treballs realitzats en el període, que presentarà a l'Hospital pels mitjans establerts.

3.5. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

3.5.1.PERSONAL

L'adjudicatari/a haurà de disposar de l'equip humà amb perfils i capacitats adequats per atendre els serveis.

L'equip professional ha de disposar capacitat degudament acreditada.

3.5.2.GESTIÓ DE RESIDUS

L'adjudicatari haurà de portar a terme una correcta gestió dels residus generats per la seva activitat (segons normativa vigent).

3.6. GESTIÓ DEL CONTRACTE

El sistema de control que exercirà l'Hospital sobre el servei serà quantitatiu i qualitatiu, amb la identificació del nivell de qualitat del servei aconseguit i la determinació del nivell de compliment.

3.7. ORGANITZACIÓ

3.7.1.GESTIÓ DEL SERVEI

L'adjudicatari designarà un interlocutor únic al que l'Hospital s'haurà de poder adreçar per a tot tipus de qüestions relacionades amb el contracte.

3.7.2.PROCESSOS DE CONTROL I SEGUIMENT

En funció de les necessitats operatives, l'Hospital i l'adjudicatari/a realitzaran les reunions de coordinació i seguiment a petició d'ambdues parts.

El sotasignat declara que, l'elaboració i la informació continguda en el present document, ha sigut duta a terme d'acord amb el seu criteri tècnic i, segons el disposat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Vanesa Monllau Font

Directora del Servei d'Urologia

Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp