

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PEL SERVEI DE REVISIÓ I MANTENIMENT DELS DESFIBRIL·LADORS (DEA) INSTAL·LATS A DIVERSES DEPENDÈNCIES DEL SERVEI PÚBLIC D'OcupACIÓ DE CATALUNYA.**EXP. SOC-2026-153****FINALITAT**

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte regular les condicions per a la contractació del servei de revisió i manteniment dels desfibril·ladors (dea) instal·lats a diverses dependències del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2026, que es desenvoluparan conforme les condicions que s'especifiquen en el present document.

CONDICIONS TÈCNiques DE L'EXECUCIÓ**1.- OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte del contracte el constitueix el servei de revisió i manteniment dels desfibril·ladors de diversos centres del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en concret 18 aparells de la marca i model "Samaritan PAD 350P" i 34 aparells de la marca i model "M&B AED 7000".

La prestació del manteniment resulta, per una banda, revisar els aparells DEAS i, per l'altra banda, recanviar quan fora necessari les corresponents bateries, elèctrodes amb la periodicitat establerta en la normativa vigent, segons l'ús que se'n faci i les indicacions tècniques del fabricant dels aparells.

Per garantir la correcta prestació del servei i la responsabilitat tècnica, es considera procedent la divisió en lots.

2.- OBJECTIU DEL CONTRACTE

Vista la normativa vigent en la matèria, els desfibril·ladors dels centres del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya han de seguir en tot moment les prescripcions del fabricant de l'aparell amb marcatge de Conformitat Europea (CE) i la normativa sectorial i tècnica aplicable en aquest producte.

El servei de revisió i manteniment es desglossa en el punt 4.2 d'aquest plec de prescripcions tècniques.

3.- NOMBRE D'EQUIPS I UBICACIONS

LOT 1: 18 Desfibril·ladors Samaritan PAD 350P:

OFICINA	ADREÇA	Població
OT Barcelona - Guineueta	Pg. Valldaura, 202-204	BARCELONA
OT Barcelona - Sepúlveda	C. Sepúlveda, 156	BARCELONA
OT Rubí	Carretera de Terrassa, 42-44	RUBÍ
OT Terrassa - Edison	C. Edison, 9-15	TERRASSA
OT Granollers - Perifèria	Avinguda Marie Curie, 25-27	GRANOLLERS
OT Vilanova i la Geltrú	Rambla Arnau, s/n	VILANOVA I LA GELTRÚ
OT Girona	Av. Lluís Pericot, 86-90	GIRONA
OT Lleida	Pere Cabrera, 24	LLEIDA
OT Tarragona - Campclar	C. Riu Siurana, 29 B	TARRAGONA
LLULL SERVEIS CENTRALS	LLULL, NÚM.297-307	BARCELONA
CIFO HOSPITALET-COBALT	CTRA. DEL MIG, 24	HOSPITALET DE LLOBREGAT

CIFO LA VIOLETA	MANUEL ARNÚS, 4	BARCELONA
CIFO SANT FELIU	HOSPITALET, S/N	SANT FELIU DE LLOBREGAT
CIFO SANTA COLOMA	AV. RAMON BERENGUER, S/N	STA. COLOMA DE GRAMENET
CIFO SABADELL (VALLES)	CTRA. NACIONAL, 150 KM. 15	SABADELL
CIFO TARRAGONA	CAMI DE LA BUDALLERA, S/N	TARRAGONA
CIFO LLEIDA	ENRIC FARRENY, S/N	LLEIDA
CIFO SALT	PEDRAFORCA, S/N	SALT

LOT 2 : 34 Desfibril·ladors M&B AED 7000

OFICINA	ADREÇA	Població
OT Barcelona - Aragó	C. Aragó, 182	BARCELONA
OT Barcelona - Barri Gòtic	C. Doctor Joaquim Pou, 8	BARCELONA
OT Barcelona - Verneda	C. Guipúscoa, 33	BARCELONA
OT Cornellà de Llobregat	Av. República Argentina, s/n	CORNELLÀ DE LLOBREGAT
OT Hospitalet - La Farga	C. Girona, 12	L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT
OT Martorell	Ptge. Sindicat, 6	MARTORELL
OT Sant Boi de Llobregat	Carrer Baldiri Aldeu, 6	SANT BOI DE LLOBREGAT
OT Viladecans	C. Pompeu Fabra, s/n	VILADECANS
OT Badalona - Casagemes	Pl. Carme Guasch, 2	BADALONA
OT Sant Adrià de Besòs	C. Olímpic, s/n	SANT ADRIÀ DEL BESOS
OT Santa Coloma de Gramenet	Pl. Vilaseca, s/n	SANTA COLOMA DE GRAMENET
OT Sabadell-Centre	Carrer de la República, 45	SABADELL
OT Alt Maresme - Pineda de	C. Anoia, s/n. Edifici Innova	PINEDA DE MAR
OT Granollers - Franqueses	Av. Primer Marqués de les	GRANOLLERS
OT Mataró	C. Castaños, 57	MATARÓ
OT Premià	C. Elisenda de Montcada, 65	PREMIÀ DE MAR
OT Mollet del Vallès	Carrer de les Vinyes Altes, 4	MOLLET DEL VALLÈS
OT Anoia	Passeig Verdaguer, 132	IGUALADA
OT Manresa	C. Verge de l'Alba, 5-7	MANRESA
OT Vic	C. Ramon Sala i Saçala, s/n	VIC
OT Vilafranca del Penedès	Pl. Penedès, 4	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
OT Bisbal d'Empordà	C. Catalunya, 9	LA BISBAL DE L'EMPORDÀ
OT Figueres	C. Anicet de Pagès, 10	FIGUERES
OT Balaguer	C. Doctor Fleming, 13	BALAGUER
OT Seu d'Urgell	Av Pau Claris 46	LA SEU D'URGELL
OT Tàrraga	C. Joan Maragall, 5	TÀRREGA
OT Vielha e Mijaran	C. Maladeta, 11, local C	VIELHA
OT Reus	Pg. Misericòrdia, 6-12	REUS
OT Tarragona - Campclar	C. Riu Siurana, 29 B	TARRAGONA
OT Vendrell	C. Sant Xavier, 7 a 19, pl baixa	VENDRELL
OT Amposta	C. Agustina d'Aragó, 39	AMPOSTA
OT Tortosa	Passeig Ribera, 25-27	TORTOSA
OT Móra d'Ebre	Santiago Rusiñol, 20	MORA D'EBRE
CIFO SABADELL - FRANQUESES	SANT ISIDRE, S/N	LES FRANQUESES DEL VALLÈS

4.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

4.1. Característiques tècniques dels DEAs:

- **Samaritan PAD 350P:**

Protocol d'energia (adults): 1^a descarrega: 150J. 2^a descarrega: 150J. 3^a descarrega i successives: 200 J.

Temps de càrrega: 8 segons per a 150 J.

Pes: 1,1 kg.

Grau de protecció IP56.

Ús: semiautomàtic

Guies visuals i de veu

Memòria interna: registra fins 90 minuts de ECG i events de l'incident.

Les dades es poden descarregar a un PC mitjançant cable USB.

- **M&B AED 7000:**

Protocol d'energia (adults): 1^a descarrega: 150J. 2^a descàrrega: 150J. 3^a descarrega i successives: 200 J

Temps de càrrega: menys de 10 segons.

Pes: 2 kg.

Guies de veu i visuals durant el procés.

Memòria interna: capacitat de gravació de 10 hores d'àudio, events i anàlisi del ECG.

Les dades es poden extreure mitjançant software específic per posterior revisió.

4.2. El servei de revisió i manteniment inclourà:

En aquest sentit, el servei de manteniment haurà d'incloure el manteniment preventiu i el correctiu dels aparells i els elements de fixació (vitrina, tòtem i columna), en els termes previstos en aquests plecs.

Haurà de contemplar, com a mínim:

- Revisió anual del funcionament de tots els aparells i del bon estat de tots els seus components.
- Revisió anual del sistema o dispositiu de subjecció (vitrina, tòtem o columna) i del bon estat de tots els seus components
- Actualitzacions i modificacions del software dels desfibril·lador que siguin necessàries per al compliment de les normatives vigents en cada moment.
- Substitució de consumibles: canvi d'elèctrodes segons caducitat del fabricant, i canvi de bateries segons la seva vida útil, així com canvi de bateria i elèctrodes en cas d'utilització.
- Servei tècnic: en cas d'avaría o ús de l'aparell, l'assistència tècnica es produirà en un termini màxim de 72 hores. Inclosos tots els desplaçaments per qualsevol incidència. Resolució de les incidències, substitució immediata dels elements necessaris, restitució del ple funcionament del desfibril·lador i dels equips que conformen la instal·lació (vitrina, tòtem o columna) i de tots els seus components.
- Substitució d'equips: si un equip no es pot reparar "in situ", s'haurà de substituir per un altre de cortesia de característiques iguals o superiors sense cost addicional.
- Gestió de dades: revisió i rectificació i, en cas d'ús de l'aparell, descàrrega de l'episodi i tramesa de les dades a les autoritats sanitàries segons normativa. En cas que els equips siguin utilitzats, serà responsabilitat de l'adjudicatari comunicar-ho als serveis sanitaris i organismes competents, així com complimentar el registre i aportar les dades emmagatzemades a tots els equips, segons exigències legislatives actuals o futures.
- L'empresa adjudicatària tindrà l'obligació de guardar, fins a la finalització del contracte, totes les dades registrades amb la finalitat de garantir la traçabilitat de les activitats i actuacions.
- Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l'administració competent en matèria de salut.
- L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança per actes vandàlics o furt de l'aparell, així com un pòlissa de responsabilitat civil per a l'ús dels aparells desfibril·ladors. Inclosa assegurança de 1.500.000,00 euros de responsabilitat civil.

5.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS.

Condicció especial d'execució de caràcter mediambiental:

Utilització de maquinària, eines i elements auxiliars respectuosos amb el medi ambient, de menor consum energètic, produeixin una menor emissió de sorolls i productes contaminants, sempre per sota dels límits marcats per la normativa vigent.

6.- DURADA DEL CONTRACTE

La duració del contracte serà des de la signatura del contracte fins el 31 de desembre de 2026, amb possibles pròrrogues per a l'any 2027 i 2028.

7.- FORMA DE PAGAMENT

El pagament del contracte es realitzarà mitjançant facturació per lot, d'acord amb l'import total adjudicat. La facturació es durà a terme amb periodicitat anual, un cop rebuda la documentació de les actuacions.

8.- DOCUMENTACIÓ

Finalitzada la revisió de cada equip, l'empresa adjudicatària presentarà informe tècnic individualitzat per equip, amb el número de sèrie, ubicació, proves realitzades i resultat.

Després de cada ús l'adjudicatari haurà de fer una revisió, presentant igualment a l'entitat destinatària certificació del fabricant de l'aparell per efectuar el servei tècnic dels treballs efectuats.

Així mateix s'ha de deixar l'etiqueta d'inspecció visible enganxada a l'equip o vitrina amb la data de la darrera revisió i data de la propera.

Valero Jaria González

Subdirector General de Gestió Econòmica i Patrimoni