



**HOSPITAL UNIVERSITARI
DE MATARÓ**
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN VIDEODUENOSCOPI PER AL SERVEI D'APARELL DIGESTIU PER
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA DE L'HOSPITAL DE MATARÓ, PER ENCÀRREC DEL CONSORCI
SANITARI DEL MARESME.**

EXPEDIENT CSdM PN 10/26 ASS

IMP-SC-006



ÍNDEX

1.	INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME	3
2.	ANTECEDENTS	3
3.	OBJECTE	3
4.	PRESCRIPCIONS GENERALS	3
5.	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	4
5.1.	Videoduenoscopi TJF-Q190V	4
6.	SOFTWARE, CONNECTIVITAT.	5
7.	DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A ENTREGAR.....	5
8.	FORMACIÓ.....	5
9.	CONDICIONS DE GARANTIA I REPARACIONS	6
10.	COORDINACIO D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.....	6
ANNEX X. CRITERIS DE VALORACIÓ		¡Error! Marcador no definido.
AX.1. Criteris objectius (100 punts).....		¡Error! Marcador no definido.



1. INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

El Consorci Sanitari del Maresme, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Mataró.

L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de la comarca del Maresme i la seva àrea sanitària d'influència.

Són finalitats específiques del Consorci, l'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestació de serveis d'atenció primària de salut, la prestació de serveis de salut mental i la prestació de serveis d'atenció sociosanitària i social, la participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva, proporcionar serveis de rehabilitació, la docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

Es pot complementar la informació descrita en aquest plec des de la pàgina web del CSdM <http://www.csdm.cat>

2. ANTECEDENTS

El present document, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a desenvolupar per part de l'empresa adjudicatària per tal de que aquesta pugui presentar proposta tècnic-econòmica per la realització dels treballs encarregats.

3. OBJECTE

Constitueix l'objecte del present contracte la prestació del subministrament d'un videoduenoscopi per al Servei d'Aparell Digestiu, per endoscopia digestiva de l'Hospital de Mataró per encàrrec del Consorci Sanitari del Maresme, i que es detalla a continuació:

DESCRIPCIÓ ENDOSCOPS DEMANATS	Qt
Gastroscofis Terapèutic GIF-1TH190	1

4. PRESCRIPCIONS GENERALS

- L'equip a subministrar haurà de complir amb les especificacions, composició i característiques establertes com a mínimes en l'apartat 5 de característiques tècniques, així com a l'apartat 6
- El compromís i certificació de compliment de les especificacions descrites al present plec es realitzarà mitjançant document/certificat signat pel licitador.
- El licitador aportarà la documentació descriptiva de les característiques de l'equip ofert per tal de permetre una adequada valoració de l' oferta presentada. S'ha d'assenyalar en quina pàgina del document hi ha la informació tècnica sol·licitada en el plec
- S'exigirà la presentació de la certificació de Marcat CE de tots els elements d'aplicació i del conjunt del sistema.
- L'equipament ofert haurà de ser nou, no acceptant-se material de demostració o exposició.
- L'equipament haurà de ser actual, en plena vigència de catàleg i en garantia de subministrament de peces de recanvi i reparació per un període mínim de 10 anys.



- Un cop complerts tots els requisits d'aquest plec, i amb la satisfacció plena de l'equipament rebut, es signarà l'Acta de Recepció per part de l'empresa adjudicatària i el CSdM.

5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Els equips licitats seran 1 Videduenoscopi pel Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital de Mataró.

Serà imprescindible que els aparells oferts siguin plenament compatibles amb la base instal·lada en el Servei d'Aparell Digestiu del Hospital de la marca Olympus

Les següents característiques tècniques seran aspectes imprescindibles a complir per l'equipament ofert.

A continuació es passen a descriure els diferents elements que formaran les torres licitades i els endoscopis:

5.1. Videoduenoscopi TJF-Q190V

- Visió en NBI per ressaltar les estructures de la mucosa i els capil·lars, millorada amb el xip d'alta qualitat i amb més brillantor i contrast.
- Imatge escalada a HD a l'usar-se en CV / CLV-190
- Compatible amb les torres d'endoscòpia EXERA III d'Olympus i sistema de gestió d'imatges Endobase.
- Botoneres endoscopi programables per a diferents funcions (P. Ex. Botó programat per a la captura d'imatge i enviament a el sistema de documentació de l'servei d'endoscòpia).
- Els mànecs de disseny ergonòmic per millorar la manejabilitat de l'endoscopi, i els comandaments de fàcil accés i botons programables proporcionen un control precís
- Diàmetre canal de biòpsia o treball 4,2mm
- Disseny prim de el tub d'inserció 11,3 mm
- L'angulació en 4 direccions (120 ° cap amunt, 90° cap avall i 110° a la dreta i 90° esquerra) facilita una millor observació i acostament a la papil·la
- Totalment compatible amb el CV-190
- La funció "ID" guarda les dades de l'endoscopi en el xip de memòria integrada i la visualitza en el monitor, el que facilita la gestió dels endoscopis.
- Zoom electrònic fins 1,5x en combinació amb CV-190
- Sistema de fixació especial V System a l'ungla de l'extrem distal per als accessoris de ERCP. Facilita una fixació ràpida i segura de la guia amb el sistema dual a la punta distal.
- Que disposi de sistema de canul·lació millorat amb una imatge obliqua de 15° que permeti obtenir una imatge molt més gran, per obtenir millor panoràmica i canul·lar amb millor presició.
- Que disposi de HFT: High Force Transmission - permet a l'usuari poder manejar l'endoscopi i girar el mànec obtenint una transmissió de la força d'aquest a la punta distal en una proporció 1: 1, millorant així el maneig de l'endoscopi i facilitant la tècnica.
- Caputxó distal sol ús (MAJ-2315) per facilitar el procés de desinfecció / reprocessament de l'endoscopi durant el rentat manual.
- Accessori de rentat manual: el MAJ-2319 per reduir el nombre de passos per a rentar i assegura una distribució homogènia del detergent / solució desinfectant per tots els racons de la punta distal de l'endoscopi durant el rentat manual.



- Connector estanc per facilitar l'ús de l'endoscopi a la torre d'endoscòpia i reduir les reparacions ocasionades per immersions accidentals.

6. SOFTWARE, CONNECTIVITAT.

L'equipament subministrat haurà de complir els següents requisits:

- Els equips licitats hauran de ser plenament compatibles amb el software/gestió(Endobase) d'imatges existent actualment en el servei d'endoscòpia del Hospital de Mataró amb integració al HIS/PACS.
- S'haurà de poder realitzar la captació d'imatges en el sistema de documentació de l'Hospital (Endobase) a través del a botonera del endoscopi. Haurà de tenir traçabilitat automàtica pacient/nº de sèrie.

7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A ENTREGAR

Cal presentar la oferta de forma estructurada i breu, evitant informació comercial que no sigui imprescindible.

L'oferta haurà de contenir la següent informació en l'**INDEX següent**:

1. Annex OE degudament complimentat i signat
2. **Certificat de compliment** de les característiques del punt 5 i 6 del present plec.

S'entén per certificat un document únic signat i segellat per l'empresa manifestant el compliment.

ANNEXOS. Documentació vinculada a l'equipament (*documentació no sotmesa a paginació mínima*):

- a. Declaració de conformitat
- b. Marcatge CE

IMPORTANT:

- **No aportar el certificat de compliment de les característiques del punt 5 i 6 del plec, implicarà l'exclusió de la present licitació. Igualment, serà motiu d'exclusió la no presentació de la documentació tècnica que acrediti el compliment de totes les característiques d'obligat compliment enumerades i descrites a l'esmentat apartat.**

8. FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària oferirà un programa de formació adequat, immediatament després de la instal·lació i verificació del correcte funcionament de l'equip, dirigit al personal del Centre.

Un cop formalitzat el contracte, l'adjudicatari realitzarà una presentació de la formació prevista a les persones que el CSdM designi, les quals analitzaran la idoneïtat del contingut per a les necessitats del



centre i realitzaran les modificacions necessàries, establint els requisits mínims que ha de complir la formació.

S'ha de verificar per part del personal del CSdM el compliment dels requisits de formació. En el cas que s'entengui que no es compleixen els requisits mínims, el CSdM podrà sol·licitar a l'adjudicatari que realitzi de nou la formació.

El programa de formació comprendrà una complerta formació en el maneig de l'equip, per la seva òptima utilització, tant des del punt de vista operatiu com funcional i comprendrà com a mínim el següent:

- Formació de maneig de l'equip
- La formació donarà cobertura a tot el personal que l'hagi d'utilitzar. Per unitats i torns, s'ajustarà al horari dels diferents torns.
- La formació haurà de realitzar-se per personal qualificat.

No es considera que l'equip hagi estat subministrat de manera efectiva fins que no s'hagi rebut aquesta formació per part del personal del CSdM.

El licitador presentarà en l'oferta el pla de formació on es detallarà:

9. CONDICIONS DE GARANTIA I REPARACIONS

Serà d'obligat compliment, per part dels licitadors, la inclusió d'un contracte de garantia sobre la totalitat del equipament objecte d'aquest contracte al annex corresponent de la oferta tècnica.

Les condicions de la garantia sobre la totalitat de l'equipament objecte d'aquest contracte, i de tots els seus components, accessoris i instal·lacions, seran establertes per la legislació vigent que sigui d'aplicació.

El termini de garantia sobre la totalitat de l'equipament objecte d'aquest contracte, i de tots els seus components, accessoris i instal·lacions serà especificada per l'adjudicatari en la seva oferta.

Durant el termini de garantia l'empresa adjudicatària realitzarà sobre la totalitat de l'equipament, i de tots els seus components i accessoris.

L'oferta del licitador inclourà el cobriment de la totalitat de les reparacions Full Risk del equipament ofert per 2 anys, que inclourà el préstec del equipament en cas de reparació d'aquest.

10. COORDINACIO D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Prèviament a qualsevol intervenció a les instal·lacions del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), haurà d'actualitzar la documentació de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials a la plataforma que el CSdM disposa per aquesta gestió:
<https://www.gestion.iedoce.com>

Per a poder donar d'alta la seva empresa o per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb:

Servei de Prevenció de Riscos Laborals



**HOSPITAL UNIVERSITARI
DE MATARÓ**
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: SUBMINISTRAMENT DE
VIDEODUENOSCOPI PER AL SERVEI D'APARELL DIGESTIU PER
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA DE L'HOSPITAL DE MATARÓ, PER
ENCÀRREC DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME.

Núm. Expedient: CSdM PN 10/26 ASS

Consorti Sanitari del Maresme

Telèfon: 93.741.77.88.

coordactivitatem@csdm.cat

En cas d'haver perdut o no recordar la vostra contrasenya, podeu sol·licitar una actualització enviant un correu a coordactivitatem@csdm.cat.