

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
CÀNULES, TUBS I ACCESSORIS PER A VENTILACIÓ
PULMONAR – COMPLEMENTARI III

CS/CC00/1101468768/26/PS



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 1 de 37

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 3 de 37

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de cànules, tubs i accessoris per a ventilació pulmonar, complementaria segona, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - **Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Per a aquesta licitació no s'especifiquen requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**.

Exemple: D2-Resum.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**, detallats en aquest document, punt 2.3.

Exemple: D3-Requeriment.xls o .xlsx

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

Detallats al document "*ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració*", del plec administratiu, "*Plantilla Puntuació PCAP*".

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document "*Annex D4 - Guia per emplenar annex*"

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data. ANNEX D5**, del codi de material ofert.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.



Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un



contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.



4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. És una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- PO10-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de



preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)



- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	



Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 13 de 37

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.



4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**



4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.







4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	



NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

	Doc. original signat per: Olga Santamaria Herrero 14/05/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	Data creació còpia: 28/05/2026 12:47:53 Pàgina 18 de 37
	CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W		

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX D2 -Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D4 -Guia per emplenar annex
- ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
- ANNEX D5-Product data material ofert



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 19 de 37

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 20 de 37

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101468768/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicó lot
1	Complements i altre material per a ventilació pulmonar	No Obligatori
2	Fundes per a pales de videolaringoscopi	Obligatori
3	Cànula de plata per a traqueostomia	Obligatori
4	Cànula de plata fenestrada per a traqueostomia	Obligatori
5	Cànula de plata per a laringectomia	Obligatori

ANNEX A - Característiques licitació (descrip lots i lots oblig)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 21 de 37

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 22 de 37



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46489250V

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.04.2026
HORA: 09:45:31
PÀGINA: 1 / 6

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30002068

Descripció llarga:

Cànula laringectomia de plata N07, 2 peces. Peça exterior: D.E. 13mm, long 60mm, Ø llum 12mm. Peça interior: D.E. 12mm, long 60mm, Ø llum 11mm. Plata 930 mil·lèsimes. No estèril.

Descripció tècnica:

Cànula laringectomia de plata, mida: N 07, 2 peces. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, conformat de forma anatòmica diàmetre exterior 13mm i 60mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 12mm. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, conformat diàmetre exterior 12mm i 60mm de longitud, extrem atraumàtic; diàmetre llum del tub 11mm. Títol de la plata 930 mil·lèsimes.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30002069

Descripció llarga:

Cànula laringectomia de plata N08, 2 peces. Peça exterior: D.E. 14mm, long 60mm, Ø llum 13mm. Peça interior: D.E. 13mm, long 60mm, Ø llum 12mm. Plata 930 mil·lèsimes.

Descripció tècnica:

Cànula laringectomia de plata, mida: N 08, 2 peces. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, conformat de forma anatòmica diàmetre exterior 14mm i 60mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 13mm. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, conformat diàmetre exterior 13mm i 60mm de longitud, extrem atraumàtic; diàmetre llum del tub 12mm. Títol de la plata 930 mil·lèsimes.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30002070

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N03, 3 peces. Peça exterior: D.E. 9mm, long 65mm, Ø llum 8mm. Peça interior: D.E. 8mm, long 65mm, Ø llum 7mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, mida: N 03, 3 peces. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, conformat de forma anatòmica diàmetre exterior 9mm i 65mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 8mm. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, conformat diàmetre exterior 8mm i 65mm de longitud, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 7mm. Títol de la plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb de llautó platejat acabat en punta roma.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30002071

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N05, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 11mm, long 72mm, Ø llum 10mm. Peça interior: D.E. 10mm, long 72mm, Ø llum 9mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma. No estèril.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, mida: N 05, 3 peces, fenestrada. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, conformat de forma anatòmica diàmetre exterior 11mm i 72mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 10mm, fenestrada amb 10 forats. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, conformat diàmetre exterior 10mm i 72mm de longitud, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 9mm, fenestrada amb 10 forats. Títol de la plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb de llautó platejat acabat en punta roma. No estèril.



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 23 de 37



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46489250V

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.04.2026
HORA: 09:45:31
PÀGINA: 2 / 6

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30002739

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N05, 3 peces. Peça exterior: D.E. 11mm, long 72mm, Ø llum 10mm. Peça interior: D.E. 10mm, long 72mm, Ø llum 9mm. Plat 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, mida: N 05, 3 peces. Peça exterior: tub d e plata sense soldadura, corb, conificat de forma anatòmica diàmetre exterior 11mm i 72mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajust a ble al coll; diàmetre llum del tub 10mm. Peça interior: tub de plata s ense soldadura, corb, conificat diàmetre exterior 10mm i 72mm de longitu d, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 9mm. Títol de la pla ta 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb de llautó platejat acabat en punta roma.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30002740

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N04, 3 peces. Peça exterior: D.E. 10mm, long 68mm, Ø llum 9mm. Peça interior: D.E. 9mm, long 68mm, Ø l lum 8mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, mida: N 04, 3 peces. Peça exterior: tub d e plata sense soldadura, corb, conificat de forma anatòmica diàmetre exterior 10mm i 68mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajust a ble al coll; diàmetre llum del tub 9mm. Peça interior: tub de plata se nse soldadura, corb, conificat diàmetre exterior 9mm i 68mm de longitud, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 8mm. Títol de la plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb de ll autó platejat acabat en punta roma.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30002741

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N06, 3 peces. Peça exterior: D.E. 12mm, long 75mm, Ø llum 11mm. Peça interior: D.E. 11mm, long 75mm, Ø llum 10mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, mida: N 06, 3 peces. Peça exterior: tub d e plata sense soldadura, corb, conificat de forma anatòmica diàmetre exterior 12mm i 75mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajust a ble al coll; diàmetre llum del tub 11mm. Peça interior: tub de plata s ense soldadura, corb, conificat diàmetre exterior 11mm i 75mm de longitu d, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 10mm. Títol de la pl ata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb d e llautó platejat acabat en punta roma.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30002743

Descripció llarga:

Cànula laringectomia de plata N06, 2 peces. Peça exterior: D.E. 12mm, long 60mm, Ø llum 11mm. Peça interior: D.E. 11mm, long 60mm, Ø llum 10mm. Plata 930 mil·lèsimes.

Descripció tècnica:

Cànula laringectomia de plata, mida: N 06, 2 peces. Peça exterior: tub d e plata sense soldadura, corb, conificat de forma anatòmica diàmetre exterior 12mm i 60mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajust a ble al coll; diàmetre llum del tub 11mm. Peça interior: tub de plata s en se soldadura, corb, conificat diàmetre exterior 11mm i 60mm de longit ud, extrem atraumàtic; diàmetre llum del tub 10mm. Títol de la plata 93 0 mil·lèsimes.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 24 de 37



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46489250V

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.04.2026
HORA: 09:45:31
PÀGINA: 3 / 6

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30003428

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N04, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 10mm, long 68mm, Ø llum 9mm. Peça interior: D. E. 9mm, long 68mm, Ø llum 8mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, mida: N 04, 3 peces, fenestrada. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, conificat de forma anatòmica diàmetre exterior 10mm i 68mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 9mm, fenestrada amb 10 forats. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, conificat diàmetre exterior 9mm i 68mm de longitud, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 8mm, fenestrada amb 10 forats. Títol de la plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb de llautó platejat acabat en punta roma.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30003429

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N06, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 12mm, long 75mm, Ø llum 11mm. Peça interior: D. E. 11mm, long 75mm, Ø llum 10mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, mida: N 06, 3 peces, fenestrada. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, conificat de forma anatòmica diàmetre exterior 12mm i 75mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 11mm, fenestrada amb 10 forats. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, conificat diàmetre exterior 11mm i 75mm de longitud, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 10mm, fenestrada amb 10 forats. Títol de la plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb de llautó platejat acabat en punta roma.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30003430

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N06, 3 peces, llarg especial. Peça exterior: D.E. 12mm, long 103mm, Ø llum 11mm. Peça interior: D.E. 11mm, long 103mm, Ø llum 10mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, llarg especial, mida: N 06, 3 peces. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, conificat de forma anatòmica diàmetre exterior 12mm i 103mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 11mm. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, conificat diàmetre exterior 11mm i 103mm de longitud, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 10mm. Títol de la plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb de llautó platejat acabat en punta roma.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30003431

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N07, 3 peces. Peça exterior: D.E. 13mm, long 80mm, Ø llum 12mm. Peça interior: D.E. 12mm, long 80mm, Ø llum 11mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, mida: N 07, 3 peces. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, conificat de forma anatòmica diàmetre exterior 13mm i 80mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 12mm. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, conificat diàmetre exterior 12mm i 80mm de longitud, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 11mm. Títol de la plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb de llautó platejat acabat en punta roma.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 25 de 37



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46489250V

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.04.2026
HORA: 09:45:31
PÀGINA: 4 / 6

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30005187

Descripció llarga:

Cànula de traqueostomia, una sola peça de silicona retallable, sense baló, mida de: N08 D.I. 11,5 (+/-0,4)mm, D.E. 14,5 (+/-0,4)mm, L 63 (+/-3)mm. Lliure de làtex i ftalats, no estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Cànula de traqueostomia, una sola peça de silicona retallable, sense baló, mida de: N08 D.I. 11,5 (+/-0,4)mm, D.E. 14,5 (+/-0,4)mm, L 63 (+/-3)mm. Lliure de làtex i ftalats, no estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30005499

Descripció llarga:

Tap de silicona per a cànula interna de traqueostomia de plata N 06. No estèril. Lliure de làtex.

Descripció tècnica:

Tap de silicona per a cànula interna de traqueostomia de plata N 06. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30008174

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia fonatòria de plata N05, 2 peces, fenestrada multiorifici. Peça exterior: D.E. 11mm, long 72mm, Ø llum 10mm. Peça interior: D.E. 10mm long, 72mm, Ø llum 9mm. Plata 925 mil·lèsimes. Vàlvula i cadena de plata soldada al tub. No estèril.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia fonatòria de plata, mida: N 05, 2 peces, fenestrada. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, coníficat de forma anatòmica diàmetre exterior 11mm i 72mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 10mm, fenestrada multiorifici. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, coníficat diàmetre exterior 10mm i 72mm de longitud, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 9mm, fenestrada multiorifici. Títol de la plata 925 mil·lèsimes. La peça interna amb una placa amb forat central amb vàlvula i cadena de plata soldada al tub. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30010065

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia fonatòria de plata N03, 2 peces, fenestrada multiorifici. Peça exterior: D.E. 9mm, long 65mm, Ø llum 8mm. Peça interior: D.E. 8mm long, 65mm, Ø llum 7mm. Plata 925 mil·lèsimes. Vàlvula i cadena de plata soldada al tub. No estèril.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia fonatòria de plata, mida: N 03, 2 peces, fenestrada. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, coníficat de forma anatòmica diàmetre exterior 9mm i 65mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 8mm, fenestrada multiorifici. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, coníficat diàmetre exterior 8mm i 65mm de longitud, extrem distal atraumàtic; diàmetre llum del tub 7mm, fenestrada multiorifici. Títol de la plata 925 mil·lèsimes. La peça interna amb una placa amb forat central amb vàlvula i cadena de plata soldada al tub. No estèril.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 26 de 37



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46489250V

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.04.2026
HORA: 09:45:31
PÀGINA: 5 / 6

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30012118

Descripció llarga:

Cànula d'intubació fibroscòpica tipus VAMA de plàstic, mida única, forma anatòmica, amb marca làser per guiar fibroscopi, obertura lliscant, per a tubs endotraqueals fins a 8mm de diàmetre, sense làtex, no estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Cànula d'intubació fibroscòpica tipus VAMA de plàstic, mida única, forma anatòmica, amb marca làser per guiar fibroscopi, obertura lliscant, per a tubs endotraqueals fins a 8mm de diàmetre, volum de la cànula de 10cm³, volum de la tapa 1,9cm³, sense làtex, no estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30042892

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata llarg especial, N06, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 12mm, long 103mm, Ø llum 11mm. Peça interior: D.E.11mm, long 103mm, Ø llum 10mm. Plata 930 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

Descripció tècnica:

Cànula traqueostomia de plata, llarg especial, mida: N 06, 3 peces, fenestrada. Peça exterior: tub de plata sense soldadura, corb, conifcat de forma anatòmica diàmetre exterior 12mm i 103mm de longitud, extrem atraumàtic i placa inserida ajustable al coll; diàmetre llum del tub 11mm, fenestrada amb 10 forats. Peça interior: tub de plata sense soldadura, corb, conifcat diàmetre exterior 11mm i 103mm de longitud, extrem distal a traumàtic; diàmetre llum del tub 10mm, fenestrada amb 10 forats. Títol de la plata 930 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador format per un tub corb de llautó platejat acabat en punta roma. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30052750

Descripció llarga:

Pala de video-laringoscop tipus DÖRGES per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Pala de video-laringoscop tipus DÖRGES per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30053903

Descripció llarga:

Pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 3 per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 3 per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30053904

Descripció llarga:

Pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 4 per a intubació difícil. Compatible amb #monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 27 de 37



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46489250V

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.04.2026
HORA: 09:45:31
PÀGINA: 6 / 6

Descripció tècnica:

Pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 4 per a intubació difícil . Compatible amb #monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de 1 àtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30054431

Descripció llarga:

Pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 1 per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Ll iure de làtex, estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 1 per a intubació difícil. C ompatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làte x, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101468768 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30054432

Descripció llarga:

Pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 0 per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Ll iure de làtex, estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 0 per a intubació difícil. C ompatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làte x, estèril, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 28 de 37

ANNEX D2

Lista resum de referències dels productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 29 de 37

Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació	
Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació	
Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada codi nacional ofert a la licitació	
Lot	Informar el NOM de l'empresa.
Codi agrupador	Informar el codi agrupador que es licita.
Codi SAP	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada SEMPRE caldrà completar-la manualment, ja que no correspondria al GTIN/EAN de la referència detall de l'oferta econòmica
Referència proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Referència distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES (continuació)	
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 30 de 37

Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Pels codis agrupadors hi ha camps que cal completar **OBLIGATORIAMENT** i en els que s'ha d'informar la dada que es demana de les referències DETALL presentades al codi agrupador al qual es licita.

DADES OBLIGATÒRIES per a codis agrupadors

<i>DADES DEL LICITADOR: IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA</i>		
NIF	Informar el NIF del proveïdor	Obligatori
Nom	Informar el NOM de l'empresa	Obligatori
<i>DADES RESUM TÈCNiques</i>		
Lot	Informar el Lot al qual es licita	Obligatori
Codi Agrupador	Informar el codi agrupador al qual es licita	Obligatori
Codi Sap	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment	OPCIONAL
Tipus oferta		Obligatori
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta	Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 31 de 37

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 33 de 37

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 34 de 37

2. **Pestanya lot i/o lots**

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. **Dades NO modificables de la pestanya lot x**

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x**

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	----------------------------------------------------	------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcte.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situat entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1			Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva			Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situat entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1			
			10 punts	3 punts	5 punts	3 punts	3 punts	5 punts	3 punts	3 punts	5 punts	
			SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpirable,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cost,zona crítica.Mida M,llarg 135cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,10s.	No										
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpirable,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cost,zona crítica.Mida L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,10s.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 35 de 37

En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la pestanya del lot de l'Excel.

Exemple: (només es deixen els lots que tenen oferta)

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com.
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
30030410	Emulsió amb àcid

Proveïdor LOT 27 **LOT 28**

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 36 de 37

ANNEX D5 – Fitxa pròpia del producte Product Data



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AAY6N9CD7EHOWFUNU9961NNKENRXW8W

Data creació còpia:
28/05/2026 12:47:53

Pàgina 37 de 37