

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX 5 - Cessió d'equipaments i dipòsits de material

Les empreses adjudicatàries hauran de cedir sense cap cost econòmic els dispensadors necessaris per a la implantació del seus guants als nostres centres .

L'adjudicatari del Lot 2 - Guants de nitril per a cures, sense pols, no estèril, varies mides, haurà de cedir sense cap cost econòmic, els dispensadors corresponents amb el codi Sap:

A títol orientatiu, la quantitat anual de dispensadors es de 300 unitats.

Els adjudicataris garantiran l'existència en cada centre del material suficient en funció de les seves necessitats. En qualsevol cas, ha d'assegurar l'aportació i /o reposició del material en un temps inferior a les 24 hores.

Característiques tècniques mínimes requerides del dispensador mural per a caixes de guants d'un sol ús, en règim de cessió, pel LOT 2:

- Dispensador mural per a l'emmagatzematge i dispensació de guants d'un sol ús en caixa dispensadora.
- Capacitat mínima per a 3 caixes de guants estàndard de 100 unitats cadascuna.
- Fabricat en acer o material metàl·lic d'alta resistència, amb gruix mínim d'1,2 mm o equivalent.
- Acabat resistent a la corrosió i adequat per a entorns sanitaris.
- Instal·lació en paret amb possibilitat de muntatge vertical o horitzontal.
- Sistema de fixació mitjançant cargols i tacs o sistema equivalent, inclòs amb el subministrament.
- Disseny que permeti la reposició ràpida de les caixes i l'extracció dels guants sense necessitat de retirar el dispensador de la paret.
- Compatible amb caixes dispensadores estàndard de guants d'un sol ús, de diferents talles.
- Sense arestes tallants ni elements que puguin provocar lesions als usuaris.

Dimensions orientatives:

- Amplada aproximada: 400 mm.
- Alçada aproximada: 267 mm.
- Fons màxim: 85 mm.

Compatibilitat:

El dispensador haurà de ser compatible amb caixes dispensadores de guants d'un sol ús de dimensions aproximades 240 x 130 x 80 mm o equivalents, incloses les utilitzades habitualment pel centre. El licitador haurà d'acreditar la compatibilitat mitjançant fitxa tècnica o declaració del fabricant.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
11/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZBPSFUW34BABPSEUPZE1GBIFMGH7FW

Data creació còpia:
11/06/2026 12:30:04

Pàgina 1 de 1