

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL**

**CS/AH02/1101473017/26/AMUP**

Subministrament d'implants a mida per a cirurgia  
maxil·lofacial i cranial per a l'Hospital Universitari de  
Bellvitge



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 1 de 35

## INDEX

1. Objecte de la contractació
2. Òrgan de contractació
3. Estructura del procediment
4. Especificacions tècniques generals
  - 4.1. Garanties d'identificació
  - 4.2. Descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen
5. Normativa aplicable
6. Cessió d'equipament
7. Gestor de les incidències en compres
8. Requeriment addicionals obligatoris
  - 8.1. Prevenció de riscos laboral
  - 8.2. Formació
  - 8.3. Manual d'usuari
9. Oferta tècnica
  - 9.1. Model d'oferta tècnica
    - 9.1.1. Documentació a presentar
    - 9.1.2. Fitxa pròpia del producte: Product Data
  - 9.2. Atributs logístics
  - 9.3. Presentació de mostres
  - 9.4. Tècnics
  - 9.5. Documentació confidencial
10. Oferta econòmica
  - 10.1. Preus de licitació
  - 10.2. Model d'oferta econòmica
11. Adjudicació
  - 11.1. Caràcter general
12. Facturació electrònica
  - 12.1. Caràcter general
13. Condicions logístiques i de subministrament
  - 13.1. Condicions de subministrament
  - 13.2. Garanties de subministrament
  - 13.3. Termini de lliurament
  - 13.4. Unitats mínimes de comanda
  - 13.5. Lloc, condicions de lliurament i albarans
  - 13.6. Condicions d'embalatge
  - 13.7. L'albarà
  - 13.8. Sistema EDI
  - 13.9. Recepció de mercaderies
    - 13.9.1. Motius pels quals es rebutja una mercaderia
14. Execució del contracte





*CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017*

ANNEXOS

ANNEX A: Pla de necessitats

ANNEX B: Fitxa tècnica individual del producte  
- **B1.** Fitxa tècnica pròpia del producte. Product Data

ANNEX C: Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica

ANNEX D: Descripció Tècnica



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 3 de 35



CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

### 1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del Subministrament d'implants a mida per a cirurgia maxil·lofacial i cranial per a l'Hospital Universitari de Bellvitge

A l'ANNEX A – Pla de necessitats s'hi relacionen per material, els consums previstos i que han estat extrets a partir dels nostres consums històrics. Aquesta previsió podrà ser modificada a l'alça o a la baixa en funció de l'activitat assistencial dels centres. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

Els contractes que es derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu.

### 2. Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és l'Hospital Universitari de Bellvitge.

### 3. Estructura del procediment

En aquesta licitació els codis són codis individuals.

Els licitadors només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

No s'admeten ofertes variants.

La forma en què s'han de presentar les ofertes tècniques i econòmiques es descriu, respectivament, en les clàusules 9 i 10 d'aquest Plec.

Es obligatori presentar oferta a tots els articles que conformen cada lot.

### 4. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques mínimes, d'obligatori compliment, dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten a continuació:

#### LOT 1. Ortognàtica:

Tractament mitjançant cirurgia personalitzada dels pacients amb deformitats dentofacials.

- Producte personalitzat no implantable:
  - Composició: poliamides, acrílics, titani
  - Material esterilitzables mitjançant algun dels següents processos:
    - Alta temperatura: Autoclau vapor 134 °C
    - Baixa temperatura: Sterrad – gas plasma H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 55 °C



- Tipus:
  - Models bioanatòmics estereolitogràfics del defecte receptor i, quan escaigui, de l'os donant.
  - Fèrules quirúrgiques personalitzades (intermèdies, finals o úniques), fabricades amb material biocompatible, amb reforç metàl·lic i perforacions per a fixació mitjançant filferro.
  - Guies quirúrgiques de tall, marcatge, trepant i posicionament, dentosoportades quan escaigui, per a maxil·lar, mandíbula, mentó i estructures facials associades.
  - Posicionadors condilars.
- Producte personalitzat implantable:
  - Sistemes d'osteosíntesi a mida per a cirurgia ortognàtica (maxil·lar, mandíbula i mentó), consistents en plaques, miniplaques i malles fabricades en titani sinteritzat làser.
  - Implants a mida per al contorn facial (malar, mentó o angle mandibular), fabricats en PEEK, amb finalitat estètica i de volum, no funcional ni oclusal.
  - Elements de fixació compatibles (cargols autorroscants o autoperforants).

El subministrament inclou la planificació quirúrgica virtual personalitzada necessària per al disseny dels productes quan escaigui.

LOT 2. Reconstrucció

Tractament mitjançant cirurgia personalitzada dels pacients amb defectes maxil·lofacials.

- Producte personalitzat no implantable:
  - Composició: poliamides, acrílics, titani
  - Material esterilitzable mitjançant algun dels següents processos:
    - Alta temperatura: Autoclau – VAPOR 134º
    - Baixa temperatura: Sterrad – GAS PLASMA H2O2 55º
  - Tipus:
    - Models bioanatòmics (estereolitogràfics).
    - Guies de tall de resecció: maxil·lar i mandíbula.
    - Guies de tall d'empelt donant (peroné, cresta il·líaca, escàpula), amb possibilitat d'incorporar guies de col·locació d'implants dentals.
- Producte personalitzat implantable:
  - Sistemes d'osteosíntesi a mida maxil·lar superior fabricats en titani sinteritzat làser.



- Sistemes d'osteosíntesi a mida per mandíbula fabricats en titani sinteritzat làser.
- Pròtesi a mida per contorn facial fabricat en PEEK.
- Elements de fixació compatibles amb els implants subministrats, incloent cargols autorroscants o autoporforants de diferents diàmetres.

LOT 3. Trauma

Tractament mitjançant cirurgia personalitzada dels pacients amb traumatismes complexos i defectes orbitaris.

- Producte personalitzat no implantable:
  - Composició: poliamides, acrílics, titani
  - Material esterilitzable mitjançant algun dels següents processos:
    - Alta temperatura: Autoclau – VAPOR 134º
    - Baixa temperatura: Sterrad – GAS PLASMA H2O2 55º
  - Tipus:
    - Models bioanatòmics (estereolitogràfics).
    - Fèrules intermaxil·lars de reposicionament oclusal.
    - Guia de posicionament de material implantable personalitzat (guies de marcatge i trepant).
- Producte personalitzat implantable:
  - Sistemes d'osteosíntesi a mida: plaques, miniplaques i malles fabricats en titani sinteritzat làser.
  - Implants orbitaris fabricats en titani sinteritzat làser per a reconstrucció de parets orbitaries.
  - Pròtesis a mida per contorn facial fabricats en PEEK.

LOT 4. ATM (Articulació Temporomandibular):

Tractament mitjançant cirurgia personalitzada dels pacients amb deformitats de l'articulació temporomandibular mitjançant pròtesis articular a mida que inclogui un component mandibular i un component de fossa glenoidea.

- Producte personalitzat no implantable:
  - Composició: poliamides, acrílics, titani
  - Material esterilitzable mitjançant algun dels següents processos:
    - Alta temperatura: Autoclau – VAPOR 134º
    - Baixa temperatura: Sterrad – GAS PLASMA H2O2 55º



- Tipus:
  - Models bioanatómics (estereolitogràfics).
  - Guies de tall.
  - Guia de modelatge.
  - Guia de posicionament de material personalitzat (guies de marcatge i trepant).
- Producte personalitzat implantable:
  - Cavilat glenoidea (fossa) fabricada en polietilè d'alt pes molecular.
  - Component de branca mandibular: el cap condilar fabricat en titani sinteritzat làser i el cos mandibular amb recobriment d'aliatge de titani sinteritzat làser, que pot variar en grandària permetent una reconstrucció mandibular (branca estesa).

Les descripcions dels productes que inclouen els diferents lots, així com els preus de licitació per article i la seva codificació es troba detallada en l'annex 4 – model oferta econòmica.

LOT 5. Craniofacial:

Aquest lot inclou el subministrament d'implants personalitzables amb un encaix perfecte en els diferents defectes anatòmics.

Al ser implants a mida, els licitadors han de seguir i complir el protocol següent:

- El diagnòstic el realitzarà el personal facultatiu del servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge, així com també la prescripció de l'implant a mida.
- El circuit s'iniciarà amb l'importació de les imatges radiològiques obtingudes del pacient i emmagatzemades en el PACS de l'hospital a un Servidor Central (iPlanNet). En aquest servidor s'allotja el programari de diagnòstic que permet al radiòleg i cirurgià realitzar un diagnòstic precís que serà arxivat en un fitxer (STL/DICOM). Aquest fitxer es farà arribar al proveïdor adjudicat d'aquest lot.
- L'adjudicatari, haurà de processar les imatges que seran seleccionades i fusionades per a la seva utilització en el procés de disseny i producció de les cal·lotes cranials realitzades a mesura i que seran utilitzades en la realització de la cirurgia personalitzada.
- Els implants personalitzats es fabricaran mitjançant impressió 3D en material de polyether ether ketone (PEEK), fabricació additiva i per fresat.

LOT 6. Preprotèsic:

Implants temporals o auxiliars destinats a la fase preprotèsica, amb funció de suport, estabilització o preparació de l'escenari quirúrgic.

Tipus:

- Implants preprotèsics a mida per a 1 quadrant.
- Implants preprotèsics a mida per a 2 quadrants.





**CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017**

Composició:

- Polímers d'ús mèdic (principalment poliamida)
- Elements de fixació associats (cargols autorroscants  $\varnothing$  2,0 mm)
- Guies quirúrgiques associades de poliamida o titani

Característiques:

- Dissenyats a partir d'imatge mèdica del pacient
- Fabricats a mida pacient
- Funció preparatòria, no reconstructiva definitiva
- No substitueixen la funció anatòmica final

Aquests implants i elements associats formen part del tractament preprotèsic, i poden ser retirats o substituïts en fases posteriors del tractament quirúrgic i protètic.

Més informació referent a descripció tècnica dels materials licitats a l'**ANNEX D - Descripció tècnica**.

Totes les descripcions tècniques recollides a l'**ANNEX D – Descripció tècnica**, incloses les relatives a les especificitats de les plaques i cargols (quantitats, diàmetres, formes, etc.), són d'obligat compliment.

#### **4.1. Garanties d'identificació dels materials**

Per identificar la qualitat i condicions de cada producte, el licitador haurà d'informar les característiques que es sol·liciten a la fitxa tècnica descrita a l'**ANNEX B – fitxa tècnica individual del producte**, de tots els productes presentats.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques o en els atributs logístics.

Les modificacions s'han d'informar immediatament a la Gerència de Compres, a través del Gestor d'incidències en compres, veure l'apartat 7 d'aquest Plec.

#### **4.2 Descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen**

- Les quantitats que figuren al present expedient son merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de

8 / 35



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 8 de 35



CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

#### 5. Normativa aplicable

Els productes objecte del contracte hauran de complir, en tot moment, la normativa espanyola i europea vigent en matèria de qualitat, seguretat, traçabilitat, etiquetatge i documentació tècnica aplicable als productes sanitaris. En particular, els implants hauran d'estar fabricats d'acord amb el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als productes sanitaris (MDR).

Els productes subministrats podran tenir la consideració de:

- Productes sanitaris implantables amb marcatge CE, inclosos els implants adaptats a l'anatomia del pacient (patient matched o patient specific), o bé
- Productes sanitaris implantables fets a mida, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2017/745.

L'empresa licitadora podrà actuar com a fabricant o com a distribuïdor dels productes.

A aquests efectes, haurà d'acreditar, mitjançant la documentació tècnica corresponent:

1. En el cas de productes amb marcatge CE, s'haurà d'acreditar el corresponent certificat de marcatge CE conforme al Reglament (UE) 2017/745.
2. En el cas de productes sanitaris implantables fets a mida:
  - L'empresa licitadora haurà d'acreditar que el fabricant disposa d'un sistema de gestió de la qualitat conforme a la norma UNE EN ISO 13485 o equivalent, amb un abast que inclogui productes sanitaris implantables i, específicament, productes a mida, patient-matched o adaptables.
  - Aquesta acreditació es podrà realitzar mitjançant la presentació del certificat ISO 13485 o equivalent del fabricant, en el qual consti expressament l'abast aplicable als productes objecte del contracte.

La fabricació dels implants s'haurà de realitzar d'acord amb els estàndards de qualitat exigits per la normativa vigent en cada moment.



## 6. Material complementari

En cas que sigui necessari, les empreses adjudicatàries hauran de cedir sense cap cost econòmic l'instrumental per a la implantació d'aquest material als nostres centres.

## 7. El Gestor de les incidències en compres

Les incidències que en relació amb els materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la unitat de compres mitjançant el següent correu electrònic: [compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)

## 8. Requeriments addicionals obligatoris

### 8.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

### 8.2. Formació

Les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si al centre destinatari li és necessari.

### 8.3. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat que les requereixi, preferiblement en català, i si no és possible en castellà.

## 9. Oferta tècnica

Els models d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'haurà de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques, essent l'única documentació tècnica que s'ha d'aportar. No cal presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

Aquesta informació haurà d'estar redactada en català i/o castellà.

### 9.1. Model d'oferta tècnica

#### 9.1.1. Documentació tècnica a presentar

La documentació tècnica a presentar és la següent:

- **Fitxa tècnica individual** del producte, **ANNEX B – Model de fitxa tècnica individual**

En aquest annex es descriuen tots els camps de la fitxa tècnica i la descripció de cada un d'ells



Denominació dels fitxers de les fitxes tècniques

- **Fitxa tècnica individual**

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent:

**Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xls*

*Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

**9.1.2. Fitxa pròpia del producte: Product Data**

La documentació tècnica pròpia del producte (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten. Aquesta carpeta s'ha d'anomenar:

**XXXXXXX**

*Exemple:*

Cada fitxa presentada, s'ha d'anomenar:

**PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: PD-Lot1-30000001.xls*

*Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587*

**És obligatori**, quan així procedeixi, presentar les fitxes de dades de seguretat dels productes.

**9.2. Atributs logístics**

Les empreses adjudicatàries hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'adjudicatari, ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa





**CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017**

- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Hi ha un termini de 30 dies des de la data de la resolució d'adjudicació per incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

### 9.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació d'ofertes. En cas que es requereixin, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres, la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Hospital de Bellvitge es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excident ho haurà d'indicar per escrit a la Unitat de compres en el moment de lliurament.

Totes dels despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 9.4. Tècnics

Durant la tramitació de l'expedient, els operadors econòmics només podran tenir relació amb el personal tècnic designat en l'expedient, a petició d'aquests últims.

### 9.5. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.





CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

## 10. Oferta econòmica

### 10.1. Preus de licitació

Els preus unitaris de licitació per a cada article són els preus que figuren en l'ANNEX C – Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en l'ANNEX C – Model d'oferta econòmica.

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

Les ofertes no podran superar el nombre de 6 decimals. En cas de superar-lo tampoc podran ser considerades en la fase de ponderació.

### 10.2. Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s'adjunta com a ANNEX C – Model d'oferta econòmica – Guia, d'aquest plec de prescripcions tècniques.

## 11. Adjudicació

### 11.1. Caràcter general

L'adjudicació s'efectuarà per article, és a dir, de forma individual, recaient l'adjudicació de cadascun dels articles en un únic codi SAP i en un únic proveïdor.

## 12. Facturació electrònica

### 12.1. Caràcter general

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

- Format *facturae*
- Format *EDIFACT*

En cas de voler utilitzar *EDIFACT*, abans de començar a enviar les factures, el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut.

L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb altres administracions, tal com es descriu al Servei **eFact** del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).





**CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017**

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, poden accedir a :

<http://www.gencat.cat/ics/proveïdors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a :

[atenciocreditors.ics@gencat.cat](mailto:atenciocreditors.ics@gencat.cat)

Hi ha establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb:

- Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut
- Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

[registre.efact.ics@gencat.cat](mailto:registre.efact.ics@gencat.cat)

### 13. Condicions logístiques i de subministrament

#### 13.1. Condicions de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si l'adjudicatari té materials en dipòsits en els centres, haurà de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

#### 13.2. Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment del material al nostre centre hospitalari.

En cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà de notificar a la unitat de compres via correu electrònic ([compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)) o telèfon (93.260.77.57) on s'indicaran els trencaments d'estocs (ex. amb alternativa, sense alternativa, etc.)

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 13.3. Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material al lloc de lliurament i dins l'horari establert a l'apartat 13.5 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

En cas de material en trànsit s'enviarà petició indicant el moment d'entrega del material de manera prèvia a la intervenció quirúrgica.

14 / 35



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 14 de 35

#### 13.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats del nostre centre.

#### 13.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material és farà al magatzem general de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que s'estableix per la recepció de material que correspon entre les 8 h i les 12 h i de 8h a 10h si es tracta de material de nevera.

S'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció d'aquest.

Això no obstant, en cas de material en trànsit s'enviarà petició indicant el moment i lloc d'entrega del material de manera prèvia a la intervenció quirúrgica.


#### 13.6. Condicions d'embalatge

En cas de material en trànsit s'enviarà petició indicant el moment i lloc d'entrega del material de manera prèvia a la intervenció quirúrgica.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En que cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:





CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

### 13.7. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

### 13.8. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS, Logaritme, Serveis Logístics AIE, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat





CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

- NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a Preu i/o Referència, ho haurà de notificar immediatament al departament de compres de l'Hospital Universitari de Bellvitge mitjançant correu electrònic ([compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)).

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Transitòriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i hi podran accedir introduint les dades següents:





**CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017**

- Identificador ( assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya ( assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb el de departament de compres de l'hospital a través del correu electrònic: [compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)

### 13.9. Recepció de mercaderies

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia.

Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions AECOC per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de AECOC (GS1 ESPAÑA), s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

#### 13.9.1. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada





CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides al punt 13.6 d'aquest plec

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.

#### 14. Execució del Contracte.

Si durant la vigència del contracte, l'adjudicatari introdueix qualsevol millora en les condicions del mateix, obligatòriament l'haurà de comunicar amb caràcter previ al Òrgan de Contractació a través de la unitat de compres de l'HUB via correu electrònic ([compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)) o telèfon (93.260.77.57).

Dr/a.: Antonio Marí Roig  
Cap de Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial  
Hospital Universitari de Bellvitge



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 19 de 35

**ANNEX A**  
**NECESSITATS DEL CONTRACTE**

(Les quantitats estimades de consum corresponen a un període de 12 mesos)

LOT	Codi	Descripció	Unitats/Any	Preu Unit [s/IVA]	Import [s/IVA]
1	Ortog1	Implant de deformitat facial bimaxil·lar	18	10.211,5000 €	183.807,00 €
1	Ortog2	Implant de deformitat facial bimaxil·lar més mentó	12	10.536,5600 €	126.438,72 €
1	Ortog3	Implant de deformitat facial de mentó a mida	4	1.835,1800 €	7.340,72 €
1	Ortog4	Implant de deformitat facial maxil·lar a mida (guia de titani)	2	6.146,7500 €	12.293,50 €
1	Ortog5	Implant de deformitat facial mandibular a mida (guia de titani)	2	5.264,2600 €	10.528,52 €
1	Ortog6	Implant de deformitat facial de PEEK (angle/cos/malar)	5	1.835,1819 €	9.175,91 €
1	Ortog7	Fèrula quirúrgica a mida	36	1.699,5000 €	61.182,00 €
2	Recon1	Implant de reconstrucció del hemimaxil·lar a mida	4	8.349,9113 €	33.399,65 €
2	Recon2	Implant de reconstrucció maxil·lar complet a mida	4	9.762,2267 €	39.048,91 €
2	Recon3	Implant de reconstrucció hemimandibular a mida	22	8.349,9113 €	183.698,05 €
2	Recon4	Implant de reconstrucció mandibular completa a mida	22	9.848,7467 €	216.672,43 €
3	Trauma1	Implant orbitari a mida	15	5.059,0922 €	75.886,38 €
3	Trauma 2	Implant de contorn facial en PEEK/titani	10	1.835,1819 €	18.351,82 €
4	ATM1	Pròtesi d'ATM monolateral a mida	3	20.783,3400 €	62.350,02 €
4	ATM2	Pròtesi d'ATM monolateral a mida amb branca estesa	3	26.463,9960 €	79.391,99 €
5	Craneo1	Implant cranial en PEEK a mida, petit (<60 mm)	3	6.966,1166 €	20.898,35 €
5	Craneo2	Implant cranial en PEEK a mida, mitjà (60–110 mm)	3	8.707,6509 €	26.122,95 €
5	Craneo3	Implant cranial en PEEK a mida, gran (110–150 mm)	20	10.449,1852 €	208.983,70 €



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 20 de 35

*CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017*

5	Craneo4	Implant frontal en PEEK a mida	2	6.968,8770 €	13.937,75 €
5	Craneo5	Guia cranial a mida	5	934,4160 €	4.672,08 €
6	Prep1	Implant preprotèsic d'un quadrant a mida	2	9.124,9760 €	18.249,95 €
6	Prep2	Implant preprotèsic de dos quadrants a mida	2	11.815,3360 €	23.630,67 €
					<b>1.436.061,07 €</b>



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 21 de 35



CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

22 / 35



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 22 de 35

## ANNEX B

### Fitxa tècnica individual del/s material/s



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 23 de 35



CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

24 / 35



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 24 de 35

**FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**

**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

**Dades del licitador**

**Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

(SI/NO)

Distribuïdor

(SI/NO)

**Dades del producte específic**

Marca comercial/Model

**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Envasat del material ofertat \*

Mètode d'esterilització \*

Referència distribuïdor

Material de fabricació \*

Referència fabricant

Mides del material ofertat \*

Descripció breu del producte

\* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Imatge de la referència

**Dades d'acreditacions**

*Indicar: admetre de la Directiva europea que acredita el mercat i tipus de classe. Si no te marca Logo de l'empresa*

Marc CE/Tipus de classe

Compliment A partat 12 Annex 1 RD 1591/2009 regulació pràcticament

o)

Aquisir productes en regulen  
pel RD 2017/746

Imatge

*Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material*

Altres acreditacions i/o aut certificació



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 25 de 35



CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

26 / 35



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 26 de 35

## ANNEX B1

Fitxa pròpia del material. PRODUCT DATA

**(OBLIGATORI PRESENTAR-LA)**



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 27 de 35



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 28 de 35

## ANNEX C

### Model i Guia per emplenar l'oferta econòmica

Els models per a l'oferta econòmica es troben en suport informàtic a la  
*Plataformaelectrònica de Contractació Pública*



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 29 de 35

L'oferta econòmica s'ha de presentar obligatòriament en aquest format:

Num. Exp.:		CS/CC00/1100698044/18/AMUP							
Descripció:									
Empresa:									
NIF:									
Data									
Segell Empresa:									
Signatura:									
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B							
Número oferta Variant:									
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida sense IVA	Per
1	0		10	30000208	Gasa de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils per cm2, mida 20 x 20 cm, tallada sense plegar. Sense control radiològic. No estèril. Al detall.	11752942	UNI	0,005700	1
1	0		20	30000209	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic. No estèril. Al detall.	377648	UNI	0,090000	1
2	0		30	30001384	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	196798	UNI	0,051900	1
3	0		40	30001401	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sobre 10 unitats. Estèril	20859	UNI	0,142000	1
				Gasa per a cures de cotó hidròfil					

Per tal d'evitar errors en la carrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents:

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.



A l'oferta hi ha camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

**1. Dades NO modificables de l'oferta:**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Numero de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyada per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	Es el numero d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article
Preu unitari de sortida sense IVA	Preu unitari de licitació per cada article sense IVA
PER	Camp de gestió interna
Preu unitari oferta amb IVA	Es el preu unitari ofertat amb IVA S'aplica el tipus d'IVA predeterminat per l'ICS, indicat en %
Import total amb IVA	Es el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA
Tipo IVA	Indica el tipus d'IVA, predeterminat per l'ICS, que s'aplicarà a cada article
Import total sense IVA	Es el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA

**2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador:**

Capi;alera	Empresa	Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b> Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>	Obligatori
	Numero oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el numero de variant	Obligatori si hi ha variants
Referencia	Informar la referencia del producte. A l'oferta tècnica ja s'informarà la referencia del fabricant Una mateixa referencia <b>no es podrà</b> presentar en dos articles diferents. Si es presenta una referencia repetida, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'avaluació que s'estimi convenient.		Obligatori



Marca	Indicar la marca del producte ofert.	Recomanat
Model	Indicar el model del producte ofert.	Recomanat
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat Caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.	Obligatori
Import mínim de comanda amb IVA	S'ha d'indicar l'import mínim de comanda, es a dir, l'import mínim a partir del qualel proveïdor serveix una comanda. En cas que no s'indiqui cap dada, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per la qual cosa es podran fer comandes per un import inferior. En cas que es doni aquesta condició, s'ha d'informar import mínim a totes les ofertes presentades perquè informàticament es tingui en compte.  Per exemple: pot ser que es faci una comanda de 100€ quan l'import mínim hauria de ser de 300 €. Si no s'ha especificat en l'oferta aquesta condició d'import de comanda mínima de 300€, es faran comandes sense tenir-ho en compte	Obligatori
Codi GTIN/EAN	Es el camp GTIN/ EAN del producte. Si s'informa un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació es: (01) o (02).	Obligatori
Preu unitat mínima de venda amb IVA	Es el preu de la forma de presentació del producte. Per exemple: Si el preu licitat es de la unitat, i aquest producte va en caixes de 100 unitats, informar del preu de la caixa	Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte	NO obligatori
Article gratuït	Aquest camp estarà marcat per defecte quan el preu unitari de sortida sense IVA sigui 0. En cas que el preu de sortida NO SIGUI 0 i es vulgui ofertar a preu 0, marcar una <b>X</b> en aquesta columna i informar <b>OBLIGATORIAMENT</b> els camps <b>Re/erència i preu unitari sense IVA 0</b> . Sense aquestes dades, <b>L'OFERTA A PREU 0 NO SERA RECONEGUDA PEL SISTEMA</b>	Obligatori per a preus gratuïts
Preu unitari oferta sense IVA	Indicar el <b>preu ofertat sense IVA</b> per a l'article en la unitat de mesura, UM, indicada a la columna H: UM El preu pot tenir fins a 6 decimals, màxim En cas que existeixin <b>divergències</b> entre IVA de licitació i IVA presentat, caldrà fer-ho constar en un document annex a l'oferta econòmica	Obligatori



## ANNEX D

### Descripció Tècnica



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 33 de 35

Característiques tècniques mínimes requerides:

Ortog1	Implant maxil·lar i implant mandibular a mida en titani, amb models anatòmics, guies quirúrgiques maxil·lar i mandibular en poliamida o titani, 4 cargols autorroscants de 2,0 mm i 16 cargols autorroscants de 2,0 mm per al maxil·lar, 8 cargols autorroscants de 2,0 mm per a la mandíbula, i fèrula quirúrgica a mida
Ortog2	Solució d'implant bimaxil·lar a mida amb afegit d'implant de mentó a mida en titani, amb model anatòmic, guia quirúrgica de mentó en poliamida i 4 cargols autorroscants de 2,0 mm
Ortog3	Implant de mentó a mida en titani, amb model anatòmic, guia quirúrgica en poliamida i 4 cargols autorroscants de 2,0 mm
Ortog4	Implant maxil·lar a mida en titani, amb model anatòmic, guia quirúrgica en titani o poliamida, 16 cargols autorroscants de 2,0 mm i fèrula quirúrgica a mida
Ortog5	Implant mandibular a mida en titani, amb model anatòmic, guia quirúrgica en titani, 8 cargols autorroscants de 2,0 mm i fèrula quirúrgica a mida
Ortog6	Implant malar, de mentó o d'angle mandibular a mida en PEEK, amb model anatòmic i 4 cargols autoperforants d'1,5 mm, segons especificacions del LOT 1
Ortog7	Subministrament de fèrula quirúrgica personalitzada, que inclou la planificació quirúrgica virtual necessària per al seu disseny.
Recon1	Implant hemimaxil·lar a mida en titani, amb model de maxil·lar i model de peroné (cresta o escàpula), dues guies maxil·lars en poliamida, guia de peroné (C/S) en poliamida i 24 cargols autorroscants de 2,0 mm (amb opció de guies a mida en titani)
Recon2	Implant maxil·lar complet a mida en titani, amb model de maxil·lar i model de peroné (cresta o escàpula), dues guies maxil·lars en poliamida, guia de peroné (C/S) en poliamida i 28 cargols autorroscants de 2,0 mm (amb opció de guies a mida en titani)
Recon3	Implant hemimandibular a mida en titani, amb model mandibular i model de peroné (cresta o escàpula), dues guies mandibulars en poliamida, guia de peroné (C/S) en poliamida i 24 cargols autorroscants de 2,0 mm (amb opció de guies a mida en titani)
Recon4	Implant mandibular complet a mida en titani, amb model mandibular i model de peroné, dues guies mandibulars en poliamida, guia de peroné en poliamida i 30 cargols autorroscants de 2,0 mm (amb opció de guies a mida en titani)
Trauma1	Implant orbital a mida en titani, amb model anatòmic orbital, model de verificació i 5 cargols autoperforants d'1,5 mm
Trauma 2	Implant malar, de mentó, d'angle mandibular o cranial petit a mida en PEEK o titani, amb model anatòmic i 4 cargols autoperforants d'1,5 mm
ATM1	Pròtesi ATM monolateral a mida composta per fossa completa i branca completa, que inclou l'estudi, la planificació i el disseny necessaris per a la fabricació del producte, model anatòmic complet, guies de resecció i ajust en poliamida o titani, rèplica quirúrgica de la fossa i de la branca, 6 cargols no locking de 2,0 mm, 9 cargols locking de 2,0 mm i fèrula quirúrgica a mida

34 / 35



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 34 de 35

CS/AH02/1101473017/26/AMUP  
PPT - 1101473017

ATM2	Pròtesi ATM monolateral a mida amb component de branca estesa, amb estudi, planificació i disseny del cas, model anatòmic complet, guies de resecció i d'ajust fabricades en poliamida o titani, rèplica quirúrgica de la fossa i de la branca estesa, 6 cargols no locking de 2,0 mm, 12 cargols locking de 2,0 mm i fèrula quirúrgica a mida
Craneo1	Implant cranial a mida en PEEK ( $\leq 60$ mm), amb model anatòmic, 4 plaques rectes de 2 forats i 8 cargols autoperforants d'1,5 mm (longitud 3,5–4 mm)
Craneo2	Implant cranial a mida en PEEK (60–110 mm), amb model anatòmic, 5 plaques rectes de 2 forats i 10 cargols autoperforants d'1,5 mm (3,5–4 mm)
Craneo3	Implant cranial a mida en PEEK (110–150 mm), amb model anatòmic, 6 plaques rectes de 2 forats i 12 cargols autoperforants d'1,5 mm (3,5–4 mm)
Craneo4	Implant frontal a mida en PEEK, amb model anatòmic, 6 plaques rectes de 2 forats i 12 cargols autoperforants d'1,5 mm (3,5–4 mm)
Craneo5	Guia cranial personalitzada en poliamida, amb 4 cargols autoperforants d'1,5 mm (3,5–4 mm)
Prep1	Implant preprotèsic a mida amb model anatòmic, guia de posicionament o de resecció, fabricada en poliamida, 18 cargols autorroscants de 2,0 mm, guia de brocat en poliamida o titani i 4 cargols autorroscants de 2,0 mm
Prep2	Implant preprotèsic a mida amb model anatòmic, guia de posicionament o de resecció, fabricada en poliamida, 30 cargols autorroscants de 2,0 mm, guia de brocat en poliamida o titani i 4 cargols autorroscants de 2,0 mm

35 / 35



Doc. original signat per:  
MARI ROIG\ 03/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0E409SBS1KN6QCZPK46ZU3KLUMUF6F5D

Data creació còpia:  
12/06/2026 11:28:53

Pàgina 35 de 35