

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101471697/26/AMUP

Subministrament agregat Catèters i sondes per a urologia i
urodinamia

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 1 de 73

INDEX

1. Condicions generals.....	4
1.1. Objecte de la contractació.....	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics.....	4
2. Requeriments obligatoris.....	4
2.1. Normativa aplicable.....	4
2.2. Especificacions tècniques generals.....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	5
3. Com presentar la oferta.....	5
3.1. Oferta tècnica.....	5
3.2. Model d'oferta tècnica.....	5
3.3. Presentació de mostres.....	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	8
4.1. Prevenició de riscos laborals.....	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Atributs logístics.....	9
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.5.1. Condicions de subministrament.....	9
4.5.2. Garantia de subministrament.....	10
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	10
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.5.2.3. Termini de lliurament.....	11
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda.....	12
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.5.3. Sistema EDI.....	12
4.6. Condicions de l'operador logístic.....	14
4.6.1. Embalatges.....	14
4.6.2. L'albarà.....	15
4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16

PPT-81-26_1101471697

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 2 de 73

4.6.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia.....16
4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logistics, AIA...17
4.6.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic).....19

GENERALITAT DE CATALUNYA

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 3 de 73

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del Subministrament agregat Catèters i sondes per a urologia i urodinamia, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 4 de 73

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requisits obligatoris addicionals, a aquesta licitació.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**
S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 5 de 73

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 6 de 73

- Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3
No hi ha.
- Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4
Hi ha.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 7 de 73

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, obligatòriament, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics.

Els atributs obligatoris són els següents:

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 8 de 73

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- Temperatura de transport
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 9 de 73

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 10 de 73

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

PPT-81-26_1101471697

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 11 de 73

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 12 de 73

- Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 13 de 73

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic

4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- Càrregues estables i paletes flexades de forma consistent
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge
- No entregar caducitats anteriors a les ja entregades
- El transportista deu disposar dels albarans per entregar la documentació a finestreta abans de realitzar la descàrrega e informar del número de palets a entregar
- Si el proveïdor contracta Agència de transport, aquesta deu complir amb les condicions anteriors i realitzar l'entrega separant proveïdors , tant albarans com materials.

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 14 de 73

- Compromís de recollida de la incidències d'entrades. (palets mal estat, articles no demanats, etc.)
- Signa que coneix les condicions i es compromet a complir-les durant l'adjudicació

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat (expressada en unitats, no envasos)

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total

PPT-81-26_1101471697



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 15 de 73

- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 16 de 73

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.




En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica



CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP






Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 17 de 73

	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d' emergència :	

PPT-81-26_1101471697



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 18 de 73

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.
Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme
Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)
No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.6.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (NO HI HA)
- ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals (HI HA)
- ANNEX F – Atributs logístics



Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 20 de 73

**Salut/Institut
Català de la Salut**
ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP
GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Agulles	30008173	Agulla introductora per a nefrostomia percutània, Mides 18G (1,3 mm x 20 cm), amb connector luer i punta piramidal, ecogènica. Tipus Echoblast . Agulla d'acer i camisa de teflón radioopac. Estèril. d'un sol ús.	Obert
1	Agulles	30013950	Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm amb caputxa protecció, cos flexible Ø 1,7mmx35cm llarg, amb tub termoplàstic poliamida, connector luer, adaptador, compatible citoscop de 5Fr. rígida. Estèril, un sol ús, no làtex	Obert
1	Agulles	30030131	Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm a/caputxa protecció,cos flexible Ø 1,7mmx70cm llarg,a/tub termoplàstic poliamida,connector luer,adaptador,compatible citoscop de 5Fr. flexible o rígida.Estèril,un sol ús,no làtex	Obert
2	Per tractament crioteràpia/crioablació	30033199	Equip d'agulla per tractament crioteràpia tumoral,compost per:1 agulla 90º 17G/Ø1,5mmx175mm long crioablació tipus IceSeed,1,5 CX,1 targeta lectora,1 targeta general,2 etiquetes identifi d'equip per sistema tipus Visual-Ice o equivalent. Estèril,1sol ús.	Tancat
2	Per tractament crioteràpia/crioablació	30033280	Equip d'agulla per tractament crioteràpia tumoral,compost per:1 agulla 90º 17G/Ø1,5mmx175mm long crioablació tipus IceSphere 1,5 CX,1 targeta lectora,1 targeta general,2 etiquet identifi d'equip per sistema tipus Visual-Ice o equivalent. Estèril,1sol ús.	Tancat
2	Per tractament crioteràpia/crioablació	30047477	Agulla crioablació 17G/Ø1,5mm angle 90 °punta tallan,longitud 175 mm d'acer inox,tipus IceSeed,amb tub per gas de 2,5(+/-1)m de poliuretà amb connector de polioximetilè,per tractament crioteràpia tumoral.Siste tipus V Ice o equivalent.Estèril,1sol ús	Tancat
2	Per tractament crioteràpia/crioablació	30047478	Agulla crioablació Ø2,1mm 90 °punta tallan,recobrimen anti-adherent fricció long 175mm d'acer,indicadorszona activa, tipus IcePearl CX,+tub gas2,5(+/-0,1)m poliuretà+connector,per tractament crioteràpia tumoral.Sist V Ice o equiv.Est	Tancat
2	Per tractament crioteràpia/crioablació	30047480	Equip tracta tumors prostàtics sistema de crioablació:5 agulles crioablació rectes17G Ø1,5mm x 175 long.tipus IceSpheres,2 sensors tèrmics multi-points,marques zona activa,1 set d'escalfament uretral,2 etiq iden,equip,tubs.Si V Ice o equ.Est,1sol ús	Tancat
2	Per tractament crioteràpia/crioablació	30069912	Agulla crioablació 17G/Ø1,5mm,angle 90°,punta tallan,longitud 175mm d'acer inox,tipus IceSeed CX,cos aillant,tub per gas de 2,5(+/-1)m de poliuretà,connector per tractament crioteràpia tumoral.Sist tipus V Ice o equiv.Estèril,1sol ús	Tancat


 Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

 Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 21 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001000	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 oríf lat, a/ mandrí metàl·lic, marques de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-3 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001001	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 oríf lat, a/mandrí metàl·lic, marques de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-4 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001002	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 oríf lat, a/mandrí metàl·lic, marques de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-5 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001003	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 oríf lat, a/mandrí metàl·lic, marques de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-6 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001004	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 oríf lat, a/mandrí metàl·lic, marques de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-7 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001005	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 oríf lat, a/mandrí metàl·lic, marques de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-8 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001006	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte obert, punta bisellada, 2 oríf lat, a/mandrí de polièster, marq profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-3 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001007	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte obert, punta bisellada, 2 oríf lat, a/mandrí de polièster, marq de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-4 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001008	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte obert, punta bisellada, 2 oríf lat, a/mandrí de polièster, marq de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-5 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 22 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30001009	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC),radioopac,extrem distal recte obert,punta bisellada,2 orf lat,a/mandrí de plàstic,marq de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-6 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
3	Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric	30005440	Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC),radioopac, extrem distal recte obert,punta bisellada,2 orf lat, a/mandrí metàl·lic,marq de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-7 x 70cm +/- 3cm de llargària,sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
4	Catèter ureterals per via vesical Chevasu	30001012	Catèter ureteral Chevasu,clorurpolivinil radioopac, marquespenetració, amb mandrí metàl·lic, extrem distal en formabulb amb punta oberta bisellada, diàmetreCH-4 x 70cm +/- 3cmllarg, sense làtex, estèril, individual, 1ús	Obert
4	Catèter ureterals per via vesical Chevasu	30001013	Catèter ureteral Chevasu,de clorur de polivinil radioopac,marques de penetració,a/ mandrí metàl·lic,extrem distal en forma de bulb a/punta oberta bisellada,diàmetre de CH-5 x 70cm +/- 3cm de llarg,connec luer-lock,sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
4	Catèter ureterals per via vesical Chevasu	30001015	Catèter ureteral Chevasu, de clorur de polivinil radioopac, marques de penetració,amb fiador,guia acer inoxidable,amb punta oberta bisellada, diàmetre de CH-7 x 70cm +/- 3cm de llarg, sense làtex, estèril, individual, 1ús	Obert
5	Catèter ureterals per via vesical doble lumen	30035373	:Catèter ureteral de doble llum, de poliuretà amb recobriment hidrofílic, marques de penetració, 10Fr x 50cm +/- 4cm de llarg, dos llums de Ø0,038" (0,96mm) i Ø0,050" (1,27mm), s'accepta guia de 0,038", sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
5	Catèter ureterals per via vesical doble lumen	30051876	Catèter ureteral de doble llum,poliuretà recobr/hidrofílic,marq/penetr,extr/distal punta flexible de CH-6 fins CH-10 (2cm progressius),50cm +/-3cm de llarg, 2 llums:Øllum col·locació 0,040"(1mm) i Øllum injecció 0,050"(1,25mm),no làtex,estèril,indiv,1ús	Obert
6	Altre material de catèters d'urologia i endourologia	30047479	Agulla crioablació Ø2,1mm 90 °punta tallan,recobriment anti-adherent fricció long 175mm d'acer,indicadors de zona activa, tipus IceFORCE CX,+tub gas de 2,5(+/-1)m poliuretà+connector,per tractament crioteràpia tumoral.Sist V Ice o equiv.Estèril,1sol ús	Obert
6	Altre material de catèters d'urologia i endourologia	30059886	Catèter ureteral de diagnòstic i administració de fluids, recte i extrem de distal obert, sense forats laterals, de niló i punta de tungstè, marques penetració, diàmetre CH-3 x 70cm +/- 3cm de llarg, guia de 0,025",a/adaptador, estèril, individual, 1ús	Obert
6	Altre material de catèters d'urologia i endourologia	30009382	Dispositiu de fixació per al catèter de drenatge tipus Skater fix, amb ajustable per als catèters de 5Fr a 16 Fr, compost de hidrocoloiide per minimitzar les irritacions de pell, sense làtex	Obert



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 23 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
6	Altres material de catèters d'urologia i endourologia	30035654	Catèter-baló per a oclusió temporal d'unió uteroplèlvica, per evitar entrada fragments càlculs a urèter durant litotripsia percutània, Ø 6Fx75cm +/- 4cm llarg, baló silicona, guia 0,028"x80cm +/- 4cm longitud d'acer recobert PTFE, adaptador i xeringa, estèril, 1 ús	Obert
6	Altres material de catèters d'urologia i endourologia	30061781	Equip de stent de pielloplastia intraoperat Salle, Pediàtric, Ø4,7Fr i 12-18cm llarg, p-oberta, estilet posicionat 3cm llarg i guia PTFE de 0,038/145 +/- 5cm i disc retenc silicona amb llac, s/làtex, etèril, 1 sol ús	Obert
6	Altres material de catèters d'urologia i endourologia	30035010	Equip de dilatadors ureterals, corbats, de polietilè amb recobriment hidrofílic, de diàmetres: 8,0Fr - 10,0Fr - 12,0Fr - 14,0Fr - 16,0Fr - 18,0Fr i 20,0Fr, de 37cm +/- 2cm de llarg, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Obert
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail. ús pediàtric a/introductor i pinces	30031959	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric, Ø CH-3 x 15(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis cos del catèter, guia recob PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix-punta flex, introductor 45 +/- 2cm, estèril, indiv, sense làtex, un sol ús.	Obert
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail. ús pediàtric a/introductor i pinces	30026072	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", per a ús pediàtric, radioopac, de diàmetre CH-4,7 x 10cm de llarg, extrem distal obert, guia recoberta de PTFE de 0,035"x145 +/- 5cm de llarg, empenyedador, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	Obert
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail. ús pediàtric a/introductor i pinces	30031961	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric, Ø CH-3 x 18(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis al cos del catèter, guia recoberta PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix-punta flexible, introductor 45 +/- 2cm, estèril, individual, sense làtex, un sol ús.	Obert
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail. ús pediàtric a/introductor i pinces	30050751	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pedià, Ø CH-4 x 12(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis cos del catèter, guia ac.inox recobert PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix-punta flexible, introductor 45 +/- 2cm, 2pinces, estèril, s/làtex, indiv, un sol ús.	Obert
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail. ús pediàtric a/introductor i pinces	30032178	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pedià, Ø CH-4 x 12(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis cos del catèter, guia ac.inox recoberta PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix punta flexible, introductor 45 +/- 2cm, 2pinces, estèril, s/làtex, indiv, un sol ús.	Obert
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail. ús pediàtric a/introductor i pinces	30032190	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pedià, Ø CH-4 x 18(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis cos del catèter, guia ac.inox recoberta PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix-punta flexi, introductor 45cm +/- 2cm, 2pinces, estèril, s/làtex, indiv, un sol ús.	Obert



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 24 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/introductor i pines	30032192	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 20(+/-0,5)cm,radioopac,extrem distal obert,orificis cos del catèter,guia ac. Inox recoberta PTFE 150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexible,introductor 45+/-2cm,2pines,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús.	Obert
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/introductor i pines	30060088	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"ús pedià,Ø CH-4,8 x 15(+/-0,5)cm,radioopac,extrem distal obert,orificis cos del catèter,guia ac.inox recuberta PTFE 150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexible,introductor 45+/-2cm,2pines,estèril,sense làtex,un sol ús.	Obert
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/introductor i pines	30031962	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pediàtric,Ø CH-3 x 20(+/-0,5)cm,radioopac, extrem distal obert,orificis al cos del catèter,guia recoberta PTFE 150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexible,introductor 45+/-2cm,estèril,indiv,sense làtex,un sol ús.	Obert
7	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/introductor i pines	30032193	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pediàtric,Ø CH-4,8 x 20(+/-0,5)cm,radioopac,extrem distal obert,orificis cos del catèter,guia ac.inox recuberta PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix-punta flexi,introductor 45+/-2cm,2pines,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús.	Obert
8	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/ dispositiu imantat	30051949	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"ús pediàtric,Ø4,8x12(+/-0,5)cm,radioopac,extrem distal obert, guia recoberta PTFE 150+/-3cm,empenyador 40+/-2cm,disposit/extrac imantat 15Fr40+/-2cm,estèril,sense làtex,un sol ús.	Obert
8	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/ dispositiu imantat	30052223	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"ús pediàtric,Ø4,8x20(+/-0,5)cm,radioopac,extrem distal obert, guia recoberta PTFE 150+/-3cm,empenyador 40+/-2cm,disposit/extrac imantat 15Fr40+/-2cm,estèril,sense làtex,un sol ús.	Obert
8	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/ dispositiu imantat	30052224	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"ús pediàtric,Ø4,8x24(+/-0,5)cm,radioopac,extrem distal obert, guia recoberta PTFE 150+/-3cm,empenyador 40+/-2cm,disposit/extrac imantat 15Fr40+/-2cm,estèril,sense làtex,un sol ús.	Obert
9	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40	30039501	Catè-stent ureteral doble pigtail "J",ús pedià,ØCH-3 x 12(+/-0,5)cm,radioopac,extrem distal obert,orificis cos catèter,guia ac.inox recoberta PTFE 0,021"x100(+/-3)nucli fix-punta flexi,empenyador 30+/-2cm,estèril,sense làtex,indiv,un sol ús 3001-1020/706352	Obert
9	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40	30039507	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", per a ús pediàtric, radioopac, de diàmetre CH-4 x 16cm +/-1cm de llarg, extren distal obert, forats en tot el catèter, guia de 0,025" x 100cm +/- 5cm de llarg, amb empenyador, estèril, individual,1ús	Obert



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 25 de 73

**Salut/Institut
Català de la Salut**
ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP
GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició lot
9	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40	30070756	Catè-stent uret dob pigtail "J",ús pedià,Ø CH-3 x 18(+/-0,5)cm,poliure tou,marq radioop,extrems oberts,orificis cos catèter,guia ac.inox recoberta PTFE 0,021"x100(+/-3)cm,nucli fix- punta flexib,empeny 30+/-2cm,estèril,s/làtex,un sol ús 3001-1050/706292	Obert
9	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40	30070757	Catè-stent uret dob pigtail "J",ús pedià,Ø CH-3 x 20(+/-0,5)cm,poliure tou,marq radioopac,extrems oberts,orificis cos catèter,guia ac.inox recobert PTFE 0,021"x100(+/-3)cm,nucli fix-punta flexi,empeny 30+/-2cm,estèril,s/làtex,un sol ús 3001-1060/ 706293	Obert
9	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40	30040198	Catè-stent ureter dob pigtail "J",ús pedià,ØCH-3 x 22(+/-0,5)cm,radioopac, extrem distal obert,orificis cos catèter,guia ac.inox recoberta PTFE 0,021"x100(+/-3)cm,nucli fix- punta flexible,empeny 30+/-2cm,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús 3001-1070/706294	Obert
9	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40	30070759	Catè-stent uret doble pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 10(+/-0,5)cm,poliure tou,marq radioopac,extrems oberts,orificis extrem,guia ac. inox recobert PTFE 0,025"x100(+/-3)cm,nucli fix-punta flexi,empeny 30+/-2cm,estè,s/làtex,indiv,un sol ús 3001-1100/ 706355	Obert
9	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40	30013232	Catè-stent ureter dob pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 14(+/-0,5)cm,radioopac,extrem distal obert,orificis cos catèter,guia ac.inox recuberta PTFE 0,025"x100(+/-3)cm,nucli fix-punta flexible,empenyador 30+/-2,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús 3001-1300/706357	Obert
9	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40	30070013	Catè-stent uret dob pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 20(+/-0,5)cm,radioopac,extrem distal obert,orificis cos catèter,guia ac.inox recuberta PTFE 0,025"x150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexible,empenyador 40+/-2,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús 3004-0020/706287	Obert
9	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40	30070758	Catè-stent uret dob pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 24(+/-0,5)cm,poliure tou,marq radioopac,extrems oberts,orificis cos catèter,guia ac.inox recubert PTFE 0,025"x150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexi,empenyad 40+/-2,estèril,s/làtex,un sol ús 3004-0040/ 706288	Obert
10	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/ posicionador 70	30039506	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pediàtric,Ø CH-4,7 x 14(+/-0,5)cm,radioopac, extrem distal obert,orificis al cos del catèter, guia ac.inox recoberta PTFE 0,035"x145(+/-3)cm, posicionador 70+/-2cm,estèril,individual,un sol ús.	Obert
10	Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/ posicionador 70	30039505	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pediàtric,Ø CH-4,7 x 12(+/-0,5)cm,radioopac, extrem distal obert,orificis al cos del catèter, guia ac.inox recoberta PTFE 0,035"x145(+/-3)cm, posicionador 70+/-2cm,estèril,individual,un sol ús.	Obert


 Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

 Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 26 de 73

**Salut/Institut
Català de la Salut**
ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP
GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
11	Catèter-stent ureteral doble pigtail copolimer oleofilic a/recobriment hidrogel	30068631	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric Ø CH-4,8 x 10(+/-0,5)cm,copolimer oleofilic,a/recobr hidrogel,radioopac,marques de profunditat,extrem distal obert,guia PTFE 0,035",punta cónica,empenyedor,estèril,sense làtex,individual,un sol ús.	Obert
11	Catèter-stent ureteral doble pigtail copolimer oleofilic a/recobriment hidrogel	30051377	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric, Ø CH-4,8 x 12(+/-0,5)cm,copolimer oleofilic,a/recobr hidrogel,radioopac, extrem distal obert,guia PTFE 0,035"x150+/-5cm,punta cónica,empenyedor,estèril,sense làtex,individual,un sol ús.	Obert
11	Catèter-stent ureteral doble pigtail copolimer oleofilic a/recobriment hidrogel	30068632	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric Ø CH-4,8 x 14(+/-0,5)cm,copolimer oleofilic,a/recobr hidrogel,radioopac,marques de profunditat,extrem distal obert,guia PTFE 0,035",punta cónica,empenyedor,estèril,sense làtex,individual,un sol ús.	Obert
11	Catèter-stent ureteral doble pigtail copolimer oleofilic a/recobriment hidrogel	30068633	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric Ø CH-4,8 x 16(+/-0,5)cm,copolimer oleofilic,a/recobr hidrogel,radioopac,marques de profunditat,extrem distal obert,guia PTFE 0,035",punta cónica,empenyedor,estèril,sense làtex,individual,un sol ús.	Obert
11	Catèter-stent ureteral doble pigtail copolimer oleofilic a/recobriment hidrogel	30063906	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",copolimer oleofilic,a/recobr hidrogel,conduct extrac acloplat,posicionador dirigit,Ø CH-6 x 26(+/-0,5)cm,radioopac,marq prof,extrem oberts,guia PTFE 0,035",empenyador connectable,estèril,indiv,s/ làtex,un ús.	Obert
11	Catèter-stent ureteral doble pigtail copolimer oleofilic a/recobriment hidrogel	30007043	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",copolimer oleofilic,a/recobr hidrogel,conduct extrac acloplat,posicionador dirigit,Ø CH-6 x 28(+/-0,5)cm,radioopac,marq prof,extrem oberts,guia PTFE 0,035",empenyador connectable,estèril,indiv,s/ làtex,un ús.	Obert
11	Catèter-stent ureteral doble pigtail copolimer oleofilic a/recobriment hidrogel	30035941	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J" copolimer oleofilic a/recobr hidrogel,Ø CH-6 x 28(+/-0,5)cm,radioopac,marques profunditat,extrem oberts,guia ac. Inox punta flexible recoberta PTFE 0,038",estèril,individual,un sol ús.	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30037980	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",Ø CH-4,8 x 24(+/- 0,5)cm,radioopac,graduats,extrem oberts,guia recuberta PTFE 0'035"x150+/-3cm,nucli fix-punta flexible,empenyador connectable+catèter rentat 4,8CHx73cm+/-2cm,estèril,s/làtex,individual,un sol ús.	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30011840	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",Ø4,8x26(+/-0,5)cm,radioopac,graduats,extrem distal obert,guia ac.inox recuberta PTFE 0,035"x150+/-3cm,nucli fix-punta flexible,empenyador,estèril,sense làtex,individual,un sol ús	Obert


 Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

 Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 27 de 73

**Salut/Institut
Català de la Salut**
ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP
GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30014090	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", CH-4,8 x 28 (+/- 0,5)cm, extrems oberts, radioopac, guia nucli fixa punta flexible recoberta PTFE 0,035", amb empenyador 4,8x70+/-2cm, sense làtex, estèril, individual, d'un sol ús	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30007590	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", premonat, Ø4,8x26(+/-0,5)cm, extrem distal tancat, orificis cos del catèter, extrem proximal direccionable, graduat, radioopac, guia recoberta PTFE 100+/-3cm, pinça, estèril, sense làtex, individual, un sol ús	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30039638	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", Ø CH-6 x 26(+/- 0,5)cm, extrem distal obert, radioopac, guia recoberta PTFE 0'035"x150+/-3cm, nucli fix-punta flexible, empenyador connectable+catèter rentat 4,8CHx73cm+/-2cm, estèril, sense làtex, individual, un sol ús.	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30053911	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"Silicona, recobr hidrofílic, Ø6x26(+/-0,5)cm, radioopac, graduat, extrem distal obert, guia 0,035"x150+/-3cm, punta flexible, empenyador 40+/-2cm connectable, estèril, sense làtex, individual, un sol ús	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30007052	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", radioopac, de diàmetre CH-6 x 26(+/- 0,5)cm, extrem distal obert, radioopac, guia PTFE 0'035" empenyador connectable, estèril, sense làtex, individual, un sol ús.	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30005478	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", Ø CH-6 x 12(+/- 0,5)cm, poliuretà tou, radioopac, graduat, extrems oberts, guia ac.inox recoberta PTFE 0,035" 100+/-3cm, empenyador 40+/-2cm, estèril, sense làtex, individual, un sol ús	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30005479	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", Ø CH-6 x 14(+/- 0,5)cm, radioopac, graduat, extrems oberts, amb guia ac.inox recoberta PTFE 0,035" 100+/-3cm, empenyador 40+/-2cm, estèril, sense làtex, individual, un sol ús	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30015871	Catèter-stent urèter doble pigtail "J" ØCH-6 x 28(+/- 0,5)cm, a/recobrim hidrofílic, extrem distal obert, radioopac a/marq profunditat, guia PTFE 0'038"x145+/-3cm, a/ fil d'extrac, posicionador 46+/-2cm, estèril, individual, un sol ús.	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30051744	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", Ø6x26(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, guia recoberta PTFE 150+/-3cm, empenyador 40+/-2cm, disposit/extrac imantat 15Fr x40+/-2cm, estèril, sense làtex, un sol ús.	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30002394	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", Ø CH-6 x 24(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal punta cilíndrica oberta i forats laterals, graduat, guia ac.inox 100(+/-3)cm, introductor, estèril, sense làtex, un sol ús.	Obert


 Doc original signat per:
Olga Santamaría Herrero
06/05/2026

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

 Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 28 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30007045	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", radioopac, de diàmetre CH-4,8x10cm +/- 1cm de llarg, extrems obert/obert,radioopac,amb guia de 0,035",a/empenyador connectable, amb sonda de rentat, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús	Obert
12	Catèter-stent ureteral doble pigtail	30007046	Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",recobr hidrofílic,Ø7x28(+/-0,5)cm,radioopac,extrems oberts,guia nucli fix 0,035",empenyador connectable,estèril,individual,sense làtex,un sol ús	Obert
13	Catèter ureteral una "J"/Pigtail Tancada	30001017	Catèter ureteral simple pigtail "J", Ø CH-6 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail "J" tancada i amb forats laterals, graduat en cm, guia de 0,035", connector a bossa d'orina, sense làtex (només connector bossa orina), estèril,individual,1ús	Obert
13	Catèter ureteral una "J"/Pigtail Tancada	30003156	Catèter ureteral simple pigtail "J", Ø CH-7 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail "J" tancada i amb forats laterals, graduat en cm, guia de 0,035", connector a bossa d'orina, sense làtex (només connector bossa orina), estèril, individual,1ús	Obert
13	Catèter ureteral una "J"/Pigtail Tancada	30010257	Catèter ureteral simple pigtail "J", Ø CH-8 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail "J" tancada i amb forats laterals, graduat en cm, guia de 0,035", connector a bossa d'orina, sense làtex (només connector bossa orina), estèril, individual,1ús	Obert
14	Catèter ureteral una "J"/Pigtail Oberta	30013316	Catèter ureteral simple pigtail "J", radioopac, Ø CH 6 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail oberta i amb forats laterals en el cos del catèter, graduat en cm,guia nucli fix recobert PTFE de 150cm +/- 5cm llarg,no làtex,estèril,individual,1ús	Obert
14	Catèter ureteral una "J"/Pigtail Oberta	30013317	Catèter ureteral simple pigtail "J", radioopac, Ø CH 7 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail oberta i amb forats laterals en el cos del catèter, graduat en cm,guia nucli fix recobert PTFE de 150cm +/- 5cm llarg,no làtex,estèril,individual,1ús	Obert
14	Catèter ureteral una "J"/Pigtail Oberta	30013318	Catèter ureteral simple pigtail "J", radioopac, Ø CH 8 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail oberta i amb forats laterals en el cos del catèter, graduat en cm,guia nucli fix recobert PTFE de 150cm +/- 5cm llarg,no làtex,estèril,individual,1ús	Obert
15	Catèter procediments d'endourologia	30009950	Catèter-stent ureteral cilíndric,per a procediments d'endourologia,diàmetre CH-5 x 70cm de llarg,extrem distal obert amb punta flexible i orificis laterals,compatible amb guia de 0,038,connector L-L,sense làtex, estèril,envàs individual,d'un sol ús"	Obert
15	Catèter procediments d'endourologia	30007550	Catèter-sonda dilatació ureteral, radioopac, diàmetre de CH-12 x 60cm de llarg, extrem distal amb punta central cònica, graduació centimètrica.sense làtex,estèril,1ús	Obert

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 29 de 73

**Salut/Institut
Català de la Salut**
ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
15	Catèter procediments d'endourologia	30015873	Catèter-guia ureteral de copolímer oleofínic, de diàmetre de CH-6 x 70cm +/- 3cm de llarg, marques radioopaques, punta cònica, connectors luer-lock, compatible amb guia de 0,038", per a l'accés ureteral en procediments d'endourologia, estèril, 1ús	Obert
15	Catèter procediments d'endourologia	30035710	Catèter-baló per a dilatació en NPC,a/beina,d'alta pressió fins 20Atm,PTFE, consta:catèter baló dilatació Ø6FrX55(+/-2)cm,a/punta obert cònic p/guia_0,038",baló Øinflat 24FrX15(+/-2)cm llarg i beina 24FrX 17(+/-2)cm,a/nanòmetre,sense làtex,estèril,1ús	Obert
15	Catèter procediments d'endourologia	30032361	Catèter-baló per a dilatació en NPC,alta pressió fins 20Atm,poliètilè, consta:catèter del baló dilatació Ø7FrX55cm +/-2cm llarg,punta oberta cònica,p/guia 0,038",baló Øinflat 24FrX8cm llarg i dilatació fins 24Fr,càn/punta rodona pic flauta,est,indiv,1ús	Obert
15	Catèter procediments d'endourologia	30050531	Catèter-baló dilatació ureteral via trans-ureterorenoscòpica, doble llum, de Pebax, diàmetre 6Fr (2mm) x 75cm +/-2cm llarg, baló diàmetre 6mm x6cm llarg, de fibra multicapa, radioopac, amb inflador dilatació fins a30ATM, no làtex,estèril,individual,1ús	Obert
15	Catèter procediments d'endourologia	30051977	Catèter-baló dilatació en NPC,a/beina,d'alta pressió fins 20Atm,PTFE, consta:catèter baló dilatació Ø6FrX55(+/-2)cm, a/punta obert cònic p/guia_0,038",baló Øinflat 18FrX15(+/-2)cm llarg i beina 18FrX 17(+/-2)cm de llarg,a/nanòmetre,sense làtex,estèril,1ús	Obert
15	Catèter procediments d'endourologia	30061707	Catèter baló dilatació per tractament estenosi uretral 30Fx30mm,alliberador de fàrmac anti proliferatiu Paclitaxel d'absorció >30dies.Optilume o equivalent	Obert
15	Catèter procediments d'endourologia	30061708	Catèter baló dilatació per tractament estenosi uretral 30Fx50mm,alliberador de fàrmac anti proliferatiu Paclitaxel d'absorció >30dies.Optilume o equivalent	Obert
15	Catèter procediments d'endourologia	30062538	Catèter-baló per dilatació ureteral,amb clau de pas i disposit d'inflat,pressió fins 26Atm, de PTFE, consta: catèter baló dilatac Ø5,8FrX75cm llarg a/punta oberta cònica per guia_0,038", marques radiopaq,baló Øinflat 18FrX4cm llarg,sense làtex,estèr,1ús	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30001019	Equip p/nefrostomia percutània,amb:cat/pigtail "J"poliètilè tou a/mandrà a/forats,ØCH-8x29cm+/-1cm llarg a/con L-L,2ag/Chiba 18G i 22G,gu/tip/Seldinger 0,038"x80cm+/-3cm PTFE,a/dilat,tub con PVC 26cm+/-2cm a/clau i luer 360º,con/bos/orina,no làt,est,1ús	Obert

GENERALITAT DE CATALUNYA

 Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

 Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 30 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30005420	Equip nefrostomia percutània compost: catèter pigtail "J" de PUR tou amb recobriment hidrofílic, ØCH-10(3,33mm) x 25cm +/-2cm, agulles 18G i 21G, dilatador 10F, guia en "J" de 0,038", connex L-L a/clau de pas p/bossa drenatge, estèril, indiv, 1ús	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30006482	Catèter ureteral tipus pigtail per a nefroureterectomia percutània, poliuretà radioopac, punta distal tancada, 8Fr, llarg 90 cm, amb introductor, guia Seldinger PTFE0,035", clamp, connector a bossa orina, no làtex. Estèril.	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30012532	Catèter ureteral per a nefrostomia 8F-25cm de poliuretà radioopac, llarga durada, graduat, extrem distal tipus pigtail amb recobriment hidrofílic, fiador amb punta cònica central, obturador. Per a guia 0,035". Estèril.	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30018702	Catèter-sonda per a NPC de silicona transparent, ØCH-14 x 45cm +/-2cm amb baló de 3ml, punta radiopaca, embut desconnectable, obertura central, 2orificis drenatge abans i després baló, graduació cm, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connex universal, estèril, 1ús	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30027003	Catèter-drenatge nefroureterostomia percutània, material plàstic a/recobriment hidrofílic, radioopac, ØCH-8, 5x26cm +/- 1cm (entre pigtails), doble drenatge: 1 (bufeta-ronyó) i 1 (ronyó exterior), llaç bloqueix, forats laterals, p/guia 0,038", no làtex, est, indiv, 1ús	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30028062	Catèter-drenatge nefroureterostomia percutània, material plàstic a/recobriment hidrofílic, radioopac, ØCH-8, 5x22cm +/- 1cm (entre pigtails), doble drenatge: 1 (bufeta-ronyó) i 1 (ronyó exterior), llaç bloqueix, forats laterals, p/guia 0,038", no làtex, est, indiv, 1ús	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30028063	Catèter-drenatge nefroureterostomia percutània, material plàstic a/recobriment hidrofílic, radioopac, ØCH-8, 5x24cm +/-1cm (entre pigtails), doble drenatge: 1 (bufeta-ronyó) i 1 (ronyó exterior), llaç bloqueix, forats laterals, p/guia 0,038", no làtex, est, indiv, 1ús	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30030997	Equip nefrostomia percutània: catèter a/mecanisme fixació 8Fx30cm +/- 2cm recob/hidrofílic, radiopac al pigtail, guia segur 0,038", dilatadors, agulla, suport catè de baix perfil amb llaç, disc de retenció a/llaç, tub a/clau 1 via estèril	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30034251	Catèter-sonda per a NPC de silicona transparent, ØCH-20 x 45cm +/-2cm amb baló 5ml, punta radiopaca, embut desconnectable, obertura central, 2orificis drenatge abans i després de baló, graduació cm, vàlvula per a ràcords luer i luer-lock, connex universal, est, 1ús	Obert



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 31 de 73

**Salut/Institut
Català de la Salut**
ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP
GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30062587	Catèter-sonda per a nefrostomia percutània, silicona, ØCH-16x24cm llar, baló 5ml, punta radioopaca, obertura central, 2 orificis de drenatge abans i després de baló, vàlvula per a ràcords L i L-lock, per guia 0,038", connex universal, estèril, 1sol ús	Obert
16	Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)	30069501	Equip p/nefrostomia percutània, amb: cat/pigtail "J" polietilè tou a/mandrí a/forats, ØCH-10x29cm +/- 1cm llarg a/con L-L, 2ag/Chiba 18G i 22G, gu/tip/Seldinger 0,038"x100cm +/- 3cm PTFE, a/dilat, tub con PVC 26cm +/- 2cm a/clau i luer 360º, con/bos/orin, no làt, est, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30008440	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-12x25cm +/- 3cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 14G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,038", estèril, indiv, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30008271	Catèter de drenatge pigtail "J", poliuretà flexible a/recobriments hidrofílics en extrem distal, ØCH-14x35cm +/- 2cm, marques cm, punta no colzable, grans orificis drenatge, accepta guia de 0,038", amb fil/llaç ancoratge, 2estilets ecogènics, estèril, individual, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30011252	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-7x20cm +/- 2cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 18G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,035", estèril, indiv, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30015660	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-8x25cm +/- 2cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 17G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,038", estèril, indiv, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30015661	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-6x25cm +/- 3cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 19G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,035", estèril, indiv, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30019948	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-12x20cm +/- 2cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 14G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,038", estèril, indiv, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30032194	Catèter de drenatge pigtail multipropòsit, poliuretà a/recobriments hidrofílics en l'extrem distal, ØCH-8 x 35 +/- 2cm de llarg, punta no colzable, grans orificis de drenatge, radioopac, guia 0,038", amb fil/llaç ancoratge, agulla a/estilet, sist bloqueig, est, 1ús	Obert


 Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

 Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 32 de 73

**Salut/Institut
Català de la Salut**
ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30034406	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-16x25cm +/-2cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 14G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,038", estèril, indiv, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30048863	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-14x25cm +/-2cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 14G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,038", estèril, indiv, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30058573	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-10x25cm +/-2cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 17G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,038", estèril, indiv, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30005190	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-6x20cm +/-2cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 19G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,035", estèril, indiv, 1ús	Obert
17	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge	30005195	Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-8x20cm +/-2cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 17G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,038", estèril, indiv, 1ús	Obert
18	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa	30005421	Equip de drenatge via percutània, compost: catèter pigtail "J" poliuretà tou, Ø CH-12x30cm +/-3cm llarg (orificis extrem pigtail), agulla punció 17,5Gx20cm llarg, obturador, guia 0,035"x100cm +/-5cm (punta "J" 3mm), dilatad, clau 2vies, adapt L-LM a bossa, est, 1ús	Obert
18	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa	30005475	Equip de nefrostomia percutània per punció directa (tècnica Seldinger), compost: catèter pigtail "J", poliuret tou biocomp, radioopac, ØCH-8 x 30cm +/-5cm llarg, agulla punció 18Gx15cm, guia 0,035, adaptador amb bossa, estèr, indiv, 1ús	Obert
18	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa	30006591	Equip de nefrostomia percutània per punció directa, compost: catèter pigtail "J", de polietilè tou, de diàmetre CH-10 x 29cm +/-3cm de llarg, agulla-tròcar de punció de 19G, connector a bossa, sense làtex, estèril, individual, 1 ús	Obert
18	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa	30013718	Equip drenatge absccés via percutània, compost: catèter pigtail "J" de poliuretà tou, Ø CH-8x30cm +/-3cm llarg (orificis extrem pigtail), agulla punció 17,5Gx20cm llarg, obturador, guia 0,035"x100cm (punta "J" 3mm), dilatad, clau 2vies, adapt L-LM a bossa, est, 1ús	Obert

GENERALITAT DE CATALUNYA

 Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

 Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 33 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
18	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa	30051321	Equip rdrenatge punció directa via percutània,amb:catèter pigtail "J" a/9 forats lateral,PVC transpa,ØCH-24x41cm+/-2cm llarg,connex cònic,posicion/coaxial,agul/punció punt/radioop,guia rígida tip/Amplatz Ø0,038" pun"J" 3mm,3dilat/radioop,estèril,ind,1ús	Obert
18	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa	30052312	Catèter de drenatge percutani pigtail,multipropòsit,poliuretà flexible a/recobrimet hidrofílic,ØCH-8,5x45cm +/-2cm,marques cm,punta no colzable,6orificis drenatge,banda radiopaca,accepta guia de 0,038",amb fil/llaç,ancoratge,estèril,lliure làtex,un ús	Obert
18	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa	30062639	Catèter de drenatge nefrostomia Tec Seldinger,poliuretà flexible a/recobrimet hidrofílic,ØCH-8x30cm +/-5cm,marques centimetrades,punta no colzable,orificis drenatge laterals,banda radiopaca,a/ fil/açancoratge,estèril,lliure làtex,un ús.	Obert
18	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa	30066823	Catèter drenatge percutani pigtail,multipropòsit,poliuretà flexible a/recobrimet hidrofílic,8,5x25(+/-2)cm,marques cm,punta no colzable,6 orificis drenatge,banda radiopaca,accepta guia de 0,038",amb fil/llaç ancoratge,estèril,lliure làtex,un ús	Obert
18	Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa	30068635	Equip drenatge p/TT quist bartolí, polímer, compost per: catèter amb baló, xeringa, bisturí, estèril, sense làtex, un sol ús	Obert
19	Drenatge vesical suprapúbic	30002391	Equip per a drenatge vesical suprapúbic(cistostomia),compost: trocar,sonda 2v silicona 100%, biocomp,diàmetre CH12x42cm +/-3cm,extrem distal a/punta oberta radiop,baló retenció de 3-10ml,bist,fixa,tap,cinta adh,no làtex,no DEHP,estèril,individual,1 ús	Obert
19	Drenatge vesical suprapúbic	30002392	Equip per a drenatge vesical suprapúbic(cistostomia),compost: trocar,sonda 2v silicona 100%, biocomp,diàmetre CH10x42cm +/-3cm,extrem distal a/punta oberta radiop,baló retenció de 3-10ml,bist,fixa,tap,cinta adh,no làtex,no DEHP,estèril,individual,1 ús	Obert
19	Drenatge vesical suprapúbic	30002393	Equip drenatge vesical suprapúbic,compost: catèter de poliuretà a/punta tipus "pigtail" diàmetre CH-10 x 65cm+/-3cm llarg,cànula punció de 8cm (fàcil retirada),marques longitud,connector estàndard p/acoblar a bossa diüresi,no làtex,estèril,individual,1ús	Obert
19	Drenatge vesical suprapúbic	30005133	Equip per a drenatge vesical suprapúbic, compost: sonda de silicona en "J" corbatura simple, ØCH-8x50cm +/-3cm llarg i amb orificis laterals, trocar metàl·lic CH-9, bisturí, maneguet fixació, clau 3pasos,clamp,2connectors luer-lock,estèril,individual,1ús	Obert



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 34 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
19	Drenatge vesical suprapúbic	30034027	Equip per a drenatge vesical suprapúbic de recanvi, ús adult, compost: guia acer recobert tefló 100cm +/-4cm llarg; sonda de silicona transparent de dos vies de ØCH-10 x 50cm +/-3cm llarg,punta pigtail amb 6 orificis i baló de 3-5ml; tap sonda,est,1ús	Obert
19	Drenatge vesical suprapúbic	30035363	Equip drenatge vesical suprapúbic,compost: catèter de poliuretà a/punta tipus"pigtail" diàmetre CH-10 x 65cm+/-3cm llarg,cànula punció de 12cm (fàcil retirada),marques longitud,connector estàndard p/acoblar a bossa diüresi,no làtex,estèril,individual,1ús	Obert
19	Drenatge vesical suprapúbic	30054534	Equip per a drenatge vesical suprapúbic (cistostomia),compost:trocar pelable,sonda 2vies silicona 100%,biocompatible,ØCH12x40cm +/-3cm,línia rx,extrem distal punta recta oberta,2orif later oposats,baló retenció,bisturí,no làtexDEHP,estèril,individual,1ús	Obert
20	Bugies-dilatadors	30007817	Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-12 x 34cm +/-2cm de llarg, sense làtex, estèril, envàs individual	Tancat
20	Bugies-dilatadors	30012686	Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-14 x 34cm +/-2cm de llarg, sense làtex, estèril, envàs individual	Tancat
20	Bugies-dilatadors	30012687	Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-10 x 34cm +/-2cm de llarg, sense làtex, estèril, envàs individual	Tancat
20	Bugies-dilatadors	30015883	Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-8 x 34cm +/-2cm de llarg, sense làtex, estèril, envàs individual	Tancat
20	Bugies-dilatadors	30031707	Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-16 x 34cm +/-2cm de llarg, sense làtex, estèril, envàs individual	Tancat
20	Bugies-dilatadors	30005424	Bugia punta olivaper a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material plàstic, diàmetre de CH-24 x 34cm +/-2cm de llarg, sense làtex, estèril, envàs individual	Tancat
20	Bugies-dilatadors	30006775	Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-20 x 34cm +/-2cm de llarg, sense làtex, estèril, envàs individual	Tancat
21	Catèters-drenatge cirurgia oberta	30018922	Catèter-tub de elastómer de silicona transparent, per al tractament de la hipospàdia, diàmetre extern 10Fr(3,3mm) x 12 +/- 2cm de longitud, estèril, individual. Un sol ús	Obert



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 35 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
21	Catèters-drenatge cirurgia oberta	30038032	Catèter-tub de elastòmer termoplàstic, per a la col·locació an la uretra després tractament de la hipospàdia, de diàmetre extern 8Fr(2,7mm) x 12cm +/- 1cm de llarg, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Obert
21	Catèters-drenatge cirurgia oberta	30042050	Catèter per a ureterocutaniostomia, de poliuretà transparent, diàmetre CH-10,5 (3,5mm) x 25cm +/- 2cm llarg, sense embut, punta central, orificis drenatge en espiral a 10mm distància, línia radioopaca, disc subjecció fix, a/autofixació, no làtex, estèril, indiv, 1ús	Obert
21	Catèters-drenatge cirurgia oberta	30066798	Equip stent d'uretra per bolquer Koyle, 6 F x 50 cm de longitud per mantenir la uretra oberta durant la recuperació de cirugies.	Obert
21	Catèters-drenatge cirurgia oberta	30066799	Equip catèter-stent PUR de pieloplàstia intraoper; cat uretral a/anciat pelvis renal pigtail a/orif, Ø4F, long: 12-18cm, extr oberts, rx, marc prof, a/ag adapt; Ø màx guia Ø0,025" x 145 +/- 5cm, estilet de 3cm	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30000972	Catèter-Sonda per a urodinàmica (estudi pressió uretral), de clorur de polivinil (PVC) radioopac, de 1 via, diàmetre de CH-8 x 50cm +/- 2cm de llarg, graduada em centímetres, extrem distal amb dos orificis, connexió luer amb tap, estèril, d'un sol ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30001957	Catèter-Sonda per a urodinàmica (cistometria+estudis pressió uretral), poliuretà radioopac, 3 vies, ØCH-9 x 40 +/- 5cm llarg, marques profunditat, connector transparent uníver, tub extensió PVC, adaptador i tap L-L femella, no orificis ventilació, estèril, 1ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30005435	Catèter-Sonda p/urodinàmica (cistomanometria), PVC, 2 vies, ØCH-6x30 +/- 5cm, recta, ús pediàtric, 2 lumens (blau mesura i transparent ompliment), connexions luer-look amb tap, radioop, marcat centimètric, sense làtex, estèril, un sol ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30005436	Catèter-Sonda p/urodinàmica (cistomanometria), PVC, 2 vies, ØCH-8 x 40 +/- 5cm, recte, adult, 2 lumens (blau mesura i transparent ompliment), connexions luer-look amb tap, radioop, marcat centimètric, sense làtex, estèril, un sol ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30008526	Catèter-Sonda p/estudis de cistomanometria (ompliment-buidat), Pebax, 2 vies, a/línia extensió, ØCH-8x140cm +/- 5cm llarg total, con L-L femella, 1: Ø1,5mmx140cm +/- 5cm (pressió vesical) i 1: Ø1,5x3mmx20cm (ompliment), marcat centimètric, no làtex, est, indiv, 1ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30008527	Catèter-Sonda p/estudis de cistomanometria (ompliment-buidat), Pebax, 2 vies, a/línia extensió, ØCH-6x140cm +/- 5cm llarg total, con L-L femella, 1: Ø1,5mmx140cm +/- 5cm (pressió vesical) i 1: Ø1,5x3mmx20cm (ompliment), marcat centimètric, no làtex, est, indiv, 1ús	Obert



Doc original signat per:
Olga Santamària Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 36 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30009789	Catèter-Sonda per a cistomanometria, de clorur de polivinil (PVC), de 2 vies, diàmetre de CH-6 x 30cm +/- 5cm llarg, 1 forat distal gran i 2 forats proximals de diàmetre petit,connexió universal, estèril, envàs individual	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30012013	Catèter-Sonda rectal per mesurar la pressió abdominal en estudis urodinàmics,PVC,1 via,diàmetre de CH-5, amb introductor, amb baló,connexió luer lock amb tap,allargadora de 200cm+/-10cm, no làtex,estèril,envàs indiv,1ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30017563	Catèter-Sonda rectal per a cistomanometria i pressió de flux en estudis urodinàmics,PVC,ØCH-5x180cm +/- 5cm llarg,connector luer-lock femella per a pressió abdominal,baló amb tall per eliminar aigua,no làtex,estè,indiv,1ús. Comp/equip Phoenix Plus o eq	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30018820	Catèter-Sonda per a cistomanometria,PVC,de 2 vies,Ø CH-8X70cm +/- 3cm llarg,punta tianan colzada,semi-rígid, 2 connexions luer-lock femella (6 i 5 cm),radioopaca,marcat centimètric,no làtex,estèril,indiv,1ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30019490	Equip p/estudis urodinàmics,pebax,compost:catèter 3vies p/cistometria d'ompliment-perfil uretral,ØCH9x40cm +/- 2cm,distàn/lúmens 1-6cm,cat/rectal 1via a/introductor 10cm p/mesurar pres/abdominal,ØCH-7,5x200cm +/- 10cm,con L-L,no làtex,est	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30034757	Catèter-Sonda per a urodinàmica (cistometria+estudis pressió uretral),punta Coudé, de clorur de polivinil (PVC),de 2 vies, diàmetre CH-6 x 45cm +/- 2cm de llarg,orifici distal gran i dos orificis proximals de petit diàmetre,connexió luer femella,est,1ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30038031	Equip de purgat de 4 vies per a catèters d'urodinàmica, de 150cm +/- 5cm de llarg, connexions Luer mascle, de PVC, amb tancament de rodet i clapms de tancament a les 4 vies de color, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30059992	Catèter urodinàmica 7x50+/-5cm amb punta recta cilíndrica, amb 1 sensors,per la mesura de la presió abdominal,de polietilè,radiopac,amb marques cm,amb connexió luer-lock i tap,sense làtex/DEHP/BPA,estèril, d'un sol ús.	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30059993	Catèter-Sonda vesical per a urodinàmica, per medicció pressió amb tecnologia T-Doc, de 2 vies, diàmetre de CH-7, marcadors radioopacs, estèril, d'un sol ús	Obert
22	Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia	30070738	Catèter-Sonda urodinàmica,medició pressió vesical,un sensor amb canal d'infusió, Ø 7Fx 50cm long,carregat per aire,connex luer-look, taps, estèril, sense latex/DEHP/BPA,radiopac,d'un sol ús.compatible amb urodinamia Laborie o equiv.	Obert



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 37 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/111471697/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
23	Guia p/procediments endourologia	30051730	Guia p/procediments endourologia,utilitzar a/catèters doble"J" i/o col·locar instruments endourològics,de 0,035"x150cm+/-5cm llarg,cos rígid i nucli central fix,punta recta de 3cm flexible,acer inox recoberta PTFE,cos rígid i nucli central fix,estèril,1ús	Obert
23	Guia p/procediments endourologia	30052847	Guia per a procediments d'endourologia, de 0,035" x 150cm llargària,hibrida,de Nitinol, cos mallat en espiral amb cobertura hidrofílica,punta distal recta de 5cm amb recobriment de tungstè, estèril,un sol ús	Obert

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 38 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 39 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 1 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000972

Descripció llarga:

Catèter-Sonda per a urodinàmica (estudi pressió uretral), de clorur de polivinil (PVC) radioopac, de 1 via, diàmetre de CH-8 x 50cm +/- 2cm de llarg, graduada em centímetres, extrem distal amb dos orificis, connexió luer amb tap, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001000

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 orif lat, a/ mandri metàl·lic, marqués de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-3 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001001

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 orif lat, a/mandri metàl·lic, marqués de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-4 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001002

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 orif lat, a/mandri metàl·lic, marqués de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-5 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001003

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 orif lat, a/mandri metàl·lic, marqués de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-6 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001004

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 orif lat, a/mandri metàl·lic, marqués de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-7 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001005

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte tancat cilíndric, 2 orif lat, a/mandri metàl·lic, marqués de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-8 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001006

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte obert, punta bisellada, 2 orif lat, a/mandri de polièster, marqués de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-3 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 40 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 2 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30001007

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC),radioopac,extrem distal recte obert,punta bisellada,2 orf lat, a/mandri de polièster, marq de profunditat en intervals d'1cm,diàmetre de CH-4 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30001008

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC),radioopac,extrem distal recte obert,punta bisellada,2 orf lat, a/mandri de polièster, marq de profunditat en intervals d'1cm,diàmetre de CH-5 x 70cm +/- 3cm de llargària,sense làtex, estèril, individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30001009

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC),radioopac,extrem distal recte obert,punta bisellada,2 orf lat,a/mandri de plàstic,mar q de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-6 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001012

Descripció llarga:

Catèter ureteral Chevassu,clorurpolivinil radioopac, marquespenetració, amb mandri metàl·lic, extrem distal en formabulb amb punta o berta bisellada, diàmetreCH-4 x 70cm +/- 3cmllarg, sense làtex, estèril, individual, lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30001013

Descripció llarga:

Catèter ureteral Chevassu,de clorur de polivinil radioopac,marques de penetració,a/ mandri metàl·lic,extrem distal en forma de bulb a/punta oberta bisellada,diàmetre de CH-5 x 70cm +/- 3cm de llarg,connec luer-lock ,sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30001015

Descripció llarga:

Catèter ureteral Chevassu, de clorur de polivinil radioopac, marques de penetració,amb fiador,guia acer inoxidable,amb punta oberta bisellada, diàmetre de CH-7 x 70cm +/- 3cm de llarg, sense làtex, estèril, individual, lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30001017

Descripció llarga:

Catèter ureteral simple pigtail "J", Ø CH-6 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail "J" tancada i amb forats laterals, gr aduat en cm, guia de 0,035", connector a bossa d'orina, sense làtex (només connector bossa orina), estèril,individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30001019

Descripció llarga:

Equip p/nefrostomia percutània,amb:cat/pigtail "J"polietilè tou a/mandri a/forats,ØCH-8x29cm+/-1cm llarg a/con L-L,2ag/Chiba 18G i 2 2G ,gu/tip/Seldinger 0,038"x80cm+/-3cm PTFE,a/dilat,tub con PVC 26cm+/-2cm a/clau i luer 360°,con/bos/orina,no lát,est,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 41 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 3 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30001957

Descripció llarga:

Catèter-Sonda per a urodinàmica (cistometria+estudis pressió uretral) ,poliuretà radioopac,3 vies,ØCH-9 x 40+/-5cm llarg,marques prof unditat,connector transparent univer,tub extensió PVC,adaptador i tap L-L femella,no orificis ventilació,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30002391

Descripció llarga:

Equip per a drenatge vesical suprapúbic(cistostomia),compost: trocar,sonda 2v silicona 100%, biocomp,diàmetre CH12x42cm +/-3cm,extre m distal a/punt oberta radiop,baló retenció de 3-10ml,bist,fixa,tap,cinta adh,no làtex,no DEHP,estèril,individual,1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30002392

Descripció llarga:

Equip per a drenatge vesical suprapúbic(cistostomia),compost: trocar,sonda 2v silicona 100%, biocomp,diàmetre CH10x42cm +/-3cm,extre m distal a/punt oberta radiop,baló retenció de 3-10ml,bist,fixa,tap,cinta adh,no làtex,no DEHP,estèril,individual,1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30002393

Descripció llarga:

Equip drenatge vesical suprapúbic,compost: catèter de poliuretà a/punta tipus "pigtail" diàmetre CH-10 x 65cm+/-3cm llarg,cànula pun ció de 8cm (fàcil retirada),marques longitud,connector estàndard p/acoblar a bossa diüresi,no làtex,estèril,individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30002394

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",Ø CH-6 x 24(+/-0,5)cm,radioopac ,extrem distal punta cilíndrica oberta i forats laterals,gra duat,guia ac.inox 100(+/-3)cm,introductor,estèril,sense làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30003156

Descripció llarga:

Catèter ureteral simple pigtail "J", Ø CH-7 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtaill "J" tancada i amb forats laterals, gr aduat en cm, guia de 0,035", connector a bossa d'orina, sense làtex (només connector bossa orina), estèril, individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30005133

Descripció llarga:

Equip per a drenatge vesical suprapúbic, compost: sonda de silicona en "J" corbatura simple, ØCH-8x50cm +/-3cm llarg i amb orificis laterals, tròcar metàl·lic CH-9, bisturi, maneguet fixació, clau 3pasos,clamp,2connectors luer-lock,estèril,individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30005190

Descripció llarga:

Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-6x20cm +/-2cm llarg, punta no colzable,agulla-tròcar 19G a/clip fixació a catèter,llaç ancoratge,accepta guia 0,035",estèril,indiv,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 42 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 4 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30005195

Descripció llarga:

Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-8x20cm +/-2cm llarg, punta no colzable, agulla-tròcar 17G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,038", estèril, indiv, lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30005420

Descripció llarga:

Equip nefrostomia percutània compost: catèter pigtail "J" de PUR tou amb recobriments hidrofílics, ØCH-10(3,33mm) x 25cm +/-2cm, agulles 18G i 21G, dilatador 10F, guia en "J" de 0,038", connex L-L a/clau de pas p/bossa drenatge, estèril, indiv, lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30005421

Descripció llarga:

Equip de drenatge via percutània, compost: catèter pigtail "J" poliuretà tou, Ø CH-12x30cm +/-3cm llarg (orificis extrem pigtail), agull a punció 17,5Gx20cm llarg, obturador, guia 0,035"x100cm +/-5cm (punta "J" 3mm), dilatad, clau 2vies, adapt L-LM a bossa, est, lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30005424

Descripció llarga:

Bugia punta olivaper a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material plàstic, diàmetre de CH-24 x 34cm +/-2cm de llarg, sense làtex, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30005435

Descripció llarga:

Catèter-Sonda p/urodinàmica (cistomanometria), PVC, 2vies, ØCH-6x30 +/-5cm, recta, ús pediàtric, 2 lumens (blau mesura i transparent ompliment), connexions luer-look amb tap, radioop, marcat centimètric, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30005436

Descripció llarga:

Catèter-Sonda p/urodinàmica (cistomanometria), PVC, 2 vies, ØCH-8 x 40 +/-5cm, recte, adult, 2 lumens (blau mesura i transparent ompliment), connexions luer-look amb tap, radioop, marcat centimètric, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30005440

Descripció llarga:

Catèter ureteral, de clorur de polivinil (PVC), radioopac, extrem distal recte obert, punta bisellada, 2 orf lat, a/mandrí metàl·lic, marg de profunditat en intervals d'1cm, diàmetre de CH-7 x 70cm +/- 3cm de llargària, sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30005475

Descripció llarga:

Equip de nefrostomia percutània per punció directa (tècnica Seldinger), compost: catèter pigtail "J", poliuret tou biocomp, radioopa c, ØCH-8 x 30cm +/-5cm llarg, agulla punció 18Gx15cm, guia 0,035, adaptador amb bossa, estèr, indiv, lús



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 43 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PAGINA: 5 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30005478
Descripció llarga: Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", Ø CH-6 x 12(+/- 0,5)cm, poliuretà tou, radioopac, graduat, extrems oberts, guia ac.inox recuberta PTFE 0,035" 100+/3cm, empenyador 40+/-2cm, estèril, sense làtex, individual, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30005479
Descripció llarga: Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", Ø CH-6 x 14(+/- 0,5)cm, radioopac, graduat, extrems oberts, amb guia ac.inox recoberta PTFE 0,035" 100+/3cm, empenyador 40+/-2cm, estèril, sense làtex, individual, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30006482
Descripció llarga: Catèter ureteral tipus pigtail per a nefroureterectomia percutània, poliuretà radioopac, punta distal tancada, 8Fr, llarg 90 cm, amb introductor, guia Seldinger PTFE0,035", clamp, connector a bossa orina, no làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30006591
Descripció llarga: Equip de nefrostomia percutània per punció directa, compost: catèter pigtail "J", de polietilè tou, de diàmetre CH-10 x 29cm +/-3cm de llarg, agulla-tròcar de punció de 19G, connector a bossa, sense làtex, estèril, individual, 1 ús		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30006775
Descripció llarga: Bugia punta oliua per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-20 x 34cm +/-2cm de llarg, sens làtex, estèril, envàs individual		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30007043
Descripció llarga: Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", copolímer oleofilic, a/recobr hidrogel, conduct extrac acloplat, posicionador dirigible, Ø CH-6 x 28(+/-0,5)cm, radioopac, marq prof, extrems oberts, guia PTFE 0,035", empenyador connectable, estèril, indiv, s/ làtex, un ús.		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30007045
Descripció llarga: Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", radioopac, de diàmetre CH-4 ,8x10cm +/- 1cm de llarg, extrems obert/obert, radioopac, amb gui a de 0.035", a/empenyador connectable, amb sonda de rentat, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30007046
Descripció llarga: Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", recobr hidrofílic, Ø7x28(+/-0,5)cm, radioopac, extrems oberts, guia nucli fix 0,035", empenyador connectable, estèril, individual, sense làtex, un sol ús		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 44 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 6 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30007052
Descripció llarga: Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", radioopac, de diàmetre CH-6 x 26(+/- 0,5)cm,extrem distal obert,radioopac,guia PTFE 0'035" empenyador connectable,estèril,sense làtex,individual,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30007550
Descripció llarga: Catèter-sonda dilatació ureteral, radioopac, diàmetre de CH-12 x 60cm de llarg, extrem distal amb punta central cònica, graduació centimètrica.sense làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30007590
Descripció llarga: Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", premontat,Ø4,8x26(+/-0,5)cm ,extrem distal tancat,orificis cos del catèter,extrem proximal direccionable,graduat,radioopac,guia recuberta PTFE 100+/-3cm,pinça ,estèril,sense làtex, individual,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30007817
Descripció llarga: Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-12 x 34cm +/-2cm de llarg, sens làtex, estèril, envàs individual		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30008173
Descripció llarga: Agulla introductora per a nefrostomia percutània, Mides 18G (1,3 mm x 20 cm), amb connector luer i punta piramidal, ecogènica. Tipus Echoblast . Agulla d'acer i camisa de teflón radioopac. Estèril. d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30008271
Descripció llarga: Catèter de drenatge pigtail "J",poliuretà flexible a/recobriment hidrofílic en extrem distal,ØCH-14x35cm +/-2cm,marques cm,punta no colzable,grans orificis drenatge,accepta guia de 0,038",amb fil/llaç ancoratge,2estilets ecogènics,estèril,individual,lús		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30008440
Descripció llarga: Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-12x25cm +/-3cm llarg ,punta no colzable,agulla-tròcar 14G a/clip fixació a catèter,llaç ancoratge,accepta guia 0,038",estèril,indiv,lús		
SOL.COMANDA: 1101471697	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 30008526
Descripció llarga: Catèter-Sonda p'estudis de cistomanometria (ompliment-buidat),Pebax,2 vies ,a/línia extensió,ØCH-8x140cm +/- 5cm llarg total,con L-L femella,1: Ø1,5mmx140cm +/- 5cm (pressió vesical) i 1: Ø1,5x3mmx20cm (ompliment) ,marcat centimètric,no làtex,est,indiv,lús		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 45 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 7 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30008527

Descripció llarga:

Catèter-Sonda p'estudis de cistomanometria (ompliment-buidat),Pebax,2 vies ,a/linia extensió,ØCH-6x140cm +/- 5cm llarg total,con L-L femella,1: Ø1,5mmx140cm +/- 5cm (pressió vesical) i 1: Ø1,5x3mmx20cm (ompliment) ,marcat centimètric,no làtex,est,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30009382

Descripció llarga:

Dispositiu de fixació per al catèter de drenatge tipus Skater fix, amb ajustable per als catèters de 5Fr a 16 Fr, compost de hidroco loide per minimitzar les irritacions de pell, sense làtex

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30009789

Descripció llarga:

Catèter-Sonda per a cistomanometria, de clorur de polivinil (PVC), de 2 vies, diàmetre de CH-6 x 30cm +/- 5cm llarg, 1 forat distal gran i 2 forats proximals de diàmetre petit,conexió universal, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30009950

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral cilíndric,per a procediments d'endourologia ,diàmetre CH-5 x 70cm de llarg,extrem distal obert amb punta flexi ble i orificis laterals,compatible amb guia de 0,038,connector L-L,sense làtex, estèril,envàs individual,d'un sol ús"

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30010257

Descripció llarga:

Catèter ureteral simple pigtail "J", Ø CH-8 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtaill "J" tancada i amb forats laterals, gr aduat en cm, guia de 0,035", connector a bossa d'orina, sense làtex (només connector bossa orina), estèril, individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30011252

Descripció llarga:

Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-7x20cm +/-2cm llarg, punta no colzable,agulla-tròcar 18G a/clip fixació a catèter,llaç ancoratge,accepta guia 0,035",estèril,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30011840

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",Ø4,8x26(+/-0,5)cm,radioopac ,graduad,extrem distal obert,guia ac.inox recuberta PTFE 0,035" x150+/-3cm,nucli fix-punta flexible,empenyador,estèril,sense làtex ,individual,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30012013

Descripció llarga:

Catèter-Sonda rectal per mesurar la pressió abdominal en estudis urodinàmics,PVC,1 via,diàmetre de CH-5, amb introductor, amb baló,c onnexió luer lock amb tap,allargadora de 200cm+/-10cm, no làtex,estèril ,envàs indiv,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 46 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 8 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30012532

Descripció llarga:

Catèter ureteral per a nefrostomia 8F-25cm de poliuretà radioopac, llarga durada, graduat, extrem distal tipus pigtail amb recobriment hidrofílic, fiador amb punta cònica central, obturador. Per a guia 0,035". Estèril.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30012686

Descripció llarga:

Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-14 x 34cm +/-2cm de llarg, sens làtex, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30012687

Descripció llarga:

Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-10 x 34cm +/-2cm de llarg, sens làtex, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30013232

Descripció llarga:

Catè-stent ureteral dob pigtail "J", ús pedià, Ø CH-4 x 14(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis cos catèter, guia ac.inox recoberta PTFE 0,025"x100(+/-3)cm, nucli fix-punta flexible, empenyedador 30+/-2, estèril, s/làtex, indv, un sol ús 3001-1300/706357

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30013316

Descripció llarga:

Catèter ureteral simple pigtail "J", radioopac, Ø CH-6 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail oberta i amb forats lateral s en el cos del catèter, graduat en cm, guia nucli fix recobert PTFE de 150cm +/- 5cm llarg, no làtex, estèril, individual, ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30013317

Descripció llarga:

Catèter ureteral simple pigtail "J", radioopac, Ø CH-7 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail oberta i amb forats lateral s en el cos del catèter, graduat en cm, guia nucli fix recobert PTFE de 150cm +/- 5cm llarg, no làtex, estèril, individual, ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30013318

Descripció llarga:

Catèter ureteral simple pigtail "J", radioopac, Ø CH-8 x 90cm +/- 3cm llarg, extrem distal punta pigtail oberta i amb forats lateral s en el cos del catèter, graduat en cm, guia nucli fix recobert PTFE de 150cm +/- 5cm llarg, no làtex, estèril, individual, ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30013718

Descripció llarga:

Equip drenatge abscessos via percutània, compost: catèter pigtail "J" de poliuretà tou, Ø CH-8x30cm +/-3cm llarg (orificis extrem pigtail 1), agulla punció 17,5Gx20cm llarg, obturador, guia 0,035"x100cm (punta "J" 3mm), dilatada, clau 2 vies, adapt L-LM a bossa, est, ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 47 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 9 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30013950

Descripció llarga:

Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm amb caputxa protecció, cos flexible Ø 1,7mmx35cm llarg, amb tub termoplàstic poliamida, connector luer, adaptador, compatible citoscop de 5Fr. rigid. Estèril, un sol ús, no làtex

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30014090

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",CH-4,8 x 28(+/- 0,5)cm, extrems oberts,radiopac,guia nucli fixa punta flexible recoberta PTFE 0.035",amb empenyedador 4,8x70+/-2cm, sense làtex, estèril,individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30015660

Descripció llarga:

Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-8x25cm +/-2cm llarg, punta no colzable,agulla-tròcar 17G a/clip fixació a catèter,llaç ancoratge,accepta guia 0,038",estèril,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30015661

Descripció llarga:

Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-6x25cm +/-3cm llarg, punta no colzable,agulla-tròcar 19G a/clip fixació a catèter,llaç ancoratge,accepta guia 0,035",estèril,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30015871

Descripció llarga:

Catèter-stent urèter doble pigtail "J" ØCH-6 x 28(+/- 0,5)cm, a/recobrim hidrofílic,extrem distal obert,radiopac a/marq profunditat ,guia PTFE 0'038"x145+/-3cm,a/ fil d'extrac,posicionador 46+/-2cm,estèril ,individual,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30015873

Descripció llarga:

Catèter-guia ureteral de copolimer oleofínic, de diàmetre de CH-6 x 70cm +/- 3cm de llarg, marques radioopaques, punta cònica, conne ctors luer-lock, compatible amb guia de 0,038", per a l'accés ureteral en procediments d'endourologia, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30015883

Descripció llarga:

Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-8 x 34cm +/-2cm de llarg, sense làtex, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30017563

Descripció llarga:

Catèter-Sonda rectal per a cistomanometria i pressió de flux en estudis urodinàmics,PVC,ØCH-5x180cm +/- 5cm llarg,connector luer-loc k femella per a pressió abdominal,baló amb tall per eliminar aigua,no làtex,estè ,indiv,lús. Comp/equip Phoenix Plus o eq



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 48 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 10 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30018702

Descripció llarga:

Catèter-sonda per a NPC de silicona transparent, ØCH-14 x 45cm +/-2cm amb baló de 3ml,punta radiopaca,embut desconnectable,obertura central,2orificis drenatge abans i després baló,graduació cm,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connex universal,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30018820

Descripció llarga:

Catèter-Sonda per a cistomanometria,PVC,de 2 vies,Ø CH-8X70cm +/- 3cm llarg,punta tianan colzada,semi-rigida, 2 connexions luer-lock femella (6 i 5 cm),radiopaca,marcat centimètric,no làtex,estèril,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30018922

Descripció llarga:

Catèter-tub de elastómer de silicona transparent, per al tractament de la hipospàdia, diàmetre extern 10Fr(3,3mm) x 12 +/- 2cm de longitud,estèril, individual. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30019490

Descripció llarga:

Equip p/estudis urodinàmics,pebax,compost:catèter 3vies p/cistometria d'ompliment-perfil uretral,ØCH9x40cm +/- 2cm,distància/lúmens 1-6 cm,cat/rectal lvia a/introductor 10cm p/mesurar pres/abdominal,ØCH-7,5x200cm +/- 10cm,con L-L,no làtex,est

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30019948

Descripció llarga:

Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-12x20cm +/-2cm llarg ,punta no colzable,agulla-tròcar 14G a/clip fixació a catèter,llaç ancoratge,accepta guia 0,038",estèril,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30026072

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", per a ús pediàtric, radiopac, de diàmetre CH-4,7 x 10cm de llarg, extrem distal obert, g uia recoberta de PTFE de 0,035"x145 +/-5cm de llarg, empenyedor, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30027003

Descripció llarga:

Catèter-drenatge nefroureterostomia percutània,material plàstic a/recobriment hidrofílic,radiopac,ØCH-8,5x26cm +/- 1cm(entre pigtail ls),doble drenatge: 1(bufeta-ronyó) i 1(ronyó-exterior),llaç bloqueix,forats laterals,p/guia 0,038",no làtex,est,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30028062

Descripció llarga:

Catèter-drenatge nefroureterostomia percutània,material plàstic a/recobriment hidrofílic,radiopac,ØCH-8,5x22cm +/- 1cm(entre pigtail ls),doble drenatge: 1(bufeta-ronyó) i 1(ronyó-exterior),llaç bloqueix,forats laterals,p/guia 0,038",no làtex,est,indiv,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 49 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 11 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30028063

Descripció llarga:

Catèter-drenatge nefroureterostomia percutània, material plàstic a/recobriment hidrofílic, radioopac, ØCH-8,5x24cm +/-1cm (entre pigtail ls) , doble drenatge: 1 (bufeta-ronyó) i 1 (ronyó-exterior), llaç bloqueix, forats laterals, p/guia 0,038", no làtex, est, indiv, lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30030131

Descripció llarga:

Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm a/caputxa protecció, cos flexible Ø 1,7mmx70cm llarg, a/tu b termoplàstic poliamida, connector luer, adaptador, compatible citoscop de 5Fr. flexible o rigid. Estèril, un sol ús, no làtex

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30030997

Descripció llarga:

Equip nefrostomia percutània: catèter a/mecanisme fixació 8Fx30cm +/- 2cm recob/hidrofílic, radiop al pigtail, guia segur 0,038", dilata dors, agulla , suport catè de baix perfil amb llaç, disc de retenció a/llaç, tub a/clauvia, estèril

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30031707

Descripció llarga:

Bugia punta oliva per a la dilatació uretral femenina, policlorur de vinil (PVC) i material neoplex, diàmetre de CH-16 x 34cm +/-2cm de llarg, sens làtex, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30031959

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric, Ø CH-3 x 15(+/-0 ,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis cos del catèter, guia recob PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix-punta flex, introductor 45+/-2cm, estèril, indiv, sense làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30031961

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric, Ø CH-3 x 18(+/-0 ,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis al cos del catèter, guia recoberta PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix-punta flexible, introductor 45+/-2cm, estèril, individual, sense làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30031962

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric, Ø CH-3 x 20(+/-0 ,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis al cos del catèter, guia recoberta PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix-punta flexible, introductor 45+/-2cm, estèril, indiv, sense làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30032178

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pedià, Ø CH-4 x 12(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis cos del catèter, guia ac.inox recoberta PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix punta flexible, introductor 45+/-2cm, 2pinces, estèril, s/làtex, indiv, un sol ús.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 50 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 12 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30032190

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 18(+/-0,5)cm ,radioopac,extrem distal obert,orificis cos del catèter,guia ac.inox recoberta PTFE 150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexi,introductor 45cm+/-2cm,2pinces,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30032192

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 20(+/-0,5)cm ,radioopac,extrem distal obert,orificis cos del catèter,guia ac. Inox recoberta PTFE 150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexible,introductor 45+/-2cm,2pinces,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30032193

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pediàtric,Ø CH-4,8 x 20(+/-0,5)cm,radioopac,extrems oberts,orificis cos del catèter,guia ac.inox recuberta PTFE 150(+/-3)cm, nucli fix-punta flexi,introductor 45+/-2cm,2pinces,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30032194

Descripció llarga:

Catèter de drenatge pigtail multipropòsit, poliuretà a/recobriments hidrofílics en l'extrem distal,ØCH-8 x 35+/-2cm de llarg,punta no c olzable ,grans orificis de drenatge,radioopac,guia 0,038", amb fil/llaç ancoratge,agulla a/estilet,sist bloqueig,est,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30032361

Descripció llarga:

Catèter-baló per a dilatació en NPC,alta pressió fins 20Atm,poliètilè ,consta:catèter del baló dilatació Ø7Fr x 55cm +/-2cm llarg,punta oberta cònica,p/guia 0,038",baló Øinflat 24Fr x 8cm llarg i dilatació fins 24Fr,càn/punta rodona pic flauta,est,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30033199

Descripció llarga:

Equip d'agulla per tractament crioteràpia tumoral,compost per:1 agulla 90° 17G/Ø1,5mm x 175mm long crioablació tipus Icerod 1,5 CX,1 targeta lectora, targeta general,2 etiquetes identif d'equip per sistema tipus Visual-Ice o equivalent. Estèril,1sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30033280

Descripció llarga:

Equip d'agulla per tractament crioteràpia tumoral,compost per:1 agulla 90° 17G/Ø1,5mm x 175mm long crioablació tipus IceSphere 1,5 CX, 1 targeta lectora,1 targeta general,2 etiquet identif d'equip per sistema tipus Visual-Ice o equivalent. Estèril,1sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30034027

Descripció llarga:

Equip per a drenatge vesical suprapúbic de recanvi, ús adult, compost: guia acer recobert tefló 100cm +/-4cm llarg; sonda de silicona a transparent de dos vies de ØCH-10 x 50cm +/-3cm llarg,punta pigtail amb 6 orificis i baló de 3-5ml; tap sonda,est,lús



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 51 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 13 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30034251

Descripció llarga:

Catèter-sonda per a NPC de silicona transparent, ØCH-20 x 45cm +/-2cm amb baló 5ml,punta radiopaca,embut desconectable,obertura centr al,2orificis drenatge abans i després de baló,graduació cm,vàlvula per a ràcords luer i luer-lock,connex universal,est,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30034406

Descripció llarga:

Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-16x25cm +/-2cm llarg , punta no colzable,agulla-tròcar 14G a/clip fixació a catèter,llaç ancoratge,accepta guia 0,038",estèril,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30034757

Descripció llarga:

Catèter-Sonda per a urodinàmica (cistometria+estudis pressió uretral) ,punta Coudé, de clorur de polivinil (PVC),de 2 vies, diàmetre CH-6 x 45cm +/- 2cm de llarg,orifici distal gran i dos orificis proximals de petit diàmetre,connexió luer femella,est,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30035010

Descripció llarga:

Equip de dilatadors uretrals, corbats, de polietilè amb recobriment hidrofílic, de diàmetres: 8,0Fr - 10,0Fr - 12,0Fr - 14,0Fr - 16, 0Fr - 18 ,0Fr i 20,0Fr, de 37cm +/- 2cm de llarg, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30035363

Descripció llarga:

Equip drenatge vesical suprapúbic,compost: catèter de poliuretà a/punta tipus"pigtail" diàmetre CH-10 x 65cm+/-3cm llarg,cànula punc ió de 12cm (fàcil retirada),marques longitud,connector estàndard p/acoblar a bossa diüresi,no làtex,estèril,individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30035373

Descripció llarga:

:Catèter ureteral de doble llum, de poliuretà amb recobriment hidrofílic, marques de penetració, 10Fr x 50cm +/- 4cm de llarg, dos 1 lums de Ø0,038" (0,96mm) i Ø0,050" (1,27mm), s'accepta guia de 0,038", sense làtex, estèril, individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30035654

Descripció llarga:

Catèter-baló per a oclusió temporal d'unió uteropèlvica,per evitar entrada fragments càlculs a urèter durant litotripsia percutània, Ø 6Fx75cm+/-4cm llarg,baló silicona,guia 0,028"x80cm+/-4cm longitud d'acer recobert PTFE ,adaptador i xeringa,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30035710

Descripció llarga:

Catèter-baló per a dilatació en NPC,a/beina,d'alta pressió fins 20Atm ,PTFE, consta:catèter baló dilatació Ø6Fr x55(+/-2)cm,a/punta ob ert còni p/guia 0,038",baló ònflat 24Fr x15(+/-2)cm llarg i beina 24Fr 17(+/-2)cm,a/nanòmetre,sense làtex,estèril,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 52 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 14 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30035941

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J" copolímer oleofilic a/recobr hidrogel, Ø CH-6 x 28(+/-0,5)cm, radioopac, marques profunditat, extrems oberts, guia ac. Inox punta flexible recoberta PTFE 0,038", estèril, individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30037980

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", Ø CH-4,8 x 24(+/- 0,5)cm, radioopac, graduat, extrems oberts, guia recoberta PTFE 0'035"x150+/- 3cm, nucli fix-punta flexible, empenyador connectable+catèter rentat 4,8CHx73cm+/-2cm, estèril, s/làtex, individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30038031

Descripció llarga:

Equip de purgat de 4 vies per a catèters d'urodinàmia, de 150cm +/- 5cm de llarg, connexions Luer mascle, de PVC, amb tancament de r odet i clapms d tancament a les 4 vies de color, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30038032

Descripció llarga:

Catèter-tub de elastòmer termoplàstic, per a la col·locació an la uretra després tractament de la hipospadia, de diàmetre extern 8Fr (2,7mm) x 12cm +/- 1cm de llarg, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30039501

Descripció llarga:

Catè-stent ureter dob pigtail "J", ús pedià, ØCH-3 x 12(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis cos catèter, guia ac.inox recoberta PTFE 0,021"x100(+/-3)nucli fix-punta flexib, empenyador 30+/-2cm, estèril, sense làtex, indiv, un sol ús 3001-1020/706352

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30039505

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric, Ø CH-4,7 x 12(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis al cos del cat èter, guia ac.inox recoberta PTFE 0,035"x145(+/-3)cm, posicionador 70+/-2cm, estèril, individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30039506

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric, Ø CH-4,7 x 14(+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis al cos del cat èter, guia ac.inox recoberta PTFE 0,035"x145(+/-3)cm, posicionador 70+/-2cm, estèril, individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30039507

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", per a ús pediàtric, radioopac, de diàmetre CH-4 x 16cm +/- 1cm de llarg, extrem distal obert, forats en tot el catèter, guia de 0,025" x 100cm +/- 5cm de llarg, amb empenyador, estèril, individual, ús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 53 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 15 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30039638

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", Ø CH-6 x 26 (+/- 0,5)cm, extrem distal obert, radioopac, guia recoberta PTFE 0'035"x150+/-3cm, nucli fix-punta flexible, empenyador connectable+catèter rentat 4,8CHx73cm+/-2cm ,estèril,sense làtex, individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30040198

Descripció llarga:

Catè-stent ureteral dob pigtail "J",ús pedià,ØCH-3 x 22 (+/-0,5)cm, radioopac, extrem distal obert, orificis cos catèter, guia ac.inox rec oberta PTFE 0,021"x100 (+/-3)cm, nucli fix- punta flexible, empeny 30+/-2cm, estèril, s/làtex, indiv, un sol ús 3001-1070/706294

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30042050

Descripció llarga:

Catèter per a ureterocutaniostomia, de poliuretà transparent, diàmetre CH-10,5 (3,5mm) x 25cm +/-2cm llarg, sense embut, punta central, orificis drenatge en espiral a 10mm distància, línia radioopaca, disc subjecció fix ,a/autofixació, no làtex, estèril, indiv, lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30047477

Descripció llarga:

Agulla crioablació 17G/Ø1,5mm angle 90 °punta tallan, longitud 175 mm d'acer inox, tipus IceSeed, amb tub per gas de 2,5 (+/-1)m de poliuretà amb connector de polioximetilè, per tractament crioteràpia tumoral. Siste tipus V Ice o equivalent. Estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30047478

Descripció llarga:

Agulla crioablació Ø2,1mm 90 °punta tallan, recobriment anti-adherent fricció long 175mm d'acer, indicadors zona activa, tipus IcePearl CX, +tub gas 2,5 (+/-0,1)m poliuretà+connector, per tractament crioteràpia tumoral. Sist V Ice o equiv. Est

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30047479

Descripció llarga:

Agulla crioablació Ø2,1mm 90 °punta tallan, recobriment anti-adherent fricció long 175mm d'acer, indicadors de zona activa, tipus IceF ORCE CX , +tub gas de 2,5 (+/-1)m poliuretà+connector, per tractament crioteràpia tumoral. Sist V Ice o equiv. Estèril, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30047480

Descripció llarga:

Equip tracta tumors prostàtics sistema de crioablació: 5 agulles crioablació rectes 17G Ø1,5mm x 175 long. tipus IceSpheres, 2 sensors tèrmics multi-points, marques zona activa, 1 set d'escalfament uretral, 2 etiç iden, equip, tubs. Si V Ice o equ. Est, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30048863

Descripció llarga:

Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-14x25cm +/-2cm llarg , punta no colzable, agulla-tròcar 14G a/clip fixació a catèter, llaç ancoratge, accepta guia 0,038", estèril, indiv, lús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 54 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 16 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30050531

Descripció llarga:

Catèter-baló dilatació ureteral via trans-ureterorenoscòpica, doble llum, de Pebax, diàmetre 6Fr (2mm) x 75cm +/-2cm llarg, baló dià metre 6mm x6cm llarg, de fibra multicapa, radioopac, amb inflador dilatació fins a30ATM, no làtex,estèril,individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30050751

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 12(+/-0,5)cm ,radioopac,extrem distal obert,orificis cos del catèter,guia ac.inox recobert PTFE 150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexible,introductor 45+/-2cm,2pinces,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30051321

Descripció llarga:

Equip rdrenatge punció directa via percutània,amb:catèter pigtail "J" a/9 forats lateral,PVC transpa,ØCH-24x41cm+/-2cm llarg,connex cònic ,posicion/coaxial,agul/punció punt/radioop,guia rigida tip/Amplatz Ø0,038" pun"J" 3mm,3dilat/radioop,estèril,ind,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30051377

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pediàtric, Ø CH-4,8 x 12(+/-0 ,5)cm,copolimer oleofilic,a/recobr hidrogel,radiopac, extr em distal obert,guia PTFE 0,035"x150+/-5cm,punta cónica,empenyador,estèril,sense làtex,individual,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30051730

Descripció llarga:

Guia p/procediments endourologia,utiltzar a/catèters doble"J" i/o col·locar instruments endourològics,de 0,035"x150cm+/-5cm llarg,co s rigid i nucli central fix,punta recta de 3cm flexible,acer inox recoberta PTFE ,cos rigid i nucli central fix,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30051744

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",Ø6x26(+/-0,5)cm,radiopac,extrem distal obert, guia recoberta PTFE 150+/-3cm,empenyador 40+/-2cm,disposit/extrac imantat 15Fr40+/-2cm,estèril,sense làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30051876

Descripció llarga:

Catèter ureteral de doble llum,poliuretà recobr/hidrofílic,marq/penetr ,extr/distal punta flexible de CH-6 fins CH-10 (2cm progressiu s),50cm +/-3cm de llarg, 2 llums:Øllum col·locació 0,040" (1mm) i Øllum injecció 0,050" (1,25mm),no làtex,estèril,indiv,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30051949

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"ús pediàtric,Ø4,8x12(+/-0,5)cm ,radioopac,extrem distal obert, guia recoberta PTFE 150+/-3cm, empenyador 40+/-2cm,disposit/extrac imantat 15Fr40+/-2cm,estèril,sense làtex,un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 55 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 17 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30051977

Descripció llarga:

Catèter-baló dilatació en NPC,a/beina,d'alta pressió fins 20Atm,PTFE ,consta:catèter baló dilatació Ø6Fr_x55(+/-2)cm, a/punta obert cò ni p/guia 0,038",baló Øinflat 18Fr_x15(+/-2)cm llarg i beina 18Fr_x 17(+/-2)cm de llarg,a/nanòmetre,sense làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30052223

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"ús pediàtric,Ø4,8x20(+/-0,5)cm ,radioopac,extrem distal obert, guia recoberta PTFE 150+/-3cm, empenyador 40+/-2cm,disposit/extrac imantat 15Fr_x40+/-2cm,estèril,sense làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30052224

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"ús pediàtric,Ø4,8x24(+/-0,5)cm ,radioopac,extrem distal obert, guia recoberta PTFE 150+/-3cm, empenyador 40+/-2cm,disposit/extrac imantat 15Fr_x40+/-2cm,estèril,sense làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30052312

Descripció llarga:

Catèter de drenatge percutani pigtail,multipropòsit,poliuretà flexible a/recobrimet hidrofílic,ØCH-8,5x45cm +/-2cm,marques cm,punta no colzable ,6orificis drenatge,banda radiopaca,accepta guia de 0,038",amb fil/llaç,ancoratge,estèril,lliure làtex,un ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30052847

Descripció llarga:

Guia per a procediments d'endourologia, de 0,035" x 150cm llargària ,híbrida,de Nitinol, cos mallat en espiral amb cobertura hidrofílic a,punta distal recta de 5cm amb recobrimet de tungstè, estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30053911

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"Silicona,recobr hidrofílic ,Ø6x26(+/-0,5)cm,radioopac,graduat,extrem distal obert,guia 0,035" x150+/-3cm,punta flexible,empenyador 40+/-2cm conectable,estèril,sense làtex, individual,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30054534

Descripció llarga:

Equip per a drenatge vesical suprapúbic (cistostomia),compost:trocar pelable,sonda 2vies silicona 100%,biocompatible,ØCH12x40cm +/-3 cm,línia rx,extrem distal punta recta oberta,2orif later oposats,baló retenció ,bisturi,no làtexDEHP,estèril,individual,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30058573

Descripció llarga:

Equip de punció directa via percutània, compost: catèter pigtail "J" amb forats, de poliuretà flexible, Ø de CH-10x25cm +/-2cm llarg , punta no colzable,agulla-tròcar 17G a/clip fixació a catèter,llaç ancoratge,accepta guia 0,038",estèril,indiv,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 56 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 18 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30059886

Descripció llarga:

Catèter ureteral de diagnòstic i administració de fluids, recte i extrem de distal obert, sense forats laterals, de niló i punta de tungstè, marques penetració, diàmetre CH-3 x 70cm +/- 3cm de llarg, guia de 0,025",a/adaptador, estèril, individual, lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30059992

Descripció llarga:

Catèter urodinàmia 7x50+/-5cm amb punta recta cilíndrica, amb 1 sensors ,per la mesura de la pressió abdominal,de polietilè,radiopac,a mb marques cm,amb connexió luer-lock i tap,sense làtex/DEHP/BPA,estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30059993

Descripció llarga:

Catèter-Sonda vesical per a urodinàmica, per medicació pressió amb tecnologia T-Doc, de 2 vies, diàmetre de CH-7, marcadors radioopacs , estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30060088

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J"ús pedià,Ø CH-4,8 x 15(+/-0,5)cm ,radioopac,extrem distal obert,orificis cos del catèter,guia ac.inox recuberta PTFE 150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexible,introductor 45+/-2cm,2pinces,estèril,sense làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30061707

Descripció llarga:

Catèter baló dilatació per tractament estenosi uretral 30Fx30mm ,alliberador de fàrmac anti proliferatiu Paclitaxel d'absorció >30die s.Optilume o equivalent

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30061708

Descripció llarga:

Catèter baló dilatació per tractament estenosi uretral 30Fx50mm ,alliberador de fàrmac anti proliferatiu Paclitaxel d'absorció >30die s.Optilume o equivalent

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30061781

Descripció llarga:

Equip de stent de pieloplastia intraoperat Salle, Pediàtric,Ø4,7Fr il2-18cm llarg, p-oberta,estilet posicionad 3cm llarg i guia PTFE de 0,038/145+/-5cm i disc retenc silicona amb llaç,s/làtex,etèril, 1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30062538

Descripció llarga:

Catèter-baló per dilatació ureteral,amb clau de pas i disposit d'inflat ,pressió fins 26Atm, de PTFE, consta: catèter baló dilatac Ø5 ,8Fr x75cm llarg a/punta oberta cònica per guia 0,038", marques radiopac,baló Øinflat 18Fr x4cm llarg,sense làtex,estèr,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 57 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PAGINA: 19 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30062587

Descripció llarga:

Catèter-sonda per a nefrostomia percutània, silicona, ØCH-16x24cm llar, baló 5ml, punta radioopaca, obertura central, 2 orificis de drenatge abans i després de baló, vàlvula per a ràcords L i L-lock, per guia 0,038", connex universal, estèril, 1sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30062639

Descripció llarga:

Catèter de drenatge nefrostomia Tec Seldinger, poliuretà flexible a/recobriment hidrofílic, ØCH-8x30cm +/-5cm, marques centimetrades, punta no colzable, orificis drenatge laterals, banda radioopaca, a/ fil/açancoratge, estèril, lliure làtex, un ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30063906

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", copolímer oleofílic, a/recobriment hidrogel, conducte extracel·lopat, posicionador dirigible, Ø CH-6 x 26 (+/-0,5)cm, radioopac, marq prof, extrems oberts, guia PTFE 0,035", empenyador connectable, estèril, indiv, s/ làtex, un ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30066798

Descripció llarga:

Equip stent d'uretra per bolquer Koyle, 6 F x 50 cm de longitud per mantenir la uretra oberta durant la recuperació de cirurgies.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30066799

Descripció llarga:

Equip catèter-stent PUR de pielo-plàstia intraoper; cat ureteral a/anclat pelvis renal pigtail a/orif, Ø4F, long:12-18cm, extr oberts, rx, marc prof, a/ag adapt; Ømàx guia Ø0,025"x145+/-5cm, estilet de 3cm

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30066823

Descripció llarga:

Catèter drenatge percutani pigtail, multipropòsit, poliuretà flexible a/recobriment hidrofílic, 8,5x25 (+/-2)cm, marques cm, punta no colzable, 6 orificis drenatge, banda radioopaca, accepta guia de 0,038", amb fil/llaç ancoratge, estèril, lliure làtex, un ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30068631

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric Ø CH-4,8 x 10 (+/-0,5)cm, copolímer oleofílic, a/recobriment hidrogel, radioopac, marques de profunditat, extrem distal obert, guia PTFE 0,035", punta cònica, empenyedor, estèril, sense làtex, individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30068632

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J", ús pediàtric Ø CH-4,8 x 14 (+/-0,5)cm, copolímer oleofílic, a/recobriment hidrogel, radioopac, marques de profunditat, extrem distal obert, guia PTFE 0,035", punta cònica, empenyedor, estèril, sense làtex, individual, un sol ús.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 58 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 20 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30068633

Descripció llarga:

Catèter-stent ureteral doble pigtail "J",ús pediàtric Ø CH-4,8 x 16(+/-0,5)cm,copolimer oleofilic,a/recobr hidrogel,radiopac,marque s de profunditat,extrem distal obert,guia PTFE 0,035",punta cónica ,empenyedor,estèril,sense làtex,individual,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30068635

Descripció llarga:

Equip drenatge p/TT quist bartolí, polímer, compost per: catèter amb baló, xeringa, bisturí, estèril, sense làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30069501

Descripció llarga:

Equip p/nefrostomia percutània,amb:cat/pigtail "J"polietilè tou a/mandrí a/forats,ØCH-10x29cm+/-1cm llarg a/con L-L,2ag/Chiba 18G i 22G ,gu/tip/Seldinger 0,038"x100cm+/-3cm PTFE,a/dilat,tub con PVC 26cm+/-2cm a/clau i luer 360°,con/bos/orin,no làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30069912

Descripció llarga:

Agulla crioablació 17G/Ø1,5mm,angle 90°,punta tallan,longitud 175mm d'acer inox,tipus IceSeed CX,cos aïllant,tub per gas de 2,5(+/-1)m de poliuretà ,connector per tractament crioteràpia tumoral.Sist tipus V Ice o equiv.Estèril,lsol ús

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30070013

Descripció llarga:

Catè-stent uret dob pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 20(+/-0,5)cm,radiopac ,extrem distal obert,orificis cos catèter,guia ac.inox recub erta PTFE 0,025"x150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexible,empenyedor 40+/-2,estèril,s/làtex,indiv,un sol ús 3004-0020/706287

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30070738

Descripció llarga:

Catèter-Sonda urodinàmica,medició pressió vesical,un sensor amb canal d'infusió, Ø 7Fx 50cm long,carregat per aire,connex luer-look, taps, estèril, sense latex/DEHP/BPA,radiopac,d'un sol ús.compatible amb urodinamia Laborie o equiv.

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30070756

Descripció llarga:

Catè-stent uret dob pigtail "J",ús pedià,Ø CH-3 x 18(+/-0,5)cm,poliure tou ,marq radioop,extrems oberts,orificis cos catèter,guia ac. inox recoberta PTFE 0,021"x100(+/-3)cm,nucli fix- punta flexib,empeny 30+/-2cm,estèril,s/làtex,un sol ús 3001-1050/706292

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30070757

Descripció llarga:

Catè-stent uret dob pigtail "J",ús pedià,Ø CH-3 x 20(+/-0,5)cm,poliure tou ,marq radioopac,extrems oberts,orificis cos catèter,guia a c.inox recober PTFE 0,021"x100(+/-3)cm,nucli fix-punta flexi,empeny 30+/-2cm ,estèril,s/làtex,un sol ús 3001-1060/ 706293



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 59 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 05.05.2026
HORA: 10:25:34
PÀGINA: 21 / 21

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30070758

Descripció llarga:

Catè-stent uret dob pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 24(+/-0,5)cm, poliure tou ,marq radioopac,extrems oberts,orificis cos catèter,guia a c.inox recuber PTFE 0,025"x150(+/-3)cm,nucli fix-punta flexi,empenyad 40+/-2 ,estèril,s/làtex,un sol ús 3004-0040/ 706288

SOL.COMANDA: 1101471697 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30070759

Descripció llarga:

Catè-stent uret doble pigtail "J",ús pedià,Ø CH-4 x 10(+/-0,5)cm, poliure tou,marq radioopac,extrems oberts,orificis extrem,guia ac. inox recobert PTFE 0,025"x100(+/-3)cm,nucli fix-punta flexi,empeny 30+/-2cm,estè ,s/làtex,indiv,un sol ús 3001-1100/ 706355

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 60 de 73

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP



Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 61 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 62 de 73

**Salut/Institut
Català de la Salut**

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 63 de 73

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 65 de 73

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 66 de 73

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 67 de 73

2. **Pestanya lot i/o lots**

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. **Dades NO modificables de la pestanya lot x**

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x**

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situ entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat. III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situ entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpiria,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricots,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpiria,subjec davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricots,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L.L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 68 de 73



ANNEX F

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 69 de 73



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNU	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Codigo nacional para productos farmaceuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 70 de 73



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeltemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeltemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeltemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeltemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeltemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publissing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeltemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 71 de 73



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 72 de 73



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SHEET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 06/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



025RS0KY5HXFI0WGRMTLRG41LNN6G5DP

Data creació còpia:
21/05/2026 08:04:38

Pàgina 73 de 73