

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX 5 - Cessió d'equipaments i dipòsits de material

Actualment l'adjudicatari d'aquest fungible cedeix, sense cap cost per als Centres, la bomba peristàltica de circulació sanguínia.

En el cas que en el procés d'adjudicació aquest material fos adjudicat a un proveïdor diferent de l'actual, el nou adjudicatari haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats existents als Centres per altres amb les mateixes característiques i funcionalitats bàsiques que garanteixin la continuïtat i funcionament de l'actual sistema instal·lat.

L'empresa adjudicatària d'aquest article també serà la responsable del manteniment dels equips instal·lats en els Centres, així com de la seva actualització i substitució en cas d'avaría, sense cap cost per als Centres de l'ICS.

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material i, en el cas que el centre destinatari ho requereixi, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal clínic per al correcte ús dels productes.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació. L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IE2Y6BMFZX1SMGXYIR85I2TF15F4SL7

Data creació còpia:
08/06/2026 11:13:00

Pàgina 1 de 1