

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/11001473039/26/AMUP

Subministrament agregat de material complementari per a  
procediments intervencionistes

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 1 de 43

## INDEX

1. Condicions generals .....	4
1.1. Objecte de la contractació .....	4
1.2. Característiques de la contractació .....	4
1.3. Tècnics .....	4
2. Requeriments obligatoris .....	4
2.1. Normativa aplicable .....	4
2.2. Especificacions tècniques generals .....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit .....	5
3. Com presentar la oferta .....	5
3.1. Oferta tècnica .....	5
3.2. Model d'oferta tècnica .....	5
3.3. Presentació de mostres .....	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....	8
4.1. Prevenció de riscos laborals .....	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	8
4.4.1. Condicions de subministrament.....	8
4.4.2. Garantia de subministrament .....	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) .....	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament .....	10
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda .....	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes .....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic .....	13
4.5.1. Embalatges.....	13
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

PPT-80-26\_1101473039

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 2 de 43

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) .... 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 3 de 43

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del Subministrament agregat de material complementari per a procediments intervencionistes, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 4 de 43

## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requisits obligatoris addicionals, a aquesta licitació.

## 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

## 3. Com presentar la oferta

### 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

### 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

**Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis**, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 5 de 43

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx\_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

*Exemple: Resum.xls o .xlsx*

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

*Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001*

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 6 de 43

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**  
**No hi ha.**
- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**  
**Hi ha.**

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

### 3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excident ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 7 de 43

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

#### 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

##### 4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

##### 4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

##### 4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

##### 4.4. Condicions logístiques i de subministrament

###### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 8 de 43

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

#### 4.4.2. Garantia de subministrament

##### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

**La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.**

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 9 de 43

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- F010-Fitxa tècnica actual*</li> <li>- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*</li> <li>- P010-Pressupost*</li> <li>- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura</li> </ul>	

b) Per a ruptures sense alternativa

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

#### 4.4.2.3. Termini de lliurament

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 10 de 43

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

#### 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

#### 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

#### 4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa ( GTIN )
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 11 de 43

- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN unitari ( GTIN ) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa ( GTIN )
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

<b>Agrupació</b>	VARIACIONS EN LA COMANDA
<b>Tipus</b>	010. Errors en preus de materials
<b>Motiu</b>	<b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b>
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

**Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:**

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 12 de 43

- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>  
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>  
Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic

##### 4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 13 de 43

- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

**4.5.2. L'albarà**

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



080CKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 14 de 43

- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 15 de 43

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.




En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

**4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE**

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

**NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES**

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b>, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica




**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8





Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 16 de 43

<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
<p>6. En cas d'<b>emergència</b>: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b>, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	 VELOCIDAD MÁXIMA
<p>9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE   ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD

PPT-80-26\_1101473039



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 17 de 43

10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
<p>11. En cas <b>d'emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme</p> <p>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

**4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)**



Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor **(NO HI HA)**
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment **(NO HI HA)**
- ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals **(HI HA)**

PPT-80-26\_1101473039

GENERALITAT DE CATALUNYA

	<p>Doc. original signat per: Olga Santamaria Herrero 19/05/2026</p>	<p>Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 03/06/2029</p> <p>Original electrònic / Còpia electrònica autèntica</p>	<p>Data creació còpia: 03/06/2026 12:30:27</p> <p>Pàgina 18 de 43</p>
	<p>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</p>  <p>08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8</p>		

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 19 de 43

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP_Extrallarga	Condicció lot
1	Catèter per a adquisició d'imatges intravasculares, per a tomografia de coherència òptica, diferents mides	30027601	Catèter d'adquisició d'imatges intravasculares, recobriments hidrofílics, punta baixa perfil, marcadors radiopacs, lent òptica, Ø exterior 2,7F, longitud 135+/-2cm, marcadors proximals de la vaina, compatible amb introduct 6F i a/guia 0,014 per tècnica OCT, compatible amb sistema OPTIS Mobile, ILLUMIEN OPTIS i ICP ILLUMIEN o equivalent, estèril, lliure de làtex, un sol ús	obert
2	Altres accessoris angiogràfics	30008234	Cable de connexió per al sistema d'alliberació de microcoil, utilitzat com a part del sistema complet juntament amb la caixa de control de separació i el sistema de microcoil, mitjançant un botó situat a la zona central del cable i subministra l'energia necessària per separar el coil. El cable es connecta entre el conector hub del sistema de microcoil al cable DPU i el conector de sortida de la DCB, estèril, un sol ús, compatible amb EnPower Control Cable o equivalent	obert
2	Altres accessoris angiogràfics	30012972	Injectador/xeringa d'alta pressió de 1ml amb sistema roscat i avis d'injecció cada 0,02ml, per a inflar balons en intervencionisme d'aneurismes cerebrals. Estèril. Compatible con microcatèter baló HYPERFORM/HYPERGLIDE o equivalent	obert
2	Altres accessoris angiogràfics	30023159	Agulla punció arterial compatible amb catèter per angiografia, una sola peça, sense aletes, connector luer, 18G, llargària 7+/-0,5cm compatible amb guia de 0,038, estèril	obert
2	Altres accessoris angiogràfics	30043524	Dispositiu per al control del flux en línia d'alta pressió, de policarbonat i vàlvula goma siliconada, pressió en tancat fins a 150 psi, en obert fins a 1200 psi, flux >200ml/min. per a procediments angiogràfics, Estèril	obert
2	Altres accessoris angiogràfics	30052572	Equip de transferència de contrast compost per: 1 Línia d'extensió en Y des de xeringa de contrast de 14+/-1cm de longitud i extensió fins a envàs de sèrum amb connexió Luer Lock i dos vàlvules antiretorn, Ø intern 2mm, 1 allargadora a pacient de 150+/-5cm. Allargadora i connector de polivinil. Compatible sistema MEDTRON o equivalent	obert
2	Altres accessoris angiogràfics	30052808	Tub de mesura de pressió fisiològica, ús entre manifold i transductor, PVC, per transmissió de senyal de forma d'ona de pressió, longitud 30+/-2cm, connexió luer a extrem proximal i distal, procediments angiogràfics, estèril, un sol ús	obert
2	Altres accessoris angiogràfics	30053779	Regla centimètrica i radioopaca de 30 cm per a mesurar lesions en intervencions vasculares. Resistent al trencament. Adhesives. Lliure de làtex, estèril, un sol ús	obert
2	Altres accessoris angiogràfics	30062264	Lubricant per al sistema d'arterectomia per a vascularització coronària i perifèrica. Volum 100ml +/- 20ml. Sistema Orbital VIPERSLIDE o equivalent.	obert
3	Línies d'alta pressió per a injecció contrast amb connexió rotatòria varies llargàries	30002130	Línia alta pressió, de Ø1,85x3,6mm, longitud 50+/-5cm, pressió màx 1200 PSI, poliuretà (PUR) amb niló trenat, connexions luer-lock rotatòri mascle i Luerlock femella, estèril, lliure de PVC i de làtex. Amb taps protectors de rosca per mantenir l'esterilitat del producte. un sol ús	obert
3	Línies d'alta pressió per a injecció contrast amb connexió rotatòria varies llargàries	30002134	Línia d'alta pressió, per a injecció de contrast, Ø intern 1,8mm +/-0,2mm, longitud 120 cm +/-10cm, pressió màx 1200 PSI, poliuretà amb niló trenat, connexions luer-lock rotatori, lliure de làtex i DEHP, estèril, un sol ús	obert



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 20 de 43

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP_Extrallarga	Condicció lot
3	Línies d'alta pressió per a injecció contrast amb connexió rotatòria varies llargàries	30002169	Línea alta pressió, de Ø1,85x3,6mm, longitud 90+/-5cm, pressió màx 1200 PSI,poliuretà (PUR) amb niló trenat, connexions luer-lock rotatòri mascle i Luerlock femella,estèril, lliure de PVC i de làtex. Amb taps protectors de rosca per mantenir l'esterilitat del producte. Un sol ús	obert
3	Línies d'alta pressió per a injecció contrast amb connexió rotatòria varies llargàries	30006640	Línia d'alta pressió, per a injecció de contrast,Øintern 1,9mm +/-0,2mm, longitud 150+/-10cm,volum mort 4,25ml,pressió màx 1200 PSI,poliuretà,connexions luer-lock mascle rotatori/femella, lliure de làtex i DEHP, estèril, un sol ús	obert
3	Línies d'alta pressió per a injecció contrast amb connexió rotatòria varies llargàries	30017604	Línea alta pressió, de Ø1,85x3,6mm, longitud 200+/-5cm, pressió màx 1200 PSI,poliuretà (PUR) amb niló trenat, connexions luer-lock rotatòri mascle i Luerlock femella,estèril, lliure de PVC i de làtex. Amb taps protectors de rosca per mantenir l'esterilitat del producte. Un sol ús	obert
3	Línies d'alta pressió per a injecció contrast amb connexió rotatòria varies llargàries	30062360	Línia d'alta pressió recta, per a injecció de contrast,Øintern 1,8+/-0,2mm, longitud 200+/-10cm,pressió màx 1200PSI,poliuretà+niló trenat,connexions luer-lock mascle rotatori/femella,estèril,	obert
3	Línies d'alta pressió per a injecció contrast amb connexió rotatòria varies llargàries	30062361	Línia d'alta pressió en Y, per a injecció de contrast,Øintern 1,8+/-0,2mm, longitud 200+/-10cm, pressió màx 1200PSI,poliuretà+niló trenat,connexions luer-lock mascle rotatori/femella,estèril,	obert
4	Xeringues de buit varies mides	30034255	Xeringa de 3 cossos de 60ml per a pressió negativa, amb 6 nivells defixació de l'èmbol per crear diferents graus de pressió de buit, ambconnexió luer- lock mascle fix, cos transparent de policarbonat, l'èmbold'ABS (plàstic resistent)i una junta tòrica, lliure de làtex,estèril, d'un sol ús	tancat
4	Xeringues de buit varies mides	30066839	Xeringa de 3 cossos de 20ml per a pressió negativa,amb 4 nivells de fixació de l'èmbol per crear diferents graus de pressió de buit,amb connexió luer- lock mascle fix,cos transparent policarbonat,èmbol d'ABS amb capçal silicona,lliure de làtex,estèril, d'un sol ús	tancat
5	Equip no automàtic per a injecció de contrast i solució salina	30006666	Equip per injecció de contrast per angiografia compost per a angioplàstia compost per: 2 claus de 3 passos, transductor de pressió amb línia de 122+/-2cm, equip de sèrum amb punxo i cambra de degoteig amb filtre d'aire, xeringa, luer lock mascle-femella,estèril.	obert
5	Equip no automàtic per a injecció de contrast i solució salina	30030831	Equip per injecció de contrast per angiografia compost per: col·lector 2 claus, línia d'alta pressió amb adaptador rotatori de 51+/-2cm de longitud, línia de monitorització de pressió de 100+/-2cm de longitud, equip de sèrum amb punxo i cambra de degoteig amb filtre d'aire, xeringa adaptador a dits, luer lock femella, estèril	obert
6	Catèters per al tractament endovascular de venes varicoses	30050812	Equip valvulotom per a la secció o extirpació de vàlvules venoses, disposa d'anells de centratge. vaina d'extrusió de poliuretà/Pebax amb recobriments hidrofílics i components metàl·lics d'acer inoxidable recoberts de silicona. Ø màxim d'obertura de l'anell 9,5 mm, Ø màxim de les fulles de 6,0 mm, Ø exterior del catèter 1,0 mm, Øexterior l'al·lotjament fulles d'1,5 mm. marques de profunditat cada 10 cm, amb la primera marca situada a 10 cm, i una longitud útil de 98 cm. xeringa de 3ml, i un dispositiu amb fulla d'acer inoxidable i mànec de plàstic, estèril, un sol ús, compatible amb Valvulotomo LeMaitre i Valvulotomo LeMills o equivalent	obert



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



080CKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 21 de 43

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP_ <b>Extrallarga</b>	Condicció lot
6	Catèters per al tractament endovascular de venes varicoses	30053776	Catèter per al tractament endovascular de venes varicoses, radiofreqüència per ablació tèrmica per segments de la vena Safena, de diàmetre 2,2mm x70+/-5cm de llargària, d'aliatge 52, consta: punta flexible element de calor de 7+/-0,5cm amb recobriment FEB (etilè-propilè), cos amb marques cada 7+/-0,5cm, pedal o mànec amb botó per a l'activació de l'energia, cable que connecta al generador RF Medical, tecnologia bipolar, per a guia de 0,025, introductor de 7Fx11+/-1cm i agulla de 14 a 18Gx11+/-1cm. estèril, envàs individual, un solús. Compatible amb generador RF Medical o equivalent	obert
6	Catèters per al tractament endovascular de venes varicoses	30069131	Fibra làser endovenosa per al tractament de la vena safena magna i parva. Emissió radial homogènia i contínua en 360° al llarg d'una secció de 3-4 mm, sense emissió frontal, compatible amb longituds d'ona de 980/1470/1940 nm. Longitud estàndard 2,5 m, nucli de 400 µm i punta de 1,3 mm. Transmissió típica 98 %, NA 0,22 i punta fusionada per a màxima seguretat lliure de làtex i sense ftalats estèril d'un sol ús, compatible amb sistema INFINITY o equivalent	obert
6	Catèters per al tractament endovascular de venes varicoses	30069132	Fibra de làser per a tractament endovenós, (safena magna i parva), patró homogènia i continu 4mm, long estàndard 2,5m+/-10cm, long d'ona 980/1470/1940nm, emissió radial d'una secció 3-4mm, perfil 360°, diàmetre del nucli 600µm, i punta exterior 1,8mm, lliure de làtex i sense ftalats estèril d'un sol ús, compatible amb sistema INFINITY o equivalent	obert
7	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina I	30062507	Equip de 3 reservoris premontat multipacient, 24 h d'ús amb punçons reemplaçables, connexions i allargaderes en T, vàlit contrast iodat i diferents concentracions., màxim 5 pacients, esterilitzat per radiació. Pressió > 300 psi Lliure de làtex, compatible amb inyector MEDRAD Centargo o equivalent	tancat
7	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina I	30062508	Allargadera d'un sol ús en forma d'espiral (coiled) per la infusió de medis de contrast o suero fisiològic, esterilitzat per radiació. Lliure de làtex i ftalats, compatible amb MEDRAD Centargo o equivalent	tancat
7	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina I	30062509	Punxó intercambiable, estèril, lliure de làtex i ftalats, compatible amb MEDRAD Centargo o equivalent.	tancat
8	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina II	30062719	Equip de xeringues graduades transparents, 1 de 65ml per mitjans de contrast, 1 de 115ml per solució salina amb marques ovalades translúcides, allargadera 244cm baixa pressió amb connector en T antireflux pressió màxima 350psi, dos punçons, apirògen, lliure làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema injecció Medrad Spectris Solaris o equivalent	obert
9	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina III	30068133	Allargadera, 250cm de longitud, pressió màxima 350 psi, d'un sol ús en forma d'espiral (coiled) per la infusió de medis de contrasto serum fisiològic, compatible amb MEDRAD MRXperion o equivalent	tancat
9	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina III	30068134	Equip de xeringues de 65/115ml+accessoris, tub connector de 15ml, pressió nominal 325psi, multipacient (h fins 24 horas), màxim 5 pacients, per la infusió de medis de contrast o sèrum fisiològic compatible amb MRXperion de MEDRAD o equivalent	tancat



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 22 de 43

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP_ <b>Extrallarga</b>	Condicció lot
10	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina IV	30006499	Equip per a injecció de contrast i solució salina per angiografia compost per: comandament de control d'injecció amb línia, de PVC, longitud de 175+/-5cm, de doble llum de Ø3mm amb connector luer femella a pantalla i luer mascle a pantalla, línia d'alta pressió, de PVC, de 140+/-5cm de longitud amb Luer femella, clau de 3 passos amb connector Luer femella. Compatible amb equip CMS2000 /CVI o equivalent. Estèril. un sol ús	tancat
10	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina IV	30006500	Xeringa de policarbonat per a injecció de contrast d'alta pressió a angiografia, de 100+/-5ml de capacitat, Luer mascle a línia d'alta pressió, dispositiu de tancament connectat a l'envàs de contrast. Estèril. Compatible amb equip CMS2000 /CVI o equivalent.	tancat
10	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina IV	30017475	Equip per a injecció de contrast a angiografia compost per: manifold amb vàlvula anti retorn, policarbonat+xeringa manual 12cc, policarbonat+línia de baixa pressió per solució salina amb transductor Ø7mmx80+30cm (+/-5cm total), PVC, compatible amb Compatible amb equip CMS2000 /CVI o equivalent.	tancat
11	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina V	30002248	Xeringa amb capacitat de 150ml per a injector angiogràfic màxima pressió de 1200 psi, plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, èmbol en anella, connexió luer-locka catèter, adaptable procediments d'injecció contrast radiològic angiografia. Compatible injector contrast NEMOTO o equivalent, lliure de làtex, estèril, un sol ús	obert
12	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina VI	30016436	Equip multipacient d'injecció de líquid de contrast per a obtenció d'imatges cardíacques. Compost per: línies d'injecció de suero de baixa pressió, línies d'alta pressió (1200psi), estèril, lliure de làtex compatible amb AVANTATM Fluid Management o equivalent, màxim 5 pacients,	tancat
12	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina VI	30017727	Equip d'injecció de líquid de contrast per a obtenció d'imatges cardíacques. Compost per línies d'injecció de suero de baixa pressió, línies d'alta pressió i xeringa de 150ml, estèril, lliure de làtex, un sol ús, compatible con sistema AVANTA, MEDRAD o equivalent	tancat
12	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina VI	30052147	Equip controlador manual multipacient, màxim 5 pacients per a injector angiogràfic AvantaTM Fluid Management o equivalent	tancat
12	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina VI	30065883	Xeringa amb capacitat 150ml per a injector angiogràfic d'alta pressió 1200 PSI, per a 5 pacients, de policarbonat, con luer-lock a catèter amb caputxó. Lliure de làtex, estèril, Compatible amb injector de contrast MEDRAD AVANTA o equivalent	tancat
13	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina VII	30060021	Equip de dues xeringues de 100ml pressió màxima 300psi-2069kPa, amb tub connector amb vàlvula antireflux connector luer i perforador, estèril, lliure de làtex, conté phalats, un sol ús. Compatible amb injector EMPOWER MR o equivalent	obert
14	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina VIII	30043786	Equip per injecció de contrast per angiografia compost per: xeringa d'alt a pressió 150ml, transparent amb indicadors FluiDots, i tub d'ompliment ràpid, pressió màxima 1200psi, estèril, lliure de làtex, un sol ús, compatible Sistema d'injecció Mark 7 Arterion o equivalent	tancat



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



080CKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 23 de 43

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101473039/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP_ <b>Extrallarga</b>	Condicció lot
14	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina VIII	30065184	Equip per injecció de contrast per angiografia compost per: xeringa d'alta pressió 150ml, transparent amb indicadors fluïts, i tub d'ompliment ràpid, connexió Twist&Go, amb sistema d'injecció MEDRAD, Mark 7 Arterion. Ref: TAG 150 SYR	tancat
15	Catèter per a adquisició d'imatges intravasculares mitjançant OFDI	30038384	Catèter per adquisició d'imatges intravasculares, fibra òptica, recobriment hidrofílic, punta baix perfil, lent òptica, Ø2,6F, longitud 137 cm +/-10cm, compatible amb guia 0,014" per a tècnica OFDI, transductor d'imatge, compatible amb sistema Lunawafe o equivalent	obert
16	Accessoris per a injecció de contrast i solució salina IX	30030245	Equip de xeringa amb capacitat 200ml per a injector angiogràfic d'alta pressió 325psi- 2240kPa de plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, sense graduació, allargadera 160mm en espiral (baixa pressió), connexió luer-lock. estèril, lliure de làtex, un sol ús. Compatible injector contrast EMPOWER CTA o equivalent	Obert

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 24 de 43

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 25 de 43



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.05.2026  
HORA: 12:42:09  
PÀGINA: 1 / 6

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30002130

**Descripció tècnica:**

Línea alta pressió, de Ø1,85x3,6mm, longitud#50+/-5cm,#pressió màx 1200 PSI,poliuretà (PUR) amb niló trenat, connexions luer-lock rotatori mascle e i Luerlock femella,estèril, lliure de PVC i de làtex. Amb taps protect ors de rosca per mantenir l'esterilitat del producte. un sol ús

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30002134

**Descripció tècnica:**

Línia d'alta pressió,per a injecció de contrast,Øintern 1,8mm +/-0,2mm, longitud 120 cm +/-10cm,pressió màx 1200 PSI,poliuretà amb niló trenat,connexions luer-lock rotatori, lliure de làtex i DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30002169

**Descripció tècnica:**

Línea alta pressió, de Ø1,85x3,6mm, longitud#90+/-5cm,#pressió màx 1200 PSI,poliuretà (PUR) amb niló trenat, connexions luer-lock rotatori mascle e i Luerlock femella,estèril, lliure de PVC i de làtex.#Amb taps protect ors de rosca per mantenir l'esterilitat del producte. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30002248

**Descripció tècnica:**

Xeringa amb capacitat de 150ml per a injector angiogràfic màxima pressió de 1200 psi, plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, èmbol en anella, connexió luer-locka catèter, adaptable procediments d'injecció contrast radiològic angiografia. Compatible injector contrast NEMOTO o equivalent, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30006499

**Descripció tècnica:**

Equip per a injecció de contrast i solució salina per angiografia composta per: comandament de control d'injecció amb línia, de PVC, longitud del 75+/-5cm, de doble llum de Ø3mm amb connector luer femella a pantalla i luer mascle a pantalla, línia d'alta pressió, de PVC, de 140+/-5cm de longitud amb Luer femella, clau de 3 passos amb connector Luer femella. Compatible amb equip CMS2000 /CVi o equivalent.Estèril. un sol ús

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30006500

**Descripció tècnica:**

Xeringa de policarbonat per a injecció de contrast d'alta pressió a angiografia, de 100+/-5mL de capacitat, Luer mascle a línia d'alta pressió,dispositiu de tancament connectat a l'envàs de contrast. Estèril. Compatible amb equip CMS2000 /CVi o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30006640

**Descripció tècnica:**

Línia d'alta pressió, per a injecció de contrast,Øintern 1,9mm +/-0,2mm, longitud 150+/-10cm,volum mort 4,25ml,pressió màx 1200 PSI,poliuretà,connexions luer-lock mascle rotatori/femella, lliure de làtex i DEHP, estèril, un sol ús



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 26 de 43



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.05.2026  
HORA: 12:42:09  
PÀGINA: 2 / 6

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30006666

**Descripció tècnica:**

Equip per injecció de contrast per angiografia compost per a angioplàstia compost per: 2 claus de 3 passos, transductor de pressió amb línia de 122+/-2cm, equip de sèrum amb punxo i cambra de degoteig amb filtre d'aïre, xeringa, luer lock mascle-femella,estèril.

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30008234

**Descripció tècnica:**

Cable de connexió per al sistema d'alliberació de microcoil, utilitzat com a part del sistema complet juntament amb la caixa de control de separació i el sistema de microcoil, mitjançant un botó situat a la zona central del cable i subministra l'energia necessària per separar el coil. El cable es connecta entre el conector hub del sistema de microcoil al cable DPU i el conector de sortida de la DCB, estèril, un sol ús, compatible amb EnPower Control Cable o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30012972

**Descripció tècnica:**

Injector/xeringa d'alta pressió de 1mL amb sistema roscat i avis d'injecció cada 0,02mL, per a inflat balons en intervencionisme d'aneurismes cerebrals. Estèril. Compatible con microcatèter baló HYPERFORM/HYPERGLIDE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30016436

**Descripció tècnica:**

Equip multipacient d'injecció de líquid de contrast per a obtenció d'imatges cardíacques. Compost per: línies d'injecció de suero de baixa pressió, línies d'contrast d'alta pressió(1200psi), estèril, lliure de làtex compatible amb AVANTATM Fluid Management o equivalent, màxim 5 pacients

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30017475

**Descripció tècnica:**

Equip per a injecció de contrast a angiografia compost per:manifold amb vòlula anti retorn,policarbonat+xeringa manual 12cc,policarbonat+línies de baixa pressió per solució salina amb transductor Ø7mmx80+30cm (+/-5cm total),PVC,compatible amb Compatible amb equip CMS2000 /CVi o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30017604

**Descripció tècnica:**

Línia alta pressió, de Ø1,85x3,6mm, longitud#200+/-5cm,#pressió màx 1200 PSI,poliuretà (PUR) amb niló trenat, connexions luer-lock rotatori mascle i Luerlock femella,estèril, lliure de PVC i de làtex.#Amb taps protectors de rosca per mantenir l'esterilitat del producte. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30017727

**Descripció tècnica:**

Equip d'injecció de líquid de contrast per a obtenció d'imatges cardíacques. Compost per línies d'injecció de suero de baixa pressió, línies d'contrast d'alta pressió i xeringa de 150ml.estèril, lliure de làtex, un sol ús, compatible con sistema AVANTA, MEDRAD o equivalent



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 27 de 43



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.05.2026  
HORA: 12:42:09  
PÀGINA: 3 / 6

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30023159

**Descripció tècnica:**

Agulla punció arterial compatible amb catèter per angiografia, una sola peça, sense aletes, connector luer, 18G, llargària 7+/-0,5cm compatible amb guia de 0,038, estèril

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30027601

**Descripció tècnica:**

Catèter d'adquisició d'imatges intravasculares, recobriment hidrofílic, punta baix perfil, marcadors radiopacs, lent òptica, Ø exterior 2,7F, longitud 135+/-2cm, marcadors proximals de la vaina, compatible amb introduct 6F i a/guia 0,014 per tècnica OCT, compatible amb sistema OPTIS Mobile, I LUMIEN OPTIS i ICP I LUMIEN o equivalent, estèril, lliure de làtex, un sol us

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30030245

**Descripció tècnica:**

Equip de xeringa amb capacitat 200ml per a injector angiogràfic d'alta pressió 325psi- 2240kPa de plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, sense graduació, allargadera 160mm en espiral (baixa pressió), connexió luer-lock. estèril, lliure de làtex, un sol ús. Compatible injector contrast EMPOWER CTA o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30030831

**Descripció tècnica:**

Equip per injecció de contrast per angiografia compost per: col·lector 2 claus, línia d'alta pressió amb adaptador rotatori de 51+/-2cm de longitud, línia de monitorització de pressió de 100+/-2cm de longitud, equip de sèrum amb punxo i cambra de degoteig amb filtre d'aire, xeringa adaptador a dits, luer lock femella, estèril

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30034255

**Descripció tècnica:**

Xeringa de 3 cossos de 60ml per a pressió negativa, amb 6 nivells de fixació de l'èmbol per crear diferents graus de pressió de buit, amb connexió luer-lock mascle fix, cos transparent de policarbonat, l'èmbol d'ABS (plàstic resistent) i una junta tòrica, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30038384

**Descripció tècnica:**

Catèter per adquisició d'imatges intravasculares, fibra òptica, recobriment hidrofílic, punta baix perfil, lent òptica, Ø2,6F, longitud 137 cm +/-10cm, compatible amb guia 0,014" per a tècnica OFDI, transductor d'imatge, compatible amb sistema Lunawave o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30043524

**Descripció tècnica:**

Dispositiu per al control del flux en línia d'alta pressió, de policarbonat i vàlvula goma siliconada, pressió en tancat fins a 150 psi, en obert fins a 1200 psi, flux >200mL/min. per a procediments angiogràfics, Estèril



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 28 de 43



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.05.2026  
HORA: 12:42:09  
PÀGINA: 4 / 6

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30043786

**Descripció tècnica:**

Equip per injecció de contrast per angiografia compost per:xeringa d'alt a pressió 150ml,transparent amb indicadors Fluidots, i tub d'ompliment ràpid, pressió màxima 1200psi, estèril, lliure de làtex, un sol ús, compatible Sistema d'injecció Mark 7 Arterion o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30050812

**Descripció tècnica:**

Equip valvulotom per a la secció o extirpació de vàlvules venoses, dispo sa d'anells de centratge. vaina d'extrusió de poliuretà/Pebax amb recobrimet hidrofílic i components metàl·lics d'acer inoxidable recoberts de silicona. Ø màxim d'obertura de l'anell 9,5#mm, Ø màxim de les fulles de 6,0#mm, Ø exterior del catèter 1,0#mm, Øexterior l'allotjament fulles d '1,5#mm. marques de profunditat cada 10#cm, amb la primera marca situada a 10#cm, i una longitud útil de 98#cm. xeringa de 3ml, i un dispositiu amb fulla d'acer inoxidable i mànec de plàstic, estèril, un sol ús, compatible amb Valvulotomo LeMaitre i Valvulotomo LeMills o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30052147

**Descripció tècnica:**

Equip controlador manual multipacient, màxim 5 pacients per a injector a ngiogràfic AvantaTM Fluid Management o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30052572

**Descripció tècnica:**

Equip de transferència de contrast compost per: 1 Línia d'extensió en Y des de xeringa de contrast de 14+/-1cm de longitud i extensió fins a envàs de sèrum amb connexió Luer Lock i dos vàlvules antiretorn, Ø intern 2mm, 1 allargadora a pacient de 150+/-5cm. Allargadora i connector de polivinil. Compatible sistema MEDTRON o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30052808

**Descripció tècnica:**

Tub de mesura de pressió fisiològica,ús entre manifold i transductor,PVC ,per transmissió de senyal de forma d'ona de pressió,longitud 30+/-2cm,connexió luer a extrem proximal i distal,procediments angiogràfics,estèri l,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30053776

**Descripció tècnica:**

Catèter per al tractament endovascular de venes varicoses,radiofreqüència per ablació tèrmica per segments de la vena Safena,de diàmetre 2,2mm x 70+/-5cm de llargària,d'aliatge 52,consta:punta flexible element de calor de 7+/-0,5cm amb recobrimet FEB (etilè-propilè),cos amb marques cada 7+/-0,5cm, pedal o mànec amb botó per a l'activació de l'energia,cable q ue connecta al generador RF Medical o equivalent,tecnologia bipolar,per a guia de 0,0 25,introductor de 7Fx11+/-1cm i agulla de 14 a 18Gx11 +/-1cm. estèril, envàs individual, un solús. Compatible amb generador RF Medical o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30053779

**Descripció tècnica:**

Regla centimètrica i radioopaca de 30 cm per a mesurar lesions en interv encions vasculares. Resistent al trencament. Adhesives. Lliure de làtex, estèril, un sol ús



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 29 de 43



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.05.2026  
HORA: 12:42:09  
PÀGINA: 5 / 6

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30060021

**Descripció tècnica:**

Equip de dues xeringues de 100ml pressió màxima 300psi-2069kPa, amb tub connector amb vàlvula antirefluxe connector luer i perforador, estèril, lliure de làtex, conté phalats, un sol ús. Compatible amb injector EMPOW ER MR o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30062264

**Descripció tècnica:**

Lubricant per al sistema d'aterectomia per a vascularització coronària i perifèrica. Volum 100ml +/-20ml. Sistema Orbital VIPERSLIDE o equivalent, compatible amb guia ViperWire Advance o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30062360

**Descripció tècnica:**

Línia d'alta pressió recta, per a injecció de contrast, Øintern 1,8+/-0,2 mm, longitud 200+/-10cm, pressió màx 1200PSI, poliuretà+niló trenat, connexions luer-lock mascle rotatori/femella, estèril,

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30062361

**Descripció tècnica:**

Línia d'alta pressió en Y, per a injecció de contrast, Øintern 1,8+/-0,2m m, longitud 200+/-10cm, pressió màx 1200PSI, poliuretà+niló trenat, connexions luer-lock mascle rotatori/femella, estèril,

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30062507

**Descripció tècnica:**

Equip de 3 reservoris premontat multipacient, 24 h d'us amb punçons reemplaçables, connexions i allargaderes en T, vàlit contrast iodat i diferents concentracions., màxim 5 pacients, esterilitzat per radiació. Pressió > 300 psi Lliure de làtex, compatible amb injector MEDRAD Centargo o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30062508

**Descripció tècnica:**

Allargadera d'un sol ús en forma d'espiral (coiled) per la infusió de medis de contrast o suero fisiològic, esterilitzat per radiació. Lliure de látex i ftalatos, compatible amb MEDRAD Centargo o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30062509

**Descripció tècnica:**

Punxó intercambiable, estèril, lliure de làtex i ftalatos, compatible amb MEDRAD Centargo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30062719

**Descripció tècnica:**

Equip de xeringues graduades transparents, 1 de 65ml per mitjans de contrast, 1 de 115ml per solució salina amb marques ovalades translúcides, allargadera 244cm baixa pressió amb connector en T antireflux pressió màxima a 350psi, dos punçons, apirògen, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema injecció Medrad Spectris Solaris o equivalent



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 30 de 43



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.05.2026  
HORA: 12:42:09  
PÀGINA: 6 / 6

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30065184

**Descripció tècnica:**

Equip per injecció de contrast per angiografia compost per: xeringa d'alta pressió 150ml, transparent amb indicadors fluïts, i tub d'ompliment ràpid, connexió Twist&Go, amb sistema d'injecció, compatible amb sistema MEDRAD, Mark 7 Arterion o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30065883

**Descripció tècnica:**

Xeringa amb capacitat 150ml per a injector angiogràfic d'alta pressió 12 00 PSI, per a 5 pacients, de policarbonat, con luer-lock a catèter amb c aputxó. Lliure de làtex, estèril, Compatible amb injector de contrast ME DRAD AVANTA o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30066839

**Descripció tècnica:**

Xeringa de 3 cossos de 20ml per a pressió negativa, amb 4 nivells de fixa ció de l'èmbol per crear diferents graus de pressió de buit, amb connexió luer- lock mascle fix, cos transparent policarbonat, èmbol d'ABS amb capç al silicona, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30068133

**Descripció tècnica:**

Allargadera, 250cm de longitud, presió màxima 350 psi, d'un sol ús en forma d'espiral (coiled) per la infusió de medis de contrasto serum fisio lògic, compatible amb MEDRAD MRXperion o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30068134

**Descripció tècnica:**

Equip de xeringues de 65/115ml+accessoris, tub connector de 15ml, pressió nominal 325psi, multipacient (hfins 24 horas), màxim 5 pacients, per la infusió de medis de contrast o sèrum fisiològic compatible amb MRXper ion de MEDRAD o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30069131

**Descripció tècnica:**

Fibra làser endovenosa per al tractament de la vena safena magna i parva . Emissió radial homogènia i contínua en 360° al llarg d'una secció de 3 #4#mm, sense emissió frontal, compatible amb longituds d'ona de 980/1470 /1940#nm. Longitud estàndard 2,5#m, nucli de 400#µm i punta de 1,3#mm. T ransmissió típica 98#%, NA 0,22 i punta fusionada per a màxima seguretat lliure de làtex i sense ftalats estèril d'un sol ús, compatible amb sis tema INFINITY o equivalent

SOL.COMANDA: 1101473039 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30069132

**Descripció tècnica:**

Fibra de làser per a tractament endovenòs, (safena magna i parva), patròh omogeni i continu 4mm, long estandard 2,5m+/-10cm, long d'ona 980/1470/19 40nm, emissió radial d'una secció 3-4mm, perfil 360°, diàmetre del nucli 60 0µm, i punta exterior 1,8mm, lliure de làtex i sense ftalats estèril d' un sol ús, compatible amb sistema INFINITY o equivalent



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 31 de 43

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 32 de 43

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 33 de 43

Salut/Institut  
Català de la Salut

**1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació**

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

<b>RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES</b>	
<b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
<b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
<b>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</b>	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
<b>Normativa</b>	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 34 de 43



ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 36 de 43

S'ha d'omplir l'excel ANNEX\_D4\_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

#### 1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

##### 1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

##### 1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b> Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 37 de 43

2. **Pestanya lot i/o lots**

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. **Dades NO modificables de la pestanya lot x**

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x**

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

**SI PRESENTA OFERTA = SI** tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

**SI PRESENTA OFERTA = NO** els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

**Exemple:**

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situ entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situ entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgica,TST,total resistència penetració líquids i transpiria,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona critica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgica,TST,total resistència penetració líquids i transpiria,subjec davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona critica.Mida L.L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 38 de 43

**ANNEX F**

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ62I646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 39 de 43



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNU	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmaceuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 40 de 43



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeltemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeltemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeltemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeltemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeltemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publissing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeltemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 41 de 43



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 42 de 43



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SHEET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08OCKHRQH34GIJ621646FJORH09TJ8J8

Data creació còpia:  
03/06/2026 12:30:27

Pàgina 43 de 43