

Expedient CSI-2026-73 Subministrament d'equipament de diagnòstic pel Servei d'Otorrino del Consorci Sanitari Integral

Annex 1 criteris d'adjudicació

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà d'acord amb l'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació, i s'ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la institució. Els criteris d'adjudicació han estat seleccionats d'acord amb els requisits assenyalats a l'article 145.5 LCSP:

- a) Estan vinculats a l'objecte del contracte
- b) S'han formulat de manera objectiva i respectant els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
- c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació aportada pels licitadors.

Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.

LOT 1: RINOMETRE I RINOMANOMETRE

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

CRITERIS OBJECTIUS: 100 PUNTS

PROPOSTA ECONÒMICA (80 punts): Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb **80 punts** a la proposta econòmica d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\overline{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\overline{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

CRITERIS DE VALORACIÓ QUALITATIUS/TÈCNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (20 punts)

El software compta amb patrons de normalitat per una millor interpretació dels resultats	SI/5 punts NO/0 punts
Això facilita una interpretació objectiva i homogènia, reduint la variabilitat entre professionals i millorant la capacitat diagnòstica.	
Software de comparació de corbes pre i post operatories	SI/5 punts NO/0 punts
Aquest criteri és essencial per valorar l'eficàcia dels tractaments quirúrgics o mèdics, facilitant la presa de decisions clíniques basades en dades. A més, evita processos manuals de comparació, incrementant l'eficiència i reduint el risc d'errors.	
El rinomanometre està basat en màscara i en olives	SI/5 punts NO/0 punts
L'ús de màscara facilita determinades proves (especialment en pacients amb dificultats de cooperació), mentre que les olives nasals permeten mesures més específiques i estandarditzades. Aquesta versatilitat millora la qualitat de les mesures i amplia l'aplicabilitat de l'equip.	
El rinomanometre podrà realitzar la prova de forma anterior i posterior	SI/5 punts NO/0 punts
La disponibilitat d'ambdues modalitats assegura una exploració més completa i alineada amb les recomanacions clíniques.	

LOT 2: IMPEDIANCIOMETRE

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

CRITERIS OBJECTIUS: 100 PUNTS

PROPOSTA ECONÒMICA (80 punts): Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb **80 punts** a la proposta econòmica d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_{\bar{v}}$ = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\bar{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\bar{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

CRITERIS DE VALORACIÓ QUALITATIUS/TÈCNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (20 punts)

Pantalla tàctil superior a 10"	
Una pantalla gran permet veure amb més claredat els paràmetres mesurats, les gràfiques, les corbes i els resultats, cosa que facilita la interpretació clínica i redueix errors de lectura. Aporta eficiència, ergonomia i precisió en la consulta.	SI/5 punts NO/0 punts
Impressora tèrmica integrada	
Aquest criteri reforça la traçabilitat, la rapidesa assistencial i l'autonomia operativa de l'equip.	SI/5 punts NO/0 punts
Connectivitat i exportació / integració informàtica estàndard	
La possibilitat d'exportar resultats en formats habituals o integrar-los amb la història clínica electrònica evita duplicitats, redueix la transcripció manual i disminueix el risc d'errors administratius.	SI/5 punts NO/0 punts
Barra lluminosa i indicadors avançats a la sonda	
Ofereixen informació visual immediata sobre l'estat de la mesura, la correcta col·locació, la qualitat del senyal o la resposta del pacient, fet que facilita l'execució correcta de l'exploració i redueix repeticions innecessàries. També milloren l'ergonomia del treball, especialment en exploracions on el professional ha de mantenir l'atenció simultània sobre el pacient i sobre l'equip.	SI/5 punts NO/0 punts

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.