

## **ANNEX 5**

# **CONDICIONS ESPECÍFIQUES (CESSIONS, ACCESSORIS, COMPLEMENTES, MOSTRES, DEMOSTRACIONS, ETC)**

### Cessió d'equips

L'empresa que resulti adjudicatària del lot 33 relatiu a les línies d'administració de nutrició enteral haurà de cedir bombes d'infusió per a cada pacient. El nombre estimats de pacients que pot requerir una bomba és de 4.

Donat que les línies d'administració són específiques per a cada bomba d'infusió, aquestes estan incloses dins el mateix lot, per tal de que sigui el mateix adjudicatari que subministra les línies cedeixi l'equip més adient.

Les bombes d'infusió hauran de ser cedides a l'HV durant el temps que estigui vigent el concurs. La cessió de les mateixes inclourà el seu manteniment, i el seu cost serà repercutit en els sets d'administració de les fórmules de nutrició enteral.

L'adjudicatari serà responsable del manteniment complert de les bombes d'infusió, garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. L'adjudicatari també s'haurà de fer càrrec de la formació inicial en el funcionament de la nova bomba adjudicada dels pacients que estan actualment en curs amb nutrició enteral amb bomba d'infusió.

Aquestes bombes d'infusió han de complir els següents requisits mínims:

- Sensibilitat (marge d'error del flux) inferior al 5%.
- Permetre seleccionar la velocitat d'infusió entre 1 i 300 ml/hora amb increments d'1 en 1 ml.
- Estar dotada d'alarmes per a: oclusió, buidatge del circuit, dosi administrada i bateria baixa.