

**ANNEX 2 PCAP OFERTA ECONÒMICA I ALTRES ASPECTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA**

<b>TÍTOL EXPEDIENT:</b>	<b>SUBMINISTRAMENT D'UN RESPIRADOR PEDIÀTRIC PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA</b>
<b>NÚMERO D'EXPEDIENT:</b>	<b>19_CSA_2026</b>

<b>NOM LICITADOR:</b>	
<b>DOMICILI: C/:</b>	
<b>LOCALITAT:</b>	
<b>TELÈFON:</b>	
<b>CORREU ELECTRÒNIC:</b>	
<b>DADES DEL SIGNANT:</b>	
<b>NOM I COGNOMS:</b>	
<b>DNI:</b>	
<b>CÀRREC:</b>	
<b>SIGNAT I SEGELLAT:</b>	
<b>DATA:</b>	

**OFERTA ECONÒMICA**

Nº	Definició producte	QUANTITAT	Preu unitari màxim de licitació s/iva	IVA	Preu unitari màxim de licitació amb IVA	Preu total màxim de licitació s/iva	Preu total màxim de licitació amb IVA	PREU UNITARI DE L'OFERTA s/IVA	IVA	PREU UNITARI DE L'OFERTA amb IVA
	Respirador pediàtric	1	22.000,000 €	21%	26.620,00 €	22.000,000 €	26.620,000 €			- €

**ALTRES ASPECTES QUATIFICABLES AUTOMÀTICAMENT**

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS	VALOR REQUERIT	VALOR OFERT	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
Modes ventilatoris no invasius (màxim 9 punts). Es valorarà d'acord amb el següent: - S'atorgaran 9 punts en cas d'incloure altres modes ventilatoris no invasius com BIPAP/Duo PAP i oxigenoteràpia. - S'atorgaran 4 punts en cas d'incloure algun altre mode ventilatori no invasiu addicional als requerits pel PPT i diferent als descrits en el punt anterior. - S'atorgaran 0 punts en cas de no incloure cap mode ventilatori no invasiu addicional.	modes ventilatoris no invasius disponibles addicionalment als estipulats al PPT		
Compatibilitat - S'atorgaran 9 punts en cas de que nCPAP i BIPAP siguin compatibles amb els diferents generadors del mercat de disseny tipus InfantFlow, InfantFlow LP, Medijet o similar, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	si són compatibles o no		
Autonomia bateria - S'atorgaran 9 punts en cas de presentar una autonomia de bateria de 2 hores o més, s'atorgaran 4 punts en cas de presentar una autonomia de més de 1 hora i menys de 2 hores, i s'atorgaran 0 punts a la resta de casos.	Autonomia de bateria (en hores)		
Volum garantit (màxim 4 punts): - S'atorgaran 4 punts en cas que l'equip permeti programar el volum garantit des de 0,8ml o inferior. - S'atorgaran 2 punts en cas que l'equip permeti programar el volum garantit des de 1,2ml a 0,81 ml. - S'atorgaran 0 punts a la resta de casos.	Valor des d'on permet programar el volum garantit		
Flux ajustable - S'atorgaran 4 punts en cas que l'equip permeti l'ajust del flux continu inspiratori i expiratori, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	si ho permet o no		
Trigger - S'atorgaran 4 punts en cas que l'equip permeti l'ajust del Trigger per Flux, Pressió i Volum, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	si ho permet o no		
Ampliació de garantia (màxim 6 punts). S'atorgaran 2 punts per cada any addicional de garantia que s'ofereixi respecte el mínim requerit en l'apartat J d'aquest QC, de manera que: - S'atorgaran 2 punts per l'oferta d'1 any addicional de garantia. - S'atorgaran 4 punts per l'oferta de 2 anys addicionals de garantia. - S'atorgaran 6 punts per l'oferta de 3 anys o més addicionals de garantia.	nº anys addicionals		