

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI CLÍNIC, D'OFICINA I DIVERS

Plec de
prescripcions

EXPEDIENT CS/AP51/1101476413/26/PS

PPT- PS-SUB-01-2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI CLÍNIC, D'OFICINA I DIVERS PER A CENTRES DE LA GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I A LA COMUNITAT BARCELONA LITORAL-ESQUERRA I DE LA GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I A LA COMUNITAT BARCELONA MUNTANYA-DRETA. ÀMBIT TERRITORIAL BARCELONA. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GENERALITAT DE CATALUNYA





CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la Contractació
2. Relació codis d'articles, quantitats i equips assistencials peticionaris inclosos (annex A)
 - 2.1 Divisió en Lots (annexC)
3. Documentació oferta tècnica:
 - 3.1 Fitxa característiques tècniques (annex B)
 - 3.2 Fitxa tècnica del producte (annex D)
 - 3.3 Memòria tècnica
 - 3.4 Document descriptiu servei tècnic
 - 3.5 Condicions de muntatge
4. Condicions de garantia
 - 4.1 Termini, inici i conceptes de garantia
 - 4.2 Reposició
 - 4.3 Formació
5. Documentació tècnica complementaria
6. Condicions de muntatge i instal·lacions (si s'escau)
7. Annexos





1. Objecte de la contractació

L'objecte del present plec de condicions tècniques és la contractació del subministrament de mobiliari clínic, d'oficina i divers, pels diferents centres de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Muntanya-Dreta i de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra, en l'àmbit i l'abast que s'indiquen en les prescripcions del present plec tècnic.

2. Relació codis articles, quantitats i equips assistencials peticionaris (Annex A)

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Muntanya-Dreta i de la Gerència d'Atenció Primària i de la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra, d'un conjunt d'articles relacionats a l'Annex A, amb el detall de codis d'articles, quantitats, i equips assistencials peticionaris als quals aniran ubicats els aparells mèdics i material divers relacionats.

Tots els articles oferts han de ser nous, no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

2.1 Divisió en Lots (Annex C)

L'objecte d'aquest contracte contempla la divisió per lots relacionats a l'Annex C. La licitació serà per lot sencer.

No serà obligatori anar a tots els lots.

3. Documentació oferta tècnica

3.1 Fitxa característiques tècniques dels articles objecte de licitació (Annex B)

Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos a la licitació es troben definides en els documents anomenats "Fitxes característiques tècniques" (Annex B).

A la fitxa característiques tècniques es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l'article ofert, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar i seran objecte de valoració, si s'escau.

La complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal que el licitador acrediti el compliment de les característiques obligatòries requerides indicant per cadascuna les dades següents:

1. En la columna "**És causa d'exclusió**"(SI/NO), s'indica si les característiques són d'obligat compliment, es concreta l'obligatorietat o no d'aquest.

L'incompliment per part del licitador d'una característica d'obligat compliment i així identificada és causa d'exclusió de la licitació per a aquell lot.





2. En la columna "**Índex documental**", haurà d'especificar la ubicació exacta a la documentació acreditativa aportada (full, apartat, etc.) del producte ofert.

Les ofertes tècniques que no presentin les fitxes amb l'índexat on consten les acreditacions del compliment de les característiques requerides no seran valorades i seran desestimades.

3.2 Fitxa tècnica del producte (Annex D)

Caldrà especificar resumidament aquelles dades dels equips que determinin que compleixen les característiques demanades per a cada punt a la Fitxa tècnica del producte (Annex D), la imatge haurà de correspondre amb el material ofert.

La fitxes tècniques, Annexos B i D, caldrà presentar-les degudament amb signatura digital.

3.3 Memòria tècnica de cadascun dels articles, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els corresponents Product Data i altra documentació gràfica dels productes oferts.

3.4 Document descriptiu de les dades del servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició dels articles oferts.

3.5 Restant documentació: condicions de muntatge, instal·lació i altres dels productes.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades, en cas contrari, seran desestimades.

4. Condicions de garantia, actualització de programari, reposició i formació

4.1 El termini de garantia serà com a mínim de 2 anys, a comptar des de la signatura de l'acta de recepció i posta en marxa de l'equip o article. La garantia també inclourà els accessoris i les diferents parts del producte.

Durant el període de garantia aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip o material els conceptes següents:

1. Substitució de l'equip i material, quan aquests presentin vicis o defectes visibles i/o ocults, materials o de funcionament.
2. La reparació i substitució de les parts defectuoses
3. Si s'escau, el manteniment preventiu que requereixi l'equip per al seu correcte funcionament.





Dins de l'oferta tècnica també cal descriure detalladament el nombre d'actuacions i continguts del contracte de manteniment preventiu.

Així mateix, cal detallar a l'oferta tècnica el servei tècnic ofert:

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables / festius
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- El temps de resposta, amb presència física, que haurà d'ésser en un màxim de 24 hores
- El temps de resolució de les avaries o reposició que haurà d'ésser en un màxim de 72 hores
- Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries

4.2 Reposició

El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys, llevat que es digui clarament el contrari en la fitxa tècnica corresponent.

L'oferta ha d'incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb el corresponent cost unitari i termini de subministrament.

4.3 Formació

El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial i de manteniment del centre (tots els torns). Els cursos inclouran la documentació tècnica adient i seran sempre presencials, llevat que el centre sol·liciti expressament un altre tipus de formació.

El proveïdor es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat al personal d'electromedicina en el manteniment de l'equip, mitjançant cursos i la documentació tècnica adient.

L'horari de la formació la proposarà el centre sanitari. Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari.

5. Documentació tècnica complementària

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o castellà:

- Manual complet d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions, neteja i mesures en cas d'avaries.





- Manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb número de referència) detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
- Si es tracta d'un equip que té instal·lació prèvia, requereix obra o connexions especials, cal manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge, d'accessoris i la seva aplicació.

6. Condicions de muntatge i instal·lacions

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip:

6.1 Inclou la connexió i integració de maquinari i programari amb altres equips del centre. Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d'equipament del Centre Sanitari.

6.2 Si és necessària la integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions de la unitat d'informàtica i haurà d'incloure totes les necessitats d'ampliació de servidors, protecció, connexió a punts de xarxa estructural i les ampliacions en termini dels diferents recanvis/accessoris.

6.3 Les obres que requereixin la instal·lació es faran seguint les indicacions de la direcció de Serveis generals. Aquestes intervencions inclouen la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

6.4 L'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la retirada i baixa de l'equip anterior, si s'escau.

6.5 El termini de subministrament dels equips i materials adjudicats no serà superior a **30 dies** a comptar a partir de la data de publicació de la resolució d'adjudicació.

Barcelona

Responsable Unitat Suport Telefònic Integral al Client
Direcció Econòmica Financera
Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra
Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Muntanya-Dreta





7. Annexos

Annex A Relació de codis articles, quantitats i equips assistencials peticionaris

Annex B Fitxa característiques tècniques dels articles objecte de la licitació

Annex C Relació de lots

Annex D Fitxa tècnica del producte



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 25/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0Q933PH9IRGQJ1WH9J2PZWO5VSDS4SOX

Data creació còpia:
25/06/2026 12:38:19

Pàgina 7 de 7