

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT PREVENTIU D'UN
ESTERILITZADOR DE PLASMA GAS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR
JOSEP TRUETA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. CONDICIONS GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la contractació
2. Abast i requisits tècnics
3. Requeriments contractuals obligatoris
4. Condicions d'obres i instal·lacions (si s'escau)

1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte de la contractació és el manteniment preventiu d'un esterilitzador de plasma gas ubicat al Centre d'Especialitats Güell, dins de l'àmbit del servei d'esterilització de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

2. ABAST I REQUISITS TÈCNICS

L'abast de la contractació escau a l'equipament descrit en aquest punt, així com les seves especificacions tècniques i cobertures descrites.

Els requisits tècnics que caldrà acomplir són:

- Manteniment preventiu en conformitat amb els protocols establerts per fàbrica de tots els elements de l'equip.
- El personal que realitzi els manteniments ha d'estar qualificat i amb formació acreditada pel fabricant original.
- Mà d'obra i desplaçament han d'estar inclosos.
- Les actualitzacions de software de fàbrica necessàries per a mantenir l'equip en condicions de seguretat.
- Inspeccions de seguretat i qualitat.
- Manteniment tècnic legal.
- Assistència tècnica telefònica especialitzada.
- Cal incloure els materials necessaris per a recanvis durant el manteniment preventiu.

3. REQUERIMENTS CONTRACTUALS OBLIGATORIS

3.1. Prevenció de riscos laborals i residus

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

Compromís de l'adjudicatari gestionar el fi de la vida útil de l'equipament mèdic, sense cost per part de l'Hospital, seguint l'actual llei de gestió de residus i les indicacions de l'ARC (*Agència de Residus de Catalunya*).

3.2. Actualització dels programaris dels equips

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, en cas que l'equip suporti un programari, mantenir-lo actualitzat durant el període del contracte.

3.3. Penalitzacions

En cas que el proveïdor incompleixi algun dels punts anteriors, l'Hospital podrà descomptar la totalitat de l'import adjudicat en la contractació, si escau. Tanmateix, l'empresa adjudicatària es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat, al personal tècnic del Servei d'Electromedicina de l'Hospital, en el manteniment de primera intervenció de l'equip, mitjançant cursos i la documentació tècnica adient. Les despeses corresponents aniran a càrrec de l'adjudicatari i la formació es podrà realitzar en el propi Hospital o amb eines online, sempre de mutu acord entre les parts

4. CONDICIONS D'OBRES I INSTAL·LACIONS (si s'escau)

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip (elèctrica, gasos, evacuació d'aigües i d'alarmes si s'escau). Inclou la connexió i integració de maquinari i programari amb altres equips del centre. Totes les operacions va a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d'equipament del Centre Sanitari.

Si és necessària la integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions de la unitat d'informàtica i haurà d'incloure totes les necessitats d'ampliació de servidors, protecció, connexió a punts de xarxa estructural i les ampliacions en termini dels diferents recanvis/accessoris.

Les obres que requereixin la instal·lació es faran seguint les indicacions de la Direcció de Serveis Generals. Aquestes intervencions inclouen la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements. L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lats els equips, haurà de realitzar les proves d'acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.

5. IMPORT DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

El preu màxim de licitació és de 5.950,00 € sense IVA, i 7.199,50 € amb IVA inclòs.

6. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte està prevista des de l'1 de gener de 2027, o des de la data de formalització del contracte si fos posterior, fins el 31 de desembre de 2027. S'estableix la possibilitat de prorrogar anualment amb un màxim de quatre anualitats.

Girona, a la data de la signatura electrònica

Jaume Fernández Baró
CAP UNITAT MANTENIMENT

Marc Rulló Besora
RESPONSABLE SERVEI ELECTROMEDICINA
