

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX 5 - Cessió d'equipaments i dipòsits de material

- 5.1 Condicions de les cessions
- 5.2 Número d'equips a cedir
- 5.3. Característiques tècniques obligatòries



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
05/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](https://csv.gencat.cat) fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ND9BX6K6I9LGFJIAU7IYY495CGN8QL9

Data creació còpia:  
21/05/2026 09:25:21

Pàgina 1 de 3

Salut/Institut  
Català de la Salut

**5.1 Condicions de les cessions**

Actualment l'adjudicatari del fungible indicat a continuació cedeix, sense cap cost per als Centres de l'ICS, el nombre d'equips que es detalla i les característiques tècniques que s'especifiquen en aquest mateix annex a l'apartat "Característiques bàsiques dels equips".

Lot 2 = Per tractament crioteràpia/crioablació

Cas que en el procés d'adjudicació aquest material fos adjudicat a un proveïdor diferent de l'actual, el nou adjudicatari haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats existents als Centres per altres amb les mateixes característiques i funcionalitats bàsiques que garanteixin la continuïtat i funcionament de l'actual sistema instal·lat.

Les empreses adjudicatàries d'aquests articles també seran les responsables del manteniment dels equips instal·lats en els centres, així com la seva actualització i substitució en cas d'avaría, sense cap cost per als Centres de l'ICS.

Les empreses adjudicatàries hauran d'entregar més equips segons les noves necessitats dels centres. Si es retira un equip per reparació haurà d'entregar-ne un altre de substitució en un temps de resposta de 24 hores, de dilluns a divendres.

Les incidències derivades del no compliment d'aquest requisit en el temps indicat serà responsabilitat de l'empresa. La formació per part de l'empresa haurà de ser a disposició de les necessitats i horaris dels centres.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar.

El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació. L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
05/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ND9BX6K6I9LGFIAU7IYY495CGN8QL9

Data creació còpia:  
21/05/2026 09:25:21

Pàgina 2 de 3

Salut/Institut  
Català de la Salut

**5.2 Número d'equips a cedir**

Lot	Detall de la ubicació dels monitors	Credits	Comprats
2	AH02- Hospital Universitari de Bellvitge	7	

\* Les unitats són estimades i per tant poden variar

**5.3. Característiques tècniques obligatòries**

- Pantalla tàctil HD de gran tamany per operació intuïtiva.
- Interfaz d'usuari simplificat per controlar la teràpia.
- Software i-Flow™ per optimitzar el rendiment de cada agulla.
- Múltiples canals (10) y ports d'agulla (20) per flexibilitat
- Sensors tèrmics multipunt per monitorització de temperatura en temps real i protecció de teixits propers

**GASOS**

- Circulació d'argó (congelació) i heli (descongelació).
- Tecnologia i-Thaw™ y FastThaw™ per descongelació activa sense heli amb agulles CX.

**Disseny i Seguretat**

- Diseño unibody de tub tancat en agulles MRI per minimitzar fuites de gas.
- Marcadors de distància a l'eix per optimitzar la col·locació.
- Maneig de gas alta pressió (fins 6000 psi).

S'haurà **d'aportar la documentació** tècnica pròpia dels equips on es reculli la informació a avaluar dels criteris obligatoris definits en aquest Annex 5.

**La totalitat de la documentació presentada s'ha de presentar en un sol arxiu comprimit tipus RAR ó .ZIP. Aquest arxiu s'ha d'anomenar Fitxa tecnica equips i es posarà a la carpeta ALTRE DOCUMENTACIÓ.**

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
05/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ND9BX6K6I9LGF1JAU7IYY495CGN8QL9

Data creació còpia:  
21/05/2026 09:25:21

Pàgina 3 de 3