

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN PEL CONTRACTE RELATIU A SUBMINISTRAMENT, L'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA, D'UN SISTEMA D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

FGS-2026-12

1. ANTECEDENTS

La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGS) es veu en la necessitat d'incorporar equipament d'ecoendoscòpia sectorial i d'endoscòpia digestiva terapèutica per a la unitat de CPRE (colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica) i per al desenvolupament de l'activitat endoscòpica digestiva del servei.

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte descriure les característiques tècniques de l'equipament, per tal de dur a terme la prestació del contracte en modalitat d'arrendament sense opció de compra.

2. ABAST DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT

L'abast del present expedient de contractació consisteix en l'arrendament sense opció de compra per la unitat d'endoscòpia digestiva de la FGS, de l'equipament descrit en l'apartat de prescripcions generals.

Els equips i les seves característiques es defineixen en el següent punt de prescripcions generals.

3. PRESCRIPCIONS GENERALS

Especificacions tècniques del sistema, sistema d'ecoendoscòpia sectorial compost per:

- Videogastroscopi terapèutic EG-580UT
 - Sensor d'imatge CCD
 - Longitud de treball 1.250 mm
 - Longitud total 1.550 mm
 - Diàmetre de la secció d'inserció 12,4 mm
 - Diàmetre d'extrem distal 13,9 mm
 - Canal de treball de 3,8mm.
 - Camp de visió endoscòpica de 140°
 - Direcció visual obliqua 40°
 - Angle d'escaneig de 150 °
 - Capacitat d'angulació amunt/avall major o igual a 150/150°, dreta esquerra 120°/120°
 - Rang d'observació mínim de 3 a 100 mm
 - Rang de freqüència mínim entre 5 i 12 MHz
 - Sistema de control i fixació de guia amb elevador



- Videoduodenoscopi ED-840T
 - Sensor d'imatge CMOS
 - Sistema d'imatge avançada per obtenir una imatge clara, detallada i amb contrast de la mucosa i vascularització BLI, LCI i ACI
 - Longitud de treball 1.250 mm
 - Longitud de treball 1.550 mm
 - Diàmetre de la secció d'inserció 11,3 mm
 - Diàmetre d'extrem distal 13,1 mm
 - Canal de treball de 4,5 mm
 - Camp de visió de 100°
 - Direcció visual 105° (retro 15°)
 - Capacitat d'angulació amunt / avall 120 / 90 °, dreta esquerra 110 ° / 90 °
 - Rang d'observació 4-60 mm
 - Connector estanc d'un sol pas.
 - Caputxó distal removable d'un sol ús
 - Sistema de control i fixació de guia amb elevador G-Lock
- Accessoris associats LT-7F i WT-04G

4. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament dels equips objecte de la present licitació es farà a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Per tant, l'adjudicatari haurà d'efectuar els treballs de transport i muntatge a partir de la data que determini la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el termini no superior a 1 mes des de la formalització del contracte.

L'equipament es subministrarà amb tots els accessoris necessaris per a un correcte funcionament, instal·lant-se en les dependències definitives i encarregant-se l'adjudicatari de la retirada dels embalatges.

5. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els terminis previstos en aquest document i en la seva oferta així com lliurar els béns objecte del contracte en temps i llocs fixats en el contracte.

▪ Condicions d'instal·lació del sistema:

La instal·lació del sistema ha d'incloure:

- Instal·lació i posta a punt de tots els sistemes oferts.
- Interconnexió de tots els elements que formen l'equip.
- Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l'equip.

- El licitador pot efectuar qualsevol consulta o comprovació in situ per a adequar millor la seva oferta.
- Les interconnexions de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric de l'equip i el propi equip anirà a càrrec del proveïdor.

- **L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip d'acord amb les directrius de la direcció de manteniment i obres del centre.**

El subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament objecte d'aquest expedient, van a càrrec de l'adjudicatari i estaran incloses en el preu de licitació. L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lat l'equip, haurà de realitzar les proves d'acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.

- **Pla de Formació:**

L'objectiu del Pla de Formació és el d'oferir accions formatives inicials pel personal al respecte del funcionament i ús del mòdul de manera que s'optimitzi el seu rendiment i s'aconsegueixi una eficiència òptima que millori la qualitat assistencial.

- **Manteniment integral de l'equipament posat a disposició:**

L'empresa adjudicatària durant el termini de vigència del contracte, es farà càrrec del manteniment preventiu i correctiu derivat del subministrament dels equips objecte de la licitació. En aquest sentit, no es podrà aplicar a la facturació cap cost addicional per aquest concepte o incrementar el cost en altres contractes que l'empresa adjudicatària pugui tenir amb l'Hospital, per aquest concepte.

En cas d'avaría d'un dels equipaments, l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo en un temps màxim de 48 hores.

- **Normativa obligatòria:**

Tots els components del sistema hauran de complir amb el que estableix la legislació espanyola i comunitària vigent que sigui d'aplicació, així com altres normes aplicables obligatòriament:

- *Reial Decret 414/1996, d'1 de març, relatiu a la regulació de productes sanitaris (Directiva 93/42/CEE relativa a productes sanitaris).*
- *CEI 601.1 (UNE 606061.1), sobre els nivells de Seguretat Elèctrica*
- *Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, per el que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió*
- *Marca CE*

Documentació tècnica complementària: Amb l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o en castellà:



- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi la preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 2 manuals d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloent-hi les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- 2 manuals d'instruccions de manteniment que ha de contenir les instruccions següents: Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i esquemes, amb dimensions, Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència, Esquema tècnic sobre el muntatge dels accessoris i recanvis, Instruccions de manteniment correctiu, incloent-hi la relació d'avaries més usals i la seva solució.

Barcelona, a 20 de maig de 2026.

Rubèn Moragues i Pastor
Responsable del contracte

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.