

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SCS-2026-722 Subministrament de banys de parafina, destinats a diversos centres d'atenció primària

Codi	Descripció	Q	Preu unitari sense IVA	Preu total sense IVA
1990010100	Bany de parafina	3	2.009,00 €	6.027,00 €
	Import total			6.027,00 €
	21% IVA			1.265,67 €
	Import total amb IVA			7.292,67 €

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Cal presentar:

- una memòria tècnica i/o fitxa tècnica que permeti comprovar els criteris descrits a continuació
- oferta econòmica o pressupost
- termini de subministrament estimat

1990010100 Bany de parafina

Definició

Definició

Equip per escalfar i mantenir calenta la parafina utilitzada en termoteràpia
 Marcatge CE
 Indicar marca i model

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 L'equip ha d'escalfar la parafina sense que es cremi
- 2 Control automàtic de temperatura de la parafina fosa
- 3 Fusió al bany maria (no resistència)
- 4 Interior de la cubeta d'acer inox.
- 5 Cubeta amb una capacitat d'almenys 25 litres
- 6 La boca de la cubeta ha d'afavorir una posició còmoda de tractament estant el pacient assegut, a una alçada d'entre 85 i 95 cm aprox.

- 7 Marc de la cubeta amb material antitèrmic
- 8 Indicar-hi el sistema de buidatge de la parafina
- 9 Sistema de seguretat

1.2. Accessoris

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 10 Tapadora
- 11 Suport rodable
- 12 Pack inicial de parafina

T2. Condicions de lliurament

Tots els articles ofertats han de ser nous; no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

Per aquells equips que es requereixi muntatge, anirà a càrrec de l'adjudicatari totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari. A més, l'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la retirada dels embalatges i serà responsable de la seva correcta gestió com a residus, així com de la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips i la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

Si els centres ho sol·liciten, l'adjudicatari farà formació de l'ús de l'equip als professionals.

Atès que els equips que son objecte d'aquest expedient forma part del *Programa financiado por el Ministerio de Sanidad*, hauran d'incorporar una etiqueta adhesiva on es vegi de manera clara i inequívoca el logotip que s'inclou a l'Annex E. Aquestes etiquetes adhesives aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Per aquells equips que tinguin número de sèrie, aquest haurà de constar a l'albarà i a la factura.

Data de subministrament aproximada: setembre 2026