

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL**

CS/CC00/1101473028/26/AMUP

Subministrament agregat de Gases, Gases Quirúrgiques,
Torundes, Cotó i Celulosa (complementari)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 1 de 37

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 3 de 37

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material Gases, Gases Quirúrgiques, Torundes, Cotó i Celulosa (complementari) per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

En la descripcions dels materials dels lots 2, 4, 6 i 7 surten especificades unes mides concretes. El material és de fabricació i aquestes mides poden variar segons el mètode d'esterilització, s'admetrà una variació de +/- 5%.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Per a aquesta licitació no s'especifiquen requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o



- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la **Product Data** no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**, S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.



Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà (Annex D1 i Product Data). La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de l'oferta.

Els **marcats CE** es podran presentar en **català, castellà o anglès**.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**.

En aquest document, annex E, s'haurà d'informar dels codis SAP i les referències que presenti el proveïdor. La informació dels lots amb obligatorietat de presentar mostra, es troba a l'annex A d'aquest plec.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1101473028/26/AMUP]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres (2 unitats per referència presentada) que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a **GERÈNCIA DE COMPRES-Maite Pascual** a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'**ANNEX E**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.



Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.



Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències



- Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació** d'una **alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	



b) Per a ruptures sense alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empresa contractista haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.



4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)



- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.



L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades.
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa).



- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'emalatge.

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'emalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència



- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.



Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.







4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

	Doc. original signat per: Olga Santamaria Herrero 04/06/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	Data creació còpia: 19/06/2026 11:12:10 Pàgina 19 de 37
	CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA		

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

ANNEX E - Presentació de mostres

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 20 de 37

ANNEX A - Característiques de la licitació

	Doc. original signat per: Olga Santamaria Herrero 04/06/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029	Data creació còpia: 19/06/2026 11:12:10
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 21 de 37
			
		0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA	

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101473028/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
1	Gases de cotó 13 fils no estèrils	Obligatori
2	Gases de cotó 13 fils estèrils	Obligatori
3	Gases de cotó 17 fils no estèrils	Obligatori
4	Gases de cotó 17 fils estèrils	Obligatori
5	Gases de teixit sense teixir no estèril	Obligatori
6	Gases de teixit sense teixir estèril	Obligatori
7	Compreses quirúrgiques	Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 22 de 37

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 23 de 37



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 43545431Z

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.05.2026
HORA: 14:42:35
PÀGINA: 1 / 3

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000201

Descripció tècnica:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils, mida total 25 x 40 cm, plegada 10 x 10 cm, amb plegat de seguretat, 8 capes, amb control radio lògic. Estèril. Sobre 10 gases.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000208

Descripció tècnica:

Gasa de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils per cm2, mida 20 x 20 c m, tallada sense plegar. Sense control radiològic. No estèril. Al detal l.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000209

Descripció tècnica:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 c m, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic. No estèri l. Al detall.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001384

Descripció tècnica:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 c m, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001401

Descripció tècnica:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 c m, plegada 10x10cm, 8 capes, sense control radiològic, sobre 10 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001563

Descripció tècnica:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20 x 40 cm, plegada 10 x 10 cm, 8 capes, sense control radiològic. No estèril. Al detall.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001565

Descripció tècnica:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 c m, plegada 10x10cm, 8 capes, sense control radiològic, sobre 4 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30003037

Descripció tècnica:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 45x45 c m, 4 teles cosides, plegada 11x22 cm amb control radiològic amb plegat d e seguretat. Estèril, sobre 2 gases.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 24 de 37



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 43545431Z

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.05.2026
HORA: 14:42:35
PÀGINA: 2 / 3

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30003038

Descripció tècnica:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 50x50 c m, plegada 10x10cm, 16 capes, sense control radiològic. No estèril. Al detall.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30003134

Descripció tècnica:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 45x45 c m, 4 teles cosides, plegada 12x25 cm amb control radiològic amb plegat de seguretat. Estèril. Sobre 5 gases.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30003135

Descripció tècnica:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 60x40 c m, plegada 20x10cm, amb plegat de seguretat, 12 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 5 gases.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30003136

Descripció tècnica:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 c m, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30003137

Descripció tècnica:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 60x40 c m, plegada 10x20cm, 12 capes, sense control radiològic, sobre 2 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30006386

Descripció tècnica:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >=/30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, No Estèril, Al detall. Paquet 100 unitats.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30006388

Descripció tècnica:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x40 cm, plegada 10x20cm, 4 capes, >=/30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30008836

Descripció tècnica:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 c m, plegada 11x22cm, 4 teles cosides, sense control radiològic, sobre 2 unitats. Estèril



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 25 de 37



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 43545431Z

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.05.2026
HORA: 14:42:35
PÀGINA: 3 / 3

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30009691

Descripció tècnica:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >/=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobres 5 unitats.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30012854

Descripció tècnica:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100 % de 17 fils/cm2, mida total 80x40 cm, plegada 20 x 10 cm, plegat de seguretats, 16 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 10 gases.

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30013077

Descripció tècnica:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17fils per cm2, amb fil de cont rast radiològic per a cirurgia laparoscòpica mida total 16x25cm, mida plegada 6x8cmde 8 capes i cinta vista. Estèril. Sobre 1 gasa

SOL.COMANDA: 1101473028 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30025047

Descripció tècnica:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 40x40 cm, plegada 10x20cm, 8 capes, >/=50 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 5 unitats.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 26 de 37

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 27 de 37

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 29 de 37

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 30 de 37

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	<input style="width: 90%;" type="text"/>
<input style="width: 98%;" type="text"/>		LOT	Tipus oferta
<input style="width: 98%;" type="text"/>		<input style="width: 40%;" type="text"/>	<input style="width: 40%;" type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF <input style="width: 50%;" type="text"/>	Nom <input style="width: 40%;" type="text"/>	Fabricant <input style="width: 20%;" type="checkbox"/> (SI / NO)	Distribuidor <input style="width: 20%;" type="checkbox"/> (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model <input style="width: 90%;" type="text"/>	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor <input style="width: 90%;" type="text"/>	Material de fabricació *	<input style="width: 98%;" type="text"/>	
Referència fabricant <input style="width: 90%;" type="text"/>	Mides del material ofertat *	<input style="width: 98%;" type="text"/>	
<input style="width: 98%;" type="text"/>	* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material		
Descripció breu del producte			
<input style="width: 98%;" type="text"/>			
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
<input style="width: 98%; height: 150px;" type="text"/>		<input style="width: 98%; height: 150px;" type="text"/>	
Dades d'acreditacions			
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC <input style="width: 80%;" type="text"/>		Logo de l'empresa	
Marcat CE/Tipus de classe <input style="width: 90%;" type="text"/>	(SI/NO) <input style="width: 20%;" type="checkbox"/>	<input style="width: 98%; height: 50px;" type="text"/>	
Compliment regulació prod sanitaris <input style="width: 90%;" type="text"/>		<input style="width: 98%; height: 50px;" type="text"/>	
Altres acreditacions i/o auto certificació <input style="width: 90%;" type="text"/>		<input style="width: 98%; height: 50px;" type="text"/>	

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag1_cat_180718



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 31 de 37

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 32 de 37

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 33 de 37

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcte.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Criteris objectius		
			Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts	3 punts	5 punts
			SI/NO	SI/NO	SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpirable,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cos,zona crítica.Mida M,llarg 135cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,10s.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpirable,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cos,zona crítica.Mida L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,10s.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 34 de 37

En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la pestanya del lot de l'Excel.

Exemple: (només es deixen els lots que tenen oferta)

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com.
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
30030410	Emulsió amb àcid

Proveïdor LOT 27 **LOT 28**

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 35 de 37

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 36 de 37



ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
002	30001384	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	2	
002	30001565	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sense control radiològic, sobre 4 unitats. Estèril	2	
002	30001401	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sense control radiològic, sobre 10 unitats. Estèril	2	
002	30003137	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 60x40 cm, plegada 10x20cm, 12 capes, sense control radiològic, sobre 2 unitats. Estèril	2	
004	30008836	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 4 teles cosides, sense control radiològic, sobre 2 unitats. Estèril	2	
004	30003136	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	2	
005	30006386	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >/=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, No Estèril, Al detall. Paquet 100 unitats.	2	
006	30006388	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x40 cm, plegada 10x20cm, 4 capes, >/=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 2 unitats.	2	
006	30009691	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >/=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobres 5 unitats.	2	
006	30025047	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 40x40 cm, plegada 10x20cm, 8 capes, >/=50 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 5 unitats.	2	
007	30000201	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils, mida total 25 x 40 cm, plegada 10 x 10 cm, amb plegat de seguretat, 8 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 10 gases.	2	
007	30003037	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 45x45 cm, 4 teles cosides, plegada 11x22 cm amb control radiològic amb plegat de seguretat. Estèril, sobre 2 gases.	2	
007	30003134	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 45x45 cm, 4 teles cosides, plegada 12x25 cm amb control radiològic amb plegat de seguretat. Estèril. Sobre 5 gases.	2	
007	30003135	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 60x40 cm, plegada 20x10cm, amb plegat de seguretat, 12 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 5 gases.	2	
007	30012854	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 80x40 cm, plegada 20 x 10 cm, plegat de seguretat, 16 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 10 gases.	2	
007	30013077	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils per cm2, amb fil de contrast radiològic per a cirurgia laparoscòpica mida total 16x25cm, mida plegada 6x8cmde 8 capes i cinta vista. Estèril. Sobre 1 gasa	2	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 04/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
19/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0N5Y2N4252FQ2B0EP7NMCPL498ANW7MA

Data creació còpia:
19/06/2026 11:12:10

Pàgina 37 de 37