

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER EXCLUSIVITAT PER AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UNA ANTENA CRANIAL COMPATIBLE AMB L'EQUIP DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA (RM) MARCA SIEMENS MODEL MAGNETOM PRISMA FIT AMB NÚMERO DE SÈRIE 167106 DEL CENTRE IDI · VALL D'HEBRON - HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir les característiques tècniques i funcionals del subministrament, instal·lació i posada en marxa d'una antena cranial per RM per al següent centre:

- **IDI Vall d'Hebron – Hospital Universitari Vall d'Hebron**
Passeig Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Aquesta bobina s'instal·larà en la RM Magnetom Prisma Fit s/n 167106

2. CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

Antena cranial *Head/Neck 64 MR 3T* compatible amb la ressonància magnètica marca Siemens Magnetom Prisma Fit amb s/n 167106 per al centre IDI · Vall d'Hebron – Hospital Universitari Vall d'Hebron.

3. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA

Les condicions de subministrament, la instal·lació i posada en marxa són les mateixes es descriuen a continuació.

El contractista haurà de garantir el subministrament de l'antena en un termini no superior a 30 dies des de la signatura del contracte.

Antena cranial *Head/Neck 64 MR 3T* compatible amb la ressonància magnètica marca Siemens Magnetom Prisma Fit amb s/n 167106 per al centre IDI · Vall d'Hebron – Hospital Universitari Vall d'Hebron.

L'equip no s'entendrà subministrat fins la seva prèvia instal·lació i conformitat per l'IDI, una vegada verificat el funcionament i en un termini màxim no superior a 30 dies des de la formalització del contracte.

4. GARANTIA

Un (1) any des de la signatura de l'acta de recepció.

5. DISPOSICIONS GENERALS

L'adjudicatari resta obligat a prestar l'assessorament tècnic necessari per a la utilització dels productes subministrats al personal designat de l'IDI durant la vigència del contracte.

En cas que l'adjudicatari modifiqués el número de referència o les característiques del producte per causes tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació a Serveis Generals, presentant el document tot indicant l'antiga i la nova denominació, assumint l'adjudicatari qualsevol cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. En tot cas, qualsevol canvi en les condicions contractuals estarà subjecte a la prèvia aprovació per part de l'IDI d'acord amb la normativa de contractació pública i els plecs que regeixen la present licitació. Així mateix, si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats de l'IDI no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

Barcelona,

Sergi Ortiz Torres
Enginyer Biomèdic
Direcció de Serveis Generals
Institut de Diagnòstic per la Imatge