



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel. 93 291.90.00
contractacions@santpau.cat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN (1) SISTEMA DE VISUALITZACIÓ QUIRÚRGICA, AMB
DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU**

EXP. NSP 26/0539 - FGS-2026-45

Índex

1.	Antecedents.....	3
2.	Abast del contracte.....	3
3.	Prescripcions generals.....	3
4.	Condicions de subministrament	4
5.	Obligacions del contractista	4
6.	Garantia	6

1. Antecedents

La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant FGS) es veu en la necessitat d'incorporar una **d'un sistema de visualització quirúrgica de la casa comercial KARL STORZ per al Bloc Quirúrgic**. L'equipament a incorporar només pot ser de la KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A. **Aquest fet i d'altres que justifiquen l'exclusivitat de l'equipament es descriuen en la Memòria Justificativa de la licitació.**

Aquest document pretén definir les prescripcions tècniques particulars de l'equipament i els seus accessoris, això com les de la seva instal·lació i posada en marxa.

2. Abast del contracte

L'abast del present expedient de contractació consisteix en la incorporació d'un sistema de visualització quirúrgica basat en tecnologia exoscòpica, així com la renovació d'una torre de visualització 4K/3D per la FGS tal i com es descriu en l'apartat de prescripcions generals. L'equip i les seves característiques es defineixen en el següent punt de prescripcions generals.

3. Prescripcions generals

El contracte consisteix en el subministrament, instal·lació, muntatge i posada en funcionament de :

- **Exoscop model Vitom Eagle**, amb les següents característiques:
 - Distància de treball 20 – 50 cm.
 - Conductor de llum de fibra òptica.
 - Reproducció d'imatges per fluorescència.
 - Software NIR/ICG VITOM EAGLE.
 - Sistema de suport i posicionament motoritzat.
 - Sistemes de control del dispositiu, incloent comandament manual tipus i control per pedal.
 - Cable de llum de fibra òptica adequat i tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
 - Seva integració amb la infraestructura digital de quiròfan i amb la plataforma existent al centre.
- **Torres de Laparoscòpia model Rubina 4K/3D ICG**, amb les següents característiques:
 - Monitor 4K/3D de 32"
 - Capçal de càmera 4K amb fluorescència
 - Sistema de control i processament d'imatge 4K i Full HD
 - Mòdul per a la connexió del capçal de càmera

- Font de llum freda Power LED RUBINA
- Videoendoscopi 4K 3D amb fluorescència TIPCAM 1 RUBINA 30°
- Accessoris:
 - Cable de llum de fibra òptica
 - Safata quirúrgica específica per al videoendoscopi, apta per a la neteja, desinfecció, esterilització i emmagatzematge
 - Torre mòbil amb rodes antiestàtiques i bloquejables
 - Rails per a equips i portacàmera
 - Braç de monitor regulable
 - Safata per a teclat
 - Portabotelles de CO₂
 - Funda protectora per a monitor

L'equipament ha de ser de la marca KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A. ja que és l'únic equipament que compleix amb les necessitats de la FGS.

4. Condicions de subministrament

El subministrament de l'article objecte de la present licitació es farà a la FGS. Per tant, l'adjudicatari haurà d'efectuar els treballs de transport i muntatge a partir de la data que determini la FGS en el termini no superior a 1 mes des de la formalització del contracte.

L'equipament es subministrarà amb tots els accessoris necessaris per a un correcte funcionament, instal·lant-se en les dependències definitives i encarregant-se l'adjudicatari de la retirada dels embalatges.

5. Obligacions del contractista

El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els terminis previstos en aquest document i en la seva oferta així com lliurar els béns objecte del contracte en temps i llocs fixats en el contracte.

- **Condicions d'instal·lació del sistema:**

La instal·lació del sistema ha d'incloure:

- Instal·lació i posta a punt de tots els sistemes oferts.
- Interconnexió de tots els elements que formen l'equip.
- Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l'equip.

- Les interconnexions de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric de l'equip i el propi equip anirà a càrrec del proveïdor.

▪ **L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip, que haurà de ser duta a terme d'acord a les directrius tècniques de la direcció de manteniment i obres del centre.**

El subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament objecte d'aquest expedient, van a càrrec de l'adjudicatari i estaran incloses en el preu de licitació. L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lat l'equip, haurà de realitzar les proves d'acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.

▪ **Pla de Formació:**

El contractista haurà de prestar la corresponent formació al personal de la FGS. En aquest sentit presentarà i consensuarà amb la FGS un Pla de Formació amb l'objectiu d'oferir accions formatives inicials pel personal al respecte del funcionament i ús del mòdul de manera que s'optimitzi el seu rendiment i s'aconsegueixi una eficiència òptima que millori la qualitat assistencial.

▪ **Normativa obligatòria:**

Tots els components del sistema hauran de complir amb el que estableix la legislació espanyola i comunitària vigent que sigui d'aplicació, així com altres normes aplicables obligatòriament:

- *Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris (MDR).*
- *Reial Decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.*
- *UNE-EN IEC 60601-1, relativa a la seguretat bàsica i funcionament essencial dels equips electromèdics.*
- *UNE-EN IEC 60601-1-2, relativa a compatibilitat electromagnètica dels equips electromèdics.*
- *Reial Decret 842/2002, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).*
- *Marcatge CE conforme al Reglament (UE) 2017/745.*

Documentació tècnica complementària: Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o en castellà:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi la preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.

- 2 manuals d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloent-hi les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- 2 manuals d'instruccions de manteniment que ha de contenir les instruccions següents: Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i esquemes, amb dimensions, Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència, Esquema tècnic sobre el muntatge dels accessoris i recanvis, Instruccions de manteniment correctiu, incloent-hi la relació d'avaries més usuals i la seva solució.

6. Garantia

El termini de garantia de l'equip ofert serà mínim d'un (1) any.

Barcelona, 9 de Juliol del 2026

Rubèn Moragues Pastor
Director de Serveis Generals

NOTA: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les persones competents.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 2: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.