

ANNEX 2 PCAP OFERTA ECONÒMICA I ALTRES ASPECTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

TÍTOL EXPEDIENT:

SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE D'UN GENERADOR BIPOLAR, AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

NÚMERO D'EXPEDIENT:

18_CSA_2026

NOM LICITADOR:

DOMICILI: C/.

LOCALITAT:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:

DADES DEL SIGNANT:

NOM I COGNOMS:

DNI:

CÀRREC:

SIGNAT I SEGELLAT:

DATA:

OFERTA ECONÒMICA

NºCSA	Producte	Consum anual estimat	Consum estimat durada AM	Preu unitari màxim de licitació s/iva	IVA	Preu unitari màxim de licitació amb IVA	Import màxim de licitació s/iva	Import màxim de licitació amb IVA	PREU UNITARI DE L'OFERTA s/IVA	IVA	PREU UNITARI DE L'OFERTA amb IVA	PREU TOTAL DE L'OFERTA s/IVA	PREU TOTAL DE L'OFERTA amb IVA
4780267	NANSA TALL BIPOLAR RTU	150	600	200,00 €	21%	242,00 €	120.000,00 €	145.200,00 €		21%	- €	- €	- €
								120.000,00 €				- €	- €

ALTRES ASPECTES QUATIFICABLES AUTOMÀTICAMENT			
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS	VALOR REQUERIT	VALOR OFERT	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
Compatibilitat amb instruments actuals CSA - S'atorgaran 6 punts en cas d'oferir un equipament/instruments compatible amb les actuals caixes de cistoscopia rígida de la marca STORZ de les quals disposa el CSA. S'atorgaran 0 punts en cas contrari.	si és compatible o no		
Disseny generador - S'atorgaran 4 punts en cas d'oferir un equip generador on les connexions unipolars i bipolars estiguin al frontal de l'equip però separades en extrems oposats per a distingir fàcilment si es tracta de la connexió unipolar o bipolar. S'atorgaran 0 punts en cas contrari.	si en disposa o no		
Indicador lluminós generador - S'atorgaran 4 punts en cas d'oferir un equip generador que mostri amb un indicador lluminós quin és el cable que en aquell moment està actiu en cas d'haver-hi varis cables connectats a l'equip. S'atorgaran 0 punts en cas contrari.	si en disposa o no		
Disseny del pas de corrent - S'atorgaran 6 punts en cas de que el sistema ofert assegurí que el pas de corrent de retorn sigui per l'electrode i no per la vaina del resector. S'atorgaran 0 punts en cas contrari.	si en disposa o no		
Ventall de nanses - S'atorgaran 4 punts en cas que s'aporti la proposta de nanses diferents per a pròstata i per a bufeta. 0 punts en cas contrari. En cas d'aportar aquest ventall caldrà que les dues tipologies de nanses s'ofereixin al mateix preu de l'oferta econòmica aportada.	si s'aporta o no		
Resector bipolar addicional - S'atorgaran 6 punts en cas d'incloure a l'oferta un resector bipolar addicional al nombre establert a l'apartat 2.2 del PPT que caldrà que sigui de 22Ch o menor. S'atorgaran 0 punts en cas contrari. En cas d'oferir aquest resector addicional també caldrà incloure a l'oferta la fitxa tècnica del fungible corresponent i mantenir el preu del fungible igual que l'ofert al preu del fungible genèric.	si ho ofereix o no		