

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica

TÍTOL EXPEDIENT:	SUBMINISTRAMENT D'UN LÀSER PER A LA TÈCNICA QUIRÚRGICA HOLEP, AMB EL SEU FUNGIBLE I EL SERVEI DE MANTENIMENT PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	22_CSA_2026

NOM LICITADOR:	
DOMICILI: C/.	
LOCALITAT:	
TELÈFON:	
CORREU ELECTRÒNIC:	
DADES DEL SIGNANT:	
NOM I COGNOMS:	
DNI:	
CÀRREC:	
SIGNAT I SEGELLAT:	
DATA:	

Nº CSA	PRODUCTE	DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
4780110	FIBRES LASER 550 MICRES	Fibra òptica reutilitzable, amb una vida útil de mínim de 10 usos, de 550 micres pels tractaments urològics i adequada pel tall/coagulació durant els procediments quirúrgics amb la tècnica HoLEP, així com la fragmentació i pulverització de càlculs urinaris. Amb sistema RFID per detecció automàtica d'equip. Envàs unitari, estèril i lliure de làtex.		
4780600	FIBRES LASER 272 MICRES	Fibra òptica reutilitzable, amb una vida útil de mínim de 10 usos, de 272 micres pels tractaments urològics i adequada pel tall/coagulació durant els procediments quirúrgics amb la tècnica HoLEP, així com la fragmentació i pulverització de càlculs urinaris. Amb sistema RFID per detecció automàtica d'equip. Envàs unitari, estèril i lliure de làtex.		
	EQUIPAMENT	Potència màxima de 100W a 110W		
		Longitud d'ona 2100nm		
		Freqüència mínima de 3-80HZ		
		Pols d'energia mínim de 0,2 a 5J		
		Duració del pols mínim de 50-1100µs		
		Pedal de control doble o triple		
		Pantalla tàctil		
		Ha d'incorporar un software per ajustar les diferents opcions de tractaments		
		Sistema de reconeixement de fibra que identifiqui el calibre i el tipus de fibra connectada (fibres d'un sol ús i reutilitzables)		
		Sistema multigenerador que permeti finalitzar la tecnologia en cas d'error		
		Ha de ser compatible amb la instal·lació elèctrica disponible i/o disposar d'adaptadors o allargaderes per al seu ús i disposició adequada a quiròfan.		