

**EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS CONGELADORS
DE -20 °C PER ALS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101478800/26/PSS

**EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS CONGELADORS
DE -20 °C PER ALS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS CONGELADORS
DE -20 °C PER ALS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101478800/26/PSS

ÍNDEX

1. Condicions generals
 - 1.1 Objecte de la contractació
 - 1.2 Òrgan de contractació
 - 1.3 Tècnics
2. Requisits obligatoris
 - 2.1 Normativa aplicable
 - 2.2 Especificacions tècniques generals
 - 2.3 Requisits tècnics específics d'obligat compliment
 - 2.4 Requisits obligatoris addicionals
 - 2.4.1 Garantia dels articles
 - 2.4.2 Prevenció de riscos laborals
 - 2.4.3 Formació
 - 2.4.4 Manual d'usuari
3. Altres aspectes a valorar
4. Durada i import de la contractació
 - 4.1 Durada del contracte
 - 4.2 Import de la contractació
5. Presentació de les ofertes
 - 5.1 Presentació
 - 5.2 Oferta tècnica
 - 5.3 Oferta econòmica
6. Condicions logístiques i de subministrament
 - 6.1 Condicions de subministrament
 - 6.2 Termini de lliurament
7. Notificació d'incidències

**EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS CONGELADORS
DE -20 °C PER ALS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101478800/26/PSS

1. Condicions generals

1.1 Objecte de la contractació

L'objectiu d'aquest informe és justificar la necessitat d'adquirir dos congeladors de -20 °C, destinats a l'Àrea de Preanalítica dels Laboratoris Clínics VH, amb la finalitat de garantir la correcta conservació de les mostres biològiques i assegurar la continuïtat, la qualitat i la seguretat dels processos assistencials.

L'Àrea de Preanalítica dels Laboratoris Clínics VH constitueix un servei transversal i estratègic dins del Laboratori Clínic, ja que dona suport a totes les àrees analítiques del laboratori, així com a les mostres procedents dels centres externs vinculats a la nostra organització.

Diàriament, aquesta unitat gestiona un volum molt elevat i diversificat de mostres biològiques com: sèrums, plasmes, orines i d'altres tipus de mostres. Aquestes mostres requereixen que la seva conservació sigui a -20 °C, per garantir la seva estabilitat fins al seu processament, la realització de determinacions complementàries, estudis diferits o possibles repeticions analítiques.

L'increment progressiu de l'activitat assistencial i del nombre de mostres rebudes, tant de l'àmbit hospitalari com dels centres externs, ha comportat que la capacitat d'emmagatzematge disponible sigui insuficient per donar resposta a les necessitats actuals amb les garanties de qualitat exigides.

L'adquisició dels dos congeladors de -20 °C per a l'Àrea de Preanalítica permetrà:

- Incrementar la capacitat d'emmagatzematge de les mostres biològiques.
- Garantir unes condicions òptimes de conservació, d'acord amb els procediments normalitzats de treball i els requisits de qualitat del laboratori.
- Assegurar la traçabilitat i la disponibilitat de les mostres per a determinacions complementàries, estudis retrospectius o repeticions analítiques, quan sigui necessari.
- Reduir el risc de saturació dels equips actualment disponibles i millorar l'organització dels espais d'emmagatzematge.
- Disposar d'una major seguretat operativa davant possibles incidències o avaries dels equips existents, garantint la continuïtat de l'activitat assistencial.

El present contracte té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, segons el qual són contractes de subministrament aquells que tenen per objecte l'adquisició de productes o béns mobles.

El procediment de contractació es realitzarà mitjançant un procediment obert d'acord amb l'article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i la forma d'adjudicació serà la del procediment simplificat abreujat (159.6 LCSP).

1.2 Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és el Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron d'acord amb el que regula l'article 10 h) de la Llei 8/2007 de l'Institut Català de la Salut de 30 de juliol i donat el que preveu la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director gerent de l'ICS, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària en les persones titulars de les Gerències d'Atenció Primària i a la Comunitat i Gerències Hospitalàries (DOGC núm. 9199, de 8 de juliol de 2024).

EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS CONGELADORS DE -20 °C PER ALS LABORATORIS CLÍNIC DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	Plec de prescripcions tècniques
	CS/AH01/1101478800/26/PSS

1.3 Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requisits obligatoris

2.1 Normativa aplicable.

Els articles objecte d'aquesta licitació hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat i etiquetatge. S'haurà de complir tota la normativa de seguretat aplicable a la maquinària en qüestió, i en especial, i sense detriment de l'anteriorment esmentat, les que tot seguit es descriuen.

Haurà de complir la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a l'aproximació de legislacions dels estats membres sobre la comercialització i posada en marxa de màquines.

Així mateix, amb la Directiva 2014/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió.

També amb la Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'aproximació de les legislacions dels estats membres relativa a la compatibilitat electromagnètica dels equipaments elèctrics i electrònics.

Certificats

Cal presentar certificats de compliment de la legislació referida. És requisit obligatori un certificat d'acreditació de l'assegurament de la qualitat del producte expedit pel fabricant segons la norma ISO 9001 i 14001, o equivalent.

2.2 Especificacions tècniques generals

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentant una fitxa tècnica on s'indiquin aquestes, per tal d'identificar la qualitat i condicions de cada producte.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, qualsevol canvi en les característiques del producte inicialment adjudicat que es pogués produir durant la vigència del contracte.

2.3 Requisits tècnics específics d'obligat acompliment

Aquests requisits, en l'àmbit i l'abast que s'indiquen, pretenen garantir l'adequació del subministrament a les necessitats de l'Hospital.

Els licitadors hauran d'aportar informació detallada sobre l'acompliment d'aquests requisits tècnics. Els equipaments hauran d'acomplir les següents especificacions:

Congeladors de -20 °C

La capacitat mínima haurà de ser de 340 litres.

Les mides exteriors hauran de ser com a màxim de: 200 cm x 60 cm x 65 cm (alçada x amplada x profunditat).

EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS CONGELADORS DE -20 °C PER ALS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	Plec de prescripcions tècniques
	CS/AH01/1101478800/26/PSS

El proveïdor s'haurà de fer càrrec del cost de la instal·lació, ubicació (grua, si fos necessari) i retirada (si s'escau).

Temps de resposta del servei tècnic inferior a 5 dies:

El licitador haurà de justificar documentalment que el temps de resposta del servei tècnic sigui inferior a 5 dies laborables. A aquest efecte, haurà d'aportar una declaració signada per l'empresa on consti expressament el termini de resposta compromès. Aquesta resposta s'entendrà com el temps màxim entre la notificació de la incidència i l'inici efectiu de les actuacions tècniques per part del proveïdor.

2.4 Requisits obligatoris addicionals

2.4.1 Garantia dels articles

El termini de garantia serà el legalment aplicable en aquest tipus d'equipaments. Aquest termini començarà a computar el dia de la posada en funcionament de l'equip a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, un cop s'hagi instal·lat i verificat la seva activitat, prèvia acceptació per escrit per part del centre. Aquesta garantia també serà d'aplicació als accessoris i a les diferents parts dels equips.

Durant el període de garantia, l'adjudicatari de l'equip assumirà el cost de material, mà d'obra i els desplaçaments que incloguin els següents punts:

- La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials o de funcionament).
- La reparació i substitució de les parts defectuoses.
- Manteniment preventiu, correctiu, normatiu i predictiu de l'equip, garantint la integritat necessària per al seu correcte funcionament.

2.4.2 Prevenció de riscos laborals

L'adjudicatari haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció de l'Hospital, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Dades de Seguretat, FDS.) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

2.4.3 Formació

Si l'Hospital ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal per al correcte ús dels productes.

2.4.4 Manual de l'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material, en català o castellà.

3. Altres aspectes a valorar

Es valorarà positivament que el congelador de -20 °C tingui un nivell de soroll màxim de 49 dB.

Es valorarà positivament que l'entrega dels dos congeladors de -20 °C sigui en un termini com a màxim, d'un mes posterior a la data d'adjudicació.

EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS CONGELADORS DE -20 °C PER ALS LABORATORIS CLÍNIC DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101478800/26/PSS

4. Durada i import de la contractació

4.1 Durada del contracte

Tenint en compte la naturalesa de les prestacions així com les peculiaritats i característiques del sector d'activitat de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, la durada prevista del contracte s'ha establert en 6 setmanes des de la signatura del contracte.

4.2 Import de la contractació

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura que el pressupost sigui adequat als preus del mercat.

El pressupost base de licitació pel període de contracte s'ha determinat en 4.132,24 euros IVA exclòs, (5.000,00 euros IVA inclòs).

EXERCICI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	IMPORT Unitari s/IVA	IMPORT Total s/IVA	IMPORT Total a/IVA
2026	Congelador -20 °C	2	2.066,12 €	4.132,24 €	5.000,01 €

5. Presentació de les ofertes

5.1 Presentació

Cal presentar per a cada article, l'oferta econòmica i tota la documentació acreditativa dels requisits tècnics corresponents.

Les característiques per a la presentació de l'oferta tècnica i de l'oferta econòmica estan descrites a continuació.

5.2 Oferta tècnica

Model d'oferta tècnica - Documentació a presentar al sobre únic

La documentació tècnica de les ofertes ha d'incloure obligatòriament la següent informació:

- La Fitxa tècnica de producte: cal descriure les dades específiques del producte segons el codi SAP. En resum, caldrà indicar la denominació general del producte, la identificació de l'empresa, les dades específiques del producte i les acreditacions i els certificats de compliment de la legislació vigent (marcat CE de producte sanitari) i d'altres certificats que acreditin la qualitat del producte, emesos per laboratoris reconeguts oficialment.

Aquesta informació haurà de complir els següents requisits per tal de ser tinguda en compte a la fase de valoració d'ofertes:

1. Identificació del producte per mitjà del codi de producte ICS a totes les pàgines.
2. Tota aquesta informació haurà d'estar redactada en català i/o castellà.
3. Haurà de versar, exclusivament, sobre les característiques tècniques detallades a la descripció del producte i els criteris d'adjudicació.

En el supòsit que les empreses licitadores **no presentin la documentació tècnica del producte**, l'oferta tècnica no serà avaluada i, per tant, es rebutjarà.

**EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS CONGELADORS
DE -20 °C PER ALS LABORATORIS CLÍNIC DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101478800/26/PSS

El licitador presentarà com a suport a la documentació tècnica un màxim de 25 fulls a doble cara (50 en total), amb lletra formada Arial 11 presentat en DIN A4.

No és necessari incloure documentació bibliogràfica dels productes oferts. En el cas que l'òrgan de contractació ho consideri oportú, es requerirà a les empreses licitadores la presentació de la documentació tècnica addicional necessària.

5.3 Oferta econòmica

Els preus màxims de licitació són els preus que figuren a l'apartat 4.2 d'aquest plec de prescripcions tècniques. Les ofertes que excedeixin el preu màxim sense IVA no seran valorades.

6. Condicions logístiques i de subministrament

6.1 Condicions de subministrament

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El material desembalat, però no fet servir i en correcte estat, es retornarà al proveïdor, que no el facturarà.

Així mateix, en el cas que existeixi material deixat en dipòsit per l'adjudicatari en el centre destinatari, haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.

6.2 Termini de lliurament

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar els equipaments, com a màxim, dins de les 4 setmanes posteriors a la formalització del contracte. No obstant això, si l'adjudicatària ha ofert un termini de lliurament inferior, aquest prevaldrà i serà exigible contractualment.

L'incompliment d'aquest termini comportarà les sancions que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent fins i tot comportar la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

7. Notificació d'incidències

Les incidències que en relació amb els materials adjudicats es puguin produir respecte a preus, referències, discontinuïtats o obsolescències, cessió a altres proveïdors, etc. així com, si es precisa algun aclariment a l'adjudicació o informar l'adjudicació de referències errònies, s'hauran de notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital.

Dra. Roser Ferrer Costa
Directora Clínica dels Laboratoris Clínics
Hospital Universitari Vall d'Hebron