

Exp. 904461/26

SERVEI CONTROL ABOCAMENTS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT DE LES BALANCES DEL LABORATORI AMB

MEMÒRIA

EL SERVEI DE CONTROL D'ABOCAMENTS de l'AMB duu a terme treballs d'inspecció a indústries, control i gestió d'episodis de contaminació de la xarxa de sanejament metropolitana, mostres a col·lectors, i inspeccions a instal·lacions de sanejament, d'acord amb el Sistema de Gestió de la Qualitat (ISO/EN/UNE 9001:2008) i el Reglament Metropolità d'Abocament d'Aigües Residuals. Durant el desenvolupament d'aquestes tasques es procedeix a la presa de mostres que de manera habitual són analitzades per la secció de Laboratori inclosa en el mateix servei.

Per al correcte anàlisis d'aquestes mostres i altres que poden entrar al laboratori es necessari l'ús de balances de precisió correctament mantingudes i calibrades.

El servei disposa d'un total de 3 equips amb aquestes necessitats de la marca Mettler Toledo.

Mettler Toledo S.A.E té un contracte d'exclusivitat pels manteniment dels seus propis equips en el territori espanyol. Fet que justifica el contracte negociat sense publicitat.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

El present plec de condicions tècniques té per objectiu definir i establir les condicions tècniques per realitzar la revisió i manteniment anual de les balances.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Segons defineix el proveïdor a la seva oferta el servei cobreix:

Descripción de Servicios	Visitas	Total EUR
Service Plan 100	2	3.530,28
Fecha servicio/s 06.2026 06.2027		
Equipo en cobertura 3		
Standard Care		
Mant. Preventivo completo in situ U.		
Cobertura reparación horas		
Calibración ENAC + GWP		
Anexo calibración GWP		
Calibración 17025		
Total		3.530,28
Total VAT (21,00%)		741,36
Total		4.271,64



1. Servei Standard Care:

- Manteniment preventiu in situ:
 - o Inspecció i neteja de tots el component mecànics
 - o Inspecció i comprovació dels componen elèctrics
 - o Inspecció per la detecció de danys
- Comprovació del funcionament del equip
- Intervenció de servei preferent
- Accés a línia d'assistència tècnica telefònica
- Cobertura mà d'obra per reparació en cas d'averia de l'equip.

2. Cal·libració ENAC + GWP

- Cal·libració en compliment normativa indicada
- Annex de cal·libració GWP

Les revisions es duren a terme tenint en compte les necessitats del laboratori AMB i prèvia petició de servei al proveïdor.

ORUS LACORT, MA ANGELES (4 de 4)
Coordinador/a Control ASR
Data signatura : 21/05/2026 12:45:36
HASH:F7E21C6F4EF0BD876FB67A8B9DEDD1A106C256D

JOVE BALADO, Carme (3 de 4)
Cap de Servei de Control Abocaments
Data signatura : 21/05/2026 8:37:28
HASH:F7E21C6F4EF0BD876FB67A8B9DEDD1A106C256D

GIL FARRIOL, Maria (2 de 4)
Cap de Secció Laboratori
Data signatura : 21/05/2026 8:26:04
HASH:F7E21C6F4EF0BD876FB67A8B9DEDD1A106C256D

CAPABANTES GONZALEZ, Jessica (1 de 4)
Cap d'Oficina Inspecció
Data signatura : 19/05/2026 14:12:32
HASH:F7E21C6F4EF0BD876FB67A8B9DEDD1A106C256D

