



Ajuntament de Palafolls

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT DE DOS (2) DESFIBRIL·LADORS AUTOMÀTICS EXTERNS (DEA), I LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL D'UN (1) DEA DE PROPIETAT MUNICIPAL ADSCRIT A LA POLICIA LOCAL.

Exp. X2026000754

INDEX

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2.- DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS	3
3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES DELS DESFIBRIL·LADORS	3
4.- CARACTERÍSTIQUES DELS ACCESSORIS	4
5.- SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL.....	4
6.- REQUISITS DE QUALITAT I CONFORMITAT	5
7.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ	6
8.- RECEPCIÓ DELS EQUIPS	7
9.- PENALITZACIONS	7
10.- NORMES APLICABLES I INTERPRETACIÓ.....	8

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és l'arrendament de dos (2) desfibril·ladors externs automàtics (DEA), amb el subministrament dels seus accessoris i el servei integral de manteniment preventiu i correctiu, així com el manteniment integral d'un (1) DEA de propietat municipal adscrit a la Policia Local. L'objecte es divideix en els següents lots:

LOT 1: Arrendament i manteniment integral de dos (2) equips DEA.

LOT 2: Servei de manteniment integral d'un (1) DEA de propietat municipal.

El contracte té caràcter mixt, en combinar prestacions de subministrament i de servei, d'acord amb l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

De conformitat amb el que disposa l'esmentat article, el contracte es qualifica com a mixt amb naturalesa predominant de subministrament, atès que l'objecte principal és l'arrendament dels equips DEA, mentre que el servei de manteniment integral s'hi integra com a prestació accessòria necessària per garantir el correcte funcionament dels dispositius.

2.- DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS

Les prestacions que integren l'objecte del contracte, segons el lot corresponen, són les següents:

- **LOT 1:** Subministrament en règim d'arrendament de dos (2) equips DEA, amb totes les seves característiques tècniques i accessoris; subministrament d'un (1) maletí rígid sanitari per a vehicle policial; i servei de manteniment integral.
- **LOT 2:** Servei de manteniment integral del DEA model SMARTY SAVER 09SM107032300110.

3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES DELS DESFIBRIL·LADORS

Els equips subministrats hauran de complir, com a mínim, les següents especificacions:

- Tecnologia d'última generació, **intel·ligent, lleuger i intuïtiu**.
- **Fabricació europea**.
- **Dimensions reduïdes** (similars a una fulla DIN-A4).
- **Disseny ergonòmic**, amb maneta plegable per facilitar-ne el transport.
- **Senyalització visual i acústica** amb guia per veu i **metrònom integrat**.
- **Joc d'elèctrodes** (adults/pediàtrics) preconnectats al dispositiu.

- **Índex de protecció IP56** (resistència a pols i aigua).
- Desfibril·lació amb **forma d'ona BTE** i descàrrega de **200 J**.
- **Autotest diari automàtic** amb registre de resultats.
- **Accessoris obligatoris inclosos** (un joc d'elèctrodes adults/pediàtrics, bateria, manual d'usuari en català o castellà, i kit de primers auxilis bàsic).

Els DEA hauran d'estar **homologats i certificats CE** com a producte sanitari d'acord amb la normativa europea aplicable (*veure clàusula 8*).

4.- CARACTERÍSTIQUES DELS ACCESSORIS

Els equips s'han de lliurar amb:

- **Bossa de transport** específica per a DEA.
- **Maletí rígid sanitari** per a vehicle policial, dissenyat per al transport segur del desfibril·lador, amb estructura d'alta resistència, tancament hermètic i nansa ergonòmica.
- **Joc d'elèctrodes per a ús adult i pediàtric**, plenament compatibles amb el model de DEA subministrat. Aquest joc haurà de venir instal·lat (preconnectat) a l'equip.
- **Kit de primers auxilis bàsic**, amb el material essencial per a l'atenció immediata en situacions d'emergència (tisoires mèdiques, fulla d'afaitar d'un sol ús, guants d'un sol ús, gasses estèrils i mascareta per respiració boca a boca), susceptible d'ampliació o millora segons les propostes presentades pels licitadors.

5.- SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL

El servei de manteniment integral haurà de cobrir tant els equips arrendats com el DEA de propietat municipal, model SMARTY SAVER, i inclourà, com a mínim, les següents actuacions:

5.1. Manteniment preventiu:

- Revisió anual completa de cada desfibril·lador.
- Revisió de **caducitat i estat dels consumibles** (bateria i elèctrodes).
- Verificació de **senyals acústics i lumínics**.
- Comprovació de l'**operativitat funcional** i del sistema de guia per veu.
- **Test de descàrrega i comprovació de dades de sortida.**
- **Comprovació de l'estat de càrrega de la bateria.**
- **Verificació elèctrica i comprovació de seguretat elèctrica** segons la norma IEC 62353.
- **Revisió de la memòria d'esdeveniments** i registre d'autotests.

5.2. Manteniment correctiu:

- **Reparació o reposició** de qualsevol element defectuós, ja sigui per defecte de fabricació, avaria tècnica o ús durant el servei.
- **Recanvi d'accessoris i consumibles** bateries, elèctrodes (tant d'adult com pediàtrics) i el kit de primers auxilis bàsic descrit a la clàusula 4 d'aquest plec.
- **Substitució qualsevol component electrònic** que impedeixi el correcte funcionament de l'aparell.
- **Lliurament d'un equip de substitució** mentre duri la reparació o reposició definitiva.

5.3. Serveis addicionals:

- **Informe tècnic de manteniment** després de cada intervenció (preventiva o correctiva)
- **Auditoria anual** de l'estat dels equips.
- **Assessorament en protecció de dades**, especialment pel que fa a la gestió de la informació enregistrada pels desfibril·ladors després d'una activació o ús real.
- **Assegurança de responsabilitat civil mínima de 6.000.000 €**, que cobreixi qualsevol dany personal o material derivat del funcionament dels equips o de l'execució del manteniment.
- **Assegurança de danys i robatori**, que garanteixi la reposició immediata dels equips arrendats en cas de robatori, pèrdua o dany accidental.
- **Temps màxim de resposta:** s'establirà d'acord amb el compromís ofert pel licitador en la seva proposta tècnica, que en cap cas podrà superar les quaranta-vuit (48) hores des de la comunicació de la incidència per part de l'Ajuntament.

Aquest termini s'entendrà com el temps transcorregut entre la comunicació formal de la incidència i la disponibilitat operativa d'un equip funcional o substitutori.

6.- REQUISITS DE QUALITAT I CONFORMITAT

Els equips hauran de complir amb la Directiva 93/42/CEE i el Reglament (UE) 2017/745 sobre productes sanitaris. El contractista haurà d'acreditar que l'empresa està autoritzada per a la comercialització i manteniment de DEA.

Les revisions s'hauran d'efectuar per personal tècnic qualificat, amb registre de cada actuació i signatura del responsable tècnic. Tota la documentació tècnica i els informes s'han de lliurar en format digital (PDF) i conservar durant la vigència del contracte. A més, el contractista haurà de presentar còpia de tots els informes i certificats de manteniment a l'Ajuntament, mitjançant el Registre General, dins els cinc (5) dies hàbils posteriors a cada actuació o revisió tècnica.

Igualment, el contractista haurà de gestionar i acreditar el registre dels dos (2) DEA arrendats al Registre de Desfibril·ladors Externs de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa el Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors externs automàtics fora de l'àmbit sanitari.

Els consumibles i recanvis per a l'equip de propietat municipal model SMARTY SAVER hauran de ser originals o certificats per escrit com a plenament compatibles. L'adjudicatari garantirà que l'ús d'aquests components no invalida la garantia del fabricant ni afecta les funcions d'autodiagnosi o la seguretat elèctrica de l'aparell.

7.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ

El contractista haurà de garantir la disponibilitat dels equips en tot moment, subministrant un DEA substitutori quan un dels dispositius estigui fora de servei per manteniment, reparació o incidència tècnica.

Qualsevol incidència detectada en el funcionament dels desfibril·ladors haurà de ser comunicada immediatament al servei tècnic del contractista, a través del correu electrònic indicat a tal efecte. La comunicació formal s'efectuarà exclusivament per correu electrònic, a través del correu de la persona responsable del contracte designada per l'Ajuntament. El moment d'enviament del correu electrònic s'entendrà com el moment oficial de notificació a efectes de còmput del temps de resposta compromès pel contractista.

El contractista haurà de respondre i resoldre la incidència dins del termini compromès a la seva oferta, el qual esdevindrà d'obligat compliment contractual, i que en tot cas no podrà superar el límit màxim de 48 hores.

En cas d'ús real de qualsevol dels equips (Lot 1 i Lot 2), el contractista realitzarà la posada a punt immediata de l'aparell, que inclou la reposició sense cost dels elèctrodes utilitzats i del kit de primers auxilis bàsic.

Atès que la propietat dels equips del LOT 1 correspon al contractista, aquesta n'assumeix el risc i ventura. En cas de robatori, pèrdua o dany irreparable, subministrarà un equip de substitució equivalent o superior en un termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, sense cap cost per a l'Ajuntament.

Per al dispositiu de propietat municipal, en cas d'avaria o retirada per reparació, el contractista facilitarà un equip de cortesia sense cost per garantir la continuïtat del servei.

L'equip de substitució o el material de reposició haurà de ser lliurat i instal·lat directament a les dependències de la Policia Local o on indiqui el responsable del

contracte. El contractista haurà de disposar de les assegurances necessàries per cobrir tant la reposició dels equips per robatori o danys, com la responsabilitat civil per l'activitat. En cas que es determini una negligència directa o dolosa per part de l'Ajuntament, es podrà valorar la corresponent responsabilitat, prèvia justificació documental.

Les visites de manteniment es coordinaran amb la persona responsable del contracte i es documentaran mitjançant acta o informe signat.

8.- RECEPCIÓ DELS EQUIPS

El contractista haurà de lliurar els equips i la documentació tècnica en un termini màxim de cinc (5) dies hàbils des de la formalització del contracte i, en tot cas, abans de la data d'inici efectiu del servei. La documentació tècnica s'haurà de lliurar, mitjançant registre general de l'Ajuntament, la documentació mínima següent:

- **Certificat de conformitat i homologació CE**, en què constin el fabricant, el model exacte del DEA i la referència del producte, d'acord amb el Reglament (UE) 2017/745 relatiu als productes sanitaris. Aquest certificat acredita la conformitat reglamentària del producte i, per tant, no caldrà aportar altra documentació complementària, llevat que l'Ajuntament la requereixi per comprovació.
- **Manual d'usuari i fulls tècnics** de cada equip en català o castellà.
- **Informe de verificació inicial i comprovació de funcionament** de cada equip, signat pel tècnic responsable del contractista.
- **Declaració responsable** on s'acrediti, per una banda que disposa de les pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil i cobertura de danys/robatori segons el que preveu aquest plec; i per l'altra que els consumibles subministrats per a l'equip Smarty Saver són plenament compatibles i no afecten la garantia del fabricant.
- **Compromís de gestionar la inscripció dels equips al Registre de la Generalitat de Catalunya** en el termini màxim de deu (10) dies posteriors a la instal·lació, en compliment del Decret 151/2012.

9.- PENALITZACIONS

En cas d'incompliment de les obligacions establertes en el present Plec de Prescripcions Tècniques, i sense perjudici de les que es puguin fixar al Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'Ajuntament podrà imposar **penalitzacions econòmiques** al contractista.

10.- NORMES APLICABLES I INTERPRETACIÓ

Aquest plec s'interpreta conjuntament amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i la normativa aplicable en matèria de contractació pública i productes sanitaris.

En cas de discrepància entre el present Plec i el PCAP, prevaldrà aquest darrer, sens perjudici que, en l'àmbit tècnic, s'apliquin les especificacions més restrictives o exigents en matèria de seguretat i qualitat.

Correspon a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament l'exercici de les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que plantegi la seva aplicació i dictar les instruccions necessàries per al seu compliment, d'acord amb l'article 190 de la LCSP.

Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.