



Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ, DEL SUBMINISTRAMENT
D'URETERORENOSCOPIS FLEXIBLES D'UN SOL ÚS PER AL
CONSORCI SANITARI DE L'ALT Penedès I GARRAF**

Exp: CSAPG OB 2026/19

INDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA.....	3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.....	3
4. CONSUMS PREVISTOS	4
5. EQUIPS EN CESSIÓ	4
6. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE MOSTRES.....	5
7. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT	5
8. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS	6
9. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES	7
10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	7
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	7
ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES.....	8
ANNEX 2 – DADES EQUIP/S EN CESSIÓ	9

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ, DEL SUBMINISTRAMENT D'URETERORENOSCOPIS FLEXIBLES D'UN SOL ÚS PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS I GARRAF**1. OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte del contracte és el subministrament d'ureterorenoscopis flexibles d'un sol ús per a la cirurgia de litiasis renal per al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG), segons les condicions i característiques tècniques definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA

El material s'haurà d'entregar a l'àrea quirúrgica o magatzem, segons s'indiqui, de l'adreça que figuri a la comanda; principalment seran:

- **Hospital Comarcal de l'Alt Penedès**

Carrer Espirall, s/n

08720 - Vilafranca del Penedès

- **Hospital Residència Sant Camil**

Ronda Sant Camil, s/n

08810 – Sant Pere de Ribes

L'horari de recepció de mercaderies és de dilluns a divendres (no festius) de 8 a 13:30.

Per canvis organitzatius i/o logístics, durant el contracte i pròrrogues, podran canviar la ubicació dels magatzems i horaris d'entrega del material, sense que aquests canvis puguin suposar en cap cas una modificació del preu d'adjudicació.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les característiques mínimes tècniques s'indiquen a l'annex 1. Tots els proveïdors hauran d'aportar dintre el sobre les fitxes tècniques dels productes presentats. Els licitadors poden presentar un màxim de 2 variants del mateix producte sense que en cap cas s'excedeixi del preu màxim ofert.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

4. CONSUMS PREVISTOS

A continuació es detallen els consums previstos de cadascun dels materials del CSAPG en un (1) any,

Codi CSAPG	Breu descripció	Quantitat anual	Preu unitari màxim S/IVA	IVA	Preu anual màxim S/IVA
103707	Ureterorenoscopis flexibles	90	798,000 €	21%	71.820,00 €

Les quantitats indicades són estimades. No obstant CSAPG no s'obliga a consumir una quantitat determinada d'aquests productes.

5. EQUIPS EN CESSIÓ

El proveïdor adjudicatari haurà de subministrar en règim de cessió:

- Processador d'imatge.

S'haurà de subministrar dos unitats de cada, un per cada bloc quirúrgic.

Mentre el contracte estigui vigent anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària:

- Qualsevol reparació de defectes i substitució de l'equip o peces per avaries provocades per un mal funcionament del mateix.
- Manteniment preventiu: Inspecció, calibratge i substitució de peces. Actualitzacions de software.
- Manteniment correctiu: reparacions il·limitades, peces, ma d'obra i desplaçaments inclosos.

- Assistència tècnica de l'equipament. En cas d'averia que no es pugui reparar al propi centra, o suposi la inutilització de l'equip, l'adjudicatari estarà obligat a substituir-lo mentre duri la reparació.

S'inclourà totes les actualitzacions de l'equip, així com la resolució de totes les anomalies i possibles vicis ocults dels recanvis o nous programes i/o actualitzacions.

En cas d'averia l'adjudicatari haurà de restablir el normal funcionament de l'equip en un màxim de 48h ja sigui reparant l'aparell avariament o substituint-lo per un altre.

6. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE MOSTRES

Cada licitador haurà de realitzar dues sessions (dos pacients), al bloc quirúrgic del CSAPG. A tal efecte, cada empresa licitadora haurà d'aportar tots els equips, dispositius i accessoris que, en cas de resultar adjudicatària, es proposin en règim de cessió, els quals hauran de ser equivalents als oferts en la seva proposta.

Arribat el moment de la seva valoració, el CSAPG indicarà a les empreses licitadores la data i lloc per a les intervencions.

Tots els costos derivats del transport, instal·lació, retirada dels equips, uretoscòpis i qualsevol altre cost associat a la fase de demostració aniran a càrrec de l'empresa licitadora, sense que se'n pugui derivar cap compensació econòmica.

A més de ser un dels criteris d'avaluació sotmès a judici de valor, la fase de demostració és condició essencial del present contracte. La no assistència de les empreses licitadores en aquesta fase, suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.

7. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

L'adjudicatari haurà de:

- Exempt de comanda mínima.
- Subministrament en 48h com a màxim des de la data de comanda. Si aquesta no es pot complir s'haurà de comunicar al CSAPG mitjançant correu electrònic.
- L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
 - El codi intern del CSAPG de l'article
 - Número de comanda
 - Número d'albarà

- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor.
- El material haurà de tenir una caducitat mínima de 2 anys, a comptar des de la data d'entrega al centre.
- Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anul·lar les identificacions del proveïdor.
- Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu.
- La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal del magatzem del CSAPG
- En cas de trencament d'estoc el proveïdor podrà subministrar xeringues de característiques iguals o superiors, aquest haurà de ser prèviament validat pel CSAPG.

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

8. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, CSAPG podrà aplicar les següents penalitzacions:

Descripció	Criteri	Penalització
Incompliment del termini de lliurament	Entrega superior a la estipulada en el PPT	2% de l'import de la comanda, per cada dia de demora
Neteja i ordre	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10% de l'import de la comanda
Incompliments d'altres termes fixats en aquest PPT	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	5% de l'import de la comanda

En cas d'incompliment de qualitat del producte subministrat: CSAPG retornarà els bens lliurats que no compleixi amb les característiques mínimes i/o ofertes per l'adjudicatari. Aquest anirà a càrrec de l'adjudicatari.

En cas que durant la vigència del contracte, l'adjudicatari hagi estat penalitzat 3 o més vegades, el CSAPG podrà resoldre el contracte.

9. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en totes les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la factura pot ser retornada.

Els proveïdors adjudicataris només podran presentar una factura mensual, en el supòsit que hi hagi diverses comandes aquestes hauran de quedar agrupades totes en la mateixa factura. En cas contrari el CSAPG retornarà les factures.

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

SOBRE A

- Documentació administrativa.

SOBRE B

- Fitxa tècnica.
- Certificat CE en vigor dels productes.

SOBRE C

- Import oferta econòmica.

ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES

Ureterorenoscopi flexible
Producte d'un sol ús
Certificat CE, MDR i compliment de la normativa vigent
Estèril
Envàs individual
Lliure de làtex i DEHP
Diàmetre exterior inferior a 6.6F
Longitud de l'endoscopi entre 650-750mm
Capacitat de deflexió bidireccional (cap amunt i cap avall) com a mínim 270º
Punta distal no plana
Camp de visió de com a mínim 110º
Qualitat d'imatge amb resolució HD
Font de llum amb doble LED integrada
Sistema integrat o compatible amb com a mínim un canal que permeti la irrigació continua
Recubriments hidrofílics
Connectivitat compatible amb sistemes de vídeo, grabació estàndard i visualització en temps real de l'hospital
Incloure: Bomba d'irrigació manual amb flux addicional per netejar el camp quirúrgic i càmera de pressió amb vàlvula antiretorn, d'un sol ús.
Resistència i durabilitat dissenyats per un sol ús.

ANNEX 2 – DADES EQUIP/S EN CESSIÓ

El licitador adjudicatari haurà de complimentar el document adjunt i fer-lo arribar al departament de compres del CSAPG 5 dies hàbils abans de l'entrega de l'equip.

En cas que l'equip tingui diferents components s'haurà d'indicar la relació de nom, marca, model i número de sèrie per cadascun d'ells.

Nom de l'equip:

Marca:

Model:

Número de sèrie: