



**PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
DE CAMPS QUIRURGICS PER TOTS
ELS CENTRES DEL CONSORCI
SANITARI INTEGRAL**

**EXPEDIENT CSI-2026-86
(IMP-SC-006)**

INDEX

OBJECTE DE LA LICITACIÓ	3
ASPECTES TÈCNICS	4
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	5
PREVISIONS DE CONSUMS	7
GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT	8
MOSTRES/ DEMOSTRACIONS	8
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT	10

OBJECTE DE LA LICITACIÓ

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és la descripció de les característiques tècniques i funcionals pel subministrament de material de camps quirurgics per tots els centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 1 CAMPS QUIRURGICS D'INCISIO		
Codi material	Descripció material	Quantitat estimada total licitació (4 anys) (UN)
41048	PANY QUIRURGIC 15x20CM ESTERIL	1.120
41050	PANY QUIRURGIC 34*35CM ESTERIL	1.160
41155	PANY QUIRURGIC 56*45CM ESTERIL	5.080
LOT 2 CAMP QUIRURGIC FENESTRAT EN U		
Codi material	Descripció material	Quantitat estimada total licitació (4 anys) (UN)
41165	PANY QUIRURGIC 120x30CM FENESTRAT EN U	11.184
LOT 3 CAMP QUIRURGIC UROLOGIC FENESTRAT		
Codi material	Descripció material	Quantitat estimada total licitació (4 anys) (UN)
45408	CAMP QUIRURGIC UROLOG.FENESTRAT 60x91CM	400
LOT 4 CAMP QUIRURGIC OFTALMOLOGIC SENSE FENESTRAT AMB BOSSA		
Codi material	Descripció material	Quantitat estimada total licitació (4 anys) (UN)
3688	CAMP QUIRURGIC OFT.S/FENESTR.130x122 A/B	1.200
LOT 5 CAMP QUIRURGIC ADHESIU NO TRANSPARENT 75*75CM		
Codi material	Descripció material	Quantitat estimada total licitació (4 anys) (UN)
19481	PANY QUIRURGIC ADHESIU 75X75CM	8.400
LOT 6 CAMP QUIRURGIC FENESTRAT SENSE BOSSA		
Codi material	Descripció material	Quantitat estimada total licitació (4 anys) (UN)
6495	PANY QUIRURGIC 41*41 CM FENESTRAT S/B	4.000

Les referències adjudicades podran ser sol·licitades per qualsevol dels centres del CSI. Aquestes possibles sol·licituds s'inclouen dins del marc d'aquest contracte i, per tant, seran d'obligat compliment per a l'adjudicatari.

ASPECTES TÈCNICS

L'adjudicació d'aquesta licitació es farà per lots segons s'especifica al present plec i a l'annex econòmic. Les empreses hauran de licitar al lot sencer sempre i quan no s'excedeixi el preu màxim de licitació del lot, ni el preu unitari de cada codi que integra el lot.

Les característiques tècniques de cada material objecte de la licitació són les exposades a l'**Annex tècnic (annex 2)** i són d'obligat compliment. El seu incompliment comportarà l'exclusió del licitador.

Els licitadors ompliran l'**Annex tècnic (annex 2)** i l'adjuntaran dins de l'oferta tècnica (en format PDF i EXCEL). L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en català i/o castellà, en format digital juntament amb:

- ✓ Fitxa tècnica descriptiva de les característiques tècniques en català i/o castellà i referència
- ✓ Fitxa dades de seguretat, si s'escau
- ✓ Foto/Dibuix del producte i del seu embocall
- ✓ Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge
- ✓ Documentació acreditativa referent al reglament (UE) 2017/745 i al reglament (UE) 2023/307 del 15 de març de 2023 sobre productes sanitaris:

En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDR, s'haurà d'adjuntar el Certificat UE de l'Organisme Notificat referent al MDR.

En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDD (Marcat CE), s'haurà d'adjuntar l'extensió de certificat CE i l'acord amb l'Organisme Notificat (obligatori en ofertes presentades a partir del 26/09/2024)

En el cas que hi hagi incongruències entre la fitxa tècnica i la descripció de les característiques tècniques a l'annex tècnic, tindrà prioritat la fitxa tècnica.

La no explicitació dels valors d'aquests paràmetres ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada podrà comportar la no valoració dels mateixos i

per tant la seva exclusió.

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

Es mantindran les mateixes condicions de la seva oferta tècnica i econòmica per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral.

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

- 1- No s'acceptaran comandes mínimes superiors a 60,00.- Euros.
- 2- Les dades corresponents al departament de logística, el qual s'encarregarà de l'enviament de les comandes són, telèfon 935531208 i fax 935531224.
- 3- El termini de lliurament ordinari màxim és de 72 hores i l'urgent és de 24 hores màxim des de la recepció de la comanda.
- 4- El lliurament del material es realitzarà en la data i lloc que ve indicada a la comanda.

En cas de desviament, tant en data com en quantitat, respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb la màxima d'antelació possible al departament de logística.

Els centres logístics de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altre adreça, seran:

Hospital General de l'Hospitalet
Magatzem general
Av. Ramon Solanich, s/n
08906 L'Hospitalet de Llobregat

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
Magatzem general
Sant Martí de l'Erm, s/n
08970 Sant Joan Despí

Hospital Dos de Maig
Magatzem general
C/ Dos de Maig, 301 cantonada amb Còrsega
08035 Barcelona

Els horaris de recepció de material són de 8:30 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres. No s'acceptaran lliuraments fora d'aquest horari ni d'aquests centres logístics.

- 5- El lliurament de cada entrega de material, parcial o total, s'haurà de lliurar amb el corresponent albarà valorat, original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari. I la còpia pel proveïdor amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN".

A l'albarà hauran de constar les següents dades:

Número de comanda
Número d'expedient
Codi d'article
Referència del producte segons proveïdor
Numero d'unitats

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

- 6- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Tots els ports són a càrrec de l'adjudicatari sense cap cost per al Consorci Sanitari Integral.
- 7- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec de l'adjudicatari.
- 8- Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviament de material s'haurà de fer en palets que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següent:
- Palet europeu de 120 cm x 80 cm, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15
 - Palet retractilat
 - Palet amb un màxim de 750 Kg i alçada màxima de 200 cm (amb l'estructura del palet inclòs).
 - Els palets han de contenir un únic material.
 - En el cas que el volum de l'article no superi el contingut d'un palet, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externa.
 - Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge
- 9- El lliurament no s'entén realitzat fins el total subministrament en el termini i lloc

indicats a la comanda.

10- No s'acceptaran els lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptaran lliuraments de més unitats que les sol·licitades a la comanda si excedeixen del preu adjudicat.

11- L'empresa licitadora es compromet a canviar el material defectuós per un altre en perfecte estat sense cap cost addicional.

Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.

L'adjudicatari està obligat a prestar assessorament tècnic i assistencial necessari per l'ús dels productes adjudicats.

12- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei per al pacient i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

13- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.

14- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure nous bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

PREVISIONS DE CONSUMS

D'acord amb la naturalesa d'aquesta contractació, es podrà aplicar la previsió automàtica l'article 301, 2) del la LCSP, pel que es podrà incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al percentatge del 10 per cent del pressupost del contracte sense que

calgui tramitar l'expedient de modificació corresponent i les modificacions previstes en la LCSP, quan es donin les circumstàncies que permeten la seva aplicació.

El preu màxim del contracte es fixarà en funció dels preus unitaris oferts pels licitadors a l'esmentat annex tenint en compte el consum de cadascun dels lots però s'indicarà com a import adjudicat el pressupost de licitació.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Així mateix, es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho per correu electrònic immediatament al departament de Logística a l'adreça logisticacsi@csi.cat.
- b) Facilitarà una alternativa pròpia amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris.
- c) En el supòsit de que no hi hagués alternativa al mercat espanyol, l'empresa adjudicatària es compromet a fer les gestions necessàries a altres mercats per garantir el subministrament pactat.
- d) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment als centres destinataris.
- e) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament la despesa ocasionada per la compra del material alternatiu a altres empreses.

MOSTRES/ DEMOSTRACIONS

NO és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de

l'oferta.

El Consorci Sanitari Integral demanarà mostres durant la fase d'avaluació del producte. La no presentació de les mostres o la presentació en condicions diferents de les estipulades en el plec de prescripcions tècniques i el quadre de característiques específiques serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.

Aquesta sol·licitud es farà sempre sota petició del departament de Logística mitjançant un correu electrònic enviat a l'atenció de la persona representant i amb preavís d'uns 5 dies hàbils, en el qual s'indiquen el lloc de lliurament de les mostres.

Les mostres vindran acompanyades de dos albarans a la part exterior, s'hauran de presentar per a cadascun dels productes ofertats i expressament sol·licitats i hauran d'estar identificats individualment com a MOSTRA amb una etiqueta on es facilitin les següents dades:

Proveïdor: Expedient: Num LOT: Codi SAP CSI: Referència proveïdor: Descripció producte:
--

Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i han de venir correctament identificades, les mostres que portin la identificació no seran acceptades al magatzem.

La qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència del contracte. En conseqüència, serà causa de resolució la disminució de la qualitat o alteració de les seves característiques respecte a la mostra presentada.

Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament de mostres aniran a càrrec del licitador.

Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.

Lloc de presentació:

Entitat: Hospital General de L'Hospitalet de Llobregat

Domicili: Avd. Josep Molins 29-41 4^º planta

Localitat i codi postal: L'Hospitalet de Llobregat, 08906

Dept. de contractació administrativa

Horari: 8:00 hores fins a les 14:00 hores

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.

En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.