

GENERALITAT DE CATALUNYA

**CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT**

**CS/CC00/1101476743/26/AMUP
SUBSTITUTS DE TEIXITS TOUS**



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 1 de 21

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

També quedaran desestimats les propostes que no compleixen la obligatorietat de presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots detallats a l'ANNEX A – Característiques de la licitació i al punt 3 d'aquest document.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris de valoració són els que s'indiquen a continuació:

2.1 PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:
P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",
O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",
Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),
IL és preu de licitació
i *P* són els punts del criteri

Justificació: La fórmula utilitzada és la prevista en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública.

2.2 PUNTUACIÓ TÈCNICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Com a característiques addicionals, s'aplicaran criteris subjectes de judici de valor i objectius en funció dels lots. Pel que fa els **criteris subjectes a judici de valor hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva**. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 2 de 21

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:

En aquests lots la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 01 - Malles sintètiques absorbibles sense recobriment d'hidrogel

Lot 08 - Malles-matrius biològiques

Lot 09 - Pegats sintètics o biològics no absorbibles

Lot 11 – Implants biològics

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Facilitat amb la manipulació del material (que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui). Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui. ✓ Si i l'implant presenta una òptima manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una manipulació mitjanament bona del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta una deficient manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Gamma: Es valorarà amb 3 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	3
	3.- Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V506YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 3 de 21

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 58 punts i la puntuació tècnica de 42 punts.

Lot 02 - Malla sintètica absorbible amb recobriment d'hidrogel

1.- Criteris subjectius

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Facilitat amb la manipulació del material (que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui). Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui. ✓ Si i l'implant presenta una òptima manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una manipulació mitjanament bona del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta una deficient manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Identificació de les cares. Es valorarà que el material presenti identificades les cares adequades abans de la seva implantació. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si el material presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 5 punts. ✓ Si el material no presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 0 punts	5
	3.- Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 4 de 21

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 03 - Malla absorbible sintètica per a reforç o reconstrucció de teixits tous (mama)

Aquest lot es per Codi agrupador: codi 999203535

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Facilitat amb la manipulació del material (que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui). Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui. ✓ Si i l'implant presenta una òptima manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una manipulació mitjanament bona del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta una deficient manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Gamma: Es valorarà amb 3 punts el rang de mides més ample ofert al codi agrupador (oferta vàlida i no desestimada), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça..	3
	3.-Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSCKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 5 de 21

Lot 04 - Malles sintètiques parcialment absorbibles

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Facilitat amb la manipulació del material (que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui). Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui. ✓ Si i l'implant presenta una òptima manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una manipulació mitjanament bona del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta una deficient manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Gamma: Es valorarà amb 3 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada) la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	3
	3.- Identificació de les cares. Es valorarà que el material presenti identificades les cares adequades abans de la seva implantació. La mida efectiva del porus haurà d'estar expressament indicada i acreditada mitjançant algun dels documents següents ✓ Si el material presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 5 punts. ✓ Si el material no presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 0 punts.	5
	4.- Mida efectiva del porus de la malla (macroporus). Es valorarà la mida efectiva del porus de la malla, atès que la literatura científica associa els porus de major grandària amb una millor integració tissular i una menor resposta fibròtica. S'atorgaran fins a 5 punts d'acord amb la mida efectiva del porus. ✓ Si la mida efectiva del porus es $\geq 1.000 \mu m$, obtindran 5 punts. ✓ Si la mida efectiva del porus està entre 600 i $999 \mu m$, obtindrà 2 punts. ✓ Si la mida efectiva del porus $< 600 \mu m$, obtindrà 0 punts La mida efectiva del porus haurà d'estar expressament indicada i acreditada mitjançant algun dels documents següents: Fitxa tècnica oficial del fabricant, Instruccions d'ús (IFU), Informe d'assaig o certificat emès pel fabricant o per un organisme independent. No s'acceptaran declaracions genèriques del licitador que no estiguin recolzades per la documentació tècnica corresponent.	5



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 6 de 21

Puntuació tècnica objectiva	5.-Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5
------------------------------------	--	---

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 58 punts i la puntuació tècnica de 42 punts.

Lot 05 - Malla sintètica parcialment absorbible de polipropilè(PP) i poliglecacrona-25

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Facilitat amb la manipulació del material (que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui). Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui. ✓ Si i l'implant presenta una òptima manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una manipulació mitjanament bona del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta una deficient manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Mida efectiva del porus de la malla (macroporus). Es valorarà la mida efectiva del porus de la malla, atès que la literatura científica associa els porus de major grandària amb una millor integració tissular i una menor resposta fibròtica. S'atorgaran fins a 5 punts d'acord amb la mida efectiva del porus. ✓ Si la mida efectiva del porus es $\geq 1.000 \mu m$, obtindran 5 punts. ✓ Si la mida efectiva del porus està entre $600 i 999 \mu m$, obtindrà 2 punts. ✓ Si la mida efectiva del porus $< 600 \mu m$, obtindrà 0 punts La mida efectiva del porus haurà d'estar expressament indicada i acreditada mitjançant algun dels documents següents: Fitxa tècnica oficial del fabricant, Instruccions d'ús (IFU), Informe d'assaig o certificat emès pel fabricant o per un organisme independent. No s'acceptaran declaracions genèriques del licitador que no estiguin recolzades per la documentació tècnica corresponent.	5



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 7 de 21

Puntuació tècnica objectiva	3.- Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts..	5
------------------------------------	--	---

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.

Lot 06 - Malles sintètiques no absorbibles

1.- Criteris subjectius

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Facilitat amb la manipulació del material (que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui). Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui. ✓ Si i l'implant presenta una òptima manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una manipulació mitjanament bona del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta una deficient manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Mida efectiva del porus de la malla (macroporus). Es valorarà la mida efectiva del porus de la malla, atès que la literatura científica associa els porus de major grandària amb una millor integració tissular i una menor resposta fibròtica. S'atorgaran fins a 5 punts d'acord amb la mida efectiva del porus. ✓ Si la mida efectiva del porus es $\geq 1.000 \mu m$, obtindran 5 punts. ✓ Si la mida efectiva del porus està entre 600 i $999 \mu m$, obtindrà 2 punts. ✓ Si la mida efectiva del porus $< 600 \mu m$, obtindrà 0 punts La mida efectiva del porus haurà d'estar expressament indicada i acreditada mitjançant algun dels documents següents: Fitxa tècnica oficial del fabricant, Instruccions d'ús (IFU), Informe d'assaig o certificat emès pel fabricant o per un organisme independent. No s'acceptaran declaracions genèriques del licitador que no estiguin recolzades per la documentació tècnica corresponent.	5



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 8 de 21

Puntuació tècnica objectiva	3.- Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts..	5
	4.- Gamma: Es valorarà amb 3 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada) la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	3

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 53 punts i la puntuació tècnica de 47 punts.

Lot 07- Malles sintètiques no absorbibles bicapa (PVDF/PP), planes, per a cirurgia d'hèrnies

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Facilitat amb la manipulació del material (que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui). Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui. ✓ Si i l'implant presenta una òptima manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una manipulació mitjanament bona del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta una deficient manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Identificació de les cares. Es valorarà que el material presenti identificades les cares adequades abans de la seva implantació. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si el material presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 5 punts. ✓ Si el material no presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 0 punts	5



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V506YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 9 de 21

Puntuació tècnica objectiva	3.-Mida efectiva del porus de la malla (macroporus). Es valorarà la mida efectiva del porus de la malla, atès que la literatura científica associa els porus de major grandària amb una millor integració tissular i una menor resposta fibròtica. S'atorgaran fins a 5 punts d'acord amb la mida efectiva del porus. ✓ Si la mida efectiva del porus es $\geq 1.000 \mu\text{m}$, obtindran 5 punts. ✓ Si la mida efectiva del porus està entre 600 i $999 \mu\text{m}$, obtindrà 2 punts. ✓ Si la mida efectiva del porus $< 600 \mu\text{m}$, obtindrà 0 punts La mida efectiva del porus haurà d'estar expressament indicada i acreditada mitjançant algun dels documents següents: Fitxa tècnica oficial del fabricant, Instruccions d'ús (IFU), Informe d'assaig o certificat emès pel fabricant o per un organisme independent. No s'acceptaran declaracions genèriques del licitador que no estiguin recolzades per la documentació tècnica corresponent.	5
	4.-Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

Lot 10 - Substituïts dèrmics biològics bicapa

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Visibilitat i monitorització visual de la ferida. Es valorarà la visibilitat i monitorització visual de la ferida, que es pugui inspeccionar la capa externa, detecció precoç de complicacions i control de l'exsudat. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima visibilitat i monitorització visual de la ferida, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana visibilitat i monitorització visual de la ferida, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient visibilitat i monitorització visual de la ferida, obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10
	4.- Facilitat del maneig quirúrgic: Es valorarà la facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes). ✓ Si l'implant presenta un òptim maneig quirúrgic, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes), obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta un maneig quirúrgic mitjanament bo, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta un deficient maneig quirúrgic, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes) obtindrà: 0 punts	10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 10 de 21

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Identificació de les cares. Es valorarà que el material presenti identificades les cares adequades abans de la seva implantació. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si el material presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 5 punts. ✓ Si el material no presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 0 punts	5
	2.- Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 80 punts i la puntuació tècnica de 20 punts

Lot 12 - Implants sintètics

Lot 17 - Altres substituïts de teixits tous i Implant facial nasal absorbible

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació subjectiva	1.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Gamma: Es valorarà amb 3 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada) la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça	3
	3.- Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSCKIZNE78CUK1V506YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 11 de 21

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 63 punts i la puntuació tècnica de 37 punts.

Lot 13 - Substituts epitelials

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Capacitat d'adherència immediata (que s'adhereixi i redueixi el dolor). Es valorarà la capacitat d'adherència immediata, que s'adhereixi i redueixi el dolor). ✓ Si l'implant presenta una capacitat d'adherència immediata (que s'adhereixi i redueixi el dolor), obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una capacitat d'adherència no immediata (que s'adhereixi i redueixi el dolor), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant no presenta una capacitat d'adherència (que s'adhereixi i redueixi el dolor), obtindrà 0 punts	10
	2.- Visibilitat i monitorització visual de la ferida. Es valorarà la visibilitat i monitorització visual de la ferida, que es pugui inspeccionar la capa externa, detecció precoç de complicacions i control de l'exsudat. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima visibilitat i monitorització visual de la ferida, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana visibilitat i monitorització visual de la ferida, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient visibilitat i monitorització visual de la ferida, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

Lot 14 - Substituts dèrmics sintètics

1.- Criteris subjectes a judici de valor

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 12 de 21

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Visibilitat i monitorització visual de la ferida. Es valorarà la visibilitat i monitorització visual de la ferida, que es pugui inspeccionar la capa externa, detecció precoç de complicacions i control de l'exsudat. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima visibilitat i monitorització visual de la ferida, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana visibilitat i monitorització visual de la ferida, obtindrà 5 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient visibilitat i monitorització visual de la ferida, obtindrà 0 punts.	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts.	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts. ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts.	10
	4.- Facilitat del maneig quirúrgic: Es valorarà la facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes). ✓ Si l'implant presenta un òptim maneig quirúrgic, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta un maneig quirúrgic mitjanament bo, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes), obtindrà 5 punts. ✓ Si l'implant presenta un deficient maneig quirúrgic, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes) obtindrà 0 punts.	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Identificació de les cares. Es valorarà que el material presenti identificades les cares adequades abans de la seva implantació. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si el material presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 5 punts. ✓ Si el material no presenta identificades les cares adequades abans de la seva implantació, obtindrà 0 punts.	5
	2.- Publicacions científiques en l'àmbit dels implants de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 15 - Lligaments i tendons

1.- Criteris subjectes a judici de valor



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 13 de 21

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Facilitat amb la manipulació del material (que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui). Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui. ✓ Si i l'implant presenta una òptima manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una manipulació mitjanament bona del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta una deficient manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Facilitat del maneig quirúrgic: Es valorarà la facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes). ✓ Si l'implant presenta un òptim maneig quirúrgic, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes), obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta un maneig quirúrgic mitjanament bo, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta un deficient maneig quirúrgic, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes) obtindrà: 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Gamma: Es valorarà amb 3 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada) la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	3
	3.-Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

Lot 16 - Nervis

1.- Criteris subjectes a judici de valor



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 14 de 21

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Facilitat amb la manipulació del material (que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui). Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui. ✓ Si l'implant presenta una òptima manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 10 punts. ✓ Si l'implant presenta una manipulació mitjanament bona del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta una deficient manipulació del material (capacitat de no enganxar-se, trencar-se, ni doblegar-se), obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una òptima facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una mitjana facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, l'implant presenta una deficient facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10
	4.- Facilitat del maneig quirúrgic: Es valorarà la facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes). ✓ Si l'implant presenta un òptim maneig quirúrgic, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes), obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta un maneig quirúrgic mitjanament bo, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes), obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta un deficient maneig quirúrgic, facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes) obtindrà: 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.- Gamma: Es valorarà amb 3 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada) la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça	3
Puntuació tècnica objectiva	3.-Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 15 de 21

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

Lot 18 - Substituts dèrmics biològics monocapa

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
Puntuació tècnica Subjectiva	1.- Visibilitat i monitorització visual de la ferida. Es valorarà la visibilitat i monitorització visual de la ferida, que es pugui inspeccionar la capa externa, detecció precoç de complicacions i control de l'exsudat. ✓ Si durant el procediment, la visibilitat i monitorització visual de la ferida es òptima, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, la visibilitat i monitorització visual de la ferida es mitjanament acceptable, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, la visibilitat i monitorització visual de la ferida es no es correcta, obtindrà 0 punts	10
	2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció (que no es trenqui al suturar). Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura. ✓ Si durant el procediment, la facilitat amb la sutura del material es òptima, obtindrà 10 punts. ✓ Si durant el procediment, la facilitat amb la sutura del material es mitjanament acceptable, obtindrà 5 punts ✓ Si durant el procediment, la facilitat amb la sutura del material no es correcta i es trenca al suturar, obtindrà 0 punts	10
	3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà aquells implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits. ✓ Si l'implant presenta una òptima adaptabilitat als teixits, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana adaptabilitat als teixits, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient adaptabilitat als teixits, obtindrà 0 punts	10
	4.- Facilitat del maneig quirúrgic: Es valorarà la facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes). ✓ Si l'implant presenta una òptima facilitat de tall, obtindrà 10 punts ✓ Si l'implant presenta una mitjana facilitat de tall, obtindrà 5 punts ✓ Si l'implant presenta deficient facilitat de tall, obtindrà 0 punts	10

2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	1.- Doble envàs estèril. Es valorarà que la presentació del producte sigui amb doble envàs estèril. Aquesta característica ha de constar a la Product Data. ✓ Si la presentació del material es en doble envàs estèril, obtindran 2 punts. ✓ Si la presentació del material no es en doble envàs estèril, obtindrà 0 punts.	2
	2.-Gamma: Es valorarà amb 3 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada) la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça	3
	3.-Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Es valoraran les publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils segons el factor d'impacte: ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q1, obtindran 5 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q2, obtindran 3 punts. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q3, obtindran 1 punt. ✓ Si es presenta publicacions científiques en l'àmbit dels implants de teixits tous d'acord amb la seva classificació de Q4, obtindran 0 punts.	5



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSCKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 16 de 21

Justificació Criteris subjectius:

1.- Facilitat amb la manipulació del material: la facilitat en la manipulació del material constitueix un criteri tècnic rellevant, ja que influeix directament en la seguretat del procediment, l'eficiència de l'acte quirúrgic i la precisió en la col·locació del producte.

Els materials que presenten una manipulació senzilla, amb una bona flexibilitat, adaptabilitat anatòmica i estabilitat durant la implantació, permeten al professional sanitari una col·locació més precisa i controlada, reduint el temps quirúrgic i el risc d'errors o danys als teixits adjacents. Aquesta característica contribueix a millorar els resultats clínics, a optimitzar els recursos assistencials i a incrementar la seguretat del pacient.

Per contra, els materials amb una manipulació complexa o rígida poden dificultar la seva correcta implantació, augmentar la durada del procediment i incrementar el risc de complicacions intraoperatòries, fet que en disminueix el valor tècnic i funcional.

2.- Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció: la facilitat amb la sutura del material o amb altres mitjans de subjecció constitueix un criteri tècnic fonamental, ja que influeix directament en la fixació segura de l'implant, l'estabilitat durant el procediment quirúrgic i la prevenció de complicacions postoperatòries.

Els implants que presenten una òptima facilitat de sutura, així com una bona compatibilitat amb altres sistemes de subjecció, permeten una fixació precisa, estable i homogènia, reduint el risc de desplaçament del material i minimitzant la tensió sobre els teixits adjacents. Aquesta característica contribueix a una major seguretat del procediment, a una reducció del temps quirúrgic i a una millor evolució clínica del pacient.

Els implants amb una facilitat mitjana de sutura o subjecció permeten una fixació acceptable, tot i que amb majors dificultats tècniques que poden requerir un esforç addicional per part del professional sanitari, sense impedir-ne la correcta implantació.

Per contra, els implants amb una deficient facilitat de sutura o subjecció poden dificultar la fixació adequada, augmentar el risc de mobilitat de l'implant, prolongar el temps quirúrgic i incrementar la probabilitat de complicacions, disminuint-ne el valor tècnic i funcional.

3.- Adaptabilitat de l'implant als teixits: la capacitat d'adaptabilitat de l'implant als teixits constitueix un criteri tècnic essencial, ja que influeix directament en la correcta integració anatòmica, la comoditat del pacient i la reducció del risc de complicacions postoperatòries.

Els implants que presenten una òptima adaptabilitat als teixits permeten una adequada conformació a l'anatomia del pacient, facilitant una distribució homogènia de les tensions i minimitzant la pressió local sobre les estructures adjacents. Aquesta característica afavoreix una millor integració tissular, redueix la resposta inflamatòria i contribueix a una evolució clínica més favorable.

Els implants amb una adaptabilitat mitjana ofereixen una capacitat acceptable d'ajust als teixits, tot i que amb certes limitacions que poden dificultar parcialment la seva adaptació anatòmica, sense impedir-ne la correcta implantació ni la seva funcionalitat bàsica. Una adaptabilitat insuficient pot provocar desplaçaments, tensions, friccions o irritacions dels teixits, augmentant el risc de dolor, inflamació o fracàs de l'implant.

4.- Facilitat del maneig quirúrgics: la facilitat del maneig quirúrgic i la facilitat de tall de l'implant, mantenint la integritat estructural del material i evitant la separació de capes, constitueixen un criteri tècnic essencial, ja que tenen un impacte directe en la seguretat del procediment, la precisió de la implantació i l'eficiència de l'acte quirúrgic.

Els implants que presenten un òptim maneig quirúrgic, amb una bona consistència, estabilitat i capacitat de tall net, permeten una adaptació precisa a l'anatomia del pacient sense comprometre l'estructura del material. El manteniment de la integritat durant el tall evita la delaminació o separació de capes, fet que contribueix a una col·locació segura, redueix el risc de complicacions intraoperatòries i millora els resultats clínics.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSCKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 17 de 21

Els implants amb un maneig quirúrgic mitjanament bo permeten una manipulació i tall adequats, tot i que amb majors limitacions en termes de precisió, estabilitat o facilitat d'ús, la qual cosa pot dificultar parcialment el procediment sense impedir-ne la correcta implantació.

Per contra, els implants amb un deficient maneig quirúrgic i una facilitat de tall inadequada, amb risc de pèrdua d'integritat o separació de capes, poden comprometre la correcta col·locació, incrementar el temps quirúrgic i augmentar el risc de complicacions, disminuint-ne el valor tècnic i funcional.

5.- Capacitat d'adherència immediata: la capacitat d'adherència immediata de l'implant és un criteri tècnic de gran rellevància clínica, ja que influeix directament en la fixació inicial del dispositiu, l'estabilitat en el postoperatori immediat i la reducció del dolor del pacient.

Els implants amb adherència immediata permeten una fixació efectiva des del moment de la col·locació, minimitzant la necessitat de sistemes addicionals de fixació, reduint la mobilitat del material implantat i afavorint una distribució homogènia de les tensions sobre els teixits. Aquesta característica contribueix a una disminució del dolor postoperatori, a una millor tolerància per part del pacient i a una recuperació més ràpida, amb un impacte positiu en la qualitat assistencial.

Els implants amb adherència no immediata poden proporcionar una fixació adequada en fases posteriors, però no ofereixen els mateixos beneficis en el control del dolor ni en l'estabilitat inicial, fet que pot requerir mesures complementàries durant el procediment o en el postoperatori immediat.

Finalment, els implants sense capacitat d'adherència presenten una menor estabilitat inicial, poden augmentar el risc de desplaçament del material i s'associen a un major risc de dolor i complicacions, reduint-ne el valor clínic i funcional.

6.- Visibilitat i monitorització visual de la ferida: la visibilitat i la capacitat de monitorització visual de la ferida, incloent la possibilitat d'inspeccionar la capa externa de l'implant, la detecció precoç de possibles complicacions i el control de l'exsudat, constitueixen un criteri tècnic de gran importància clínica, ja que permeten un seguiment adequat de l'evolució de la ferida i contribueixen a millorar la seguretat del pacient.

Els implants que ofereixen una òptima visibilitat faciliten la inspecció directa de l'estat de la ferida sense necessitat de manipulacions addicionals, permetent identificar de manera precoç signes d'infecció, inflamació excessiva, acumulació d'exsudat o altres complicacions. Aquesta característica afavoreix una intervenció ràpida i adequada, millora el control clínic i contribueix a una millor evolució postoperatoria.

Els implants amb una visibilitat mitjana permeten un control visual acceptable de la ferida, tot i que amb certes limitacions que poden dificultar parcialment la monitorització contínua i la detecció immediata de canvis clínics rellevants.

Per contra, els implants amb una deficient visibilitat i monitorització visual dificulten la inspecció de la ferida i el control de l'exsudat, poden retardar la detecció de complicacions i incrementar el risc d'evolucions desfavorables, reduint-ne el valor clínic i funcional.

Justificació Criteris objectius:

1.- Doble envàs estèril: El doble envàs estèril és essencial per garantir la seguretat, la traçabilitat i la correcta manipulació del producte en entorns assistencials. L'ús d'un sistema de doble embalatge aporta un nivell addicional de protecció que permet mantenir l'esterilitat fins al moment exacte de la seva utilització i minimitza els riscos d'alteracions durant el transport, l'emmagatzematge o l'obertura. La valoració d'aquest criteri es rellevant per les raons següents:

Reducció del risc de contaminació accidental: el doble envàs proporciona una barrera addicional que assegura que el producte es manté estèril encara que es manipuli l'envàs exterior en el procés d'aprovisionament o distribució interna.

Millora de la seguretat del pacient: disposar d'un sistema d'embalatge que mantingui la integritat estèril del dispositiu ajuda a prevenir infeccions.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 18 de 21

Minimització d'incidències operatives: en cas que l'envàs exterior pateixi un impacte o irregularitat, el producte continua sent utilitzable gràcies a la protecció del segon embolcall.

2.- Gamma: amplitud de gamma del producte: és essencial per garantir que l'adjudicatari disposi d'un ventall suficient de solucions que cobreixi adequadament les necessitats del servei i permeti adaptar-se a l'evolució de la demanda. Una gamma més àmplia assegura una millor adequació funcional a les necessitats de diferents perfils d'usuaris, entorns o situacions assistencials i una flexibilitat operativa per part del servei contractant, que pot seleccionar en cada moment l'opció més eficient, segura i ajustada al protocol clínic o operatiu.

3.- Identificació de les cares: la correcta identificació de les cares és un requisit essencial en productes implantables destinats a actuar en contacte amb teixits interns.

Aquesta diferenciació permet un ús segur, adequat i conforme als protocols clínics, evitant errors de col·locació que podrien comportar complicacions mèdiques o una disminució de l'eficàcia del dispositiu. La valoració d'aquest criteri es especialment rellevant pels motius següents:

Seguretat en la implantació: la identificació clara de cada cara minimitza el risc d'errors durant el procediment quirúrgic, garantint que el producte s'aplica en la posició prevista pel fabricant. la confusió entre les cares pot provocar adherències, irritacions o problemes mecànics.

La seva correcta diferenciació redueix de manera significativa aquest tipus de riscos. Facilitació del treball del professional sanitari: una identificació visual simple, clara i immediata permet una manipulació més eficient, disminueix el temps quirúrgic i redueix la probabilitat d'errors humans.

Compliment dels estàndards de qualitat: molts productes implantables de nova generació incorporen sistemes de marcatge o textures diferenciades per garantir una utilització segura i alineada amb les bones pràctiques clíniques.

4.- Macroporosa: La presència d'una malla macroporosa es considera un requisit tècnic rellevant, atès que aquest tipus de malla presenta avantatges clínics i funcionals significatius en comparació amb les malles no macroporoses. Les malles macroporoses es caracteritzen per un diàmetre de porus suficientment gran que facilita la integració tissular, permet una millor vascularització i afavoreix la penetració de cèl·lules immunitàries, contribuint així a una reducció del risc d'infecció, una menor resposta inflamatòria i una millor biocompatibilitat a llarg termini.

Aquests factors són determinants per a garantir una evolució clínica favorable i una major seguretat del pacient.

5.- Publicacions científiques en l'àmbit dels implant de substituïts tous. Les publicacions científiques, en l'àmbit dels implants de teixits tous, publicades en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), d'acord amb la seva classificació per quartils (Q1, Q2, Q3), és un estàndard internacional reconegut per avaluar l'impacte i la rellevància de les revistes científiques, i és utilitzada per agències d'avaluació, programes de doctorat i processos d'acreditació. La presentació d'evidència científica que doni suport al producte, basada en estudis publicats en revistes indexades amb factor d'impacte (Q1 i Q2), són les de més prestigi i visibilitat internacional, asseguren l'avaluació de productes sanitaris, la qualitat de la recerca i l'impacte clínic ja que tenen una alta influència en la pràctica assistencial, basar l'avaluació en evidència d'aquest nivell redueix el risc d'errors, o afirmacions no fonamentades, i reforça la credibilitat del producte davant d'agències, professionals i pacients.

Les publicacions en revistes classificades com Q3 al Journal Citation Reports són valorables perquè formen part del sistema de quartils reconegut internacionalment i garanteixen uns estàndards mínims de qualitat.

En conjunt garanteix que el producte sanitari es recolza en evidència robusta, rellevant i d'alt impacte, fet imprescindible per assegurar la seva eficàcia, seguretat i utilitat clínica.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 19 de 21

FORMULES APLICADES ALS CRITERIS JUDICI DE VALOR.

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles subjectius i d'acord amb el quadre de sota.

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri subjectiu a valorar i puntuar (Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15)	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
Puntuació màxima del criteri	10	10	10
Llindar mínim de puntuació	6	6	6

Criteri subjectiu a valorar i puntuar (Lot 10, 14, 16, 18)	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	Criteri 4
Puntuació màxima del criteri	10	10	10	10
Llindar mínim de puntuació	6	6	6	6

Criteri subjectiu a valorar i puntuar (Lot 12, 17)	Criteri 1
Puntuació màxima del criteri	10
Llindar mínim de puntuació	6

3. APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES DELS LOTS SEGUENTS:



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 20 de 21

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, **és obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles del lot 02, 05, 07, 13 i 14.**

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum(N_i * P_i)}$$

C_i: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

N_i: és la quantitat licitada per material;

P_i: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals del lot agrupat després d'aplicar la ponderació indicada.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



019P2MVSKIZNE78CUK1V5O6YNWQ82HO

Data creació còpia:
07/07/2026 15:13:36

Pàgina 21 de 21