

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101476743/26/AMUP

SUBSTITUTS DE TEIXITS TOUS



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 1 de 69

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 2 de 69

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logistic) 18



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 3 de 69

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament agregat de Substituts de teixits tous per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.



2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Es obligatori, per ser acceptat i avaluat, presentar un Certificat d'un organisme notificador acreditat, de la normativa següent:

Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent

Norma UNE-EN ISO 10993-1-2021 (Avaluació biològica de productes sanitaris) o equivalent

En el cas que els licitadors no compleixin aquest requisit el material quedarà desestimat tècnicament.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C



- S'ha d'omplir: **Excel Licitació 1101476743_2bis**

Fitxa resum Requisits Criteris Judici de valor, Annex D3

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Llista-Resum, Model i Guia, ANNEX D4** Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació dels criteris objectius.

A la *Guia* s'indica quina informació cal facilitar i quina informació es obligatòria. S'ha d'emplenar aquest Excel amb els camps criteris d'acord amb les indicacions del document (Annex D4).

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**



La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes les fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma:

PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

Els marcats CE podran presentar-se en català, castellà o anglès.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.



Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.



4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.



En l'apartat "Guies i avisos", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc,



sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:



- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu



Documents obligatoris a annexar

- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços: ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 13 de 69

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 14 de 69

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPÀÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.



3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 16 de 69

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament es dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 17 de 69

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista resum, Criteris judici de valor
- ANNEX D4 - Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació, Model i Guia



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 19 de 69

ANNEXOS
AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE
CS/CC00/1101476743/26/AMUP
SUBSTITUTS DE TEIXITS TOUS



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 20 de 69

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 21 de 69

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101476743/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot obligatori S/N
1	Malles sintètiques absorbibles sense recobriment d'hidrogel	NO
2	Malla sintètica absorbible amb recobriment d'hidrogel, de poli-4-hidroxibutirato (P4HB) i àcid poliglicòlic (PGA)	SI
3	MALLA ABSORBIBLE SINTÈTICA PER A REFORÇ O RECONSTRUCCIÓ DE TEIXITS TOUS(MAMA). Lot amb Codi agrupador 999203535	NO
4	MALLES SINTÈTIQUES PARCIALMENT ABSORBIBLES	NO
5	Malla sintètica parcialment absorbible de polipropilè(PP) i poliglecaprona-25 de varies mides i varies formes	SI
6	MALLES SINTÈTIQUES NO ABSORBIBLES	NO
7	MALLES SINTÈTIQUES NO ABSORBIBLES BICAPA (PVDF/PP), PLANES, PER A CIRURGIA D'HÈRNIES	SI
8	MALLES - MÀTRIS BIOLÒGIQUES	NO
9	PEGATS SINTÈTICS O BIOLÒGICS NO ABSORBIBLES	NO
10	SUBSTITUTS DÈRMICS BIOLÒGICS BICAPA	NO
11	IMPLANTS BIOLÒGICS	NO
12	IMPLANTS SINTÈTICS	NO
13	SUBSTITUTS EPITELIALS	SI
14	SUBSTITUTS DÈRMICS SINTÈTICS	SI
15	LLIGAMENTS I TENDONS	NO
16	NERVIS	NO
17	ALTRES SUBSTITUTS DE TEIXITS TOUS I IMPLANT FACIAL NASAL ABSORBIBLE	NO
18	SUBSTITUTS DÈRMICS BIOLÒGICS MONOCAPA	NO

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 22 de 69

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 23 de 69

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 1 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 20000000
Descripció llarga: Malla rectangular no absorbible, plana, de polipropilè (PP) monofilament, trama ampla. Macropososa. Retallable. Mides: 25 (+/-1)cm x 35 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 20000043
Descripció llarga: Malla no absorbible autoexpandible 3 capes tipus tap (3D) de punta/vèrtex roma, (PP) monofilament, per a hèrnies inguinals/crurals. M ides: gran 4 ,1 (+/-0,2)cm x 4,8 (+/-0,2)cm i malla plana (PP) 4,1cm x 8,9cm preformada orifici Ø1 (+/-1)cm, estèril,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 20000524
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible, plana, multilaminar, polipropilè (PP) i polidioxanona, baixa densitat, reparació d'hèrnies ventrals pe r cirurgia oberta i laparoscòpia. Rectangular. Mides: 20 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 20000525
Descripció llarga: Pegat biològic pericardi boví. Lamina biocompatible per a cirurgia cardíaca cor obert, defectes intracavitaris, reconstruccions arte rials. Conservat glutaraldehid. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 15 (+/-1)cm x 0,25 (+/-0 ,05)mm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 20000559
Descripció llarga: Malla circular parcial absorb reforç tx tous hèrnies. Autoexpandible,doble capa cosida monofilaments PTFE. Capa sup malla monofil P P.Capa inf mall de PP/APG recobert hidrogel HA, CMC i PEG,tecno memòria,6 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 20016381
Descripció llarga: Espaiador de tendó de silicona. Mides: 240 (+/-10)mm x 4 (+/-0,2)mm x 3 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 20016382
Descripció llarga: Espaiador de tendó de silicona. Mides: 240 (+/-10)mm x 4 (+/-0,2)mm x 2 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 20016383
Descripció llarga: Espaiador de tendó de silicona. Mides: 240 (+/-10)mm x 5 (+/-0,2)mm x 2,5 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 2 / 26		
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 20019596								
Descripció llarga: Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, macroporosa (trama ampla) densitat 46-60g/m2, gruix 0,6 (+/-0,2)mm, per al tractament d'hèrnies i eventracions. Mides: 11 (+/-0,5)cm x 6 (+/-0,3)cm. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 20019873								
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic bicapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà, compost per un a làmina i una capa protectora de silicona. Mides: 5 (+/-0,2)cm x 5 (+/-0,2)cm. Estèril, lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 20020081								
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic bicapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà, compost per un a làmina i una capa protectora de silicona. Mides: 20 (+/-1)cm x 25 (+/-1)cm. Estèril, lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 20021292								
Descripció llarga: Malla no absorbible 3D PP monofilament, reparació combinada anterior i posterior d'hèrnies inguinals,umbilicals,epigàstriques, làmina preforma a/orifici i làmina 3D cònica(tap).Làmina prefoma 5,49x12(+/-0,5)cm,tap 3 ,5(+/0,5)cmØ. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 20021293								
Descripció llarga: Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana, macroporosa, trama ampla. Retallable. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 20022790								
Descripció llarga: Malla circular parcial absorb reforç tx tous hèrnies. Autoexpansible,doble capa cosida monofilaments PTFE. Capa sup malla monofil P P.Capa inf mall de PP/APG recobert hidrogel HA, CMC i PEG,tecno memòria,4 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 20022850								
Descripció llarga: Implant per a reparació de nervi perifèric, de tub de col·lagen semipermeable. Mides: 20 (+/-0,2)mm x 3 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 20023838								
Descripció llarga: Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric consisten t en un tub transparent de superfície llisa 1,5 mm(+/-0,2) de diàmetre intern i 3 cm(+/-0,2) longitud. Absorció: 16 mesos.								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 3 / 26		
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 20027294								
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I, III, V i elastina que serveix de suport, c ompost per una làmina de Mides: 14 (+/-1)cm x 10 (+/-0,5)cm, gruix 1 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 20027295								
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I, III, V i elastina que serveix de suport, c ompost per una làmina de Mides: 7 (+/-0,3)cm x 5 (+/-0,3)cm, gruix 1 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 20028082								
Descripció llarga: Substitut/revestiment epitelial sintètic, membrana microporosa amb capacitat d'elongació, absorbible, de copolímer de polilàctid, ca rbonat de trimetilè i à-caprolactona. Mides: 5 (+/-0,5)cm x 5 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 20028380								
Descripció llarga: Malla no abs 3D preforma PVDF i parietal PP, s/costures,cir obert/laparo estomes.Monofil porus obert,transparència intraoper,s/efect e memò,mín tendència enrotllament,s/contracció,15x15(+/-1)xcm, ximeneia Ø2cm x 2 cm alçada. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 20028381								
Descripció llarga: Malla no abs 3D preforma PVDF i parietal PP, s/costures,cir obert/laparo estomes.Monofil porus obert,transparència intraoper,s/efect e memò,mín tendència enrotllament,s/contracció,16x16(+/-1)xcm,ximeneia Ø3cm x 2 cm alçada. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 20028590								
Descripció llarga: Matriu biològica per a regeneració de cartílag. de col·lagen tipus i i III, bicapa, per a estimulació de teixit hialf. Mides: 2 (+/ 0,1)cm x 3 (+/-0,1)cm. Estèril. Lliure de làtex.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 20029571								
Descripció llarga: Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric consisten t en un tub transparent de superfície llisa 4,0 mm(+/-0,2) de diàmetre intern i 3 cm(+/-0,2) longitud. Absorció: 16 mesos.								
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 20029775								
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible amb capacitat d'autosubjecció/autoadherencia per a reparació d'hèrnies, de monofilament de polipropilè i grips d'àcid polilàctic. Retallable. Mides: 15 (+/-1)cm x 9 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex.								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 4 / 26
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 20033031	Descripció llarga: Membrana de col·lagen bioabsorbible a partir de tendó d'Aquilles d'origen boví per a defectes periodontals, oclusiva cel·lular, mat riu tridimensional. Mides: 20 mm(+/-2) x 30mm(+/-2). Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 20034410	Descripció llarga: Malla circular parcial absorbible, plana bandes fixació, sistema desplegament absorbible, per hèrnies umbilical. Dues capes: 1 cel·lulosa oxidada regenerada i anell de reforç absorbible de polidioxanona, i altre capa PP. 4,3x4,3 (+/-0,3)cm.Estèril,s/làt			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 20034540	Descripció llarga: Malla circular parcialment absorbible, plana bandes fixació, sistema de desplegament absorbible, per hèrnies umbilicals, 2 capes, 1 de cel·lulosa oxidada regenerada amb anell d/reforç absorbible de polidioxanona, i una PP. 6,4x6,4cm(+/-0,4).Estèril,s/làt			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 20041030	Descripció llarga: Làmina/fèrula intranasal silicona mida 51 (+/-1)mm x 76 (+/-1)mm x 0,5mm, per subjecció del teixit cartilaginós, retallable. Estèril .			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 20041579	Descripció llarga: Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració nervi perifèric consistent en un tub transparent de superfície llisa 2,0 (+/-0,2)mm de diàmetre intern i 3 (+/-0,2)cm de longitud. Absorció: 16 mesos.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 20041629	Descripció llarga: Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric consisten t en un tub transparent de superfície llisa de 3,0mm de diàmetre intern i 3(+/-0 ,2)cm de longitud. Absorció als 16 mesos.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 20042438	Descripció llarga: Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí i elastina. Biocompatible, sense tecnologia #Cross-Linking", re generativa, per a la reconstrucció de parts toves, hidratada. Mides: 8 cm(+/-0,3) x 16 cm(+/-1) x 1 (+/-0,1)mm. Est,s/làt			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 20042986	Descripció llarga: Malla no abs preformada doble capa,visceral PVDF,parietal PP,s/costures ,cir obert/laparo hèrnies.Monofil porus obert amb gran permea bilitat,gran transparència,efecte memòria,mínima,s/contracció.15 x 20 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.			

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.06.2026
HORA: 15:20:33
PÀGINA: 5 / 26

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 20042988

Descripció llarga:

Malla no abs preformada doble capa, visceral PVDF, parietal PP, s/costures, cir obert/laparo hèrnie. Monofil porus obert amb gran permeabilitat, gran transparència, efecte memòria, mínima, s/contracció. 30 x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 20043365

Descripció llarga:

Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de col·lagen semipermeable, d'estructura oberta. Mides: 3 (+/-0,2)mm de longitud x 1,5 (+/-0,1)mm de diàmetre. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 20043366

Descripció llarga:

Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de col·lagen semipermeable, d'estructura oberta. Mides: 30 (+/-2)mm de longitud x 2 (+/-0,1)mm de diàmetre. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 20043368

Descripció llarga:

Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de col·lagen semipermeable, d'estructura oberta. Mides: 3 (+/-0,2)cm x 0,4 (+/-0,1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 20043370

Descripció llarga:

Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de col·lagen semipermeable, d'estructura oberta. Mides: diàmetre 6 mm (+/-0,1) x 3 cm (+/-0,2) de longitud. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 20043371

Descripció llarga:

Implant reabsorbible per a reparació de nervi perifèric en forma de tub de col·lagen semipermeable, d'estructura oberta, de diàmetre 6 70mm x 3cm de longitud.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 20046730

Descripció llarga:

Sistema de malla i plug parcialment absorbible, de monofilament de polipropilè (PP) i poliglecaprone, de baixa densitat. Mides: malla anterior 12,5 (+/-0,5)cm x 7,5 (+/-0,5)cm, plug diàmetre 5 (+/-0,2)cm, àncora 4 (+/-0,3)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 20052180

Descripció llarga:

Malla/matriu biològica, no absorbible, plana, fibrosa, col·lagen dèrmic d'origen porcí acel·lular i les seves fibres elàstiques. Mides: 10 x 10 (+/-0,5)cm x 1.00 (+/-0,2)mm gruix. Retallable, suturable, humida sol salina. Estèril. Lliure de làtex.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 28 de 69

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 6 / 26
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 20054955	Descripció llarga: Malla/matriu biològ col·lag acel·l dèrmic orig porcí.Sense Cross-link.Reparac,reforç,cobertura o subst teixits tous.Biocomp,processa da i conservada en solució tamponada10(+/-1)cmx10(+/-1)cmx1,5 (+/-0,2)mm.Est,s/làt			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 20058185	Descripció llarga: Malla parcialment absorbible de polièster (PET) monofilament i d'àcid polilàctic per a reparació d'hèrnies, amb capacitat d'autoadhe rència. Retallable. Mides: 30 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 20059948	Descripció llarga: Malla oval parcial abs hèrnies,flexible,memò,transparent,retallable, baix perfil,malla macroporosa PP,2 capes poliglecaprona25,pel p olidioxanona no tenyida i marcador polidioxanona tenyit. No PTFE, 15 x 20 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 20060260	Descripció llarga: Malla sintètica no absorbible de polipropilè (PP) i hidrogel adhesiu reabsorbible (polivinilpirrolidona # polietilè glicol). Reparac ió oberta d'hèrnia ventral. Mides: 15 (+/-1)cm x 20 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 20063924	Descripció llarga: Malla circular parcial absorb reforç tx tous hèrnies. Autoexpansible,doble capa cosida monofilaments PTFE. Capa sup malla monofil P P.Capa inf mall de PP/APG recobert hidrogel HA, CMC i PEG,tecno memòria,8 (+/-0,5)cm. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 20065898	Descripció llarga: Tap 3D malla no absorbible PP monofil baix pes, reparació ant i post hèrnies inguinals. Mides: gran 4,1(+/-0,2)cm x 4,8(+/-0,2)cm i malla plana (PP) 6(+/-0,2)cm x 13,7(+/-0,2)cm preformada orifici Ø1(+/-1)cm, estèril,s/làt			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 20066203	Descripció llarga: Malla/matriu biològica de col·lagen dèrmic d'origen porcí, biocompatible, remodelable, sense tècnica #Cross-link", per a suport en l a reparació de teixits tous. Mides: 15 cm(+/-1) x 8 cm(+/-0,3) x 0,6 mm(+/-0,1). Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 20066516	Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic bicapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà, compost per un a làmina i una capa protectora de silicona. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 12 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 7 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 20066517
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic bicapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà, compost per un a làmina i una capa protectora de silicona. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 25 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 20066519
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic monocapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví tipus I amb glicosaminoglicà. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 12 (+/-1)cm x Ø 3 mm(+/-0,2). Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 20066520
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic monocapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I amb glicosaminoglicano, compost per una làmina de mida 5cmx5cm, gruix 3mm. Estèril, lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 20066521
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic monocapa de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I amb glicosaminoglicano, compost per una làmina de mida 10cmx25cm, gruix 3mm. Estèril, lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 20068026
Descripció llarga: Malla/matriu biològica col·lagen acel·lular pericardi origen boví. Biocompatible, sense tecnologia #Cross-Linking", perforada, flexible, resistent, suturable, amb una cara llisa antiadherent. Mides: 12x16 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 20068987
Descripció llarga: Malla no absorbible reparació d'hèrnies, teixits tous i defectes fascials temporals, PTFEe, oval, 10 x 15(+/-1)cm, gruix 1,0(+/-0,1) mm, 2 superfícies, 1 estructura tancada i altre macroporosa, amb carbonat plata i diacetat clorhexidina. Est, s/ làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 20072895
Descripció llarga: Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric. Tub transparent de superfície llisa. Mides: 6 mm(+/-0,1) de diàmetre intern i 3 cm(+/-0,2) de longitud. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 20073485
Descripció llarga: Malla circular parcial absorbible bilaminar, 1 capa no absorbible polièster monofilament 3D, i 1 pel·lícula hidròfila contínua absorbible col·lagen d'origen porcí, reforç paret abdominal. Fixació amb 4 solapes i 2 nanses, de 4,6 (+/-0,4)cmØ. Estèril, s/ làt		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 8 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 20073486
Descripció llarga: Malla circular parcialment absorbible bilaminar formada per 1 capa no absorbible polièster monofilament 3D, i 1 pel·lícula hidròfila absorbible col·lagen porcí, reforç paret abdominal. Fixació 4 solapes i 2 nanses, de 6,6 (+/-0,4)cmØ. Estèril, s/làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 20073487
Descripció llarga: Malla circular parcial absorbible bilaminar per 1 no absorbible de PET monofilament 3D, i 1 pel hidròfila contínua absorbible col·la gen origen porcí, reforç paret abdominal, sist fixació 4 solapes i 2 nanses removibles, de 8,6 (+/-0,4)cmØ.Estèril,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 20073488
Descripció llarga: Malla oval parcialment absorb bilaminar formada capa no absorbible PP monofil i una absorbible àcid ploliglicòlic (APG), HA, CMC I P EG ,reparació hèrnies ventrals laparo, 15 x 25 (+/-1)cm, sist posició a/baló laparo.Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 20075507
Descripció llarga: Malla/matriu pretallada semicircular biològica pell d'origen porcí, biocompatible, per a reforç de teixit tou, processada i conserva da en una solució tamponada que conté fosfat amb estabilitzadors. Mides: 80(+/-10)x160 mm(+/-10). Est s/làtex		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 20076986
Descripció llarga: Matriu de col·lagen dèrmic d'origen porcí entrecreuada acel·lular i sèrum salí. Dispositiu d'administració de 3-5 mL. Reforç de teix its tous per a reparació de fístules, inclou fístules anals i rectals. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 20079525
Descripció llarga: Malla/matriu biològica col·lagen acèl·lular dèrmic origen porcí. Sense Cross-link. Reparació,reforç,cobertura o substitució teixits tous. Biocompatible, processada i conservada en una solució tamponada. 21(+/-1)cm x 12(+/-1)cm x 1,5 (+/-0,2)mm.Est/s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 20082456
Descripció llarga: Al·loempelt per regeneració de nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) descel·luralitzada processada de teixit nerviós perifèri c humà, estructura tridimensional, flexible i plegable. Mides: rang de diàmetre 3-4 mm , longitud 70 mm(+/-5), est s/làtex		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 20085054
Descripció llarga: Implant d'hidroxiapatita calci en gel aquós de glicerina i sodi carboximetil cel·lulosa, per increment de teixit tou en tractament d e cordes vocals. Presentació: xeringa precarregada d'1.5 mL. Estèril. Lliure de làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 9 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 20086181
Descripció llarga: Al·loempelt per regeneració de nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) acel·lular processada de teixit nerviós perifèric humà, estructura tridimensional, flexible i plegable. Mides: rang de diàmetre 2-3 mm, longitud 50 (+/-3)mm. Est,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 20087414
Descripció llarga: Al·loempelt per regeneració de nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) acel·lular processada de teixit nerviós perifèric humà, estructura tridimensional, flexible i plegable. Mides: rang de diàmetre 4-5 mm, longitud 70 (+/-5)mm. Est,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 20090509
Descripció llarga: Substitut/revestiment epitelial sintètic, membrana microporosa amb capacitat d'elongació, absorbible, de copolímer de polilàctid, ca rbonat de trimetilè i à-caprolactona. Mides: 9 (+/-1)cm x 10 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 20092447
Descripció llarga: Lligament artificial de fibres de polietilè (PE), per a la reconstrucció de parts toves en cirurgia intraarticular de genoll, extraa rticulars, tendinoses, reforç muscular, cirurgia tumoral i de revisió. Mides: 6 cm(+/-0,5) x 40 cm(+/-1). Estèril s/làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 20092450
Descripció llarga: Substitut/revestiment epitelial sintètic, membrana microporosa amb capacitat d'elongació, absorbible, de copolímer de polilàctid, ca rbonat de trimetilè i à-caprolactona. Mides: 18 (+/-2)cm x 23 (+/2)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 20093033
Descripció llarga: Implant dèrmic de col·lagen acel·lular d'origen mamífer per a tractaments de fístules anals. Mides: 110 (+/-10)mm x 11 (+/-0,1)mm x 4,5 (+/-0,2)mm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 20094947
Descripció llarga: Malla absorbible farmacooactiva recoberta de polímer bioabsorbible, amb minociclina i rifampicina, Mides: 7,6 (+/-0,4)cm x 8,5 (+/-0,5)cm, indicat per marcapassos o desfibril·ladors. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 20096323
Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament, d'aplicació extraperitoneal en cirurgia oberta o laparoscòpia per a hèrnies abdominals. Biocompatible, triple elasticitat. Mides: 20 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.06.2026
HORA: 15:20:33
PÀGINA: 10 / 26

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 20098191

Descripció llarga:

Malla absorbible farmacoactiva recoberta de polímer bioabsorbible, amb minociclina i rifampicina, Mides: 6,3 (+/-0,3)cm x 6,9 (+/-0, 5)cm, indicat per a marcapassos o desfibril·ladors. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 20100288

Descripció llarga:

Pegat biològic pericardi boví. Lamina biocompatible per a cirurgia cardíaca de cor obert, defectes intracavitaris, reconstruccions a rterials. Conservat glutaraldehyd. Mides: 5 (+/-0,5)cm x 10 (+/-1)cm x 0 ,30 (+/-0,1)mm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 20101592

Descripció llarga:

Malla absorbible sintètica teixida amb recobriments reabsorbibles d'hidrogel, per a reforç o reconstrucció de teixits tous, de poli-4-hidroxi-butirato (P4HB) i àcid poliglicòlic (PGA) . Mides: 25 cm(+/-1) x 30 cm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 20101596

Descripció llarga:

Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana. Retallable. Macroporosa (+ >2000 micres) Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 20101597

Descripció llarga:

Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana. Retallable. Macroporosa (+ >2000 micres). Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 20103464

Descripció llarga:

Al·loempelt regeneració nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) descel·lularitzada processada de teixit nerviós perifèric humà, estructurat tridimensional, flexible i plegable. Mides: diàmetre 2-3mm, longitud 70mm(+/-3). Estèril. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 20103466

Descripció llarga:

Connector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 3 mm(+/-0,3) x 10 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 20103473

Descripció llarga:

Connector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 4 mm(+/-0,3) x 15 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex.



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 33 de 69

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 11 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 20103474
Descripció llarga: Connector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 5 mm (+/-0,3) x 15 mm (+/-1). Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 20103484
Descripció llarga: Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 7 mm (+/-0,5) x 40 mm (+/-1). Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 20103485
Descripció llarga: Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 10 (+/-0,5)mm x 40 (+/-1)mm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 20104653
Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica de PVDF (fluorur de polivinilidè) monofilament per hèrnies cicatricials de paret abdominal per a cirurgia oberta i laparoscòpia extraperitoneal. Mides: 45 cm (+/-1) x 60 cm (+/-1). Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 20105112
Descripció llarga: Matriu biològica de dermis d'origen porcí, per a reforç i reparació de teixits tous, hidratada. Mides: 6 cm (+/-0,3) x 8 cm (+/-0,3), gruixuda. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 20105249
Descripció llarga: Malla absorbible sintètica teixida, per a reforç o reconstrucció de teixits tous, de poli-4-hidroxibutirato (P4HB). Mides: 10.2 (+/- 1)cm x 15.2 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 20106652
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible PET i àcid polilàctic i un costat col·lagen porcí + glicerol, amb capacitat d'autoadherència, costat an atòmic esquerra, marca d'orientació, laparoscòpia d'hèrnies inguinals. Mides: 15 (+/-1)cm x 10 (+/-1)cm. Estèril,s/làtex		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 20106653
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible PET i àcid polilàctic i un costat col·lagen porcí + glicerol, amb capacitat d'autoadherència, costat an atòmic dret, marca d'orientació, laparoscòpia hèrnies inguinals Mides: 15 x 10 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.06.2026
HORA: 15:20:33
PÀGINA: 12 / 26

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 20109485

Descripció llarga:

Malla absorbible sintètica teixida amb recobriments reabsorbibles d'hidrogel, per a reforç o reconstrucció de teixits tous, de P4HB i PGA amb recobriments d'hidrogel de hialuronat sòdic (HA), CMC i PEG. Mides: 30(+/-1) x 35(+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 20111812

Descripció llarga:

Malla no absorbible de polipropilè (PP) amb revestiment de diòxid de titani, plana, monofilament, macroporosa. Mides: 20 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 20111813

Descripció llarga:

Malla no absorbible de polipropilè (PP) amb revestiment de diòxid de titani, plana, monofilament, macroporosa. Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 20112233

Descripció llarga:

Malla no absorbible sintètica tridimensional intraperitoneal de polièster i poliuretà (PUR) antiadherent en contacte amb vísceres per a laparoscòpia i cirurgia oberta. Mida: 15 (+/-1) x 20 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 20112886

Descripció llarga:

Malla no absorbible de polipropilè (PP) amb revestiment de diòxid de titani, plana, monofilament, macroporosa. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 20114305

Descripció llarga:

Malla no absorbible sintètica monofilament polipropilè, macroporosa, forma quadrada, trama ampla 120µm, plana, lleugera 48g/m², retallable, per a reparació d'hèrnies tècnica laparoscòpia extraperitoneal o cirurgia oberta. Mides: 50 x 50 (+/-1)cm. Estèril, s/làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 20115018

Descripció llarga:

Malla absorbible sintètica no teixida, de PGA i TMC, retallable, mal·leable en la humitat, per a reforç de teixits i afavorir el creixement del teixit nadiu, 100% bioabsorbible. Mides: 7 (+/-0,5)cm x 10 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 20119673

Descripció llarga:

Malla no absorbible sintètica tridimensional intraperitoneal de polièster i poliuretà (PUR) antiadherent en contacte amb vísceres per a laparoscòpia i cirurgia oberta. Mida: 25 (+/-1) x 35 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 35 de 69

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 13 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 20127046
Descripció llarga: Malla absorbible sintètica no teixida, de PGA i TMC, retallable, mal·leable en la humitat, per a reforç de teixits i afavorir el creixement del teixit nadiu, 100% bioabsorbible. Mides: 9 (+/-0,5)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 20127047
Descripció llarga: Malla absorbible sintètica no teixida, de PGA i TMC, retallable, mal·leable en la humitat, per a reforç de teixits i afavorir el creixement del teixit nadiu, 100% bioabsorbible. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 20127048
Descripció llarga: Malla absorbible sintètica no teixida, de PGA i TMC, retallable, mal·leable en la humitat, per a reforç de teixits i afavorir el creixement del teixit nadiu, 100% bioabsorbible. Mides: 20 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 20127264
Descripció llarga: Implant de col·lagen reabsorbible d'origen ratolí per a lesions de cartílag, compost per dues xeringues 2,3 ml, al fer la barreja es gelifica, estèril		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 20127568
Descripció llarga: Gel barrera de carboximetilcel·lulosa i òxid de polietilè, amb clorur de calci i clorur de sodi, per reduir la fibrosis i formació d'adherències, tendons i nervis perifèrics. Estèril. Presentació: xeringa precarregada d'1cc.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 20128806
Descripció llarga: Malla absorbible sintètica per a reforç d'òrgans, periesplènica, plana, de poliglactina, trama densa i baixa porositat. Mides: 25 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 20131296
Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament visible per RMN, d'aplicació extraperitoneal en cirurgia oberta o laparoscòpia per a hèrnies abdominals. Biocompatible, triple elasticitat. 5(+/-0,3) x 6(+/-0,3)cm. Estèril,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 20131301
Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament, d'aplicació extraperitoneal en cirurgia oberta o laparoscòpia per a hèrnies abdominals. Biocompatible, triple elasticitat. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 14 / 26
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 20133250	Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica PVDF, monofilament per hèrnies cicatricials de paret abdominal per a cirurgia oberta i laparoscòpia ex traperitoneal.Mides: 15 cm(+/-1) x 25 cm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 20133312	Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament visible RMN. Per a reparació i profilaxi d'hèrnies umbilic als i de paret abdominal en cirurgia endoscòpica. Mides: 10 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 20136536	Descripció llarga: Malla absorbible sintètica teixida amb recobriment reabsorbible hidrogel, per a reforç o reconstrucció teixits tous, poli-4-hidroxib utirato (P4HB) i àcid poliglicòlic (PGA) . Mides: 7cm(+/-1) x 10cm(+/-1). Estèril. Lliure làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 20137861	Descripció llarga: Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, sense tècnica cross-linking, per a embolicar im plants mamaris. Mides: preformada petita per a pròtesi fins a 250 (+/-)5g. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 20137862	Descripció llarga: Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, sense tècnica cross-linking, per a embolicar im plants mamaris. Mides: preformada mitjana per a pròtesi fins a 400(+/-)15g. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 20137863	Descripció llarga: Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, sense tècnica cross-linking, per a embolicar im plants mamaris. Mides: preformada mitjana per a pròtesi fins a 600(+/-)30g. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 20138335	Descripció llarga: Pegat no abs p/hernies diafragmàtiques i deficiències de teixits tous de la paret toràcica, de PTFE, de 20x30(+/-2)cm,2mmgruix,estèr il			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 20138695	Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica de PVDF (fluorur de polivinilidè) monofilament visible per RMN per a reparació i profilaxi d'hèrnies i ncisionals en tècniques obertes, extraperitoneals. Mides: 10 cm x 35 cm. Estèril. Lliure de làtex.			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 15 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 20139595
Descripció llarga: Guia/dispositiu sintètic reabsorbible d'àcid làctic i caprolactona, biocompatible, per a la regeneració de nervi perifèric consisten t en un tubtransparent de superfície llisa de 10mm de diàmetre intern i 3(+/-0 ,2)cm de longitud. Absorció als 16 mesos.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 20139954
Descripció llarga: Làmina/fèrula intranasal silicona mida 51 (+/-1)mm x 76 (+/-1) x 1mm, per subjecció del teixit cartilaginós, retallable. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 20142848
Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica de PVDF (fluorur de polivinilidè) monofilament visible per RMN per a reparació i profilaxi d'hèrnies i ncisionals en tècniques obertes, extraperitoneals. Mides: 30 cm x 45 cm. Estèril. Lliure delàtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 20142940
Descripció llarga: Malla no abs 3D preform,2 capes,visceral PVDF i parietal PP, s/costures, monofil porus obert permeable,transparència intraoper, s/ef ecte memòria, mín tendència enrotllament,s/contracció,p/oberta/laparo estomes ,16x16cm(+/-1)Ø3cm,		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 20142943
Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica de PVDF (fluorur de polivinilidè) monofilament visible per RMN per a reparació i profilaxi d'hèrnies i ncisionals en tècniques obertes, extraperitoneals. Mides: 30 cm x 30 cm. Estèril. Lliure delàtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 20143008
Descripció llarga: Malla oval parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbible PGA+TMC no porosa(superfície visceral),1 capa absorbible PGA+TMC porosa(superfície parietal),p/eventracions,hèrnies quirúrgiques.15(+/-1)x20(+/-1)cm.Est,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 20143270
Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica PVDF monofilament visible per RMN macroporosa, per a cirurgia endoscòpica, reparació i profilaxi d'hèr nia hiatal, paraesofàgica i axial. Mides: 7 x 12 (+/-1)cm amb finestra. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 20145392
Descripció llarga: Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament i plata, plana. Retallable. Macroporosa (+ >2000 micres). Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.06.2026
HORA: 15:20:33
PÀGINA: 16 / 26

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 20148102

Descripció llarga:

Malla parcialment absorbible trilaminar, 1 capa no absorbible PTFE macroporós, 1 absorbible PGA+TMC no porosa (superfície visceral), 1 c apa absorbible PGA+TMC porosa (superfície parietal), p/evencracions i hèrnies quirúrgiques. 20 (+/-1) cm x 25 (+/-1) cm. Est, s/làtx

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 20149256

Descripció llarga:

Al·loempelt regeneració nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) acel·lular processada de tx nerviós perifèric humà, estructura t ridimensional, flexible i plegable. Mides: diàmetre 2-3mm, long 30mm (+/-3). Est. S/làtx.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 20149257

Descripció llarga:

Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 5 mm (+/-0,5) x 40 mm (+/-1). Estèril. Lliure de làtx.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 20149258

Descripció llarga:

Al·loempelt regeneració nervi perifèric. Matriu extracel·lular (MEC) acel·lular processada de tx nerviós perifèric humà, estructura t ridimensional, flexible i plegable. Mides: diàmetre 1-2mm, long 30mm (+/-3). Est. S/làtx.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 20150372

Descripció llarga:

Malla no abs 3D preforma PVDF i parietal PP, s/costures, cir obert/laparo estomes. Monofil porus obert, transparència intraoper, s/efect e memò, mín tendència enrotllament, s/contracció, 15x15 (+/1) xcm, ximeneia Ø2cm x 4 cm alçada. Estèril. Lliure de làtx.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 20150463

Descripció llarga:

Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 1 cm (+/-0,1) x 10 cm (+/-1). Estèril. Lliure de làtx.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 20150808

Descripció llarga:

Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 5 (+/-0,2) cm x 6 (+/-0,2) cm. Estèril. Lliure de làtx.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 20150809

Descripció llarga:

Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 6 (+/-0,2) cm x 10 (+/-0,2) cm. Estèril. Lliure de làtx.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 39 de 69

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 17 / 26
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 20150890	Descripció llarga: Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, costat dret, plana, macroporosa, trama ampla. Laparoscòpia. Mides: 10 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 20151211	Descripció llarga: Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 1,5 (+/-0,1)cm x 10 (+/-0,2)cm. Es tèril. Lliure de làtex. TISGENX. Ref:XM-10			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 20152720	Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica monofilament polipropilè,macroposa,forma quadrada,trama ampla 120µm,plana,lleugera 48g/m²,retallable,per a reparació d'hèrnies tècnica laparoscòpia extraperitoneal o cirurgia oberta.Mides: 50 x 50 (+/-1)cm. Estèril, s/làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 20153902	Descripció llarga: Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 10 mm(+/-0,5) x 20 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 20153903	Descripció llarga: Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 4 (+/-0,2)cm x 6 (+/-0,2)cm. Estèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 20153904	Descripció llarga: Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 1,5 (+/-0,2)cm x 8 (+/-0,2)cm. Es tèril. Lliure de làtex.			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 20154278	Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica tridimensional intraperitoneal de polièster i poliuretà (PUR) antiadherent en contacte amb vísceres per a laparoscòpia i cirurgia oberta. Mida: 10 (+/-1) x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex. Malla no absorbible sintètica			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 20154282	Descripció llarga: Malla/matriu biològica de col·lagen dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, remodelable, sense tècnica Cross-linking, temps hidratació de 3-4 minuts, per a suport reparació teixits tous. 10(+/-0,5)cm x 15(+/-0,5)cm, gruix 1,4(+/-2)mm.Est.S/làtex			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 18 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 20154296
Descripció llarga: Malla/matriu biològica de col·lagen dèrmic d'origen porcí. Biocompatible, remodelable, sense tècnica Cross-linking, temps hidratació de 3-4 minuts, per a suport reparació teixits tous. 15(+/-0,5)cm x 20(+/-0,5)cm, gruix 1,4(+/-2)mm. Est.S/làtex		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 20154424
Descripció llarga: Malla no abs preformada doble capa, visceral PVDF, parietal PP,s/costures ,cir obert/laparo hèrnie.Monofil porus obert amb gran permea bilitat,gran transparència,efecte memòria,minima,s/contracció. Mides: 20 (+/-1)cm x20 (+/-1)cm. Est,s/làt.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 20154427
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I, III, V i elastina que serveix de suport, c ompost per una làmina de Mides: 30 (+/-1)cm x 21 (+/-0,5)cm, gruix 3 (+/-0,2)mm. Est,s/àtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 20154901
Descripció llarga: Substitut/revestiment dèrmic sintètic, biodegradable, reabsorbible, membrana impermeable de poliuretà termoplàstic cara externa i es cuma de poliuretà macroporosa >90 % en cara orientada en la ferida. Mides: 10 (+/-1)cm x 10 (+/-1)cm. Est,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 20155258
Descripció llarga: Substitut/revestiment dèrmic sintètic, biodegradable, reabsorbible, membrana impermeable de poliuretà termoplàstic cara externa i es cuma de poliuretà macroporosa >90 % en cara orientada en la ferida. Mides: 20 (+/-1)cm x 40 (+/-1)cm. Est,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 20155298
Descripció llarga: Substitut/revestiment dèrmic sintètic, biodegradable, reabsorbible, membrana impermeable de poliuretà termoplàstic cara externa i es cuma de poliuretà macroporosa >90 % en cara orientada en la ferida. Mides: 5 (+/-0 ,5)cm x 5 (+/-0,5)cm. Est,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 20155299
Descripció llarga: Substitut/revestiment dèrmic sintètic, biodegradable, reabsorbible, membrana impermeable de poliuretà termoplàstic cara externa i es cuma de poliuretà macroporosa >90 % en cara orientada en la ferida. Mides: 10 (+/-1)cm x 20 (+/-1)cm. Est,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 20155508
Descripció llarga: Al·loempelt regeneració nervi perifèric. Matriu extracel·lular(MEC) acel·lular processada de tx nerviós perifèric humà, estructura t ridimensional, flexible i plegable. Mides: diàmetre 1-2mm, long 15mm(+/-3). Est.S/làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 19 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1450	MATERIAL: 20155546
Descripció llarga: Malla no absorbible 3D preformada de monofilament PP, macroporosa, marcador monofilament i fletxa orientació, per a cir laparoscòpic a hèrnia o reforç. Mida:Esquerra, 10,3 (+/-0,2)cm x 15,7 (+/-0,5)cm.Est,s/làtex/DEHP.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1460	MATERIAL: 20155547
Descripció llarga: Malla no absorbible 3D preformada de monofilament PP, macroporosa, marcador monofilament i fletxa orientació, per a cir laparoscòpic a hèrnia o reforç. Mida: Dreta, 10,3 (+/-0,2)cm x 15,7 (+/-0,5)cm. Est,s/làtex/DEHP.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1470	MATERIAL: 20155548
Descripció llarga: Malla plana no absorbible de monofilament de polipropilè (PP), macroporosa, per a cirurgia d'hèrnia o reforç. Mida: 30,5 (+/-1)cm x 30,5 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex, lliure de ftalats.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1480	MATERIAL: 20155670
Descripció llarga: Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic d'origen porcí. Per a reparació, reforç, cobertura o substitució de teixits to us. Biocompatible. Mides: 10 (+/-1)cm x 10 (+/-1)cm x 1,5 (+/-0,2)mm. Estèril. Lliure de làtex, lliure de ftalats.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1490	MATERIAL: 20156068
Descripció llarga: Malla no absorbible de polipropilè (PP), plana, monofilament, trama ampla. Retallable. Macropososa. Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm . Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1500	MATERIAL: 20156071
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible, plana, de monofilament de polipropilè (PP) i poliglecaprona, de baixa densitat, macroporosa. Mides: 6 (+/-0,5)cm x 11 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1510	MATERIAL: 20156072
Descripció llarga: Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana, macroporosa, trama ampla. Retallable. Mides: 7,5 (+/-0,5)cm x 15 (+/-1) cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1520	MATERIAL: 20156073
Descripció llarga: Malla no abs preformada doble capa,visceral PVDF,parietal PP,s/costures ,cir obert/laparo hèrnies.Monofil porus obert amb gran permea bilitat,gran transparència,efecte memòria,mínima,s/contracció.15 x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.06.2026
HORA: 15:20:33
PÀGINA: 20 / 26

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 20156074

Descripció llarga:

Malla no abs preformada doble capa, visceral PVDF, parietal PP, s/costures, cir obert/laparo hèrnie. Monofil porus obert amb gran permeabilitat, gran transparència, efecte memòria, mínima, s/contracció. 20 x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 20156152

Descripció llarga:

Malla no absorbible de polipropilè (PP) monofilament, plana, macroporosa, trama ampla. Retallable. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 20156154

Descripció llarga:

Malla parcialment absorbible, plana, monofilament de polipropilè (PP) i poliglecaprone de baixa densitat, macroporosa. Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 20156155

Descripció llarga:

Malla parcialment absorbible, plana, monofilament polipropilè (PP) i poliglecaprone-25, de baixa densitat, macroporosa. Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 20156473

Descripció llarga:

Malla absorbible sintètica teixida, per a reforç o reconstrucció de teixits tous, de poli-4-hidroxibutirato (P4HB). Mides: 25.4 (+/-1)cm x 30.5 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 20157156

Descripció llarga:

Malla el·líptica parcialment absorbible bilaminar formada capa no absorbible PP monofil i una absorbible àcid poliglicòlic (APG), HA, CM C i PEG, reparació hèrnie ventrals laparo, 25 x 33 (+/-1)cm, sist posició a/baló laparo. Estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 20157531

Descripció llarga:

Pegat biològic pericardi boví flexible. Lamina biocompatible per a cirurgia cardíaca de cor obert, reconstruccions arterials i paret toràcica. Esterilitat química i estabilitat en glutaraldehid. Tecnologia #Cross-Linking. Mida 8 (+/-0,3)cm x 14 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 20157532

Descripció llarga:

Pegat biològic pericardi boví flexible. Lamina biocompatible per a endarterectomies, profundoplàties i arterio-venòs. Esterilitat química i estabilitat en glutaraldehid. Tecnologia #Cross-Linking. Mida 2 (+/-0,3)cm x 9 (+/-1)cm



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 43 de 69

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 21 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1610	MATERIAL: 20157786
Descripció llarga: Pegat biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca de cor obert, defectes intracavitaris, reconstruccions arte rials, paret toràcica. Estabilitzat en glutaralhid. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 16 (+/-1)cm x 0,3 (+/-0,1)cm. Estèril,s/làt		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1620	MATERIAL: 20158352
Descripció llarga: Pegat cònic biològic de pericardi boví. Biocompatible, per a cirurgia cardíaca i vascular. Mides: 0,8 (+/-0,2)cm x 8 (+/-0,2)cm. Es tèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1630	MATERIAL: 20158535
Descripció llarga: Substitut/regenerador dèrmic de matriu tridimensional de col·lagen d'origen boví Tipus I, III, V i elastina que serveix de suport, c ompost per una làmina de Mides: 7,4 (+/-0,3)cm x 5,2 (+/-0,3)cm, gruix 3 (+/-0 ,1)mm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1640	MATERIAL: 20160347
Descripció llarga: Malla no absorbible de polipropilè (PP) titanitzada, anatòmica, monofilament, macroporosa. Mides: 10 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm, mida po rus 2 ,8mm, gramatge 47gr/m2, resistència al trencament 55N/cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1650	MATERIAL: 20161899
Descripció llarga: Matriu extracel·lular (MEC) d'oringen de Facia Larta de donants humà, amb espesor de 0.2-0.6 mm, i mida de 75 x 100 mm		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1660	MATERIAL: 20161901
Descripció llarga: Matriu extracel·lular (MEC) d'oringen de Facia Larta de donants humà, amb espesor de 0.6-0.9 mm, i mida de 75 x 100 mm		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1670	MATERIAL: 20162056
Descripció llarga: Malla no absorbible sintètica de fluorur de polivinil (PVDF) monofilament. Per a reparació i profilaxi d'hèrnies inglinals mitjançan t tècnica Lichtenstein. Mides: 7,5 (+/-0,5)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1680	MATERIAL: 20164911
Descripció llarga: Implant paranasal absorbible de 16mm llargària, forma cilíndrica, per aobertura si etmoides i frontal,de matriu de polímer de poli-(DL-lactida-co-glicolida) i polietilenglicol amb elusió d'esteroide furoato de mometasona. Mida Mini.Estèril.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 22 / 26
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1690	MATERIAL: 20166869	Descripció llarga: Malla/matriu dèrmica acel·lular origen humà, biocompatible, nafres peu diabètic, nafres vàries, ferides qui deshiccencies, teixits es quelètics, 5x7 cm, mallada (1,5:1) gruix 0,2-1,0 mm, s/refrigeració i estèril, lliure làtex			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1700	MATERIAL: 20167266	Descripció llarga: Implant paranasal absorbible de 23mm llargària, forma cilíndrica, per asi etmoides, de matriu de polímer de poli-(DL-lactida-co-glic olida) i polietilenglicol amb elusió d'esteroide furoato de mometasona.Estèril.Propel			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1710	MATERIAL: 20167267	Descripció llarga: Implant paranasal absorbible de 8mm llargària, forma cilíndrica, per aobertura frontal forma de rellotge de sorra,matriu de polímer de poli-(DL-lactida-co-glicolida) i polietilenglicol amb elusió d'esteroide furoato de mometasona.Estèril.Propel Contour			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1720	MATERIAL: 20167270	Descripció llarga: Malla/matriu biològica, absorbible, plana, fibrosa, col·lagen dèrmic porcí acel·lular, reconstr teixits connectiu, dermis, paret ab dominal, hèrnies. 10x15(+/-0,5)cm x 1.5(+/-0,2)mm gruix. Retall, sutur, estèril,no làtex			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1730	MATERIAL: 20167283	Descripció llarga: Membrana/Matriu biològica tridimensional d'atlocolàgen dèrmica bicapa d'origen de tendó porcí amb recobrimet silicona, regenerar c remades, defectes cutànis, fenestrada, retallable, suturable, humida SSFF, mides 12x24 cm, estèril			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1740	MATERIAL: 20167284	Descripció llarga: Membrana/Matriu biològica tridimensional d'atlocolàgen dèrmica bicapa d'origen de tendó porcí amb recobrimet de silicona, per rege nerar cremades, defectes cutànis, reforçada, retallable, suturable, humida SSFF, mides 4x6cm, estèril			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1750	MATERIAL: 20167285	Descripció llarga: Membrana/Matriu biològica tridimensional d'atlocolàgen dèrmica bicapa d'origen tendó porcí amb recobrimet silicona, per regenerar cremades, defectes cutànis, fenestrada, retallable, suturable, humida SSFF, mides 8 ,2x12cm, estèril			
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1760	MATERIAL: 20167286	Descripció llarga: Espaiador de tendó de silicona, per a reconstrucció temporal, mides: 220(+/-10)mm x 1,5 (+/-0,1)mm x 3 (+/-0,3)mm. Estèril. Lliure d e làtex			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 23 / 26
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 20167287			Descripció llarga:			Espaiador de tendó de silicona, per a reconstrucció temporal, mides: 220(+/-10)mm x 2 (+/-0,1)mm x 4 (+/-0,3)mm. Estèril. Lliure de làtex
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 20167303			Descripció llarga:			Malla/matriu biològica reabsorbible extracel·lular tridimensional d'origen oví, per a teixits tous, hèrnies, vísceres, defectes pare d abdominal, teixit reforçat 6 capes, gruix 1.2 mm, 15g/m2, retallable i suturable, estèril
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 20167368			Descripció llarga:			Membrana/Matriu biològica tridimensional d'atolocolàgen dèrmica bicapa d'origen de tendó porcí amb recobriment silicona, regenerar c remades, defectes cutànis, fenestrada, retallable, suturable, humida SSFF, mides 8 ,2x6 cm, estèril
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 20167377			Descripció llarga:			Malla/matriu biològica de col·lagen acel·lular dèrmic porcí, absorbible, s/tecnologia ¿Cross-Linking¿, regenerativa, reconstrucció de parts toves, Mides: 10 cm(+/-0,3) x 16 cm(+/-1) x 1,5 (+/-0,1)mm suturable, estèril ,s/làt
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 20167412			Descripció llarga:			Malla/matriu dèrmica acel·lular origen humà, biocompatible, nafres vàries, ferides quirúrgiques, teixits esquelètics, cremades, 4x4 cm, mallada (1 ,5:1) gruix 0,2-1,0 mm, sense refrigeració, suturable, estèril, lliure làtex
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 20167420			Descripció llarga:			Malla/matriu biològica, absorbible, plana, fibrosa, col·lagen dèrmic porcí acel·lular, reconstr teixits connectiu, dermis, paret abd oминаl, hèrnies 3x3(+/-0,15)cm x 0.5mm gruix. Retall, sutur,SSFF. estèril,no làtex.
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 20168564			Descripció llarga:			Membrana/Matriu biològica tridimensional d'atolocolàgen dèrmica monocapa d'origen de tendó porcí amb recobriment de silicona, per re generar cremades, defectes cutànis,retallable, suturable, humida SSFF, mides 8 ,2x6cm, estèril
SOL.COMANDA: 1101476743 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 20168566			Descripció llarga:			Membrana/Matriu biològica tridimensional d'atolocolàgen dèrmica monocapa d'origen de tendó porcí amb recobriment de silicona, per re generar cremades, defectes cutànis,retallable, suturable, humida SSFF, mides 8 ,2x12cm, estèril

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 24 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1850	MATERIAL: 20171782
Descripció llarga: Malla/matriu biològica major 95% no absorbible, per a teixits tous, hèrnies, vísceres, defectes pared abdominal, 10x20 cm, teixit re forçat 6 capes, gruix 1.1 mm, polipropilè, estèril		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1860	MATERIAL: 20173008
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorb ible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.20x25(+/-1)cm. Estèril ,s/làtex, retallable		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1870	MATERIAL: 20173073
Descripció llarga: Matriu 3D multicapa de col·lagen, Mg-HA, porós, per a lesions de cartílag i os subcondral,Mides + 2,0 x 3,0 x0,2 cm, origen equí, e stèril, un sol ús,		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1880	MATERIAL: 20174170
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorb ible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.20x30(+/-1)cm. Estèril ,s/làtex, retallable		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1890	MATERIAL: 20174435
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorb ible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.30x40(+/-1)cm. retal, estèr,s/làtex		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1900	MATERIAL: 20174451
Descripció llarga: Matriu 3D monocapa de fibres(Benzyl Ester àcid Hyalurònic) biocompatible i biodegradable, mida 2 x 2cm+/-0,1cm, per a reparació artr oscòpica de cartílag, origen no animal per biofermentació,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1910	MATERIAL: 20174452
Descripció llarga: Matriu 3D monocapa de fibres (Benzyl Ester àcid Hyalurònic) biocompatible i biodegradable, mida 5 x 5cm+/-0,1cm, per a reparació art roscòpica de cartílag, origen no animal per biofermentació,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1920	MATERIAL: 20174679
Descripció llarga: Protector per a la reparació de nervi perifèric, biològic, de matriu submucosa extracel·lular d'origen porcí. Mides: 7 mm(+/-0,5) x 20 mm(+/-1). Estèril. Lliure de làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 25 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1930	MATERIAL: 20175089
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorb ible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.35x35(+/-1)cm. Estèril ,s/làtex, retallable		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1940	MATERIAL: 20175090
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorb ible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.30x30(+/-1)cm. Estèril ,s/làtex, retallable		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1950	MATERIAL: 20175091
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorb ible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.40x30(+/-1)cm. Estèril ,s/làtex, retallable		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1960	MATERIAL: 20175092
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1 absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1 absorb ible PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.40x50(+/-1)cm. Estèril ,s/làtex, retallable		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1970	MATERIAL: 20175093
Descripció llarga: Malla parcialment absorbible trilaminar,1 capa no absorbible PTFE macroporós,1absorbibles PGA+TMC no porosa(sup visceral),1absorbibl e PGA+TMC porosa(sup parietal),eventrac/hèrnies quir.15x20(+/-1)cm. Ovalada. Estèril,s/là, retallable		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1980	MATERIAL: 20175144
Descripció llarga: Malla sintètica no absorbible polipropilè titanitzat (PP), monofilament, macroporosa, preperitoneal i/o intraperitoneal, oberta i/o laparoscòpica, Mides: 20 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 1990	MATERIAL: 20175145
Descripció llarga: Malla sintètica no absorbible polipropilè titanitzat (PP), monofilament, macroporosa, preperitoneal i/o intraperitoneal, oberta i/o laparoscòpica, Mides: 30 (+/-1)cm x 30 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 2000	MATERIAL: 20175146
Descripció llarga: Malla sintètica no absorbible polipropilè titanitzat (PP), monofilament, macroporosa, preperitoneal i/o intraperitoneal, oberta i/o laparoscòpica, Mides: 15 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.06.2026 HORA: 15:20:33 PÀGINA: 26 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 2010	MATERIAL: 20175203
Descripció llarga: Matriu biològica per a regeneració de cartílag, col·lagen porcí tipus I i III, bicapa, per a estimulació de teixit hialí. Mides: 3 (+/-0,1)cm x 4 (+/-0,1)cm. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 2020	MATERIAL: 20175236
Descripció llarga: Espaiador de tendó de silicona, per a reconstrucció temporal, mides: 220(+/-10)mm x 5 (+/-0,1)mm x 2,25 (+/-0,3)mm. Estèril. Lliure de làtex,		
SOL.COMANDA: 1101476743	POSICIÓ: 2030	MATERIAL: 999203535
Descripció llarga: A - Malla absorbible sintètica per a reforç o reconstrucció de teixits tous (mama), de poli-4-hidroxibutirato (P4HB), monofilament i monocapa, varies mides i formes		

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101476743_2bis



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 50 de 69

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma
electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 51 de 69



S'ha d'omplir el Excel Licitació 1101476743_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:	CS/CC00/1101288868/22/AM													
2	Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A													
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B													
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP, CTO amb diferents capacitats de penetració, recobriments polímer hidrofilic, diàmetre de 0,018", punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g, procediments sota genoll, varies mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP, CTO amb diferents capacitats de penetració, recobriments polímer hidrofilic, diàmetre de 0,014", punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g, procediments sota genoll, varies mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rigida per ATP vasos estrets i tortuosos, recobriments hidrofilic, diàmetre de 0,018", punta cònica, flexible i angularada, longitud entre 180cm i									



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 52 de 69

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B . Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V .	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l' agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 53 de 69

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 54 de 69

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1101476743.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1101476743 MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/COO/110065647/18/AMUP																
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																
Empresa:																				
NIF:																				
Data:																				
Segell Empresa:																				
Signatura:																				
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B																
Número oferta Variant:																				
Ord.	Partida	Desc.	Partida	Fila	Material	Descr. Material	Quantitat	UM	Preu unitari partida amb IVA	Per	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787		Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml i 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791		Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785		Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml(2ml)	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030962		Caneta amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040625		Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc. original signat per:
Olga Santamaría Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 55 de 69

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducció 6F // Introducció 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 56 de 69

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 57 de 69

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
CS/CC00/1101476743/26/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE SUBSTITUTS DE TEIXITS TOUS		
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom		Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *		Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
(SI/NO)			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Altres acreditacions i/o auto certificació			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag1



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 58 de 69

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
CS/CC00/1101476743/26/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE SUBSTITUTS DE TEIXITS TOUS		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *		
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció ampliada del producte			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnivv_pag2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 59 de 69



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 60 de 69

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitari (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 61 de 69

ANNEX D2 LLISTAT RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. Expedient

CS/CC00/1101476743/26/AMUP

Descripció expedient

Subministrament agregat de Substituts de teixits tous

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 62 de 69

ANNEX D3

Fitxa-Resum Requisits Criteris Subjectius



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 63 de 69

**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101476743/26/AMUP**

- Lot 01 - Malles sintètiques absorbibles sense recobriment d'hidrogel
- Lot 02 - Malla sintètica absorbible amb recobriment d'hidrogel
- Lot 03 - Malla absorbible sintètica per a reforç o reconstrucció de teixits tous (mama) - Lot amb codi agrupador 999203535
- Lot 04 - Malles sintètiques parcialment absorbibles
- Lot 05 - Malla sintètica parcialment absorbible de polipropilè(PP) i poliglecaprona-25
- Lot 06 - Malles sintètiques no absorbibles
- Lot 07 - Malles sintètiques no absorbibles bicapa (PVDF/PP), planes, per a cirurgia d'hèrnies
- Lot 08 - Malles-matrius biològiques
- Lot 09 - Pegats sintètics o biològics no absorbibles
- Lot 11 - Implants biològics

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Facilitat amb la manipulació del material. Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui

Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció. Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura.

Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà els implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits.

- Lot 10 - Substituts dèrmics biològics bicapa
- Lot 14 - Substituts dèrmics sintètics
- Lot 18 - Substituts dèrmics biològics monocapa

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Visibilitat i monitorització visual de la ferida. Es valorarà la visibilitat i monitorització visual de la ferida, que es pugui inspeccionar la capa externa, detecció precoç de complicacions i control de l'exsudat

Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció. Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura

Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà els implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits

Facilitat del maneig quirúrgic: Es valorarà la facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes

- Lot 12 - Implants sintètics
- Lot 17 - Altres substituts de teixits tous i Implant facial nasal absorbible

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà els implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits

- Lot 13 - Substituts epitelials

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Capacitat d'adherència immediata. Es valorarà la capacitat d'adherència immediata, que s'adhereixi i redueixi el dolor

Visibilitat i monitorització visual de la ferida. Es valorarà la visibilitat i monitorització visual de la ferida, que es pugui inspeccionar la capa externa, detecció precoç de complicacions i control de l'exsudat.

Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà els implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits



Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101476743/26/AMUP

Lot 15 - Lligaments i tendons

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Facilitat amb la manipulació del material. Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui
Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció. Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura.
Facilitat del maneig quirúrgic: Es valorarà la facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes

Lot 16 - Nervis

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Facilitat amb la manipulació del material. Es valorarà la facilitat amb la manipulació del material, es a dir que no s'enganxi, trenqui, ni doblegui
Facilitat amb la sutura del material o altres mitjans de subjecció. Es valorarà la facilitat amb la sutura del material, que no es trenqui al fer la sutura.
Adaptabilitat de l'implant als teixits. Es valorarà els implants que presentin capacitat d'adaptabilitat als teixits
Facilitat del maneig quirúrgic: Es valorarà la facilitat de tall (que mantingui la seva integritat, que no es separin les capes

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demandades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana de forma ampliada, veure ANNEX 4 del PCAP.



ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 66 de 69

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_1101476743

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro' en cap cel·la**
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 67 de 69

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.

Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgica,TST, total resistència penetració líquids i transpirable, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segellada sense cosir, zona crítica. Mida M, llarg 115cm, 2 enxugam. Lliure llatex, estèril, 1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgica,TST, total resistència penetració líquids i transpirable, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segellada sense cosir, zona crítica. Mida L, llarg 140cm, 2 enxugam. Lliure llatex, estèril, 1ús.	SI	SI	SI	No



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 68 de 69

En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la pestanya del lot de l'Excel.

Exemple: (només es deixen els lots que tenen oferta)

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
	Emulsió amb àcid
Proveïdor	LOT 27 LOT 28



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BA1CVHE6RIINH9ZNE0UY8WS6S54HD65

Data creació còpia:
07/07/2026 15:10:36

Pàgina 69 de 69