

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
L'EQUIPAMENT DEL NOU SERVEI DE REHABILITACIÓ DE L'INSTITUT
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA**

EXP. CONTR/2026/0000000093

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	4
3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	5
3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA	5
3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	6
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	9
4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA A PRESENTAR AL SOBRE A	10
4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR AL SOBRE B	10
4.3 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL SOBRE C	11
5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	11
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	29
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	31
8 DADES DE CONTACTE	31
9 ANNEXES	33
9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS	33
9.2 ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS D'OBLIGAT COMPLIMENT. ANNEX AL PLEC	44
9.3 ANNEX 3 – PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES	45
9.4 ANNEX 4 – TARIFA COMPONENTS. NO VALORABLE	64

1 ANTECEDENTS

L' Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament, el transport, el lliurament, el muntatge, la instal·lació, la configuració, la posada en funcionament i, si escau, la formació d'ús de l'equipament assistencial necessari per a la dotació del nou Servei de Rehabilitació de l'Institut d'Assistència Sanitària, incloent equips electromèdics, equips terapèutics, equips de diagnòstic, mobiliari assistencial, mobiliari general i altre material auxiliar, d'acord amb les característiques i els requisits establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques.

La contractació és per procediment obert i la licitació es farà per lots. Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix haurà de ser per **lot sencer**. No s'admeten ofertes variants.

LOT	DESCRIPCIÓ	PREU TOTAL SENSE IVA
LOT 1	ONES DE XOC	56.000,00 €
LOT 2	RADIOFREQUÈNCIA	54.000,00 €
LOT 3	MAGNETOTERÀPIA	57.898,00 €
LOT 4	ELECTROTÈRÀPIA	135.850,00 €
LOT 5	TRACCIONS	9.800,00 €
LOT 6	MATERIAL DE CINESITERÀPIA	40.148,00 €
LOT 7	RECUPERACIÓ ACTIVA	24.910,00 €
LOT 8	CAMILLES	61.530,00 €
LOT 9	TERÀPIA LÀSER	18.650,00 €
LOT 10	TERMOTERÀPIA	8.300,00 €
LOT 11	BÀSCULES	1.230,00 €
LOT 12	CARROS CURES I ATURADES	25.600,00 €
LOT 13	ECÒGRAFS	57.120,00 €

LOT 14	MOBILIARI	63.820,60 €
LOT 15	PRESTATGERIES PILOTES	260,00 €
LOT 16	CARROS AUXILIARS	4.420,00 €
LOT 17	CARROS RESIDUS	2.240,00 €
LOT 18	EQUIPS DIAGNÒSTIC	8.450,00 €
LOT 19	ELECTRODOMÈSTICS	1.500,00 €
LOT 20	PRESTATGERIA NETEJA	680,00 €
LOT 21	CONTENIDORS RESIDUS	1.095,00 €
LOT 22	ARMARIS KANBAN	7.000,00 €
LOT 23	SISTEMA ENTRENAMENT	15.700,00 €
TOTAL SENSE IVA		656.201,60 €
IVA 21%		137.802,34 €
TOTAL AMB IVA		794.003,94 €

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a **l'ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg. 33 i s.)**. Els preus són per **unitat de producte** i s'expressaran amb **dos decimals**.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	656.201,60 €
Import total amb IVA:	794.003,94 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 656.201,60 € (SENSE IVA) (21% IVA).

Possibles opcions eventuais: Sl. Modificació 20% =131.240,32 €.

Import total VEC = 787.441,92 € (IVA EXCLÒS)

3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS. ANNEX AL PLEC

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a L'**ANNEX 2 - REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS, ANNEX AL PLEC**, els requisits tècnics específics d'obligat compliment i les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. **Aquest arxiu Excel s'ha de presentar al Sobre B degudament emplenat.**

La no presentació de **L'ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS** o la presentació parcial, així com l'incompliment d'un requisit tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

CALDRÀ INDICAR A LES FITXES TÈCNIQUES DE MANERA CLARA I REMARCAT AMB COLOR, CADASCUN DELS REQUISITS MÍNIMS QUE S'INDIQUEN.

Algunes característiques, dimensions o valors dels articles relacionats a l'ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS podran admetre variacions mínimes, sempre que aquestes no alterin la funcionalitat prevista ni les necessitats assistencials i la seva admissibilitat serà valorada per la unitat tècnica de l'Institut d'Assistència Sanitària. Quan les variacions comportin l'incompliment d'un requisit tècnic mínim d'obligat compliment, l'oferta podrà quedar exclosa respecte del lot afectat.

3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Quan els equips o productes objecte de subministrament tinguin la consideració de productes sanitaris, d'acord amb la normativa vigent, hauran de disposar del corresponent marcatge CE i complir els requisits establerts en el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, relatiu als productes sanitaris, així com qualsevol altra normativa que el desenvolupi, modifiqui o substitueixi.

Les empreses licitadores hauran d'aportar, dins de la documentació tècnica del Sobre B de l'oferta, la documentació acreditativa del compliment d'aquests requisits per als productes sanitaris inclosos en els lots als quals concorren, mitjançant la presentació de la corresponent declaració UE de conformitat, el

certificat de marcatge CE quan sigui exigible o qualsevol altra documentació equivalent prevista per la normativa aplicable.

3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. L'incompliment de les obligacions derivades del contracte i de les condicions establertes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques podrà donar lloc a la imposició de les penalitats previstes als articles 192 i concordants de la LCSP, així com a les conseqüències previstes al PCAP.
2. Els incompliments de les obligacions contractuals es qualificaran i sancionaran d'acord amb el règim de penalitats previst al PCAP i a la LCSP.
3. D'acord amb l'article 192 i 213.3 de la LCPS, en el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment dels compromisos assumits per l'empresa contractista, l'IAS podria procedir a la resolució del contracte amb adjudicació al segon licitador més ben posicionat a la puntuació final, i en cas d'incompliment culpable del contractista en objectivar danys i perjudicis, fins i tot se li podria aplicar una retenció de la garantia. Tanmateix si amb l'import de la garantia retinguda, no fos suficient per indemnitzar a l'IAS pels danys i perjudicis ocasionats, el contractista podria respondre directament.
4. Les ofertes que presentin les licitadores hauran d'incloure totes les mesures encaminades a la posada en funcionament de tot l'equipament ofert.
5. L'empresa adjudicatària subministrarà i instal·larà l'equipament objecte del contracte al Servei de Rehabilitació de l'Hospital de Santa Caterina sense cap més cost addicional, amb tot el material necessari per al seu funcionament immediat, sota les indicacions de la persona responsable que es designi.
6. Els mitjans personals, tècnics, materials, equips i transport necessaris per a la correcta prestació del contracte, amb les especificacions mínimes assenyalades al present plec, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària. L'empresa adjudicatària s'encarregarà de gestionar i assumirà qualsevol cost associat si s'escau del lloguer de vehicles o maquinària específica per la descàrrega, manipulació o trasllat del material dins les instal·lacions de l'IAS fins a la seva ubicació final.
7. L'empresa adjudicatària garantirà a tots els operaris del muntatge (propis o subcontractats) tots els mitjans de seguretat necessaris, obligant al compliment de tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu incompliment, motiu de paralització dels treballs, en virtut del que es contempla en l'article 44 de la llei esmentada.
8. L'empresa adjudicatària haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (fitxes de seguretat) de

tots aquells productes que puguin suposar un risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

9. Les ofertes que presentin les licitadores hauran d'incloure totes les mesures encaminades a la posada en funcionament de l'equipament ofert. Seran a compte de l'adjudicatari, si s'escau, l'assessorament tècnic, la redacció d'informes, projectes menors, pressupostos de la instal·lació i muntatge, legalització de la seva instal·lació, taxes legals i de registre i qualsevol altra actuació necessària derivades de la instal·lació dels equips oferts.
10. La instal·lació i posada en funcionament de l'equipament no podrà interferir en el normal desenvolupament de l'activitat assistencial. Els treballs s'hauran de coordinar amb els responsables designats per l'Institut d'Assistència Sanitària i s'executaran en els horaris que aquest determini quan les necessitats assistencials així ho requereixin.
11. L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit, sobre palet o el mitjà que es consideri convenient. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o muntatge serà imputable a l'adjudicatari.
12. Respecte els diferents plans d'autoprotecció de l'IAS, l'empresa contractada s'haurà d'implicar i participar en la mesura que indiqui el pla corresponent i el manual general d'autoprotecció de l'IAS, per garantir la pròpia seguretat i la de les altres persones que puguin romandre a l'IAS; així com per preservar l'integritat dels béns i patrimoni del centre. En el cas que a l'IAS se l'imposés alguna sanció per part de l'autoritat competent, com conseqüència d'incompliment de mesures preventives per part del personal de l'empresa adjudicatària, l'IAS repercutirà i deduirà aquestes quantitats de les factures que hagi d'abonar a l'empresa contractada.
13. L'empresa adjudicatària disposarà en tot moment de la documentació legal, permisos, llicències, acreditacions, titulacions, etc. obligatoris segons la legislació vigent pel desenvolupament de la seva activitat.
14. L'empresa adjudicatària haurà de formar, sense cost addicional, al personal assistencial i el personal d'Electromedicina pel correcte ús de l'equipament adjudicat.
15. En el moment del lliurament, l'empresa adjudicatària haurà de facilitar tota la documentació tècnica de l'equipament, incloent-hi manuals d'usuari, manuals de manteniment, declaracions UE de conformitat, marcatge CE quan sigui aplicable, certificats corresponents i qualsevol altra documentació exigida per la normativa vigent.
16. L'equipament ofert han de ser nou i amb la tecnologia vigent, no s'admetrà equipament que hagi estat usat, de segona mà, de demostracions o similars.
17. **El termini màxim per al lliurament, instal·lació, muntatge, posada en funcionament i verificació de la totalitat de l'equipament objecte del contracte serà el 30 de novembre de 2026.** En aquesta data tots els equips adjudicats hauran d'estar completament instal·lats, operatius i disponibles per al seu ús.

18. El termini mínim de garantia serà d'un (1) any des de la recepció de conformitat i la posada en funcionament de l' equipament. La garantia inclourà, sense cost addicional, la reparació o substitució de l' equipament, components o peces que presentin defectes de fabricació, funcionament o qualsevol altra manca de conformitat imputable al fabricant o a l'empresa adjudicatària, incloent-hi mà d'obra, desplaçaments i peces de recanvi.
19. Durant el període de garantia, l'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei d'assistència tècnica que garanteixi el manteniment correctiu de l' equipament subministrat. Davant qualsevol avaria o incidència comunicada per l'Institut d'Assistència Sanitària, l'empresa adjudicatària haurà de donar resposta a la sol·licitud d'assistència tècnica. Quan la reparació no pugui efectuar-se en un termini raonable i la indisponibilitat de l' equipament pugui afectar l'activitat assistencial, l'Institut d'Assistència Sanitària podrà requerir, sempre que sigui tècnicament possible i atenent les característiques de l'equip, la substitució temporal per un equip de prestacions equivalents mentre duri la reparació.
20. El proveïdor haurà de garantir les peces de recanvi com a mínim durant cinc (5) anys, des de que l'objecte es deixi de fabricar.
21. L'adjudicatari no podrà emetre la factura corresponent fins que s'hagi formalitzat la recepció de conformitat dels equips, verificada la correcta instal·lació i, quan sigui aplicable, confirmada la correcta integració informàtica.

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA LICITADORA

L'empresa licitadora haurà de presentar al SOBRE B:

- **MEMÒRIA DESCRIPTIVA** no valorable de tots i cadascun dels elements oferts, amb les corresponents fitxes tècniques descriptives i fotografies, en les quals constin, de manera clara i suficient, les característiques tècniques dels productes oferts i que permeti verificar el compliment dels requisits establerts en aquest plec. Així com la presentació del manual d'ús preferentment en català o de la documentació tècnica equivalent. La seva manca impedirà verificar el compliment de les especificacions tècniques exigides i podrà comportar l'exclusió de l'oferta respecte del lot corresponent.
- **DECLARACIÓ RESPONSABLE SIGNADA** mitjançant la qual l'empresa licitadora es compromet, en cas de resultar adjudicatària, al compliment de totes les prescripcions establertes en aquest plec i al subministrament dels productes oferts amb les mateixes característiques, models i referències descrits en la documentació tècnica presentada.

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA (CONDICIÓ ESPECIAL D'EXECUCIÓ)

El material subministrat haurà de correspondre íntegrament al producte ofert i acreditat mitjançant la documentació tècnica presentada. En execució de contracte, no s'admetrà el subministrament de productes diferents, ni modificacions de les seves característiques tècniques ofertades, llevat que hagin estat prèviament autoritzades expressament per l'Institut d'Assistència Sanitària. L'incompliment d'aquesta obligació tindrà la consideració d'incompliment contractual.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'incloguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot. Les ofertes hauran de:

Complir amb totes les característiques i requisits definits en cada apartat del punt 3 **REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE** i en aquest punt 4 **DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR**. En el cas que alguna característica o requisit sol·licitat no es compleixi, **l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre C.** (Algunes característiques, com ara les mides o certs valors, podran presentar una variació mínima, sempre que la Unitat Tècnica consideri que el material ofert s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient).

- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Els preus seran per unitat de producte i amb màxim 2 decimals.
- No s'admeten ofertes variants.

Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 3 - PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES** (pàg. 45 i s.).

4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA A PRESENTAR AL SOBRE A

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR AL SOBRE B

Per tal que la unitat tècnica de l'Institut d'Assistència Sanitària pugui verificar el compliment de les especificacions tècniques, les empreses licitadores hauran de presentar, dins del SOBRE B, la documentació següent:

- 1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA** no valorable de tots i cadascun dels elements oferts, amb les corresponents fitxes tècniques descriptives i fotografies, en les quals constin, de manera clara i suficient, les característiques tècniques dels productes oferts i que permeti verificar el compliment dels requisits establerts en aquest plec. Així com la presentació del manual d'ús o de la documentació tècnica equivalent.
- 2- DECLARACIÓ RESPONSABLE SIGNADA** mitjançant la qual l'empresa licitadora es compromet, en cas de resultar adjudicatària, al compliment de totes les prescripcions establertes en aquest plec i al subministrament dels productes oferts amb les mateixes característiques, models i referències descrits en la documentació tècnica presentada.
- 3- ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS - ANNEX AL PLEC** degudament emplenat, indicant:
 - si es compleix o no cada requisit (Sí/No).
 - el document i la pàgina on es pot verificar cada requisit.
 - les característiques del producte ofert quan siguin diferents de les mínimes exigides, sempre que siguin equivalents o superiors.

- 4- NORMATIVA:** Quan els productes oferts tinguin la consideració de productes sanitaris, les empreses licitadores hauran d'aportar la documentació acreditativa del compliment del Reglament (UE) 2017/745, relatiu als productes sanitaris, mitjançant la declaració UE de conformitat, el certificat de marcatge CE quan sigui exigible o la documentació equivalent prevista per la normativa aplicable.

LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA REQUERIDA AL SOBRE B ÉS DE PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA.

La documentació presentada haurà de permetre verificar de manera clara i inequívoca el compliment dels requisits tècnics exigits. Els requisits que no quedin acreditats documentalment no es consideraran complerts. Quan la documentació presentada no permeti verificar el compliment dels requisits tècnics exigits, l'oferta podrà ser exclosa respecte del lot corresponent.

4.3 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL SOBRE C

PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES.

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

1. **L'ANNEX 3 - PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES**, degudament emplenat i signat.
2. **L'ANNEX 4 – TARIFA DE COMPONENTS** No valorable, degudament emplenat, amb indicació dels preus unitaris sense IVA dels recanvis, quan així s'estableixi en els criteris d'adjudicació del lot corresponent. Aquest annex té caràcter **no valorable**.
3. **LES DECLARACIONS RESPONSABLES I LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ** que, si escau, s'exigeixin per al lot corresponent per acreditar el compliment dels criteris d'adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques, d'acord amb el que estableix aquest plec.

5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

5.2 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

ANNEX 3 - PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES (pàg. 45 i s.).

PER AL LOT 1 – ONES DE XOC

1. PROPOSTA ECONÒMICA. MÀXIM 45 PUNTS

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre que compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe)*5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

3. PREU HORA D'ASSISTÈNCIA. MÀXIM 5 PUNTS

Actuacions correctives particulars sol·licitades pel Servei d'Electromedicina de la proposta del **preu hora d'assistència tècnica especialitzada i del preu del desplaçament o enviament de l'equipament a taller**. La valoració, serà la suma dels dos imports oferts. L'oferta amb la suma més econòmica, obtindrà la màxima puntuació de 5 punts. Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$Po = (Oe \times 5) / Ov$$

On:

Po: puntuació oferta valorada

Oe: Proposta preu oferta més econòmica (IVA inclòs)

Ov: Proposta preu oferta valorada (IVA inclòs)

Caldrà indicar els preus unitaris sense IVA dels recanvis (per compra nova o per reposició), a la taula de l'annex 4 – TARIFA COMPONENTS. (Pàg. 64 i s.) (No valorable).

4. TEMPS MÀXIM D'INTERVENCIÓ. MÀXIM 5 PUNTS

Es valorarà el **temps màxim d'intervenció presencial després de la comunicació d'una incidència**. **Màxim 5 punts.**

Es valorarà el compromís del licitador de garantir un temps màxim d'intervenció presencial del servei tècnic, comptat des de la comunicació d'una incidència relacionada amb una avaria o desperfecte de l'equipament objecte del contracte, d'acord amb la següent escala:

- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 48 hores: 1 punt.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 24 hores: 2 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 8 hores: 3,5 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 4 hores: 5 punts.**

Per tal d'acreditar el temps màxim d'intervenció ofert, la licitadora haurà de presentar una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament signada, en la qual consti la ubicació del servei tècnic que prestarà el servei i les dades de contacte corresponents.

5. CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS DELS EQUIPS. MÀXIM 40 PUNTS

La puntuació màxima serà de **40 punts**.

Per a la valoració d'aquests criteris, la licitadora haurà de presentar al **SOBRE C** una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament emplenada i signada, en la qual indiqui el compliment de cadascun dels criteris objecte de valoració oferts i la pàgina de la documentació tècnica presentada al **SOBRE B** on es pot verificar cadascuna de les característiques declarades.

La informació declarada haurà de correspondre's amb la documentació tècnica presentada al **SOBRE B**. En cas que no sigui possible verificar objectivament el compliment d'algun criteri o existeixi contradicció entre la declaració responsable i la documentació tècnica aportada, aquest criteri serà valorat amb **0 punts**.

CRITERIS DE VALORACIÓ	Puntuació màxima	Compliment (assenyalar SI/NO) SI: PUNTUACIÓ MÀXIMA NO: 0 PUNTS	Justificació compliment (assenyalar la pàgina de la fitxa tècnica on indica aquesta característica)
Es valorarà que l'equip d'ones de xoc radials disposi d'un sistema d'aire amb filtres autonetejants que no requereixi la intervenció tècnica de l'usuari.	5		

Es valorarà que l'equip d'ones de xoc focals incorpori un sistema que permeti assolir una profunditat de penetració terapèutica igual o superior de 170mm.	10		
Es valorarà que l'equip d'ones de xoc focals incorpori un sonda focal lineal que permeti una amplitud del focus lateral superior als 46mm requerits.	10		
Es valorarà que les sondes de l'equip d'ones de xoc focal i de l'equip d'ones de xoc radial disposin d'un únic botó de marxa/aturada, per facilitar el maneig durant el tractament i simplificar l'ús per part del professional.	5		
Es valorarà que l'equip d'ones de xoc focals permeti programar diferents protocols amb compte enrere i aturada (stop) automàtica per a diferents àrees anatòmiques.	10		

PER AL LOT 2 – RADIOFREQUÈNCIA

1. PROPOSTA ECONÒMICA. MÀXIM 45 PUNTS

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic
O_v = Oferta a Valorar
O_m = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre que compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe)*5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

3. PREU HORA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA. MÀXIM 5 PUNTS

Actuacions correctives particulars sol·licitades pel Servei d'Electromedicina de la proposta del **preu hora d'assistència tècnica especialitzada i del preu del desplaçament o enviament de l'equipament a taller**. La valoració, serà **la suma dels dos imports oferts**. L'oferta amb la suma més econòmica, obtindrà la màxima puntuació de 5 punts. Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$Po = (Oe \times 5) / Ov$$

On:

Po: puntuació oferta valorada

Oe: Proposta preu oferta més econòmica (IVA inclòs)

Ov: Proposta preu oferta valorada (IVA inclòs)

Caldrà indicar els preus unitaris sense IVA dels recanvis (per compra nova o per reposició), a la taula de l'annex 4 – TARIFA COMPONENTS. (Pàg. 64 i s.) (No valorable).

4. TEMPS MÀXIM D'INTERVENCIÓ PRESENCIAL. MÀXIM 5 PUNTS

Es valorarà el **temps màxim d'intervenció presencial després de la comunicació d'una incidència. Màxim 5 punts.**

Es valorarà el compromís del licitador de garantir un temps màxim d'intervenció presencial del servei tècnic, comptat des de la comunicació d'una incidència relacionada amb una avaria de l'equipament o un desperfecte del mobiliari objecte del contracte, d'acord amb la següent escala:

- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 48 hores: 1 punt.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 24 hores: 2 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 8 hores: 3,5 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 4 hores: 5 punts.**

Per tal d'acreditar el temps màxim d'intervenció ofert, la licitadora haurà de presentar una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament signada, en la qual consti la ubicació del servei tècnic que prestarà el servei i les dades de contacte corresponents.

5. CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS DELS EQUIPS. MÀXIM 40 PUNTS

La puntuació màxima serà de **40 punts**.

Per a la valoració d'aquests criteris, la licitadora haurà de presentar al **SOBRE C** una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament emplenada i signada, en la qual indiqui el compliment de cadascun dels criteris objecte de valoració oferts i la pàgina de la documentació tècnica presentada al **SOBRE B** on es pot verificar cadascuna de les característiques declarades.

La informació declarada haurà de correspondre's amb la documentació tècnica presentada al **SOBRE B**. En cas que no sigui possible verificar objectivament el compliment d'algun criteri o existeixi contradicció entre la declaració responsable i la documentació tècnica aportada, aquest criteri serà valorat amb **0 punts**.

CRITERIS DE VALORACIÓ	Puntuació màxima	Compliment (assenyalar SI/NO) SI: PUNTUACIÓ MÀXIMA NO: 0 PUNTS	Justificació compliment (assenyalar la pàgina de la fitxa tècnica on indica aquesta característica)
Es valorarà que l'equip permeti realitzar tractaments sense necessitat d'utilitzar crema o gel conductor.	10		
Es valorarà que l'equip permeti el funcionament en configuració bipolar dels elèctrodes per ampliar les possibilitats terapèutiques i facilitar l'aplicació en determinades regions anatòmiques.	10		
Es valorarà que l'equip disposi d'un sistema de biofeedback que permeti adaptar automàticament el lliurament d'energia segons la resposta del teixit durant el tractament.	10		
Es valorarà que l'equip disposi d'un sistema de mans lliures que faciliti l'aplicació dels tractaments i millori l'ergonomia del professional.	10		

PER AL LOT 4 – ELECTROTERÀPIA

1. PROPOSTA ECONÒMICA. MÀXIM 45 PUNTS

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre que compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x/O_e) * 5$$

On:

P_x: puntuació ràpel valorat

O_x: proposta de % ràpel ofert

O_e: proposta de % ràpel més alta

3. PREU HORA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA. MÀXIM 5 PUNTS

Actuacions correctives particulars sol·licitades pel Servei d'Electromedicina de la proposta del **preu hora d'assistència tècnica especialitzada i del preu del desplaçament o enviament de l'equipament a taller**. La valoració, serà la suma dels dos imports oferts. L'oferta amb la suma més econòmica, obtindrà la màxima puntuació de 5 punts. Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$Po = (Oe \times 5) / Ov$$

On:

Po: puntuació oferta valorada

Oe: Proposta preu oferta més econòmica (IVA inclòs)

Ov: Proposta preu oferta valorada (IVA inclòs)

Caldrà indicar els preus unitaris sense IVA dels recanvis (per compra nova o per reposició), a la taula de l'annex 4 – TARIFA COMPONENTS. (Pàg. 64 i s.) (No valorable).

4. TEMPS MÀXIM D'INTERVENCIÓ PRESENCIAL. MÀXIM 5 PUNTS

Es valorarà el **temps màxim d'intervenció presencial després de la comunicació d'una incidència**. **Màxim 5 punts.**

Es valorarà el compromís del licitador de garantir un temps màxim d'intervenció presencial del servei tècnic, comptat des de la comunicació d'una incidència relacionada amb una avaria de l'equipament o un desperfecte del mobiliari objecte del contracte, d'acord amb la següent escala:

- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 48 hores: 1 punt.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 24 hores: 2 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 8 hores: 3,5 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 4 hores: 5 punts.**

Per tal d'acreditar el temps màxim d'intervenció ofert, la licitadora haurà de presentar una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament signada, en la qual consti la ubicació del servei tècnic que prestarà el servei i les dades de contacte corresponents.

5. CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS DELS EQUIPS. MÀXIM 40 PUNTS

La puntuació màxima serà de **40 punts**.

Per a la valoració d'aquests criteris, la licitadora haurà de presentar al **SOBRE C** una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament emplenada i signada, en la qual indiqui el compliment de cadascun dels criteris objecte de valoració oferts i la pàgina de la documentació tècnica presentada al **SOBRE B** on es pot verificar cadascuna de les característiques declarades.

La informació declarada haurà de correspondre's amb la documentació tècnica presentada al **SOBRE B**. En cas que no sigui possible verificar objectivament el compliment d'algun criteri o existeixi contradicció entre la declaració responsable i la documentació tècnica aportada, aquest criteri serà valorat amb **0 punts**.

CRITERIS DE VALORACIÓ	Puntuació màxima	Compliment (assenyalar SI/NO) SI: PUNTUACIÓ MÀXIMA NO: 0 PUNTS	Justificació compliment (assenyalar la pàgina de la fitxa tècnica on indica aquesta característica)
Es valorarà que l'equip d'electroteràpia incorpori una pantalla tàctil d'almenys 7" que permeti la visualització simultània dels paràmetres de tractament durant la teràpia.	10		

Es valorarà que l'equip combinat d'ultrasons i corrents disposi d'un sistema de mans de lliures per facilitar l'aplicació dels tractaments i millorar l'ergonomia del professional.	10		
Es valorarà que l'equip microones disposi de pantalla en color.	5		
Es valorarà que l'equip microones disposi d'enciclopèdia de tractaments.	5		
Es valorarà que l'equip microones permeti la configuració avançada dels paràmetres del mode polsat.	5		
Es valorarà que l'equip microones disposi de braç amb sis (6) articulacions.	5		

PER AL LOT 13 - ECÒGRAFS

1. PROPOSTA ECONÒMICA. MÀXIM 45 PUNTS

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre que compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe)*5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

3. PREU HORA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA. MÀXIM 5 PUNTS

Actuacions correctives particulars sol·licitades pel Servei d'Electromedicina de la proposta del **preu hora d'assistència tècnica especialitzada i del preu del desplaçament o enviament de l'equipament a taller. La valoració, serà la suma dels dos imports oferts**. L'oferta amb la suma més econòmica, obtindrà la màxima puntuació de 5 punts. Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$Po = (Oe \times 5) / Ov$$

On:

Po: puntuació oferta valorada

Oe: Proposta preu oferta més econòmica (IVA inclòs)

Ov: Proposta preu oferta valorada (IVA inclòs)

Caldrà indicar els preus unitaris sense IVA dels recanvis (per compra nova o per reposició), a la taula de l'annex 4 – TARIFA COMPONENTS. (Pàg. 64 i s.) (No valorable).

4. TEMPS MÀXIM D'INTERVENCIÓ PRESENCIAL. MÀXIM 5 PUNTS

Es valorarà el **temps màxim d'intervenció presencial després de la comunicació d'una incidència. Màxim 5 punts.**

Es valorarà el compromís del licitador de garantir un temps màxim d'intervenció presencial del servei tècnic, comptat des de la comunicació d'una incidència relacionada amb una avaria de l'equipament o un desperfecte del mobiliari objecte del contracte, d'acord amb la següent escala:

- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 48 hores: 1 punt.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 24 hores: 2 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 8 hores: 3,5 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 4 hores: 5 punts.**

Per tal d'acreditar el temps màxim d'intervenció ofert, la licitadora haurà de presentar una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament signada, en la qual consti la ubicació del servei tècnic que prestarà el servei i les dades de contacte corresponents.

5. CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS DELS EQUIPS. MÀXIM 40 PUNTS

La puntuació màxima serà de **40 punts**.

Per a la valoració d'aquests criteris, la licitadora haurà de presentar al **SOBRE C** una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament emplenada i signada, en la qual indiqui el compliment de cadascun dels criteris objecte de valoració oferts i la pàgina de la documentació tècnica presentada al **SOBRE B** on es pot verificar cadascuna de les característiques declarades.

La informació declarada haurà de correspondre's amb la documentació tècnica presentada al **SOBRE B**. En cas que no sigui possible verificar objectivament el compliment d'algun criteri o existeixi contradicció entre la declaració responsable i la documentació tècnica aportada, aquest criteri serà valorat amb **0 punts**.

CRITERIS DE VALORACIÓ	Puntuació màxima	Compliment (assenyalar SI/NO) SI: PUNTUACIÓ MÀXIMA NO: 0 PUNTS	Justificació compliment (assenyalar la pàgina de la fitxa tècnica on indica aquesta característica)
Es valorarà que l'equip incorpori quatre ports actius simultàniament per tal de poder tenir 4 transductors connectats alhora.	10		
Es valorarà que la plataforma admeti transductors amb freqüències de fins a 22 MHz.	10		
Es valorarà que l'equip incorpori un transductor Convex d'alta densitat multifreqüència amb freqüències de 1 a 8 Mhz i un transductor de Hockey Stick d'alta densitat multifreqüència amb freqüències de 6 a 18 Mhz. per una millor visualització de les parts petites o per la temporal.	10		
Es valorarà que l'equip incorpori un software per a realitzar estudis panoràmics amb Sonda Lineal i Convex. Per a poder fer un panorama de tot un múscul per a veure patologies o trencaments musculars.	10		

PER ALS LOTS: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 18 I 23

1. PROPOSTA ECONÒMICA. MÀXIM 85 PUNTS

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,85**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre que compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x/O_e) * 5$$

O_n :

P_x : puntuació ràpel valorat

O_x : proposta de % ràpel ofert

O_e : proposta de % ràpel més alta

3. PREU HORA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA. MÀXIM 5 PUNTS

Actuacions correctives particulars sol·licitades pel Servei d'Electromedicina de la proposta del **preu hora d'assistència tècnica especialitzada i del preu del desplaçament o enviament de l'equipament a taller**. La valoració, serà **la suma dels dos imports oferts**. L'oferta amb la suma més econòmica, obtindrà la màxima puntuació de 5 punts. Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$Po = (Oe \times 5) / Ov$$

On:

Po: puntuació oferta valorada

Oe: Proposta preu oferta més econòmica (IVA inclòs)

Ov: Proposta preu oferta valorada (IVA inclòs)

Caldrà indicar els preus unitaris sense IVA dels recanvis (per compra nova o per reposició), a la taula de l'annex 4 – TARIFA COMPONENTS. (Pàg. 64 i s.) (No valorable).

4. TEMPS MÀXIM D'INTERVENCIÓ PRESENCIAL. MÀXIM 5 PUNTS

Es valorarà el **temps màxim d'intervenció presencial després de la comunicació d'una incidència. Màxim 5 punts.**

Es valorarà el compromís del licitador de garantir un temps màxim d'intervenció presencial del servei tècnic, comptat des de la comunicació d'una incidència relacionada amb una avaria de l'equipament o un desperfecte del mobiliari objecte del contracte, d'acord amb la següent escala:

- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 48 hores: 1 punt.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 24 hores: 2 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 8 hores: 3,5 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 4: 5 punts.**

Per tal d'acreditar el temps màxim d'intervenció ofert, la licitadora haurà de presentar una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament signada, en la qual consti la ubicació del servei tècnic que prestarà el servei i les dades de contacte corresponents.

PER ALS LOTS: 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 I 22

1. PROPOSTA ECONÒMICA. MÀXIM 90 PUNTS

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,90**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre que compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x/O_e) \times 5$$

On:

P_x: puntuació ràpel valorat

O_x: proposta de % ràpel ofert

O_e: proposta de % ràpel més alta

3. TEMPS MÀXIM D'INTERVENCIÓ PRESENCIAL. MÀXIM 5 PUNTS

Es valorarà el **temps màxim d'intervenció presencial després de la comunicació d'una incidència. Màxim 5 punts.**

Es valorarà el compromís del licitador de garantir un temps màxim d'intervenció presencial del servei tècnic, comptat des de la comunicació d'una incidència relacionada amb una avaria de l'equipament o un defecte del mobiliari objecte del contracte, d'acord amb la següent escala:

- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 48 hores: 1 punt.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 24 hores: 2 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 8 hores: 3,5 punts.**
- Temps d'intervenció presencial en **un màxim de 4: 5 punts.**

Per tal d'acreditar el temps màxim d'intervenció ofert, la licitadora haurà de presentar una **DECLARACIÓ RESPONSABLE**, degudament signada, en la qual consti la ubicació del servei tècnic que prestarà el servei i les dades de contacte corresponents.

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

FACTURACIÓ:

La facturació serà obligatòriament electrònica. Les factures hauran de ser enviades per mitjans electrònics a qualsevol dels següents canals:

- Al servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
- Al servei FACe de l'Administració General de l'Estat.
- El codi DIR3 de l'Institut d'Assistència Sanitària és A09006571.

A més, en tots els documents adreçats a l'IAS que estiguin relacionats amb aquest expedient, serà necessari incloure les dades del número d'expedient: CONTR/2026/0000000093.

LLIURAMENT DEL MATERIAL:

El termini màxim per al lliurament, instal·lació, muntatge, posada en funcionament i verificació de la totalitat de l'equipament objecte del contracte serà el **30 de novembre de 2026**. En aquesta data tots els equips adjudicats hauran d'estar completament instal·lats, operatius i disponibles per al seu ús.

El lliurament del material s'haurà d'efectuar **directament al Servei de Rehabilitació de l'Hospital Santa Caterina (Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 Salt - Girona)**, prèvia coordinació amb la Unitat de Compres Generals i amb la persona responsable del Servei de Rehabilitació o amb qui es designi amb la finalitat d'acordar la data i l'hora de lliurament.

El transport de l'equipament fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

1. Consideracions de tipus econòmic:

L'empresa contractista haurà d'aportar, quan li sigui requerit, una relació detallada de les empreses subcontractistes o subministradores, amb especificació de les condicions relatives als terminis de pagament. Així mateix, haurà de presentar els corresponents justificants acreditatius del pagament dins del termini legalment establert.

2. Consideracions de tipus mediambiental:

a) L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.
- La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

b) Així mateix, és condició especial d'execució que el personal adscrit al contracte respecti la política d'espai lliure de fum en l'entorn del Parc Hospitalari Martí i Julià de l'IAS i als centres externs vinculats, en coherència amb la seva adhesió a la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum i amb el Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027, així com amb la normativa vigent en matèria de consum de tabac de la Generalitat de Catalunya.

3. Consideracions de tipus social:

L'empresa contractista haurà de garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, així com el respecte als convenis col·lectius sectorials i territorials que siguin aplicables al personal adscrit al contracte.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complementar la informació tècnica continguda en aquest Plec, així com per resoldre qualsevol dubte, sol·licitar aclariments o concertar una visita tècnica, les empreses interessades podran

posar-se en contacte amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons o a les adreces de correu electrònic següents:

673641542 - robertj.balleste.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Robert Ballesté Burguillos
Cap dels Serveis Logístics de l'IAS
A data de signatura electrònica

9 ANNEXES

9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS

LOT	Sala	Denominació sala	DESCRIPCIÓ	Unitats	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA
1	9.5	Consulta 1	Equip ones de xoc radials	1	12.500,00 €	12.500,00 €
1	9.6	Consulta 2	Equip ones de xoc focals	1	43.500,00 €	43.500,00 €
			TOTAL LOT 1		56.000,00 €	56.000,00 €
2	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Regenerador cel·lular	1	18.000,00 €	18.000,00 €
2	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Regenerador cel·lular	1	18.000,00 €	18.000,00 €
2	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Regenerador cel·lular	1	18.000,00 €	18.000,00 €
			TOTAL LOT 2		54.000,00 €	54.000,00 €
3	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Equip magnetoteràpia amb camilla (gran)	2	8.318,00 €	16.636,00 €
3	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Equip magnetoteràpia portàtil tauleta (petita)	3	6.877,00 €	20.631,00 €
3	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Equip magnetoteràpia portàtil tauleta (petita)	3	6.877,00 €	20.631,00 €
			TOTAL LOT 3		22.072,00 €	57.898,00 €

4	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Aparell combinat corrents + ultrasó	2	4.890,00 €	9.780,00 €
4	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Aparell combinat corrents + ultrasó	1	4.890,00 €	4.890,00 €
4	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparell combinat corrents + ultrasó	6	4.890,00 €	29.340,00 €
4	19.1	Box microones	Aparell microones + cadira	1	8.480,00 €	8.480,00 €
4	19.3	Box microones	Aparell microones + cadira	1	8.480,00 €	8.480,00 €
4	19.5	Box microones	Aparell microones + cadira	1	8.480,00 €	8.480,00 €
4	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparells d'electroteràpia	8	8.300,00 €	66.400,00 €
			TOTAL LOT 4		48.410,00 €	135.850,00 €
5	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Aparell tracció cervical i lumbar amb llitera	1	9.800,00 €	9.800,00 €
			TOTAL LOT 5		9.800,00 €	9.800,00 €
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparell de suspensoteràpia individual	2	4.979,00 €	9.958,00 €
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparell suspensatòria	1	1.375,00 €	1.375,00 €
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Banc de quadriceps amb 2 braços	2	2.450,00 €	4.900,00 €

6	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Escala de dos trams	1	1.390,00 €	1.390,00 €
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Escala de dos trams	1	1.390,00 €	1.390,00 €
6	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Espatlleres	3	850,00 €	2.550,00 €
6	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Espatlleres	1	850,00 €	850,00 €
6	17	Sala de tractament grupal	Espatlleres	4	850,00 €	3.400,00 €
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Espatlleres	3	850,00 €	2.550,00 €
6	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Kit de peses	6	395,00 €	2.370,00 €
6	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Paral·leles	1	950,00 €	950,00 €
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Paral·leles	2	950,00 €	1.900,00 €
6	18.3	Sala de fisioteràpia polivalent C	Paral·leles	1	950,00 €	950,00 €
6	18.1+G294A293:G293	Sala de fisioteràpia polivalent A	Politja doble peses paret	2	325,00 €	650,00 €
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Politja doble peses paret	2	325,00 €	650,00 €

6	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Taula canadenca	1	525,00 €	525,00 €
6	13	Sala de teràpia ocupacional	Taula de mans	1	1.100,00 €	1.100,00 €
6	17	Sala de tractament grupal	Pilotes grans	10	269,00 €	2.690,00 €
			TOTAL LOT 6		20.773,00 €	40.148,00 €
7	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Aparell cinta de marxa	1	3.305,00 €	3.305,00 €
7	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparell cinta de marxa	1	3.305,00 €	3.305,00 €
7	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Bicicletes estàtiques	6	950,00 €	5.700,00 €
7	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Bicicletes estàtiques	2	950,00 €	1.900,00 €
7	20	Teràpia cardíaca	Bicicletes estàtiques	3	950,00 €	2.850,00 €
7	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Bicicletes estàtiques	4	950,00 €	3.800,00 €
7	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Pistola massatge Theragun	1	550,00 €	550,00 €
7	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Pistola massatge Theragun	3	550,00 €	1.650,00 €
7	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Pistola massatge Theragun	1	1.850,00 €	1.850,00 €
			TOTAL LOT 7		13.360,00 €	24.910,00 €

8	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Camilla elèctrica	3	1.275,00 €	3.825,00 €
8	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Camilla elèctrica	4	1.275,00 €	5.100,00 €
8	20	Teràpia cardíaca	Camilla elèctrica	1	1.275,00 €	1.275,00 €
8	18.3	Sala de fisioteràpia polivalent C	Camilla elèctrica	8	1.275,00 €	10.200,00 €
8	9.3	Consulta 5	Camilla elèctrica	1	1.275,00 €	1.275,00 €
8	9.4	Consulta 6	Camilla elèctrica	1	1.275,00 €	1.275,00 €
8	9.5	Consulta 1	Camilla elèctrica	1	1.275,00 €	1.275,00 €
8	9.6	Consulta 2	Camilla elèctrica	1	1.275,00 €	1.275,00 €
8	9.2	Consulta 4	Camilla elèctrica	1	1.275,00 €	1.275,00 €
8	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Camilla elèctrica amb perneres	1	1.385,00 €	1.385,00 €
8	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 2	Camilla elèctrica amb perneres	1	1.385,00 €	1.385,00 €
8	10.2	Consulta sòl pèlvic	Camilla elèctrica amb perneres	1	1.385,00 €	1.385,00 €
8	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Camilla elèctrica	4	1.275,00 €	5.100,00 €
8	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Camilla elèctrica	17	1.275,00 €	21.675,00 €
8	9.1	Consulta 3	Camilla elèctrica	1	1.275,00 €	1.275,00 €
8	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Camilla elèctrica de Bobath	1	1.275,00 €	1.275,00 €
8	14	Sala de tractament infantil	Camilla elèctrica	1	1.275,00 €	1.275,00 €
TOTAL LOT 8					22.005,00 €	61.530,00 €

9	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Equip teràpia làser	1	15.950,00 €	15.950,00 €
9	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Aparells electroestimulació (biofeedback)	1	250,00 €	250,00 €
9	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 2	Aparells electroestimulació (biofeedback)	1	250,00 €	250,00 €
9	12	Sala de teràpia del llenguatge	Electroestimulador per disfàgies	1	2.000,00 €	2.000,00 €
9	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Electroestimulador incontinència urinària	1	200,00 €	200,00 €
			TOTAL LOT 9		18.650,00 €	18.650,00 €
10	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Infraroig	4	450,00 €	1.800,00 €
10	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Infraroig	4	450,00 €	1.800,00 €
10	13	Sala de teràpia ocupacional	Parafina	1	2.350,00 €	2.350,00 €
10	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Parafina	1	2.350,00 €	2.350,00 €
			TOTAL LOT 10		5.600,00 €	8.300,00 €
11	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Bàscules mecàniques amb graduació	2	205,00 €	410,00 €
11	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Bàscules mecàniques amb graduació	4	205,00 €	820,00 €
			TOTAL LOT 11		410,00 €	1.230,00 €

12	9.1	Consulta 3	Carro de cures	1	2.000,00 €	2.000,00 €
12	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Carro de cures	4	2.000,00 €	8.000,00 €
12	9.2	Consulta 4	Carro de cures	1	2.000,00 €	2.000,00 €
12	9.3	Consulta 5	Carro de cures	1	2.000,00 €	2.000,00 €
12	9.4	Consulta 6	Carro de cures	1	2.000,00 €	2.000,00 €
12	9.5	Consulta 1	Carro de cures	1	2.000,00 €	2.000,00 €
12	9.6	Consulta 2	Carro de cures	1	2.000,00 €	2.000,00 €
12	General	General	Carros d'aturades	2	2.800,00 €	5.600,00 €
			TOTAL LOT 12		16.800,00 €	25.600,00 €
13	9.5	Consulta 1	Ecògraf	1	28.560,00 €	28.560,00 €
13	9.6	Consulta 2	Ecògraf	1	28.560,00 €	28.560,00 €
			TOTAL LOT 13		57.120,00 €	57.120,00 €
14	17	Sala de tractament grupal	Armari alt amb lleixes tot tancat	2	382,00 €	764,00 €
14	7.2	Sala de treball	Armari alt amb lleixes tot tancat	2	382,00 €	764,00 €
14	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Armari alt amb lleixes tot tancat	1	382,00 €	382,00 €
14	8	Sala descans de personal	Armari alt amb lleixes tot tancat	1	382,00 €	382,00 €
14	12	Sala de teràpia del llenguatge	Armari alt amb lleixes tot tancat	1	382,00 €	382,00 €
14	13	Sala de teràpia ocupacional	Armari alt amb lleixes tot tancat	1	382,00 €	382,00 €
14	14	Sala de tractament infantil	Armari alt amb lleixes tot tancat	1	382,00 €	382,00 €
14	15	Sala de tractament cardiorespiratori	Armari alt amb lleixes tot tancat	1	382,00 €	382,00 €

14	21	Despatx - Admissions	Armari alt amb lleixes tot tancat	2	382,00 €	764,00 €
14	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Armari alt amb lleixes tot tancat	1	382,00 €	382,00 €
14	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 2	Armari alt amb lleixes tot tancat	1	382,00 €	382,00 €
14	10.2	Consulta sòl pèlvic	Armari alt amb lleixes tot tancat	1	382,00 €	382,00 €
14	9.1	Consulta 3	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1	472,00 €	472,00 €
14	9.2	Consulta 4	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1	472,00 €	472,00 €
14	9.3	Consulta 5	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1	472,00 €	472,00 €
14	9.4	Consulta 6	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1	472,00 €	472,00 €
14	9.5	Consulta 1	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1	472,00 €	472,00 €
14	9.6	Consulta 2	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1	472,00 €	472,00 €
14	9.2	Consulta 4	Buc	1	248,00 €	248,00 €
14	9.5	Consulta 1	Buc	1	248,00 €	248,00 €
14	9.6	Consulta 2	Buc	1	248,00 €	248,00 €
14	7.1	sala treball	Buc	2	248,00 €	496,00 €
14		Entrada	Emossadora automàtica paraigües	1	426,00 €	426,00 €
14	2	Sala d'espera	Banc fusta fixat a terra 4 seients	2	1.088,00 €	2.176,00 €
14	2	Sala d'espera	Banc fusta fixat a terra 5 seients	1	1.312,00 €	1.312,00 €
14	21	Despatx - Admissions	Buc	7	248,00 €	1.736,00 €
14	5.1	Vestidors professionals (Masculí)	Taquilles 12 casc/bolso	1	1.039,30 €	1.039,30 €

14	5.2	Vestidors professionals (Femení)	Taquilles 12 casc/bolso	1	1.039,30 €	1.039,30 €
14	4.1	Vestuaris usuaris (Femení)	Taquilles per 60 persones	15	1.121,20 €	16.818,00 €
14	4.2	Vestuaris usuaris (Masculí)	Taquilles per 80 persones	20	1.121,20 €	22.424,00 €
14	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Taula 200x80	1	376,00 €	376,00 €
14	8	Sala descans de personal	Taula 180x70	1	222,00 €	222,00 €
14	13	Sala de teràpia ocupacional	Taula menjador/reunió 200x120	1	550,00 €	550,00 €
14	12	Sala de teràpia del llenguatge	Taula treball 200x80	2	376,00 €	752,00 €
14	14	Sala de tractament infantil	Taula treball 180x80	1	289,00 €	289,00 €
14	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Taula treball 140x80	1	266,00 €	266,00 €
14	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Taula treball 170x80	1	289,00 €	289,00 €
14	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Taula treball 200x80	1	376,00 €	376,00 €
14	10.2	Consulta sòl pèlvic	Taula treball 140x80	1	266,00 €	266,00 €
14	9.1	Consulta 3	Taula treball 140x80 amb faldó	1	323,00 €	323,00 €
14	9.2	Consulta 4	Taula treball 140x80 amb faldó	1	323,00 €	323,00 €
14	9.3	Consulta 5	Taula treball 140x80 amb faldó	1	323,00 €	323,00 €

14	9.4	Consulta 6	Taula treball 140x80 amb faldó	1	323,00 €	323,00 €
14	9.5	Consulta 1	Taula treball 140x80 amb faldó	1	323,00 €	323,00 €
14	9.6	Consulta 2	Taula treball 140x80 amb faldó	1	323,00 €	323,00 €
14	21	Despatx - Admissions	Taula treball 200x70	2	517,00 €	1.034,00 €
14	13	Sala de teràpia ocupacional	Llit	1	432,00 €	432,00 €
14	13	Sala de teràpia ocupacional	Tauleta nit	1	258,00 €	258,00 €
			TOTAL LOT 14		21.958,00 €	63.820,60 €
15	17	Sala de tractament grupal	Estanteries pilotes pilates	2	130,00 €	260,00 €
			TOTAL LOT 15		130,00 €	260,00 €
16	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Carro auxiliar amb dues baldes	7	260,00 €	1.820,00 €
16	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Carro auxiliar amb dues baldes	1	260,00 €	260,00 €
16	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 2	Carro auxiliar amb dues baldes	1	260,00 €	260,00 €
16	10.2	Consulta sòl pèlvic	Carro auxiliar amb dues baldes	1	260,00 €	260,00 €
16	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Carro auxiliar amb dues baldes	1	260,00 €	260,00 €
16	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Carro auxiliar amb dues baldes	6	260,00 €	1.560,00 €
			TOTAL LOT 16		1.560,00 €	4.420,00 €

17	13	Sala de teràpia ocupacional	Contenidor residus doble amb tapa	1	320,00 €	320,00 €
17	9.1	Consulta 3	Contenidor residus doble amb tapa	1	320,00 €	320,00 €
17	9.2	Consulta 4	Contenidor residus doble amb tapa	1	320,00 €	320,00 €
17	9.3	Consulta 5	Contenidor residus doble amb tapa	1	320,00 €	320,00 €
17	9.4	Consulta 6	Contenidor residus doble amb tapa	1	320,00 €	320,00 €
17	9.5	Consulta 1	Contenidor residus doble amb tapa	1	320,00 €	320,00 €
17	9.6	Consulta 2	Contenidor residus doble amb tapa	1	320,00 €	320,00 €
			TOTAL LOT 17		2.240,00 €	2.240,00 €
18	20	Teràpia cardíaca	Electrocardiògraf	1	4.600,00 €	4.600,00 €
18	9.5	Consulta 1	Podoscop	1	550,00 €	550,00 €
18	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Mesurador PIM PEM	1	3.300,00 €	3.300,00 €
			TOTAL LOT 18		8.450,00 €	8.450,00 €
19	8	Sala descans de personal	Nevera combi	1	360,00 €	360,00 €
19	13	Sala de teràpia ocupacional	Nevera mini bar	1	230,00 €	230,00 €
19	13	Sala de teràpia ocupacional	Rentaplats petit (0,45)	1	320,00 €	320,00 €
19	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Congelador petit 3 calaixos	2	295,00 €	590,00 €
			TOTAL LOT 19		1.205,00 €	1.500,00 €
20	6	Local de neteja	Prestatgeria neteja	1	680,00 €	680,00 €

656			TOTAL LOT 20		680,00 €	680,00 €
21	24	Residus	Contenedor 1000L negre/gris amb ganxo	1	570,00 €	570,00 €
21	24	Residus	Contenedor 800L marró amb ganxo	1	525,00 €	525,00 €
			TOTAL LOT 21		1.095,00 €	1.095,00 €
22	23	Magatzem 1	Armari estanteries kanban	10	700,00 €	7.000,00 €
			TOTAL LOT 22		700,00 €	7.000,00 €
23	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Sistema d'entrenament en suspensió	1	15.700,00 €	15.700,00 €
			TOTAL LOT 23		15.700,00 €	15.700,00 €
					TOTAL SENSE IVA	656.201,60 €
					IVA 21%	137.802,34 €
					TOTAL AMB IVA	794.003,94 €

9.2 ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS D'OBLIGAT COMPLIMENT

Document Excel annex a l'expedient. Aquest arxiu Excel s'ha de presentar al Sobre B degudament emplenat.

**9.3 ANNEX 3 – OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES
MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES**

Nom licitadora:

Adreça de correu electrònic concursos:

Lot licitat:

Persona de contacte:

Telèfon:

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total de:.....€ (xifra en lletres
i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

1.OFERTA ECONÒMICA – PER TOTS ELS LOTS OFERTS

Per a cada lot ofert, cal indicar el preu unitari sense IVA, el preu total sense IVA, el preu total amb IVA de cada article i el total de l'oferta del lot, corresponent al sumatori de tots els articles del lot. Imports amb 2 decimals.

LOT	Sala	Denominació sala	DESCRIPCIÓ	Unitats	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	PREU TOTAL AMB IVA
1	9.5	Consulta 1	Equip ones de xoc radials	1			
1	9.6	Consulta 2	Equip ones de xoc focals	1			
			TOTAL LOT 1				
2	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Regenerador cel·lular	1			
2	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Regenerador cel·lular	1			
2	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Regenerador cel·lular	1			
			TOTAL LOT 2				
3	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Equip magnetoteràpia amb camilla (gran)	2			
3	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Equip magnetoteràpia portàtil tauleta (petita)	3			
3	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Equip magnetoteràpia portàtil tauleta (petita)	3			
			TOTAL LOT 3				
4	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Aparell combinat corrents + ultrasó	2			

4	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Aparell combinat corrents + ultrasó	1			
4	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparell combinat corrents + ultrasó	6			
4	19.1	Box microones	Aparell microones + cadira	1			
4	19.3	Box microones	Aparell microones + cadira	1			
4	19.5	Box microones	Aparell microones + cadira	1			
4	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparells d'electroteràpia	8			
			TOTAL LOT 4				
5	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Aparell tracció cervical i lumbar amb llitera	1			
			TOTAL LOT 5				
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparell de suspensoteràpia individual	2			
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparell suspensatòria	1			
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Banc de quadriceps amb 2 braços	2			
6	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Escala de dos trams	1			
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Escala de dos trams	1			
6	15	Sala de tractament cardiorespiratori	Espatlleres	3			
6	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Espatlleres	1			
6	17	Sala de tractament grupal	Espatlleres	4			

6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Espatlleres	3			
6	15	Sala de tractament cardiorespiratori	Kit de peses	6			
6	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Paral·leles	1			
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Paral·leles	2			
6	18.3	Sala de fisioteràpia polivalent C	Paral·leles	1			
6	18.1+G294A293:G293	Sala de fisioteràpia polivalent A	Politja doble peses paret	2			
6	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Politja doble peses paret	2			
6	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Taula canadenca	1			
6	13	Sala de teràpia ocupacional	Taula de mans	1			
6	17	Sala de tractament grupal	Pilotes grans	10			
			TOTAL LOT 6				
7	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Aparell cinta de marxa	1			
7	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Aparell cinta de marxa	1			
7	15	Sala de tractament cardiorespiratori	Bicicletes estàtiques	6			
7	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Bicicletes estàtiques	2			
7	20	Teràpia cardíaca	Bicicletes estàtiques	3			
7	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Bicicletes estàtiques	4			

7	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Pistola massatge Theragun	1			
7	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Pistola massatge Theragun	3			
7	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Pistola massatge Theragun	1			
			TOTAL LOT 7				
8	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Camilla elèctrica	3			
8	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Camilla elèctrica	4			
8	20	Teràpia cardíaca	Camilla elèctrica	1			
8	18.3	Sala de fisioteràpia polivalent C	Camilla elèctrica	8			
8	9.3	Consulta 5	Camilla elèctrica	1			
8	9.4	Consulta 6	Camilla elèctrica	1			
8	9.5	Consulta 1	Camilla elèctrica	1			
8	9.6	Consulta 2	Camilla elèctrica	1			
8	9.2	Consulta 4	Camilla elèctrica	1			
8	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Camilla elèctrica amb perneres	1			
8	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 2	Camilla elèctrica amb perneres	1			
8	10.2	Consulta sòl pèlvic	Camilla elèctrica amb perneres	1			
8	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Camilla elèctrica	4			

8	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Camilla elèctrica	17			
8	9.1	Consulta 3	Camilla elèctrica	1			
8	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Camilla elèctrica de Bobath	1			
8	14	Sala de tractament infantil	Camilla elèctrica	1			
			TOTAL LOT 8				
9	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Equip teràpia làser	1			
9	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Aparells electroestimulació (biofeedback)	1			
9	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 2	Aparells electroestimulació (biofeedback)	1			
9	12	Sala de teràpia del llenguatge	Electroestimulador per disfàgies	1			
9	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Electroestimulador incontinència urinària	1			
			TOTAL LOT 9				
10	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Infraroig	4			
10	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Infraroig	4			
10	13	Sala de teràpia ocupacional	Parafina	1			
10	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Parafina	1			
			TOTAL LOT 10				
11	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Bàscules mecàniques amb graduació	2			

11	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Bàscules mecàniques amb graduació	4			
			TOTAL LOT 11				
12	9.1	Consulta 3	Carro de cures	1			
12	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Carro de cures	4			
12	9.2	Consulta 4	Carro de cures	1			
12	9.3	Consulta 5	Carro de cures	1			
12	9.4	Consulta 6	Carro de cures	1			
12	9.5	Consulta 1	Carro de cures	1			
12	9.6	Consulta 2	Carro de cures	1			
12	General	General	Carros d'aturades	2			
			TOTAL LOT 12				
13	9.5	Consulta 1	Ecògraf	1			
13	9.6	Consulta 2	Ecògraf	1			
			TOTAL LOT 13				
14	17	Sala de tractament grupal	Armari alt amb lleixes tot tancat	2			
14	7.2	Sala de treball	Armari alt amb lleixes tot tancat	2			
14	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Armari alt amb lleixes tot tancat	1			

14	8	Sala descans de personal	Armari alt amb lleixes tot tancat	1			
14	12	Sala de teràpia del llenguatge	Armari alt amb lleixes tot tancat	1			
14	13	Sala de teràpia ocupacional	Armari alt amb lleixes tot tancat	1			
14	14	Sala de tractament infantil	Armari alt amb lleixes tot tancat	1			
14	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Armari alt amb lleixes tot tancat	1			
14	21	Despatx - Admissions	Armari alt amb lleixes tot tancat	2			
14	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Armari alt amb lleixes tot tancat	1			
14	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 2	Armari alt amb lleixes tot tancat	1			
14	10.2	Consulta sòl pèlvic	Armari alt amb lleixes tot tancat	1			
14	9.1	Consulta 3	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1			
14	9.2	Consulta 4	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1			
14	9.3	Consulta 5	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1			
14	9.4	Consulta 6	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1			
14	9.5	Consulta 1	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1			
14	9.6	Consulta 2	Armari alt amb lleixes tot tancat i penjador	1			
14	9.2	Consulta 4	Buc	1			
14	9.5	Consulta 1	Buc	1			

14	9.6	Consulta 2	Buc	1			
14	7.1	sala treball	Buc	2			
14		Entrada	Embossadora automàtica paraigües	1			
14	2	Sala d'espera	Banc fusta fixat a terra 4 seients	2			
14	2	Sala d'espera	Banc fusta fixat a terra 5 seients	1			
14	21	Despatx - Admissions	Buc	7			
14	5.1	Vestidors professionals (Masculí)	Taquilles 12 casc/bolso	1			
14	5.2	Vestidors professionals (Femení)	Taquilles 12 casc/bolso	1			
14	4.1	Vestuaris usuaris (Femení)	Taquilles per 60 persones	15			
14	4.2	Vestuaris usuaris (Masculí)	Taquilles per 80 persones	20			
14	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Taula 200x80	1			
14	8	Sala descans de personal	Taula 180x70	1			
14	13	Sala de teràpia ocupacional	Taula menjador/reunió 200x120	1			
14	12	Sala de teràpia del llenguatge	Taula treball 200x80	2			
14	14	Sala de tractament infantil	Taula treball 180x80	1			
14	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Taula treball 140x80	1			
14	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Taula treball 170x80	1			

14	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Taula treball 200x80	1			
14	10.2	Consulta sòl pèlvic	Taula treball 140x80	1			
14	9.1	Consulta 3	Taula treball 140x80 amb faldó	1			
14	9.2	Consulta 4	Taula treball 140x80 amb faldó	1			
14	9.3	Consulta 5	Taula treball 140x80 amb faldó	1			
14	9.4	Consulta 6	Taula treball 140x80 amb faldó	1			
14	9.5	Consulta 1	Taula treball 140x80 amb faldó	1			
14	9.6	Consulta 2	Taula treball 140x80 amb faldó	1			
14	21	Despatx - Admissions	Taula treball 200x70	2			
14	13	Sala de teràpia ocupacional	Llit	1			
14	13	Sala de teràpia ocupacional	Tauleta nit	1			
			TOTAL LOT 14				
15	17	Sala de tractament grupal	Estanteries pilotes pilates	2			
			TOTAL LOT 15				
16	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Carro auxiliar amb dues baldes	7			
16	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 1	Carro auxiliar amb dues baldes	1			
16	10.1	Box linfedema sòl pèlvic 2	Carro auxiliar amb dues baldes	1			

16	10.2	Consulta sòl pèlvic	Carro auxiliar amb dues baldes	1			
16	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Carro auxiliar amb dues baldes	1			
16	18.1	Sala de fisioteràpia polivalent A	Carro auxiliar amb dues baldes	6			
			TOTAL LOT 16				
17	13	Sala de teràpia ocupacional	Contenedor residus doble amb tapa	1			
17	9.1	Consulta 3	Contenedor residus doble amb tapa	1			
17	9.2	Consulta 4	Contenedor residus doble amb tapa	1			
17	9.3	Consulta 5	Contenedor residus doble amb tapa	1			
17	9.4	Consulta 6	Contenedor residus doble amb tapa	1			
17	9.5	Consulta 1	Contenedor residus doble amb tapa	1			
17	9.6	Consulta 2	Contenedor residus doble amb tapa	1			
			TOTAL LOT 17				
18	20	Teràpia cardíaca	Electrocardiògraf	1			
18	9.5	Consulta 1	Podoscop	1			
18	15	Sala de tractament cardiorespiratoria	Mesurador PIM PEM	1			
			TOTAL LOT 18				
19	8	Sala descans de personal	Nevera combi	1			

19	13	Sala de teràpia ocupacional	Nevera mini bar	1			
19	13	Sala de teràpia ocupacional	Rentaplats petit (0,45)	1			
19	18.2	Sala de fisioteràpia polivalent B	Congelador petit 3 calaixos	2			
			TOTAL LOT 19				
20	6	Local de neteja	Prestatgeria neteja	1			
656			TOTAL LOT 20				
21	24	Residus	Contenidor 1000L negre/gris amb ganxo	1			
21	24	Residus	Contenidor 800L marró amb ganxo	1			
			TOTAL LOT 21				
22	23	Magatzem 1	Armari estanteries kanban	10			
			TOTAL LOT 22				
23	16	Sala de fisioteràpia neurològica	Sistema d'entrenament en suspensió	1			
			TOTAL LOT 23				

2. RÀPEL – PER TOTS ELS LOTS

Indicar el percentatge de ràpel ofert per a cadascun dels lots als quals presenteu oferta. En cas de no indicar-ne cap, s'entendrà que no s'ofereix ràpel per a aquell lot.

Lots als quals es presenta	Ràpel ofert (%)
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %

3. PREU HORA ASSISTÈNCIA TÈCNICA - PELS LOTS: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18 I 23

PROPOSTA DE PREU TOTAL:		
PREU HORA TÈCNIC	IMPORT DESPLAÇAMENT	TOTAL PREU HORA + IMPORT DESPLAÇAMENT
_____ €	_____ €	_____ €

4. TEMPS MÀXIM INTERVENCIÓ PRESENCIAL - PER TOTS ELS LOTS

Marcar el termini ofert.

TEMPS INTERVENCIÓ PRESENCIAL	INDICAR EL TERMINI OFERT
màxim de 48 hores	
màxim de 24 hores	
màxim de 8 hores	
màxim de 4 hores	

5. CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS DELS EQUIPS - PELS LOTS 1, 2, 4, 13

Marcar amb "Sí" o "No" i omplir la Justificació compliment.

PER AL LOT 1 – ONES DE XOC

CRITERIS DE VALORACIÓ	Puntuació màxima	Compliment (assenyalar SI/NO) SI: PUNTUACIÓ MÀXIMA NO: 0 PUNTS	Justificació compliment (assenyalar la pàgina de la fitxa tècnica on indica aquesta característica)
Es valorarà que l'equip d'ones de xoc radials disposi d'un sistema d'aire amb filtres autonetejants que no requereixi la intervenció tècnica de l'usuari.	5		
Es valorarà que l'equip d'ones de xoc focals incorpori un sistema que permeti assolir una profunditat de penetració terapèutica de 172mm.	10		
Es valorarà que l'equip d'ones de xoc focals incorpori un sonda focal lineal que permeti una amplitud del focus lateral superior als 46mm requerits.	10		
Es valorarà que les sondes de l'equip d'ones de xoc focal i l'equip d'ones de xoc	5		

radial disposin d'un sol botó marxa/stop, per minimitzar averies tècniques.			
Es valorarà que l'equip d'ones de xoc focals permeti programar diferents protocols amb compte enrere i aturada (stop) automàtica per a diferents àrees anatòmiques.	10		

PER AL LOT 2 – RADIOFREQUÈNCIA

CRITERIS DE VALORACIÓ	Puntuació màxima	Compliment (assenyalar SI/NO) SI: PUNTUACIÓ MÀXIMA NO: 0 PUNTS	Justificació compliment (assenyalar la pàgina de la fitxa tècnica on indica aquesta característica)
Es valorarà que l'equip incorpori una placa passiva flexible recoberta amb material aïllant que minimitzi la concentració de densitat de corrent als extrems i disminueixi la possibilitat d'escalfaments localitzats o molèsties durant el procediment.	10		

Es valorarà que l'equip de radiofreqüència incorpori un sistema d'identificació o detecció d'implants metàl·lics o osteosíntesis, que permeti adaptar els paràmetres del tractament	10		
Es valorarà que l'equip disposi d'un sistema de biofeedback que adapti automàticament el lliurament d'energia segons la resposta del teixit durant el tractament	10		
Es valorarà que l'equip incorpori un sistema automàtic de protecció que detecti anomalies elèctriques o interrupcions del contacte i interrompi automàticament l'emissió d'energia	10		

PER AL LOT 4 – ELECTROTERÀPIA

CRITERIS DE VALORACIÓ	Puntuació màxima	Compliment (assenyalar SI/NO) SI: PUNTUACIÓ MÀXIMA NO: 0 PUNTS	Justificació compliment (assenyalar la pàgina de la fitxa tècnica on indica aquesta característica)
-----------------------	---------------------	---	---

Es valorarà que l'equip combinat de corrents i ultrasò incorpori una guia anatòmica interactiva integrada amb informació dels tractaments	10		
Es valorarà que l'equip combinat de corrents i ultrasò incorpori una pantalla tàctil d'almenys 7" que permeti la visualització simultània dels principals paràmetres de tractament durant la teràpia.	10		
Es valorarà que l'equip microones disposi de pantalla en color	5		
Es valorarà que l'equip microones disposi d'enciclopèdia de tractaments	5		
Es valorarà que l'equip microones disposi de control avançat del mode polsat	5		
Es valorarà que l'equip microones disposi de braç amb sis (6) articulacions	5		

PER AL LOT 13 - ECÒGRAFS

CRITERIS DE VALORACIÓ	Puntuació màxima	Compliment (assenyalar SI/NO)	Justificació compliment (assenyalar la pàgina de la fitxa tècnica on indica
-----------------------	---------------------	-------------------------------------	---

		SI: PUNTUACIÓ MÀXIMA	aquesta característica)
		NO: 0 PUNTS	
Es valorarà que l'equip incorpori quatre ports actius simultàniament per tal de poder tenir 4 transductors connectats alhora.	10		
Es valorarà que l'equip incorpori freqüències de fins a 22 Mhz per a un futur poder tenir transductors de fins a 22 Mhz per a cobrir les necessitats de diferents serveis.	10		
Es valorarà que l'equip incorpori un transductor Convex d'alta densitat multifreqüència amb freqüències de 1 a 8 Mhz i un transductor de Hockey Stick d'alta densitat multifreqüència amb freqüències de 6 a 18 Mhz. per una millor visualització de les parts petites o per la temporal.	10		
Es valorarà que l'equip incorpori un software per a realitzar estudis panoràmics amb Sonda Lineal i Convex. Per a poder fer un panorama de tot un múscul per a veure patologies o trencaments musculars.	10		

9.4 ANNEX 4 – TARIFA COMPONENTS. NO VALORABLE

PELS LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18 I 23

Caldrà presentar al SOBRE C degudament emplenat, amb indicació dels preus unitaris sense IVA dels recanvis. Aquest annex té caràcter **no valorable**.

Caldrà indicar els preus unitaris sense IVA de tots els components de recanvi per compra nova o per reposició.

LOT 1 – ONES DE XOC	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 2 - RADIOFREQUÈNCIA	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 3 - MAGNETOTERÀPIA	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 4 - ELECTROTERÀPIA	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 5 - TRACCIONS	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 7 - RECUPERACIÓ ACTIVA	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 8 - CAMILLES	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 9 - TERÀPIA LÀSER	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 10 - TERMOTERÀPIA	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 13 - ECÒGRAFS	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€

LOT 18 - EQUIPS DIAGNÒSTIC	PREU UNITARI <u>NOU</u> SENSE IVA	PREU UNITARI <u>REPOSICIÓ</u> SENSE IVA
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€