

Núm. d'expedient: CS/AH04/1101480583/26/PO

Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut- Gerenta del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Objecte: Subministrament d'un respirador neonatal de cures intensives dirigit al servei de pediatria de l'Hospital Universitari de Girona doctor Josep Trueta

Tipus: Subministraments

Procediment d'adjudicació: Procediment obert

Resolució d'esmena a la licitació

Antecedents

Mitjançant resolució de la Gerenta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, en data 07 d'agost de 2026 es va incoar l'expedient CS/AH04/1101480583/26/PO corresponent a la contractació del Subministrament d'un respirador neonatal de cures intensives dirigit al servei de pediatria de l'Hospital Universitari de Girona doctor Josep Trueta.

En data 7 d'agost de 2026 mitjançant resolució de Gerenta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, es va aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació, així com la despesa corresponent.

En data 12 d'agost de 2026 s'ha detectat diversos errors de transcripció que afecten als punts 18 i 87 de l'ANNEX C. Fitxa Tècnica. Requisits Mínims del Plec de Prescripcions tècniques, i a l'Annex 15. Model d'Oferta Tècnica (punts 18 i 87 de l'ANNEX C. Fitxa Tècnica. Requisits Mínims) del Plec de Clàusules administratives particulars.

Així on diu :

18 La font d'alimentació principal del respirador ha de ser una font externa connectada a la xarxa elèctrica. En cas de fallada de la font d'alimentació principal, el respirador ha d'obtenir energia de bateries internes.

87 Font d'alimentació externa.

Ha de dir:

La font d'alimentació principal del respirador ha de ser una font interna o externa connectada
18 a la xarxa elèctrica. En cas de fallada de la font d'alimentació principal, el respirador ha d'obtenir energia de bateries internes.

87 Font d'alimentació interna o externa.

Fonaments jurídics

D'acord amb l'article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic.

Segons l'article 124 de la LCSP, s'ha procedit a la retroacció de les actuacions al moment d'aprovació dels plecs.

Vist el que preveu l'art. 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

Resolc

Primer. Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, aprovant-los de nou amb les modificacions que s'assenyalen en aquesta resolució.

Segon. Modificar els punts 18 i 87 del ANNEX C. Fitxa Tècnica. Requisits Mínims del Plec de Prescripcions tècniques , i l'Annex 15. Model d'Oferta Tècnica (punts 18 i 87 de l'ANNEX C. Fitxa Tècnica. Requisits Mínims) del Plec de Clàusules administratives particulars.

Així on diu :

La font d'alimentació principal del respirador ha de ser una font externa connectada a la
18 xarxa elèctrica. En cas de fallada de la font d'alimentació principal, el respirador ha d'obtenir energia de bateries internes.

87 Font d'alimentació externa.

Ha de dir:

La font d'alimentació principal del respirador ha de ser una font **interna o** externa connectada
18 a la xarxa elèctrica. En cas de fallada de la font d'alimentació principal, el respirador ha d'obtenir energia de bateries internes.

87 Font d'alimentació **interna o** externa.

Tercer. Publicar aquesta modificació en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>) i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Girona, a 12 d'agost de 2026

Per delegació del Director Gerent de l' Institut
Català de la Salut de data 4 de juliol de 2024

Àngels Morales Lozano
Gerenta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Exp. **CS/AH04/1101480583/26/PO**