

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/AH08/1101478826/26/PSS

Subministrament del detector de portàtil RX per
l'Hospital de Viladecans

Contingut

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE	3
3. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA	3
4. GARANTIA I REPOSICIÓ	4
5. NORMATIVA OBLIGATÒRIA	4
6. OFERTA TÈCNICA	5
7. OFERTA ECONÒMICA	5
8. DISPOSICIONS GENERALS	5

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquesta licitació és el subministrament d'un detector digital compatible amb l'equip portàtil de radiologia Samsung GM85 (núm. de sèrie 55Y6M3INB00001P i versió de software 3.10), existent a l'Hospital de Viladecans (HV).

2. CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

Detector digital S4335-AWM compatible amb l'equip portàtil de radiologia model GM85, número de sèrie 55Y6M3INB00001P, marca Samsung, existent al centre. Característiques mínimes:

- Dimensions del detector: 460 mm x 384 mm x 15 mm
- Pes màxim: 4 kg
- Dimensió de píxel màxima: 0,15 mm
- Resolució d'imatge: 3040 x 2466 píxels
- Sensor: silici amorf TFT (a-Si)
- Escintil·lador: Iodur de Cesi (CsI)

Les característiques descrites tenen caràcter mínim i podran oferir-se productes superiors i/o amb millors prestacions sempre que es garanteixi la plena compatibilitat funcional i tècnica amb l'equip Samsung GM85 existent al centre; i en tot cas, subjecte a la prèvia aprovació per part del centre d'acord amb la normativa de contractació pública i els plecs que regeixen la present licitació.

3. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA

Les condicions de subministrament, la instal·lació i posada en marxa són les que es descriuen a continuació:

- El termini màxim de lliurament serà de 30 dies naturals des de la formalització del contracte.
- Detector digital model S4335-AWM compatible amb l'equip portàtil de radiologia model GM85, número de sèrie 55Y6M3INB00001P, versió de software 3.10, marca Samsung, existent al centre.
- L'equipament no s'entendrà subministrat fins la seva prèvia instal·lació i conformitat pel centre, una vegada verificat el funcionament i en un termini màxim no superior a 10 dies hàbils següents al lliurament.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equipament d'acord amb les directrius de la Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals de l'Hospital de Viladecans.

El subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels equipaments objecte d'aquest expedient, van a càrrec de l'adjudicatari i estaran incloses en el preu de licitació:

- L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lat l'equip, haurà de realitzar les proves d'acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.
- Prèviament a la posada en funcionament de l'equip amb pacients, l'adjudicatari haurà de lliurar un informe amb els resultats de les proves d'acceptació efectuades, que serviran de referència per a establir el nivell de qualitat base de rendiments de l'equip.

- L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de l'alta de l'equip, si s'escau, en el Registre del Departament d'Indústria, així com de qualsevol altra actuació oficial necessària per a la legalització de tots i cada un dels components que formen part d'aquest equip. En cap cas, els tràmits legals previstos han de retardar la posada en funcionament de l'equip amb pacients. Totes les despeses que generin aquests tràmits van a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- Els equips descrits en les ofertes s'han de subministrar amb tots aquells dispositius, elements d'interconnexió i accessoris necessaris per a un total i correcte funcionament.

4. GARANTIA I REPOSICIÓ

El termini de garantia de l'equip començarà a comptar a partir de la data de signatura de l'Acta de recepció, instal·lació, posada en marxa i formació inicial, signada pel Cap de la Unitat d'Electromedicina, o la seva delegació responsable, i serà com a mínim de 12 mesos.

Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) què inclouen els següents punts:

- La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials i funcionament).
- La reparació, o a petició del Centre, la substitució de les parts defectuoses serà a càrrec de l'adjudicatari.
- Manteniment preventiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment preventiu que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament, segons les especificacions de fabricant, com a mínim 1 cop a l'any i aproximadament 1 mes abans de la finalització del període de garantia.

Dins de l'oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions, el nombre de visites de manteniment preventiu, així com la qualitat del Servei tècnic ofert:

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- Temps de resposta, presència, màxim 24 hores
- Temps de resolució de l'avaría o reposició no superior a 72 hores

El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys, llevat que es digui el contrari en la fitxa tècnica corresponent.

5. NORMATIVA OBLIGATÒRIA

El detector digital objecte del contracte haurà de complir la legislació espanyola i europea vigent que li sigui aplicable. En particular:

- Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, relatiu als productes sanitaris.
- Reial decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris. Marcatge CE vigent, d'acord amb la normativa europea aplicable.

6. OFERTA TÈCNICA

S'haurà de presentar com a mínim:

- Fitxa tècnica del detector i/o Product Data
- Marcatge CE
- Certificat de compatibilitat amb el portàtil de radiologia Samsung GM85 (núm. de sèrie 55Y6M3INB00001P i versió de software 3.10), existent a l'HV.
- Memòria tècnica descriptiva que acrediti el compliment de totes les especificacions establertes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques

7. OFERTA ECONÒMICA

L'oferta econòmica avaluable amb aplicació de fórmules automàtiques es realitzarà mitjançant la presentació de l'annex relacionat.

L'adjudicació recaurà sobre l'oferta econòmicament més avantatjosa d'acord amb els criteris establerts en el PCAP i en la resta de la documentació reguladora d'aquesta licitació.

8. DISPOSICIONS GENERALS

L'adjudicatari resta obligat a prestar l'assessorament tècnic necessari per a la utilització dels productes subministrats al personal designat del centre. En cas que el fabricant modifiqui la referència comercial del detector ofert, les característiques del producte per causes tècniques o de millora, o incorpori actualitzacions tecnològiques, l'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho prèviament i per escrit a l'Hospital de Viladecans.

Qualsevol canvi haurà d'acreditar documentalment que el nou detector manté, com a mínim, les mateixes prestacions funcionals, de seguretat, qualitat d'imatge, compatibilitat física, electrònica i informàtica amb l'equip portàtil de radiologia Samsung GM85 existent al centre. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la documentació tècnica corresponent, així com, si escau, el certificat de compatibilitat emès pel fabricant.

En cap cas aquestes modificacions podran comportar un increment del preu adjudicat ni una disminució de les prestacions exigides als plecs. L'Hospital es reserva el dret de rebutjar la substitució proposada si considera que les noves característiques no garanteixen la plena compatibilitat o no satisfan les necessitats assistencials del centre.

Albert Bonaventura i Sans
Director d'Infraestructures i Serveis Generals
Hospital de Viladecans