

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
PER A CIRURGIA OFTÀLMICA D'UN SOL ÚS I IMPLANTS I
DISPOSITIUS OFTÀLMICS

CS/CC00/1101477429/26/AM

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 1 de 59

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.3.1. Material fungible:.....	5
2.3.2. Característiques equips :.....	5
2.3.3. Altres requisits.....	8
2.4. Integració de les dades assistencials.....	10
2.5. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	11
3. Com presentar la oferta	12
3.5. Oferta tècnica	12
3.6. Model d'oferta tècnica	12
3.7. Presentació de mostres	14
3.8. Documentació confidencial.....	14
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	15
4.5. Prevenció de riscos laborals	15
4.6. Formació.....	15
4.7. Manual d'usuari.....	15
4.8. Atributs logístics	15
4.9. Condicions logístiques i de subministrament.....	16
4.9.1. Condicions de subministrament	16
4.9.2. Garantia de subministrament.....	16
4.9.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	16
4.9.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	18
4.9.2.3. Termini de lliurament.....	18
4.9.2.4. Unitats mínimes de comanda	18
4.9.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	18
4.9.3. Sistema EDI.....	19



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 2 de 59

4.10.	Condicions de l'operador logístic	21
4.10.1.	Embalatges	21
4.10.2.	L'albarà	22
4.10.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	23
4.10.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	23
4.10.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.	24
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)...	26



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 3 de 59

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material per a cirurgia oftàlmica d'un sol ús i implants i dispositius oftàlmics per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article (codi sap) al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

2.3.1. Material fungible:

Els equips accessoris per a cirurgia de facoemulsificació inclouran, com a mínim, **casset, tubs, agulles i/o bossa de recollida de fluids**, així com els accessoris necessaris segons l'equip ofertat.

Tots els elements descrits hauran d'estar agrupats en una única referència. I es podran presentar varies referències per codi agrupador i al mateix preu.

El preu ofertat per als codis agrupadors 999300111 i 999300322 haurà de ser el mateix.

Els equips de vitrectomia posterior i vitrectomia combinada inclourà, com a mínim, **casset, vitreotom, tubs, vies d'extrusió, tubs de pressió, tres trocars valvulats, taps esclerals (opcional), sonda d'il·luminació i/o bossa de recollida de fluids, llanceta**, així com els accessoris necessaris segons l'equip ofertat.

Tots els elements descrits hauran d'estar agrupats en un única referència. Es podran presentar fins a dues referències per codi agrupador.

2.3.2. Característiques equips :

EQUIPS FACOEMULSIFICACIÓ

1. Tecnologia d'ultrasons

L'equip haurà de disposar de **tecnologia d'ultrasons per a facoemulsificació**, amb:

- Sistemes d'ultrasons eficients per a cirurgia de cataracta
- Possibilitat de treballar amb diferents patrons d'energia (contínua i/o modulada)
- Disseny orientat a reduir el temps efectiu d'ultrasons i el risc tèrmic a la incisió

2. Sistemes de fluidica

L'equip haurà d'incorporar un **sistema de fluidica quirúrgica** que:

- Permeti un control segur de l'aspiració i el buit



- Disposar d'un sistema d'aspiració i control de fluidica que permeti assolir nivells elevats de buit, adequats per a cirurgia de cataracta d'alta complexitat, garantint l'estabilitat de la cambra anterior, la seguretat quirúrgica i la minimització del post-occlusion surge
- Sigui adequat per a cirurgia MICS i cataractes de diferent duresa

S'acceptaran sistemes peristàltics, vacuum-based, venturi, híbrids o tecnologies equivalents

3. Eficiència quirúrgica i seguretat

L'equip haurà d'estar dissenyat per:

- Garantir una cirurgia eficient i segura
- Reduir l'energia total administrada durant la facoemulsificació
- Minimitzar el risc de dany tèrmic a la incisió
- Afavorir la protecció endotelial i el bon resultat postoperatori

4. Interfície gràfica, programació i ergonomia

El sistema haurà de disposar de:

- Interfície gràfica clara i intuïtiva
- Possibilitat de configuració dels principals paràmetres quirúrgics
- Programació bàsica de fases quirúrgiques
- Sistema de control amb pedal ergonòmic i precís

5. Compatibilitat amb consumibles

L'equip haurà de ser compatible amb:

- Consumibles homologats segons normativa vigent, preconfigurats o packs quirúrgics
- Sistemes de muntatge segur i eficient
- Preparació ràpida abans de la cirurgia

6. Handpiece d'ultrasons

L'handpiece haurà de:

- Ser adequat per a cirurgia de cataracta d'alta exigència
- Ser compatible amb tècniques MICS
- Acceptar tips o agulles per a cataractes dures
- Oferir fiabilitat, estabilitat i seguretat clínica



EQUIPS DE VITRECTOMIA

1. Sistemes de bomba i aspiració

L'equip haurà de disposar de:

- Sistema d'aspiració per a vitrectomia mitjançant bomba venturi, vacuum-based, peristàltica, híbrida o equivalent
- Capacitat de treball amb alts nivells de buit, adequats per a vitrectomia moderna de segment posterior
- Control del buit i/o del flux amb regulació fixa o lineal des del pedal
- Funció de reflux actiu accionable des del pedal, per alliberar oclusions de forma segura
- Capacitat d'adaptació a diferents bases de la cirurgia vitreoretiniana, incloent vitrectomia central, dissecció de membranes, inducció de desprendiment del vitri posterior i treball pròxim a la retina.
- Capacitat de mantenir l'eficiència de tall i l'estabilitat de l'aspiració a altes velocitats de treball

2. Gestió de pressió intraocular i estabilitat de la cambra

El sistema haurà d'incloure:

- Sistema de control o compensació automàtica de la pressió intraocular (PIO) durant la cirurgia, amb manteniment dinàmic de l'estabilitat ocular.
- Estabilitat de la cambra ocular durant fases d'oclusió i post-oclusió
- Funcionament segur tant en segment anterior com posterior

3. Cataracta

El sistema haurà de permetre:

- Cirurgia de microincisió (MICS), $\leq 2,2$ mm
- Control progressiu (lineal o equivalent) de l'energia d'ultrasons
- Creació i ús de perfils configurables per cirurgia

4. Vitrectomia

L'equip haurà de disposar de :



- Sondes de vitrectomia amb velocitat de tall ≥ 10.000 cpm o equivalent funcional
- Compatibilitat amb calibres 23G, 25G i 27G
- Mànegc ergonòmic per al control del tall
- Capacitat d'injecció i extracció d'oli de silicona mitjançant cànules habituals

5. Il·luminació i làser

El sistema haurà de disposar de:

- Com a mínim un sistema d'il·luminació quirúrgica compatible amb vitrectomia.
- Possibilitat de regulació de la intensitat de la il·luminació quirúrgica.
- Làser verd (aprox. 532 nm) integrable o integrat al sistema
- Control del làser des de la pantalla i/o pedal
- Confirmació audible en l'activació del làser

6. Altres funcions essencials

L'equip haurà de disposar de :

- Sistema de diatèrmia per cirurgia vitreoretinal
- Compatibilitat amb sistemes de facofragmentació o ultrasons intraoculars
- Pedal multifunció amb control independent de funcions crítiques

Els proveïdors han de presentar fitxa tècnica dels equips, especificant si compleixen les característiques mínimes sol·licitades.

Les dades bàsiques de la fitxa de l'equip seran : característiques tècniques, referència, marca, model.

2.3.3. Altres requisits

Requisit de puresa i control d'impureses de les tintures per a cirurgia de cataractes :

El licitador haurà d'aportar, per cada producte ofert, el certificat d'anàlisi per lot, emès pel fabricant , on consti els principals paràmetres de qualitat química del producte, incloent-hi la puresa del principi actiu i el control d'impureses, determinats mitjançant tècniques analítiques validades (com ara HPLC o equivalents).

La manca d'aportació del Certificat d'Anàlisi comportarà l'exclusió del producte.

Requisit Tintures ILM i membranes



El licitador haurà d'aportar, per cada producte ofert, el Certificat d'Anàlisi per lot emès pel fabricant, on constin els principals paràmetres de qualitat del producte, incloent la identificació del principi actiu, la seva puresa declarada i la concentració dels components clínicament rellevants.

La manca d'aportació del Certificat d'Anàlisi comportarà l'exclusió del producte.

Requisit Tintures Dual

El licitador haurà d'aportar, per cada tintura dual ofertada, el Certificat d'Anàlisi per lot emès pel fabricant, on constin els principis actius presents, la seva concentració declarada i els paràmetres de qualitat i seguretat química corresponents.

La manca d'aportació del Certificat d'Anàlisi comportarà l'exclusió del producte.

Requisits Perfluorocarboni

El licitador haurà d'aportar, per cada perfluorocarboni ofert, el Certificat d'Anàlisi per lot emès pel fabricant, acreditant la qualitat química, la puresa declarada del producte i el control d'impureses, així com la seguretat per a ús intraocular

La manca d'aportació del Certificat d'Anàlisi comportarà l'exclusió del producte.

Requisits olis de silicona

L'oli de silicona haurà de ser estèril, apirogen i indicat per a ús intraocular en cirurgia vitreoretinal, amb marcatge CE com a producte sanitari.

El producte haurà de presentar un perfil adequat de puresa i seguretat per a aplicacions vitreoretinals, amb control de la presència de compostos de baix pes molecular (LMWC).

Per cada lot ofert, el licitador haurà d'aportar un Certificat d'Anàlisi emès pel fabricant, en el qual constin els principals paràmetres de qualitat del producte, incloent-hi la informació disponible relativa al contingut de LMWC i altres impureses crítiques.

La manca d'aportació del Certificat d'Anàlisi comportarà l'exclusió del producte.

Requisits Gas

El licitador haurà d'aportar, per cada gas ofert, un Certificat d'anàlisi per lot que en garanteixi la puresa, traçabilitat i aptitud per a l'ús sanitari.



Requisits solucions viscoelàstiques

La valoració de les solucions viscoelàstiques es farà per cada vial presentat al concurs. La capacitat mínima requerida pel al vial es farà en funció del procediment quirúrgic al qual vagi destinat, d'acord amb el criteri dels nostres tècnics. Els vials que no compleixin amb la capacitat mínima seran desestimats.

2.4. Integració de les dades assistencials


Es requereix la integració de les dades clíniques que es generen en els equipaments i les Apps i/o webs dels proveïdors. Serà una solució que permetrà integrar tota la informació assistencial generada pels dispositius dels adjudicataris en les estacions de treball dels professionals sanitaris, facilitant la gestió unificada de totes les dades clíniques.

En concret es demana que els adjudicataris integrin tota la informació clínica disponible recollida en els equips d'una forma estructurada i amb una codificació única (fent servir estàndards LOINC i SNOMED CT), per qualsevol tipus de pacient i qualsevol tipus de dispositiu. Aquesta informació s'integrarà posteriorment dintre de les estacions de treball clíniques dels diferents centres. La informació descarregada/elaborada serà consultable, si s'escau, des de La Meva Salut si en el futur es requereix per part del CatSalut.

D'altra banda, si escau, els professionals sanitaris, previ consentiment informat del pacient, podran accedir a les plataformes (web i Apps) existents dels adjudicataris per consultar informació complementària que puguin oferir aquestes.

En resum, el model conceptual del flux d'informació assistencial a implantar és el següent:





Les plataformes dels adjudicataris recolliran la informació dels dispositius i de les seves plataformes.

Aquestes hauran de remetre les variables definides per la Comissió Tècnica Assistencial que ho treballi i que estaran diferenciades en funció del tipus de dispositiu.

Les dades s'han de remetre al Sistema de Salut i al sistema d'informació del SISCAT, quan es requereixi.

El model d'integració anirà evolucionant durant la vigència de l'actual licitació i les seves pròrrogues, amb la intenció de facilitar la comunicació bidireccional amb els adjudicataris. A la finalització del contracte l'adjudicatari haurà de garantir la transferència completa de les dades pendents dels pacients.

Aquestes integracions estan en aquest moment en fase de definició. Els adjudicataris hauran d'adaptar els seus circuits per poder incorporar-les.

El desplegament serà progressiu, en diferents fases i per cadascuna d'elles es donarà un termini d'adaptació adequat a cada fase. En cap cas el període d'adaptació serà superior als sis mesos una vegada comunicat el model tècnic adaptat.

2.5. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.



3. Com presentar la oferta

3.5. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.6. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101477429_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.



El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

• **Annex D2 - Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

Només s'ha de presentar el **Model D1 fitxa tècnica del ICS o el Product Data**. No es necessari presentar els dos models. El que si es necessari és indicar i ordenar per lot i el codi agrupador.



La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà (Annex D1 i/o Product Data). La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de l'oferta.

Els marcats CE es podran presentar en català, castellà o anglès.

3.7. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.8. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.



La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, obligatòriament, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes



- Temperatura conservació
- Temperatura de transport
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos



- Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
- Discontinuitats o obsolescències
- Cessions/canvis societaris de materials adjudicats

- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un nou usuari, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

- b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa



Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes



El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003



Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>



Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic

4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**


Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 169 cm (amb la estructura de la paleta inclosa) sempre EU
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- Càrregues estables i paletes fleixades de forma consistent
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge
- No entregar caducitats anteriors a les ja entregades
- El transportista deu disposar dels albarans per entregar la documentació a finestra abans de realitzar la descàrrega e informar del número de palets a entregar
- Si el proveïdor contracta Agència de transport, aquesta deu complir amb les condicions anteriors i realitzar l'entrega separant proveïdors, tant albarans com materials.
- Compromís de recollida de la incidències d'entrades. (palets mal estat, articles no demanats, etc.)



- Signa que coneix les condicions i es compromet a complir-les durant l'adjudicació

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).



- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.



Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	



3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE EQUIPO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---



8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1
ANNEX D2 – Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.
ANNEX D3- Fitxa resum judici de valor
ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per
l'aplicació del criteris objectius
ANNEX E – Estructura Codi Agrupador
ANNEX F – Atributs logístics



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 27 de 59



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 28 de 59

ANNEX A. LLISTAT CARACTERÍSTIQUES LICITACIÓ

Lot/material	Descripció Lots/material	Obligatorieta/adjudicació	Obligatorieta/Descripció	Nombre adjudicatàris	
001					
Procediment Cataractes					
999300111	A - Equip accessoris per a cirurgia de facoemulsificació estàndard	SI/PROCEDIMENT	SI/ Pac fungible cataractes	3 PROVEÏDORS	
999300322	A - Equip accessoris per a cirurgia de facoemulsificació de petita incisió				
999300156	A - Solució salina balancejada per a cirurgia de cataractes, diferents presentacions	SI/PROCEDIMENT	SI/Solució salina		
999300107	A - Solució viscoelàstic dual cohesiu-cohesiu +densitat > =1,4% presentació 1 ó 2 xeringa, diferents capacitats	SI/PROCEDIMENT	SI/Solució viscolàstica		
999300334	A - Solució viscoelàstic dual cohesiu-dispersiu diferents concentracions, presentació 1 ó 2 xeringa, diferents capacitats				
999203466	A - Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfoba, esfèrica, monobloc no precarregada	SI/PROCEDIMENT	SI/Lents		
999203467	A - Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfoba, esfèrica, monobloc precarregada				
999300321	A - Càndules irrigació/aspiració doble via cambra anterior, varies mides	SI/PROCEDIMENT	SI (obligatori pel equip que sigui necessari)		
999201818	A - Lent intraocular de cambra posterior en sulcus acrílica plegable, 3 peces, no precarregada, diferents rangs diòptrics.	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999201819	A - Lent intraocular de cambra posterior en sulcus acrílica plegable, 3 peces, precarregada, diferents rangs diòptrics.	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999203468	A - Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfila, asfèrica, monobloc precarregada i no precarregada	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300188	A - Punta/agulla per a facoemulsificació petita incisió MIC, varies mides i formes	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300312	A - Vitrectomia anterior per a cataractes	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300315	A - Tubs irrigació/pressió per a cataractes, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
002					
Procediment Retina i combinada					
999300306	A - Equip per a vitrectomia posterior 23G, diferents models	SI/PROCEDIMENT	SI (Pac fungible Retina)	3 PROVEÏDORS	
999300307	A - Equip per a vitrectomia posterior 25G i/o 27G, diferents models	SI/PROCEDIMENT			
999302291	A - Equip per a vitrectomia combinada 23G, diferents models	SI/PROCEDIMENT	SI(Pac fungible combinada)		
999300244	A - Equip per a vitrectomia combinada 25G i 27G, diferents models	SI/PROCEDIMENT			
999300293	A - Sondes d'iluminació camp ampli, 23G, 25G, 27G, varies mides	SI/PROCEDIMENT	SI(Sondes d'iluminació)		
999302288	A - Sondes d'iluminació focal, 23G, 25G, 27G, varies mides				
999302289	A - Sondes d'il·luminació endocular amb irrigació per a vitrectomia posterior 23G/25G/27G, diferents models				
999302315	A - Sondes amb llum tipus Chandelier, 23G,25G i 27G, varies mides				
999300291	A - Sondes làser corbada i punta flexible, varies mides	SI/PROCEDIMENT	SI (Sondes làser)		
999303082	A - Sondes làser direccional, varies mides	SI/PROCEDIMENT			
999300292	A - Sondes làser amb llum direccional, varies mides	SI/PROCEDIMENT	SI(Sondes làser amb llum)		
999303083	A - Sondes làser amb llum corbada i punta flexible, varies mides	SI/PROCEDIMENT			
999302293	A - Vitreotom posterior 23G, diferents models	SI/PROCEDIMENT	SI (Vitreotom posterior)		
999302558	A - Vitreotom posterior 25G i/o 27G, diferents models	SI/PROCEDIMENT			
999300331	A - Solució viscoelàstic Hidroxipropilmetilcel·lulosa dispersiu + densitat < =2% presentació xeringa, diferents capacitats	SI/PROCEDIMENT	SI(Solució viscolàstica)		
999300120	A - Punta hemostàsia diatèrmica en facoemulsificació, varies mides i formes	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300129	A - Càndules d'infusió per a vitrectomia posterior, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300246	A - Càndules d'injecció-extracció líquids viscosos alt flux per a vitrectomia posterior, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300282	A - Punta hemostàsia diatèrmica en vitrectomia posterior, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300297	A - Tròcars amb taps esclerats rebutjables, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300298	A - Tubs per a vitrectomia combinada, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300303	A - Equip injecció i extracció d'oli de silicona vitrectomia posterior	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300304	A - Equip fragmentació per a vitrectomia posterior	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300308	A - Agulles fragmentació per a vitrectomia posterior, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300353	A - PuntaA - pinça rebutjable per a mànecs reutilitzables vitrectomia post, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300354	A - PuntaA - tisora rebutjable per a mànecs reutilitzables vitrectomia post, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999300355	A - Pinça amb mànec rebutjable per a vitrectomia posterior, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
999302295	A - Tisora amb mànec rebutjable per a vitrectomia posterior, varies mides	SI/AGRUPADOR	SI (obligatori adjudicació per agrupador)		
003					
Lents especials de cambra anterior i posterior					
999200776	A - Lent de PMMA per a cambra anterior de suport angular, diferents mides.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
999200778	A - Lent intraocular per a afaquia, per a cambra anterior o posterior de suport iridial/subjecció d'iris, biconvexa, rígida, diferents mides i diòptrics.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
999200779	A - Lent de cambra posterior aniridia plegable d'anclatge escleral , diferents rangs	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
999203469	A - Lent intraocular monofocal de cambra posterior acrílica plegable, hidròfoba, asfèrica, monobloc amb profunditat de camp ampliat, diferents rangs diòptrics.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
004					
Lents tòriques					
999201847	A - Tòrica. Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfòbica, monobloc: plat, asfèrica, precarregada, diferents rangs diòptrics.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
999201848	A - Tòrica. Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfòbica, monobloc: plat, asfèrica, no precarregada, diferents rangs diòptrics.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
999201849	A - Tòrica. Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfòbica, monobloc: c loop, asfèrica, no precarregada, diferents rangs diòptrics.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
999201850	A - Tòrica. Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfòbica, monobloc: c loop , asfèrica, precarregada, diferents rangs diòptrics.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
005					
Lents contacte terapèutica					
999200001	A - Lent de contacte terapèutica, de diferents rangs.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
006					
Dispositiu de drenatge major calibre					
999200059	A - Dispositiu de drenatge no valvulat per a glaucoma, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	3 PROVEÏDORS	
999201423	A - Dispositiu de drenatge valvulat per a glaucoma, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	1 PROVEÏDOR	
007					
MIGS amb implant (cirurgia glaucoma lleu o moderat mínimament invasiva)					
999201913	A - Dispositiu de drenatge mini shunt per a glaucoma, per a col·locació interna, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS	
008					
MIBS (cirurgia glaucoma formadora d'ampolla mínimament invasiva)					



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Lot/material	Descripció Lots/material	Obligatorietat/adjudicació	Obligatorietat/Descripció	Nombre adjudicatàris
999200060	A - Dispositiu de drenatge mini shunt per a glaucoma, per a col·locació externa, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	1 PROVEÏDOR
999203471	A - Dispositiu de drenatge micro shunt formador d'ampolles, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
009	Implants reabsorbibles i no reabsorbibles			
999201415	A - Implant de drenatge per a glaucoma reabsorbible, diferents tipus	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999203472	A - Implant mantenidors d'espais no absorbible, diferents tipus	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	1 PROVEÏDOR
010	Cirurgia de glaucoma mínimament invasiva amb làser			
999303087	A - Sonda làser per la cirurgia angular de glaucoma no reutilitzable, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	1 PROVEÏDOR
999303088	A - Sonda de ultrasons per la cirurgia de glaucoma, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	1 PROVEÏDOR
011	Microcatèter per a canaloplastia			
999303089	A - Microcatèter per a canaloplastia amb sistema de desplegament avançat, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
012	Sonda per a làser per ciclotocoagulació i micropulse			
999303090	A - Sonda per a làser per ciclotocoagulació i micropulse pel tractament del Glaucoma, diferents tipus	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	1 PROVEÏDOR
013	Olis de silicona			
999201419	A - Oli de silicona purificat d'alta densitat >=5000, diferents tipus	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201826	A - Oli de silicona purificat de baixa densitat <5000	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
014	Tintures per a cirurgies			
999300337	A-Tintures per a cirurgia de cataractes,vàries concentracions i vàries present	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300338	A-Tintures per a cirurgia de retina per a tinció d'ILM i membranes,vàries conc	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999303094	A-Tintures posteriors duals per a cirurgia oftàlmica,vàries concentracions i vàries presentacions	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
015	Perfluorocarbonis i cànules d'injecció			
999300336	A-Perfluorocarbonis per a cirurgia oftàlmica,vàries concentracions i vàries pr	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999302309	A - Cànules d'injecció perfluorocarboni, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
016	Gas (SF6 i C3F8)			
999300340	A - Equip gas unidos per a cirurgia oftàlmica, vitrectomia posterior,presentació amb xeringa precarregada,vàries concentracions i volums	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999303095	A - Equip gas unidos per a vitrectomia posterior,presentació en bombona i xeringa pre-ensablada amb filtre, vàries concentracions i volums	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
017	Segment/anell intracornial			
999201422	A - Segment/anell intracornial, diferents tipus i mides.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
018	Anells capsulars			
999201416	A - Anell de tensió capsular no injectable, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201912	A - Anell de tensió capsular injectable, precarregat, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
019	Procediment oculoplastia			
999200164	A - Implant de plati per a parpella, tots els pesos.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999200166	A - Implant d'or per a parpella, tots els pesos.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999200167	A - Equip ptosi PTFE, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999200539	A - Equip d'intubació minimonocanalicular nasolacrimal, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999200540	A - Taps vies lacrimals, diferents formes i mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999200541	A - Equip ptosi silicona, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201409	A - Banda oftàlmica implantable de silicona per a cerclatge amb sivella, diferents mides.	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201410	A - Sonda nasolacrimal, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201411	A - Equip d'intubació monocanalicular nasolacrimal, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201412	A - Implant vies lacrimals, diferents formes i mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201417	A - Làmina per a sol orbital, diferents materials i mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201974	A - Equip intubació bicanalicular nasolacrimal, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201979	A - Sonda intubació bicanalicular nasolacrimal, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300324	A - Cànules per a vies lacrimals, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300321	A - Equip per a vies lacrimals, diferents components i mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
020	Cànules i sondes làser			
9993000115	A - Cànules irrigació/aspiració 1 via, amb punta de silicona o policarbonat, per a vitrectomia posterior, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
9993000316	A - Cànules de cambra anterior, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
9993000317	A - Cànules d'hidrodissecció, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
9993000318	A - Cànules cistíom, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
9993000320	A - Cànules irrigació/aspiració, Simcoe, cambra anterior, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
9993000325	A - Cànules de rentat per a vies lacrimals, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
9993002318	A - Cànules irrigació solucions viscoelàstics vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
021	Altres material d'oftalmologia			
999300287	A - Cambra anterior artificial, diferents models	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300290	A - Agulles retrobulbars per a vitrectomia posterior, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300301	A - Lents rebutjables per a vitrectomia posterior, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300326	A - Retractador d'iris, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300328	A - Fluoroscèpia per a diagnòstic oftalmologia	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300329	A - Test de làgrima per a diagnòstic oftalmologia	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300332	A - Solució viscoelàstic cohesiu Hialuronat sòdic >1% presentació xeringa, diferents capacitats	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300333	A - Solució viscoelàstic cohesiu Hialuronat sòdic <=1% presentació xeringa, diferents capacitats	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999302310	A - Solució salina balancejada per a cirurgia oftàlmica <500ml, diferents presentacions	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999302317	A - Solució de riboflavina hipotònica per a tractament epitelial en xeringa, diferents concentracions	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
022	Articles per a queratoplastia			
999201418	A - Conformador petit	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201823	A - Conformador mitjà	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201824	A - Conformador gran	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300286	A - Trepans per a queratoplastia sense succió, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
9993002311	A - Trepans per a queratoplastia amb succió i graduables en profunditat, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
9993002312	A - Punxó per a queratoplastia amb succió, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
9993002313	A - Espàtules per a queratoplastia, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
023	Implants oculars			
999201414	A - Implant ocular no porós per a evisceracions/enucleacions, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201820	A - Implant ocular porós de poliuretà/polietilè per a evisceracions/enucleacions, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999201822	A - Implant ocular porós de hidroxiapatita per a evisceracions/enucleacions, diferents mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
024	Bisturi facoemulsificació			
999300350	A - Bisturi facoemulsificació Mic bimanual, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
999300351	A - Bisturi facoemulsificació estàndard, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	3 PROVEÏDORS
999302294	A - Bisturi/llanceta vitrectomia posterior, vàries mides	NO/AGRUPADOR	NO (Adjudicació per agrupador)	2 PROVEÏDORS
025	Prisma			
999300363	A - Prisma press-on 10 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300364	A - Prisma press-on 12 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300365	A - Prisma press-on 15 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300366	A - Prisma press-on 2 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300367	A - Prisma press-on 20 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300368	A - Prisma press-on 25 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300369	A - Prisma press-on 3 diòptries	SI/ adjudicació per lot		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFJQJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Lot/material	Descripció Lots/material	Obligatorieta/adjudicació	Obligatorieta/Descripció	Nombre adjudicatàris
999300370	A - Prisma press-on 30 diòptries	SI/ adjudicació per lot	SI/ADJUDICACIÓ PER LOT	1 PROVEÏDOR
999300371	A - Prisma press-on 35 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300372	A - Prisma press-on 4 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300373	A - Prisma press-on 40 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300374	A - Prisma press-on 5 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300375	A - Prisma press-on 6 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300376	A - Prisma press-on 7 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300377	A - Prisma press-on 8 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
999300378	A - Prisma press-on 9 diòptries	SI/ adjudicació per lot		
026	Protecció ocular i altre material d'oftalmologia			
30000290	Apòsit oftalmològic de 50x70mm amb forma anatòmica i una capa gruixuda de cotó hidròfil envoltat per una funda de teixit sense teixir, estèril,	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30000310	Apòsit oftalmològic de teixit sense teixir 4,7x6,7cm,amb compresa central,adhesiu d'alta tolerància dèrmica,oclusiu,hipoalèrgic,permeable a l'aire i al vapor d'aigua,elasticitat en sentit vertical del suport,estèril,ús pediàtric,lliure de làtex i Ftalats	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30000311	Apòsit oftalmològic de teixit sense teixir 5,5x7,6cm,amb compresa central,adhesiu d'alta tolerància dèrmica,oclusiu,hipoalèrgic,permeable a l'aire i al vapor d'aigua,elasticitat en sentit vertical del suport,estèril,ús pediàtric,lliure de làtex i Ftalats	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30001841	Protector ocular de plàstic rígid transparent de forma anatòmica, perforat, de 7,5 x 6,5 cm (3 x 2 1/2") estèril, d'un sol ús.	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30008346	Blefarostat oftàlmic, un sol ús	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30008520	Protector ocular de plàstic rígid per a cirurgia periorbitària, opac, color negre. Mida 23,5 x 21,5mm+/-5mm. Autoclavable.	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30018813	Ullera de material plàstic per a prova d'estereopsis (percepció de profunditat ocular), color verd-vermell	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30022284	Gel oftalmològic d'hidroxietilcel·lulosa per a gonioscòpia (interfase: gonioscopi i ull del pacient). Envàs de 0,5 grams. Estèril	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30029962	Hemosteta oftalmològica absorbent de cel·lulosa quirúrgica, en forma de llanceta triangular amb mànec, estèril.	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30031828	Hemosteta oftalmològica absorbent de cel·lulosa quirúrgic, sense desprendiment de partícules, en forma de llanceta arrodonida, amb mànec. Per a queratoplastia lamelar. Estèril.	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30034109	Fragmentador/chopper de nuclei de 45º. Punta en angle de 90º, llargària d'1,5 mm, llargària de tall de 6 mm. Estèril.	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30034411	Anell de silicona per a establitzar lents de vitrectomia, sense sutura, per a diferents diàmetres corneals, estèril, un sol ús	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30038737	Hemosteta oftalmològica punta PVA longitud 1,8cm, en forma de llanceta, sense desprendiment de partícules, amb mànec, llargària total 7cm. Per a glaucoma. Estèril, un sol ús	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30043468	Protector/conus puntes tipus OcuFilm+ compatibles amb tonòmetre aplanació,de mà,per mesura PIO Tono-Pen o equivalent,no estèril,un sol ús	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30050856	Apòsit oftalmològic de paper porós de fibres de rayon , pediàtric, mida 4,8x6,3cm +/-0,2cm, amb compresa central encoixinat, adhesiu transpirable reposicionant, oclusiu, hipoalèrgic, lliure de làtex	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30051180	Apòsit oftalmològic de paper porós de fibres de rayon, pediàtric, mida 5,7x8,3cm +/-0,2cm, amb compresa central encoixinat, adhesiu transpirable reposicionant, oclusiu, hipoalèrgic, lliure de làtex	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30051671	Apòsit oftalmològic de teixit sense teixir amb vores adhesives, mida 3,7cm x 9,3cm +/-0,5cm per a oclusió de la parpella, amb finestra central transparent, estèril, d'un sol ús.	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30052794	Conus/Prisma de mesura PIO tipus TonoSafe,compatibles amb tots els tonòmetres aplanació d'aplicació Goldmann AT-900 o equivalent,no estèril,un sol ús	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30054234	Sonda tipus TP01 de filferro metàl·lic daurat i punta de plàstic grau mèdic per a tonometria de contacte,per mesurar PIO alta precisió,no estèril, un sol ús, envàs individual 100.Compatible amb tonòmetre de mà iCare models IC100, IC200 i TA01 o equiv	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30058891	Sonda tipus TP01 de filferro metàl·lic daurat i punta de plàstic grau mèdic per a tonometria de contacte,per mesurar PIO alta precisió,no estèril, un sol ús, envàs individual 600.Compatible amb tonòmetre de mà iCare models IC100, IC200 i TA01 o equiv	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30060062	Equip per a recollida de membranes de fibrina, coàgul ric en factors decreixement i col·liri ric en factors de creixement per a tractament autòleg compost per: tubs i material d'extracció de sang , equip de fraccionament òptic, equip d'aplicació i equip de cirurgia. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30061138	Apòsit oftalmològic teixit sense teixir amb vores autoadhesives,mida 68mmx96mm +/-0,5cm per a protecció i hidratació de l'ull,amb finestra central 100% PETG transparent,estèril,un sol ús.	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30064037	Dispositiu per preparar i emmagatzematge d'aliquotes de col·liri de component sanguini.Compost:vials,via amb connex L-Lock i clau,filtre antimicrobià hidròfob,tap a/membrana antibact,contenedor isoterm.Estèril.Un sol ús	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
30068667	Equip/kit monouís individual per a obtenció de col·liri autòleg amb factors de creixement compost Safata1: 8tubs amb tapa i buit,volum8,6ml,amb solució citrat 3,8%+equip recoleccio sang.,Safata2:sistema aspiració plasma+2tubs obtencio PRP amb buit manual (1 inclou èmbol),Safata3:32dispensadors 1ml,2filtres esterilitzador 0,22um,2agulles 21G,1capsula activador,1roda accionadora,gradilla de dispensadors,coberta de la gradilla de dispensadors,estèril.	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR
027	Procediment cataractes i corneal			
30053136	Anell de succió (clip) + interface pacient (con) per a cirurgia de cataractes, refractiva i terapèutica, polimetilmetacrilat i silicona, estèril.Compatible amb plataforma làser Femtosecond Victus 125 o equivalent	NO/Adjudicació per codi material	NO (Adjudicació per codi material)	1 PROVEÏDOR



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94E032PIKJZFJ0JP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 31 de 59

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 32 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46642411K	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 06.07.2026 HORA: 12:32:23 PÀGINA: 1 / 18
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30000290
Descripció tècnica: Apòsit oftalmològic de 50x70mm amb forma anatòmica i una capa gruixuda de cotó hidròfil envoltat per una funda de teixit sense teixir, estèril,		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30000310
Descripció tècnica: Apòsit oftalmològic de teixit sense teixir 4,7x6,7cm, amb compresa central ,adhesiu d'alta tolerància dèrmica,oclusiu,hipoalèrgic,permeable a l'aire i al vapor d'aigua,elasticitat en sentit vertical del suport,estèril,ús pediàtric,lliure de làtex i Ftalats,sobres individuals		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30000311
Descripció tècnica: Apòsit oftalmològic de teixit sense teixir 5,5x7,6cm, amb compresa central ,adhesiu d'alta tolerància dèrmica,oclusiu,hipoalèrgic,permeable a l'aire i al vapor d'aigua,elasticitat en sentit vertical del suport,estèril,ús pediàtric,lliure de làtex i Ftalats,sobres individuals		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30001841
Descripció tècnica: Protector ocular de plàstic rígid transparent de forma anatòmica, perforat, de 7,5 x 6,5 cm (3 x 2 1/2"), estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30008346
Descripció tècnica: Blefarostat oftàlmic, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30008520
Descripció tècnica: Protector ocular de plàstic rígid per a cirurgia periorbitària, opac, color negre. Mida 23,5 x 21,5mm Autoclavable.		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30018813
Descripció tècnica: Ullera de material plàstic per a prova d'estereopsis (percepció de profunditat ocular), color verd-vermell		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30022284
Descripció tècnica: Gel oftalmològic d'hidroxiethylcel·lulosa per a gonioscòpia (interfase: g onioscopi i ull del pacient). Envàs de 0,5 grams. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30029962
Descripció tècnica: Hemosteta oftalmològica absorbent de cel·lulosa quirúrgica, en forma de llanceta triangular amb mànec, estèril.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46642411K	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 06.07.2026 HORA: 12:32:23 PÀGINA: 2 / 18
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30031828
Descripció tècnica: Hemosteta oftalmològica absorbent de cel·lulosa quirúrgic, sense desprendiment de partícules, en forma de llanceta arrodonida, amb mànec. Per a queratoplastia lamelar. estèril.		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30034109
Descripció tècnica: Fragmentador/chopper de nucli de 45°. Punta en angle de 90°, llargària d '1,5 mm, llargària de tall de 6 mm. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30034411
Descripció tècnica: Anell de silicona per a estabilitzar lents de vitrectomia, sense sutura, per a diferents diàmetres cornials, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30038737
Descripció tècnica: Hemosteta oftalmològica punta PVA longitud 1,8cm, en forma de llanceta, sense desprendiment de partícules, amb mànec, llargària total 7cm. Per a glaucoma. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30043468
Descripció tècnica: Protector/conus puntes tipus OcuFilm+ compatibles amb tonòmetre aplanació ,de mà,per mesura PIO Tono-Pen o equivalent,no estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30050856
Descripció tècnica: Apòsit oftalmològic de paper porós de fibres de rayon , pediàtric, mida 4,8x6,3cm +/-0,2cm, amb compresa central encoixinat, adhesiu transpirabl e reposicionant, oclusiu, hipoalèrgic, lliure de làtex		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30051180
Descripció tècnica: Apòsit oftalmològic de paper porós de fibres de rayon, pediàtric, mida 5,7x8,3cm +/-0,2cm, amb compresa central encoixinat, adhesiu transpirabl e reposicionant, oclusiu, hipoalèrgic, lliure de làtex		
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30051671
Descripció tècnica: Apòsit oftalmològic de teixit sense teixir amb vores adhesives, mida 3,7 cm x 9,3cm +/-0,5cm per a oclusió de la parpella, amb finestra central t ransparent, estèril, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46642411K			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 06.07.2026 HORA: 12:32:23 PÀGINA: 3 / 18
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30052794	Descripció tècnica: Conus/Prisma de mesura PIO tipus TonoSafe,compatibles amb tots els tonòmetres d'aplicació Goldman AT-900 o equivalent,no estèril,un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30053136	Descripció tècnica: Anell de succió (clip) + interface pacient (con) per a cirurgia de cataractes, refractiva i terapèutica, polimetilmetacrilat i silicona, estèril.Compatible amb plataforma làser Femtosecond Victus 125 o equivalent			
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30054234	Descripció tècnica: Sonda tipus TP01 de filferro metàl·lic daurat i punta de plàstic grau mèdic per a tonometria de contacte,per mesurar PIO alta precissió,no estèril, un sol ús, envàs individual 100.Compatible amb tonòmetre de mà iCare models IC100, IC200 i TA01 o equivalent			
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30058891	Descripció tècnica: Sonda tipus TP01 de filferro metàl·lic daurat i punta de plàstic grau mèdic per a tonometria de contacte,per mesurar PIO alta precissió,no estèril, un sol ús, envàs individual 600.Compatible amb tonòmetre de mà iCare models IC100, IC200 i TA01 o equivalent			
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30060062	Descripció tècnica: Equip per a recollida de membranes de fibrina, coàgul ric en factors decreixement i col·liri ric en factors de creixement per a tractament autòleg compost per: tubs i material d'extracció de sang , equip de fraccionament òptic, equip d'aplicació i equip de cirurgi a. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30061138	Descripció tècnica: Apòsit oftalmològic teixit sense teixir amb vores autoadhesives,mida 68mmx96mm +/-0,5cm per a protecció i hidratació de l'ull,amb fi nestra central 100% PETG transparent,estèril,un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30064037	Descripció tècnica: Dispositiu per preparació i emmagatzematge d'alíquotes de col·liri de component sanguini (admin factors creixement de plaquetes, rep arac i tractam superf ocul).Compost:vials,via amb connex L-Lock i clau,filtre antimicrobià hidròfob,tap a/membrana antibact,contenid or isotherm.Estèril.Un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101477429	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30068667	Descripció tècnica: Equip/kit monoús individual per a obtenció de col·liri autòleg amb factors de creixement compost Safatal: 8tubs amb tapa i buit,volu m8,6ml,amb solució citrat 3,8%+equip recoleccio sang,.Safata2:sistema aspiració plasma+2tubs obtencio PRP amb buit manual (1 inclou èmbol).Safata3:32dispensadors 1ml,2filtres esterilitzador 0,22um,2agulles 21G,1capsula activador,1roda accionadora,gradilla de dispe nsadors,coberta			

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 4 / 18

de la gradilla de dispensadors,estèril.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 999200001

Descripció tècnica:

A - Lent de contacte terapèutica, de diferents rangs.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 999200059

Descripció tècnica:

A - Dispositiu de drenatge no valvulat per a glaucoma, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999200060

Descripció tècnica:

A - Dispositiu de drenatge mini shunt per a glaucoma, per a col·locació externa, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999200164

Descripció tècnica:

A - Implant de platí per a parpella, tots els pesos.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999200166

Descripció tècnica:

A - Implant d'or per a parpella, tots els pesos.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999200167

Descripció tècnica:

A - Equip ptosi PTFE, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999200539

Descripció tècnica:

A - Equip d'intubació minimonocanalicular nasolacrimal, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999200540

Descripció tècnica:

A - Taps vies lacrimals, diferents formes i mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999200541

Descripció tècnica:

A - Equip ptosi silicona, diferents mides



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 36 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 5 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999200776

Descripció tècnica:

A - Lent de PMMA per a cambra anterior de suport angular, diferents mides s.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999200778

Descripció tècnica:

A - Lent intraocular per a afàquia, per a cambra anterior o posterior de suport iridià/subjecció d'iris, biconvexa, rígida, diferents mides i diòptries.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999200779

Descripció tècnica:

A - Lent de cambra posterior anirídia plegable d'anclatge escleral, diferents rangs

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999201409

Descripció tècnica:

A - Banda oftàlmica implantable de silicona per a cerclatge amb sivella, diferents mides.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999201410

Descripció tècnica:

A - Sonda nasolacrimonial, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999201411

Descripció tècnica:

A - Equip d'intubació monocanalicular nasolacrimonial, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999201412

Descripció tècnica:

A - Implant vies lacrimals, diferents formes i mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999201414

Descripció tècnica:

A - Implant ocular no porós per a evisceracions/enucleacions, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999201415

Descripció tècnica:

A - Implant de drenatge per a glaucoma reabsorbible, diferents tipus



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 37 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 6 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999201416

Descripció tècnica:

A - Anell de tensió capsular no injectable, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999201417

Descripció tècnica:

A - Làmina per a sòl orbital, diferents materials i mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 999201418

Descripció tècnica:

A - Conformador petit

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 999201419

Descripció tècnica:

A - Oli de silicona purificat d'alta densitat ≥ 5000 , diferents tipus

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 999201422

Descripció tècnica:

A - Segment/anell intracornial, diferents tipus i mides.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 999201423

Descripció tècnica:

A - Dispositiu de drenatge valvulat per a glaucoma, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 999201818

Descripció tècnica:

A - Lent intraocular de cambra posterior en sulcus acrílica plegable, 3 peces, no precarregada, diferents rangs diòptrics.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 999201819

Descripció tècnica:

A - Lent intraocular de cambra posterior en sulcus acrílica plegable, 3 peces, precarregada, diferents rangs diòptrics.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 999201820

Descripció tècnica:

A - Implant ocular porós de poliuretà/polietilè per a evisceracions/enucleacions, diferents mides



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 38 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 7 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 999201822

Descripció tècnica:

A - Implant ocular porós de hidroxiapatita per a evisceracions/enucleacions, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 999201823

Descripció tècnica:

A - Conformador mitja

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999201824

Descripció tècnica:

A - Conformador gran

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999201826

Descripció tècnica:

A - Oli de silicona purificat de baixa densitat <5000

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999201847

Descripció tècnica:

A - Tòrica. Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfòbica, monobloc: plat, esfèrica, precarregada, diferents rangs diòptrics.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 999201848

Descripció tècnica:

A - Tòrica. Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfòbica, monobloc: plat, esfèrica, no precarregada, diferents rangs diòptrics.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999201849

Descripció tècnica:

A - Tòrica. Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfòbica, monobloc: c loop, esfèrica, no precarregada, diferents rangs diòptrics.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999201850

Descripció tècnica:

A - Tòrica. Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfòbica, monobloc: c loop, esfèrica, precarregada, diferents rangs diòptrics.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 39 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 8 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999201912

Descripció tècnica:

A - Anell de tensió capsular injectable, precarregat, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999201913

Descripció tècnica:

A - Dispositiu de drenatge mini shunt per a glaucoma, per a col·locació interna, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 999201974

Descripció tècnica:

A - Equip intubació bicanalicular nasolacrimal, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 999201979

Descripció tècnica:

A - Sonda intubació bicanalicular nasolacrimal, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 999203466

Descripció tècnica:

A - Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfoba, a esfèrica, monobloc no precarregada

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 999203467

Descripció tècnica:

A - Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfoba, a esfèrica, monobloc precarregada

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 999203468

Descripció tècnica:

A - Lent intraocular de cambra posterior acrílica plegable, hidròfila, a esfèrica, monobloc precarregada i no precarregada

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 999203469

Descripció tècnica:

A - Lent intraocular monofocal de cambra posterior acrílica plegable, h idròfoba, asfèrica, monobloc amb profunditat de camp ampliat, diferents rangs diòptrics.

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 999203471

Descripció tècnica:

A - Dispositiu de drenatge micro shunt formador d'ampolles, diferents mi des



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 40 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 9 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 999203472

Descripció tècnica:

A - Implant mantenadors d'espais no absorbible, diferents tipus

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 999300107

Descripció tècnica:

A - Solució viscoelàstic dual cohesiu-cohesiu #densitat >/=1,4% presentació 1 ó 2 xeringa, diferents capacitats

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 999300111

Descripció tècnica:

A - Equip accessoris per a cirurgia de facoemulsificació estàndard

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 999300115

Descripció tècnica:

A - Cànules irrigació/aspiració 1 via, amb punta de silicona o policarbonat, per a vitrectomia posterior, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 999300120

Descripció tècnica:

A - Punta hemostàsia diatèrmica en facoemulsificació, vàries mides i formes

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 999300129

Descripció tècnica:

A - Cànules d'infusió per a vitrectomia posterior, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 999300156

Descripció tècnica:

A - Solució salina balancejada per a cirurgia de cataractes, diferents presentacions

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 999300188

Descripció tècnica:

A - Punta/agulla per a facoemulsificació petita incissió MIC, vàries mides i formes

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 999300244

Descripció tècnica:

A - Equip per a vitrectomia combinada 25G 27G, diferents models



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 41 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 10 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 999300246

Descripció tècnica:

A - Cànules d'injecció-extracció líquits viscosos alt flux per a vitrectomia posterior, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 999300282

Descripció tècnica:

A - Punta hemostàsia diatèrmica en vitrectomia posterior, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 999300286

Descripció tècnica:

A - Trepans per a queratoplàstia sense succió, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 999300287

Descripció tècnica:

A - Cambra anterior artificial, diferents models

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 999300290

Descripció tècnica:

A - Agulles retrobulbars per a vitrectomia posterior, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 999300291

Descripció tècnica:

A - Sonde l  ser corbada i punta flexible, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 999300292

Descripció tècnica:

A - Sonde l  ser amb llum direccional, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 999300293

Descripció tècnica:

A - Sonde I.luminaci   camp ampli, 23G, 25G, 27G, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 999300297

Descripció tècnica:

A - Tr  cars amb taps esclerals rebutjables, varies mides



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barrag  n 07/07/2026

Document electr  nic garantit amb signatura electr  nica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electr  nic / C  pia electr  nica aut  ntica

CODI SEGUR DE VERIFICACI  



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creaci   c  pia:
04/08/2026 15:00:52

P  gina 42 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 11 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 999300298

Descripció tècnica:

A - Tubs per a vitrectomia combinada, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 999300301

Descripció tècnica:

A - Lents rebutjables per a vitrectomia posterior, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 999300303

Descripció tècnica:

A - Equip injecció i extracció d'oli de silicona vitrectomia posterior

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 999300304

Descripció tècnica:

A - Equip fragmentació per a vitrectomia posterior

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 999300306

Descripció tècnica:

A - Equip per a vitrectomia posterior 23G, diferents models

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 999300307

Descripció tècnica:

A - Equip per a vitrectomia posterior 25G i/o 27G, diferents models

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 999300308

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 999300312

Descripció tècnica:

A - Vitrectomia anterior per a cataractes

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 999300315

Descripció tècnica:

A - Tubs irrigació/pressió per a cataractes, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 999300316



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 43 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 12 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 999300317

Descripció tècnica:

A - Cànules d'hidrodissecció, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 999300318

Descripció tècnica:

A - Cànules cistitotom, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 999300320

Descripció tècnica:

A - Cànules irrigació/aspiració, Simcoe, cambra anterior, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 999300321

Descripció tècnica:

A - Cànules irrigació/aspiració doble via cambra anterior, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 999300322

Descripció tècnica:

A - Equip accessoris per a cirurgia de facoemulsificació de petita incissió

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 999300324

Descripció tècnica:

A - Cànules per a vies lacrimals, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 999300325

Descripció tècnica:

A - Cànules de rentat per a vies lacrimals, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 999300326

Descripció tècnica:

A - Retractor d'iris, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 999300328

Descripció tècnica:

A - Fluorosceïna per a diagnòstic oftalmologia



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 44 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 13 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 999300329

Descripció tècnica:

A - Test de llàgrima per a diagnòstic oftalmologia

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 999300331

Descripció tècnica:

A - Solució viscoelàstic Hidroxipropilmetilcel·lulosa dispersiu #densitat </=2% presentació xeringa, diferents capacitats

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 999300332

Descripció tècnica:

A - Solució intraocular d'alta viscositat per cirurgia oftalmològica, diferents concentracions

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 999300333

Descripció tècnica:

A - Solució viscoelàstic cohesiu Hialuronat sòdic </=1% presentació xeringa, diferents capacitats

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 999300334

Descripció tècnica:

A - Solució viscoelàstic dual cohesiu-dispersiu diferents concentracions, presentació 1 ó 2 xeringa, diferents capacitats

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 999300336

Descripció tècnica:

A-Perfluorocarbonis per a cirurgia oftàlmica, vàries concentracions i vàries presentacions

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 999300337

Descripció tècnica:

A-Tintures per a cirurgia de cataractes, vàries concentracions i vàries presentacions

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 999300338

Descripció tècnica:

A-Tintures per a cirurgia de retina per a tinció d'ILM i membranes, vàries concentracions i vàries presentacions

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 999300340

Descripció tècnica:

A - Equip gas unidosi per a cirurgia oftàlmica, vitrectomia posterior, presentació amb xeringa precarregada, vàries concentracions i volums



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 45 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 14 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 999300350

Descripció tècnica:

A - Bisturí facoemulsificació Mic bimanual, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 999300351

Descripció tècnica:

A - Bisturí facoemulsificació estàndard, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 999300353

Descripció tècnica:

A - Punta-pinça rebutjable per a mànecs reutilitzables vitrectomia post, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 999300354

Descripció tècnica:

A - Punta-tisora rebutjable per a mànecs reutilitzables vitrectomia post, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 999300355

Descripció tècnica:

A - Pinça amb mànec rebutjable per a vitrectomia posterior, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 999300363

Descripció tècnica:

A - Prisma press-on 10 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 999300364

Descripció tècnica:

A - Prisma press-on 12 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 999300365

Descripció tècnica:

A - Prisma press-on 15 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 999300366

Descripció tècnica:

A - Prisma press-on 2 diòptries



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 46 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 15 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 999300367

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 20 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 999300368

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 25 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 999300369

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 3 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 999300370

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 30 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 999300371

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 35 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 999300372

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 4 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 999300373

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 40 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 999300374

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 5 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 999300375

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 6 diòptries



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 47 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 16 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 999300376

Descripció tècnica:
A-Prisma press-on 7 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 999300377

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 8 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 999300378

Descripció tècnica:
A - Prisma press-on 9 diòptries

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 999302288

Descripció tècnica:
A - Sondes I.luminació focal, 23G, 25G, 27G, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 999302289

Descripció tècnica:
A - Sondes d'il.luminació endocular amb irrigació per a vitrectomia posterior 23G/25G/27G, diferents models

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 999302291

Descripció tècnica:
A - Equip per a vitrectomia combinada 23G, diferents models

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 999302293

Descripció tècnica:
A - Vitreotom posterior 23G, diferents models

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 999302294

Descripció tècnica:
A - Bisturi/llanceta vitrectomia posterior, varies mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 999302295

Descripció tècnica:
A - Tisora amb mànec rebutjable per a vitrectomia posterior, varies mides



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 48 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 17 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 999302309

Descripció tècnica:

A - Cànules d'injecció perfluorocarboni, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 999302310

Descripció tècnica:

A - Solució salina balancejada per a cirurgia oftàlmica <500ml, diferents presentacions

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 999302311

Descripció tècnica:

A - Trepanys per a queratoplàstia amb succió i graduables en profunditat, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 999302312

Descripció tècnica:

A - Punxó per a queratoplàstia amb succió, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 999302313

Descripció tècnica:

A - Espàtules per a queratoplàstia, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 999302315

Descripció tècnica:

A - Sondes amb llum tipus Chandelier, 23G, 25G i 27G, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 999302317

Descripció tècnica:

A - Solució de riboflavina hipotònica per a tractament epitelial en xeringa, diferents concentracions

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 999302318

Descripció tècnica:

A-Cànules irrigació solucions viscoelàtics vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 999302558

Descripció tècnica:

A - Vitreotom posterior 25G i/o 27G, diferents models



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 49 de 59

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.07.2026
HORA: 12:32:23
PÀGINA: 18 / 18

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 999303082

Descripció tècnica:

A - Sonde làser direccional, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 999303083

Descripció tècnica:

A - Sonde làser amb llum corbada i punta flexible, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 999303087

Descripció tècnica:

A-Sonda làser per la cirurgia angular de glaucoma no reutilitzable, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 999303088

Descripció tècnica:

A-Sonda de ultrasons per la cirurgia de glaucoma, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 999303089

Descripció tècnica:

A- Microcatéter per a canaloplastia amb sistema de desplegament avançat, diferents mides

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 999303090

Descripció tècnica:

A-Sonda per a làser per ciclofotocoagulació i micropulse pel tractament del Glaucoma, diferents tipus

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 999303094

Descripció tècnica:

A-Tintures posteriors duals per a cirurgia oftàlmica, vàries concentracions i vàries presentacions

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 999303095

Descripció tècnica:

A - Equip gas unidosi per a vitrectomia posterior, presentació en bombona i xeringa pre-ensablada amb filtre, vàries concentracions i volums

SOL.COMANDA: 1101477429 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 999303121

Descripció tècnica:

A - Equip per a vies lacrimals, diferents components i mides



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 50 de 59

ANNEX D2

Product Data



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 51 de 59

ANNEX D3

Fitxa resum Judici de Valor



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 52 de 59

**ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques
a valorar per l'aplicació del criteris objectius**

**El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de
Contractació Pública**



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 53 de 59

S'ha d'omplir l'excel "ANNEX_D4_1101477429"

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la *Plataforma* i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya PROVEÏDOR

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP									
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI									
Proveïdor										
NIF										
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B									
Número oferta Variant:										

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Proveïdor*

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Proveïdor*

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 54 de 59

2. Pestanya LOT i/o LOTS

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya LOT

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya LOT

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

• LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT:

Per al lot/lots en què es presenta oferta a la totalitat dels articles que inclou o a una part, en cada línia de material cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI = tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO = els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la Fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/106/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 12, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la Fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			30 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
3000046	Bata alta protecció cirurgica, TST, total resistència penetració líquida i transpiració, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segellades sense cost, zona crítica. Mida M, llarg 113cm, 2 enxugam, 1 úre late, estèril, 50c.	No			
3000047	Bata alta protecció cirurgica, TST, total resistència penetració líquida i transpiració, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segellades sense cost, zona crítica. Mida L, llarg 142cm, 2 enxugam, 1 úre late, estèril, 50c.	SI	SI	SI	No

• LOT EN QUÈ NO ES PRESENTA OFERTA A LA SEVA TOTALITAT (CAP OFERTA):

En els lots en què no es presenta cap oferta es pot **eliminar** la pestanya, o full, del LOT de l'arxiu d'excel (només es deixen els lots que tenen oferta) (Fig. 1), i, **en cap cas, s'haurà d'amagar el full del llibre ja que impedeix la càrrega correcta de la informació, al sistema de treball (Fig. 2).**

Exemple:

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
	Emulsió amb àcid

(figura 1)

Expedient	TRAMITANT AGREGAT DE CATI
Descripció	
Proveïdor	409019010
T. Oferta (E, Base, V, Variant)	B
Nombre oferta Variant	

(figura 2)



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 55 de 59

ANNEX X- Estructura del codi agrupador



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 56 de 59

ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES

Estructura del catàleg	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
GRUP D'ARTICLES	Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs	Desfibril·ladors implantables	Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs
CODI AGRUPADOR	999200129 Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	999200025 Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	999400022 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm
CODI SAP	20031235 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678	20018300 Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001	40000235 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG
	20003442 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679	20004543 Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB
	20003444 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22 CRONOS 45680	20005526 Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25
	20029875 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324		
	20029876 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325		



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 57 de 59

CONFIGURACIÓ/ESTRUCTURA D'UN CONCURS AMB CODIS AGRUPADORS

- Configurat per lots
- Articles per codi agrupador
- Import de licitació: preu màxim o de referència per a tots els productes que es presentin contra el codi agrupador

EXEMPLES

LOT 1- Endopròtesi coronàries amb alliberament de fàrmacs

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat at total	Import licitació
1		939200129	A - Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	200	1.650,00

LOT 1- Destribil·ladors implantables

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat at total	Import licitació
1		939200025	A - Destribil·lador implantable monocular, amb diferents nivells de prestacions	45	21.500,00

ESQUEMA PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES BASE I VARIANTS DE CODIS AGRUPADORS

- Possibilitat de presentació d'ofertes: oferta base i variants
- Número de variants limitat o il·limitat segons s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques i en la caràtula del plec de clàusules administratives
- Tipologia de l'oferta base i/o variants: gammes de productes diferenciades, condicions econòmiques diferents per a productes d'una mateixa gamma (per exemple, condicions econòmiques diferenciades segons rang de mides), etc.

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 20 a 25mm	1.550,00

Cadascuna de les ofertes per codi agrupador (oferta base, variant 1, variant 2, etc.) inclouran totes les referències de la gamma corresponent, d'acord amb les característiques essencials i/o diferenciadores. L'import unitari per a totes i cadascuna d'aquestes referències incloues en un codi agrupador i tipus d'oferta serà el mateix. Les referències que s'inclouen per cada codi agrupador i tipus d'oferta es relacionen en el quadre de la pestanya de l'oferta econòmica.

OFERTA VARIANT 1

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 25 a 30mm	1.590,00

Ofertes diferenciades d'una mateixa gamma per condicions econòmiques diferents

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	BIO PLUS K	De diàmetre 2/3mm i totes les llargària de 20 a 40mm	1.645,00

Ofertes diferenciades per diferent gamma de productes

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005	MONO B	Monocular bàsic	19.000,00

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005A	MONO PLUS	Monocular, transmissió de dades...	21.500,00



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 58 de 59



ANNEX F

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
07/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FP94EO32PIKJZFIOJP53EW7JLXCQ2FL

Data creació còpia:
04/08/2026 15:00:52

Pàgina 59 de 59