

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL
DE REPROCESSAMENT D'ENDOSCOPIES PER AL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL COMARCAL
D'AMPOSTA, SAM, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

Exp. HCA 006/2026

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

1. ENTITAT CONTRACTANT	3
2. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
3. EQUIPAMENT A INSTAL·LAR PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI	4
4. MATERIAL FUNGIBLE	13
5. ENDOSCOPIS DE L'HCA	15
6. VISITA AL CENTRE	15
7. RH, SEGURETAT I SALUT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	15
8. UNIFORMITAT	17
9. RESPONSABILITATS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES I DE L'ENTITAT CONTRACTANT ..	18
10. DEURE DE CONFIDENCIALITAT	19
11. NORMATIVA	21

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

ASSUMPTE: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE REPROCESSAMENT D'ENDOSCOPIS PER AL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

1. ENTITAT CONTRACTANT

SOCIETAT / ENTITAT JURÍDICA CONTRACTANT			
DENOMINACIÓ	NIF	DOMICILI	POBLACIÓ
Hospital Comarcal d'Ampostà, SAM (HCA)	A - 43282334	C/ Jacint Verdaguer, 11 -13	43870 Ampostà

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del present contracte la prestació del servei integral de reprocessament d'endoscòpis per al Bloc Quirúrgic de **l'Hospital Comarcal d'Ampostà, SAM** (en endavant HCA), que ha d'incloure:

- Instal·lació, posada en marxa i calibratge de dues màquines de rentat d'endoscòpis i d'un armari d'assecat i emmagatzematge durant el termini d'execució del contracte. Aquest equipament s'instal·larà a les dependències de l'Hospital Comarcal d'Ampostà en el termini màxim de 15 dies, a comptar des de la formalització del contracte, juntament amb tots els sistemes addicionals, dispositius i accessoris necessaris per a un total i correcte funcionament.

La instal·lació dels nous equips inclourà aquells treballs que hagin de realitzar-se per la seva connexió amb les instal·lacions actualment existents o de les seves possibles adaptacions. S'entén també com a equip, tots els accessoris de programari i actualitzacions necessàries per al correcte funcionament, així com llicències d'ús.

- Manteniment integral (tot risc) dels equips cedits durant tota la vigència del contracte, així com de tots els seus components, accessoris i sistemes que inclourà tots els aspectes detallats a l'apartat 3.7 d'aquest PPT.
- Formació dels professionals de les àrees i serveis implicats d'acord amb la bona pràctica en ús, per garantir un ús adequat de l'equipament.
- Subministrament, implantació, manteniment i actualització d'un sistema informàtic integral de gestió i traçabilitat del reprocessament d'endoscòpis flexibles.
- Subministrament del material fungible necessari per a l'ús de la màquina i realització del servei de rentat d'endoscòpis, que comprèn tots els materials i productes (detergents i desinfectants) necessaris per al rentat amb la qualitat requerida en aquest PPT.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

3. EQUIPAMENT A INSTAL·LAR PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

3.1 Prescripcions generals

Els equips a subministrar hauran de complir amb les especificacions i característiques establertes com a mínimes en els apartats següents.

Els licitadors aportaran la documentació descriptiva de les característiques, tant de la rentadora com de l'armari oferts, a fi de comprovar que aquests compleixen amb els requisits mínims establerts en aquest plec. La falta d'informació sobre les característiques tècniques de l'equip que impedeixi contrastar la seva adequació als requeriments tècnics descrits en el present plec serà objecte d'exclusió.

Les empreses licitadores inclouran en el Sobre B la següent documentació tècnica:

- Fitxa tècnica dels equips oferts, en la qual hauran d'estar especificades les seves característiques tècniques, atenent a les mínimes establertes en aquest PPT, així com tots els accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip.
- Fitxa tècnica del material fungible necessari per a la realització dels cicles de rentat.
- Certificat CE i Declaració de Conformitat, tant de l'equip com del fungible.
- Fitxa tècnica i manual d'usuari del software de traçabilitat de dades del reprocessament.
- Un pla de formació dels professionals de les àrees i serveis implicats d'acord amb la bona pràctica en ús dels equips, que es portarà a terme en data posterior al lliurament dels mateixos. Aquesta formació haurà de realitzar-se de forma presencial.
- Un programa de manteniment preventiu, correctiu, predictiu i tècnic legal dels equips cedits, segons la normativa vigent que es durà a terme durant la vigència del contracte, i que haurà de respectar les instruccions marcades pel fabricant. S'haurà d'especificar:
 - El calendari d'operacions de manteniment preventiu que es faran anualment i que ha d'incloure revisions de seguretat elèctrica i funcional a efectuar.
 - El calendari d'operacions de manteniment normatiu o de seguretat.
 - Protocol a seguir en situacions de necessitat de dur a terme operacions de manteniment correctiu.
 - Informes tècnics periòdics a lliurar al departament de manteniment.
 - Informació de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.

A més a més, conjuntament amb la documentació tècnica esmentada, les entitats licitadores han de presentar els seus equips a la sessió de demostració descrita a la **clàusula 18.2 b) del Plec de Clàusules Administratives Particulars**, i que servirà per determinar la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor indicats a l'apartat J.2 del Quadre de Característiques. **La no assistència de les empreses licitadores a la demostració suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.**

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

3.2 Màquines de rentat i desinfecció

3.2.1 Requeriments tècnics

Les màquines de rentat d'endoscòpis ofertes per les entitats licitadores han de complir amb les següents característiques mínimes:

- Les màquines de rentat d'endoscòpis han de garantir la neteja i desinfecció de qualsevol endoscopi flexible, tant per dins com per fora dels tubs.
- Han de disposar de càmera asíncrona amb capacitat per un endoscopi flexible.
- El sistema de càrrega dels endoscòpis ha de ser superior i ha de permetre la introducció directa de l'endoscopi a la càmera de rentat per raons d'ergonomia, seguretat i per minimitzar l'esforç físic de l'operador.
- Temperatura del procés de màxim 40°C per allargar la vida útil dels endoscòpis.
- Han de disposar d'un sistema de detecció de fuites al principi del cicle i durant tot el cicle, per optimitzar el flux de treball i eficiència dels processos.
- Han de permetre el control independent de canals de l'endoscopi durant tot el cicle amb traçabilitat del procediment.
- Han de possibilitar el registre informàtic de cada cicle que assegurí la traçabilitat.
- Han de disposar d'impressora tèrmica integrada que proporcioni un registre imprès de cada cicle per garantir la traçabilitat i un registre físic quan falla el sistema informàtic.
- Han de disposar de sistema de dosificació automàtica, i control i alarmes de nivells de solucions químiques.
- La porta s'ha de bloquejar durant el cicle de treball.
- Han de disposar d'un cicle de desinfecció tèrmica independent dels desinfectants químics per la desinfecció diària o quan es requereixi de la càmera de treball.
- Han de disposar d'alarmes d'usuari i tècniques visuals i/o sonores.
- Han de permetre registrar l'usuari i l'endoscopi de manera automàtica.
- Han de ser compatibles amb els endoscòpis que té l'Hospital en aquest moment, els quals es detallen en l'apartat 5 d'aquest plec.
- Filtres d'aigua amb una localització accessible que implica que no hi hagi necessitat d'eines especials ni desmuntatge d'altres components de la màquina.
- Han de disposar de control independent de canals per raons de seguretat i qualitat.
- La facturació consistirà en el cicle de desinfecció d'endoscopi fet i validat. A tal efecte les màquines de rentat d'endoscòpis hauran de disposar d'un comptador automàtic de cicles validats.

3.2.2 Requeriments normatius

Tots els components del sistema de rentat han de complir amb el que s'estableix a la normativa espanyola i comunitària vigent que sigui d'aplicació. A més, han de complir amb el següent:

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

- Els productes sanitaris objecte del contracte han de disposar el **marcat CE** de conformitat amb el Reglament (UE) 2017/745 (MDR). Els productes que disposin el marcat CE de conformitat amb la Directiva 93/42/CEE (MDD) o Directiva 90/385/CEE (AIMDD) s'admetran durant el període de transició que estableix el Reglament (UE) 2017/745, segons l'esmena efectuada pel Reglament 2023/607, sempre i quan compleixen amb els requisits i les condicions establerts en l'article 120 d'aquest Reglament per a la seva posada en el mercat. En el sobre B s'inclourà el marcat CE vigent i vàlid de conformitat amb la normativa esmentada. **Cal aportar documentació acreditativa al sobre B.**
- Compliment de la norma **UNE-EN ISO 15883-4-2019** en relació amb els requeriments per a rentadores-desinfectadores destinades a la desinfecció química d'endoscòpis: *Parte 4: Requisitos generales, términos y definiciones y ensayos*. Cal aportar **documentació acreditativa al sobre B.**

3.2.3 Requeriments del cicle de rentat

- La durada màxima del cicle complert (rentat, desinfecció i assecat complet de canals) ha de ser inferior a 30 minuts. Aquest temps màxim de cicle comprèn des de que es posa en marxa la màquina fins a la seva finalització, permetent disposar del tub en condicions d'ús immediat.
- Ha de fer un cicle de mostreig biològic de l'aigua de la última esbandida.
- L'Hospital Comarcal d'Ampostà estima la prestació de 1.100 cicles de rentat anuals. A aquest efecte i a mode informatiu, es fa constar que durant els mesos de gener i d'agost, tret de casos d'urgència, no hi haurà activitat quirúrgica en relació a les proves d'endoscòpia.
- Els cicles de rentat estimats corresponen a les previsions anuals extrems dels consums històrics amb adequació a les necessitats futures. Aquestes quantitats podran ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de l'entitat contractant, per tant, en cap cas l'estimació dels consums serà obligatòria, les entitats contractants abonaran les factures pels cicles de rentat realment efectuats. Un cop al mes es realitzarà la lectura dels cicles fet i validats per l'equip i es facturarà en concordança.
- Les ofertes dels licitadors es presentaran per preu unitari per cicle de rentat sense IVA, que figurarà com a partida independent, el qual s'estableix en un preu màxim de **23,00€**. En aquest preu aniran inclosos els costos d'instal·lació, posada en servei, manteniment, formació i retirada dels equips al final del contracte (tant de les màquines de rentat com de l'armari d'assecat), així com els de subministrament de fungibles necessaris per dur-los a terme.

3.3 Armari d'assecat i emmagatzematge

3.3.1 Requeriments tècnics

- Armari per emmagatzematge de mínim 8 endoscòpis de forma vertical.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

- Ha de disposar de làmpada UV per purificar l'interior.
- Ha de ser compatible amb els endoscòpis de l'HCA, els quals es detallen en l'apartat 5 d'aquest plec.
- Ha de disposar de penjadors de tubs ergonòmics.
- Ha de disposar de pantalla tàctil amb sistema de reconeixement sobre l'estat dels endoscòpis.
- Ha de disposar de mecanisme per l'assecat amb aire medicinal del canal i de l'exterior de l'endoscòpi mitjançant pressió positiva per evitar l'entrada d'aire de l'exterior i protegir els tubs dels microorganismes de l'aire amb sistemes de medicació.
- Ha de tenir fàcil accés per tasques de manteniment i conservació.
- Ha de permetre la documentació i traçabilitat dels endoscòpis.
- Ha de disposar de sistema de bloqueig de la porta per usuaris registrats.

3.3.2 Requeriments normatius

Tots els components del sistema de rentat han de complir amb el que s'estableix a la normativa espanyola i comunitària vigent que sigui d'aplicació. A més, han de complir amb el següent:

- Els productes sanitaris objecte del contracte han de disposar el **marcat CE** de conformitat amb el Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Els productes que disposin el marcat CE de conformitat amb la Directiva 93/42/CEE (MDD) o Directiva 90/385/CEE (AIMDD) s'admetran durant el període de transició que estableix el Reglament (UE) 2017/745, segons l'esmena efectuada pel Reglament 2023/607, sempre i quan compleixin amb els requisits i les condicions establerts en l'article 120 d'aquest Reglament per a la seva posada en el mercat. En el sobre B s'inclourà el marcat CE vigent i vàlid de conformitat amb la normativa esmentada. **Cal aportar documentació acreditativa al sobre B.**
- Compliment de la norma **UNE-EN 16642:2015** en relació als requisits de les cabines d'emmagatzematge en ambient controlat per a endoscòpis termolàbils processats. Cal aportar **documentació acreditativa al sobre B.**

3.4 Mesures de l'espai

Les dimensions de l'espai on s'han d'encabir les màquines de rentat són de 140 cm d'amplada x 80 cm de profunditat x 260 cm d'alçada i l'espai per l'armari emmagatzematge són de 170 cm d'amplada x 80 cm de profunditat x 260 cm d'alçada, per la qual cosa, s'han d'oferir uns equips amb unes mesures adients per adaptar-se correctament a aquest espai.

En aquest sentit, per tal que els licitadors puguin concretar de manera més rigorosa i adequada les seves ofertes, serà obligatori assistir a una visita a l'espai on s'ha d'instal·lar aquest equipament, d'acord amb els termes que s'estableixen en l'apartat 6 d'aquest plec.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

3.5 Sistema de gestió i traçabilitat del reprocessament d'endoscopis

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar, implantar, mantenir i actualitzar un sistema informàtic integral de gestió i traçabilitat del reprocessament d'endoscopis flexibles, que garanteixi la traçabilitat completa de totes les fases del procés des de la utilització de l'endoscopi en el procediment assistencial fins al seu emmagatzematge, incloent, com a mínim, el procediment assistencial, el pre-rentat, el reprocessament en la rentadora-desinfectadora i l'emmagatzematge en l'armari d'assecat, amb l'objectiu de garantir la seguretat del pacient i la qualitat del procés.

El sistema haurà de permetre la identificació i relació unívoca, com a mínim, de la rentadora-desinfectadora, el cicle de reprocessament, l'endoscopi utilitzat i el pacient associat mitjançant el número d'història clínica o identificador equivalent.

El centre disposa actualment del sistema de documentació d'endoscòpia ENDOBASE, que actua com a sistema corporatiu de referència per a la gestió clínica del procés endoscòpic. El sistema ofert haurà de garantir la interoperabilitat amb aquest sistema, permetent l'intercanvi automàtic de les dades necessàries per assegurar la traçabilitat completa del procés.

En cas que la solució proposada no sigui directament interoperable amb ENDOBASE, l'adjudicatari haurà de proporcionar, sense cost addicional per a l'HCA, totes les interfícies, desenvolupaments i adaptacions necessàries, o bé una solució equivalent que permeti garantir les mateixes funcionalitats de traçabilitat, documentació i explotació de dades, i que suporti, com a mínim, els estàndards DICOM Worklist i DICOM Storage (DICOM Send) per a la recepció de la llista de treball i l'enviament d'imatges al PACS de l'entitat, si així ho requereix la configuració del sistema.

Totes les tasques d'integració amb els sistemes del centre hauran d'estar incloses dins l'abast del contracte.

Es valorarà positivament que la captura de dades es realitzi de manera automàtica mitjançant la integració amb els equips subministrats i sistemes d'identificació electrònica d'usuaris i endoscopis (codi de barres, RFID o tecnologia equivalent), minimitzant la introducció manual de dades.

3.6 Instal·lació i posada en servei

L'empresa adjudicatària disposarà d'un termini màxim de **15 dies** per a la instal·lació i posada en marxa de les màquines de rentat i de l'armari d'assecat. El termini començarà a comptar a partir de la data de signatura del contracte.

Les despeses del lliurament i del transport de l'equip fins al seu punt final d'utilització aniran a càrrec de l'adjudicatari. Els equips hauran d'anar convenientment embalats per tal que arribin en

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes ocasionat en el transport fins el punt d'utilització anirà a càrrec de l'empresa proveïdora.

La instal·lació dels equips i la seva posada en servei serà a les instal·lacions de l'HCA, a la seva sala de destinació, amb els elements i accessoris necessaris per al seu ús. Aquestes tasques comprenen el muntatge, instal·lació i posada en servei dels equips, incloent la correcta connexió a les xarxes de subministrament d'aigua i llum, al desguàs, a la xarxa informàtica, i es responsabilitzarà de qualsevol altra actuació necessària per garantir un bon funcionament de la sala de rentat.

La instal·lació i la connexió es realitzaran prèvia coordinació amb la Cap d'Infermeria del Bloc Quirúrgic, el Cap del Servei de Manteniment i el responsable del Departament d'Informàtica de l'HCA, que donaran les indicacions corresponents i adequades a l'adjudicatari per tal que la instal·lació i posada en funcionament de l'equipament no interfereixi en l'activitat del centre i que l'equipament s'integri degudament a la xarxa i entorn de treball de l'HCA.

L'empresa adjudicatària, un cop instal·lats els equips, realitzarà la prova o test d'acceptació tècnica corresponent. Aquestes proves es realitzaran en presència del personal tècnicament qualificat de l'HCA.

Finalitzats aquests treballs, si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l'acta de recepció i l'entitat contractant donarà les instruccions necessàries al contractista perquè repari els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el que s'hagi pactat.

Si el resultat és positiu i els béns es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l'acta de recepció, i aquesta serà la data a partir de la que començarà a computar el termini de vigència del contracte de servei.

L'acta de recepció estarà signada, almenys, pel Responsable del contracte i per un representant de l'entitat adjudicatària.

L'adjudicatari ha de retirar les restes d'embalatge de l'equip i qualsevol altre residu generat a conseqüència de la seva instal·lació i posada en servei, i s'ha de fer càrrec de les mateixes, d'acord a la normativa d'aplicació per a cada tipus de residu generat.

3.7 Manteniment

L'empresa adjudicatària serà la responsable i es farà càrrec del manteniment tant de la màquina de rentat d'endoscòpis com de l'armari d'assecat i emmagatzematge, en la modalitat "tot risc", i que ha d'incloure les següents prestacions:

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

- a) **Manteniment Preventiu:** consistent en una sèrie d'accions sistemàtiques i necessàries per conservar i garantir el bon funcionament dels aparells, per tal d'evitar un mal funcionament posterior del equip o sistema i per tant el nivell de qualitat de funcionament d'un element durant la seva vida útil ha de ser constant.

Tots els equips han d'estar subjectes a tot un seguit de manteniments preventius, consistents en revisions periòdiques funcionals i de seguretat, realitzant els ajustos i calibratges necessaris per al correcte funcionament dels mateixos, d'acord amb allò definit pel fabricant a la documentació de manteniment de cada equip. Aquest manteniment es durà a terme, almenys, un cop a l'any.

Aquest ha de contemplar revisions completes amb l'objectiu de:

- Garantir el correcte funcionament.
- Reduir el nombre d'avaries.
- Contribuir a l'eficàcia dels processos assegurant-ne la disponibilitat i el rendiment.
- Complir amb la normativa vigent.
- Assegurar l'òptim rendiment, garantir la seva fiabilitat i la qualitat final del producte.
- Obtenir documentació completa per mantenir registres exactes de l'historial del servei.

A la memòria tècnica (SOBRE B), el licitador inclourà un calendari amb la programació de les revisions que es realitzaran periòdicament i detallarà el conjunt d'actuacions a dur a terme durant la vigència del contracte.

Els dies per a la realització de les tasques de manteniment preventiu, dins de les periodicitats establertes als calendaris de manteniment aportat, es pactaran amb el Cap de Manteniment amb l'objecte que aquestes no interfereixin a l'activitat del servei.

Altrament, l'adjudicatari durant la vigència del contracte, obligatòriament haurà d'aportar un programa de manteniment preventiu que compregui el procediment d'execució de les revisions, confeccionant una llista de comprovació on quedin reflectits els punts de comprovació o manteniment. En aquesta comprovació, i al final de cada manteniment es lliurarà un informe al cap del servei de manteniment.

També quedarà inclòs dins la prestació de prestació de Manteniment Preventiu, el mostreig semestral de control de qualitat de l'aigua que haurà de realitzar l'adjudicatari per a l'anàlisi de paràmetres microbiològics, segons directiva actual i segons especificacions del fabricant tenint en compte la tipologia de l'aigua de que disposa l'HCA. Serà imprescindible incloure les dates previstes per aquestes preses de mostra dins el calendari de planificació anual, i executar-les amb la periodicitat estipulada, amb previ avís al servei en qüestió.

En cas de que el resultat d'alguna de les mostres sigui positiu, l'adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la contramostra necessària, i si el protocol a seguir per aquell resultat positiu és deixar en desús l'equip durant més de 48 hores, caldrà que l'adjudicatari deixi en préstec un equip de

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

substitució per assegurar que l'activitat assistencial no es veu afectada. L'equip en préstec haurà d'estar disponible per l'HCA durant tot el període que l'equip en cessió hagi d'estar inactiu.

Adicionalment, en cas de que l'HCA detecti un tub d'endoscòpia amb resultat positiu de control microbiològic posterior a un rentat amb l'equipament cedit, caldrà que l'adjudicatari realitzi les accions pertinents per a garantir la seguretat i qualitat de l'aigua de rentat (desinfecció química, mostres analítics i altres procediments que pertoquin).

- b) Manteniment Correctiu:** consistent en la reparació d'avaries, la correcció de desajustos, desviacions i defectes causats per l'ús habitual dels aparells, ja siguin aquests programats o sobrevinguts.

En qualsevol cas, les operacions de manteniment correctiu les realitzarà el contractista a partir de la recepció d'una notificació d'avaria, cursada pel Servei de Manteniment d'HCA, o per la detecció d'alguna incidència per part del contractista durant la realització del manteniment preventiu de l'equip. En aquest últim cas, s'haurà de posar en coneixement del Cap de Manteniment la incidència detectada per tal d'obtenir la seva corresponent aprovació per procedir a l'actuació correctiva.

El temps de resposta transcorregut entre la comunicació d'un incident o avaria ordinària i la presència física d'un tècnic per a resoldre-la no pot ser superior a 24 hores i el temps per a la resolució d'avaria no pot superar les 48 hores, en ambdós casos comptades a partir de la recepció de l'avís.

En cas de la no resolució de l'avaria en el termini de 48 hores, l'empresa licitadora ha de posar a disposició de l'ens contractant un equip de substitució de similars característiques fins a la resolució de l'avaria i posada en servei de l'equip reparat, o com a substitut d'aquest si no és possible la seva reparació.

El tècnic assignat pel proveïdor per resoldre cada incidència presentarà al moment de la seva finalització, un informe especificant les actuacions realitzades amb detall, el temps i materials utilitzats a la resolució de l'avaria de l'equip mèdic. Aquest informe s'entregarà al Cap de Manteniment, o en seu defecte al personal tècnic de manteniment, el qual haurà de validar aquest informe en conformitat amb els treballs realitzats.

Si durant la realització dels treballs de manteniment preventiu s'observa algun material susceptible patir una averia o incidència que en curt/mig termini, l'adjudicatari comunicarà per escrit, mitjançant amb el corresponent informe al cap de manteniment i procedirà a realitzar els treballs de **manteniment correctiu** que corresponguin.

Per dur a terme els referits treballs, l'empresa adjudicatària aportarà els mitjans humans i tècnics necessaris i haurà de facilitar els *manuals de servei tècnic o fabricant* específics per a cada aparell.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

L'empresa adjudicatària ha d'assegurar i garantir la reposició de parts, peces, recanvis... originals de l'equip durant tota la vigència del contracte.

L'adjudicatari haurà d'emprar per a les tasques de posada en funcionament i les successives de manteniment preventiu i correctiu, la maquinària, utillatge i eines necessàries i adequades per a una correcta execució dels treballs.

El cost del manteniment està inclòs dintre del preu del cicle de rentat. També estan incloses en aquest preu les despeses de mà d'obra, desplaçaments, recanvis i substitució de peces.

L'adjudicatari haurà de tenir un suport en línia i telefònic d'assistència tècnica disponible dins de la jornada laboral, entre les 8h. i les 18h.

Al sobre B, els licitadors hauran d'aportar un programa de manteniment preventiu, correctiu, predictiu i tècnic legal segons la normativa vigent que es durà a terme durant la vigència del contracte, i que haurà de respectar les instruccions marcades pel fabricant. S'haurà d'especificar:

- El calendari d'operacions de manteniment preventiu que es faran anualment i que ha d'incloure revisions de seguretat elèctrica i funcional a efectuar.
- El calendari d'operacions de manteniment normatiu o de seguretat.
- Informes tècnics periòdics a lliurar al departament de manteniment.
- Informació de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.
- Horari i mecanismes d'atenció del servei tècnic.
- Temps de resposta del Servei Tècnic amb presència física.
- Relació de consumibles, accessoris i complements que puguin ser necessaris en el futur a causa del seu ús normal, desgast i que la seva substitució (cost / despesa) quedi englobada dins del servei de manteniment.

En el supòsit en què fos necessari realitzar reparació i/o substitució d'elements en casos no coberts per tractar-se d'un ús indegut de l'equip, es farà prèvia autorització per part de l'Hospital, a la vista d'informe tècnic justificatiu de la necessitat i pressupost que s'ha de comunicar al Servei de Manteniment de l'HCA.

HCA no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present PPT o que no comptin amb el previ consentiment del Cap de Manteniment d'HCA o del responsable del contracte, per la qual cosa no es faran càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar –si s'escaigués– la compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n.

3.8 Formació

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

Les empreses licitadores han d'incloure en la seva oferta (Sobre B) un programa de formació adequat, immediatament posterior a la instal·lació i verificació del correcte funcionament dels equips. Hauran d'indicar el contingut de la formació, la modalitat ha de ser presencial i amb el mínim d'hores necessari i suficient per tal que els professionals del Bloc Quirúrgic adquireixin els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat i eficient ús de l'equipament.

El contingut de la formació inclourà, mínim, formació en l'ús de l'equip i dels programaris (aplicacions bàsiques i avançades), control de qualitat, arxiu, enregistrament, utilització del manual de l'operador, neteja i desinfecció, i qualsevol altre aspecte que es consideri adequat i necessari per la formació del personal.

Els dies i les hores de les sessions de formació es coordinaran amb el personal de l'entitat que hagi de rebre aquesta formació, per tal d'interferir mínimament en la seva activitat professional i l'activitat del centre.

La formació tindrà la durada suficient i anirà a càrrec del adjudicatari.

3.9 Desinstal·lació i retirada

Durant el termini d'execució del contracte, els equips del sistema de rentat posats a disposició de l'Hospital seran propietat de l'empresa contractista i l'Hospital n'ostentarà un dret d'ús sobre els mateixos, per la qual cosa, al venciment del contracte aquesta se n'encarregarà de la seva desinstal·lació, desmuntatge i retirada. La fase de retirada i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, sigui quina sigui, finalment, la facturació del servei en base a l'activitat que s'hagi produït. Per tant, no s'acceptaran ofertes que incloguin costos de retirada. Les instal·lacions associades seran propietat de l'Hospital en acabar el contracte.

4. MATERIAL FUNGIBLE

4.1 Requeriments mínims de les solucions químiques de neteja i desinfecció

- Conjunt de líquids químics necessaris per a realitzar els cicles complets de desinfecció amb el model de rentadores ofert.
- Cal que com a mínim disposin de detergent i desinfectant, i pot disposar d'altres referències necessàries que siguin requerides pel cicle complet de desinfecció.
- Els líquids a utilitzar han de garantir la total desinfecció dels equips d'endoscòpia.
- Detergent no abrasiu per endoscopis a netejar i desinfectar en rentadora-desinfectadora automàtica. Compost de tensioactius no iònics.
- Desinfectant d'alt nivell per endoscopis a rentadora-desinfectadora automàtica, lliure d'aldehids, compost d'àcid peracètic amb una concentració no superior al 5%. Espectre microbiològic: bactericida, microbactericida, fungicida, virucida i esporicida.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

4.2 Condicions de subministrament

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar tot el material fungible necessari per a la realització del cicle rentat d'acord amb les instruccions dels seu equip de rentat (ex.: detergents, desinfectant, filtres, connectors, controls biològics, paper tèrmic, filtres HEPA...).

En cas de ser necessari algun tipus d'element de seguretat per a l'ús dels equips, aquest serà subministrat per l'empresa adjudicatària, el qual s'entén inclòs en el preu del servei integral.

Les comandes es cursaran via correu electrònic des del Departament de Compres i Aprovisionaments de l'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM, i s'hauran de tramitar sota les condicions que es determinen en aquest apartat.

No s'acceptaran lliuraments de qualsevol material o producte si no existeix una comanda prèvia, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades en la comanda corresponent.

Les comandes es lliuraran generalment al magatzem de l'Hospital Comarcal d'Amposta, situat al carrer Jacint Verdaguer, 11-13 d'Amposta (Tarragona). L'horari d'obertura del magatzem per la recepció dels productes és de dilluns a divendres de 09:00 hores a 13:00 hores. No s'admetran lliuraments fora d'aquest horari.

El termini de lliurament per a les comandes ordinàries no pot ser superior a 2 dies hàbils des de la realització de la comanda, o en el seu cas en el compromès per l'adjudicatari si aquest es compromet a un termini inferior en la seva oferta; i el termini de lliurament de les comandes cursades com a urgents no pot excedir de les 24 hores hàbils següents a la realització de la comanda.

L'incompliment dels terminis de lliurament seran penalitzats conforme a l'establert a la clàusula vint-i-setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Cada lliurament anirà acompanyat dels albarans corresponents en paper (original i còpia). A l'albarà s'hi ha d'identificar clarament la següent informació:

- Número d'ordre de compra
- Número d'expedient
- Número d'albarà
- Referència de l'article
- Quantitat servida

L'entitat contractista serà la responsable de les mercaderies a subministrar fins que sigui recepcionada al magatzem de l'entitat contractant. La descàrrega de qualsevol tipus de comanda, estigui paletitzada o no, anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

seus propis mitjans, tant tècnics com a humans, i es col·locarà dintre del magatzem en el lloc que determini el personal que recepcioni la comanda.

5. ENDOSCOPIS DE L'HCA

Actualment es disposen els següents endoscopis a l'Hospital Comarcal d'Ampostà, amb els quals la màquina de rentar i l'armari han de ser compatibles:

Nombre	Marca	Modelo	Número de serie
COLONOSCOPI	OLYMPUS	CF-HQ1100DL	2100758
CISTOSCOPI	OLYMPUS	CYF-VA2	W140595
COLONOSCOPI	OLYMPUS	CF-H190L	2446799
COLONOSCOPI	OLYMPUS	CF-H190L	2446801
COLONOSCOPI	OLYMPUS	GIF-Q165	2204279
GASTROSCOPI	OLYMPUS	GIF-1100	2406437
GASTROSCOPI	OLYMPUS	GIF-H190	2301089

6. VISITA AL CENTRE

Prèviament a la presentació de l'oferta és obligatòria la visita al centres i a l'espai on s'instal·larà l'equipament per part dels licitadors. El Cap del Servei de Manteniment lliurarà un certificat de visita que posteriorment s'haurà de presentar dins del SOBRE A. En cas que no sigui presentat, l'empresa licitadora serà exclosa del procediment de contractació.

El centre fixarà un calendari de visites amb tots interessats, que es publicarà al tauler d'avís de l'anunci de licitació al perfil del contractant, per tal de garantir-ne la transparència i publicitat de la sessió.

Els interessats poden adreçar la seva petició a l'Àrea de Contractació d'HCA (contractacio@hcamposta.cat), indicant la persona representant que hi assistirà.

7. RH, SEGURETAT I SALUT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Les empreses adjudicatàries resten obligades a aportar el personal necessari per a la realització dels serveis objecte d'aquest contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots els treballadors i treballadores contractats per les empreses adjudicatàries hauran d'estar contractats d'acord amb el conveni col·lectiu de treball del sector corresponent i disposar de la titulació, formació, acreditacions i certificacions necessàries.

D'acord amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Seguretat i Salut Laboral en el seu article 24, i el seu desenvolupament en el RD 171/2004 de 30 de gener, l'adjudicatari realitzarà, per al Contracte de Manteniment, un Pla de Seguretat específic segons els riscos de les instal·lacions a

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

mantenir, així com un Programa de Formació continuada per a la plantilla destinada a ells, en aquestes matèries. Aquest Pla específic restarà en perfecte coordinació amb els Plans de Seguretat i Salut Laboral d'HCA.

L'adjudicatari queda igualment obligat al més estricte compliment de la normativa de Seguretat i Higiene en el treball. A tal efecte, nomenarà un responsable directe en aquesta matèria, que podrà ser el propi responsable del contracte.

L'empresa adjudicatària presentarà un informe, al responsable de Prevenció de Riscos Laborals d'HCA, dels riscos derivats pel desenvolupament de les seves funcions, així com del pla de prevenció implantat per a minimitzar-los.

El contractista declararà conèixer els riscos inherents a l'execució dels serveis contractats, observarà personalment, i farà observar a les persones sota la seva dependència, les regles de seguretat i prudència en l'execució dels serveis contractats, assumint personalment el risc de tota classe de danys que ells mateixos puguin patir en la seva persona o béns, per la seva inobservança o per qualsevol causa de força major.

El contractista serà responsable de l'adopció i compliment de les normes en matèria de prevenció de riscos laborals exigits per la legislació vigent o futura, i les específiques que per a la classe de serveis a què es refereix el present contracte hagi d'adoptar-se per al seu personal, així com al que pogués subcontractar a tercers.

El contractista abans d'iniciar els treballs objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques, haurà de disposar d'un servei de prevenció en els termes que estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (si és propi, titulació del responsable i, si és concertat amb entitat aliena caldrà aportar document del concert). A més, haurà de disposar de l'Avaluació de Riscos i del Pla de mesures preventives per als treballs contractats.

HCA podrà, en qualsevol moment, realitzar inspeccions dels treballs realitzats per l'empresa contractista, a fi i efecte de comprovar el compliment de les mesures acordades. Tant el responsable del contractista com el seu personal, tindran l'obligació d'atendre i donar les necessàries facilitats per complir els suggeriments que en matèria de prevenció de riscos laborals se'ls comuniquin.

Igualment, HCA sol·licitarà a la persona responsable de l'àrea de prevenció de riscos laborals de l'empresa adjudicatària, la documentació necessària per dur a terme una correcta coordinació d'activitats empresarials. **Aquesta documentació haurà de ser enviada abans d'accedir a les instal·lacions.**

La planificació preventiva de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb els requisits establerts a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i estarà constituït pels següents aspectes:

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

- 1) Servei de Prevenció propi o aliè.
- 2) Realitzarà les avaluacions de risc de tots els llocs de treball i locals de treball que li correspongui en el compliment d'aquest plec.
- 3) Tindrà establert el seu propi Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
- 4) Tot el personal que el contractista destini al centre, haurà d'estar format i Informat dels riscos inherents als seus llocs de treball, haurà rebut els equips de protecció individual adients al seu lloc de treball i haurà d'haver rebut l'oferiment a la realització de la revisió mèdica i en el cas de que el treballador hagi acceptat, l'informe mèdic corresponent, així com, autorització de l'ús de maquinària i ferramentes si fos necessari.
- 5) Haurà d'emetre els procediments que recullin:
 - Comunicació i investigació d'accidents laboral
 - Justificació d'entrega d'ús i manteniment d'equips de protecció individual.
 - Utilització d'equips de treball.

De tots aquests extrems informarà periòdicament i de forma immediata, quan s'observi perill o accident, al Servei de Prevenció de Riscos Laborals d'HCA.

Quan s'hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'han de revisar els indicadors de les mesures preventives, per comprovar si no han estat suficients i cal modificar-les. Per tal d'evitar al màxim aquests riscos, s'ha de preveure en els diferents equips de treball, o sigui: qualsevol màquina, aparell, instrument o altre element utilitzat en la feina i saber utilitzar correctament els equips i productes.

L'empresa adjudicatària dotarà a tot el personal a les seves ordres de tots els elements de seguretat i prevenció d'accidents que exigeixen les disposicions vigents (cinturons de seguretat, cascos protectors, guants aïllants, discriminadors de tensió, etc.) havent pres les mesures que calguin per aconseguir que els referits elements siguin utilitzats pel personal, essent la responsabilitat dels accidents laborals que pogués patir el personal únicament de la pròpia empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària comunicarà al Servei de Prevenció de Riscos Laborals d'HCA de forma immediata, qualsevol incident o accident que es produeixi en el desenvolupament de la seva activitat laboral.

8. UNIFORMITAT

El personal de les empreses adjudicatàries hauran de portar l'uniforme corresponent facilitat per la pròpia empresa (empreses adjudicatàries), a més a més serà a compte de les empreses

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

adjudicatàries la cessió als seus treballadors dels EPI's corresponents per tal de desenvolupar les tasques professionals.

Els professionals hauran d'anar correctament identificats, l'aspecte general de l'operari i de la seva roba serà extremadament pulcre, considerant l'especial atenció que requereix en els centres on s'ha de prestar el contracte. El personal destinat al servei, ha de tenir un tracte educat i deferent.

No tindrà cap dret ni vinculació davant de l'entitat contractant el personal que tinguin al seu càrrec les empreses adjudicatàries per al compliment de les prestacions objecte del present contracte. L'entitat contractant tampoc serà responsable ni es subrogarà en cap cas en les obligacions i incidències, de qualsevol naturalesa, que puguin sorgir entre les empreses adjudicatàries i el seu personal/professionals, siguin quines siguin les mesures que s'adoptin com a conseqüència directa o indirecta del desenvolupament regular o irregular del servei prestat.

9. RESPONSABILITATS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES I DE L'ENTITAT CONTRACTANT

Els adjudicataris es s'obliguen a:

- Efectuar els treballs adjudicats segons les condicions establertes en la normativa vigent d'aplicació, les recomanacions del fabricant quan es tracti de mecanismes, aparells i instal·lacions i el present plec de prescripcions tècniques.
- A coordinar-se amb l'entitat contractant per tal de dur a terme els serveis establerts en el present expedient.
- A respectar els protocols i normes dels centres de l'entitat contractant i les instruccions del cap de manteniment i /o responsable del contracte de l'entitat contractant.
- A formar i informar els seus treballadors en matèria de seguretat i salut així com en matèria de prevenció de riscos laborals. A facilitar la uniformitat, EPIs, eines, instruments, utensilis i altres similars necessaris per a la realització de l'objecte del contracte.
- A no iniciar cap tasca, acció o activitat sense el previ coneixement i autorització de per part del cap de manteniment i /o responsable del contracte de l'entitat contractant.
- Donada l'activitat principal de l'entitat contractant, els adjudicataris s'obliguen a cobrir, en cas d'aturades laborals, els subministraments mínims fixats per l'entitat contractant per tal que es garanteixin aquests i no es perjudiqui als centres.
- A designar una adreça i un telèfon de contracte estable per tal d'oferir el suport en línia i telefònic d'assistència tècnica d'urgència.
- A subministrar els béns i materials fungibles en perfecte estat per al seu ús, i d'acord amb les programacions establertes amb l'HCA.

L'entitat contractant es compromet a:

- Facilitar al personal de les empreses adjudicatàries l'accés a les instal·lacions durant el període de vigència del contracte, a fi de poder realitzar els treballs de d'instal·lació i posada

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

en funcionament, així com el manteniment preventiu, predictiu, correctiu (urgent o programat).

- A mantenir les instal·lacions afectades en les adequades condicions de treball (neteja, temperatura, humitat, etc.).
- A garantir unes condicions de treball segur per al personal de l'empresa adjudicatària durant les intervencions de manteniment.
- Mantenir en perfecte estat tota aquella documentació lliurada com a suport de la instal·lació (llibre de seguiment d'avaries, manuals, etc.)

10. DEURE DE CONFIDENCIALITAT

L'òrgan de contractació garantirà que no es divulgui la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial.

Pel que a fa a la documentació de caràcter tècnic i econòmic que serveix per valorar les ofertes i les proposicions presentades i qualsevol altra informació lliurada per a la selecció de l'oferta o la proposició econòmicament més avantatjosa, els licitadors hauran de presentar una declaració complementària on indicaran quins documents i quines dades són, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials.

Aquesta circumstància haurà de quedar clarament evidenciada (sobre impresa, al marge o de qualsevol altra manera) en el propi document. No s'admetran declaracions genèriques tipus *"tots els documents o tota la informació té caràcter confidencial"*.

La declaració de confidencialitat no es pot entendre com una opció indiscriminada de les empreses, sent imprescindible que en aquesta declaració s'identifiqui quina documentació i quina informació té el caràcter de confidencial i els motius i les circumstàncies en base a les quals s'ha de reconèixer aquest caràcter. Sense perjudici de l'assenyalat, si no hi ha declaració de confidencialitat o bé aquesta és incompleta, en última instància l'òrgan de contractació podrà decidir, després de fer la valoració corresponent, si difondre determinada informació pot perjudicar els interessos legítims de l'empresa o la competència lleial entre les empreses, o bé pot considerar que no existeixen motius suficients per protegir una determinada informació (valorar en cada cas quin és el dany que es produiria si es facilita una informació determinada i quina es produeix si no es facilita, i segons la valoració feta, prendre la decisió corresponent). En aquest procés de valoració, en cas de dubte, l'òrgan de contractació donarà trasllat a l'empresa de la sol·licitud d'informació presentada per altres empreses interessades en el procediment perquè es pugui pronunciar de forma justificada.

Tindran caràcter confidencial les dades de caràcter personal objecte de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals, excepte que de forma expressa s'autoritzi la comunicació o la cessió.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

L'adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a què tingui accés en ocasió de l'execució del contracte, a què se li hagués donat el caràcter referit al contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. En cap cas no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no es podrà fer ni tractament, ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit d'execució directa del contracte, durant el termini que duri la prestació del mateix i fins i tot un cop extingida la relació contractual.

L'adjudicatari haurà de formar i d'informar al seu personal de les obligacions que en matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques per a la prestació del contracte, especialment les derivades del deure de secret, responant l'empresa adjudicatària de les infraccions legals que, per incompliment dels seus empleats, es pogués incórrer.

L'adjudicatari, d'acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals, així com en el que es disposi en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i en el Reial Decret 1720/2007, en tot allò que no contradigui al Reglament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018, en compliment d'allò que s'hi assenyalat, accepta que ni l'empresa ni cap dels treballadors contractats per a la realització de l'objecte del contracte assenyalat no podran accedir a dades de caràcter personal amb motiu del subministrament prestat. En cas que en el desenvolupament de la relació mercantil i/o de prestació del subministrament, l'empresa o qualsevol dels seus treballadors i/o personal contractat arribés a tenir accés a dades de caràcter personal, assumeix l'obligació al més estricte secret professional respecte als mateixos.

Així mateix, el contractista podrà ser requerit en qualsevol moment perquè acrediti el compliment de les obligacions referides en matèria de protecció de dades d'acord amb l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals, així com en el que es disposi en la Llei Orgànica 3/2018 i en el Reial Decret 1720/2007, en tot allò que no contradigui al Reglament Europeu.

Aquesta clàusula s'entén sense perjudici de la necessitat de signar els annexos que sigui necessari a efectes de compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Així mateix, tenint en compte que per la prestació d'aquests subministraments es té accés a dades de caràcter personal relatives a la salut, les empreses adjudicatàries i els seus treballadors donaran compliment al deure de confidencialitat respecte la informació i les dades de caràcter personal de qualsevol tipus a la que tinguin accés per raó del subministrament, d'acord amb el contracte de tractament de dades corresponent així com a la normativa que resulti d'aplicació.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

A aquests efectes, ni l'empresa adjudicatària, ni cap membre del personal que adscrigui a l'execució del contracte, podrà facilitar cap informació a tercers referida a les activitats de les quals tingui coneixement amb motiu de la seva participació en la prestació del subministrament.

En aquest sentit, les empreses adjudicatàries es comprometen a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal a tots els efectes, adoptant les mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat legalment establert.

En qualsevol cas, l'adjudicatari queda obligat a què:

- La documentació i la informació donada pel contractista, o aquella a la que s'hi pugui accedir, tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada per altres finalitats diferents a l'estricta execució del contracte. Aquesta condició és extensible al personal que l'adjudicatari subcontracti.
- L'adjudicatari, i el personal que intervingui en l'objecte d'aquest plec, es compromet al compliment de la legalitat vigent en relació amb la Llei de Protecció de Dades.
- No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, el seu resultat, ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ, per escrit, de les entitats contractants. La vulneració d'aquesta clàusula suposarà la immediata rescissió del contracte, sense perjudici de les accions que l'òrgan de contractació estimi convenients realitzar.

Tanmateix, donades les característiques del subministrament, l'empresa adjudicatària es compromet a garantir la confidencialitat i la prudència professional necessària de tota la informació a la que pogués tenir accés. En aquest extrem, si s'escau, el contractista es compromet a signar tota la documentació necessària per al compliment de la normativa d'aplicació en matèria de protecció de dades.

11. NORMATIVA

L'empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la normativa vigent i reglamentació que regeixin els treballs pels quals s'ha presentat i qualsevol altra que modifiqui o complementi les actuals durant la vigència del contracte.

Aprovat per l'òrgan de contractació, a Amposta, a data de les signatures digitals,

Sr. Adam Tomàs Roiget
Apoderat mancomunat d'HOSPITAL
COMARCAL D'AMPOSTA, SAM

Sra. Núria Ferré Cardona
Apoderada mancomunada d'HOSPITAL
COMARCAL D'AMPOSTA, SAM

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	006/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

A signar pel contractista

Declaro que conec i accepto la totalitat de les clàusules que es disposen en aquest document (pàgina 1 a 22)